

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 27.05.2018

Licitația nr.: 19/00011

Invitație la licitația nr.: 12 din 09.04.2019

Alternativa nr.:-----

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

BERHOR FARMED SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. -----

b) BERHORD FARMED SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii: Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic și alte investigații conform necesităților IMSF, pentru anul 2019

c) Prețul total al ofertei constituie:

- **497 376,00 MDL fără TVA** (patru sute nouăzeci și șapte mii trei sute șaptezeci și șase lei, zero bani)

- **596 851,20 MDL cu TVA** (cinci sute nouăzeci și șase mii opt sute cinzeci și unu lei, douăzeci bani)

- TVA constituie – **99 475,20 MDL** (nouăzeci și nouă mii patru sute șaptezeci și cinci mii, douăzeci bani)

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, BERHORD FARMED SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat:

Nume: Dobrea Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: BERHORD FARMED SRL

Adresa: str. Căramidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova


Data: 24.05.2019

Specificații de preț (F4.2)

19/00011	Data: „24” mai 2019	Alternativa nr.: _____
Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic si alte investigații conform necesităților IMSP, pentru anul 2019	Lot: 35	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33000000-0	LOT 35 Monitor Holter ECG, 260260	Buc	11	45 216,00	54 259,20	497 376,00	596 851,20	45 zile.
Total						497 376,00	596 851,20	


Semnătura: _____ Numele, prenumele: Dobrea Alexandru În calitate de: Administrator
 Ofertantului: **BERHORD FARMED SRL** Adresa: str. Cărămidarilor 36, MD -2059, Chisinau, Moldova



Specificații tehnice (F4.1)


Numărul licitației:	19/00011	Data: „24” mai 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a dispozitivelor medicale pentru aparatul diagnostic si alte investigații conform necesităților IMSP, pentru anul 2019	Lot: 35	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	LOT 35 Monitor Holter ECG, 260260	CardiUp 12	Ungaria	Meditect	Monitor Holter ECG Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED da Indicator deconectare electroacustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC	Monitor Holter ECG Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 300-1200 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED da Indicator deconectare electroacustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC	Monitor Holter ECG Cod 260260 Descriere Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil da Derivațiile Tip înregistrare automat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Display LCD, LED da Indicator deconectare electroacustic sau vizual da Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook USB / SD-Card / Wi-Fi / BT Alimentarea 3 V DC	



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

			<p>Baterie reincărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 25 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC da Sursa de alimentare pentru reincărcarea bateriei da *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale *Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copieconfirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	<p>Timp operare autonomă ≥ 168 h Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact status sistem deconectare alimentare baterie descărcată Accesorii Cablu ECG 2 unități Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. Set de electrozi de unica folosinta pediatric 500 buc. Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC da Sursa de alimentare pentru reincărcarea bateriei da Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copieconfirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>	<p>alimentare pentru reincărcarea bateriei da *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - - copieconfirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie- confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p>
--	--	--	---	--	--



[Handwritten signatures and initials]

