



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, num. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
 tel./fax 022 222 445, e-mail: ofice@capes.md

Nr. Ref. Ref. 144 din 22 05 2022

**OE participanți la procedura de achiziție
Beneficiari**

Prin prezența, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID : ocds-b3wdpl-MD-1628853546170 privind *Achiziționarea centralizată de implemente oftalmologice (crystaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiarii pentru anul 2022*. Vă comunică decizia din 18.02.2022 cu privire la evaluarea ofertelor, emisă în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției), după cum urmează:

| Lot | Cod | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Pret unitar (fără TVA) | Pret unitar (fără TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model | Art/Producător/ Tara de origine | Operatorul economic |
|------|-----------|---|--------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 2 | 2 | Cristalini artificiale | buc | 1354 | 3046,00 | 3046 | 4124284 | 4124284 | Lenila | Tetis | |
| 4617 | camera | posteroara | | | | | | | SN60WF | | |
| 0 | monobloc. | cu filtru galben (UV with blue light filter). | inclus | | | | | | AlSA/Neon SRL | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|------------|------|---------|-------|----------|-----------|--|-------------------------|
| 3 | 3- | Cristalin artificial camera | buc | 82 | 525.00 | 525 | 43050 | 43050 | Lentila CZ70BD/ USA/ Alcon | Tetis International SRL |
| 5 | 5- | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | buc | 350 | 760.00 | 760 | 266000 | 266000 | Blaus / Israel/ Hanita Lenses | Lenses - Grup SRL |
| 14 | 14- | Cristalin artificial dur | buc | 126 | 105.00 | 105 | 13230 | 13230 | Envision EN125602 / India/ Action Medical | Sogno SRI. |
| 16 | 16- | Cristalin artificial multifocal | buc | 10 | 9000.00 | 10800 | 90000 | 108000 | VERSARIO Multitocal 3F VERS3FXXX X +LP6043550C /SUA/ Bausch Lomb | DataControl SRI. |
| 17 | 17- | Banda nr.100 Shirmer | set | 28 | 160.00 | 192 | 4480 | 5376 | NIPPL/AI /India/Madhu Instruments | Sogno SRI. |
| 18 | 18- | Bastonase oftalmologice | tupfer set | 5404 | 3.66 | 4.392 | 19778.64 | 23734.368 | 0405-8/ BeaverVisite c International/ SUA | BioAnalitica SRL. |
| 19 | 19- | Burete absorbant oftalmic | buc | 6234 | 3.64 | 4.368 | 22691.76 | 27230.112 | 400101/ BeaverVisite c International/ SUA | BioAnalitica SRL |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|------|--------|--------|----------|-----------|---|-------------------------|-------------|
| 21 | 21- | Canula getabila | buc | 875 | 4 | 11.50 | 12.42 | 100624 | 10867.5 | MPII/E8/A2 | Sogno SRL |
| 22 | 22- | Canula getabila | buc | — | — | 2006 | 11.50 | 12.42 | 23069 | 24914.52 | / |
| 23 | 23- | Canula oftalmică getabilă pentru hidrodisecția | buc | 455 | — | 14.50 | 15.66 | 6597.5 | 7125.3 | India/Madhu Instruments | MPII/E8/A3 |
| 24 | 24- | Canula oftalmică getabilă pentru polisarea capsulei cristalinului | buc | 221 | 30.00 | 32.4 | 6630 | 7160.4 | #585005/ | India/Madhu Instruments | MPII/E8/A4 |
| 26 | 26- | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular | buc | 7080 | 22.21 | 26.652 | 157246.8 | 188696.16 | OSD2004060 | Lenses Grup | Sogno SRL |
| 27 | 27- | Înlăturați iriene Iris (Iris retractors) | buc | 120 | 200.00 | 240 | 240000 | 240000 | /Jurcia/ OPTIMAL SAGLIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LTD. ST MİPLİDİ/ Instruments | Imunotehnomy d SRL | India/Madhu |
| 28 | 28- | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de | buc | 2468 | 75.65 | 90.78 | 180704.2 | 224045.04 | AB-AS127 /SUV MST / ACCUTOM E | Imunotehnomy d SRL | Sogno SRL |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|------------------|-----|------|--------|----------|-----------|------------|---|-----------------------|---------------|
| 30 | 30- | Cutit | buc | 1360 | 66,00 | 79,2 | 89760 | 107712 | MZ0002/ India/ Autolab | Lenses | (grup SRI, |
| 4617 | microchirurgical | | | | | | | | | | |
| 0 | (pentru incizie | | | | | | | | | | |
| | corneana. | | | | | | | | | | |
| 31 | 31- | Cutit oftalmic | buc | 1210 | 98.76 | 118,512 | 119,499,6 | 143,399,52 | AB- ASL22DB/ SUJA/ MST / ACCUTOM | Immunoehnone d SRL | |
| 4617 | pentru incizie | | | | | | | | | | |
| 0 | corneră de baza | | | | | | | | | | |
| | 2.2 mm | | | | | | | | | | |
| 32 | 32- | Cutit oftalmic | buc | 386 | 75,65 | 90,78 | 29200,9 | 35041,08 | AB- ASL22DB/ SUJA/ MST / ACCUTOM | Immunoehnone d SRL | |
| 4617 | pentru incizia de | | | | | | | | | | |
| 0 | bază chirurgia | | | | | | | | | | |
| | cataractei lama de | | | | | | | | | | |
| | 1.2 mm | | | | | | | | | | |
| 33 | 33- | Cutit oftalmic | buc | 150 | 117,80 | 141,36 | 17670 | 21204 | MRS55 / Japan/ Mani | Lenses | Grup |
| 4617 | pentru largirea | | | | | | | | Inc. | SRL | |
| 0 | inciziei de baza | | | | | | | | | | |
| | 5.5 mm | | | | | | | | | | |
| 34 | 34- | Fir sutura 10/0 | buc | 198 | 132,00 | 142,56 | 26136 | 28226,88 | #1455P / Japan/ Mani | Lenses | Grup |
| 4617 | pentru Fixarea | | | | | | | | Inc. | SRL | |
| 0 | cristalinului la | | | | | | | | | | |
| | scleră, ac spatulat | | | | | | | | | | |
| 35 | 35- | Fir sutura 10/0 | buc | 175 | 85,00 | 91,8 | 14875 | 16065 | P121S / Belarusi /FIATOS | Sogno SRL | |
| 4617 | pentru Fixarea | | | | | | | | | | |
| 0 | cristalinului la | | | | | | | | | | |
| | scleră, ac curbat | | | | | | | | | | |
| 37 | 37- | Fir sutura Nylon | buc | 893 | 86,00 | 92,88 | 76798 | 82941,84 | #2003 / Japan/ Mani | Lenses | Grup |
| 4617 | 9/0 | pentru | | | | | | | Inc. | SRL | |
| 0 | chirurgia | | | | | | | | | | |
| | oftalmica | | | | | | | | | | |
| 40 | 40- | Hialuronat de | buc | 2130 | 140,18 | 151,3944 | 298583,4 | 322470,072 | MRV-C32 CrownVisc® | Immunoehnone d SRL | |
| 4617 | sodiu 1% | | | | | | | | 1,0% / Turcia/ | | |
| 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|------|-------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 41 | 41- | Implant pentru buc chirurgia filtranta a glaucomului | 5 | 12640 | 12640 | MIRAY MEDIKAL EX-PRESS GLAUCO FILT | USA/ Alcon CTR11/ India/ Biotech | Lenses Grup SRL |
| 43 | 43- | Inel intracapsular steril | 20 | 200 | 200 | 4000 4000 | 4000 | 4000 |
| 44 | 44- | Inel intracapsular steril | 135 | 200 | 200 | 27000 27000 | 27000 | 27000 |
| 45 | 45- | Marcher chirurgical | 73 | 81 | 97.2 | 5913 | 7095.6 | Vision Care CTR12/ India/ Biotech |
| 46 | 46- | Sutura chir. buc virgin 7/0 | 248 | 74 | 79.92 | 18352 | 19820.16 | Vision Care M 7500/ England/ Sterimedix |
| 46 | 4617 | Sutura chir. buc Matase virgin 7/0 | 195 | 80 | 86.4 | 15600 | 16848 | #2008 Japan/ Mani Inc. |
| 47 | 47- | Sutura oftalm. Polyester 5/0 | 195 | 80 | 86.4 | 15600 | 16848 | #3370 Japan/ Mani Inc. |
| 51 | 51- | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | 340 | 444 | 479.52 | 150960 | 163036.8 | BioHyalur'S / Vision Care Lenses Grup SRL |
| 52 | 52- | Viscoelastic in seringa 2ml | 3216 | 34083 | 409408.99 | 151291.92 | Occuled Dita Iristam IPMC20-01 SRL | Ophtechnics India/ Unlimited |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|------|---------|---------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 53 | 53- | Viscoelastic, 5 ml buc | buc | 1203 | 34.5282 | 41.4338 | 41537.424 | 49844.8614 | Octogen 2% | Dita | Eastarm |
| 0 | 4617 | | | 0 | | | | | | | |
| 54 | 54- | Ulei de Silicon flacon | buc | 90 | 735 | 882 | 66150 | 79380 | HPMC 20-04 | India/ Optitechnics | |
| 0 | 4617 | 5700 | | 0 | | | | | Unlimited | VRL600 | DataControl |
| 55 | 55- | Ulei de Silicon flacon | buc | 40 | 735 | 882 | 29400 | 35280 | /SUA/ Bausch | Lomb | SRI. |
| 0 | 4617 | 1300 | | 0 | | | | | | VRL500 | DataControl |
| 57 | 57- | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | buc | 76 | 1362 | 1634.4 | 103512 | 124214.4 | ADV /SUA/ BACKFL.S | Tetis International | |
| 0 | 4617 | | | 0 | | | | | OFT TIP 25G | SRI. | |
| 58 | 58- | Pense endooculare Tips: MAX Grip | buc | 68 | 2060 | 2472 | 140080 | 168096 | USA/ Alcon FC25.D07 | BioAnalitica | |
| 0 | 4617 | | | 0 | | | | | Nitreq/ Olanda | SRI. | |
| 59 | 59- | Pense endooculare ILLA | buc | 68 | 3106 | 3727.2 | 211208 | 253449.6 | REVOLUT. DSP ILM FORC.6' | Tetis International | |
| 0 | 4617 | | | 0 | | | | | USA/ Alcon | SRI. | |
| 60 | 60- | Foarfice endooculare Curved | buc | 73 | 3100 | 3720 | 226300 | 271560 | REVOLUT. DSP 25GA+CUR V.SCISS | Tetis International | |
| 0 | 4617 | | | 0 | | | | | USA/ Alcon | SRI. | |

Ofertanții respinși/descalificati:

Lotul I Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc

- Oferta operatorului economic Sogno SRL se respinge în conformitate cu art. 69 din (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Cu cartus pentru incizie 2.4-2.75 mm, s-a oferit o serisoare din partea producătorului unde se poate identifica că incizia pentru dioptria până la +26.0 D incizia este 2.2mm.

– S-a solicitat Gama dioptrică pasul de 0.5 D pentru (-) la dioptrica + 6.0 - +30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrică +31.0 - +40.0D, s-a oferit gama dioptrică de la -10.0 până la +34.0, cu indicația existenței gamei dioptrice în 2022 (până la -10.0D) până la +36.0D, pentru care însă nu au fost testate încă.

– Oferta operatorului economic **Bifa EstFarm SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat indice de refracție 1.55, s-a oferit indicele de 1.56;

2. S-a solicitat Gama dioptrică, pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 - +30.0D, pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D, s-a oferit o broșura unde s-a indicat -6.0D până la -40.0D (cu pasul de 0.5), o broșură unde datele sunt suspecte și sunt diferențe ca prezentare și calitatea afișării în comparație cu restul informațiilor în broșura, iar pe site-ul oficial al producătorului <http://www.womisens.in/portfolio/hydrophobic-iols/> la modelul oferit s-a regăsit dioptria -10 până la -30 (creștere de 0.5 în D - 18 până la 25). Constanta A s-a oferit 117.8, s-a solicitat 118.4.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Haptică de 13 mm, s-a oferit haptică de 12.5 mm;

2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;

3. S-a solicitat Constanta A: 118.4, s-a oferit 118.7;

4. Lipsesc gama dioptrică de la +35.0D până la -40.0D (din F4.1);

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Haptică de 13 mm, s-a oferit haptică de 12.5 mm;

2. S-a solicitat Indicele de refracție de 1.55, s-a oferit 1.54;

3. S-a solicitat Constanta A: 118.4, s-a oferit 118.7;

4. Lipsesc gama dioptrică de la +35.0D până la -40.0D (Ultima pagina din catalog).

– Oferta operatorului economic **Tecis International SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Optic biconvex, asymmetric anterior s-a oferit sub codul SA60AT Asymmetric Biconvex cu constanta 118.4;

2. S-a solicitat Optic biconvex, asymmetric anterior, constanta A 118.4, s-a oferit sub codul SA60AT SRK/T Optical cu constanta 118.7 /SRK/T Ultrasound; cu constanta 118.3.

Lotul 2 Cristalin artificiaj, camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (i.V with blue light filter), Cartus inclus

– Oferta operatorului economic **Sogeo SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Se solicită haptică de 13mm, s-a oferit de 12.5 mm;

2. S-a solicitat Constanta A 118.7, s-a oferit 118.5;

3. S-a solicitat indicele de refracție 1.55, s-a oferit 1.48;

4. S-a solicitat Gama dioptrică, pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +34.0D, s-a oferit gama dioptrică +8.0 până la 30.0D.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat indicele de refracție 1.55, s-a oferit 1.52;

2. S-a solicitat Constanta A 118.7, s-a oferit 119.1;

3. S-a solicitat Gama dioptrică, pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6.0 - +30.0D, s-a oferit gama dioptrică +11.0 până la 30.0D.

Lotul 3 Cristalin artificial camera posteriora, fixare, foramen in haptica

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Optic biconvex, 7,0 mm, s-a oferit 6,0 mm;

2. S-a solicitat constanta A 118,8, s-a oferit 118,5;

3. S-a solicitat Haptică = 12,5, s-a oferit 12,5;

4. Gama dioptrica = +10,0D - -30,0D (cerere : 5- -30D).

Lotul 4 Cristalin artificial camera posteriora, fixare, foramen in haptica

- Oferta operatorului economic **Fetis International SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Gama dioptrica: -6,0D.... -30,0D, pasul 0,5, și +1,0 la gama dioptrica -31,0,... -40 s-a oferit numai gama dioptrica -6,0D.... -30,0D.

Pentru Modelul oferit **M.60AC**, în catalog se regăsește data specificată diferență (diferă constanta A (119,9; 118,8), filtru (UV, Natural)).

Lotul 5 Cristalin artificial camera posteriorare foldabil, cu injector unic folosintă

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 10 alin.(3) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -5,0 pîna la +30,0, s-a cerut de la -1,0 pîna la +40,0;

- Oferta operatorului economic **Dia EstFarm SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +8,0 pîna la +30,0, s-a cerut de la +1,0 pîna la +40,0;

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la -9,0 pîna la +30,0, s-a cerut de la -1,0 pîna la +40,0;
2. Lungimea totală e de 11,0 mm, s-a solicitat s-a cerut 12,5;
3. S-a oferit Constanta A 118,0, s-a solicitat s-a cerut 118,2.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL**, se respinge în conformitate cu art. 71 alin.(1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășeste cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 6 Cristalin artificial camera posteriorare, foldabil, cu 4 puncte de fixare, Cartus inclus.

- Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat lungimea de 11 - 11,5 s-a oferit 12,5;

2. S-a solicitat Constanta A 118,5 s-a oferit constanta A 118,4;

3. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +8,0 pîna la +30,0, s-a solicitat de la +0,0 pîna la +30,0.

- Oferta operatorului economic **Zeticon SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

Nu corespunde constanta A s-a solicitat 118,5 s-a oferit 118,0.

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume:

1. Nu corespunde gama dioptrica - s-a oferit de la +10,0 pîna la -30,0, s-a cerut de la -0,0 pîna la -30,0 .

– Nu corespunde constantă A , s-a solicitat 118.5 și oferit 118.0;

– Nu corespunde incizia – s-a cerut pînă la 2.75, s-a oferit pentru incizie pînă la 2.2.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Bunny Lens fară și AF și MP. Totodată s-a solicitat pasul de 0.5 D pentru modelul Bunny Lens AF).

Lotul 7 Cristalul artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asteric

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde gama dioptrică -10 - +30 d (s-a solicitat -6 - +30 d) indicele de refracție=1.552 (s-a solicitat 1.55)

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat haptică 13mm, s-a oferit 12.5 mm;
2. S-a solicitat indicele de refracție 1.55 s-a oferit 1.5;
3. S-a solicitat constantă A 118.2 s-a oferit 119.1;

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:

– Oferta operatorului economic **Tefis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice,

deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
S-a solicitat acrilic hidrofob, copolimer 2feniletilacrilat și 2feniletilmetacrilat, modelul oferit este acrilat metacrilat copolimer.

Lotul 8 Cristalul artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru picioruse cu injector și cartus inclus

– Oferta operatorului economic **Medee Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat D=6mm, cu haptică de 10.50mm și gama dioptrică -12-30 D, s-a oferit gama dioptrică de +10.0 pînă la +24.5 D pentru D=6mm, pentru gama dioptrică -25.0 pînă la +30.D, D= 5.7mm. Pentru toată gama dioptrică se regăsește 3 haptică diferite în ofertă propusă: 11.00 mm (from +10.0D to +14.5D) 10.75 mm (from -15.0D to -24.5D) 10.50 mm (from -25.0D to -30.0D).

Oferta operatorului economic **Imunotelmed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus; - From -10.0 D to 15.0 D; 11.0 mm from 15.5 D to 22.0 D; 10.7 mm from 22.5 D to 30.0 D; 10.5 mm
- 2.S-a solicitat Constantă A : 118.5, s-a oferit Constantă A 118.851.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

– Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrică de la 22.0D în sus; 11.0 mm de la 0.0 D pînă - 15.0 D 10.7 mm de la -15.5 D pînă la - 22.0 D 10.5 mm de la - 22.5 D pînă la +30.0 D.

– S-a solicitat D= 6mm, această cerință se regăsește în ofertă nu la toată gama dioptrică: 6.0 mm de la - 15.5 D de la - 22.0 D 6.2 mm de la 0.0 D pînă la +15.0D.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrica de la +22.0 D în sus și 11.0 mm de la 0.0 D pînă la +15.0 D (0.7 mm de la +15.5 D pînă la +22.0 D)
2. S-a solicitat D=6mm, această cerință se regăsește în ofertă nu la totă gama dioptrică: 6.0 mm de la -15.5 D pînă la -22.0 D și 6.2 mm de la 0.0 D pînă la +15.0D.

Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preîncaret în injector

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea solicitată H=12.5 mm, se oferă doar 13.0 mm.

2. S-a solicitat Constanta A 118.2 se oferă constanta A 118.9.

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL**, se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prevederii legii.

Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioară folosibil, monobloc, cu patru pieptene preîncaret în injector

- Oferta operatorului economic **Imunoichomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Lungimea de 10.5 mm corespunde numai pentru gama dioptrica de la +22.0D în sus (From -10.0 D to 15.0 D; 11.0 mm From 15.5 D to 22.0 D; 10.7 mm From 22.5 D to 30.0 D; 10.5 mm.)

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. Lungimea solicitată (haptică) 10.5, se oferă 11.0 mm.

11 m (9.5D and above); 11.5mm (or lower D)

2. S-a solicitat incizia de 2.2 mm, s-a oferit incizia de 1.8 mm.

Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioară, PMMA

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4-118.5, se oferă 118.2.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrica -6.0 pînă la -30.0D cu pasul de 0.5D, se oferă 0.0 pînă la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10.5 pînă la +30.0 cu pasul de 0.5D.

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după pret, se respinge în conformitate cu art. 10 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu achizițiile publice, deoarece este inclusă în Lista de interdicție a oferărilor economice;

- Oferta operatorului economic **Zeticon SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 din (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Gama dioptrica -6.0 pînă la -30.0D cu pasul de 0.5D, se oferă 0.0 pînă la +10.0 cu pasul de 1.0D și de la +10.5 pînă la +30.0 cu pasul de 0.5D.

Lotul 12 Cristalin artificial dur camera posterioară

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanta A - s-a solicitat 118.4, se oferă 118.2.

– Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lama dioptică -5,0 pînă la +32,00) cu pasul de 0,50), s-a oferit lama +10,0 cu pasul de 1,00) și de la -10,5 pînă la +30,0 cu pasul de 0,50.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu au fost reăgăsite gama dioptică și constanta A, nu s-au prezentat clarificări.

Lotul 13 Cristalin artificial foldabil

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptică - s-a oferit de la -5,0 pînă la +30,0, s-a solicitat de la -1,0 pînă la +40,0.

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (5) lit i) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:

– Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde gama dioptică - s-a oferit de la -8,0 pînă la +30,0, s-a solicitat de la -1,0 pînă la +40,0.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde constanța A s-a solicitat 118,2, s-a oferit 118,5.

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 15 Cristalin artificial dur et/a

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele exprinse în documentația de atribuire, și anume: Nu a fost prezentată moșta pentru acest lot.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Lungimea solicitată (hapica) 12,5, s-a oferit 13,0.

Lotul 16 Cristalin artificial multifocal

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat aderății 1,5 D și 3D, s-a oferit aderății 2,25 D și 3 D. Înțelele difractive nu corespund numarului cerut.

Lotul 25 Capsulorretractor

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia predatești este indicat de unică folosință.

– Oferta operatorului economic **Autotechnic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat reutilizabil, pe cutia predatești oferit ca moștră este indicat de unică folosință.

Lotul 26 Cânturi operatorii pentru chirurgia globului ocular

– Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a oferit cu 2 punzi de colțare a fluidelor, dar s-a solicitat o punză, ceea ce creează disconfort în timpul operației.

Lotul 28 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2,75 mm

– Oferta operatorului economic **Zeticon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Moșta prezentată nu este sterilă. Nu se cumpără dacă este nouă și nu a putut fi evaluată. Astfel, nu a fost îndeplinită cerința expusă în anumul de participare moștră se va prezenta petru testare clinică.

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde cerintelor chirurgicale. Nu tăie bine, scarje în țesut, incizia nu este uniformă.

Lotul 29 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2,6 mm

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: nu corespunde, nu are marker la 2 mm.

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice,

deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: S-a solicitat oțătinea lama de 2,6 mm, să fie la 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: S-a solicitat că lungimea lama: 2,6 mm, să fie 2,65 mm, nu are marker la 2 mm.

Lotul 30 Cutit microchirurgical (pentru incizie cornicăna, sclerală)

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Mostra nu tăie bine, este prea scurtă zona de luart.

Lotul 31 Cutit oftalmic pentru incizie cornicăna de bază 2,2 mm

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Mostra nu tăie bine, scarje în țesut, incizia nu este uniformă.

Lotul 32 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 1,2 mm

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde cerintelor chirurgicale. Nu tăie bine, scarje în țesut, incizia nu este uniformă.

Lotul 34 Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Nu coincide curbura ac s-a oferit 7/16, (s-a solicitat 7A), să oferă diametru acelui 4,2 (s-a solicitat D=0,23), să oferă lungimea 15 (s-a solicitat 15,34).

Lotul 36 Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin. (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:

– Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acelui s-a oferit 6,0 mm, să fie solicitat 6,19 mm.

– Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acelui s-a oferit 6,2 mm, să fie solicitat 6,19 mm, nu este specificată grosimea acelui.

– Oferta operatorului economic **Medee Service SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acelui s-a oferit 6,2 mm, să fie solicitat 6,19 mm.

– Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acelui s-a oferit 6,0 mm, să fie solicitat 6,19 mm.

Lotul 37 Fir sutura Nylon 9/0 pentru chirurgia oftalmica

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin. (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:

- Oferta operatorului economic **Imunotehnmed SRL**, respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,2 mm, s-a solicitat 6,55 mm, diametrul acului s-a oferit 0,15mm, s-a solicitat 0,2 mm.
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.
 - Oferta operatorului economic **Medee Service SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 0,2mm x 30cm, s-a oferit 0,3 x 30cm; Lungimea acului s-a oferit 6,4 mm, s-a solicitat 6,55 mm.
- Lotul 39 Fir sutură nailon 10/0, 12'**
- Oferta operatorului economic **Triumf-Medical SRL**, primal lucru după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici:
 - Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 1=6,19 mm, s-a oferit 6,2 mm.
 - Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat lungime 0,2mmx30cm, s-a oferit 20cm, s-a solicitat lungime acului 6,19 mm, s-a oferit 15,0 mm, s-a solicitat diametrul acului 0,15mm, s-a oferit 0,24 mm, s-a solicitat acul 3/8, s-a oferit 1/4.
- Lotul 40 Hialuronat de sodiu 1%**
- Oferta operatorului economic **Dita EstFarm SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra nu corespunde, instrucțiunile pe cutie sunt contradictorii, nu coincide mg de substanță activă (10mg versus 24 mg). Nu coinează instrucțiunile pe ambalaj și pe produs; conținutul de sodiu hialuronat 24 mg versus 10 mg, termenul de valabilitate. Astfel, moșta oferită nu a putut fi testată eline după cum s-a solicitat în anunțul de participare în Declarație de preventare a mostrelor.
 - Oferta operatorului economic **BioAnalitică SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Este utilizat actualmente. Nu corespunde cerințelor chirurgiei. Este prea lichid, nu vascos, nu înne bine camera anteroiară, se scurge aproape ca apa.
- Lotul 42 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm**
- Oferta operatorului economic **Iumotchnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat 14mm, s-a oferit 13mm.
- Lotul 46 Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde; S-a oferit 1 ac (s-a solicitat 2 ac), lungimea acului s-a oferit 6,4 mm (s-a solicitat 6,55 mm).
- Lotul 47 Sutura chir. oftalm. Polyester 5/0**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coinează lungimea acului s-a oferit 8,5 mm (s-a solicitat 7,92 mm).
- Lotul 48 Sutura chir. oftalm. Polyester 6/0**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu coinează lungimea acului s-a oferit 8 mm (s-a solicitat 7,92 mm).
- Lotul 49 Trepante pentru transplant de cornee jetabile**
- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, s-a oferit dimensiuni 6,0-8,0.

Lotul 50 Trepante pentru transplant de cornei jetabile

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: S-a solicitat dimensiuni de la 5,0-8,0, să-a oferit dimensiuni 7,0-9,0.

Lotul 59 Pense endooculare ILA

- Oferta operatorului economic **Imunotchimed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerintelor expuse în documentația de atribuire. Nu a fost prezentată moștură.

- Oferta operatorului economic **Bio Analitica Srl**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece ofertă nu corespunde cerintelor expuse în documentația de atribuire. Nu a fost prezentată moștură.

Lotul 60 Foarfee endooculare Curved

- Oferta operatorului economic **Bio Analitica SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece ofertă nu corespunde cerintelor expuse în documentația de atribuire. Nu a fost prezentată moștură.

Lotul 61 Foarfee endooculare cu tăiere vertical

- Oferta operatorului economic **Bio Analitica SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: Moștură. La foarfee este mobilă parțial (brană) distală care se poziționează sub membrana care urmează să fie tăiată, risc de rupere iatrogenă a tesutului adiacent prin tracțiune.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerintelor tehnice și anume: S-a oferit 23G, să-a solicitat 25G.

Lotul 62 Vopsea pentru capsula anteroioră

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin.(6) lit.b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu cloride 8,2 mg, au fost solicitate clarificări.

- Oferta operatorului economic **Lenses Grup SRL**, se respinge în conformitate cu art. 17 alin.(5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta. Nu este indicat sodiu cloride 8,2 mg, au fost solicitate clarificări.

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, se respinge în conformitate cu art. 17 alin.(5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele exprimate în documentația de atribuire: deragăse cu 30% valoarea estimată și achiziției, calculată conform prezentăi legi; loturile să anulează după ceva vreme;

Lotul 1 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc

Lotul 4 Cristalin artificial camera posteriora, foldabil, cu trei piese, Cartus inclus

Lotul 6 Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare, Cartus inclus

Lotul 7 Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toxic asferic

Lotul 8 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat în injector

Lotul 9 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat în injector

Lotul 10 Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat în injector

Lotul 11 Cristalin artificial dur camera posterioara, PMMA

Lotul 12 Cristal în artificial dur camera posterioară

Lotul 13 Cristal în artificial foldabil

Lotul 15 Cristal în artificial dur c/a

Lotul 20 Canula getabilă 23G

Lotul 25 Capsuloretractor

Lotul 28 Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurgia cataractei lama de 2.75 mm

Lotul 36 Fir sutura Nylon 10/0 pentru chirurgia oftalmica

Lotul 39 Fir sutura nailon 10/0, 12'

Lotul 42 Inel de tensionare la operatii la cataracta 14,0 mm

Lotul 48 Sutura chir. oftalm. Polyester 6/0)

Lotul 49 Trepante pentru transplant de cornee jetabile

Lotul 50 Trepante pentru transplant de cornee jetabile

Lotul 61 Foarfee endooculare cu tăiere verticală

Lotul 62 Vopsea pentru capsula anterioara

În temeiul art. 71 alin. (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată etori sau omisuri, autoritatea contractantă afîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la înălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

Lotul 20 Canula getabilă 23G Specialiștii propun să se completeze specificația tehnică, înănd cont ca nu sunt date solicitate pentru partea distală.

Nu a fost depusă nici o ofertă pentru loturile:

Lotul 38 Fir sutura vîrbit 9/0 pentru chirurgia globului ocular

Lotul 56 Benzi de silicon

Pentru loturile anulate și pentru loturile care nu a fost depusă nici o ofertă se va iniția și desfășura o nouă procedură de achiziție publică.


Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care înră în sferea de aplicare a prevederii legii pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare,

. Astfel, contractul de achiziție urmărată a fi semnat începând cu data de 10.03.2022, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către C.I.P.C.S este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEA

*Ex. Irina Arvinte
Tel. 022 222 364*



Operatori Economici

Bioanalitica SRL
DataControl SRL
Dita Estafarm SRL
Imunotehnomed SRL
Lenses Group SRL
Medec Service SRL
Natusana SRL
Sogno SRL
Tetris International SRL
Triumf-Moliv SRL
Zeticon SRL

Beneficiar (lista de distribuie)

Casa Universitara de AMP NTesemitanu
AMT Riscani


CETBACIOTI
Instiutul de Medicina Urgenta
SC Balati

SCM Sfanta Treime
SCMG Al Ma
SCR Timolei Mosneaga_202172955151

SIS RM
SR Anenii Noi_20217295512

SR Calarasi
SR Causeni
SR Comrat
SR Drochia
SR Floresesti
SR Risesani
S _ Ingheani

SR Vilceanesti



Dispozitive
Or:
Oțnupărieho:
Komy:
Konne:
Tema:
— Brăzdehnă:

Office <Office@capcs.md>
22 februarie 2022 r. 15:42
Dan Negrescu, reghinatudosan@ditam.d, office@imunoterhomed.m,
biocanaliica.moldova@gmail.com, contact@datacontrol.m, iulianurova@ditam.d,
lenssesgrup2015@gmail.com, medec.serice@gmaiil.com, natusana.
moldova@mail.ru, sogno@mail.ru, sogno.md@mail.com, sogno@mail.net,
utilaj@tefis.m, marketing@tefis.m, Triumf Motiv SRL, Triumf Motiv SRL, Triumf
Motiv SRL, office@zeticonmed.com, amtricscani@ms.m, Clinica Universitara de
Asistenta Medicala Primara a USMF N.Tesemiteanu, cs.bacoi@ms.m,
achiziții@urgenta.m, imcopil@ms.m, mamsicop@gmail.com, mamsicop@ms.m,
„Spitalul Clinic Municipal Bălți”, cmstremie@gmail.com, achiziții publice,
scmc@army.m, oxigen76@mail.ru, scr@ms.m, achiziții publice,
sis@sis.m, rops@spitalulcarpinet@ms.m, „SR Anenii Noi”, „SR Calarasi”,
srcomarat@ms.m, surugheeni@ms.m, survlancanestis@ms.m
dispozitive@capcs.m, arvinete@rinal@capcs.m
Evahare Achicitionarea centralizata de implementuri oftalmologice - cristaline
rg02-740.pdf, Lista de distribuite Oftalmologie 2022.xls

