



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 4902-804 din " 04 " 03 2022

Operatorilor economici

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), cu privire la procedura de achiziție publică prin Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 01/DM din 04.03.2022 privind *Achiziționarea articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) în contextul situației de urgență pentru anul 2022*, clarifică următoarele modificări:

Pentru lotul nr . 7 *Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm* s-a modificat specificația tehnică **din** "Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+0.1)g de apă distilată la temperatura (20+2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip, - lungimea tubului minim 155cm maxim 165cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 18G x 1 1/2, apirogen, netoxic," **în**

"Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată camera de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care crează câte 20 picături din (1.0+0.1) g de apă distilată la temperatura (20+2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - manson de cauciuc între tub și acul metalic pentru administrarea suplimentară a medicamentelor; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm maxim 155cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1 1/2, apirogen, netoxic"

Totodată, au fost adăugate 2 loturi: nr. 9 *Bandaj (Fase) de tifon, 5m x 10cm, sterila, densitatea min. 32 g/m2* și nr. 10 *Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2, anuntul/invitația de participare se atașează.*

S-a adăugat admiterea ofertelor alternative, cu următorul conținut: *-Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte cu alte specificații tehnice decât cele stabilite în caietul de sarcini, dar să corespundă denumirii lotului. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor de bază care corespund cerințelor, indiferent de poziționarea după preț.*


- *Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.*

Ofertanții vor depune separat oferta de bază și oferta alternativă, în plicuri sigilate, marcându-le în mod corespunzător.

De asemenea, s-a modificat termenul depunere a ofertelor **din 04.03.2022 ora 14:00 în 07.03.2022, ora 10:00.**

Cu respect,

Președintele grupului de lucru



Gheorghe GORCEAG