

### Specificații de preț

Numărul licitației: NFP 07/DW		Data: 18.05.2022		Alternativa nr.								
Denumirea licitației: "Privind Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetele Neuroradiologie Intervențională ai IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat3) "			Lot: 30		Pagina 1 din 1							
Codul CPV	Nr. Lot:	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2	3	4	5	6	7	8	9			
33100000-1	30	Stent Graft Periferic	Buc.	5	30,486,5000	30,486,5000	152,432,5000	152,432,5000	Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitati: DDP - Franco destinatie vamuit, Incoterms 2020, in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.			150000
<b>Total ofertă</b>							<b>152,432,50</b>	<b>152,432,50</b>				

Semnat:



Numele, prenumele: Captari Alexandru în calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINAŪ, str. Academiei 3, of. 110B



  
 Proșia



## Specificații tehnice

Nr. Licitației	NFP 07/DM				Data:	18.05.2022	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licitației	"Privind Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutului Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetată) "				Lot:	30	Pagina:	1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100000-1	30	Stent Graft Periloric	E-Ventus BX 91BX2805L-00 91BX3805L-00 91BX5805L-00 91BX2806L-00 91BX3806L-00 91BX5806L-00 91BX2707L-00 91BX3707L-00 91BX5707L-00 91BX2708L-00 91BX3708L-00 91BX5708L-00 91BX2709L-00 91BX3709L-00 91BX5709L-00 91BX2710L-00 91BX3710L-00 91BX5710L-00	Germania	Jotec GmbH	Stent graft cu mеса expandabil pe balon, cu flexibilitate înalta și forța radială ridicată pentru abordarea leziunilor complexe. Stent graft de uz endovascular, pentru tratamentul perforațiilor, aneurismelor, rupturilor și fisurilor filare și renale dificile, compatibil cu ghid de 0.035". Platforma construită din doua stenturi cu celula deschisă de Co-Cr (L605) cu o micro membrană poroasă din pte între ele și una ce acoperă stentul exterior. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-complianț, pe carter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft SE. Markerii balonului sunt Platina/Iridium. Presiunea nominală a balonului: 11 bar pentru diametre 5.0 - 6.0 mm; 9 bar pentru diametre 7.0 - 8.00 mm; 8 bar pentru diametre 9.0 - 10.0 mm. RRP: 13 bar pentru diametre între 5.0 - 7.0 mm și 12 bar pentru diametre între 8.0 - 10.0 mm. DIMENSIUNI: Lungimi: 27/28 mm, 37/38 mm și 57/ 58 mm Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MW): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducătoare: 7F /5V și 8F/ 8V; 8F/ 8V. Compatibili RIMA, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.	E-ventus BX Stent graft diameters from 5 to 10 mm and lengths from 18 to 58 mm provide for the treatment of a wide range of vascular anatomies. Low profile delivery systems facilitate vessel access. - 6 F for 5 and 6 mm stent grafts, - 7 F for 7 to 10 mm stent grafts. Highly flexible delivery catheter ensures good trackability and that the target lesion is reached safely and conveniently. "X" ray markers on the delivery system provide clear visualisation of the stent graft allowing confident and accurate positioning.	CE/ISO

Semnăt:

Numele, prenumele: Capitan Alexandru

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINĂU, str. Academiei 3, of. 110B



*Bohica*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

