

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**


**Numărul procedurii de achiziție:** NEP 04/DM din 03.05.2022 (OFERTA DE BAZĂ)

**Obiectul achiziției:** Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat).


Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	33100000-1	Set introducător pentru punctie arterială femurală	Bucată	4	298,00	321,84	44.700,00	48.276,00	9 in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
2	33100000-1	Set introducător pentru punctie arterială radială	Bucată	100	298,00	321,84	29.800,00	32.184,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
6	33100000-1	Teacă ghid scurt	Bucată	30	2.280,00	2.462,40	68.400,00	73.872,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
7	33100000-1	Teacă ghid lung	Bucată	20	3.250,00	3.510,00	65.000,00	70.200,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
8	33100000-1	Microcatetere	Bucată	2	6.780,00	7.322,40	13.560,00	14.644,80	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
9	33100000-1	Arc ghid de diagnostic stifi	Bucată	50	1.085,00	1.171,80	54.250,00	58.590,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
10	33100000-1	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Bucată	50	3.380,00	3.650,40	169.000,00	182.520,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
40	33100000-1	Cateter pentru trombaspirație	Bucată	20	5.600,00	6.048,00	112.000,00	120.960,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
50	33100000-1	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi - stent retriever	Bucată	35	36.800,00	36.890,00	1.291.150,00	1.291.150,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.
<b>Total</b>							<b>1.847.860,00</b>	<b>1.892.596,80</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FCPC - DataControl S.R.L.** Adresa: **str. N. Testemitanu 17/6** Tel: **0-22-27-37-12**



*Bohica*  
*ASUF*  
*ASUF*  
*ASUF*



Numărul licitației: NFP 04/DM din 03.05.2022


Denumirea licitației: Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	33000000-0	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Radifocus® Introducer II	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	<p>Sa contina: teaca dilatator, mini-ghid din inox sau nitinol acoperit cu PTFE, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringa injectare manuala de 2.5 cc</p> <p>Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm</p> <p>Sa alba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei</p> <p>Dilatator conic din polipropilena, netraumatic</p> <p>Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025"</p> <p>Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei.</p> <p>Sa fie prevazute cu marcător radioopac - P/I/r pentru o mai buna vizualizare</p> <p>Sa alba inel de suturare pentru o mai buna securizare a teci</p> <p>Sa alba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitiei corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange</p> <p>Cu sau fara obturator</p> <p>Produs "latex-free"</p> <p>Rezistenta la kinking</p> <p>Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabili-copie confirmata prin semnatura participantului;</p> <p>2. Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabili - copie confirmata prin semnatura participantului;</p> <p>3. Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice;</p>	<p>Contine: teaca dilatator, mini-ghid din inox sau nitinol acoperit cu PTFE, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringa injectare manuala de 2.5 cc</p> <p>Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm</p> <p>Sa alba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei</p> <p>Dilatator conic din polipropilena, netraumatic</p> <p>Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025"</p> <p>Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei.</p> <p>Sa fie prevazute cu marcător radioopac - P/I/r pentru o mai buna vizualizare</p> <p>Sa alba inel de suturare pentru o mai buna securizare a teci</p> <p>Sa alba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitiei corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange</p> <p>Cu sau fara obturator</p> <p>Produs "latex-free"</p> <p>Rezistenta la kinking</p> <p>Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabili-copie confirmata prin semnatura participantului;</p> <p>2. Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabili - copie confirmata prin semnatura participantului;</p> <p>3. Catalogul producatorului/ prospecte/ documente</p>	CE/ISO



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




						<p>4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).</p> <p>Sa contina: teaca, dilatator, mini-ghid din inox sau plastic ac de punctie arteriala arteriala (single sau double-wall) 20G sau 22G si scalpel Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6 F, si L: 7, 10, 16, 25 cm Sa alba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator ascutit, conic din poliipropilena, netraumatic Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025" Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - P/I/r pentru o mai buna vizualizare Sa alba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa alba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free" Rezistentia la kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizate de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2. Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3. Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).</p>	<p>tehnice; 4. In oferta se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).</p> <p>Sa contina: teaca, dilatator, mini-ghid din inox sau plastic ac de punctie arteriala arteriala (single sau double-wall) 20G sau 22G si scalpel Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6 F, si L: 7, 10, 16, 25 cm Sa alba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator ascutit, conic din poliipropilena, netraumatic Mini ghid: 0,018", 0,021", 0,025" Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - P/I/r pentru o mai buna vizualizare Sa alba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa alba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free" Rezistentia la kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizate de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2. Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3. Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice 4. In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).</p>
<p>2</p> <p>33000000-0</p> <p><b>Set introducător Pentru punctie arteriala radial</b></p> <p><b>Radifocus®</b> <b>Intruder II</b> <b>Transradial Kit, Standard Kit R</b></p> <p>RT-R40A07PQ RT-R50A07PQ RT-R60A07PQ RT-R40D07PQ* RT-R40G07PQ RT-R50G07PQ RT-R60G07PQ RT-R40A10PQ RT-R50A10PQ RT-R60A10PQ RT-R40D10PQ RT-R50D10PQ RT-R60D10PQ RT-R70D10PQ RT-R40G10PQ RT-R50G10PQ RT-R60G10PQ RS-R40K10M0 RS-R50N10M0 RS-R60N10M0 RS-R70N10M0 RS-R80N10M0 RS-R90N10M0 RM-R5F16PQ RM-R5F25PQ RM-R5F16PQ RM-R5F25PQ RM-R6F625PQ RM-R6F16PQ RM-R6F16PQ RM-R6F25PQ</p> <p>Belgia</p> <p>TERUMO EUROPE N.V.</p> <p>TERUMO CORPORATION</p> <p>Japonia</p> <p>Conceptua pentru a functiona atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare Armare spiralata în interiorul tecii Acoperire hidrofilica distală</p>	<p>6</p> <p>33000000-0</p> <p><b>Teacă ghid scurt</b></p> <p><b>Destination®</b> <b>Guiding Sheath</b></p> <p>Japonia</p> <p>TERUMO CORPORATION</p> <p>Conceptua pentru a functiona atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare Armare spiralata în interiorul tecii Acoperire hidrofilica distală</p>						



*Bohca*

*Andr*

*D. S. ...*



**SPECIFICAȚII DE PREȚ**


**Titlul procedurii de achiziție:** NEP 04/DM din 03.05.2022 (OFERTA ALTERNATIVĂ)

**scopul achiziției:** Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgență pentru anul 2022 (respectiv).

CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
90.11	Spirale (coiluri perferice)	Bucată	2	12.500,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	In decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului
	<b>Total</b>					<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	

**Semnati:** \_\_\_\_\_ **Numele, prenumele:** Alexandru Grabazei **În calitate de:** Director \_\_\_\_\_


**Ofertantului:** FCPC "Data Control" S.R.L. **Adresa:** str. N.Testemianu 17/6 **Tel:** 0-22-27-37-12



CE/ISO

din 7

*Mr. Botis*  
*Adrian*  
*Dr. Carz*  
*[Signature]*





Specificația tehnică

Numărul licitației: **NFP 04/DM din 03.05.2022 (OFERTA ALTERNATIVĂ)**

Denumirea licitației: **Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022 (repetat)**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		Bunuri/servicii	2	3	4	5	6	7
48	33000000-0	Spirale (coiluri periferice)	AZUR® Framing Coil / Peripheral Hydrocoil / CX	S.U.A.	Micro Venton, Inc.	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm și lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spiralelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035; spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm și lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate de la producator. Certificat conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm și lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spiralelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035; spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm și lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate de la producator. Certificat conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 10 zile).	CE/ISO





45-481530  
45-482030  
45-450410  
45-450510  
45-450610  
45-450415  
45-450515  
45-450615  
45-450815  
45-451015  
45-451215  
45-450620  
45-450820  
45-451020  
45-451220  
45-451520  
45-452020  
45-451230  
45-452030  
45-451530  
45-452030  
45-280202  
45-280302  
45-280402  
45-280304  
45-280404  
45-280504  
45-280406  
45-280506  
45-280606  
45-280510  
45-280610  
45-280810  
45-250404  
45-280514  
45-280614  
45-280814  
45-281014  
45-250406  
45-250506  
45-280620  
45-280820  
45-281020  
45-250510  
45-250610  
45-250810  
45-250614  
45-250814  
45-251014  
45-251514  
45-250820  
45-251020  
45-251520  
45-251620  
45-780413  
45-780516  
45-780620  
45-780724  
45-780828


*[Handwritten signature]*



*Revis*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



		45-780928				
		45-781032				
		45-781238				
		45-781434				
		45-781639				
		45-781836				
		45-782040				
		45-750407				
		45-750511				
		45-750609				
		45-750617				
		45-750812				
		45-750824				
		45-751019				
		45-751324				
		45-751632				
		45-752039				

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Alexandru Grabazei în calitate de: director

Ofertantului: FCPC "DataControl" SRL Adresa: str. N. Testemițanu 17/6, mun. Chișinău, Republica Moldova



*Art. Robia*

*[Signature]*

*[Signature]*

