

SINTEZĂ
Obiecțiilor și Propunerilor (Recomandărilor)
la proiectul caietului de sarcini *Dispozitivelor medicale, conform necesităților*
instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)

Participant	Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
Health Medical Solutions	<p>Propuneri de modificare a specificațiilor tehnice pentru lotul 15 Sistem radiografic digital, să se modifice următoarele puncte:</p> <p>a) Punctul focal de la podea - Punctul focal de la podea minim de la 40 pîna la 190 cm. Solicităm respectuos excluderea acestui punct, deoarece fiecare producător își configurează propriul punct focal., și acest parametrul nu influențează calitatea imaginii în sine.</p> <p>b) Generator de raze X - Intervalul mAs minim 0.1m As – 640 mAs, să se modifice în intervalul de 0.1 mAs – 630 mAs. Astfel se va mări spectrul de oferte și mai mult ca atît, această modificare nu va influența calitatea actului medical și configurația sistemului în sine, deoarece valorile maxime mAs expozate pe pacient sunt de 250 mAs.</p> <p>c) Tubul de raze X - Rata de răcire, HU/min ≥ 300000, rugăm respectuos clarificarea acestui punct deoarece, o astfel rată de răcire nu prezintă nici un tub pe piață la ora actuală valorile fiind de ordinul 160 000 HU/min. Din acest motiv considerăm, că s-a dorit indicarea unui alt parametru, capacitatea maximală de disipare termică a anodei, care există de așa valori de 300 KHu și nu depinde de componenta de timp.</p>	<p>Lotul nr. 15 Sistem radiografic digital a fost exclus din lista suplimentară nr. 5.</p> <p>Pentru lotul respectiv se va iniția o nouă procedură de achiziție publică. Caietul de sarcini va fi publicat pe pagina web a CAPCS, la rubrica transparență.</p>

Conducătorul grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG

