

OXIVITMED

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: NFP07/DM din 18.05.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutului Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat 3)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Cod CPV	Cantitate (IBAN)	Ofertant %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Balon pentru pre si postdilatare	Balon pentru pre si postdilatare	200	buc	1 059.63	1 144.40	211 926.00	228 880.00	DDP - Franco destinație vânzător, Incoterms 2020, în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului.	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							211 926.00	228 880.00				



Semnat:  Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov în calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90













OXIVIL MED

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: NEP07/DM din 18.05.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutului Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 (repetat 3)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Balon pentru pre și postdilatare	Balon pentru pre și postdilatare	NC Sprinter	SUA	Medtronic	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiune nominală - 12atm, presiune de explozie - 20atm; dimensiunile ștafului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4-0.5-0 - proximal 1.9F, distal 3.0F. Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm. 1 Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2 Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3 Catalogul prin semnatura si stampila participantului; 3 Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4 In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat; 5, A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile)	Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2; Presiunea nominală - 12atm, presiune de explozie - 20atm; dimensiunile ștafului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; pentru diametrele 4-0.5-0 - proximal 1.9F, distal 3.0F. Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm. 1 Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2 Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3 Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4 In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat; 5, A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile)	ISO, CE

Semnat: Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantului: S.C. OXIVIL MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decembal 82-90



BS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

