

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 19.05.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLIC CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	Republica Moldova, CHIȘINĂU
IDNO	1016601000212
Adresa	Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	022-222364
Număr de fax	022-222364
E-mail oficial	office@capcs.md; capcs.md
Adresa de internet	office@capcs.md ; capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Perciun dispozitive@capcs.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitat�e deschis�ă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea de consumabile angiografice pentru cabinetul Neuroradiologie Intervențională al IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022
Cod CPV	CPV 33100000-1 - Echipamente medicale
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdpl-MD-1637321868736 (21047154)</u> Link-ul: <u>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1637321868736?tab=contract-notice</u> Data publicării: 19.11.2021
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anun�t de inten�ie publicat �n BAP (dup�a caz)	Data: 23.11.2021 Link-ul: <u>https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf</u>

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatîe electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	23 047 000 MDL

Clarificări privind documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 21.12.2021, 10:00), au depus ofertă 15 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Iurie Chirtoaca Eugen
2	Farmina SRL	1002600010549	Corzun Roman
3	Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
4	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
5	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
6	Med-M SRL	1020611000359	Rotari Vladimir
7	Medec-Service SRL	1005600050393	CAPTARI VLADIMIR
8	CAVATEH M SRL	1012600031918	CAPTARI Alexandru
9	Oxivit-Med SRL	1007600044280	KOJEVNIKOV DMITRII
10	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei
11	Electeh SRL	1003600113045	Cojocaru Vera
12	Premium Medical	1017600018747	Pahniuc Nina
13	Tehnomedica	1002600053256	Roibu Tatiana
14	Tribestar Farm	1014600033307	Ostapciuc Alexandr, Guțu Alexandru, Goodwill, management SRL
15	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economiei:

	ImpulsProGroup	DataControl SRL	Premium Medical	DITA ESTFAR M.S.R.L.	Electeh SRL	ICS "Farmina" SRL	IM Natusana SRL	Labromed Laborator SRL	MED -M	Oxitmed	SC MEDEC-Service SRL	Tehnomedica	Tribestar Farm
Cererea de participare	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificația tehnică	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificația de preț	+	+	neconform	neconform	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DUAE	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Nu este în cuantum de 2 %
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	până la 15.05.2021 trebuie pîna la 29.05.2021	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dowada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	+	+	+	+	+	+	+	+
Situată finanțară Declaratie cu privire la prezentarea a moștrelor		+	+	+	+	+	+	+
Declaratie cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		+	+	+	+	+	+	+
Declaratie cu privire la termenul de valabilitate restant	+	+	+	+	+	+	+	+
								5-7 zile

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespondere cu cerințele de calificare	Corespondere cu specificatiile tehnice
1	Set introducator pentru punctie arteriala femurala	600	226,80	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
1	Set introducator pentru punctie arteriala femurala	600	296,00	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
1	Set introducator pentru punctie arteriala femurala	600	270,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
1	Set introducator pentru punctie arteriala femurala	600	320,00	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat

2	Set introducator pentru puncie arteriala radiala	100	266,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	
2	Set introducator pentru puncie arteriala radiala	100	296	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
2	Set introducator pentru puncie arteriala radiala	100	340,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
3	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarde	800	209,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
3	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarde	800	296	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
3	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarde	800	311,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
4	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi	200	2 745	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
4	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi	200	510,0000	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
5	Arc ghid de diagnostic standard	500	480,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
5	Arc ghid de diagnostic standard	500	680	DataControl SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
5	Arc ghid de diagnostic standard	500	580,0000	Life Med	nu corespunde	nu corespunde
5	Arc ghid de diagnostic standard	500	1055,0000	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat
6	Arc ghid de diagnostic lung	150	684,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
6	Arc ghid de diagnostic lung	150	775	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
6	Arc ghid de diagnostic lung	150	620,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
6	Arc ghid de diagnostic lung	150	1100,00	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat
7	Arc ghid de diagnostic stiff	70	860	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
7	Arc ghid de diagnostic stiff	70	700,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
7	Arc ghid de diagnostic stiff	70	1150,00	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat
8	Teacă ghid lung	30	2 950	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
9	Cateter ghid coronare	50	744,80	Oxivit med	coresponde	
9	Cateter ghid coronare	50	928	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
9	Cateter ghid coronare	50	1080,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat

9	Cateter ghid coronare	50	1080,00	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat
10	Cateter-ghid intracranian	200	6 980	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
10	Cateter-ghid intracranian	200	9700,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
11	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	250	1450,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
11	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	250	1916,25	Oxivit med	coresponde	coresponde
11	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente	250	1965	DataControl SRL	coresponde	coresponde
12	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	100	325,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
12	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	100	2 500	DataControl SRL	coresponde	coresponde
12	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	100	4141,83	Oxivit med	coresponde	coresponde
13	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	100	268,00	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
13	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	100	359,00	MED-M	coresponde	coresponde
13	Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	100	380	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
14	Stent pentru artere carotide double layer	80	17400,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
14	Stent pentru artere carotide double layer	80	19 650	DataControl SRL	coresponde	coresponde
15	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	45	11518,75	Oxivit med	coresponde	coresponde
15	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	45	10700,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
15	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	45	17400,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
16	Set inflator cu manometru tip A	150	310,00	Electeh SRL	coresponde	coresponde
16	Set inflator cu manometru tip A	150	359,00	MED-M	nu s-a verificat	nu s-a verificat
16	Set inflator cu manometru tip A	150	385,00	Labromed	nu s-a verificat	nu s-a verificat
16	Set inflator cu manometru tip A	150	265,00	Laborator SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
16	Set inflator cu manometru tip A	150	574,75	Oxivit med	nu s-a verificat	nu s-a verificat

17	Balon pentru pre si postdilatare	200	<u>866,40</u>	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
17	Balon pentru pre si postdilatare	200	900,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
18	Filtru distal pentru protectie embolica	120	<u>11851,44</u>	Oxivit med	coresponde	coresponde
18	Filtru distal pentru protectie embolica	120	13 160	DataControl SRL	nu s-a verificat	nu s-a verificat
19	Set steril getabil pentru interventii angiografice majore	220	<u>580,00</u>	IM Natusana SRL	nu a prezentat mostra conform solicitarii nr. Rg02-191 din 26.01.2022	nu a prezentat mostra conform solicitarii nr. Rg02-191 din 26.01.2022
19	Set steril getabil pentru interventii angiografice majore	220	<u>790,66</u>	DITA ESTFARM S.R.L	nu corespunde	nu corespunde
19	Set steril getabil pentru interventii angiografice majore	220	<u>1890,00</u>	Tehnomedica	coresponde	coresponde
20	Set steril getabil pentru interventii angiografice diagnostice	350	<u>167,00</u>	IM Natusana SRL	nu a prezentat mostra conform solicitarii nr. Rg02-191 din 26.01.2022	nu a prezentat mostra conform solicitarii nr. Rg02-191 din 26.01.2022
20	Set steril getabil pentru interventii angiografice diagnostice	350	<u>210,51</u>	DITA ESTFARM S.R.L	nu corespunde	nu corespunde
20	Set steril getabil pentru interventii angiografice diagnostice	350	<u>280,00</u>	Tehnomedica	coresponde	coresponde
20	Set steril getabil pentru interventii angiografice diagnostice	350	<u>1050,00</u>	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
20	Set steril getabil pentru interventii angiografice diagnostice	350	<u>1080,00</u>	Premium Medical	nu corespunde	nu s-a verificat
21	Microsfere pentru embolizare	10	<u>2800,00</u>	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
21	Microsfere pentru embolizare	10	<u>4 980</u>	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
22	Conector Y mono-	500	<u>90,00</u>	Electeh SRL	nu corespunde	nu corespunde
22	Conector Y mono-	500	<u>150,00</u>	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
22	Conector Y mono-	500	<u>224,00</u>	Tehnomedica	coresponde	coresponde
23	Conector Y duo-	50	<u>300,00</u>	ImpulsProGroup	nu corespunde	nu corespunde
23	Conector Y duo-	50	<u>422,00</u>	Tehnomedica	coresponde	coresponde
24	Stent coronarian farmacologic activ	25	<u>2985,40</u>	SC MEDEC-Service SRL	nu corespunde	nu corespunde

24	Stent coronarian farmacologic activ	25		CAVATEH M SRL	nu corespunde		nu corespunde
24	Stent coronarian farmacologic activ	25	6719,88	ICS "Farmina" SRL	nu corespunde		nu corespunde
24	Stent coronarian farmacologic activ	25	6840,00	Oxivit med	coresponde		coresponde
25	Dispozitiv recuperare corp strain	3	10488,00	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
25	Dispozitiv recuperare corp strain	3	10 500	DataControl SRL	nu corespunde		nu corespunde
25	Dispozitiv recuperare corp strain	3	9940,00	Life Med	nu corespunde		nu s-a verificat
26	Microghid 0,014" cu acoperire hidrofilă și insert de platina	140	5 420	DataControl SRL	coresponde		coresponde
26	Microghid 0,014" cu acoperire hidrofilă și insert de platina	140	4200,00	Life Med	nu corespunde		nu s-a verificat
27	Microghid 0,014" din otel inoxidabil	40	5718,35	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
27	Microghid 0,014" din otel inoxidabil	40	5900,00	Life Med	nu corespunde		nu s-a verificat
28	Microghid 0,014" acoperit cu polimer	20	5130,00	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
28	Microghid 0,014" acoperit cu polimer	20	5 720	DataControl SRL	nu corespunde		nu corespunde
28	Microghid 0,014" acoperit cu polimer	20	6100,00	Life Med	nu corespunde		nu s-a verificat
29	Microghid 0,014" utilizat în cazuri dificile	60	5544,00	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
29	Microghid 0,014" utilizat în cazuri dificile	60	6300,00	Life Med	nu corespunde		nu s-a verificat
30	Cateter acces distal pentru aspiratie	80	14 800	DataControl SRL	nu corespunde		nu corespunde
31	Cateter acces distal	25	12210,00	Oxivit med	coresponde		coresponde
32	Microcateter cu virf detasabil 1,5;3,5 cm compatibil DMSO	35	10100,40	Oxivit med	coresponde		coresponde
33	Microghid compatibil DMSO	45	5718,35	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
33	Microghid compatibil DMSO	45	5 740	DataControl SRL	coresponde		coresponde
34	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebra la	70	8600,00	Tribestar Farm	nu corespunde		nu s-a verificat
34	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebra la	70	13787,35	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde
35	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebra la	25	10080,00	Oxivit med	nu corespunde		nu corespunde

35	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrală	25	11 480	DataControl SRL	coresponde	coresponde
36	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositiv de embolizare	25	13809,20	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
36	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositiv de embolizare	25	13300,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
37	Microcateter cerebral	70	8 080	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
38	Microcateter	20	5508,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
38	Microcateter	20	6400,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
39	Stent tip flow-diverter	7	155135,00	Oxivit med	coresponde	coresponde
39	Stent tip flow-diverter	7	161500,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
40	Stent tip flow-diverter double layer	7	184 000	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
40	Stent tip flow-diverter double layer	7	175000,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
41	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescută	3	128000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
41	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescută	3	163000,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
41	Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescută	3	138000,00	Tehnomedica	nu corespunde	nu s-a verificat
42	Dispozitiv Embolizare Intrasacular	2	180000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
42	Dispozitiv Embolizare Intrasacular	2	238 000	DataControl SRL	coresponde	coresponde
43	Cateter intracerebral cu balon	10	10647,60	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
43	Cateter intracerebral cu balon	10	20 000	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
44	Cateter intracerebral cu balon super compliant	10	10647,60	Oxivit med	coresponde	coresponde
45	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisă	10	37 800	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
46	Spirale platina cu detasare mecanică	70	7478,40	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
47	Dispozitiv pentru detasarea mecanică a spiralelor	10	843,60	Oxivit med	coresponde	coresponde
48	Spirale platina cu detasare electro-mecanică	70	11434,50	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
48	Spirale platina cu detasare electro-mecanică	70	12 980	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde

49	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanică a spiralelor	10	1464,75	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
49	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanică a spiralelor	10	1 500	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
50	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie	30	12421,25	Oxivit med	coresponde	coresponde
51	Dispozitiv revascularizare cerebrală	20	30685,00	Oxivit med	nu corespunde	nu corespunde
51	Dispozitiv revascularizare cerebrală	20	32000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
52	Dispozitiv de revascularizare cerebrală în cazuri dificile	3	87000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
52	Dispozitiv de revascularizare cerebrală în cazuri dificile	3	106260	Oxivit med	coresponde	coresponde
53	Dispozitiv de revascularizare cerebrală tridimensional	5	38 900	DataControl SRL	coresponde	coresponde
54	Dispozitiv revascularizare cerebrală cu vizibilitate crescută	5	38700,00	Life Med	nu corespunde	nu s-a verificat
54	Dispozitiv revascularizare cerebrală cu vizibilitate crescută	5	39600,00	Tehnomedica	nu corespunde	nu corespunde
55	Stent Graft Periferic	5	28000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
55	Stent Graft Periferic	5	29 000	DataControl SRL	nu corespunde	nu corespunde
55	Stent Graft Periferic	5		CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
56	Stent Graft Coronarian	5		CAVATEH M SRL	nu corespunde	nu corespunde
56	Stent Graft Coronarian	5	22000,00	Tribestar Farm	nu corespunde	nu s-a verificat
56	Stent Graft Coronarian	5	24 800	DataControl SRL	coresponde	coresponde
57	Seringă cu piston de blocare	30		nu au fost depuse oferte		

* În cazul utilizării licitațiilor electronice se va indica prețul ofertei finale
 (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire
 (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
26.01.2022	Med-M SRL, DITA ESTFARM S.R.I., Natusana SRL	Prezentarea mostrelor	Operatorii economici Med-M SRL, DITA ESTFARM S.R.L au prezentat în termen mostrelle solicitate. Natusana SRL nu a prezentat mostrelle solicitate
15.03.2022	Data Control SRL	Prezentarea documentelor ce confirmă specificațiile tehnice: Pentru lotul nr. 8 „Teacă ghid lung”; - Pentru lotul 14 „Stent pentru artere carotide double layer” - Pentru lotul 21 „Microsfere pentru embolizare”- 4 și 5F	<p>- Pentru lotul 30 „Cateter acces distal pentru aspiratie” - Pentru lotul 37 „Microcateter cerebral” - Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip “J”; Diametru Intern distal 0.0165”, 0.017”;</p> <p>- Pentru lotul 40 „Stent tip flow-diverter double layer” - (54 fire implete) Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ransforsare la exterior si multiple fire la interior implete mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior. Forta radiala superioara datorita impletirii de Nitinol. Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului. Varianta pentru vase mari: (66 fire implete). Capacitate de repositionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie;</p> <p>- Pentru lotul 42 „Dispozitiv Embolizare Intrasacular” - Construit dintr-o mese foarte densa din Nitinol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafața poroasă și confere complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse;</p> <p>- Pentru lotul 45 „Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisă” - 12 fire din Nitinol, 3 picioruse de fixare dispuse la fiecare capăt proximal si distal; extrem de vizibil in raza (2 si respectiv 3 filamente radio-opace dispuse in mijlocul stentului. se livreaza cu ajutorul unui microcateter 0.017”;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul 48 „Spirale platina cu detasare electro-mecanica” - Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare; - Pentru lotul 49 „dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor” - prezentarea catalogului. - Pentru lotul 53 „Dispozitiv de revascularizare cerebrala tridimensional” - Miez: Oțel inoxidabil; Acoperire: Polytetrafluorethylen (PTFE), Chrome III Oxide; Coil exterior proximal:Oțel inoxidabil; Articulatia sudată - Proximal Sudură argint; Coil distal exterior: Oțel inoxidabil; Articulația sudată - Distal Sudură argint; 3D Lattice Nitinol. Markeri – varf Platinum/Tungsten; Sudură marker - varf Sudură aur. Ghid Pusher atașat - varf Oțel inoxidabil; Sudură ghid atașat Sudură aur argint. (rotații de 45° și 90°); - Pentru lotul 56 „Stent Graft Coronarian” - Sistem de livrare de tip Rx.; 	s-a răspuns în termen la clarificări și a prezentat documente ce conformă cerințele tehnice.
15.03.2022	Electeh SRL	<p>Prezentarea documentelor ce confirmă specificațiile tehnice <i>Pentru lotul nr. 16 „Set inflator cu manometru tip A”- 20 atm și “steering handle” dispozitiv de ghidare;</i></p> <p><i>Pentru lotul nr. 22 „Conector Y mono” - 9,5F ;</i></p>	s-a răspuns în termen la clarificări și a prezentat documente ce conformă cerințele tehnice.
15.03.2022	ImpulsProGroup SRL	<p>Prezentarea documentelor ce confirmă specificațiile tehnice pentru <i>Lotul nr. 12 Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente;</i></p> <p><i>Lotul nr. 13 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale;</i></p> <p><i>Lotul nr. 22 Conector Y mono-;</i></p> <p><i>Lotul nr. 23 Conector Y duo-;</i></p>	s-a răspuns în termen la clarificări și a prezentat documente ce conformă cerințele tehnice.
15.03.2022	Oxivit Med SRL	<p>Prezentarea documentelor ce confirmă specificațiile tehnice pentru Pentru lotul nr. 11 Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 3 componente- Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanea, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant. Dispozitiv compus din:-anca intraarteriala; -dop din collagen; -sutura cu strangere automata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul nr. 15 „Stent pentru artere carotide cu celule deschise” - material nitinol; - Pentru lotul nr. 17 „Balon pentru pre si postdilatare” - prezentare catalog pentru Solarice; 	s-a răspuns în termen la clarificări și a prezentat documente ce conformă cerințele tehnice.

- Pentru lotul nr. 18 „Filtru distal pentru protectie embolica” - 5 Markeri de vizibilitate;
- Pentru lotul nr. 27 „Microghid 0.014 din otel inoxidabil” - Lungimea capatului distal (coil) este 20 cm;
- Pentru lotul nr. 28 „Microghid 0.014” acoperit cu polimer – indicarea codul de referinta exact al produsului oferit;
- Pentru lotul nr. 29 „Microghid 0.014” utilizat in cazuri dificile - materialul, dimensiunile 21.5 cm si Segment distal 55 cm;
- Pentru lotul nr. 31 „Cateter acces distal” - Suprafata externa sa prezinte un invelis de polyester pentru stabilitate proximala si flexibilitatea distala, iar suprafata interna sa prezinte un invelis PTFE pentru o manipulare facila a microcateterelor;
- Pentru lotul nr. 36 „Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositivo embolizare” - Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hidrofilic tip Pebax pentru lubritate sporita.Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil), si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu;
- Pentru lotul nr. 38 „Microcateter” - Dimensiuni: Microcateter diametru intern 0.015” , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158cm. Microcateter diametru intern 0.017” , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158cm;
- Pentru lotul nr. 39 „Stent tip flow-diverter - Compozitie material – 75% cobalt+chrom si 25% platina+tungsten,Constructie – 48 filamente impletite. Grosimea polimerului sa nu fie mai mare de 3 nanometri (max. 0.01% din grosimea filamentului stentului), indicat pentru vase de sange cu diametrul de 2 pana la 5.3mm;
- Pentru lotul nr. 46 „Spirale platina cu detasare mecanica” - Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Planina;
- Pentru lotul nr. 50 „Cateter ghid prevazut cu balon de oleuzie” - doua lumene;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pentru lotul nr. 52 „Dispozitiv de revascularizare cerebra la în cazuri dificile” – prezentarea catalogului.
15.03.2022	Tehnomedica SRL	<p>Prezentarea documentelor ce confirmă specificațiile tehnice pentru nr. 19 Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore;</p> <p>Lotul nr. 20 Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice.</p>

Ofertanții respinși/deschalificați:

- Oferta operatorului economic Premium Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic Life Med SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației de preț nu a fost indicat termenul de livrare;
- Oferta operatorului economic Tribestar Farm se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume a depus garantia pentru ofertă în quantum mai mic decât cel solicitat în documentația de atribuire.

Lotul 1 Set introducator pentru punctie arteriala femurala

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Produsul prezentat nu corespunde cerințelor: A fost cerută teacă femurală cu marime de la 4F la 11F în lungimi disponibile de 10 și 25 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup a prezentat produse cu marimi de la 4F la 10F și lungime de 11 cm – lipsesc teacile femurale de 11F și în lungimile solicitate (10 și 25cm), respectiv nu sunt indeplinite cerințele cerute.
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: s-a prezentat un cod RS+B40G10SQ pentru mini-ghid de 0,025'', conform caietului de sarcini s-a solicitat doar mini-ghid de 0,035'' sau 0,038''.

Lotul 2 Set introducator pentru punctie arteriala radiala

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerințelor: A fost ceruta teaca radiala cu lungimi disponibile de 7,10,16,25 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup a prezentat produse cu lungimi disponibile de 7cm și 11cm – lipsesc produsele cu lungimi de 10,16,25cm, respective nu sunt indeplinite cerințele cerute.
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: În formularul specificațiilor tehnice nu s-au indicat codurile pentru lungimile de 7 și 10 cm. Codurile RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ sunt pentru mini ghid de 0,035'' și 0,038 '' conform caietului de sarcini s-a solicitat mini ghid de Mini ghid: 0,018'', 0,021'', 0,025''.

Lotul 3 Cateter de diagnostic femurale și radiale standart

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu a prezentat codurile pentru formele :Vertebra; Cobra; SIM1, SIM2, SIM3, etc.

Lotul 4 Cateter de diagnostic femurale și radiale lungi

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile PND6F070956 PND6F070956M, PNS5F120H1, PNS5F120SIM PNS5F130H1; PNS5F130SIM; PND6F11512; PND6F11512M; PND6F1156; PND6F1156M sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 5 Arc ghid de diagnostic standard

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: Au fost cerute ghiduri diagnostice în lungimi disponibile de 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup propune doar produse cu lungime de 150cm și 180cm – lipsesc lungimile de 50 și 120cm, respective nu sunt indeplinite cerințele cerute.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-GA18223M RF-GS25263M RF-GA32123M etc. Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 6 Arc ghid de diagnostic lung

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: Au fost cerute ghiduri lungi în lungimi disponibile de 220 cm, 260 cm, 300 cm. Ofertantul cu cel mai mic pret ImpulsProGroup propune doar produse cu lungime de 260cm – lipsesc lungimile de 220cm și 300cm, respective nu sunt indeplinite cerințele cerute.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-GS18153M RF-GS18183M RF-GA18183M etc. Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 7 Arc ghid de diagnostic stift

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile RF-PS35083M RF-PA35083M Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 8 Teacă ghid lung

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Codurile 54-89001 54-89006 pentru 8 Fr și lungimea de 90 cm au acoperirea hidroflică de 60 cm nu de 15 cm s-a solicitat în caietul de sarcini.

Lotul 10 Caiete-ghid intracranian

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile PNS6F105BER, PNS6F105H1, PNS6F125H1, PNS6F125SIMV PNS6F125SIM Sunt pentru sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 11 Sistem de inchidere percutană a orificiului de punctie din 3 componente

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, ofertantul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilate de aceasta.

Lotul 12 Sistem de inchidere percutană a orificiului de punctie din 2 componente

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caietului de sarcini s-a solicitat Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de punctie a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei

- Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă
- Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficiență a succesului procedural
- Procedură simplă în 3 pași
- Disponibil în 3 dimensiuni conform ofertei prezentate, catalogului și clarificărilor prezentate operatorului economic nu a prezentat dovezi ce să confirme cerințele tehnice solicitate

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat marime de 5F, 6F sau 7F, s-a oferit de 7 F, s-a solicită 2 componente s-a oferit din 3 componente.

Lotul 13 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caietului de sarcini s-a solicitat Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare selective radiale. Construit dintr-o banda adezivă și permășă dublă cu aer care se aplică la locul punctiei. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompreșta elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau extragerea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare tip Velcro și monitorizarea timpului expus. Conform ofertei prezentate, catalogului și clarificărilor prezentate operatorului economic nu a prezentat dovezi ce să confirme cerințele tehnice solicitate.

Lotul 17 Balon pentru pre și poststîrlăre

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Conform ofertei s-a prezentat Solarice cu codul NCSDLCxxxxX, urmare a clarificărilor s-a prezentat catalogul pentru Solarice cu codul SLC5 xx astfel, nu se poate determina conformitatea ofertei.

Lotul 19 Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu a prezentat mostra conform solicitării nr. Rg02-191 din 26.01.2022

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat cimp angiografic cu 4 orificii cu bord adeziv impregnate în jurul orificiilor s-a propus cimp cu 4 orificii cu folie protectoare adeziva fără bord adeziv. -s-a solicitat cimp superabsorbant cu banda adezivă s-a propus cimp fără suprafața adezivă.

-s-a solicitat cimp cu bord adeziv impregnat s-a propus cimp cu bord adeziv cu lipici dublu (în cerinte a fost mentionat ca sa fie exclus lipici dublu).
-s-a solicitat manusi au fost cerute manusi din cauciuc deproteinizat, acoperite in interior cu biogel s-a propus manusi ce nu sunt deproteinizate, si nu au acoperire pe interior.

- s-a solicitat bol de 120 ml, gradat, transparent s-a propus bol de 100 ml, gradat.

-s-a solicitat ghid angiographic cu lungime minim 175 cm s-a propus ghid cu lungime de 150 cm.

Lotul 20 Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu a prezentat mostra conform solicitării nr. Rg02-191 din 26.01.2022

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L. se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Mostra prezentata de oferantul Ditaestfarm nu corespunde cerintelor si anume:

- Punctul 1 – a fost cerut cimp angiografic cu 2 orificii cu bord adeziv impregnate in jurul orificiilor – a fost propus cimp cu 4 orificii cu folie protectoare adeziva fara bord adeziv.

- Punctul 2 – a fost cerut cimp superabsorbant cu banda adeziva – a fost propus cimp fara suprafata adeziva.

- Punctul 4 – a fost cerut cimp cu bord adeziv impregnat – a fost propus cimp cu bord adeziv cu lipici dublu (în cerinte a fost mentionat ca sa fie exclus lipici dublu).

Lotul 21 Microsfere pentru embolizare

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde tehnic s-a solicitat compatibil cu cateter de livrare 4 și 5F s-a prezentat doar cu 4 F.

Lotul 22 Conector Y mono-

- Oferta operatorului economic Electeh SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform clarificărilor prezentate nu s-a regăsit Lumen 9,5F.

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde conform catalogului atașat s-a solicitat Lumen 9,5F s-a oferit maxim 9 F.

Lotul 23 Conector Y duo-

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat Lumen 9,5F s-a oferit maxim 9 F.

Lotul 24 Stent coronarian farmacologic activ

- Oferta operatorului economic SC MEDEC-Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: s-a solicitat diametrul initial, lung. 8 s-a oferit de la 9. Diametru pînă la 5 s-a prezentat pînă la 4,5 cm.

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: s-a solicitat diametrul initial, lung. 8 s-a oferit de la 9. Diametru pînă la 5 s-a prezentat pînă la 4 cm.

- Oferta operatorului economic ICS "Farmina" SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: s-a solicitat Zotorolimus s-a oferit Sirolimus / PLGA; s-a solicitat diametru pînă la 5 s-a oferit pînă la 4. Lungimea sistemului de livrare s-a solicitat pînă la 140 s-a prezentat pînă la 138 cm.

Lotul 25 Dispozitiv recuperare corp stran

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerintelor s-a solicitat de la 60, 125, 150, 175 cm s-a oferit de la 65 -120. s-a solicită diametru : 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm s-a oferit 5-35.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat Lungime : 60 s-a oferit 65 cm conform codului AS-25/65.

Lotul 27 Microghid 0,014" din otel inoxidabil

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimea guidului 200 cm s-a oferit 205 cm, s-a solicitat lungimea capatului distal (coil) de 20 cm s-a oferit de 5 cm.

Lotul 28 Microghid 0,014" acoperit cu polimer
- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: urmare a clarificărilor s-a modificat codul din SHIKAI WAIN-CKX- în SHIKAI WAIN-CKI.

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codurile WAIN-CKI-300; WAIN-CKI-300-RC sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 29 Microghid 0,014" utilizat în cazuri dificile

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicitat lungimi 200 cm, 300 cm și 215 cm s-a oferit cu lungimi de 200 și 300 cm.

Lotul 30 Cateter acces distal pentru aspiratie

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: codul DA6115ST este pentru altă mărime decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 33 Microghid compatibil DMSO

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: A fost cerut microghid 008 cu segment distal radioopac lung de 9cm s-a oferit de 10 cm.

Lotul 34 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrală

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde cerintelor: codul oferit face trimitere la mai multe kituri conform catalogui se identifică mai multe coduri, respectiv, nu se poate identifica produsul oferit.

Lotul 35 Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrală

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: produsul prezentat nu corespunde produsului. Gata de utilizare, fară pregătire în avans prin agitarea produsului. S-a oferit produs care se află în flacoane de 1,5 ml, în 3 variante de viscozitate și care necesită pregătire prealabilă prin agitare continuă minim 20 minute; respectiv nu indeplinește cerințele cerute.

Lotul 36 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: sub denumirea comercială Phenom FGxxxx-0615-xx, se identifică și alte produse cu alte dimensiuni (Phenom FG 13160-0615-1S, lungimea de 160 cm).

Lotul 37 Microcateter cerebral

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat codul pentru lungimea de 150 cm.

Lotul 38 Microcateter

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: sub denumirea comercială Rebar, codul 105-50, în catalogul atașat se identifică mai multe bunuri cu dimensiuni diferite ce nu corespund cerințelor solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 40 Stent tip flow-diverter double layer

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: FRED3507, FRED3511, FRED3524 sunt pentru alte mărimi decât cele solicitate în documentația de atribuire.

Lotul 41 Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescută

Oferta operatorului economic Tehnomedica se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde s-a solicitat lungimea totală în vase 15-80 mm s-a oferit 15-60 cm.

Lotul 43 Cateeter intracerebral cu balon

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: compatibil cu oriceghid de 0.014inchcompatibil DMSO. Ofertantul Oxivit-med a oferit un produs cu diametre de 3,4,5 mm, compatibil doar cu ghid de 0.010 inch și necompatibil DMSO; respectiv nu sunt în deplină cerințele cerute.

Lotul 45 Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisă

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: nu s-a prezentat codul pentru lungimea balonului de 20 mm.

Lotul 46 Spirale platina cu detasare mecanica

- Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, și anume: sub denumirea comercială AXIUM xxxxxx xx-xx-xx-3D, AXIUM xxxxx Super Soft

xxxxxxxxxxSS, AXIUM xxxx Extra Soft xxxxxxxxxES în catalogul atașat se identifică mai multe bunuri cu dimensiuni diferite ce nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire (de exemplu diametru de 0,0125'').

Lotul 48 Spirale platina cu detasare electro-mecanică

– Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: A fost cerut spirală din platina cu detasare electro-mecanică cu diametre de la 1mm pîna la 24mm și lungimi de la 1mm la 68mm. Ofertantul Oxivit-med a oferit un produs care are diametre de la 1mm la 20mm și lungimi de la 1mm la 50mm.

– Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicită Lungimea de la 1 mm pîna la 68 cm.

Lotul 49 Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanică a spiralelor

– Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: A fost cerut sistem de detasare a spiralelor elecromecanice ce ofera un timp de detasare de <1secunda. Ofertantul Oxivit-med a oferit un produs care ofera un timp de detasarea de 10 secunda- respectiv nu suntindeplinite cerințele cerute. nu s-a identificat Sistem de datasare cu lumen intern 0.0175'.

– Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida <1 sec. Sistem de datasare cu lumen intern 0.0175'', profil conic, construit astfel incat sa ofere stabilitate si flexibilitate (3 zone: zona moale, zona de tranzitie, zona de support) conform documentelor prezентate (catalogul) și clarificărilor depuse corespunderea cerințelor tehnice nu au fost demonstrate.

Lotul 51 Dispozitiv revascularizare cerebrală

– Oferta operatorului economic Oxivit med se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: conform caietului de sarcini s-a solicită diametre de 4 și 6 mm, s-a prezentat codul Solitaire X Stent SFR4, codul SFR4 fiind doar pentru diametru 4.

Lotul 54 Dispozitiv revascularizare cerebrală cu vizibilitate crescută

– Oferta operatorului economic Tehnomedica se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde cerințelor tehnice s-a solicită pentru vase cu diametre 1,5-4,0 mm, conform ofertei prezentate cu codurile 01-000708, 01-000709 diametrele sunt pentru 3,5-5,5 mm.

Lotul 55 Stent Graft Periferic

– Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde tehnici s-a solicită compatibilitate cu teaca introducatoare: 7F /SV și MV; 8F/LV s-a oferit cu compatibilitate cu teaca introducatoare de 6F și 7 F.

– Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicită Compatibilitate shaft 5F s-a oferit 6 și 7 F.

Lotul 56 Stent Graft Coronarian

- Oferta operatorului economic CAVATEH M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: fost cerut stenit-graft coronarian în lungimi disponibile de 8, 12, 16, 18, 21, 24mm. Ofertantul Cavateh-M a oferit un produs cu lungimi disponibile de 15, 20, 26mm.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași oferant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

(*In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente*)

Informația privind factorii de evaluare aplicăți:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Denumirea operatorului economic 1	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumire factorul 1	Ponderea		Total
Denumire factorul n	Ponderea		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Coduri Denumire Lot	Valoare din Sistem Tara de Origine	Model art/ Tara de Origine	Producător/ Producător	Tara de Origine	Oferant
9	9-68736 Cateter ghid coronare	37 240,00	Launcher Laxxxxx	Medtronic	SUA	Oxivit med
11	11-68736 Sistem de inchidere percutană a orificiului de punctie din 3 componente	491 250,00	Angio-Seal™ Vascular Device 610132 610133	VIP Closure CORPORATION	SUA	DataControl SRL
12	12-68736 Sistem de inchidere percutană a orificiului de punctie din 2 componente	414 183,00	EXOSEAL EXx00	Medtronic	SUA	Oxivit med
13	13-68736 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale	35 900,00	42.17.30 001 mm)/42.1 7.30003 (29 mm)	SCW Medicath (24	China	MED-M
14	14-68736 Stent pentru artere carotide double layer	1 572 000,00	Roadsaver® Carotid Stent	MICROVEN Artery TION EUROPE S.A.R.L.	Franta	DataControl SRL

		RDS-0630-143RX RDS-0718-143RX RDS-0725-143RX RDS-0730-143RX RDS-0820-143RX RDS-0825-143RX RDS-0830-143RX RDS-0840-143RX RDS-0920-143RX RDS-0930-143RX RDS-1020-143RX RDS-1030-143RX		
15	15-68736	Stent pentru artere carotide cu celule deschise	518 343,75	Protégé RX SEPX-x-xx-xx-xx
16	16-68736	Set inflator cu manometru tip A	46 500,00	42.04.40053
18	18-68736	Filtru distal pentru protectie embolica	1 422 172,80	SpiderFX SPD2-xxx-xxx
19	19-68736	Set steril getabil pentru interventii angiografice majore	415 800,00	97038757/ 5010783
20	20-68736	Set steril getabil pentru interventii diagnostice angiografice	98 000,00	698220
22	22-68736	Conector Y mono-	112 000,00	5021693
23	23-68736	Conector Y duo-	21 100,00	5020743
24	24-68736	Stent coronarian farmacologic activ	171 000,00	Onyx RONYXXXXX
				Medtronic
				SUA
				Oxivit med
				SCW
				Medicath
				China
				Electeh SRL
				SUA
				Oxivit med
				Mohnlycke
				Health
				Care/BBraun
				Melsunge
				Suedia
				Tehnomedica
				Mohnlycke
				Health
				Care/BBraun
				Melsunge
				Suedia
				Tehnomedica

26	26-68736	Microgrid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina	758 800,00	Traxcess GW1420040 GW1420040S GW1420040X	MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL
31	31-68736	Cateter acces distal	305 250,00	Navien RFXAxxx-xxx-xx	Medtronic	SUA	Oxivit med
32	32-68736	Microcateeter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO	353 514,00	Apollo 105-509x-000	Medtronic	SUA	Oxivit med
33	33-68736	Microgrid compatibil DMSO	258 300,00	ASAHI WAIN-CKI-008-200	ASAHI INTECC CO., LTD.	Japonia	DataControl SRL
35	35-68736	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrală	287 000,00	PHIL LEN10300 LEN10350	MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL
39	39-68736	Stent tip flow-diverter	1 085 945,00	PIPELINE FLEX PED2-xxx-xx	Medtronic	SUA	Oxivit med
42	42-68736	Dispozitiv Intrasacular	476 000,00	WEB W5-3-2 W5-4-2 W5-4.5-2 W5-5-2 W5-6-3 W5-7-3 W5-7-5 W4-6-3 W4-6-4 W4-7-4 W2-10-5 W2-8-4 W2-8-5 W2-9-4 W2-9-6 W2-10-7 W2-11-6 W2-11-8	SL MICROVEN TION EUROPE	Franta	DataControl SRL

		& W5-4-S W5-6-S W4-6-S W2-8-S W2-10-S & Microcatheter VIA-17-154-01 VIA-21-154-01 VIA-27-154-01 VIA-33-133-01 &WEB Controller WDC-1	WEB	SLS W5-5-S W5-7-S W4-7-S W2-9-S W2-11-S VIA	
44	44-68736	Cateter intracerebral cu balon super compliant	106 476,00	Hyperform 104-4xxx	Medtronic
47	47-68736	Dispozitiv pentru detasarea mecanica a spiralelor de olcuzie	8436	I.D. Instant Detacher D-1-5	Medtronic
50	50-68736	Cateter ghid prevazut cu balon de revascularizare cerebrală în cazuri dificile	372 637,50	Cello 16100x0	Medtronic
52	52-68736	Dispozitiv de revascularizare cerebrală tridimensional	318 780,00	Nimbus GCE452	Neuravi/J&J
53	53-68736	Dispozitiv de revascularizare cerebrală tridimensional	194 500,00	3D Revascularization Device PSR3D	PENUMBR A, INC.
56	56-68736	Stent Graft Coronarian	124000	BeGraft	Coronary mm
				BG08250	Bentley InnoMed GmbH
				BG12250	16 mm
				BG16250	18 mm
				BG12250	21 mm
				BG21250	24 mm
				BG24250	2,75 mm
				BG08275	12 mm
				BG12275	16 mm
				BG16275	18 mm

		BG18275	21	mm	
		BG21275	24	mm	
		BG24275	3.00	mm	
		BG08300	12	mm	
		BG12300	16	mm	
		BG16300	18	mm	

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

- Lotul 1 Set introducator pentru punctie arteriala femurală
 Lotul 2 Set introducator pentru punctie arteriala radială
 Lotul 3 Cateter de diagnostic femural și radiale standart
 Lotul 4 Cateter de diagnostic femural și radiale lungi
 Lotul 5 Arc ghid de diagnostic standard
 Lotul 6 Arc ghid de diagnostic lung
 Lotul 7 Arc ghid de diagnostic stiff
 Lotul 8 Teacă ghid lung
 Lotul 10 Cateter-ghid intracranian
 Lotul 17 Balon pentru pre si postdilatare
 Lotul 21 Microsfere pentru embolizare
 Lotul 25 Dispozitiv recuperare corp strain
 Lotul 27 Microghid 0.014" din otel inoxidabil
 Lotul 28 Microghid 0.014" acoperit cu polimer
 Lotul 29 Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile
 Lotul 30 Cateter acces distal pentru aspiratie
 Lotul 34 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrală
 Lotul 36 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare
 Lotul 37 Microcateter cerebral
 Lotul 38 Microcateter
 Lotul 40 Stent tip flow-diverter double layer
 Lotul 41 Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescută
 Lotul 43 Cateter intracerebral cu balon
 Lotul 45 Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisă
 Lotul 46 Spirale platina cu detasare mecanica
 Lotul 48 Spirale platina cu detasare electro-mecanica a spiralelor
 Lotul 49 Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor

Lotul 51 Dispozitiv revascularizare cerebrală
Lotul 54 Dispozitiv revascularizare cerebrală cu vizibilitate crescută
Lotul 55 Stent Graft Periferic

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă :

Lotul 57 Seringa cu piston de blocare

Pentru loturile anulate se va iniția o nouă procedură de achiziție publică.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză	Rg02-1260 din 20.04.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul neînsemnării comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Intreprindere: Cu capital autohton/Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat la CAPCS	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			Cod CPV	fără TVA inclusiv TVA	
Tehnomedica SRL	Cu capital autohton	21047154/01	16.05.2022	33100000-1 646900,00	760308,00 31.12.2022
Electech SRL	Cu capital autohton	21047154/02	16.05.2022	33100000-1 46500,00	55800,00 31.12.2022
Data Control SRL	Cu capital autohton	21047154/02	19.05.2022	33100000-1 4161850,00	4282518,00 31.12.2022
Oxivit Med SRL	Cu capital autohton	21047154/03	16.05.2022	33100000-1 5113978,05	5483721,80 31.12.2022
Med-M SRL	Cu capital autohton	21047154/04	16.05.2022	33100000-1 35900,00	43080,00 31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (le MD); <i>(indicată suma cu TVA)</i>	_____
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<p><i>Prefui cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/></p>

Prin prezența dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru închiderea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării raportelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate. Prin prezența dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poate răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe Gorceag



