

Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: NPF 10/DM din 01.06.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022
(repetat 3)

Cod CPV	Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
		Bunuri/servicii								
33100000-1	1	Set introducător puncție radial profil ultra-subțire	buc	400	450,00	540,00	180000,00	216000,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	2	Set introducător puncție femural lung	buc	100	360,00	432,00	360000,00	432000,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	5	Ghid hidrofilic moale tip standard	buc	100	2880,00	3456,00	288000,00	345600,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	6	Cateter ghid pentru coronare	buc	150	936,00	1123,20	140400,00	168480,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	12	Baloane semicompliant pentru ocluzii cronice totale	buc	50	1260,00	1512,00	63000,00	75600,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	13	Baloane PTCA noncompliant	buc	150	1240,00	1488,00	186000,00	223200,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	14	Stenturi coronariene cu eliberare de substanță antirestenoză fără polimer	buc	30	5500,00	6600,00	165000,00	198000,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	
33100000-1	15	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "Kissing"	buc	125	396,00	475,20	49500,00	59400,00	în decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului	






33100000-1	22	Sistem de compresie dupa punctie radiala	buc	500	150,00	180,00	75000,00	90000,00	in decurs de 30 zile de la solicitarea beneficiarului
TOTAL							1182900,00	1419480,00	



Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili Tatiana
 în calitate de: administrator
 Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
 Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: NPF 10/DM din 01.06.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sănătatea Treime pentru anul 2022 (repetat 3)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului/ bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Set introducător punctie radial profil ultra-subțire	ATI 602 ATI 603	China	Anniom Medical	<p>Ac de puncție metalic de 21-22 G Mini-ghid diametru de 0,018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire; diametr extern la SF să fie < 2,15 mm, la 6F < 2,5 mm și la 7F < 2,8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriolei și riscului occluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă homostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificată/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatul: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificățiilor prezentate- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>Ac de puncție metalic de 21-22 G Mini-ghid diametru de 0,018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidrofilică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire; diametr extern la SF să fie < 2,15 mm, la 6F < 2,5 mm și la 7F < 2,8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriolei și riscului occluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă homostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificată/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatul: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificățiilor prezentate- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	CE/ISO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

<p>2</p> <p>Seti introductor punctie femural lung</p> <p>ATI208 ATI209 ATI207</p> <p>China</p> <p>Lantom Medical</p>	<p>Ac de punctie arterială de 18 G. Disponibilitate mini-ghid din oțel inoxidabil și din plastic de 0.035" și 0.038", respectiv, lungime 80 cm cu vârf drept, unghiulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate în culori diferite, lungime 23-25 cm. Conține un inel radiopak încorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură și fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cui pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor; injecția substanțelor de contrast sau a agenților terapeuți; măsurarea presiunii; Toate componentele "latex-free". Setul este amplasat într-un suport din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul extras de înregistrare în Registrul de Stat al dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; participanților. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificățiilor prezentate, copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>CE/ISO</p>
<p>5</p> <p>Ghid hidrofobic moale tip Guiding Catheter</p> <p>Orion™ Guiding Catheter</p> <p>China</p> <p>Lepu Medical</p>	<p>Ghid din nitinol, acoperire hidrofobică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretlan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, unghiulat. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; participanților. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificățiilor prezentate, copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>CE/ISO</p>

Handwritten signatures and a circular stamp. The stamp is from TRIUMF-MOTIV S.R.L., SOCR TA FA CO RASPUNDERE LIMITATA, REPUBLICA MOLDOVA, with ID 1012600021180. There are several signatures over the stamp and to its right.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

<p>6</p> <p>Cateter ghid pentru coronare</p>	<p>Oren™ Guiding Catheter</p>	<p>China</p> <p>Lepu Medical</p>	<p>Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretanic cu strat intern de PTFE, meșă plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sporă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la forșune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipularii optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidrofilică cu excepția părții distale și părți proximale. Permiți utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 F. Lungime 100 sau 125 cm. Disponibilitate în variații "side-holes": Forme: AL, AR, JL, JR, IMA, LCB, RCR, MP, RDC, SBS. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificate/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participativului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>
<p>12</p> <p>Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale</p>	<p>Mimi Tadpole™ Coronary Dilatation Catheter</p>	<p>China</p> <p>Lepu Medical</p>	<p>Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile: 1, 2, 1,5, 2,0 mm și lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificate/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participativului.</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>13 Baloane PTCA noncompliant</p>	<p>NC Tardpole™ Coronary Dilatation Catheter</p>	<p>China</p>	<p>Lepu Medical</p>	<p>Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0.014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pna la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 pna la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0.42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să prezinte - certificatul extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitive medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare: (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate; - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>CF/ISO</p>
<p>14 Steniori coronariene cu eliberare de substanță antiestenioza fără polimer</p>	<p>Nano+™ Polymer-free Stent eluting Coronary Stent System</p>	<p>China</p>	<p>Lepu Medical</p>	<p>Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strat-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directă pna la 1 luna de substanță antiestenioza Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea substa farmacologică selectiv pe suprafața abluaminată microporoasă. Diametre disponibile de la 2.25 pna la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pna la 36 mm. Presiunea nominală 6 atm. Lungime unita shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018". *Pentru dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificatul extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitive medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare: (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificităților prezentate; - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	<p>CF/ISO</p>
<p>15 Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"</p>	<p>AT1101</p>	<p>China</p>	<p>Anatom Medical</p>	<p>Set pompa cu manometru pentru umflarea a 2 baloane simultan cu indicator analog luminescent. Continut: indicator cu scringă minim 30 ml și capacitate rapidă de a ajunge la presiunea de 35 atm, cu mai puțin de 3 rotații a manerului. Prevazut cu Y valva tip push-pull, doua conexiune care ar da posibilitate efectuării tehnici kissing cu un singur dispozitiv de umflare de către un singur operator. Tub de extenzie minim 30 cm.</p>	<p>CF/ISO</p>

22	Sistem de compresie dupa punctie radiala	AT2402	China	Anatom Medical	<p>Dispozitiv pentru obtinerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adeziva si o pernuță cu aer care se aplica la locul punctiei. Disponibilită în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea localui punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabila prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus.</p> <p>• Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte certificatele extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>• Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta certificatele extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/valabil - copie confirmată în funcție de evaluarea conformității cu anexele declarative de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele de înregistrare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificatiilor prezentate - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcată numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>
					<p>Dispozitiv pentru obtinerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adeziva și o pernuță cu aer care se aplica la locul punctiei. Disponibilită în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea localui punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabila prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus.</p> <p>• Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte certificatele extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *</p> <p>• Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta certificatele extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/valabil - copie confirmată în funcție de evaluarea conformității cu anexele declarative de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele de înregistrare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului</p> <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificatiilor prezentate - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea marcată numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>

Sernat:
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
în calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

