



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2,  
tel. 0(22) 222 445, e-mail: [office@capcs.md](mailto:office@capcs.md)

Nr. 1802-1846 din "11" 07 2022

**SRL ICS Eyecon Medical**

**IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie**

Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1654006644605 din 07.07.2022 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022 (repetat)* vă comunică decizia grupului de lucru nr. 1 din 11.07.2022, cu privire la anularea procedurii de achiziție publică în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Astfel, oferta operatorului economic SRL ICS Eyecon Medical nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) din legea sus menționată, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- S-a solicitat Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorbtion (PSA) - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Rezervor de oxigen medical - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Sistem filtrare oxigen medical 1 set. - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Sistem aer comprimat 1 buc. - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Sistem uscare aer comprimat 1 buc. - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Rezervor de aer comprimat 2 buc.- montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;
- S-a solicitat Sistem filtrare aer comprimat 1 set. - montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich cu înălțimea de maxim 2,3 m s-a oferat înălțimea de 2,92 m;

Totodată, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică doar după reconfirmarea specificațiilor tehnice și valorii estimative de către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

Vă mulțumim pentru participare.

**Cu respect,**

**Conducătorul grupului de lucru**

**Gheorghe GORCEAG**