

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului -cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 15.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatia deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după czz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Dispozitivelor medicale, conform necesitărilor instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)
Cod CPV	33100000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Platforma de achiziții publice utilizată	ocds-b3wdpl-MD-1648707767984 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1648707767984?tab=contract-notice 31.03.2022
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://capcs.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf Nr.26 din 05.04.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licităție electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicații]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 498 333,13 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 4 Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Data:

31 mart 2022, 10:55

Subiectul întrebării:

LOT 4

Întrebare:

Verificati va rog, daca se doreste Fibro-bronhoscop sau videobronhoscop ?

Răspuns (4 apr 2022, 13:11):

Conform cerintelor tehnice minime se solicită Fibro-bronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III. În cazul în care se ofertă un videobronhoscop, mai performă decât cerințele minime solicitate și se încadrează în valoarea fondurilor alocate, depozitul medical poate fi acceptat.

Lot nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Data:

31 mart 2022, 10:56

Subiectul întrebării:

Lot nr. 11
Întrebare:

Verificati va rog daca bugetul estimat este corect, deoarece pretul bugetat este practic pentru o bucată și atunci va fi anulată pe motiv de depasire de buget.

Răspuns (31 mart 2022, 11:38):

Pentru lotul nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III, a fost corectată cantitatea, este necesar de o unitate nu de 3. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

5 apr 2022, 09:44

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Se cere - Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite. Clarificati va rog, se are în vedere set de conuri din neopren (sau alte materiale) de diferite dimensiuni care concentrează spray-ul de azot lichid în timpul procedurilor criochirurgicale?

Răspuns (7 apr 2022, 18:03):

(Set conuri) 5-8 capete de pulverizare cu duze de diametru diferite (dimensiunile) între 1 mm și 25 mm. Set conuri) 5-8 capete de pulverizare cu duze de diametre diferite (dimensiunile) între 1 mm și 25 mm.

Data:

5 apr 2022, 09:49

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Se cere - "Set conuri, 5-8 unități de dimensiuni diferite." Specificati va rog dimensiunile.

Răspuns (7 apr 2022, 18:04):

(Set conuri) 5-8 capete de pulverizare cu duze de diametru diferite (dimensiunile) între 1 mm și 25 mm.

Lot nr. 5 Baie de apă circulară pentru histologie

Data:

6 apr 2022, 11:39

Subiectul întrebării:

Lot 5 Baie de apă circulară pentru histologie

Întrebare:

Buna ziua, Puteti sa ne spuneti daca acceptati si baie de apa rectangulara si temperatura reglabilă în intervalul temperatură ambientală pana la 75 grade?

Răspuns (7 apr 2022, 18:05):

Conform cerintelor caietului de sarcină se solicită „Temperatura setare de la +30°C...la +80°C”. Respectiv, dispozitivul care are capacitatea de încălzire până la 75°C nu poate fi acceptat. oferta se depuse conform cerintelor expuse în documentația de atribuire. A fost consultat personalul medical, altă formă a băii nu se acceptă.

Lot nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Data:

6 apr 2022, 16:39

Subiectul întrebării:

Lot nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Întrebare:

Puteți verifica va rog Specificația tehnică cerută pentru acest dispozitiv ? După cum este în denumire, este videocolonoscop și după parametrii tehniči este specificația unui video-colonoscop, dar dacă ne uităm în prima parte din descriere: "Fibronhoscop, destinat diagnosticului și tratamentului tubului digestiv și al arborului bronșic." Nu există bronhoscop cu asa parametrii, dar colonoscopul nu este pentru tractul bronșic ci pentru tractul digestiv inferior. Concretizati va rog ce se-a dorit de procurat.

Răspuns (7 apr 2022, 18:07):

S-a indicat fibrobronhoscop dar se acceptă și varianta videobronhoscop

Data:

8 apr 2022, 11:47

Subiectul întrebării:

Lot nr. 7 Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge

Întrebare:

Buna ziua! După cum bine știți, pe lângă metoda de încălzire/dezghețare cu aer uscat, care nu este una dintre cele mai recomandate metode de dezghețare/încălzire a plasmei de specialiștii în transfuzie, există și alte metode, prin care se păstrează mai multe componente sanguine (printre care factori de coagulare II, VII, IX, X), iar decongelarea este mai rapidă și mai uniformă. Astfel, rugăm să fie acceptată și alta tehnologie de încălzire decât cea cu aer uscat. Ca urmare a acceptării unei alte tehnologii de încălzire/dezghețare, va trebui modificată și tehnologia de măsurare a temperaturii pungilor, decât cea cu senzor infraroșu. Totodată, rugăm să fie acceptat dispozitiv cu capacitatea de incarcare de pana la 8 pungi, pentru a asigura o participare pe scară largă în procedura de achiziție a operatorilor economici. Multumim anticipat!

Răspuns (12 apr 2022, 09:51):

Specificația tehnică a fost efectuată împreună cu specialiștii hematologici care au nevoie de acest sistem. La etapa finală de elaborare a specificației s-a ajuns la un consens fără excepții: - utilizarea tehnologiei cu căldură uscată. - capacitatea de încărcare maxim 6 pungi. Ca urmare nu se acceptă altă tehnologie a sistemului de dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar oferta care îndeplinește criterii de selecție este desemnată câștigătoare. Specificațiiile tehnice ale bunurilor solicitate de

autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.

Lot nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Data:

8 apr 2022, 16:16

Subiectul întrebării:

Lot nr. 11 Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III

Întrebare:

Cred ca nu ati inteleas intrebarea: Se cere videoCOLONOSCOP - inclusiv dupa parametri, dar este indicat la descriere FIBRONHOSCOPE pentru arborele bronsic. Verificati va rog cu beneficiarul.

Răspuns (12 apr 2022, 09:54):

: În descrierea «fibronhoscop pentru arborele bronsic» s-a produs o eroare. Dispozitivul înaintat este Videocolonoscop conform denumirii lotului și specificației tehnice. Se dorește de procurat videocolonoscop destinat diagnosticului și tratamentului trăctului digestiv inferior. Caletul de sarcini va fi modificat.

Data:

13 apr 2022, 10:00

Subiectul întrebării:

Documentele procedurii de achiziție

Întrebare:

Buna ziua! Va rugam sa atasati formularul DUAE destinat acestei proceduri de achizitie.

Răspuns (13 apr 2022, 14:03):

Formularul DUAE a fost atașat în sistemul electronic

Lot nr. 1 Autoclav cu vacuum, V - 60 L

Data:

13 apr 2022, 15:50

Subiectul întrebării:

Lot nr. 1 Autoclav cu vacuum, V - 60 L

Întrebare:

Conform caietului de sarcini sunt cerute numarul de rafturi - 4. Nu este o eroare? În condițiile în care volumul camerei este 60 L - ceea ce înseamna că diametrul camerei este aproximativ 40 cm (în dependență de producător), astfel încât pentru 4 rafturi în acest caz distanța dintre ele va fi mai mică 8 cm - ceea ce e foarte puțin. Anume din acest motiv autoclave de acest tip sunt proiectate cu 3 rafturi pentru o comoditate sporită a utilizatorului.

Răspuns (18 apr 2022, 13:27):

Cerințele tehnice sunt corecte. Este necesar de minim 4 rafturi din motiv ca autoclavul va fi utilizat în scopuri chirurgicale.

Data:

19 apr 2022, 15:46

Subiectul întrebării:

Punctul 2.3 din contract

Întrebare:

În punctul 2.3 din contractul este indicat - Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentată a cantității de Bunuri în limitele prevederilor legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, informând despre aceasta Vînzătorul și Centrul cu 10 zile înainte de livrare. Totodată, conform anuntului de participare termenul de livrare este "pana la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)" Este posibil că va fi inițiată livrarea și apoi cantitatea va fi redusă sau majorată?

Răspuns (19 apr 2022, 18:00):

Mentionăm că contractele de achiziții publice pot fi modificate doar în temeiul art. 76 alin (7) din Legea nr. 131/2015. Poate fi solicitată majorarea doar în cazul în care contractul se execută 100% sau apar necesități suplimentare și nu mai mult de 15% din cantitatea contractată. În cazul dispozitivelor medicale (în cazul dat utilizate) micșorări de cantități sunt mai rar întâlnite, având în vedere că este doar o singuri livrare.

Data:

19 apr 2022, 15:49

Subiectul întrebării:

Declaratia de la ofertant - cu privire la garantarea perioadei de reacție

Întrebare:

În anunțul este indicat că perioada de reacție trebuie să fie "jumătate de ora sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defectiunilor tehnice"; Această perioadă de reacție este garantată pentru ce perioadă? Perioada de garanție a echipamentului? Durata de viață a echipamentului declarată de producător? Până când echipamentul este folosit de beneficiar?

Răspuns (19 apr 2022, 17:38):

Perioada de reacție este necesară pe durata perioadei de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

-S-a modificat cerinta din descriere „Fibronhoskop destinat diagnosticului și tratamentul tubului digestiv și a arborului bronsic, tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidenta capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III” în „Videocolonoscop destinat diagnosticului și tratamentul tubului digestiv inferior, tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidenta capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei compatibil cu sistemul video endoscopic Olympus EVIS EXERA III”

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

*Conform M-tender, Publicarea caietului de sarcini modificat în SIA RSAP
(Mtender)
[Indicați numărul de zile]*

Până la termenul-limită (data 11.05.2022, ora 13:27), au depus oferta 13 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	EDELMED	1017600048164	Anastasia Latîșev
2.	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Talpiș Andrei
3.	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstoea
4.	Ancotec-Sistem	1013600119209	Vasile MATEI
5.	Medica Sens	1018600025629	Ciobanu Sergiu
6.	MT International Group	1015600021387	Călin Constantinescu
7.	Lokmera	1007600011105	Nicolai Iasîbaș
8.	Tetis International Co. SRL	1003600043595	1003600043595
9.	M-INTER-FARMA	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
10.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
11.	Romedcom	1004600066975	Cobzari-Turcan Rodica
12.	DataControl SRL	1003600007935	Lupașcu Claudiu
13.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Mihail Grecu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

	MT IntraGroup Datalogic SRL	Romedco m	GBC- MLD SRL	Medica Scens	Ancolec- Sistem	ICS EYECOON Medical	M-INTE-R- PARMA	Triumf- Motiv SRL	Tetis Intermission al Co. SRL	Lokmera	EDELME	D Lokmera	1
1 Cererea de participare	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Specificația tehnică	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3 Specificația de preț	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4 DUAЕ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5 Garanția pentru ofertă	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6 Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7 Certificat de atribuire a contului bancar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9 Certificat privind lipsa sau existența restanțelor făță de bugetul public național	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

10	Situarea finanțieră	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Documente ce atestă calitatea bunurilor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Declarație de la Ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Declarație de la Ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Declarație de la Ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Declarație de la ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	Declarație de la Ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18	Declarație de la ofertant	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării							+			+			+

pentru participarea la
activități ale unei
organizații sau grupări
crimale, pentru
corupție, fraudă și/sau
spălare de bani

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consimna prin:
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

Informația privind coresponderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Suma (fără TVA)	Ofertant	Corespondere a cerințele e calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
1	Autoclav cu vacuum, V – 60 L	2	232 800,00	DataControl SRL	+	-
2	Sistem garou pneumatic	2	239 760,00	MT International Group	+	-
2	Sistem garou pneumatic	2	288 440,00	GBG-MLD SRL	+	-
3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	14	48 580,00	Romedcom	+	-
3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	14	52 780,00	Triumf-Motiv SRL	+	-

3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	14	57 820,00	Tetis International Co. SRL	+	+
3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	14	59 080,00	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
4	Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	270 000,00	DataControl SRL	+	+
5	Baie de apă circulară pentru histologie	15	189 000,00	Ancotec-Sistem	+	+
5	Baie de apă circulară pentru histologie	15	193 500,00	Triumf-Motiv SRL	+	-
6	Brancarda sanitată cu targă detasabilă	1		fără ofertă		
7	Sistem pentru dezgheteare și încălzirea plasmei și a pungerilor de sânge	1	92 600,00	Labromed Laborator SRL	+	+
7	Sistem pentru dezgheteare și încălzirea plasmei și a pungerilor de sânge	1	97 755,00	Triumf-Motiv SRL	+	Nu s-a verificat

7	Sistem pentrudezghețare și încălzirea plasmei și a punzilor de sânge	1	99 885,00	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
7	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a punzilor de sânge	1	115 374,000	Lokmera	+	Nu s-a verificat
8	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	1		fără ofertă		
9	Microscop trinocular	4	126 000,00	Ancotec-Sistem	+	-
9	Microscop trinocular	4	126 000,00	Triumf-Motiv SRL	+	-
9	Microscop trinocular	4	183 892,000	Lokmera	+	-
9	Microscop trinocular	4	166320	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
10	Unitate de criochirurgie portativă	2	86 400,00	Triumf-Motiv SRL	+	+
10	Unitate de criochirurgie portativă	2	110 700,00	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat

10	Unitate de criochirurgie portativă	2	120 000,00	Ancotec-Sistem	+	Nu s-a verificat
11	Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	440 000,00	DataControl SRL	+	+
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	223 864,000	Loknera	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	233 604,00	EDELMED	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	259 040,00	Tetis International Co. SRL	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	298 000,00	Triumf-Motiv SRL	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	310 000,00	M-INTER-FARMA	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	316 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	-
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	336 000,00	Anootech-Sistem	+	-

12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	366 300,00	Medica Sens	+	+
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	424 000,00	MT International Group	+	Nu s-a verificat
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	494 120,00	GBC-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	516 000,00	Romedcom	+	Nu s-a verificat
12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	574000	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	226 800,00	EDELMED	+	-
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	244 400,00	Tetis International Co. SRL	+	-
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	250 800,000	Lokmera	+	-
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	266 666,66	M-INTER-FARMA	+	-

13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	270 000,00	Ancotec-Sistem	+	-
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	290 000,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	-
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	319 000,00	Medica Sens	+	+
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	328 900,00	Romedcom	+	Nu s-a verificat
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	441 860,00	GBG-MLD SRL	+	Nu s-a verificat
13	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	451 000,00	DataControl SRL	+	Nu s-a verificat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind coresponderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-1504 din 31.05.2022	Medica Sens SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicităm să prezentați	Clarificările au fost prezentate.

		Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 9 din anunțul de participare.	
Rg02-1503 din 31.05.2022	ICS Eyecon Medical SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAЕ solicităm să prezentați Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicată atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 9 din anunțul de participare.	Clarificările au fost prezentate.
Rg 02-1501 din 31.05.2022	M-INTER-FARMA SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAЕ solicităm să prezentați Dovada înregistrării în Lista producătorilor - pentru echipamentele electrice și electronice se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei	Clarificările au fost prezentate.

		indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 17 din anunțul de participare.	
Rg 02-1502 din 31.05.2022	EDELMED SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicităm să prezentați Dovada înregistrării în Lista producătorilor - pentru echipamentele electrice și electronice se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 17 din anunțul de participare.</p>	Clarificările au fost prezentate.
Rg02-1500 din 31.05.2022	MT International Group	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE solicităm să prezentați Dovada înregistrării în Lista producătorilor - pentru echipamentele electrice și electronice se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 17 din anunțul de participare.</p>	Clarificările au fost prezentate.

Rg 02-1449 din 31.05.2022	Labromed Laborator SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAЕ solicităm să prezentați Dovada înregistrării în Lista producătorilor - pentru echipamentele electrice și electronice se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire cerință solicitată obligatorie conform pct. 16 subct. 17 din anunțul de participare.	Clarificările au fost prezentate.
Rg 02-1548 din 07.06.2022	Ancotec-Sistem	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită prezentarea manualului de utilizare tehnic (într-o limbă de circulație internațională), datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați, conform caietului de sarcini (marcați și indicați fiecare parametru solicitat) pentru:</p> <p>Lotul 5 Baie de apă circulară pentru histologie, nu s-au regăsit următorii parametrii tehniči:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri; 2. Acoperire antimicrobiană – da; 3. Deconectare automată la supraîncălzire – da; 4. Certificat ISO 13485; <p>Lotul 10 Unitate de criochirurgie portativă, nu s-a regăsit parametrul tehnic - Temperatura -196°C.</p>	Clarificările au fost prezentate.
Rg 02-1547 din 07.06.2022	Triumf-Motiv	(5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită prezentarea manualului de utilizare tehnic (într-o limbă de circulație internațională), datasheet sau alte materiale confirmative pentru toți parametrii solicitați, conform	Clarificările au fost prezentate.

	<p>caietului de sarcini (marcati și indicați fiecare parametru solicitat) pentru:</p> <p>Lotul 9 Microscop trinocular, de asemenea, pentru produsul oferit nu s-a regăsit Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie, Certificat de conformitate CE, declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite.</p> <p>Lotul 10 Unitate de criochirurgie portativă, nu s-a regăsit parametrul tehnic - Temperatura -196°C.</p>
--	--

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Autoclav cu vacuum, V – 60 L

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 2 Sistem garou pneumatic

- Oferta operatorului economic **MT International Group** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Presiune minim/maxim 50/800 mmHg s-a oferit 50/600 mmHg 2. S-a solicitat Baterie încorporată (12-72 ore) s-a oferit 6 ore.

- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Presiune minim/maxim 50/800 mmHg s-a oferit 100/600 mmHg

2. S-a solicitat Interval de timp 5 - 180 min s-a oferit 1 - 40 min. 3. S-a solicitat Ecran LCD grafic operare touchscreen s-a oferit LCD grafic fara ecran touchscreen

4. S-a solicitat Baterie încorporată (12-72 ore) s-a oferit 10 ore

Lotul 3 Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor

- Oferta operatorului economic **Romedcom** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm s-a oferit 47 cm

2. S-a solicitat Roți din față cu diametrul \geq 18cm s-a oferit 15 cm

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat varianta de sezut: de la 50 cm până la 55 cm s-a oferit 44, 5 cm

2. S-a solicitat Roți din față cu diametrul \geq 18cm s-a oferit 15,24 cm 3. S-a solicitat oțile din spate cu diametrul \geq 56 cm s-a oferit 40,64 cm

4. S-a solicitat Scarcina maximă de transportare minim 120 kg s-a oferit 100 kg

Lotul 5 Baie de apă circulară pentru histologie

- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: nu corespunde s-a solicitat baie de apă circulară, s-a oferit forma dreptunghulară.
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Volumul maxim a vasului 2,5 - 3,5 litri s-a oferit 240x180x55mm, echivalent la 2,376 litri.

Lotul 9 Microscop trinocular

- Oferta operatorului economic **Ancotec-Sistem** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Frecvența maximă de citire a imaginilor s-a oferit 12fps
- 2. S-a solicitat Modul de conectare la calculator USB 3.0 sau Cablu FireWire 800 s-a oferit USB 2.0
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilită de aceasta, nu a fost prezentat certificatul CE pentru produsul oferit.
- Oferta operatorului economic **Lokmera** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Tehnologia camerei CCD s-a oferit CMOS
- 2. S-a solicitat ampă halogen sau LED - 3 bucăți nu s-a oferit nici un accesoriu din motivul că „nu este necesar. Timpul de viață pentru LED este >65,000 ore. De aceea, nu este nevoie de a schimba acest modul.”
- Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

În urma reevaluării se resping următoarele oferte:

Pentru lotul nr. 12 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza):

- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94;
- S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 15-30 cm;
- S-a solicitat Creșterea temperaturii în câmpul operator $< 1^{\circ} C$ s-a oferit $2^{\circ} C$;
- Oferta operatorului economic **EDELMED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit 94;
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 12-20 cm;
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 25-30 cm;
- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 16-28 cm;

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm;

Oferta operatorului economic **Anotec-Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 20-28 cm;

Pentru lotul nr. 13 Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici de bază)

Oferta operatorului economic **EDELMED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Caracteristici tehnice / Indexul de culoare ≥ 95 s-a oferit "94";

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14-25 cm s-a oferit 12 - 20 cm, 12-30 cm;

Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Indexul de culoare > 95 s-a oferit 94;

S-a solicitat Creșterea temperaturii în câmpul operator $<1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit $<2^{\circ}\text{C}$;

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 25 cm s-a oferit 15-30 cm;

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 14 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicații]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr. 03D-404-22 din 13.07.2022.

Scrisoarea beneficiarului final IMSP Institutul de Medicină Urgentă nr. 01-8/114 din 20.07.2022.

Modificările operate Respingerea ofertei operatorului economic Tetis International Co. SRL pentru loturile nr. 12 și 13.

Atribuirea loturilor nr. 12 și 13 operatorului economic Medica Sens.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Ofertant
3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacientilor	14	4 130	4 130,000	57 820,00	57 820,00	Moretti CP103R-50/Italia/Moretti	Tetis International Co. SRL
4	Fibrobronhoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	270 000	324 000,000	270 000,00	324 000,00	BF-ITQ170 Japonia Olympus	DataControl SRL
7	Sistem pentru dezgheteare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	1	92 600,00	111 120,00	92 600,00	111 120,00	97.8710.800 Germania SARSTEDT AG & Co. KG	Labromed Laborator SRL
10	Unitate de criochirurgie portativă	2	43200	51840	86 400,00	103 680,00	04002 Cryosprays CS 1/Cehia/ Speciální Medicínská Technologie	Triumf-Motiv SRL
11	Videocolonoscop compatibil cu EVIS EXERA III	1	440 000,00	528 000,00	440 000,00	528 000,00	CF-H185L Japonia Olympus	DataControl SRL
12	Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	4	91 575,00	109 890	366 300	439 560	PENTALED 30N/ ITALIA/RIMSA	Medica Sens
13	Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	2	159 500	191 400	319 000,00	382 800	PENTALED 30N + 30N/ ITALIA/ RIMSA	Medica Sens

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inaceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

Lotul 2 Sistem garou pneumatic

Lotul 5 Baie de apă circulară pentru histologie

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferă depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției,

calculată conform prezentei legi.

Lotul 1 Autoclav cu vacuum, V – 60 L

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 6 Brancarda sanitată cu targă detasabilă

Lotul 8 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții procedurii de achiziție publică în cauză	Rg02-1577 din 10.06.2022 Rg02-2048 din 22.07.2022	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru închiderea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul retransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
In cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul retransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea:			Cod CPV	Valoarea contractului fără TVA	Termen de valabilitate al contractului inclusiv TVA
	Cu capital autohton/	Cu capital mixt/asociere/	Cu capital străin			
Tetis International SRL	Cu capital autohton	21054236/02/01	27.07.2022	33100000-1	57820,00	31.12.2022
Triumf Motiv SRL	Cu capital autohton	21054236/01/01	21.07.2022	33100000-1	86400,00	31.12.2022
Data Control SRL	Cu capital autohton	21054236/03/01	08.08.2022	33100000-1	710000,00	31.12.2022
Medica Sens SRL	Cu capital autohton	21054236/04/01	09.08.2022	33100000-1	685300,00	31.12.2022
Labromed Laborator SRL	Cu capital autohton	21054236/05/01	15.08.2022	33100000-1	92600,00	31.12.2022

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	1 946 980 (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<i>Pretul cel mai scăzut V</i> <i>Costul cel mai scăzut</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> ☐ <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> ☐

Prin prezență dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examineate și soluționate.

Prin prezență dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, săpt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gorecag Gheorghe



J

Conformității cu faza de verificare a mijloacelor de măsură

Gheorghe Gorecag

