

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 08.02.2023

## Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Irina
Date cu privire la procedura de atribuire:	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195

<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659684146195?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659684146195?tab=contract-notice</a> 05.08.2022
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <a href="https://capex.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf">https://capex.md/wp-content/uploads/2019/01/SKMBT_22321102607470.pdf</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 62 din 10.08.2022 <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_62_2.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	21 978 057 lei

**Clarificări privind documentația de atribuire:**

**Lot nr. 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230**

**Data:**

5 aug 2022, 10:54

**Subiectul întrebării:**

Specificatie tehnica

**Întrebare:**

**\*\*Parametrul: Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 24-34 cm\*\* este o cerinta fixa greu de indeplinit. Cerem ca sa existe o marja de +/- 2cm, exact cum este si la temperatura culorii.**

**Răspuns (19 aug 2022, 17:42):**

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită ca dispozitivul oferit să dispună un diametru cu limitele de minim 24 până la maxim 34 cm. Pentru majorarea posibilității de participare parametrul tehnic v-a fi modificat din „Diametrul 24-34 cm” în „Diametrul 24-34 cm” în „Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”.

**Lot nr. 9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220**

**Data:**

5 aug 2022, 10:56

**Subiectul întrebării:**

Specificatie tehnica

**Întrebare:**

**\*\*Parametrul: Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 24-34 cm\*\* este o cerinta fixa greu de indeplinit. Cerem ca sa existe o marja de +/- 2cm, exact cum este si la temperatura culorii.**

**Răspuns (19 aug 2022, 17:42):**

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită ca dispozitivul oferit să dispună un diametru cu limitele de minim 24 până la minim 34 cm. Pentru majorarea posibilității de participare parametrul tehnic v-a fi modificat din „Diametrul 24-34 cm” în „Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”.

**Lot nr. 89 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150**

**Data:**

5 aug 2022, 12:31

**Subiectul întrebării:**

ST

**Întrebare:**

&quot;Lampa cu tub inclus cu 1 tub, area de dezinfectare  $\geq 20$  m<sup>2</sup>&quot; nu este indicata puterea tubului!!!!

**Răspuns (19 aug 2022, 17:43):**

Cerinta tehnica v-a fi modificata din „cu 1 tub, area de dezinfectare  $\geq 20$  m<sup>2</sup>” în „cu 1 tub min. 15W, area de dezinfectare  $\geq 20$  m<sup>2</sup>”.

**Lot nr. 86 Lampa pentru examinare, brat articulata (caracteristici avansate) Cod 130120**

**Data:**

5 aug 2022, 12:50

**Subiectul întrebării:**

Clarificari

**Întrebare:**

&quot;Temperatura culorii 4000- 5500 K&quot; va rugam sa clarificati daca trebuie sa fie reglabila sau sa fie fixa si sa se incadreze in diapazonul indicat.

**Răspuns (19 aug 2022, 07:44):**

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită ca dispozitivul oferit să dispună „Temperatura culorii” în diapazonul de „4000 - 5500 K”. Nu se solicită ca acest parametru să fie reglabil.

**Data:**

5 aug 2022, 13:02

**Subiectul întrebării:**

Lot 22-23-24- Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)

**Întrebare:**

Rugam adaptarea specificatiilor astfel ca sa se incadreze mai multi agenti economici si nu doar compania DATA CONTROL. De cind e aceasta Specificatie NU SE ACCEPTA schimbarea tehnice si tot cistiga Compania DATA CONTROL!!! O zi frumoasa sa aveti!!!!

**Răspuns (19 aug 2022, 17:44):**

Cerinta tehnica a fost supusa la un sir de modificari conform solicitărilor din anii precedenți. Solicitățile anterioare întemeiate au fost luate în considerare.

**Data:**

5 aug 2022, 14:28

**Subiectul întrebării:**

cerinte de calificare

**Întrebare:**

Va rog sa revizuiti pct.11 unde se cere extrasul de inregistrare in Registrul de stat a dispozitivelor medicale, conform legislatiei agentii economici sunt obligati sa notifice dispozitivele medicale pana la introducerea pe piata Republicii Moldova si nicicum la momentul participarii la licitatie. Multumim.

**Răspuns (19 aug 2022, 17:47):**

Cerință de calificare: Documente ce atestă calitatea bunurilor pentru dispozitive medicale) Certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; va avea următorul conținut: Declarație de la ofertant privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru dispozitivele medicale) cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - original conform modelului atașat - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.

**Lot nr. 108 Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760****Data:**

5 aug 2022, 17:18

**Subiectul întrebării:**

Parametri

**Întrebare:**

Rugam ca :Grosimea izolației sa fie acceptata de la  $\geq 60$  mm... aceasta va permite participarea mai mult agenti economici si nu influenteaza performanta echipamentului. Ori la majoritatea producatorilor este de 60mm si au toate certificatele si aprobarile de a vinde in toata lumea.

**Răspuns (19 aug 2022, 07:45):**

Conform cerințelor caietului de sarcină se solicită ca produsul oferit să dispună „Structura cutitei / Grosime izolare  $\geq 80$  mm”. Decrimentarea parametrului influențează direct asupra performanței de izolare. Modificarea nu poate fi acceptată.

**Data:**

5 aug 2022, 22:48

**Subiectul întrebării:**

Lot 1

**Întrebare:**

Parametrul Tensiune sanguină invazivă (IBP), Solicitam sa fie scoasa aceasta cerinta. Se stie foarte bine ca masurarea IBP o fac boar citeva sali de operatii in republica si asta e la SCR si IMU. Pentru ce se iroseste bugetul pentru module si consumabile pe care nimeni nu le foloseste?

**Răspuns (19 aug 2022, 07:46):**

Conform cerințelor tehnice sunt solicitate dispozitive de performanță de baza fără modulul IBP (Lot nr. 120) și dispozitive de performanță avansată cu modulul IBP (Lot nr. 121). În procesul de planificare fiecare beneficiar examinează cerințele tehnice și le selectează conform necesității interne. Ca urmare, modificarea nu poate fi operată din motiv că beneficiarul solicită un dispozitiv de performanță înaltă conform tuturor cerințelor indicate în caietul de sarcină.

**Data:**

5 aug 2022, 22:57

**Subiectul întrebării:**

Lot 2

**Întrebare:**

volumul Tidal, ml 5-1500, Solicitam sa se argumenteze volumul minim de 5 ml, intrucit beneficiar este SM MAI si nu Institutul Mamei și Copilului unde valoarea de 5 ml este argumentata conform ghidurilor si protocoalelor neonatologice, valoarea data este doar pentru limitarea spectrului de concurenta. Solicitam sa se modifice in 10-1500 sau 2000 ml valoarea superioara.

**Răspuns (19 aug 2022, 07:47):**

Cerința tehnică cu Cod 110130 este cu caracteristici avansate și este destinată pentru pacienți „Adult, Pediatric, Neonatal”. Acesta este o cerință cu cod generic standard și nu se modifică în dependență de beneficiari. Beneficiarul de sine stătător selectează acea cerință tehnică cu cod generic care consideră că îi va satisface necesitatea.

**Data:**

8 aug 2022, 10:42

**Subiectul întrebării:**

Lot 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570

**Întrebare:**

Parametrii solicitati si anume - termostat incorporat si - temperatura corectie Parametrii solicitati se contrazic reciproc, din motivul ca analizarele VSH dispunde una sau alta. Acesti parametri au aceiasi importanta, pentru ca analizoarele cu termostat nu au nevoie de corectie la temperatura, iar acelea, care au corectie de temperatura nu au nevoie de termostat. Din acest motiv, ar fi fost corect sa se solicite un parametru, si anume - &quot;termostat incorporat sau corectie la temperatura&quot;. Ori sa se solicite variatia admisibila a temperaturii mediului, pentru functionarea corecta a analizorului. Solicitarea ambilor parametri va putea duce la descalificarea nemotivata a ofertantului nedorit.

**Răspuns (19 aug 2022, 17:49):**

Parametrul tehnic a fost modificat din „Termostat încorporat” în „Termostat încorporat sau Corecție automată de temperatură”.

**Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120**

**Data:**

8 aug 2022, 17:34

**Subiectul întrebării:**

Parametre tehnice

**Întrebare:**

Buna ziua, Va rugam sa modificati/acceptati PEEP la 0-20cmH2O.

**Răspuns (19 aug 2022, 07:47):**

Decrementarea parametrului duce la o micșorare a performanței dispozitivului. Solicitarea nu poate fi acceptată.

**Lot nr. 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130**

**Data:**

8 aug 2022, 17:34

**Subiectul întrebării:**

Parametre tehnice

**Întrebare:**

Buna ziua, Va rugam sa modificati/acceptati PEEP la 0-20cmH2O si I:E 4:1 la 1:4.

**Răspuns (19 aug 2022, 07:48):**

Decrementarea parametrului duce la o micșorare a performanței dispozitivului. Solicitarea nu poate fi acceptată.

**Data:**

9 aug 2022, 15:55

**Subiectul întrebării:**

Parametrii tehnici

**Întrebare:**

Buna ziua, Solicitam ca să revizuiți parametrii tehnici al glucometrelor de la lotul 52,53. Daca analizam specificatia tehnica ajungem la concluzia ca favorizati un agent economic la lotul 52, caci doar un singur agent economic detine glucometre cu acesti parametrii tehnici. Dar pentru lotul 53 nu va fi depusa nici o oferta, caci până la moment nu este un glucometru care sa dețina intervalul de masurare 0,8-35 mmol/.

**Răspuns (19 aug 2022, 17:50):**

A fost modificat parametrul tehnic „Gama de măsurare 1-30.0 mmol/L” în „Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L”.

**Data:**

9 aug 2022, 16:14

**Subiectul întrebării:**

Lot 87

**Întrebare:**

Buna ziua, spuneti va rog \* Unghi de iradiere reglabil pina la 100 grade \* , \* fara reflector\* , cum va imaginati asa posibilitate ??

**Răspuns** (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic „reglabil până la 100 grade” a fost eliminat.

**Data:**

9 aug 2022, 16:20

**Subiectul întrebării:**

Lotu 88

**Întrebare:**

Spuneti va rog cum de inteles \* Lampa cu tuburi, tuburile incluse in dependenta de cantitatea solicitata\* daca Dstra indicati cantitatea 1 51 buc. Nu exista lampa cu spectru UVC de 30w pentru\* 10m2\* exista pentru 30-40m2

**Răspuns** (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic a fost modificat din „Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată” în „Lampa cu tub inclus”. A fost modificat parametrul tehnic „cu 1 tub, 30W, ≥ 10 m<sup>2</sup>” în „cu 1 tub, 30W”.

**Data:**

9 aug 2022, 16:30

**Subiectul întrebării:**

Lotu 90

**Întrebare:**

Buna ziua va rog eliminarea sintagmei \*fara reflectoare\* deoarece va putem demonstra ca si cu reflectoare unghiu de iradiere va fi de 360 grade imprejurul instalatiei, in alt caz intelegem favorizarea numai unui importator in RM si ignorarea restor. Nu e bine

**Răspuns** (19 aug 2022, 17:50):

Parametrul tehnic „Lămpile fără reflector” a fost eliminat.

**Lot nr. 108 Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760**

**Data:**

11 aug 2022, 10:37

**Subiectul întrebării:**

Tehnic

**Întrebare:**

Sistem Ventilare.... daca se poate un pic mai explicit acest parametru. Sa alba Frigiderul sistem de ventilatie sau incaperea sa fie dotata cu sistem de ventilatie.

Frigiderule care au sistem de ventilatie interior nu sunt cele mai reusite: nu pot mentine temperatura si raspindesc mirosul din interior.

**Răspuns (19 aug 2022, 17:51):**

Conform cerințelor tehnice se solicită ca dispozitivul să fie dotat cu sistem de ventilație internă. Parametrul tehnic a fost reformulat din „ Sistem ventilație” în „ Sistem ventilație internă”

**Lot nr. 9 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220**

**Data:**

11 aug 2022, 11:04

**Subiectul întrebării:**

**Tehnic**

**Întrebare:**

Buna ziua. Pentru cine este pregătit acest Parametrul: Dimensiunea cîmpului, cm Diametrul 24-34 cm??? Doar va rog sa nu spuneti ca institutia asa a cerut, noi am sunat sa clarificam si ei habar nu au ce se intimpla.

**Răspuns (19 aug 2022, 17:52):**

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită ca dispozitivul oferit să dispună un diametru cu limitele de minim 24 până la maxim 34 cm. Pentru majorarea posibilității de participare parametrul tehnic va fi modificat din „Diametrul 24-34 cm” în „Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”. Vă aducem la cunoștință că cerințele tehnice cu cod generic nu sunt elaborate de beneficiari ele sunt doar selectate de ei în funcție de necesitatea internă.

**Data:**

20 aug 2022, 19:39

**Subiectul întrebării:**

cerinte de calificarelot 87,88,89,90

**Întrebare:**

Corpurile pentru lampi bactericide nu necesita inregistrare la AMED, din motiv ca nu au contact cu corpul uman si nici nu necesita ISO13485, pentru producerea lor.

Pentru tuburile UVC bactericide care pot avea influenta asupra corpului uman, cred ca ar fi corect sa se prezinte declaratie sau certificat CE ( va rugam sa luati in

atenție ca producătorii Chineji tot indica C E- dar defapt se descifreaza CHINA EXPORT), va rugam sa faceti legatura cu AMED privitor la loturile date. Pentru utilaj

in republica Moldova este Moldova Standart &quot;E-CMAC&quot;, care certifica. Mersi

**Răspuns (22 aug 2022, 17:30):**

În documentația de atribuire pentru loturile vizate de dvs. sunt indicate următoarele cerințe: Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. - pentru dispozitive medicale se va prezenta Certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale; - Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. Totodată, la pct. 16 subpct. 19 din anunțul de participare este indicat: Notă (pentru echipamentele electrice) Ofertantul nu este obligat să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora. (În specificația tehnică a loturilor este indicat dacă de acceptă echipamentele electrice sau dispozitive medicale).

**Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120**

**Data:**

23 aug 2022, 11:49

**Subiectul întrebării:**

Depunere oferta

**Întrebare:**

Buna ziua! Spuneți va rog, la momentul depunerii ofertei, e necesar de depus toate documentele solicitate sau doar primele 6, adica pina la rubrica Cerinte de calificare obligatorii? Cele indicate in rubrica Cerinte de calificare obligatorii se depun o data cu celelalte sau ulterior la solicitare? Mulțumesc!

**Răspuns (24 aug 2022, 16:55):**

Conform art. 65 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. Oferta scrisă și semnată, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire utilizând SIA „RSAP”. Obligatoriu până la deschiderea ofertelor se depun documentele indicate la pct. 15 subpct. 1-6 din anunțul de participare. Ulterior documentele de calificare indicate la pct. 15 sub pct. 7-17 se prezintă la solicitare în conformitate cu DUAE.

**Data:**

23 aug 2022, 12:13

**Subiectul întrebării:**

Valoare estimată hemoglobinometru

**Întrebare:**

Bună ziua, Rugăm să verificați valoarea estimată la hemoglobinometrele cu codurile generice 150800 și 150810. Nu poți fi valori estimate într-atât de mici. Cred că a-ți pierdut câte o cifră. Mulțumim!

**Răspuns (24 aug 2022, 17:00):**

Prețul estimativ pentru lotul hemoglobinometru a fost stabilit conform ofertelor din ultimele licitații din anii precedenți, respectiv, la moment prețul nu poate fi modificat.

**Data:**

23 aug 2022, 12:21

**Subiectul întrebării:**

Parametrii la glucometru

**Întrebare:**

Bună ziua, stimată parte contractantă! Solicităm modificarea gamei hematocritului la loturile 52-53. Dacă o să verificați pe piață este un singur agent economic care poate să vă ofere glucometru cu așa gamă. În 2021 a-ți publicat exact așa parametri la loturile cu glucometre și toți participanții de la glucometre (caracteristici de

bază) au fost anulați, că nu s-au încadrat, iar la lotul cu glucometre (caracteristici avansate) nu a-ți avut nici o ofertă. E cazul poate să revizuiți parametri tehnici ca la final să aveți pe cine desemna câștigător și să nu vă pomeniți iar cu oferte care nu se încadrează. Nu cred că acesta e scopul publicării anunțului.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:01):**

Pe piața internațională există foarte multe produse și producători care corespund și chiar au parametri tehnici mai performanți decât cei solicitați. Nu există nici o limitare ca toate aceste produse să participe.

**Lot nr. 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuți (caracteristici medii) Cod 130270**

**Data:**

23 aug 2022, 12:21

**Subiectul întrebării:**

Pret estimativ

**Întrebare:**

Vă rog mult să revizuiți prețul estimativ a lămpii de fototerapie pentru n/n. Valoarea dispozitivului de acest tip, mai ales tip LED este min. de 3 ori mai mare. Va multumesc.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:02):**

Prețul estimativ a fost stabilit de către beneficiar conform posibilităților financiare. respectiv, la moment prețul nu poate fi modificat.

**Data:**

23 aug 2022, 16:08

**Subiectul întrebării:**

Lampii germicide

**Întrebare:**

Bună ziua, Solicităm, la Lotul 88 Lampa germicida(varianta stationara) Cod 130140 să fie scris ce suprafață este încăperea de dezinfectare, ca să oferim un produs în totalitate compatibil. La lotul 89 Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150 este menționat minim 20 m2 cu putere 15W acesta înseamnă că necesită mult timp până se va dezinfecta această încăpere, dacă se solicită dezinfectarea a 20 m2 atunci este necesar un dispozitiv cu o putere mai mare.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:04):**

Urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că acesta este o cerință standard/ generică și nu individual. Dispozitivul medical a fost selectat de către beneficiar ca urmare a caracteristicilor tehnice și necesitățile acestuia.

**Data:**

23 aug 2022, 16:20

**Subiectul întrebării:**

Lot1 , Lot 2 Masina de anestezie.

**Întrebare:**

Rugam modificarea revizuirea parametrului „Sertar pentru depozitare  $\geq 3$  buc „. Avand in vedere faptul ca acest parametru nu influenteaza performanta masinei de anestezie , rugam sa modificati in „, Sertar pentru depozitare  $\geq 2$  buc „, deoarece sunt producatori care ofera 2 sertare care au in total un volum de depozitare echivalent sau mai mare in fata celor cu 3 sertare. Multumesc.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:05):**

Urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că acesta este o cerință standard/ generică. Dispozitivul medical a fost selectat de către beneficiar ca urmare a caracteristicilor tehnice și necesitățile acestuia. Totodată, menționăm că pe piața internățională exista mai mulți producători și produse care dispune de 3 sertare.

**Data:**

23 aug 2022, 16:20

**Subiectul întrebării:**

Declarație de la ofertant privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru dispozitivele medicale) cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante

**Întrebare:**

Stimati parteneri, solicitarea DVS este greu de indeplinit pentru ca doar programarea poate dura 20 zile, dupa care urmeaza si evaluarea dosarului depus.. Instructia data nu va putea raspunde solicitari noastre (care pina la urma va veni de la CAPCS) de a elibera numar de inregistrare in 15 zile. Rugam sa nu transformati o cerinta formala in una extremista, Oricum in licitatie se prezinta toate certificatele care sunt necesare si pentru inregistrare. RECOMANDAM ca pe linga Factura, Act de instalare sa fie si cerinta Actului de inregistrare la AMED, in caz contrar nu se semneaza factura si restul actelor. Este mai mult decit suficient si nu se incarca o institutie cum este AMED cu inregistrari inutile de echipamente.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:21):**

Buna ziua. Solicitarea de prezentare a numărului de înregistrare va avea loc după evaluarea tehnică și a documentelor prezentate și va fi transmisă doar către potențialii câștigători, care astfel vor demonstra că produsele oferite de ei vor îndeplini cerințele de calitate pentru plasarea acestora pe piața RM. În acest mod Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu va avea programul încărcat și va fi posibilă înregistrarea conform ordinului nr. A07.PS-01.Rg04-201 din 13.10.2017 emis de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pct. 12. Agenția înregistrează în termen de 10 zile lucrătoare în Registrul de Stat al dispozitivelor Medicale. Vă mulțumim

**Data:**

23 aug 2022, 21:35

**Subiectul întrebării:**

Lot 88

**Întrebare:**

Va informam ca la lotul dat, ati indicat corect, exista lampa bactericida 15w pentru 20m2, si dezinfectarea spatului va fi in regim normal prevazut de 15min, nu necesita suprachetuieli.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:07):**

Vă mulțumim de mențiune.

**Data:**

24 aug 2022, 12:41

**Subiectul întrebării:**

Lot 105 Pat pediatrie

**Întrebare:**

Bună ziua, Pat pediatrie sau pat pentru adolescenți ?

**Răspuns (24 aug 2022, 17:07):**

Conform cerințelor caietului de sarcina se solicita „Pat pediatrie standard (mecanic) pentru adolescenți”. Este necesar de un pat din sectorul pediatrie pentru pacient adolescenți.

**Data:**

24 aug 2022, 12:54

**Subiectul întrebării:**

Lot nr. 36 Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300

**Întrebare:**

Stimata autoritatea contractata va informam ca nu exista un asa dispozitiv care sa intruneasca toti parametri solicitati. Va rugam sa luati in considerare experienta din anii trecuti cind cu aceeasi configuratie nu ati putut desemna nici un cistigat. Solicitam respectuos perfectarea specificatiei conform necesitatilor reale ale beneficiarului si nu conform unei specificatii generice care nu poate fi indeplinita de nici un producator.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:12):**

Urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că acesta este o cerință standard/ generică. Totodată, dispozitivul medical a fost selectat de către beneficiar ca urmare a caracteristicilor tehnice și necesitățile acestuia. În același timp solicităm respectuos identificarea cerințelor tehnice exacte care îngăduiesc participare la procedura de achiziție publică. Mulțumim pentru clarificare.

**Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120**

**Data:**

24 aug 2022, 13:49

**Subiectul întrebării:**

Specificatie tehnica

**Întrebare:**

Referitor la Vaporizatoarele acceptate de masina de anestezie: Va rog mult sa excludeti Enfluranul pentru ca este un anestezic vechi care nu se mai utilizeaza in lume din anii 1980 (<https://en.wikipedia.org/wiki/Enflurane>), iar producatorii de vaporizatoare deja nici nu mai fabrica acest tip. De aceea in urma evaluarii se exclud multi

producatori din cauza acestui parametru, favorizind numai unul. S-au cerute 2 tipuri de vaporizatoare sevofluranul si izofluranul, ceea ce confirma ca la noi in tara anume aceste tipuri agenti de anestezie se utilizeaza, iar celelalte "acceptate" sint puse pentru a limita concurenta.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:12):**

„Acest parametru este indicat ca „tip vaporizator acceptate”. Pentru posibilitatea de a fi utilizat în caz de necesitate. Exista mulți producători și produse care dispun de acest parametru.

**Lot nr. 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130**

**Data:**

24 aug 2022, 13:50

**Subiectul întrebării:**

specificatie tehnica

**Întrebare:**

Referitor la Vaporizatoarele acceptate de masina de anestezie: Va rog mult sa excludeti Enfluranul pentru ca este un anestezic vechi care nu se mai utilizeaza in lume din anii 1980 (<https://en.wikipedia.org/wiki/Enflurane>), iar producatorii de vaporizatoare deja nici nu mai fabrica acest tip. De aceea in urma evaluarii se exclud multi producatori din cauza acestui parametru, favorizind numai unul. S-au cerute 2 tipuri de vaporizatoare sevofluranul si izofluranul, ceea ce confirma ca la noi in tara anume aceste tipuri agenti de anestezie se utilizeaza, iar celelalte "acceptate" sint puse pentru a limita concurenta.

**Răspuns (24 aug 2022, 17:13):**

„Acest parametru este indicat ca „tip vaporizator acceptate”. Pentru posibilitatea de a fi utilizat în caz de necesitate. Exista mulți producători și produse care dispun de acest parametru.

**Lot nr. 77 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150**

**Data:**

24 aug 2022, 16:44

**Subiectul întrebării:**

Clarificare

**Întrebare:**

Buna ziua, Pentru mărirea spectrului de oferte solicităm respectuos majorarea diapazonului pentru parametrul gastroscopului: Adncimea câmpului vizual: 2-100 mm în 3- 100 mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm cu acuratețea de 0.1 mm

**Răspuns (24 aug 2022, 17:16):**

„Urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că acesta este o cerință standard/ generică cu caracteristici avansate, conform denumirii lotului. Dispozitivul medical a fost selectat de către beneficiar ca urmare a caracteristicilor tehnice și necesitățile acestuia. Menționăm că solicitările dvs. de modificare a specificației tehnice Adâncimea câmpului vizual: în 3- 100 mm Diametrul exterior cu acuratețea de 0.1 mm se regăsesc în specificațiile tehnice pentru dispozitivul medical Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de bază/medii) ”

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	<p>Urmare a clarificărilor din sistemul electronic au fost operate în caietul de sarcini următoarele modificări. Pentru loturile nr. 9 <i>Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)</i> Cod 130220 și 10 <i>Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici de baza)</i> Cod 130230 a fost modificată specificația tehnică din „Diametrul 24-34 cm” în „Diametrul ajustabil min. 24-32 cm”, astfel, în cât să asigure participarea operatorilor economici cu dispozitive medicale mai performante.</p> <p>Pentru lotul nr. 89 <i>Lampa germicide (variante staționara 20m)</i> Cod 130150, ca urmare a clarificării depuse s-a adăugat puterea tubului de min. 15W, astfel cerința tehnică cu 1 tub, area de dezinfectare <math>\geq 20 \text{ m}^2</math> sa modificat în „cu 1 tub min. 15W, area de dezinfectare <math>\geq 20 \text{ m}^2</math>”.</p> <p>Pentru lotul nr. 39 <i>Analizator automat cu 20 canale, VSH</i> Cod 150570, ca urmare a clarificării depuse s-a modificat cerința tehnică din „Termostat încorporat” în „Termostat încorporat sau Corecție automată de temperatură”.</p> <p>Pentru loturile 52 <i>Glucometru (caracteristici de baza)</i> Cod 151200 și 53 <i>Glucometru (caracteristici avansate)</i> Cod 151210 s-a modificat cerința tehnică din Gama de măsurare 1-30.0 mmol/L” în „Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L”.</p> <p>Pentru lotul nr. 87 <i>Lampa germicide (variante de masa)</i> Cod 130130 s-a exclus parametrului tehnic „reglabil până la 100 grade”.</p>

<p><b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b> (după caz)</p>	<p>Pentru lotul nr. 88 Lampa germicidă (variante staționara) Cod 130140 s-a modificat Parametrul tehnic din „Lampa cu tuburi, tuburile incluse în dependență de cantitatea solicitată” în „Lampa cu tub inclus”. A fost modificat parametrul tehnic „cu 1 tub, 30W, ≥ 10 m<sup>2</sup>” în „cu 1 tub, 30W”.</p> <p>Pentru lotul nr. 90 Lampa germicidă (variante mobilă) Cod 130160 s-a exclus cerința tehnică „Lămpile fără reflector.</p> <p>Pentru Lotul nr. 108 Frigidier mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760 Conform cerințelor tehnice se solicită ca dispozitivul să fie dotat cu sistem de ventilație internă. Astfel, s-a modificat parametrul tehnic din „Sistem ventilare” în „Sistem ventilare internă”</p>
<p><b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit</b> (după caz)</p>	<p><b>Conform sistemului de achiziții electronic Mfinder</b></p>

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ Administratorii
1	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Perpelija Igor
2	Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
3	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
4	Biosistem-MLD SRL	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
5	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
6	Diamedix Impex SRL	1012600019967	Traian Marinescu
7	Dutchmed M SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
8	Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
9	Ericon SRL	10036 00000316	Gheorghe Bunic
10	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
11	Intermed SRL	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
12	Pharmony	1015600025123	Alexandru Șarco
13	Lokmera SRL	1007600011105	Nicolai Iasibas

14	Mediclim M SRL					1003600131744													Bondarciuc Roman
15	Neotec SRL					1002600048135													Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
16	Sanmedico SRL					1003602008154													Gorecii Vitalie-50% Ceban Cornelia-50%
17	Triumf-Motiv SRL					1012600021180													Jighiti Tatiana
18	Denolga Medical SRL					1005600059558													Gherman Irina
19	Imunotehnomed SRL					1002600012565													Petru Bolea
20	Jako Life Clinic SRL					1020600034307													Stanislav Cobiletchi
21	Natusana SRL					1006600025657													Tutunaru Diana
22	Polisano Prim SRL					1005600003425													Iola Andronic
23	Precitec SRL					1003600024349													Alexandru Chirita
24	Tehoptimed SRL					1003600087162													Stela Potînga
25	Biosistem mld SRL					1010600028048													Poata Vitalie
26	Vipromed Service SRL					1013600002366													Octavian Savca
27	Visyosistems SRL					1014600037327													Mihail Arnaut
28	Vivamed International SRL					1007600028965													Beregoi Valeriu
29	Medpunkt SRL					1011600044267													Antonova Anna
30	Farmina SRL					1002600010549													Guțan Ghenadie
31	Echipped Plus SRL					1003600077677													Iurchevici Valeriu
32	Alex Standard SRL					1013600018392													Bojenco Anna
33	Labromed Laborator SRL					1002600001177													Ernicev Alexandr
34	Aelo Grup SRL					1011600009752													Rodica Cobzari-Țurcan

**Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

N r. d /o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AEL O Gru p SRL	Alex Stan dard SRL	Anc otec Sist em SRL	Biosi stem-MLD SRL	DataC ontrol SRL	Den olga Med ical SRL	Diam edix Impe x SRL	Dutch med- M SRL	Echip amed Plus SRL	Ecoc himie SRL	Erico n SRL	Eye con Me dica SRL	Farm ina SRL	GB G-ML D SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin semnături electronice către	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		<p>administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i></p>																	
2	Specific așa tehnică	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		anexează actul/documentul de înregistrare; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>																	
3	Specific așa de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de înregistrare; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărei alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat necoriform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>																		
4	DUAE		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Garanția pentru ofertă	- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.	25300	2456.48	60800	16000	178600	9397	5989.94	47000	Scrisoarea bancară	35720	3480	66000	97000	1665+4813	Scrisoarea bancară semn	175000		
		-În cazul în care garanției bancare urnează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9	Scrisoarea bancară									Scrisoarea bancară								

	<p><i>din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</i></p>															ata electronic
	<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor</p>		Tran sfer	Tran sfer	Trans fer	Transf er	Tran sfer	Trans fer	Transf er		Trans fer	Trans fer	Tran sfer	Trans fer		

		juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;																		
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>																			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																	
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>în care ofertantul este stabilit</p>	<p>documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>													
<p>9 a restanțelor față de bugetul</p>	<p>Certificat privind lipsa sau existența</p> <p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	public național	aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																		
1 0	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante.																		
	Declarație de la ofertant privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (pentru dispozitivele medicale)	Neprezentarea numărului de înregistrare termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - <i>original conform modelului atasat</i> - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



entului oferit	juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;															
1 2	Declarație de la Ofertant privind instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;																		
1 3	Declarat ie de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																		
1 4	Declarat ie de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul aparitiei defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1 5	Declarat ie de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																		
1 6	Declarație de la Oferant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat Oferantului - original – confirmată prin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;																	
1 7	Dovada înregistrării în Lista producătorilor, producătorilor,	Se va prezenta de numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în	+	+	+	+	+	+	+	este inclus în lista Membrilor EEE, verifi cat	+	+	+	verifi cat online si este inclus in lista membrilor EEE	+	+	+		

	Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Partea II**

	N r /	Crite rile de califi care și de selec ție	Mod de demonstrar e a îndeplinirii criteriului/ cerinței:	He alt M edi cal Sol uti oni s SR L	Imun otehn omed SRL	Int er me d SR L	Ja ko Lif e Cii nic SR L	La bro me d La bor ato r SR L	Lo k me ra SR L	M edi c i m A M SR L	Me dp un kt SR L	Na tus an a SR L	Ne ote c SR L	Ph ar mo ny SR L	Po lis an o Pr im SR L	Pre cite st Co m SR L	Sa nm edi co SR L	Teh opti me d SA	Teti s Inte rnat iona l SR L	Tr iu mf - M oti v SR L	Vi pro me d Ser vic e SR L	Visi osys tem s SR L	Vivam ed Intern ationa l SRL	
1		Cere rea de parti cipar e	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administrator	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



2	Spec ificat ia tehni că	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicate în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicit ă atât și în cazul delegării sau împuternici rii persoanei, la ofertă se anexază actul/docum entul de împuternici re; <i>Conform anexei nr. 22 din</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	for mu lar ul pen tru lot ul nr. 42 lips ește	+	+	+	+	+	+	Nu se regăse sc toate loturile din formu lar in sistem sau invers, sunt in formu lar, dar nu in sistem
---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---



	<p>La ofertă se anexează actul/documentul de înregistrare; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>																						
<p>4 DUA E</p>	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	s-a indicat altă procedură în vederea prezentat	+	+



ofertă	-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentații a Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în	Scrisoare bancară semnată electronic	Scrisoare bancară								
--------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<p>termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p>									<p>Transf er</p>
<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către banca a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către</p>	<p>Tr an sfe r</p>	<p>Tr an sfe r</p>	<p>Tr ans fer</p>	<p>Tr an sfe r</p>	<p>Tr ans fer</p>	<p>Tr ans fer</p>	<p>Tr an sfe r</p>	<p>Tr ans fer</p>	<p>Tr ansfe r</p>



ei (120 de zile)	companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documul de împuternicire;; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația a Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>																										





<p>apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de</p>																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







<p>în Registrul de Stat al Dispozitivilor Medicale (pentru dispozitive medicale)</p>	<p>· Nereprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei - <i>original conform modelului atașat</i> - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana</p>																								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>																					
<p><i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al AMDM se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistre/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la</i></p>																					

	<i>termenul limită de depunere a ofertelor.</i>																							
11	Documente confirmatoare (prospecte), manualul de <u>utilizare și documente tehnice de confirmare</u> și confirmarea specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>																					
<p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/moделului articolului atribuit</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+





	<p>specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de</p>																								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicit ă atât și în cazul delegării sau împuternici rii persoanei, la ofertă se anexază actul/docum entul de împuternici rei;</p>																								
<p><b>1 5</b></p>	<p><b>Decl arați e de la ofert ant</b></p>																								<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către</p>



	<p>conform programului și stabilit și menținută dispozitivul și medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicit ă atât și în</p>																								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p><b>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de împuternicire;</b></p>																								<p>00028 965</p>
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

18	Declarații privind confidențialitatea beneficiilor efective și în cadrul acestei oraș în situația condițiilor de amănărilor pentru participarea la activități ale unei organizații	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către	+	+	+	+	
----	--	--	---	---	---	---	--

<p>nizată sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spațiile de bani</p>	<p>administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>																								
<p>19 Notă (pentru echipamentul electrice)</p>	<p>Ofertantul nu este obligat să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției</p>																								

	<p>Medicament ului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate până la momentul livrării acestora. (În specificația tehnică a loturilor este indicat dacă de acceptă echipamente le electrice sau dispozitive medicale)</p>																						
2 0	<p>Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care</p>																						



**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Model art/ Tara de origine/ Producător	Ofertant	Corespunde / Nu corespunde cerințelor tehnice
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	395000	474000	APUSX3+ CETUSX12 / Accentmedical / Germania	Eyecon Medical SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat tip vaporizator acceptate Desfluran s-a oferit fara. Conform clarificărilor sun prezentate datele din modulul „16.11 CO2 module specification”. In acest modul este prezentat performanta tehnica pentru modulul CO2 si nu pentru vaporizatoare. 2. S-a solicitat Frîna centralizată pentru fixarea aparatului s-a oferit cu frina tip descentralizat, individual pe fiecare roata.
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	426000	511200	WATO EX-65 + ePM12/ China /Mindray	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerințelor tehnice
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	444500	533400	Aeon8600A + BT-770/China + Coreea / AeonMed + Bistos	DataControl SRL	
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	445000	534000	Atlas N5+Taurus/ China/ Northern Meditec	Ancotec Sistem SRL	
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	598628	718353.6	CS650+B105 USA/SUA GE Medical Systems	Intermed SRL	s-a oferit 2buc, s-a solicitat o bucata
1	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	575000	810000	Atlan A300 + Vapor 2000 ISO + Vapor 2000 Sevo + Vista 120 CO/ Germania/ Dägerwerk AG & Co. KGaA	Echipamed-Plus SRL	
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	522500	627000	Aeon 8800A + BT-780 / China + Coreea / AeonMed + Bistos	DataControl SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Debitmetre gama, L/min > 0 - 15 s-a oferit Air - 0-12L/min, pag 6; 2. S-a solicitat Vaporizator / tip vaporizator acceptate / Desfluran s-a oferit fara.

2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	536764	644116.8	APUSX3+ CETUSX15 / Accentmedical, Germania	Eyecon Medical SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat tip vaporizator acceptate Desfluran s-a oferit fara. Conform clarificarilor sun prezentate datele din modulul „16.11 CO2 module specification”. In acest modul este prezentat performanta tehnica pentru modulul CO2 si nu pentru vaporizatoare. 2. S-a solicitat Frîna centralizată pentru fixarea aparatului s-a oferit cu frina tip descentralizat, individual pe fiecare roata.
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	554600	665520	WATO EX-65 + BeneVision N15/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerintelor tehnice
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	597685.5	717222.6	Prima 465 + UM 300-15-S United Kingdom+ Slovacia Penlon+ UTAS Technologies	Health Medical Solutions SRL	
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	636000	763200	Atlas N7+ Venus/ China /Northern Meditec	Ancotec Sistem SRL	
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	720760	864912	CS650+B155 USA/SUA GE Medical Systems	Intermed SRL	
2	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	730000	876000	Atlan A300 + Vapor 2000 ISO + Vapor 2000 Sevo + Vista 120 CO/ Germania/ Drägerwerk AG & Co. KGaA	Echipamed-Plus SRL	
3	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	633	759.6	0722CI+0703+0727 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Marime mască 1 și 2 s-a oferit doar marimea 2 (0703).
3	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	732	878.4	Reusable resuscitator Infant 130 250 + Mask size 130 220, 130 221 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerintelor tehnice

3	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	800	960	GT012-300A/ China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
3	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	990	1188	Moretti RA143 Infant cu masca N1 + masca N2 RA432 Italia Moretti	Tetis International SRL	
4	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	662	794.4	0721C3+0703+0727 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice I. S-a solicitat Marime masca 2 și 3 s-a oferit doar marimea 2 (0703).
4	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	744	892.8	Reusable resuscitator Pediatric 130 251 + Mask size 130 222, 130 223 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerintelor tehnice
4	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	782	938.4	Moretti RA142 cu masca N3 + masca N2 RA432 Italia Moretti	Tetis International SRL	
4	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	800	960	GT012-300A/ China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
5	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	785	942	Reusable resuscitator Adult 130 252 + Mask size 130 224, 130 225 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerintelor tehnice
5	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	800	960	GT012-300A/ China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
5	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	811.67	974	34245+34225+34258 Italia Gimna	Vivamed International SRL	
5	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	979	1174.8	Moretti RA141 cu masca N5 Italia Moretti	Tetis International SRL	
6	Laringoscop adult standard Cod 110600	4278.33	5134	34303+31542+34467 Italia Gimna	Vivamed International SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%

6	Laringoscop adult standard Cod 110600	7570	9084	03.11000.721+12.80220.722+12.80005.002+03.12010.612+03.12010.622+03.12010.632+03.12010.642+12.75126.003+03.90002261/ Germania/ Kirchner& Wil helm	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 50%
7	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	6214,5	7457,4	34477+34471+34472+34473+34474+34467+31542 Italia Gimma 03.411140.521+12.80005.002+03.42013.621+03.42013.631+03.42013.641+03.42013.651+03.90003.001 Germania Kirchner& Wil helm	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complexitatea lamelelor solicitate a fost oferit fara trusa
7	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	9660	11592	34498 Italia Gimma	GBG-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice
8	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620	7463.33	8956	03.411140.521+12.80005.002+03.42053.621+03.42053.631+03.42053.641+27133 Germania Kirchner& Wil helm	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Lamele laringoscop mărima 2 s-a oferit fara; 2. S-a solicitat încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz s-a oferit fara
8	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620	17950	21540	MICARE PowerLED E700 China/ Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	GBG-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice
9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	78400	94080	30782 Italia Gimma	Medpunkt SRL	Corespunde cerintelor tehnice
9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	83905	100686		Vivamed International SRL	

9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	84000	100800	700 LED / China/ Huiteng Medical	Triumf-Motiv SRL	
9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	98000	117600	STARLED 3 NX+TW+Sync/ ACEM, Italia	Eyecon Medical SRL	
9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	105320	126384	OL-03 /Polonia/ Infimed	DataControl SRL	
9	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	124078	148893.6	LDI0.01 Turcia Inspital	Tetis International SRL	
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	84916.67	101900	49119 Italia Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm s-a oferit 13.5 - 27 cm; 2. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Adîncimea $\geq$ 80 cm s-a oferit 58 cm;
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	115000	138000	MICARE PowerLED E700/500 China Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Medpunkt SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm s-a oferit pentru satelitul 1 15-35 cm iar pentru satelitul 2 9-26 cm, pag.3; Satelitul nr.2 nu corespunde cerintelor
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	160000	192000	STARLED 3 NX+3NX / ACEM, Italia	Eyecon Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	165380	198456	OL-02 (130 000lux) + TL-01 (60 000lux) / Polonia/ Infimed	DataControl SRL	

10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	229000	274800	LD10.02 Turcia Inspital	Tetis International SRL	
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	262650	315180	Penta63N+30N /Italia/ Rimsa	AELO GRUP SRL	gresala aritmetica la suma totala cu TVA
11	Aspirator toracal Cod 130310	2144.15	2572.98	F-36.00+05.0016+05.0001 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB cerinta data nu a fost demonstrata in urma solicitarii scrisorii de clarificare.
11	Aspirator toracal Cod 130310	4280	5136	Aspirator toracal L.T.A 270 +15 filtre antibacteriene LRA204 + vas collector LRA372 Italia GIMA	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
11	Aspirator toracal Cod 130310	4880	5856	F-40/ Italia /Fazzini	GBG-MLD SRL	
11	Aspirator toracal Cod 130310	6380	7656	New Askir 30 (RE 310100/02)/ Italia /Ca-Mi	DataControl SRL	
11	Aspirator toracal Cod 130310	8549.8	10259.76	23D1.China ARI	Vipromed Service SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
11	Aspirator toracal Cod 130310	12300	14760	SA03PT /Turcia /Elmaslar	Dutchmed-M SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
12	Aspirator urgente Cod 130320	5328.33	6394	F-31.00+05.0016 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
12	Aspirator urgente Cod 130320	8870	10644	Aspirator urgente, Super Vega Battery, #28190 Italia GIMA	Tetis International SRL	
12	Aspirator urgente Cod 130320	9220	11064	28190/Super Vega battery Italia Gima	GBG-MLD SRL	
12	Aspirator urgente Cod 130320	10687.25	12824.7	23B.III China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat D/LAE pentru procedura data
12	Aspirator urgente Cod 130320	12840	15408	New Askir 118 (RE 410151)/ Italia/ Ca-Mi	DataControl SRL	

13	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	9000	10800	F-60B+05,0016 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice
13	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	9920	11904	Aspirator chirurgical portabil, with trolleySuper Vega, #28193 Italia GIMA	Tetis International SRL	S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB cerinta data nu a fost demonstrata in urma solicitarii scrisorii de clarificare.
13	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	12214	14656.8	23C.II China ARI	Vipromed Service SRL	Corespunde cerintelor tehnice
13	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	12320	14784	F-60B/ Italia /Fazini	GBG-MLD SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura a data
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	11202.62	13443.14	28204+28237 Italia Gima	Vivamed International SRL	Clarificari
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	12940	15528	NewHospivac 350 Full 5 (RE 410356/05) / Italia/ Ca-Mi	DataControl SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	15450	18540	Clinic Plus, #28198 Italia GIMA	Tetis International SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	15572.85	18687.42	23C.X China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	15600	18720	SA01HT /Turcia/ Elmastar	Dutchmed-M SRL	
14	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	17440	20928	28198/ Italia/ Gima	GBG-MLD SRL	
15	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	42285.56	50742.67	SVP-B0007 conf-frech Semi-Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion) + electrozi SAV-C0846 - 3	Biosistem-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice

				buc si SAV-C0016 - 3 buc /Italia /AMI		
15	Defibrillator extern, semiautomat Cod 130400	55600	66720	BeneHeart D1 PRO/China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	
15	Defibrillator extern, semiautomat Cod 130400	72100	86520	DefiMAX Mobile/ Polonia /Emtel	Neotec SRL	
16	Defibrillator extern, automat Cod 130410	35220	42264	HeartSave 6 /Primedic, Germania	Eyecon Medical SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Baterie / Timp de operare $\geq$ 300 de descărcări la energia maximă s-a oferit 200 descărcari la 360J, pag 4, Discharges/shocks 200@360J
16	Defibrillator extern, automat Cod 130410	42150	50580	BeneHeart CIA/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Baterie / Timp de operare $\geq$ 300 de descărcări la energia maximă s-a oferit 200 descărcari la 360J.
17	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	40000	48000	Ampir 01 cu stativ Suir /TahatAksi/ Belarus	Jako Life Clinic SRL	Correspunde cerintelor tehnice
17	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	45000	54000	FT1800 Germania Keewell Medical	Triumf-Motiv SRL	
19	Tonometrul ocular portativ Cod 170300	12800	15360	TGD-03 /Rusia/ Uzina or. Reazzani	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
19	Autorefractometrul Cod 170400	57330	68796	AR-7610/ China /RedSun Optical	GBG-MLD SRL	Correspunde cerintelor tehnice
19	Autorefractometrul Cod 170400	80500	96600	RM-9600 /China/ Ningbo Ming Sing	Ancotec Sistem SRL	
20	Oftalmoscop Cod 170500	3220	3864	Piccolight E56LED/ Germania/ Kirchner&Wii helm	GBG-MLD SRL	Correspunde cerintelor tehnice

21	Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 289110		Triumph-Motiv SRL	
22	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200	ZEUS-400 /Coreea /Zerone	Dutchmed-M SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 120$ W s-a oferit 100W; 2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 250$ Ohm s-a oferit 200 Ohm;
22	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200	EXCELL 350 MCDSe /Italia/ Alsa	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Monopola / Tăiere $\geq 350$ Ohm s-a 300 Ohm; 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare $\geq 150$ W s-a oferit 120 W; 3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 140$ W s-a oferit 100W; 4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 300$ Ohm s-a oferit 200 Ohm; 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare $\geq 120$ W s-a oferit 100 W;
23	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220	EXCELL 400 MCDSe /Italia/ Alsa	Dutchmed-M SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Monopola / Tăiere $\geq 350$ Ohm s-a 300 Ohm; 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare $\geq 150$ W s-a oferit 120 W; 3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 140$ W s-a oferit 100W; 4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 300$ Ohm s-a oferit 200 Ohm; 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare $\geq 120$ W s-a oferit 100 W;
23	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220	ZEUS-400 + Cart /Coreea/ Zerone	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Monopola / Tăiere $\geq 350$ Ohm s-a 300 Ohm; 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare $\geq 150$ W s-a oferit 120 W; 3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 140$ W s-a oferit 100W; 4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 300$ Ohm s-a oferit 200 Ohm; 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare $\geq 120$ W s-a oferit 100 W;
24	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240	ZEUS-400 + Cart /Coreea/ Zerone	Dutchmed-M SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Monopola / Tăiere $\geq 350$ Ohm s-a 300 Ohm; 2. S-a solicitat Monopola / Coagulare $\geq 150$ W s-a oferit 120 W; 3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 140$ W s-a oferit 100W; 4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere $\geq 300$ Ohm s-a oferit 200 Ohm; 5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare $\geq 120$ W s-a oferit 100 W;

24	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240	83620	100344	EXCELL 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
25	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	18530	22236	BPR-5V118 + 8 cosuri/ China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2$ °C; 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;
25	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	23000	27600	YC-130L/ China/ Meiling Cryogenics	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 54 dB;
25	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	25140	30168	INOPR – 130 L /Turcia/ Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 54 dB;
25	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	35654,05	42784,86	EKF T150 Turcia Entas	Imunoteronomed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
26	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	21080	25296	BPR-5V238 + 8 cosuri/ China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2$ °C; 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;
26	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	29950	35940	ECCO250ASI /Turcia/ Coolarmed	Ericon SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Număr de rafturi $\geq 4$ ; 2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2$ °C; 3. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot < 48 dB;
26	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	35600	42720	INOPR- 315 L/ Turcia/ Inovia	Neotec SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%

26	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-300L Cod 140710	39442,3	47330,76	EKT175 Turcia Emisag	Imunotehnemed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%.
27	Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860	26300	31560	INOPR 55 L /Turcia/ Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Configuratie staționar, orizontal s-a oferit oferit de tip vertical
28	Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870	14450	17340	BPR-5V68+3 cosuri /China /Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Configuratie staționar, orizontal s-a oferit oferit de tip vertical
28	Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870	27400	32880	INOPR – 75 L/ Turcia Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Configuratie staționar, orizontal s-a oferit oferit de tip vertical
29	Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880	33345	40014	INOPR – 130 L /Turcia/ Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Configuratie staționar, orizontal s-a oferit oferit de tip vertical
29	Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880	34340	41208	BPR-5V108+5 cosuri/ China /Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Configuratie staționar, orizontal s-a oferit oferit de tip vertical
30	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	1500	1800	Mission U120 (U111-101)+10U(U031-101) SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sammedico SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
30	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	7500	9000	Nu este in formularul tehnic	GBG-MLD SRL	Nu este in formularul tehnic Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
30	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	9850	11820	H-100 Urine Analyzer/ China DIRUI	Biosistem-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
31	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	500	600	Mission U500 (U211-111)+10U (U031-101) SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sammedico SRL	Corespunde cerințelor tehnice
31	Analizator semiautomat, de urina cu masurare	22250	26700	H-500 Urine Analyzer/ China /DIRUI	Biosistem-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%

	continue Cod 150120								
31	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	25000	30000	Nu este in formularul tehnic	GBG-MLD SRL	Nu este in formularul tehnic Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%			
32	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200	80000	96000	Selectra Pros (cod: 6003-543)/Olanda/ Eliitech BK-200/ China /Biobase	GBG-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice			
32	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200	117000	140400		DataControl SRL				
33	Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220	80000	96000	Mach5 (cod: 6004-301)/Olanda/ Eliitech Biobase-Silver /China/ Biobase	GBG-MLD SRL	Nu a fost regasit oferta tehnica			
34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	30200	36240		DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice			
34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	32000	38400	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer /China /Clinddiag	Biosistem-MLD SRL				
34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	35000	42000	Biobase Silver /China/ Biobase/	Ericon SRL				
34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	64330	77196	Stat Fax 1904+ Mosquito/ SUA /Awareness Technologies	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%			

	sistem de tip deschis Cod 150240						
35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	28000	33600	SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer/ China Clindiaag	Biosistem-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	32000	38400	Biobase Silver/China/ Biobase/ Stat Fax 1904 /SUA/ Awareness Technologies	Ericon SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%	
35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	44550	53460	Nu este în formularul tehnic	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%	
36	Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300	54330	71196	Nu este în formularul tehnic	GBG-MLD SRL	Nu este în formularul tehnic	
36	Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300	232200	278640	CL-1200i/China/Mindray	Echipped-Plus SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Teste anti CPP, Alergeni specifici IgE, Alergeni specifici IgG, Osteocalcina, Alergeni s-a oferit fara	
37	Analizator hematologic, automat (3 dif), tip deschis -10 probe Cod 150310	36930	43200	CELL-Dyn Emerald 18 (cod:09H39-01)/ ABBOTT/USA	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice	
37	Analizator hematologic, automat (3 dif), tip deschis -10 probe Cod 150310	42000	50400	BC-20s Auto Hematology Analyzer/China Mindray	Biosistem-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice	

38	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	70000	84000	CELL-Dyn Ruby (cod: 08H67-01) /ABBOTT/ USA	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Metode de măsurare - impendansmetrică s-a oferit fara; 2. S-a solicitat Metode de măsurare fotometrică s-a oferit fara; 3. S-a solicitat Reagenți / Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize s-a oferit 500; 4. S-a solicitat Consumabile / Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulanți, pentru colectarea singelui integral, compatibile cu analizorul oferit s-a oferit 500;
38	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	123825	148590	BC-5150 Auto Hematology Analyzer/ China /Mindray	Biosistem-MLD SRL	Correspunde cerintelor tehnice
39	Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570	21800	26160	10395/ Italia/ DISSE	Precitest Com SRL	Formularul tehnic nu contine semnatura
39	Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570	49220	59064	Kinnsed Auto 20/ Italia/ Vacuwest Kinna	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	20800	24960	M00204/ Austria/ EXIAS	Precitest Com SRL	Correspunde cerintelor tehnice
40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	30000	36000	EasyLyte/ SUA/ Medica	GBG-MLD SRL	
40	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	37050	44460	Smartlyte+ ISE analyzer/ SUA/ Diamond	Biosistem-MLD SRL	
41	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	40950	49140	Smartlyte+ ISE analyzer/ SUA/ Diamond	Biosistem-MLD SRL	Correspunde cerintelor tehnice
41	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	20800	24960	Nu este formularul tehnic	Precitest Com SRL	Nu este formularul tehnic

41	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	60330	72396	EasyLyte Expand/ SUA/ Medica	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Stocarea datelor / Date analize min. 1000 Înregistrări s-a oferit 250; 2. S-a solicitat Stocarea datelor / Date calibrări min. 1000 Înregistrări s-a oferit 250;
42	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700	130998	157197.6	Rapid Point 500e/ Germania/ Siemens Healthineers	Diamedix Impex SRL	
42	Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700	240220	288264	Stat Profile Prime+/ SUA/ Nova Biomedical	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Volum probă / Capilar $\leq$ 100 $\mu$ L s-a oferit 135 $\mu$ L, Sample draw requirement is 135 $\mu$ L, pag. 7 Brosura; 2. S-a solicitat Detector de cheag de sange s-a oferit Clot Protection;
43	Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în singe Cod 150710	148500	178200	BGA-102 / China / Wondfo	Echipamed-Plus SRL	Corespunde cerințelor tehnice
43	Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în singe Cod 150710	168499	202198.8	EPOC/ Germania/ Siemens Healthineer	Diamedix Impex SRL	
43	Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în singe Cod 150710	198000	237600	i-STAT Alinity/ SUA/ Abbot Point of care	GBG-MLD SRL	
44	Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800	2050	2460	C111-3021+C131-3011+C121-3041 SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sannmedico SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Timpul de măsurare $\leq$ 10 sec. s-a oferit 15 sec.
45	Hemoglobinometru (caracteristici avansate) Cod 150810	5000	6000	C111-3021+C131-3011+C121-3041 SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sannmedico SRL	Corespunde cerințelor tehnice

46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	22475	26970	FC5000-1C /Turcia/ Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina 1. S-a solicitat Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare s-a oferit fara;
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	25950	31140	BKC-TL6M with 12x10 angle rotor(No11) / China/ Biobase	DataControl SRL	Correspunde cerintelor tehnice
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	27640.48	33168.576	LMC-56 + rotor Ri12/10 Biosan Letonia	Imunotehnomed SRL	
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	27888.63	33466.369	LC-06C China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	28335	34002	XZ-6 Hong Kong U-Therm International	Triunf-Motiv SRL	
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	34000	40800	MICROGEN 24 Spania Orto Alresa	Polisano Prim SRL	
46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	43950	52740	BKC-TL6M + rotor/ China/ Biobase	Ericon SRL	
47	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	11800	14160	BKC-TL4B with 24x10 angle rotor /China/ Biobase	DataControl SRL	Correspunde cerintelor tehnice
47	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	24550.14	29460.17	TDL-4C China ARI	Vipromed Service SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
47	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	28338	34005.6	FC5000-1B /Turcia /Inovia	Neotec SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
48	Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930	24550.4	29460.17	TDL-5A China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data

48	Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930	28540	34248	FC5000-1B Turcia Inovia	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina 1. S-a solicitat Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare s-a oferit fara;
48	Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930	29250	35100	BK-C-TL6III with 100ml x 8 swing rotor and 10ml x 32 adapter /China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina 1. S-a solicitat Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare s-a oferit fara;
49	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	21176,07	27811,28	TDL-4C China ARI	Vipromed Service SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
49	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	28340	34008	FC5000-1B Turcia Inovia		Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
50	Coagulometru semiautomat Cod 151110	6500	7800	Coatron X Pro Germania TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sannmedico SRL	Corespunde cerintelor tehnice
50	Coagulometru semiautomat Cod 151110	10000	12000	C-2X (cod: 5056013022985)/ Helena Bioscience/ Marrea Britanie	GBG-MLD SRL	
50	Coagulometru semiautomat Cod 151110	16000	19200	CA-02 Semi-Auto-coagulation analyzer/ China Clinddiag	Biosistem-MLD SRL	
51	Coagulometru portabil Cod 151120	6000	7200	C-1X (cod: 5056013023036)/ Helena Bioscience/ Marrea Britanie	GBG-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice
51	Coagulometru portabil Cod 151120	16000	19200	CA-02 Semi-Auto-coagulation analyzer/ China Clinddiag	Biosistem-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
52	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	755	906	Vivachek Ino X, VGM49/ China VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Pharmony SRL	Corespunde cerintelor tehnice

52	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	800	960	G113-214+G133-211 SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sanmedico SRL	
52	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	948.39	1042.068	TD-4183 Taiwan TaiDoc	Polisano Prim SRL	
53	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	755	906	Vivachek Ino X, VGM49/ China/ VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.	Pharmony SRL	Corespunde cerintelor tehnice
53	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	1211	1345.2	TD-4183 Taiwan TaiDoc	Polisano Prim SRL	
53	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	1500	1800	G115-12U+G135-10U+G124-10A SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sanmedico SRL	
54	Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400	443000	531600	CL-960i China Shenzhen Mindray	Polisano Prim SRL	Corespunde cerintelor tehnice
54	Analizator imunologic cu fluorescenta Cod 151400	496140	595368	Analizator imunologic VIDAS®, configurație completă / Franța/ bioMérieux SA	Medicim AM SRL	
55	Hota cu flux laminar Cod 250100	54000	64800	BBS-V1300/ China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina 1. Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB s-a oferit 65 dB
55	Hota cu flux laminar Cod 250100	83480	100176	INOSafetyC2 Turcia Inovia	Neotec SRL	Corespunde cerintelor tehnice
55	Hota cu flux laminar Cod 250100	87360	104832	BSC-700IIA2- Z(220V) China Biobase	Triunf-Motiv SRL	
55	Hota cu flux laminar Cod 250100	95600	114720	BIO100 A2/ Alpina, Polonia	Eyecon Medical SRL	

56	Microscop binocular, simplu Cod 250200	11200	13440	bScope (BS.1152- EPLI)/Olanda/ Eutromex	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
56	Microscop binocular, simplu Cod 250200	12079,65	14495,58	XSZ-107BN China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUA/E pentru procedura data
56	Microscop binocular, simplu Cod 250200	12390	14868	B-292 /Italia /Optika	Lokamera SRL	
56	Microscop binocular, simplu Cod 250200	12770	15324	PW-2002 /China/ Proway	GBG-MLD SRL	
57	Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300	9350	11220	BJPX-H30II /China/ Biobase	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
58	Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310	10710	12852	BJPX-H48II/ China/ Biobase	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
59	Incubator (termostat) 80-100 L Cod 250320	11730	14076	BJPX-H80IV/ China/ Biobase	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
60	Incubator (termostat) 80-100 L, variata de temperatura Cod 250330				Achiziția nu a avut loc	
61	Agitator de laborator (orbital) Cod 250400	12920	15504	SK-O330-Pro/ China/ Biobase	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
62	Critror de microplaci (ELISA) Cod 250410	84200	101040	Stat Fax 4290 /SUA/ Awareness Technologies	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
63	Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	40900	49080	BK-9622 /China/ Biobase	Ericson SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice In urma scrisorii de clarificare nu a fost demonstrat parametrul tehnic Numărul ciclurilor de spălare 1... 15
63	Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	58660	70392	Stat Fax 2600/ SUA/ Awareness Technologies	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
64	Incubator-Agitator pentru microplaci	24200	29040	PST-60HL/ Letonia/ Biosan	GBG-MLD SRL	Nu a fost prezentat clarificarile

	(ELISA) Cod 250430					
65	Termostat laborator Cod 250510				Achiziția nu a avut loc	
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	50700	60840	BKM-K23B/ China/ Biobase	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	55000	66000	STE-23- D(CODE:D223) China Ican Machines	Triumf-Motiv SRL	
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	59034.33	70841.2	SEA-23L-B-LCD -USB China RUNYES	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	61000	73200	Phoenix Blue LED PRINTER 24L / MedicalTrading /S.R.L. Italia	Eyecom Medical SRL	
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	62000	74400	Europa B Evo 24/ Italia/ TECNO-GAZ S.p.A.,	GBG-MLD SRL	
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	62293.4	74752.08	E8 Italia Euronda	Visiosystems SRL	
66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	64950	77940	MOST-T 24/ China/ Shinva	Ericon SRL	
67	Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180	163050	195660	NC 100 Turcia Nuve	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare da, sa se indice modelul oferit s-a oferit fara.
67	Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180	296860	356232	AE-110-B/ Spania /Raypa	Lokmera SRL	Corespunde cerintelor tehnice

68	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	576000	691200	ADELA-2CKK /SUMER, Turcia	Eyecoon Medical SRL	Oferta nu poate fi identificata Conform formularului F4.1 se ofera un dispozitiv cu model „ADELA-2CKK ” însă în broșurile atasate s contine datele doar pentru modelul „Adela-OT”. Ca urmare, a fost solicitat scrisoare de clarificare cu oferirea datelor pentru modelul oferit însă nu a fost prezentata alta broșura.
68	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	655693.2	786831.84	SMB-DSD-200 Turcia Sterilmed	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
68	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	775000	930000	Plussteam II/ Turcia/TBT	Ancotec Sistem SRL	
68	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	818000	981600	MAST-V280SD-BM1 + 2 troleuri de transport + sistem integral de filtrare a apei osmoză inversă si dedurizator recomandat de producător (Water-S100) + Air compressor + steam traps + door gaskets + HEPA filters China Shina	Ericon SRL	
68	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	850000	1020000	Cliniclave 45 MD 10049 Germania/ MELAG Medizintechnik	GBG-MLD SRL	

	avansate) Cod 270220						
	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	1096500	1315800	Azteca A501 Ungaria Celitron		Neotec SRL	
68	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260	265350	318420	DS 500 SCLD ITALIA STEELCO		GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 s-a oferit 20 additional ajustabile, pag.4;
69	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260	278000	333600	AWD655-8L/ AT-OS, Italia		Eyeecon Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice
69	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260	460000	552000	Plusher WDC 8/ Turcia/ TBT		Ancotec Sistem SRL	
70	Sterilizator 20 L Cod 270300	9520	11424	HAS-T30II /China/ Biobase		DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor caietului de sarcina S-a solicitat Volumul 20 1, ± 5 l s-a oferit de 35L;
71	Sterilizator 40 L Cod 270310	11360	13632	HAS-T50I /China/ Biobase		DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
72	Sterilizator 80 L Cod 270320	10350	12420	BOV-V70F/ China/ Biobase		Ericon SRL	Corespunde cerintelor tehnice
72	Sterilizator 80 L Cod 270320	12480	14976	HAS-T70I/ China/ Biobase		DataControl SRL	
73	Sterilizator 200 L Cod 270340	23120	27744	HAS-T200I /China/ Biobase		DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice

74	Distilatator Cod 270400								
75	Distilatator cu rezervor Cod 270410	25720	30864	ND 12 Turcia Nuve	GBG-MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Recipient 10 l, ± 3 l s-a oferit;			
76	Negatoscop Cod 210700	8166.67	9800	BFAL 43.90 OR Horizontal Viewer 2 panels/ Italia BIEFFE ITALIA s.r.l.	Tehoptimed SA Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat cu Reglare luminozitate s-a oferit fara;			
76	Negatoscop Cod 210700	9199.17	110369	44701 Italia Gima		Corespunde cerintelor tehnice			
77	Sistem videoendoscopic pentru videoagastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150	584600	701520	OPTERA ( CV-170 + ASPEED2 + MB-142 + MB-155 + MD-2702 + TC-C3 + GIF-H170) /Japonia + Italia + China /Olympus + GIMA + Neovo	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice			
77	Sistem videoendoscopic pentru videoagastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150	646888.84	776266.608	ELUXEO Lite EP 6000 + accessorii Fujifilm Japonia	Imunotehnomed SRL				
77	Sistem videoendoscopic pentru videoagastroscopie (caracteristici avansate) Cod 290150	663280	795936	EPK-i5500c+EG29-i10c/ JAPONIA si CHINA/ PENTAX MEDICAL	GBG-MLD SRL				
78	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	398000	477600	MED-ISA /Italia/ Cantel	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice			
78	Dispozitiv de reprocesarea	456000	547200	Gandy-45 /Nuova S.B. System S.r.l. /Italia	Eyecon Medical SRL				

	automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420			Serie 4/ Franta /Soluscope / Ecolab		
78	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	489000	586800	X CUBE 70 Korea Alpinion	Ericon SRL	Corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat GAMMA DINAMICA $\geq$ 260dB s-a oferit 250dB
79	Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100	720000	864000	G86 China VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	Neotec SRL	Corespunde cerintelor tehnice
79	Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100	755296.75	906356.1	Logiq P9 Korea si Franta GE GE Medical Systems	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
79	Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100	1065130	1278156	Logiq P9 Korea si Franta GE GE Medical Systems	Intermed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
80	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210	445000	534000	E CUBE 8 Diamond Korea Alpinion	Neotec SRL	Corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Convex Single Cristal 1,5 - 7,5 MHz s-a oferit 1 - 6 MHz; 2. S-a solicitat Frecvența maximă a sistemului $\geq$ 22 MHz s-a oferit 20 Mhz; 3. S-a solicitat GAMMA DINAMICA $\geq$ 260dB s-a oferit 250dB
80	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210	564727.9	677673.48	G65 China VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
80	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210	1361380	1633656	Logiq P9 Korea si Franta GE GE Medical Systems	Intermed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%

81	Concentrator de oxigen 10L Cod 110401	18000	21600	Oxybreath 10, OXY5100/ Turcia/ Kamed	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
82	Butelie oxigen 5 litri Cod 110510	5600	6720	BO.100.15015/ Italia/ SAN-O-SUB	Labromed Laborator SRL	Corespunde cerintelor tehnice
82	Butelie oxigen 5 litri Cod 110510	7280	8736	0808909 Aphrodite/ Grecia/ Mobiacar	DataControl SRL	
82	Butelie oxigen 5 litri Cod 110510	8661.67	10394	15035+12214+05.1041+05.1012+1010B.18 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	
83	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	149621.5	179545.8	CARELID China RUNYES	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
83	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	166000	199200	SS One/ Italia/ Simple and Smart	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate maximă $\geq 180\text{kg}$ s-a oferit 150kg;
83	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	188595.16	226314.2	Aria Excell SR Slovacia Neomed	Visiosystems SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Scaun stomatologic / Urcare/ coborîre $\geq 40\text{cm}$ s-a oferit 31 cm; S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate maximă $\geq 180\text{kg}$ s-a oferit 150kg;
84	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2302.5	2763	49035 Italia Gimma	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500 K s-a oferit 6000K;
84	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	5065	6078	YD01A (LED) China Huifeng Medical	Triumf-Motiv SRL	Corespunde cerintelor tehnice
85	Lampa pentru examinare, brat articulat	4680.17	5616.2	49041 Italia Gimma	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice

	(caracteristici medii) Cod 130110				HF-FS LED China Huifeng Medical		
85	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	7700	9240	SATURNO-LED Mobile Stand – SATPIN LED Italia RIMSA	Triumf-Motiv SRL		
86	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	35230	42276	Onyx (60000), TL-01.60.0 /Polonia/ Infimed	GBG-MLD SRL		Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului luminos focusabil a fost oferit fix; 2. S-a solicitat Mobil pe suport cu minim 5 roți s-a oferit cu 4 roți;
86	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	56540	67848	AM-500LED China Amcaremed Technology	DataControl SRL		Corespunde cerintelor tehnice
86	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	97950	117540		Triumf-Motiv SRL		
87	Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130				Achizitia nu a avut loc		
88	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	298	357.6	YZ-HI30/ XGYT8-UVC 15W Ozon /China/HNLST	Ecochimie SRL		Nu corespunde cerintelor tehnice Conform modelului oferit „YZ-HI30/XGYT8-UVC15W” se ofera lampa de 15W si nu de 30 W cum este solicitat conform caietului de sarcina.
88	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	495	594	Corp cu lampa UV Model 022/ Republica Moldova /Caravan Express SRL	AELO GRUP SRL		Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
88	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	880	1056	OBN-75m Ucraina Aercks	GBG-MLD SRL		Valoarea ofertei depășește surta alocată cu peste 30%

89	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	296	355.2	YZ-H115/ XGYT8-UVCI5W Ozone /China /HNLST	Ecchimie SRL	Corespunde cerintelor Echipament electric
89	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	825	990	Corp cu lampa UV Model 019/ Republica Moldova/ Caravan Express SRL	AELO GRUP SRL	Corespunde cerintelor Declaratia la AMDM este prezenta
90	Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160	3180	3816	Corp cu lampi UV Model 023/ Republica Moldova /Caravan Express SRL	AELO GRUP SRL	Corespunde cerintelor Echipament electric
90	Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160	4980	5976	OBPe-225m Ucraina Aereks	GBG-MLD SRL	
91	Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270	25900	31080	BT-400/ Coreea/ Bistos	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Suprafata de iradiere la 30 cm ≥ 50x20 cm s-a oferit 40x20 cm, pag.5; 2. S-a solicitat Durata de viață a sursei de lumina ≥ 50 000 ore s-a oferit 20000 h, pag.5;
91	Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270	40016.9	48020.78	XHZ-90P China Ningbo David Medical Device Co., Ltd	Health Medical Solutions SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
92	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	3466.67	4160	S7350HR Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
92	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	3491.67	4190	RCS 200 China Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA	
92	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	4190	5028	GIMA Pegaso cintar electronic cu taliometru, #27289 Italia GIMA	Tetis International SRL	
92	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	4220	5064	S7350HR Italia Fazzini	GBG-MLD SRL	

93	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	716.83	860.2	27240 Italia Gimma	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Alimentare rețea 220V, 50Hz s-a oferit doar de la baterie internă fără rețea 220V.
93	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	3491.67	4190	RCS 200 China Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA	Corespunde cerintelor tehnice
93	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	3500	4200	BXN-150D1.3-3 150kg/ Moldova /Alex se	Alex Standard SRL	
93	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	4190	5028	GIMMA Pegaso cintar electronic, #27289 Italia GIMMA	Tetis International SRL	
93	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	4220	5064	S7350HR Italia Fazzini 27240 Italia Gimma	GBG-MLD SRL	
94	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	716.83	860.2	BXN-150D1.3-3 150kg/ Moldova /Alex se	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
94	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	3500	4200	GIMMA Pegaso cintar electronic cu baterie, #27289 Italia GIMMA	Alex Standard SRL	
94	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	4190	5028	S7350HR Italia Fazzini	Tetis International SRL	
94	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	4220	5064	27239 Italia Gimma	GBG-MLD SRL	
95	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	625.75	750.9	RGZ 200 China Jiangsu Shuhong Medical	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Greutatea maximă ≥ 200kg s-a oferit 160 kg;
95	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	2325	2790	GIMMA Cantar mecanic ASTRA 200KG, #27310 Italia GIMMA	Tehoptimed SA	Corespunde cerintelor tehnice
95	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	3495	4194		Tetis International SRL	

95	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5180	6216	S7200EU Italia Fazzini	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
96	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	2325	2790	RGZ 200 China/ Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA	Corespunde cerintelor tehnice
96	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	2934.17	3521	S7200HR Italia Fazzini	Vivamed International SRL	
96	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	3455	4146	GIMA Cantar mecanic ASTRA 200KG, #27310 Italia GIMA	Tetis International SRL	
96	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	5180	6216	S7200EU Italia Fazzini	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
97	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	597.37	716.84	27312 Italia Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm s-a oferit LCD = 8,0 cm, 3,15 inch;
97	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	745	894	Beurer Cantar pentru copii BY80 Germania Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
98	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	850	1020	S7250 Italia Fazzini	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
98	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	1120	1344	S7250 Italia Fazzini	GBG-MLD SRL	
99	Pat cu aer fluidizat Cod 140300				Achiziția nu a avut loc	
100	Targa-saltea sanitară Cod 140350	11802	14162.4	UR998.S.T11.W8 Turcia IHC Medical A.S.	Vivamed International SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
101	Targa sanitară Cod 140360	2880	3456	34077 Italia Gima	GBG-MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice
101	Targa sanitară Cod 140360				Vivamed International SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%

102	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	13593.11	16311.732	ST 72 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
102	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	17500	21000	ST 02 VENTUS/ Turcia/ Alaturca	Ancotec Sistem SRL	
102	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19990	23988	MYS-950 Turcia Meyosis	GBG-MLD SRL	
103	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	32553.7	39064.44	EMERGEM Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
103	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	33096.67	39716	UO105.S.T24.W8 Turcia IHC Medikal A.S.	Vivamed International SRL	
103	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	37500	45000	Move 2.0/ Turcia /Meissa	DataControl SRL	
104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	21551.47	25861.76	U0099.T4.B2.K1.E2.M2.M3C1.YS.W1.W3SUOO18 Turcia IHC Medikal A.S.	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare anti-Trendelenburg oferit fara
104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	27750	33300	Pioneer 4.1 Trend /Turcia/ Meissa	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. La dosar a fost atasata o brosură pentru pat model TM-D 4059 dar a fost oferit 4058. 2. S-a solicitat Pat Tip multifunctional cu 6-8 pozitii s-a oferit 4 pozitii; 3. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare Trendelenburg s-a oferit fara acesta pozitionare; 4. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare anti-Trendelenburg s-a oferit fara aceasta pozitionare;
104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	29000	34800	TM-D 4058/ Turcia /TurMed	Ericon SRL	

104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 poziti) Cod 140400	31085.88	37303.056	IN 42 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 poziti) Cod 140400	36300	43560	Mys-5410NE Turcia Meyosis	GBG-MLD SRL	
105	Pat pediatrie standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	12478.92	14974.704	ME 30 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
105	Pat pediatrie standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	17703	21243.6	U0130.S.3CrankS.T4.YMS.WO mattress Turcia IHC Medikal A.S.	Vivamed International SRL	
105	Pat pediatrie standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	19200	23040	Primitive 3/ Turcia/ Meissa	DataControl SRL	
106	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500	24000	28800	TM-A 1020 /Turcia/ TurMed	Ericon SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 77-87 cm;
106	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500	28800	34560	Mothercare 3 /Turcia/ Meissa	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 51-82 cm;
106	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500	33425.67	40110.804	GYNEA 3 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 61-81 cm; fara saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerintelor s-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 71-91 cm;
107	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	21240	25488	TM-A 1020/ Turcia/ TurMed	Ericon SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 77-87 cm;
107	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	28800	34560	Mothercare 3/ Turcia/ Meissa	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 51 -82 cm;
107	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	33425.67	40110.804	GYNEA 3 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 61 -81 cm; fara saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerintelor s-a solicitat

înălțime reglabilă 60 - 90 cm s-a oferit 71-91 cm;

108	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760	110000	132000	DEKO2/ BNT /Turcia	Eyecon Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
108	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici avansate) Cod 140760	175500	210600	Inoxy 153/ Turcia/Optium	DataControl SRL		
109	Lampa cu fanta Cod 170100	58000	69600	S260S Slit Lamp/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
109	Lampa cu fanta Cod 170100	108546	130255.2	KSL-H3 3020-P-2090 / Marea Britanie/ Keeler	DataControl SRL		
109	Lampa cu fanta Cod 170100	109700	131640	2ZL Slit Lamp /Takagi/ Japonia	Eyecon Medical SRL		
110	Gonioscop Cod 170510	11200	13440	VG3/ USA /Volk optical	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
111	Lentila Volk Cod 170520	7777	9332.4	V20LC V78C V90C /USA/ Volk optical	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
112	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120	327287	392744.4	Neurowerk EEG 58 Germania Sigma Medizin Technik GmbH	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
112	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120	368000	441600	TruScan EEG+ SomniPro PSG / Deymed/ Republica Ceha	Eyecon Medical SRL		
112	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120	469800	563760	BE PLUS PRO STANDARD/ ITALIA/ EB NEURO Spa	Denolga Medical SRL		
112	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120	490000	588000	V32 (842-683100 + PKAXISM5525	DataControl SRL		

	EEG continua Cod 260120			+ EXP1103 + 842-673400+EXP1103 + 021132 +021188)/SUA/ Natus		
113	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	7988.33	9586	33221+32969+33266 Italia Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Impedanța de intrare $\geq 10$ M Ohm s-a oferit $\geq 2.5$ M Ohm; 2. S-a solicitat Imprimanță / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s s-a oferit 32 dots/mm;
113	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	12500	15000	Model:SE301/ China/ EDAN INSTRUMENTS INC	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
113	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	12916.67	15500	IE300 China Biocare	Tehoptimed SA	
113	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	13588.08	16305.69	ECC-G-C03B China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
113	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	21525	25830	MAC 600 USA/SUA GE Medical Systems/ GE Healthcare	Intermed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
114	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	12700	15240	Model:SE301 /China/ EDAN INSTRUMENTS INC.	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
114	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	12916.67	15500	IE300 China Biocare	Tehoptimed SA	
114	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	17862.98	21435.57	ECC-G-C03W China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
114	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	30970	37164	MAC 600 USA/SUA GE Medical Systems/ GE Healthcare	Intermed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
115	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici	19000	22800	Model:SE601B/ China/ Edan Instruments	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice

	avansate Cod 260221			ECCG-C06G China ARI			
115	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate Cod 260221	22901.25	27481.5	Model:SE601B /China /Edan Instruments	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data	
116	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	23000	27600	iE300 China Biocare	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
116	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	23141.67	27770	ECCG-C06G China ARI	Tehoptimed SA		
116	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	26870.8	32244.96	ECCG-12 China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data	
117	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230		22718.04	Model:SE1200 Express /China /EDAN INSTRUMENTS INC	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data	
117	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	23700	28440	MAC 2000 USA/SUA GE Medical Systems/ GE Healthcare	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
117	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	46200	55440	Model:SE1200 Express /China /EDAN INSTRUMENTS INC.	Intermed SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%	
118	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	25850	31020	ECCG-C12B China ARI	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice	
118	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	30840.35	37008.42	MAC 2000 USA/SUA GE Medical Systems/ GE Healthcare	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data	
118	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	58636	70363.2		Intermed SRL	S-au solicitat 4 buc. s-au oferit 4 bucăți	

119	Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260								
120	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300				iM8/ EDAN, China		Eyecon Medical SRL		Corespunde cerințelor tehnice
120	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300	25500	30600		Model:X12 /China /Edan		AELO Grup SRL		
120	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300	25950	31140		ARL12 China ARI		AELO Grup SRL		
120	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300	39939.78	47927.74				Vipromed Service SRL		Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
120	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300	43500	52200		uMEC15/ China /Mindray		Dutchmed-M SRL		Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
121	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340	43800	52560		iM80/ China /Edan Instruments, Inc.		AELO Grup SRL		Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV; 2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsul 20 - 300 bpm s-a oferit 25-300 bpm; 3. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg;

121	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340		102600	AR-LI5 China ARI ePM15/ China/ Mindray	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
121	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340	93850	112620	351100+351107+35104 Italia Gima	Dutchmed-M SRL	Corespunde cerintelor tehnice
122	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420	2252.97	2703.56		Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 unitate s-a oferit fara; 2. S-a solicitat Acumulator/Baterii reîncărcabile s-a oferit fara;
122	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420	6107	7328.4	HO-100 China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
122	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420	6900	8280	BT-710 /Coreea /Bistos	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
122	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420	8380	10056	Moretti Pulsoximetru LTD822+ 2 buc sensor neonatal LDR204+ bloc alimentare si baterii LTD822R Italia / China Moretti (producerator Edan Instruments, China)	Tetis International SRL	
123	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	5496.3	6595.56	HO-100 China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
123	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	6500	7800	H100B /EDAN/ China	Eyeecon Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice

123	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	7500	9000	BT-710 /Coreea /Bistos	DataControl SRL	
123	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	8380	10056	Moretti Pulsoximetru LTD822+ SENSOR adult LDR200+sensor pediatric LDR203+ bloc alimentare si baterii LTD822R Italia / China Moretti (producator Edan Instruments, China)	Tetis International SRL	
124	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	250	300	Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45 Germania Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
124	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	450	540	FO-700A China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
125	Spirograf Cod 260500	28753,79	34504,55	SP100 China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAE pentru procedura data
125	Spirograf Cod 260500	40900	49080	Pony FX /COSMED Srl/ Italia	Eyecor Medical SRL	A refuzat
125	Spirograf Cod 260500	42500	51000	Pony FX Italia Cosmed	GBG-MLD SRL	Corespunde
125	Spirograf Cod 260500	47700	57240	Spirolab/ Italia /Mir	DataControl SRL	
126	Termometru mecanic Cod 260600	32,95	39,54	Termometru fara mercur Model: CR.W00 DM000213618/ China/ Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd	Farmina SRL	Corespunde cerintelor tehnice
126	Termometru mecanic Cod 260600	34,39	41,27	Gina termometru mecanic Italia / China GIMA (producator Wuxi Medical Instrument Factory Co, Ltd, China)	Tetis International SRL	

126	Termometru mecanic Cod 260600	42	50.4	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L /China/ Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
127	Termometru digital Cod 260610	28.8	34.56	Beurer Termometru electronic FT09 Germania Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
127	Termometru digital Cod 260610	33.48	40.176	Flexible digital thermometer MC-202 /China /Wuxi Exanovo Medical	Farmina SRL	
127	Termometru digital Cod 260610	60	72	GT004-233 Termometru electronic digital /China/ Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
128	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	449	538.8	Beurer Termometru FT65 Germania Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
128	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	600	720	GT004-254 Infrared Ear Thermometer /China/ Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
128	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	980	1176	AET-RIBI China Alichn Medical	GBG-MLD SRL	
129	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	165	198	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630/ Ucraina /Steclopribor	Alex Standard SRL	Corespunde cerintelor tehnice
129	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	231.3	277.56	VIT-I /Ucraina/ Steklopribor	Ecochimie SRL	
129	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	245.83	295	VIT I Ucraina Steklopribor	Tehoptimed SA	
130	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	165	198	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640/ Ucraina/ Steklopribor	Alex Standard SRL	Corespunde cerintelor tehnice
130	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	231.3	277.56	VIT-II /Ucraina/ Steklopribor	Ecochimie SRL	

		VIT 2 Ucraina Stecloprisor				
130	Higrometru Psihometru 15-40C Cod 260640	245.83	295	Moretti Tensiometru DM330 Italia / China Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tehopimed SA	
131	Tensiometru Adult Cod 260700	132	158.4	GT001-110 Tensiometru Adult /China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
131	Tensiometru Adult Cod 260700	175	210	Moretti Tensiometru DM333 Italia / China Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Natusana SRL	
132	Tensiometru Adult cu fonoadoscop Cod 260710	149	178.8	TENSIOMETRU MECANIC Medline Cu stetoscop, MC-50A DM000213605 /China/ Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
132	Tensiometru Adult cu fonoadoscop Cod 260710	153	183.6	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonoadoscop separat/ China/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Farmina SRL	
132	Tensiometru Adult cu fonoadoscop Cod 260710	190	226	Moretti Tensiometru DM330 cu Manseta pediatrica DR1421 Italia / China Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Natusana SRL	
133	Tensiometru Pediatric Cod 260720	180	216	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403) China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
133	Tensiometru Pediatric Cod 260720	190	226		Natusana SRL	

134	Tensiometru Pediatric cu fonodoscop Cod 260730	175	210	Moretti Tensiometru DM333 cu Manseta pediatrica DR1421 Italia / China Moretti (producerator Wenzhou Kanglu Medical Instrument, China)	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
134	Tensiometru Pediatric cu fonodoscop Cod 260730	190	226	GT001-110 Tensiometru cu fonodoscop cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)/ China/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
135	Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740				Achiziția nu a avut loc	
136	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	1190	1428	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
137	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	1500	1800	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR211) Germania Beurer	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
138	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780	1380	1656	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
139	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790	1500	1800	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR211) Germania Beurer	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
140	Cardiomonitor fetal Cod 260800	28397.55	34077.06	AFM-800 China ARI	Vipromed Service SRL	nu s-a prezentat DUAL pentru procedura data
140	Cardiomonitor fetal Cod 260800	33900	40680	STAR5000E./ China /Comen	AELO Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
140	Cardiomonitor fetal Cod 260800	48000	57600	BT350L+trolley /Coreea/ Bistos	DataControl SRL	

141	Colposcop Cod 261000	151200	181440	Z4 /Italia/ Centrel	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
141	Colposcop Cod 261000	163650	196380	OP-C5 Spania Optomic	GBG-MLD SRL	Valoarea ofertei depășește suma alocată cu peste 30%
142	Videocolposcop Cod 261010	199040	238848	Z4 /Italia/ Centrel	DataControl SRL	Corespunde cerintelor tehnice
142	Videocolposcop Cod 261010	286245	343494	OP-C5 Spania Optomic	GBG-MLD SRL	

*\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

**Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-4778 din 14.11.2022	Ancotec Systems SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrii tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile 69 <i>Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260</i>	Nu a parvenit răspuns
Rg02-4779 din 14.11.2022	Data Control SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrii tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 și nr. 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710, Lotul nr. 34, Analizator bichimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240, Lotul nr. 78, Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420,	Scrisoarea nr. 1701-1 din 17.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenita în termen.
Rg02-4780 din 14.11.2022	Dutchmed M SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrii tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410	Scrisoarea nr. 2111/22 DM din 21.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare.
Rg02-4781 din 14.11.2022	Echipamed Plus SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrii tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru	Scrisoarea nr. 034/22 din 17.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenita în termen.

		loturile nr. 33 Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300, nr. 43, Analizator portabil pentru determinarea echilibrului acido-bazic în sine Cod 150710.	
Rg02-4782 din 14.11.2022	Ericon SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 26 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710, nr. 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	Scrisoarea din 18.11.2022 cu informarea că sunt în imposibilitatea prezentării răspunsului.
Rg02-4783 din 14.11.2022	Eyecon Medical SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120, nr. 68 Autoclav 200 l cu încărcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	Scrisoarea din 17.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare.
Rg02-4784 din 14.11.2022	GBG MLD SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 37, Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510, nr. 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260, 64, Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430.	Scrisoarea nr. G-473 din 15.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare.
Rg02-4785 din 14.11.2022	Mediclim M SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 54, Analizator imunologic cu fluorescena Cod 151400.	Scrisoarea din 16.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenita în termen.
Rg02-4786 din 14.11.2022	Neotec SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 55 Hota cu flux laminar Cod 250100	Scrisoarea nr. 21/11 din 21.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare
Rg02-4787 din 14.11.2022	Polisano Prim SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 54 Analizator imunologic cu fluorescena Cod 151400	Scrisoarea nr. 147 din 16.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenita în termen.
Rg02-4788 din 14.11.2022	Tetis International SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile 14 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	Scrisoarea nr. 11/388 din 16.11.2022 cu atașarea lincurilor unde pot fi descărcate documentele doveditoare, parvenita în termen
Rg02-4789 din 14.11.2022	Triumf Motiv SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 25 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, nr. 55, Hota cu flux laminar Cod 250100	Scrisoarea nr. TM-90/22 din 17.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenita în termen.

Rg02-4790 din 14.11.2022	Visiosystems SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 83 <i>Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120</i>	Prezentat manualul de utilizare pe mail fara scrisoare de însoțire pe 18.11.2022
Rg02-4791 din 14.11.2022	Vivamed International SRL	Solicitarea prezentării documentelor confirmative pentru parametrul tehnici ce nu se regăsesc în oferta depusă în sistemul electronic, pentru loturile nr. 11 Aspirator toracal Cod 130310, nr. 12 Aspirator urgente Cod 130320, nr. 13, Aspirator chirurgical portabil Cod 130330, nr. 3, Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410, nr. 4 Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 și nr. 14 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	Scrisoarea din 17.11.2022 cu atașarea documentelor doveditoare, parvenită în termen.

**Ofertanții respinși/descalificați:**

Toată oferta operatorului economic **Vipromed Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: Documentul Unic de Achiziții European este depus pentru altă procedură de achiziție, astfel, numărul procedurii de achiziție indicat nu corespunde cu numărul procedurii de achiziție în cauză.

**Lotul 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120**

Oferta operatorului economic **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. S-a solicitat tip vaporizator Desfluran, s-a oferit fără. Urmarea clarificărilor au fost prezentate datele din modulul „16.11 CO2 module specification”, potrivit cărora în acest modul este prezentată performanța tehnică pentru modulul CO2, dar nu și nu pentru vaporizatoare. Astfel, operatorul economic nu a demonstrat cerința menționată fiind solicitată în documentația de atribuire ca obligatorie.
2. S-a solicitat Frână centralizată pentru fixarea aparatului, s-a oferit cu frâna tip descentralizat, individual pe fiecare roata.

**Lotul 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Debitmetre gama, L/min  $\geq 0 - 15$ , s-a oferit Air - 0-12L/min.;
2. S-a solicitat Vaporizator / tip vaporizator / Desfluran, s-a oferit fără;

Oferta operatorului economic **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. S-a solicitat tip vaporizator Desfluran, s-a oferit fără. Urmarea clarificărilor au fost prezentate datele din modulul „16.11 CO2 module specification”, potrivit cărora în acest modul este prezentată performanța tehnică pentru modulul CO2, dar nu și nu pentru vaporizatoare. Astfel, operatorul economic nu a demonstrat cerința menționată fiind solicitată în documentația de atribuire ca obligatorie.

2. S-a solicitat Frîna centralizată pentru fixarea aparatului, s-a oferit cu frîna tip descentralizat, individual pe fiecare roata.

**Lotul 3 Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat marime mască 1 și 2, s-a oferit doar marimea 2 (0703).

**Lotul 4 Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat marime mască 1 și 2, s-a oferit doar marimea 2 (0703).

**Lotul 7 Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complecția lamelor solicitate, s-a oferit fără trusă.

**Lotul 8 Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Lamele laringoscop mărima 2, s-a oferit fără;

2. S-a solicitat Încărcător de la priză de perete 220V, 50Hz, s-a oferit fără.

**Lotul 10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm, s-a oferit 13.5 - 27 cm;

2. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Adîncimea  $\geq$  80 cm, s-a oferit 58 cm;

Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea cîmpului, cm / Diametrul ajustabil min. 24-32 cm, s-a oferit pentru satelitul nr.1 - 15-35 cm, iar, pentru satelitul nr.2 - 9-26 cm, astfel, satelitu nr.2 nu corespunde cerințelor.

**Lotul 11 Aspirator toracal Cod 130310**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB, astfel, cerința dată nu a fost demonstrată în urma solicitării scrisorii de clarificare.

**Lotul 13 Aspirator chirurgical portabil Cod 130330**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. S-a solicitat Nivelul de zgomot < 65 dB, astfel, cerința dată nu a fost demonstrată în urma solicitării scrisorii de clarificare.

**Lotul 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410**

Oferta operatorului economic **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

**1. S-a solicitat Baterie / Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă, s-a oferit 200 descarcari la 360J.**

Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

**1. S-a solicitat Baterie / Timp de operare ≥ 300 de descărcări la energia maximă, s-a oferit 200 descarcari la 360J.**

**Lotul nr. 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110**

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Putere maxima medie: 20, selectabil de la 1 Watt la max. S-a oferit 15W;
2. S-a solicitat Puls timp on (durata de expunere): selectabil 0.05 - 99 seconds s-a oferit 10us-3s;
3. Compatibilitate fibră: siliciu fibre diametre de bază 365 - 1000 de microni s-a oferit Fibers Of 200 μm, 400μm, 600μm.

**Lotul 22 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocagulator caracteristici de baza) Cod 280200**

Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 120 W, s-a oferit 100W;
2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere ≥ 250 Ohm, s-a oferit 200 Ohm.

**Lotul 23 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocagulator caracteristici avansate) Cod 280220**

Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Monopola / Tăiere ≥ 350 Ohm, s-a 300 Ohm;
2. S-a solicitat Monopola / Coagulare ≥ 150 W, s-a oferit 120 W;

3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 140$  W, s-a oferit 100W;
4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 300$  Ohm, s-a oferit 200 Ohm;
5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare  $\geq 120$  W, s-a oferit 100 W;

**Lotul 24 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu Cod 280240**

Oferta operatorului economic **Dutchmed MSRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Monopola / Tăiere  $\geq 350$  Ohm, s-a 300 Ohm;
2. S-a solicitat Monopola / Coagulare  $\geq 150$  W, s-a oferit 120 W;
3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 140$  W, s-a oferit 100W;
4. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 300$  Ohm, s-a oferit 200 Ohm;
5. S-a solicitat Bipolar / Coagulare  $\geq 120$  W, s-a oferit 100 W;

**Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică  $\pm 2$  °C;
2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot  $< 48$  dB;

Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Zgomot  $< 48$  dB, s-a oferit 54 dB;

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Zgomot  $< 48$  dB, s-a oferit 54 dB;

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** este inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică  $\pm 2$  °C;
2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot  $< 48$  dB;

Oferta operatorului economic **Ericon SRL** cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Număr de rafturi  $\geq 4$ ;
2. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Omogenitatea/ uniformitatea termică  $\pm 2$  °C;
3. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Zgomot  $< 48$  dB;

Ofertele operatorilor economici **Imunotehnomed SRL și Neotec SRL** sunt inacceptabile deoarece depășesc fiecare cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul 27 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Configurație staționar, orizontal, s-a oferit de tip vertical.

**Lotul 28 Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870 și 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Configurație staționar, orizontal, s-a oferit de tip vertical.

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Configurație staționar, orizontal, s-a oferit de tip vertical.

**Lotul 33 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației tehnice a fost indicat că specificația deplină propusă de ofertant este conform anexei 33, însă anexa menționată nu a fost atașată în sistemul electronic.

**Lotul 36**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: În formularul specificației tehnice lotul în cauză lipsește.

Oferta operatorului economic **Echipamed Plus SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1 S-a solicitat Teste anti CPP, Alergeni specifici IgE, Alergeni specifici IgG, Osteocalcina, Alergeni, s-a oferit fără.

**Lotul nr. 37 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510**

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Imprimantă încorporată s-a oferit externă.

- Oferta operatorului economic **Biosistem mld SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Parametri determinați și calculați: PDW-SD dispozitivul oferit nu dispune de PDW-SD doar de PDW.

**Lotul 38 Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece

nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Metode de măsurare – impendansmetrică, s-a oferit fara;

2. S-a solicitat Metode de măsurare fotometrică, s-a oferit fara;

3. S-a solicitat Reagenți / Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a  $\geq 1000$  analize, s-a oferit 500;

4. S-a solicitat Consumabile / Sa fie incluse  $\geq 1000$  eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit, s-a oferit 500;

**Lotul 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570**

Oferta operatorului economic **Precitest Com SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 33 alin (14) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și precum că documentele ce constituie oferta nu conțin semnături electronice, și anume: Formularul specificației tehnice nu conține semnătura electronică.

**Lotul 42 Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700**

Oferta operatorului economic **Diamedix Impex SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Stocarea datelor / Date analize min. 1000 înregistrări, s-a oferit 250;

2. S-a solicitat Stocarea datelor / Date calibrări min. 1000 înregistrări, s-a oferit 250;

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Volum probă / Capilar  $\leq 100$   $\mu$ L, s-a oferit 135  $\mu$ L, Sample draw requirement is 135 $\mu$ L;

2. S-a solicitat Detector de cheag de sânge, s-a oferit Clot Protection;

**Lotul 44 Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800**

Oferta operatorului economic **Sanmedico SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

S-a solicitat Timpul de măsurare  $\leq 10$  sec, s-a oferit 15 sec.

**Lotul 46 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare, s-a oferit fără;

**Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare, s-a oferit fără;

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare, s-a oferit fără;

**lotul 54 Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400**

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Teste TORC infecții s-a oferit fara

- Oferta operatorului economic **Mediclin AM SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Metoda chemoluminescența s-a oferit fluorescența;
2. S-a solicitat Afișaj LCD, Touchscreen s-a oferit fara touchscreen;
3. S-a solicitat Teste DHEA-S s-a oferit fără;

**Lotul 55 Hota cu flux laminar Cod 250100**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB, s-a oferit 65 dB.

**Lotul 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420**

Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

1. Nu a fost demonstrat parametrul tehnic Numărul ciclurilor de spălare 1...15;

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** este inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul 64 Incubator-Agitator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430**

Oferta operatorului economic **GBG SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat clarificări, privind parametrii tehnici care nu se regăsesc în oferta depusă.

**Lotul 67 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare, cu indicarea modelul oferit, s-a oferit fără.

**Lotul 68 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220**

Oferta operatorului economic **Eycon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) și art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, precum și nu a completat documentele în urma clarificărilor solicitate, și anume:

Conform formularului specificației tehnice se ofera un dispozitiv de model „ADELA-2CKK ”, însă în broșurile atașate se conține datele doar pentru modelul „Adela-OT”, ca urmare, au fost solicitate clarificări, dar nu a fost prezentată alta broșură decât cea inițială.

**Lotul 69 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Programe care pot fi programate de către utilizator min. 30, s-a oferit 20 additional ajustabile.

**Lotul 70 Sterilizator 20 L Cod 270300**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

S-a solicitat Volumul 20 l,  $\pm$  5 l, s-a oferit de 35L.

**Lotul 75 Distilator cu rezervor Cod 270410**

Oferta operatorului economic **GBG MILD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

S-a solicitat Recipient 10 l,  $\pm$  3 l, s-a oferit 24l;

**Lotul 76 Negatoscop Cod 210700**

Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

S-a solicitat cu Reglare luminozitate, s-a oferit fără;

**Lotul 79 Ultrasonograf General, Cardiac, performanta inalta Cod 300100**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat **GAMA DINAMICA**  $\geq$  260dB, s-a oferit 250dB.

**Lotul 80 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210**

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat **Convex Single Cristal** 1,5 - 7,5 MHz, s-a oferit 1 – 6 MHz;

2. S-a solicitat **Frecvența maximă a sistemului**  $\geq$  22 MHz, s-a oferit 20 MHz;

3. S-a solicitat **GAMA DINAMICA**  $\geq$  260dB, s-a oferit 250dB.

**Lotul 83 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

S-a solicitat **Scaun stomatologic / Greutate maximă**  $\geq$  180kg, s-a oferit 150kg;

Oferta operatorului economic **Visiosystems SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat **Scaun stomatologic / Urcare/ coborâre**  $\geq$  40cm, s-a oferit 31 cm;

2. S-a solicitat **Scaun stomatologic / Greutate maximă**  $\geq$  180kg, s-a oferit 150kg.

**Lotul 84 Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500 K, s-a oferit 6000K.

**Lotul 86 Lampa pentru examenare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120**

Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea câmpului luminos focusabil, s-a oferit fix;
2. S-a solicitat Mobil pe suport cu minim 5 roți, s-a oferit cu 4 roți;

**Lotul 88 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140**

Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. Conform modelului oferit „YZ-HI 30/XGYT8-UV C15W” se ofera lampa de 15W și nu de 30 W cum este solicitat conform cerințelor tehnice.

Ofertele operatorilor economici **Aelo Grup SRL și GBG MLD SRL** sunt inacceptabile deoarece depășesc fiecare cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Suprafata de iradiere la 30 cm  $\geq$  50x20 cm, s-a oferit 40x20 cm;
2. S-a solicitat Durata de viață a sursei de lumină  $\geq$  50 000 ore, s-a oferit 20 000 h.

Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** este inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi conform art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul 93 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Alimentare rețea 220V, 50Hz, s-a oferit doar de la baterie internă.

**Lotul 95 Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:  
S-a solicitat Greutatea maximă  $\geq 200$ kg, s-a oferit 160 kg.

**Lotul 97 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat ecran LCD  $\geq 65 \times 25$ mm, s-a oferit LCD = 8,0 cm, 3,15 inch.

**Lotul 104 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare anti-Trendelenburg, oferit fără.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Greutatea maximă a pacientului / Cu etichetă pe pat  $\geq 220$  kg, s-a oferit 200kg;

Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. La dosar a fost atasata o brosură pentru pat model TM-D 4059, dar a fost oferit modelul 4058;
2. S-a solicitat Pat Tip multifuncțional cu 6-8 poziții, s-a oferit 4 poziții;
3. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare Trendelenburg, s-a oferit fără acesta poziționare;
4. S-a solicitat Controlul pacientului / Funcționalități poziționare anti-Trendelenburg, s-a oferit fără aceasta poziționare;

**Lotul 106 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500**

Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 77-87 cm.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 51-82 cm.

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 61-81 cm; fără saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerințelor s-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 71-91 cm;

**Lotul 107 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510**

Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 77-87 cm.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 51-82 cm.

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 61-81 cm; fără saltea. Cu saltea de asemenea nu corespunde cerințelor s-a solicitat înălțime reglabilă 60 - 90 cm, s-a oferit 71-91 cm;

**Lotul 113 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Impedanța de intrare  $\geq 10$  M Ohm, s-a oferit  $\geq 2.5$  M Ohm;

2. S-a solicitat Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s, s-a oferit 32 dots/mm.

**Lotul 121 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340**

Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV, s-a oferit 2.5-20mm/mV fără 40 mm/mV;

2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsul 20 - 300 bpm, s-a oferit 25-300 bpm;

3. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg;

**Lotul 122 Pulsximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420**

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice, și anume:

1. S-a solicitat Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 unitate, s-a oferit fără;

2. S-a solicitat Acumulator/Baterii reîncărcabile, s-a oferit fără;

**Lotul 125 Spirograf Cod 260500**

-Toată oferta operatorului economic Vipromed Service SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: Documentul Unic de Achiziții European este depus pentru altă procedură de achiziție, astfel, numărul procedurii de achiziție indicat nu corespunde cu numărul procedurii de achiziție în cauză.

-Operatorul economic Eyecon Medical SRL a fost desemnat câștigător în baza deciziei grupului de lucru din 21.11.2022, însă refuză lotul în cauză din motivul incapacității de a livra bunul în conformitate cu scrisoarea de informare din 22.12.2022.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*  
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

**(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)**  
**Reevaluarea ofertelor:**

**(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)**

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	Ca urmare a contestației nr. 02/1030/22 din 29.11.2022 a operatorul economic SRL Mediclim AM, depuse la Agenția pentru Soluționare a Contestației.
<b>Modificările operate</b>	Reevaluarea ofertelor pentru lotul 54 Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400
<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	Operatorul economic Eyecon Medical SRL a fost desemnat câștigător pentru lotul nr. 125 spirograf, în baza deciziei grupului de lucru din 21.11.2022, însă refuză lotul în cauză din motivul incapacității de a livra bunul în conformitate cu scrisoarea de informare din 22.12.2022. Operatorul economic GBG MLD SRL a fost desemnat câștigător pentru lotul 37 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510, însă în cadrul altei proceduri de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1660134456813 privind Achiziția

Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 14), la care GBG MLD SRL a participat cu același bun de același model și producător a fost respins din motivul necorespunderii tehnice. Ce ține de lotul nr. 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110, unicul operator economic participant Triumph Motiv SRL a fost respins inițial din motivul că formularele specificația de preț și tehnică lotul în cauză lipsește, însă după sesizarea telefonică a operatorului economic au fost regăsite formularele încărcate în sistemul electronic. Astfel, pentru loturile 125, 37 și 21 au fost reevaluate ofertele de grupul de lucru.

Se anulează decizia grupului de lucru din 21.11.2022 privind loturile nr. 21, 37 și 125 (în conformitate cu art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice), astfel, grupul de lucru a reevaluat loturile menționate și emite decizia de reevaluare din 28.12.2022.

### Modificările operate

#### În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Câștigător
1	1-46195	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	1	426000	511200	426000	511200	"WATO EX-65 + ePM12/ China /Mindray"	Dutchmed-M SRL
2	2-46195	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	2	554600	665520	554600	665520	"WATO EX-65 + Bene Vision N15/ China/ Mindray"	Dutchmed-M SRL
3	3-46195	Balón resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	2	732	878,4	1464	1756,8	"Reusable resuscitator Infant 130 250 + Mask size 130 220, 130 221 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed"	Dutchmed-M SRL

4	4-46195	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	17	744	892,8	12648	15177,6	Reusable resuscitator Pediatric 130 251 + Mask size 130 222, 130 223 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed	Dutchmed-M SRL
5	5-46195	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	17	785	942	13345	16014	Reusable resuscitator Adult 130 252 + Mask size 130 224, 130 225 + Bag 130 277/ Turcia/ Plastimed	Dutchmed-M SRL
7	7-46195	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	4	9660	11592	38640	46368	03.41140.521+12.80005.0 02+03.42013.621+03.420 13.631+03.42013.641+03 .42013.651+03.90003.001 Germania Kirchner&Wil helm	GBG-MLD SRL
8	8-46195	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620	2	17950	21540	35900	43080	03.41140.521+12.80005.0 02+03.42053.621+03.420 53.631+03.42053.641+27 133 Germania Kirchner&Wil helm	GBG-MLD SRL
9	9-46195	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220	1	78400	94080	78400	94080	MICARE PowerLED E700 China/ Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Medpunkt SRL
10	10-46195	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) Cod 130230	2	160000	192000	320000	384000	"STARLED 3 NX+3NX / ACEM, Italia "	Eyecon Medical SRL

11	11-46195	Aspirator toracal Cod 130310	3	4280	5136	12840	15408	Aspirator toracal LTA 270 +15 filtre antibacteriene LRA204 + vas collector LRA372 Italia GIMA	Tetis International SRL
12	12-46195	Aspirator urgente Cod 130320	2	5328,33	6394	10656,66	12788	" F-31.00+05.0016 Italia Fazzini"	Vivamed International SRL
13	13-46195	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	8	9920	11904	79360	95232	Aspirator chirurgical portabil, with trolley/Super Vega, #28193 Italia GIMA	Tetis International SRL
14	14-46195	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	3	11202,62	13443,14	33607,86	40329,42	28204+28237 Italia Gima	Vivamed International SRL
15	15-46195	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	2	42285,56	50742,67	84571,12	101485,34	SVP-B0007 conf-rech Semi-Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion) + electrozi SAV-C0846 - 3 buc si SAV-C0016 - 3 buc /Italia/AMI	Biosistem-MLD SRL
17	17-46195	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	1	40000	48000	40000	48000	Ampir 01 cu stativ Suir /TahatAksi/ Belarus	Jako Life Clinic SRL
19	19-46195	Autorefracto metru Cod 170400	1	57330	68796	57330	68796	AR-7610/ China /RedSun Optical	GBG-MLD SRL

20	20-46195	Oftalmoscop Cod 170500	7	3220	3864	22540	27048	Piccolight E56LED/ Germania/ Kirchner&Wil helm	GBG-MLD SRL
22	22-46195	Dispozitiv electro- chirurgical (diatermococ gulator caracteristici de baza) Cod 280200	4	64200	77040	256800	308160	EXCELL 350 MCDSe /Italia/ Alsa	DataControl SRL
23	23-46195	Dispozitiv electro- chirurgical (diatermococ gulator caracteristici avansate) Cod 280220	1	78920	94704	78920	94704	"EXCELL 400 MCDSe /Italia/ Alsa "	DataControl SRL
24	24-46195	Dispozitiv electro- chirurgical (diatermococ gulator caracteristici medii) cu trolu Cod 280240	1	83620	100344	83620	100344	EXCELL 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataControl SRL
31	31-46195	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	1	500	600	500	600	Mission U500 (U211- 111)+10U (U031-101) SUA ACON LABORATORI ES INC.	Sanmedico SRL
32	32-46195	Analizator biochimic,	3	80000	96000	240000	288000	"Selectra Pros (cod: 6003-543)/ Olanda/ Elitech"	GBG-MLD SRL

		automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200																	
34	34-46195	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	2	30200	36240	60400	72480		Biobase-Silver /China/ Biobase	DataControl SRL									
35	35-46195	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	7	28000	33600	196000	235200		SA-20 Semi-Auto-biochemistry analyzer/ China Clinddiag	Biosistem-MLD SRL									
38	38-46195	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	1	123825	148590	123825	148590		BC-5150 Auto Hematology Analyzer/ China /Mindray	Biosistem-MLD SRL									
40	40-46195	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	2	20800	24960	41600	49920		M00204/ Austria/ EXIAS	Precitest Com SRL									
41	41-46195	Analizator ionoselectiv, pentru laborator specializat Cod 150640	1	40950	49140	40950	49140		Smartlyte+ ISE analyzer /SUA /Diamond	Biosistem-MLD SRL									
43	43-46195	Analizator portabil	1	148500	178200	148500	178200		BGA-102 / China / Wondfo	Echipamed-Plus SRL									

		pentru determinarea echilibrului acido-bazic in sine Cod 150710																
45	45-46195	Hemoglobin ometru (caracteristici avansate) Cod 150810	1	5000	6000	5000	6000	C111-3021+C131- 3011+C121-3041 SUA ACON LABORATORI ES INC.		Sanmedico SRL								
46	46-46195	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	12	25950	31140	311400	373680	"BKC-TL6M with 12x10 angle rotor(No11) / China/ Biobase"		DataControl SRL								
47	47-46195	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	3	11800	14160	35400	42480	BKC-TL4B with 24x10 angle rotor /China /Biobase		DataControl SRL								
50	50-46195	Coagulometr u semiautomat Cod 151110	2	6500	7800	13000	15600	Coatron X Pro Germania TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH		Sanmedico SRL								
51	51-46195	Coagulometr u portabil Cod 151120	1	6000	7200	6000	7200	C-1X (cod: 5056013023036)/ Helena Bioscience/ Marea Britanie		GBG-MLD SRL								
52	52-46195	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	347	755	906	261985	314382	Vivachek Ino X, VGM49/ China VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.		Pharmony SRL								
53	53-46195	Glucometru (caracteristici)	4	755	906	3020	3624	Vivachek Ino X, VGM49/ China/ VivaChek		Pharmony SRL								



		a	instrumentari ului chirurgical, 150L Cod 270260														
71	71-46195	Sterilizator 40 L Cod 270310	11	11360	13632	124960	149952	HAS-T501 /China /Biobase	DataControl SRL								
72	72-46195	Sterilizator 80 L Cod 270320	8	10350	12420	82800	99360	BOV-V70F/ China/ Biobase	Ericon SRL								
73	73-46195	Sterilizator 200 L Cod 270340	2	23120	27744	46240	55488	HAS-T2001 /China /Biobase	DataControl SRL								
76	76-46195	Negatoscop Cod 210700	5	9199,17	110369	45995,85	551845	44701 Italia Gima	Vivamed International SRL								
77	77-46195	Sistem videoendosc opic pentru videogastros copie (caracteristici avansate) Cod 290150	1	584600	701520	584600	701520	OPTERA ( CV-170 + ASPEED2 + MB-142 + MB-155 + MD-2702 + TC-C3 + GIF-H170) /Japonia + Italia + China /Olympus + GIMA + Neovo	DataControl SRL								
78	78-46195	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	1	398000	477600	398000	477600	MED-ISA /Italia/ Cantel	DataControl SRL								
79	79-46195	Ultrasonogra f General, Cardiac, performanta	1	755296,75	906356,1	755296,75	906356,1	G86 China VINNO TECHNOLOGY	Health Medical Solutions SRL								

		inalta Cod 300100							(SUZHOU) CO., LTD.	
80	80-46195	Ultrasonogra f General, OB-GYN, performanta medie Cod 300210	1	564727,9	677673,48	564727,9	677673,48	G65 China VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD.	Health Medical Solutions SRL	
81	81-46195	Concentrator de oxigen 10L Cod 110401	1	18000	21600	18000	21600	Oxybreath 10, OXY5100/ Turcia/ Karemed	DataControl SRL	
82	82-46195	Butelie oxigen 5 litri Cod 110510	7	5600	6720	39200	47040	BO.100.15015/ Italia/ SAN- O-SUB	Labromed Laborator SRL	
84	84-46195	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	6	5065	6078	30390	36468	YD01A (LED) China Huifeng Medical	Triumpf-Motiv SRL	
85	85-46195	Lampa pentru examinare, brat articulata (caracteristici medii) Cod 130110	1	4680,17	5616,2	4680,17	5616,2	49041 Italia Gimma	Vivamed International SRL	
86	86-46195	Lampa pentru examinare, brat articulata (caracteristici avansate) Cod 130120	17	56540	67848	961180	1153416	Onyx (60000), TL-01.60.0 /Polonia/ Infimed	DataControl SRL	

89	89-46195	Lampa germicida (variante stationara 20m) Cod 130150	140	296	355,2	41440	49728	YZ-H115/ XGYT8-UVCI5W Ozone /China /HNLST	Ecochimie SRL
90	90-46195	Lampa germicida (variante mobila) Cod 130160	23	3180	3816	73140	87768	Corp cu lampi UV Model 023/ Republica Moldova /Caravan Express SRL	AELO GRUP SRL
92	92-46195	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	10	3466,67	4160	34666,7	41600	S7350HR Italia Fazzini	Vivamed International SRL
93	93-46195	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	8	3491,67	4190	27933,36	33520	RCS 200 China Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA
94	94-46195	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	2	716,83	860,2	1433,66	1720,4	27240 Italia Gima	Vivamed International SRL
95	95-46195	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	9	2325	2790	20925	25110	RGZ 200 China Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA
96	96-46195	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	13	2325	2790	30225	36270	RGZ 200 China/ Jiangsu Shuhong Medical	Tehoptimed SA
97	97-46195	Cintar electronic,	49	745	894	36505	43806	Beurer Cantar pentru copii BY 80 Germania Beurer	Tetis International SRL

		pentru nou-nascuti Cod 130800																	
98	98-46195	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	12	850	1020	10200	12240	S7250 Italia Fazzini	Vivamed International SRL										
101	101-46195	Targa sanitara Cod 140360	7	2880	3456	20160	24192	34077 Italia Gimma	GBG-MLD SRL										
102	102-46195	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	10	13593,11	16311,732	135931,1	163117,32	ST 72 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL										
103	103-46195	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	2	32553,7	39064,44	65107,4	78128,88	EMERGEUM Optium Turcia	Imunotehnomed SRL										
104	104-46195	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	6	31085,88	37303,056	186515,28	223818,336	IN 42 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL										
105	105-46195	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	5	12478,92	14974,704	62394,6	74873,52	ME 30 Optium Turcia	Imunotehnomed SRL										
108	108-46195	Frigider mortuar, 2 locuri(caracteristici)	2	110000	132000	220000	264000	DEKO2/ BNT /Turcia	Eyecon Medical SRL										

		avansate) Cod 140760																	
109	109-46195	Lampa cu fanta Cod 170100	1	58000	69600	58000	69600	S260S Slit Lamp/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL										
110	110-46195	Gonioscop Cod 170510	3	11200	13440	33600	40320	VG3/ USA /Volk optical	DataControl SRL										
111	111-46195	Lentila Volk Cod 170520	4	7777	9332,4	31108	37329,6	V20LC V78C V90C /USA/ Volk optical	DataControl SRL										
112	112-46195	Electroencef alograf pentru monitorizare a EEG continua Cod 260120	1	327287	392744,4	327287	392744,4	Neurowerk EEG 58 Germania Sigma Medizin Technik GmbH	Health Medical Solutions SRL										
113	113-46195	Electrocardio graf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	1	12500	15000	12500	15000	Model:SE301/ China/ EDAN INSTRUMENTS INC	AELO Grup SRL										
114	114-46195	Electrocardio graf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	12700	15240	63500	76200	Model:SE301 /China/ EDAN INSTRUMENTS INC.	AELO Grup SRL										
115	115-46195	Electrocardio graf 6 canale, caracteristici avansate Cod 260221	1	19000	22800	19000	22800	Model:SE601B/ China/ Edan Instruments	AELO Grup SRL										
116	116-46195	Electrocardio graf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe	3	23000	27600	69000	82800	Model:SE601B /China/ Edan Instruments	AELO Grup SRL										

		rotile Cod 260222																
117	117-46195	Electrocardio graf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	23700	28440	71100	85320	Model:SE1200 Express /China/EDAN INSTRUMENTS INC	AELO Grup SRL									
118	118-46195	Electrocardio graf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231	4	25850	31020	103400	124080	Model:SE1200 Express /China/EDAN INSTRUMENTS INC.	AELO Grup SRL									
120	120-46195	Monitor pentru monitorizare a functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii neonatal) Cod 260300	1	25500	30600	25500	30600	iM8/EDAN, China	Eyecon Medical SRL									
121	121-46195	Monitor pentru monitorizare a functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal) Cod 260340	1	93850	112620	93850	112620	ePM15/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL									

122	122-46195	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut Cod 260420	2	6900	8280	13800	16560	BT-710 /Coreca /Bistos	DataControl SRL
123	123-46195	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	1	6500	7800	6500	7800	H100B /EDAN/ China	Eyeco Medical SRL
124	124-46195	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	526	250	300	131500	157800	Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45 Germania Beurer	Tetis International SRL
125	125-46195	Spirograf Cod 260500	5	42500	51000	212500	255000	Pony FX /COSMED Srl/ Italia	GBG MLD SRL
126	126-46195	Termometru mecanic Cod 260600	3568	32,95	39,54	117565,6	141078,72	Termometru fara mercur Model: CR.W00 DM000213618/ China/ Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd	Farmina SRL
127	127-46195	Termometru digital Cod 260610	610	28,8	34,56	17568	21081,6	Beurer Termometru electronic FT09 Germania Beurer	Tetis International SRL
128	128-46195	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	64	449	538,8	28736	34483,2	Beurer Termometru FT65 Germania Beurer	Tetis International SRL
129	129-46195	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	185	165	198	30525	36630	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630/ Ucraina /Steclopribor	Alex Standard SRL

130	130-46195	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	193	165	198	31845	38214	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640/ Ucraina/ Seclopribor	Alex Standard SRL
131	131-46195	Tensiometru Adult Cod 260700	285	132	158,4	37620	45144	Moretti Tensiometru DM330 Italia / China Moretti (producer Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL
132	132-46195	Tensiometru Adult cu fonoscopeco p Cod 260710	1215	149	178,8	181035	217242	Moretti Tensiometru DM333 Italia / China Moretti (producer Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL
133	133-46195	Tensiometru Pediatric Cod 260720	23	180	216	4140	4968	Moretti Tensiometru DM330 cu Manseta pediatrica DR1421 Italia / China Moretti (producer Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL
134	134-46195	Tensiometru Pediatric cu fonoscopeco p Cod 260730	154	175	210	26950	32340	Moretti Tensiometru DM333 cu Manseta pediatrica DR1421 Italia / China Moretti (producer Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL

136	136-46195	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	61	1190	1428	72590	87108	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer	Tetis International SRL
137	137-46195	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	8	1500	1800	12000	14400	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR211) Germania Beurer	Tetis International SRL
138	138-46195	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780	36	1380	1656	49680	59616	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti Germania Beurer	Tetis International SRL
139	139-46195	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790	8	1500	1800	12000	14400	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice ( Moretti DR211) Germania Beurer	Tetis International SRL
140	140-46195	Cardiomonit or fetal Cod 260800	2	33900	40680	67800	81360	STAR5000E./ China /Comen	AELO Grup SRL
141	141-46195	Colposcop Cod 261000	1	151200	181440	151200	181440	Z4 /Italia/ Central	DataControl SRL
142	142-46195	Videocolpos cop Cod 261010	1	199040	238848	199040	238848	Z4 /Italia/ Central	DataControl SRL

**Anularea procedurii de achiziție publică**

- In temeiul art. 71 alin (1) lit d) liniuța șasea din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece toate ofertele în parte depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi
- Lotul 6 Laringoscop adult standard Cod 110600**
- Lotul 18 Tonometru ocular portativ Cod 170300**
- Lotul 30 Analizator semi-automat, de urină Cod 150100**

Lotul 49 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950  
Lotul 62 Cititor de microplaci (ELISA) Cod 250410  
Lotul 100 Targa-saltea sanitara Cod 140350

- În temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme sau care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției (lotului), calculată conform prezentei legi

Lotul 16 Defibrilator extern, automat Cod 130410  
Lotul 21 Laser diod, chirurgical, 20 W Cod 280110  
Lotul 25 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700  
Lotul 26 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710  
Lotul 27 Frigider pentru vaccini 40-60L Cod 140860  
Lotul 28 Frigider pentru vaccini 60-95L Cod 140870  
Lotul 29 Frigider pentru vaccini 95-130L Cod 140880  
Lotul 33 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220  
Lotul 36 Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300  
Lotul nr. 37 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510  
Lotul 39 Analizator automat cu 20 canale, VSH Cod 150570  
Lotul 42 Analizator automat ale gazelor si electroliților în sange Cod 150700  
Lotul 44 Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800  
Lotul 48 Centrifuga, de laborator (32 tuburi) Cod 150930  
Lotul 63 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420  
Lotul 64 Incubator-Agiator pentru microplaci (ELISA) Cod 250430  
Lotul 70 Sterilizator 20 L Cod 270300  
Lotul 75 Distilator cu rezervor Cod 270410  
Lotul 83 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120  
Lotul 88 Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140  
Lotul 91 Lampa fototerapie pentru nou-nascuti (caracteristici medii) Cod 130270  
Lotul 106 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500  
Lotul 107 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510

- În temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 60 Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330  
Lotul 65 Termostat laborator Cod 250510  
Lotul 74 Distilator Cod 270400  
Lotul 87 Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130

**Lotul 99 Pat cu aer fluidizat Cod 140300**  
**Lotul 119 Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) Cod 260260**  
**Lotul 135 Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică numai după reconfirmarea necesității, specificățiilor tehnice și disponibilității mijloacelor financiare pentru anul bugetar 2023 de către instituțiile beneficiare.

Pentru loturile nr. **55 Hota cu flux laminar Cod 250100** și nr. **67 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180** au fost desemnați operatorii economici Neotec SRL și respectiv, Lokmera SRL.

Totodată, drept cerință obligatorie potrivit documentației de atribuire a fost indicat că operatorii economici urmează să prezinte numărul de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante (23.11.2022), iar neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei.

Astfel, operatorii economici Neotec SRL și Lokmera SRL au informat că pentru loturile menționate nu prezintă numărul de înregistrare la AMDM pentru produsele cu care au fost desemnați câștigători, deoarece bunurile nu sunt drept dispozitive medicale potrivit producătorului și nu pot fi înregistrate de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Respectiv, se anulează decizia grupului de lucru din 21.11.2022 privind loturile nr. 55 și 67 (în conformitate cu art. 69 alin (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice), astfel, grupul de lucru vă informează despre decizia din 13.01.2023, după cum urmează:

Loturile nr. **55 Hota cu flux laminar Cod 250100 (beneficiar Serviciul Medical al MAI) și nr. 67 Autoclav 100 l cu incarcare verticala (otel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270180 (beneficiar MSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1)**, se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia autoritatea contractantă este în imposibilitate de a reevalua ofertele depuse și de a încheia contracte pentru loturile în cauză, deoarece termenul de valabilitate a ofertelor fiind de 120 zile, care a expirat la data de 12.01.2023.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4871 din 23.11.2022 Rg02-5128 din 15.12.2022 Rg02-468 din 13.01.2023	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

**Notă: Au fost depuse contestații de către operatorii economici Echipamed Plus SRL, Neotec SRL, Eyecon Medical SRL, MedPunkt SRL, înregistrate la ANSC cu nr. 02/1021/22 din 28.11.2022, nr. 02/1010/22 din 25.11.2022, nr. 02/1028/22 din 28.11.2022 și nr. 02/1040/22 din 02.12.2022 cu privire la rezultatele procedurii menționate. Astfel, în urma deciziilor emise de ANSC cu nr. 03D-881-22 din 24.12.2022, nr. 03D-874-22 din 23.12.2022, nr. 03D-888-22 din 28.12.2022 și decizia nr. 03D-889-22 din 28.12.2022 în baza cărora contestațiile se resping ca neîntemeiate, iar decizia grupului de lucru din 21.11.2022 rămâne neschimbată.**

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
TEITIS INTERNĂȚIONAL SRL	1003600043595	Cu capital autohton	46195/24/conform anexei	33100000-1	687132,00	824558,40	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vânmuit) 2020 Franco destinație vânmuit, până la 75 zile de la

										înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
AELO GRUP SRL	1011600009752	<b>Cu capital autohton</b>	46195/01/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	479440,0	575328,00	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)	
MEDPUNKT SRL	1011600044267	<b>Cu capital autohton</b>	46195/17/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	136400,0	163680,0	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din	

									momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	46195/09/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	504500,00	605400,00	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
FARMINA SRL	1002600010549	Cu capital autohton	46195/10/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	117565,6	141078,72	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
PHARMONY SRL				Conform anexei	33100000-1	265005,00	318006,00	6 luni de la aprobarea	Incoterms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco

								contractelor de CAPCS	destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
	1015600025123	Cu capital autohton	46195/19/conform anexei						
	1003602008154	Cu capital autohton	46195/22/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	25000,00	30000,00	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Incotermis: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
TEHOPTIMED SRL	1003600087162	Cu capital autohton	46195/23/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	65133,36	78160,00	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	Incotermis: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

TRIUMF MOTIV SRL	1012600021180	Cu capital autohton	46195/25/conform anexei	Conform anexei	33100000-1	36468,00	36468,00	6 luni de la aprobarea contractelor de CAPCS	IncoTerms: DDP (Franco destinație vămuit) 2020 Franco destinație vămuit, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)
------------------	---------------	---------------------	-------------------------	----------------	------------	----------	----------	--	---

**NOTĂ: Conform circularei Rg02-119 din 12.01.2023 în vederea asigurării contractării bunurilor câștigate la procedurile de achiziții publice centralizate, în cazul refuzurilor întemeiate a beneficiarilor inițiali pe pagina web a CAPCS (www.caps.md), la compartimentul „Refuzuri”, <https://caps.md/refuzuri/>, va fi plasată informația despre bunurile refuzate (specificația tehnică, valoarea bunului, etc.), iar toți beneficiarii interesați pot înainta un demers cu solicitarea contractării bunului din lista bunurilor refuzate, doar după confirmarea bugetului existent pentru procurarea acestuia.**

Astfel, IMSP SR Ceadr-Lunga refuză contractarea pentru loturile nr. 47 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920 și nr. 5 Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430 în baza scrisorilor nr. 94 și 95 din 31.01.2023, pentru care au fost desemnați operatorii economici Data Control SRL și Dutchmed M SRL. Serviciul Medical MAI a refuzat achiziționarea tuturor dispozitivelor medicale din listă care au fost solicitate în conformitate cu demersul de refuz nr. 17/1-153 din 01.12.2023. IMSP SR Ialoveni se refuză de contractarea lotului nr. 46 Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910, în baza scrisorii nr. 18 din 25.01.2023, pentru care a fost desemnat câștigător Data Control SRL. IMSP CS Drochia refuză contractarea lotului nr. 125 spirometru și lot 80 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanța medie Cod 300210, în baza scrisorilor nr. 472 din 09.12.2022 și nr. 459 din 30.11.2022. IMSP SR Florești refuză contractarea cu operatorii economici Data Control SRL și Dutchmed M SRL în baza scrisorii nr. 40 din 25.01.2023, pentru loturile nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120 și nr. 34 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 și nr. 34 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 și nr. 34 Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240. IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii refuză în baza scrisorii nr. 01-5/15 din 24.01.2023 contractarea lotului nr. 112 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continua Cod 260120, desemnat câștigător fiind Health Medical Solutions SRL.

**Respectiv, informația despre bunurile refuzate menționate se plasează la compartimentul REFUZURI, iar în cazul în care acestea vor fi contractate în baza solicitărilor altor beneficiari, CAPCS în următoarele dări de seamă va indica acest moment.**

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	DA
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	2 772 679,12 (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**

**Gheorghe GORCEAG**



Persoana responsabilă pentru înregistrarea contractelor



Beneficiarul	Operatorul	Nr. Procedură	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnăt
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/66	3000	2500	18.01.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI COCIERI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/65	2145,6	1788	18.01.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/62	4579,2	3816	17.01.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/64	5683,2	4736	18.01.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BALTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/63	13432,8	11194	18.01.2023	Electronic
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CEADIR-LUNGA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/61	1500	1250	18.01.2023	Electronic
CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE REABILITARE PENTRU COPII CORNESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/69	345,6	288	16.01.2023	Olograf
IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/57	1194	995	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/56	1788	1490	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/54	48616,8	40514	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/53	3991,2	3326	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/52	1050	875	18.01.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/51	3213,6	2678	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/50	4659,6	3883	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/04	4752	3960	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/46	2689,2	2241	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ISACOVA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/44	1800	1500	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/43	3684	3070	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/41	18180	15150	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/40	6576	5480	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/36	8001,6	6668	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/35	711,6	593	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/33	6726	5605	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/32	1430,4	1192	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/31	2516,4	2097	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/30	4999,2	4166	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/01	1788	1490	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/29	5364	4470	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/28	864	720	18.01.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/27	6864	5720	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/26	45561,6	37968	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/24	538,8	449	18.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/58	53640	44700	18.01.2023	Electronic
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/60	14988	12490	18.01.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/23	19920	16600	18.01.2023	Electronic
IMSP POLICLINICA DE STAT	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/05	20746,8	17289	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/03	29500,8	24584	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/21	9171,6	7643	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/17	8546,4	7122	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/16	14508	12090	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/14	3288	2740	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/12	10986	9155	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/11	1728	1440	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/02	23652	19710	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/10	2892	2410	18.01.2023	Electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/24/08	5076	4230	18.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/24/07	3115,2	2596	18.01.2023	Electronic
SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/24/19	3576	2980	18.01.2023	Olograf
SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/24/18	10540,8	8784	18.01.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/19	58128	48440	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/17	15240	12700	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/16	22800	19000	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/15	3816	3180	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ISACOVA	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/14	28440	23700	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/13	15000	12500	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/12	3816	3180	26.01.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/11	15240	12700	26.01.2023	Electronic
IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/18	11448	9540	26.01.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/10	93060	77550	26.01.2023	Olograf
IMSP POLICLINICA DE STAT	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/04	47520	39600	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD- 1659684146195	46195/01/03	11448	9540	26.01.2023	Electronic

IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/09	36072	30060	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/02	40680	33900	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/01	40680	33900	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/08	70440	58700	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/07	31020	25850	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/06	15240	12700	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	AELO GRUP SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/01/05	15240	12700	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	MEDPUNKT SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/17/01	163680	136400	27.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ICS EYECON MEDICAL SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/09/06	7800	6500	26.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ICS EYECON MEDICAL SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/09/05	264000	220000	05.01.2023	Electronic
<b>Beneficiarul</b>	<b>Operatorul</b>	<b>Nr. Procedură</b>	<b>Nr. Contract</b>	<b>Suma cu TVA</b>	<b>Suma fără TVA</b>	<b>Data aprobării</b>	<b>Semnat</b>
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/06	54210	45175	08.02.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/67	25611,6	21343	08.02.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/68	66726	55605	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/55	8226	6855	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CRUILENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/49	7986	6655	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/48	1239,6	1033	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/47	2838	2365	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/42	4470	3725	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/39	34710	28925	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OCINITA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/38	19458	16215	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/37	14862	12385	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/59	8694	7245	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPIL	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/20	23718	19765	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/45	14262	11885	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/15	25855,2	21546	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/13	32484	27070	09.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/09	16374	13645	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/24/22	8712	7260	08.02.2023	Electronic
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	ICS EYECON MEDICAL SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/09/09	333600	278000	08.02.2023	Olograf
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/01	19770	16475	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/02	10675,8	8896,5	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/03	1977	1647,5	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/04	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/05	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/06	3360,9	2800,75	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/07	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL OCNIȚA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/08	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALEȘTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/09	7908	6590	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/10	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/11	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALȚI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/12	3954	3295	08.02.2023	Electronic
SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/13	1977	1647,5	08.02.2023	olograf
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/14	1186,2	988,5	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/15	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL DE FIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/16	2767,8	2306,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/17	316,32	263,6	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE TOCUZ	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/18	790,8	659	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE TALMAZA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/19	790,8	659	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/20	790,8	659	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/21	1186,2	988,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/22	1581,6	1318	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/23	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/24	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/25	790,8	659	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/26	988,5	823,75	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/27	1186,2	988,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/28	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/29	790,8	659,0	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/30	1977	1647,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/31	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE LAPUSNA PASCANI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/32	1186,2	988,5	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPIL V IGNATENCO	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/33	790,8	659,0	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/34	790,8	659	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/35	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/36	790,8	659	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI RASCANI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/37	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/38	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/39	1977	1647,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/40	3954	3295	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/41	395,4	329,5	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/42	11862	9885	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/43	1186,2	988,5	08.02.2023	Electronic
CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CEADIR-LUNGA	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/44	790,8	659	08.02.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/45	1186,2	988,5	08.02.2023	Olograf
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (ADULTE) BALTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/46	1581,6	1318	08.02.2023	Electronic
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/47	4744,8	3954	08.02.2023	Electronic
CENTRUL FTIZIOPNEUMOLOGIC DE REABILITARE PENTRU COPII CORNESTI	FARMINA SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/10/48	395,4	329,5	08.02.2023	Olograf
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/01	1812	1510	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/02	1812	1510	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/03	27180	22650	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/04	13590	11325	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/05	906	755	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/06	271800	226500	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	PHARMONY SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/19/07	906	755	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	SANMEDICO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/22/01	7800	6500	08.02.2023	Electronic
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	SANMEDICO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/22/02	7800	6500	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	SANMEDICO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/22/03	7800	6500	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI	SANMEDICO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/22/04	6000	5000	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE	SANMEDICO SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/22/05	600	500	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/01	32110	26758,35	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/02	2790	2325	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPIL	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/04	2790	2325	08.02.2023	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/05	2790	2325	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/06	2790	2325	08.02.2023	Electronic
IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/07	2790	2325	08.02.2023	Electronic

IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/08	2790	2325	08.02.2023	Electronic
CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU COPII CU DIZABILITATI ORHEI	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/09	5580	4650	08.02.2023	Electronic
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/10	12570	10475,01	08.02.2023	Olograf
IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	TEHOPTIMED SA	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/23/11	11160	9300	08.02.2023	Electronic
IMSP POLICLINICA DE STAT	TRIUMF-MOTIV SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/25/01	18234	18234	31.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	TRIUMF-MOTIV SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/25/02	6078	6078	31.01.2023	Electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	TRIUMF-MOTIV SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/25/03	6078	6078	31.01.2023	Electronic
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	TRIUMF-MOTIV SRL	ocds-b3wdp1-MD-1659684146195	46195/25/04	6078	6078	08.02.2023	Olograf