

SINTEZA

Obiecțiilor și Propunerilor (Recomandărilor)

Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024

Participant	Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
Acustmed SRL	<p>1. Se solicită pentru fiecare nivel de surditate modele separate (nu un model de aparate auditive pentru toate tipurile de surditate) Obligator</p> <p>Considerăm că această cerință poate fi doar parțial acceptată, și anume la poziția 1, surditate ușoară moderată, deoarece este binevenit să se propună aparate auditive de dimensiuni mici și nu aparate auditive de dimensiuni mari care sunt compatibile pozițiilor 2 și 3 cu amplificare majoră și profundă. Cu toții cunoaștem că la un aparatul auditiv cu cât aplicarea este mai mare, cu atât și dimensiunile aparatului sunt mai mari. Dar, această cerință nu ar trebui să fie aplicată în cazul celorlalte poziții, mai ales în cazul poziției 3 surditate profundă, unde putem participa cu același model de aparat mic ca în cazul poziției 2 surditate medie-severă cu o extensiune de Power, aparatul fiind mult mai mic decât în cazul HP. Producătorii de aparate auditive, în ultimii ani, tind să combine puterea cu dimensiunile mici în aparatele de ultima generație. Adică, întrebarea noastră ar fi: care ar fi problema dacă la poziția 3 surditate profundă s-ar propune același model de aparat auditiv micuț și estetic ca la poziția 2 surditate medie-severă?</p> <p>2. Încărcătoare pentru aparate auditive (pentru adulți/copii) - În dependență de modelul aparatului auditiv (Nr.13-Nr. 675)</p> <p>Rugăm să ni se ofere o explicație la această poziție.</p>	<p>Conform răspunsului prezentat de specialiștii coopțați, prin demersului nr. 201 din 25.09.2023 :</p> <p>1. În caietul de sarcini este bine stipulat că pentru formele de surditate forma ușoară-medie este obligator să fie propus model aparte, atât la copii cât și adulți.</p> <p>Pentru formele de surditate severă și surditate profundă se solicită prezentarea de modele diferite, dar nu este obligator, poate fi propus și acelaș model.</p> <p>2. Referitor la încărcătoare pentru aparate auditive ofertantul va propune 2 seturi care se potrivesc cel mai bine la modelul propus, oferind o bună funcționalitate a aparatelor auditive.</p>

	<p>Există aparate auditive reîncărcabile, adică acumulator integrat, (în acest caz nu mai este nevoie de baterii ZincAir), iar încărcătorul este individual pentru fiecare tip de aparat auditiv.</p> <p>Deasemenea, putem discuta de baterii reîncărcabile (acumulatori), plus încărcător de acumulatori. Această opțiune este una depășită, care se folosea acum trei decenii în urmă. Orice astfel de acumulator are un anumit număr de cicluri de încărcare, mai exact 57 de cicluri, după care își pierde capacitatea de acumulare de energie, adică nu mai poate fi încărcat. Deci, pacientul îl poate utiliza doar 2-3 luni, apoi îl aruncă. Un detaliu foarte important este că acumulatorul poate oferi o capacitate normală de energie doar în primele ore de funcționare, apoi își pierde din putere, adică se descarcă, astfel pacientul aude mult mai slab, obligându-l să depindă de reîncărcarea acestuia.</p> <p>Presupunem că totuși va fi cerut acest tip de acumulatori, ofertantul cum trebuie să specifice în ofertă:</p> <p>1 acumulator + 1 încărcător? De care tip? Unii ofertanți ar putea să ofere aparate cu baterie 13, alții 675 sau chiar 312. Este o poziție incertă, necunoscând aparatele care vor fi acceptate ca poziții câștigătoare cum putem oferi tipul și numărul de acumulatori. Aceste produse, ca și aparatele auditive au prețuri diferite la producători și pentru a oferi un preț trebuie să cunoști numărul și tipul produsului din timp.</p>	
--	--	--

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Ala GOJAN