

SINTEZA

Obiecțiilor și Propunerilor (Recomandărilor)

Achiziționarea de consumabile medicale în scopul realizării Programului Național de prevenire și control a diabetului zaharat, conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2024

Participant	Conținutul obiecției/ propunerii (recomandării)	Argumentarea autorului proiectului
Pharmony	<p>Că cerința „Fără restricții de vârstă” este una restrictivă și nejustificată, deoarece majoritatea pompelor de insulină existente pe piața internațională (aproximativ 90%) sunt destinate/indicate copiilor cu vârsta de peste 2 ani (Medtronic 770G, Omnipod 5, Accu-Chek Solo, etc.). Totodată, conform Ghidurilor Internaționale, pompele de insulină sunt recomandate copiilor cu vârsta de la 2 ani, atât timp cât, canula prin care se administrează insulina are nevoie de un țesut adipos de cel puțin 5 mm, iar la copiii mai mici de 2 ani (inclusiv copiii născuți prematur), ca regulă, este mai mic sau mult mai mic, ceea ce face imposibilă montarea pompei și respectiv administrarea insulinei, precum și deficiența în instalarea senzorilor glicemici și acuratețea datelor recepționate. Concomitent, considerăm că prin aplicarea cerinței „Fără restricții de vârstă” sunt încălcate prevederile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care reglementează expres că „Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret”, iar alin. (9) al aceluiași articol al Legii 131/2015 stabilește ca „Specificațiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici”. Suplimentar, statuăm că pct.30 subpct. 2) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2021, stabilește că grupul de lucru este obligat să asigure participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică în scopul asigurării concurenței. Ținând cont</p>	<p>Nu se acceptă. Conform mențiunii specialistului cooptat, criteriul "Fără limite de vârstă" a fost inclus pentru asigurarea accesului tuturor copiilor, indiferent de vârstă, la tratament cu pompa de insulină, așa după cum este specificat și în ordinul MS nr. 307 din 24.03.2020 cu privire la reglementarea distribuirii și utilizării pompelor de insulină și consumabilelor, unde ca prim criteriu de eligibilitate sunt copiii începând cu cea mai mică vârstă, inclusiv perioada de nou-nascut. Pentru copiii de vârstă mai mică de 2 ani, chiar și cu impedimentele legate de grosimea țesutului adipos, mult mai esențială este posibilitatea de microdozare a insulinei, care poate fi posibilă doar cu pompa de insulină, inclusiv cu funcția automată de suspendare a administrării în caz de hipoglicemie.</p>

	<p>de informațiile de care dispunem cu privire la prezența pe piața Republicii Moldova a producătorilor de pompă pentru administrarea insulinei, putem constata cu mare regret, că sunt prezenți doar doi producători, Medtronic (SUA) și Medtrum Technologies (China), producătorul din SUA în cazul dat fiind favorizat prin aplicarea cerinței „Fără restricții de vârstă”. Mai mult, dorim să vă informăm că pompa de insulină de ultimă generație, produsă de către Medtrum Technologies (China), dispune de următoarele avantaje și funcționalități, net superioare modelelor de pompe ale altor producători înregistrate în Republica Moldova, cum ar fi: 1. Dimensiuni compacte (4.3cm X 3.15cm x 1.15cm) și greutate mică (12.5g), care sunt mult mai relevante pentru instalarea și purtarea de către copii. 2. Administrarea directă a insulinei prin micro-canolă, respectiv lipsa cateterelor și tuburilor de conexiune, ceea ce provoacă un disconfort fizic. În procesul de furnizare a insulinei prin aceste tuburi, se atestă cazuri de formare a unor bule de aer în cateter, astfel creându-se premise pentru creșterea glicemiei. 3. Rezistentă la apă (IP28) ce permite spălarea și îngrijirea copiilor cu regularitate, lucru foarte important în special pentru copii, fără a demonta și deconecta pompa. Pentru informarea Dvs. deconectarea temporară a pompei de insulină, induce nemijlocit la modificarea valorilor glicemice, reieșind din faptul că organismul nu este asigurat pentru această perioadă cu insulină bazală. 4. Raport preț/calitate adaptat bugetului planificat pentru lotul respectiv, conjuncturii de piață și realităților economico-financiare din Republica Moldova. Astfel, pentru a nu permite prejudicierea procedurii propriu-zise, dar și pentru a evita favorizarea unui singur producător, rugăm respectuos grupul de lucru să excludă din caietul de sarcini cerința „Fără restricții de vârstă”, astfel asigurând participarea pe scară largă a tuturor producătorilor de pompe de insulină prezenți pe piața din Republica Moldova.</p>	
--	--	--