




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-3736 din 10.10.2023

Operatori economici participanți

Beneficiari

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1685088778510 privind *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare*, vă comunică decizia nr.1 din 10.10.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Cod	Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	cod produs/modelul	Tara de origine	Producatorul	Inregistrare a la AMDM	Cîștigătorul
6-78510	6	Negatoscop Cod 210700	10	6440	7 728	64400	77280	M608043/GM	Italia	Titanox	DM0006433 39	Eyecon Medical SRL
9-78510	9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	601457,22	721748,66	601457,22	721748,66	Vinno G65	China	VINNO TECHNO LOGY (SUZHOU) CO., LTD	DM0003505 30	Health Medical Solutions SRL
10-78510	10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	497683,3	597219,96	497 683,30	597219,96	Vinno G65	China	VINNO TECHNO LOGY (SUZHOU) CO., LTD	DM0003505 30	Health Medical Solutions SRL

11-78510	11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	1	7711	9253,2	7711	9253,2	Oxybreath mini5	Turcia	Kare Medical	DM000234258	Eyecon Medical SRL
12-78510	12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	1	5000	6000	5000	6000	GT630-300A Steel	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM000239765	Natusana SRL
14-78510	14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	7	107000	128400	749000	898800	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.	DM000350502	Vipromed Service SRL
15-78510	15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	4	113000	135600	452000	542400	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.	DM000350502	Vipromed Service SRL
16-78510	16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	4 897,00	5 876,40	9 794,00	11752	KS-Q7 (49040)	Italia/China	GIMA (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd)	DM000233600	Tetis International SRL
18-78510	18	Lampa pentru examinare, brat articulata (caracteristici avansate) Cod 130120	1	54870	65844	54870	65844	Onyx TL-01 (60000 lux)	Polonia	Infimed	DM000303245	Data Control SRL

20-78510	20	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	119	360	432	42840	51 408	Model Corp cu Lampa UV 1x15W Codul produsului în broșură 019	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 55	Aelo Grup SRL
21-78510	21	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	137	980	1176	134260	161 112	Model Corp cu Lampa UV 1x30W Codul produsului în broșură 022	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 56	Aelo Grup SRL
22-78510	22	Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160	25	2900	3480	72500	87 000	Model Corp cu Lampa UV 3x30W Codul produsului în broșură 023	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM0005649 51	Aelo Grup SRL
23-78510	23	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700	11	3885,00	4662	42735,00	51282,00	S7350HR	Italia	Fazzini	DM0004208 41	Vivamed International SRL
26-78510	26	Cîntar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	2 880	3 456	14 400	17 280	ASTRA 27310	Italia	Gima	DM0001478 42	Tetis International SRL

27-78510	27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	17	2 880	3 456	48 960	58 752	ASTRA 27310	Italia	Gima	DM0001478 42	Tetis International SRL
29-78510	29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	3	1 250,00	1 500,00	3750	4500	S7250	Italia	Fazzini	DM0005790 29	GBG MLD SRL
30-78510	30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	1945,00	2334	33065,00	39678,00	MS-35	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	DM0006444 17	Vivamed International SRL
32-78510	32	Targa sanitara Cod 140360	9	4020	4824	36180	43416	34077	Italia	Gima	DM0001847 89	Data Control SRL
33-78510	33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	13081,67	15698	248551,67	298262	ST72	Turcia	Optium	DM0004017 74	Teho timed SRL
34-78510	34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	32290	38748	161450	193740	EMERGE UM	Turcia	Optium	DM0003951 76	Teho timed SRL
35-78510	35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	19 671,49	23 605,79	688502,13	826202,56	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea	Turcia	ALATUR CA MEDİKA L DIŞ TIC.A.Ş	DM0005701 99/ DM0005702 04	Dita Est Farm SRL

								Ortopedic a MF 01				
36-78510	36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	20 174,44	24 209,33	161395,5	193674,60	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea Ortopedic a MF 01	Turcia	ALATUR CA MEDİKA L DIŞ TİC.A.Ş	DM0005701 99/DM0005 70204	Dita Est Farm SRL
37-78510	37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	8580	10296	429000	514800	YA-M3-1	China	ZHANGJI AGANG MEDI MEDICA L EQUIPME NT CO.,LTD	DM0006443 78	Neotec SRL
41-78510	41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	27370	32844	191590	229908	METERNUM	Turcia	Optium	DM0006444 12	Tehoptimed SRL
45-78510	45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	4	10831,67	12998	43326,67	51992	iE300	China	BIOCARE	DM0006245 85	Tehoptimed SRL
46-78510	46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	10831,67	12998	54158,33	64990	iE300	China	BIOCARE	DM0006245 85	Tehoptimed SRL
47-78510	47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	25 000,00	30000	25000	30000	Model SE - 301	China	EDANINS TRUMEN TS INC	DM0004995 02	Aelo Grup SRL

49-78510	49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260222	5	18000	21600	90000	108000	Model SE – 601B	China	EDANINS TRUMEN TS INC	DM000499500	Aelo Grup SRL
50-78510	50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	19600	23520	58800	70560	1112M	China	Lepu Medical Technology	DM000644388	Neotec SRL
57-78510	57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	120000	144000	480000	576000	Model IX 15	China	Edan	DM000577954	Aelo Grup SRL
60-78510	60	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	6	6400	7680	38400	46080	BT-710	Coreea	Bistos	DM000499808	Data Control SRL
61-78510	61	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	60	249	298,8	14940	17 928	Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45	Germania	Beurer	DM000316685	Tetis International SRL
62-78510	62	Spirograf Cod 260500	1	46958,6	56350,32	46958,6	56350,32	Spirolab	Italia	MIR	DM000323215	Health Medical Solutions SRL
64-78510	64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	30,98	37,18	82840,52	99 408,62	Gima termometru mecanic 25586 (CR.W00)	Italia / China	GIMA (producator Wuxi Medical Instrument Factory	DM000213618	Tetis International SRL

										Co, Ltd, China		
65-78510	65	Termometru digital Cod 260610	501	28,5	34,2	14278,5	17134,2	GT004-233 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM000239852	Natusana SRL
66-78510	66	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	28	707	848,4	19 796	23 755,20	Beurer Termometru FT70	Germania	Beurer	DM000424926	Tetis International SRL
67-78510	67	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	100	199,17	239	19916,67	23900	VIT-1	Ucraina	Steclopribor		Tehoptimed SRL
68-78510	68	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	235	210	252	49608,00	59220	Higrometru Psihrometru 15-40C	Ucraina	Steclopribor		Alex Standard SRL
69-78510	69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	125	150	19875	23850	MC-20(-50)	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	DM000571831	Med M SRL
70-78510	70	Tensiometru Adult cu fonosocod Cod 260710	1022	145	174	148190	177828	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonosocod separat	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL
71-78510	71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	155	186	8990	10788	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL

								+GT001-403)				
72-78510	72	Tensiometru Pediatric cu fonosocop Cod 260730	84	155	186	13020	15624	GT001-110 Tensiometru cu fonosocop cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL
75-78510	75	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	34	1090	1308	37060	44 472	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea cu 2 mansete adulti	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL
76-78510	76	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	11	1 310	1 572	14410	17 292	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL
77-78510	77	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780	71	1310	1572	93010	111 612,00	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL

78-78510	78	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790	17	1310	1572	22270	26 724	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	DM0004223 02	Tetis International SRL
79-78510	79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	1	3820	40584	3820	40584	BT-350L	Coreea	Bistos	DM0004997 19	Data Control SRL
81-78510	81	Videocolposcop Cod 261010	1	259000	310800	259000	310800	Z4	Italia	Centrel	DM0002417 20	Data Control SRL
83-78510	83	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	1	388390,8	466068,96	388390,8	466068,96	WAKIe 2TC	Franta	Atys Medical	DM0002665 67	Health Medical Solutions SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta integrală a operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat garanția pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA (urma a fi garanția în sumă de 3 191,54 lei), s-a depus garanția pentru ofertă mai mica de cuantumul solicitat (2 905 lei).

Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: **1.** S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, ±80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 130 cm, pag.30. **2.** S-a solicitat Tip masă / Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al s-a oferit not more than 1.2mmAl, pag.30. **3.** S-a

solicitat Tubul de raze X / Capacitatea termică, kHU \geq 400 s-a oferit 300 kHU; **4.** S-a solicitat Imprimantă DICOM / Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min 80/oră s-a oferit 75 filme/ora.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: **1.** S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, ± 80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 110 cm.

- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu suplimentează informația solicitată și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: operatorul economic în ofertă a indicat pentru tubul de raze X modelul **Canon E7254FX**, însă conform broșurii atașate modelul E7254FX se identifică cu alt producător precum **Toshiba**. Totodată, grupul de lucru a solicitat clarificări în acest sens, însă operatorul economic a oferit aceiași broșură cu modelul **Toshiba E7254FX**, altul decât cel oferit.

Lotul nr. 2 Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice **1.** S-a solicitat Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz s-a oferit 40 kHz; **2.** S-a solicitat Generator raze X puterea generator \geq 15 kW s-a oferit 5 kW; **3.** S-a solicitat Tub radiogen / sistem de răcire controlat de procesor s-a oferit fara.

- Oferta operatorului economic **Medexcom-Teh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Arcul C / Unghi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$ s-a oferit 155° , 13 - catalog_oscarclassic_7000_5000_20170601. pag.5.

- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece sunt incomplete clarificările și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: parametrul tehnic Arcul C / Unghi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$ nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.

Lotul 6 Negatoscop Cod 210700

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: **1.** S-a solicitat Nr. de lampe ≥ 2 s-a oferit 1; **2.** S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fără;

- Oferta operatorilor economici **Tetis International SRL și Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fără;

Lotul 9 Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: **1.** S-a solicitat PREPROCESARE, canale digitale $\geq 8\ 000\ 000$ s-a oferit 7,645,867, pag.6; **2.** S-a solicitat MODURI de Scanare / Compunere spațială ≥ 7 trepte s-a oferit Spatial Compound: 0 - 5, pag.7.

Lotul 10 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitata PACHETE DE ANALIZĂ / Elastografie sharewave (compresie acustică) s-a oferit fără acest pachet de analiza.

Lotul 11 Concentrator de oxigen 5L Cod 110400

- Oferta operatorilor economici **Tetis International SRL** și **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB s-a oferit whole unit: 52dB(A), pag.6 și Front Side: 48dB(A).

Lot 14 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110 și 15 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120

- Oferta operatorului economic **Visiosystems SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat clarificări în termen și evaluarea din punct de vedere tehnic nu a putut fi făcută, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu a prezentat în termen documentele confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici, iar scrisoarea parvenită pe 03.10.2023 nu conținea nici un atașament referitor la documentația descriptivă.

Lotul 16 Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100

- Oferta operatorilor economici **Vivamed International SRL**, **Data Control SRL** și **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat cantitatea 2 bucăți conform listei de distribuție, s-a oferit 1 bucată.

Lotul 17 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici medii) Cod 130110

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 18 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici avansate) Cod 130120

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) s-a oferit 600 - 1600 mm;

Lotul 23 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

Lotul 24 Cântar electronic pentru adulți (220V) Cod 130710

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

- Oferta operatorului economic **GBG MD SRL** este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 26 Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730 și 27 Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat răspuns la clarificările solicitate, și anume s-a solicitat „*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare*” sau în caz contrar pentru bunurile **oferate** se va prezenta „*Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*”, însă operatorul economic nu a prezentat nici un document pentru bunul oferat.
- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Lotul 28 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferat nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece sunt incomplete clarificările și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: parametrul tehnic Ecran LCD $\geq 65 \times 25 \text{mm}$ nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.
- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat răspuns la clarificările solicitate, și anume s-a solicitat „*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare*” sau în caz contrar pentru bunurile **oferate** se va prezenta „*Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*”, însă operatorul economic nu a prezentat nici un document pentru bunul oferat.

Lot 31 Targa-saltea sanitara Cod 140350

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Sarcina maximă $\geq 150 \text{ kg}$ s-a oferit 120 kg.
- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic atașează declarație de la producător că bunul oferat nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.

Lot 32 Targa sanitara Cod 140360

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetieră reglabil s-a oferit fără tetiera reglabilă.
- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic atașează declarație de la producător că bunul oferat nu este dispozitiv medical. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Caracteristici / Tetieră reglabil s-a oferit fără tetiera reglabila.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetieră reglabil, s-a oferit fără tetiera reglabilă.

Lotul 33 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Poziționare / Tredelinburg ≥ 15 grade s-a oferit fara pozitia tredelinburg;
2. S-a solicitat Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm s-a oferit 1930x64 cm;
3. S-a solicitat Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete s-a oferit fără.

Lotul 34 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 63 grade;
2. S-a solicitat Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm s-a oferit 60 - 87.5 cm;
3. S-a solicitat Sarcina maximă ≥ 230 kg s-a oferit 200 kg.

- Oferta operatorului economic **Echipamed Plus SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 70 grade;
2. S-a solicitat Suport pentru balon de oxigen s-a oferit fără.

Lotul 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm, s-a oferit 59 - 91 cm;
2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg, s-a oferit 180 kg.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cantitatea 7 bucăți conform listei de distribuție, s-a oferit 4 bucăți.

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm, s-a oferit 58 - 86 cm;
2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg, s-a oferit 150 kg.

Lotul 42 Gonioscop Cod 170510 și 43 Lentila Volk Cod 170520

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.

Lot 45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Imprimantă Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s - parametrul nu a fost demonstrat;
 2. S-a solicitat Identificarea aritmiei - parametrul nu a fost demonstrat;
 3. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30 - 215 BPM;
 4. S-a solicitat Timp operare autonomă ≥ 2 h, s-a oferit 1 h.
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
1. S-a solicitat Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm, s-a oferit 2.5 Mohm;
 2. S-a solicitat Imprimantă /Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s, s-a oferit 32 dots/mm.

Lotul 47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: parametrul tehnic Troleu pe roțile braț articulată pentru electrozi ECG nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
1. S-a solicitat Detector de pacemaker, s-a oferit fără;
 2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit, 30 - 250 BPM.
- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
1. S-a solicitat Detector de pacemaker, s-a oferit fără;
 2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30 - 250 BPM.

Lotul 50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate, astfel nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu a demonstrat următorii parametri tehnici:
1. Detector de pacemaker;
 2. Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s;
 3. Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator;
 4. Ajustarea automată a izoliniei;
 5. Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM;
 6. Ritmului cardiac / Acuratețea ± 1 BPM;
 7. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s.;

Lotul 51 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260231

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Troleu pe roțile braț articulată pentru electrozi ECG, s-a oferit cu braț standard.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30BPM~250BPM, pag.71.
- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 54 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Gama de frecvență / De diagnostic 0.05-100 Hz, s-a oferit 0.67-40 Hz;
2. S-a solicitat Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm, s-a oferit 10 Moh;
3. S-a solicitat Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB, s-a oferit 80dB;
4. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz, s-a oferit 250 Hz;
5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h, s-a oferit 24 hours.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz, s-a oferit 1000 Hz;
5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h, s-a oferit min. 24 h, up to 48 h using a high-capacity battery.

Lotul 57 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 30 - 250 bpm;
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV, s-a oferit 1.25-20 mm/mV;
2. S-a solicitat Modul ECG /Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm, s-a oferit 0 - 120 rpm;
3. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 25 - 250 bpm;

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 30 - 250 bpm;
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg;
2. S-a solicitat Modul Temperatura / Diapazonul 0 - 50.0 °C, s-a oferit 5 - 50 °C.

Lotul 62 Spirograf Cod 260500

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Display / touchscreen, s-a oferit cu butoane.

Lotul 65 Termometru digital Cod 260610

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Alarmer/indicatori / Acustică temperatura finală ferbă, s-a oferit fără.

Lotul 66 Termometru digital cu infrarosu Cod 260620

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Tip pacient nou-născut, pediatric, adult, s-a oferit doar pentru adult;
2. S-a solicitat Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic), s-a oferit fără acest regim.

Lotul 68 Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a oferit modelul VIT-1, s-a solicitat Diapazonul măsurării Temperatura 0 ...+ 40 C s-a oferit Temperatura + 15...+ 25 C.

Lotul 75 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg, s-a oferit 40-260 mmHg;
2. S-a solicitat Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet, s-a oferit fără conectare;
3. S-a solicitat Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări, s-a oferit fără.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, printre care și acele oferte care depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky verical) Cod 210210**Lotul 2 Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270****Lotul 17 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici medii) Cod 130110****Lotul 24 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710****Lotul 25 Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720****Lotul 28 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800****Lotul 31 Targa-saltea sanitara Cod 140350****Lotul 42 Gonioscop Cod 170510****Lotul 43 Lentila Volk Cod 170520****Lotul 51 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260231****Lotul 52 Stress sistema diagnostica cu banda de alergare Cod 260240****Lotul 54 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270****Lotul 63 Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510****Lotul 84 Alcotest Cod 300700**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 19 Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130**Lotul 73 Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740****Lotul 82 Ecoencefalograf Cod 300400**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 24.10.2023, după expirarea termenului de așteptare.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Perciun Irina
Te.: 022 222 364*

OE

Aelo Grup SRL

Alex Standard SRL

Ancotec Sistem SRL

Data Control SRL

Dita Est Farm SRL

Dutchmed M SRL

Echipamed Plus SRL

Ecochimie SRL

Eyecon Medical SRL

GBG MLD SRL

Health Medical Solutions SRL

Imunotehnomed SRL

Labromed Laborator SRL

Med M SRL

Medexcom SRL

Medglobalfarm SRL

Medica Sens SRL

Natusana SRL

Neotec SRL

Tehoptimed SRL

Tetis International SRL

Vipromed SRL

Visiosystem SRL

Vivamed International SRL