



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G. Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-148 din 12.01.2024

**Operatori economici participanți**

**Comisia de specialitate în domeniul  
Hematologie și Transfuziologie a Ministerul Sănătății**

**Centrului Național de Transfuzie a Sângelui**

*Copie: Ministerul Sănătății*

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1696500981379 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2024*, vă comunică decizia grupului de lucru din 11.01.2024 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

**Ofertanții respinși/descalificați:**

**Lotul 2 Sistem de filtrare sterilă a produselor finite**

- Oferta operatorului economic Diagnomed D.S. se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: conform documentelor atașate la oferta electronică, Certificatul CE, produsul ofertat Sorvall BP 16 75007683/Thermo Fisher/Germania, este echipament electric.

**Lotul 3 Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off**

- Oferta operatorului economic Bio Analitica se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: conform declarației prezentate în ofertă, produsul ofertat SX-140-C/ Dara / Spania, nu este dispozitiv medical.

**Lotul 4 Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit**

- Oferta operatorului economic Bio Analitica se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: conform declarației prezentate în ofertă, produsul ofertat SX-100 /Dara/Spania, nu este dispozitiv medical

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire

**Lotul 2 Sistem de filtrare sterilă a produselor finite**

**Lotul 3 Dispozitiv de capsare a flacoanelor cu pesar flipe off**

**Lotul 4 Sistem de turnare și dozare a produsului steril finit**

**Totodată pentru lotul 1 Centrifugă cu răcire, grupul de lucru va emite o altă decizie.**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice, cantităților și valorii estimative.

**Cu respect,  
Director**

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Arvinte Irina  
Tel: 022 222 364*