




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Gr.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-387 din 29.01.2024

Operatorii economici participanți
Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1688736511910 privind *Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I)* din 07.07.23, suplimentar la decizia Nr. Rg02-183 din 17.01.2024, vă comunică decizia nr. 2 din 29.01.2024 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/Țara de Origine/ Producător	Standarde de referință	Ofertant
98	Burete hemostatic 80 x 50 x 10 mm	6600	Bucată	20,3550	21,9834	134343,00	145090,44	Burete Hemostatic SURGISPON STANDARD 80 X 50 X 10 MM REF: SSP 805010 India AEGIS LIFESCIENC ES PVT. LTD	DM000120887	Lismedfarm
124	Cateter i/v periferic 14G	10261	Bucată	5,2500	5,6700	53870,25	58179,87	I107010414 India MAIS	DM000371152	SOGNO
125	Cateter i/v periferic 16G	21050	Bucată	5,0000	5,4000	105250,00	113670,00	I107010416 India MAIS	DM000371153	SOGNO

126	Cateter i/v periferic 18G	158190	Bucată	4,5000	4,8600	711855,00	768803,40	I107010418 India MAIS	DM000371154	SOGNO
127	Cateter i/v periferic 20G	237502	Bucată	4,5000	4,8600	1068759,00	1154259,72	I107010420 India MAIS	DM000371155	SOGNO
128	Cateter i/v periferic 22G	257507	Bucată	4,5000	4,8600	1158781,50	1251484,02	I107010422 India MAIS	DM000371156	SOGNO
129	Cateter i/v periferic 24G	134495	Bucată	4,7500	5,1300	638851,25	689959,35	I107010424 India MAIS	DM000371157	SOGNO
130	Cateter i/v periferic 26G	55330	Bucată	5,2500	5,6700	290482,50	313721,10	I107010426 India MAIS	DM000371158	SOGNO
175	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central	2211	Bucată	197,0000	212,7600	435567,00	470412,36	CERTOFIX MONO 420 ref.4160304E Germania B/Braun	DM000395647	Tetis International Co. SRL

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

124 Cateter i/v periferic 14G

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

125 Cateter i/v periferic 16G

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

126 Cateter i/v periferic 18G

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrelor s-a depistat că vârful cateterului este dur, nu se mulează pe ac, se deteriorează în formă de „umbrelă” sau se cutează, ceea ce face imposibilă cateterizarea venei și impune puncții și cateterizări repetate, astfel se utilizează 2-3 catetere pentru o cateterizare reușită. Pereții „mat” a cateterului nu permit observarea rapidă a apariției sângelui,

provoacă perforarea peretelui opus al venei, necesitând puncție și cateterizare repetată. Conexiunea cateter-sistem de infuzie nesigură, provoacă deconectarea sistemului de infuzie-cateter, pierderi nejustificate a soluției de infuzie, are loc contaminarea locului de lucru..

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

127 Cateter i/v periferic 20G

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrelor s-a depistat că vârful cateterului este dur, nu se mulează pe ac, se deteriorează în formă de „umbrelă” sau se cutează, ceea ce face imposibilă cateterizarea venei și impune puncții și cateterizări repetate, astfel se utilizează 2-3 catetere pentru o cateterizare reușită. Pereții „mat” a cateterului nu permit observarea rapidă a apariției sângelui, provoacă perforarea peretelui opus al venei, necesitând puncție și cateterizare repetată. Conexiunea cateter-sistem de infuzie nesigură, provoacă deconectarea sistemului de infuzie-cateter, pierderi nejustificate a soluției de infuzie, are loc contaminarea locului de lucru..

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

128 Cateter i/v periferic 22G

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrelor s-a depistat că vârful cateterului este dur, nu se mulează pe ac, se deteriorează în formă de „umbrelă” sau se cutează, ceea ce face imposibilă cateterizarea venei și impune puncții și cateterizări repetate, astfel se utilizează 2-3 catetere pentru o cateterizare reușită. Pereții „mat” a cateterului nu permit observarea rapidă a apariției sângelui, provoacă perforarea peretelui opus al venei, necesitând puncție și cateterizare repetată. Conexiunea cateter-sistem de infuzie nesigură, provoacă deconectarea sistemului de infuzie-cateter, pierderi nejustificate a soluției de infuzie, are loc contaminarea locului de lucru..

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

129 Cateter i/v periferic 24G

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrelor s-a depistat că vârful cateterului este dur, nu se mulează pe ac, se deteriorează în formă de „umbrelă” sau se cutează, ceea ce face imposibilă cateterizarea venei și impune puncții și

cateterizări repetate, astfel se utilizează 2-3 catetere pentru o cateterizare reușită. Pereții „mat” a cateterului nu permit observarea rapidă a apariției sângelui, provoacă perforarea peretelui opus al venei, necesitând puncție și cateterizare repetată. Conexiunea cateter-sistem de infuzie nesigură, provoacă deconectarea sistemului de infuzie-cateter, pierderi nejustificate a soluției de infuzie, are loc contaminarea locului de lucru..

130 Cateter i/v periferic 26G

- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că la extragerea acului, acesta împunge, nu deține mecanism automat de protecție de împungere accidentală, criteriu obligatoriu, solicitat în anunțul de participare.

175 Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F - Cateter venos central

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 0035-50 cm a ghidului - oferită de 0032-60 cm.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 50 cm a ghidului - oferită de 60 cm.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 09.01.2024, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Alisa Nicov
Tel. 068502393*

OE:

SOGNO

Tribestar Farm

Electeh

Tetis International

Med-M

Lismedfarm

DITA ESTFARM S.R.L

Imunotehnomed