




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-4350 din 25.10.2023

Operatorii economici participanți

Beneficiarii

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1687531737099 privind *Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)*, vă comunică decizia nr.1 din 25.10.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	U/m	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Înregistrare AMDM	Ofertant	Beneficiar
1	1-37099	Monitor Holter TA	bucată	1	35 700,00	42 840,00	35 700,00	42 840,00	Walk200b/BT/US B+software/ Cardioline/ Italia	DM000499876	Data Control SRL	SCM V. Ignatenco
20	20-37099	Centrifuga, microhematocrit	bucată	1	44980	53976	44980	53976	CENTRIC MF 220 IVD +rotor RH 24 - No.:449568/ Slovenia Domel	DM000528586	Bioanalitica SRL	IMPS SCM Gh. Paladi

Ofertanții respinși/descalificați:

**Lotul 1 Monitor Holter TA**

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiov SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: s-a solicitat numărul de înregistrare din *Registrul de Stat al Dispozitivelor*

*Medicale* sau pentru dispozitive medicale neînregistrate la momentul depunerii ofertelor *Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale*, nu s-a răspuns la solicitarea în cauză. Totodată, în oferta depusă nu s-a regăsit nici un document ce confirmă parametri tehnici solicitați.

#### **Lotul 7 Cântarele analitice**

- Oferta operatorului economic **Alex Standard SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în urma clarificării nu a prezentat documentele ce confirmă toți parametri tehnici solicitați.

#### **Lotul 11 Stetoscop**

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în urma clarificărilor nu a demonstrat prin documente doveditoare următorii parametri tehnici: stetoscop pediatric, fabricat din cauciuc, rezistent la uleiurile pielii, totofată, s-a solicitat fabricat din oțel inoxidabil, s-a oferit aluminiu.

#### **Lotul 13 Fotoliu ginecologic**

- Ofertele operatorilor economici **Tetis Internațional SRL și Data Control SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Secțiuni > 3, s-a oferit 3, s-a solicitat Suport pentru mâini, pentru picioare, s-a oferit doar pentru picioare.

#### **Lotul 14 Higrometru/Psihrometru**

- Oferta operatorului economic **Alex Standard SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat electronic, însă nu este electronic.

#### **Lotul 15 Set-Otoscop**

- Oferta operatorului economic **Tetis Internațional SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Iluminare distală cu fibră optică cu tehnologie LED, s-a oferit Fiber optic with Xenon XHL 2.5V halogen lamp – iluminare cu lampă halogen.

#### **Lot nr. 19 Audiometru pentru screeningul audiologic**

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în urma clarificărilor nu a demonstrat prin documente doveditoare următorii parametri tehnici:

- Tip - Portabil
- Tip măsurare emisii otoacustice
- Tip pacient nou -născuți
- Protocoale incluse pentru nou -nascuti
- Testare, metoda TEOAE și DPOAE
- Gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pasi)
- Gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pasi)
- Intensitatea stimulului DPOAE40 - 70 dB SPL
- Intensitatea stimulului TEOAE Aproximativ 80 dB SPL ±5 dB

- Nivelul maxim de ieșire ≤ 90 dB SPL
- Nivelul de zgomote ≤ -20 dB SPL
- Indicator de introducere a sondei în conductul auditiv extern
- Acumulator Autonomie min. 250 investigații
- Accesorii Încărcător pentru acumulator
- Set de olive de diferite dimensiuni min. 120 buc
- Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: termenul de livrare indicat este unul incomplet, s-a solicitat „*termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS*”, s-a indicat în ofertă „*DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS*”. Totodată, operatorul economic a oferit modelul OtoRead, dar nu a indicat versiunea, deoarece acest model are în jur de 6 versiuni, pe lângă acestea în documentele confirmative nu s-au regăsit următorii parametri tehnici: protocoale incluse pentru nou născuți, gama de frecvență DPOAE 1,5 - 12 kHz (min. 10 pași), gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pași).
- Oferta operatorului economic **SC Medica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: s-a solicitat gama de frecvență TEOAE 0,7 – 4 kHz (min. 9 pași), s-a oferit 6 pași.
- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în formularul specificației tehnice a fost indicată altă specificație tehnică decât lotul oferit, astfel, denumirea lotului *Audiometru pentru screeningul audiologic* iar descrierea tehnică a fost indicată pentru *Centrifugă, microhematocrit*

#### **Lotul 20 Centrifuga, microhematocrit**

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat răspunsul la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: în urma clarificărilor nu a demonstrat prin documente doveditoare următorii parametri tehnici: - Rotor Raza rotorului ≥8 cm;- Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm;- Rotore disponibile, cu diferite unghiuri; - Indicatori debalansare.

#### **Lotul 29 Higrometru /Psihrometru 15-40C**

Operatorul economic **Alex Standard SRL** a informat grupul de lucru în baza scrisorii din 13.10.2023 despre imposibilitatea livrării acestor bunuri.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

#### **Lotul 7 Cântarele analitice**

#### **Lotul 11 Stetoscop**

#### **Lotul 13 Fotoliu ginecologic**

#### **Lotul 14 Higrometru/Psihrometru**

#### **Lotul 15 Set-Otoscop**

#### **Lotul 19 Audiometru pentru screeningul audiologic**

#### **Lotul 28 Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar**

#### **Lotul 29 Higrometru / Psihrometru 15-40C**

#### **Lotul 30 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

#### **Lotul 2 Aparat multifuncțional pentru recuperarea medicală**

#### **Lotul 3 Dispozitiv de fizioterapie cu frecvență joasă**

**Lotul 4 Dispozitiv de frecvență înaltă (UVC)**  
**Lotul 5 Dispozitiv de magnetoterapie cu intensitate scăzută**  
**Lotul 6 Dispozitiv magneto-terapeutic cu frecvență redusă**  
**Lotul 8 Videolaringoscop**  
**Lotul 9 Cîntar electronic neonatal, portabil**  
**Lotul 10 Garou hemostatic digital**  
**Lotul 12 Tonometru transpalpebral**  
**Lotul 16 Tonometru ocular portativ**  
**Lotul 17 Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunet, 1 MHz și 3 MHz**  
**Lotul 18 Dispozitiv de galvanizare și electroforeză**  
**Lotul 21 Dispozitiv darsonvalizarea locala**  
**Lotul 22 Centrua pentru masaj relaxant cervical**  
**Lotul 23 Fotoliu pentru efectuarea examenului proctologic**  
**Lotul 24 PEF Metru (peak-flow meter)**  
**Lotul 25 Pulsoximetru pediatric**  
**Lotul 26 Tonometru ocular mecanic Maklacov**  
**Lotul 27 Balon resuscitare AMBU copii**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative după caz de către beneficiarii finali.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 01.11.2023, după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe Gorceag**

*Ex: Irina Perciun  
Te.: 022 222 364*