



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-4510 din 03.11.2023

**Operatori economici participanți**

**IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1680177467862 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"*, comunică decizia nr.1 din 02.11.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/Țara de Origine/Producător	amdm	Ofertant
1	Sistem pentru dezghețarea plasmei	Bucată	3	106031,54	127237,85	318094,62	381713,54	DH 4 SUA Helmer Scientific	DM000565293	SC"Imunotehnom ed"SRL

3	Troliu laparoscopic + accesorii	Bucată	2	1518000,00	1821600,00	3036000,00	3643200,00	32116015 321160582 32116412 32116402 32116511 32114.535 103824 32113202 55251011 85525922 85261504 51640011 80655030 809509 807001 8095.07 22350011 8170.101 4171.111 74021038 90K0085 90T2070 100-013 242-008 100-302 351-03S 280-03S 201-217 201-215 Germania/ Polonia Richard Wolf/ EMED/ NDS	DM000567215, DM000567190, DM000567200, DM000567196, DM000567208.	SRL Endo-Chirurgie
6	Sistem de bronhoscopie pentru chirurgia toracică (TROLIU) + accesorii	Set	1	3350810,00	4020972,00	3350810,00	4020972,00	BF-1TH190 + BF-P190 + GIF-EZ1500 + EVIS-X1	DM000306289 DM000306290 DM000306276 DM000316356 DM000306607	DataControl SRL



9	Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)	Bucată	1	50000,00	60000,00	50000,00	60000,00	Centric 250 IVD Slovenia Domel	DM000528587	Ancotec-Sistem
10	Video ureteroscop flexibil	Bucată	1	473300,00	567960,00	473300,00	567960,00	URF-V3 Japonia Olympus	DM000655859	DataControl SRL
11	Microtom semiautomat	Bucată	1	332900,00	399480,00	332900,00	399480,00	Multicut China Leica Biosystems	DM000262239	Medist Grup SRL
16	Aparat de sigilat pungi	Bucată	1	78680,00	94416,00	78680,00	94416,00	EcoPak 03S hd650 DE-V Germania Hawo		EDELMEDE
19	Lampă cu fantă, ocular 10x	Bucată	1	801831,88	962198,26	801831,88	962198,26	SL120 system/ IT1060.i/ SL IMAGING SOLUTION Germania Carl Zeiss	DM000499889/ DM000499892/ DM000499895	Denolga Medical SRL
20	Bronhoscop cu canal 2.0 mm	Bucată	2	251330,00	301596,00	502660,00	603192,00	FB-15V/84435 Japonia PENTAX Medical / HOYA Corporation	DM000459170	GBG-MLD SRL
23	Tonometre Aneroid cu Stetoscop	Bucată	4	155,00	186,00	620,00	744,00	Tonometre Aneroid cu Stetoscop Moretti DM333 Italia / China Moretti (producator Wenzhou Kangju	DM000205846	Tetis International Co. SRL

								Medical Instrument)		
27	Aspirator Chirurgical	Bucată	4	15828,00	18993,60	63312,00	75974,40	28203 - HOSPI PLUS SUCTION 2 jars 2L with footswitch + 20 filtre + 2 tuburi silicon 1.5m Italia GIMA	DM000579023	Tetis International Co. SRL
29	Electrocardiograf	Bucată	2	34500,00	41400,00	69000,00	82800,00	LTD455W (SE-1200) Italia / China Moretti (producator EDAN Instruments)	DM000499506	Tetis International Co. SRL
34	Troliu endoscopic cu 2 videocolonoscopia, 1 videoduodenoscopia si 1 videogastroscop	Set	1	4120250,00	4944300,00	4120250,00	4944300,00	CV-1500 + MB-155 + GIF-EZ1500 + CFEZ1500D L + CF-H185I + OEV321UH + TJF-Q190V + MAJ-2315 + OEV-321UH + WM-NP3	DM000306289 DM000306290 DM000306276 DM000316356	DataControl SRL

								+ MAJ-2217 + MAJ-1650 + ENDOSTRA TUS EGA- 500E (Cantel/Italia ) + ENDOSTRA TUS EGA- 501E (Cantel/Italia ) + Excell NHP/TA-200 (Alsa/Italia) + POLIVAC B4/SLT 30 P-EXP (Alsa/Italia) Japonia Olympus		
35	Mașina de reprocesare cu funcție de uscare și stație de prefiltrare	Bucătă	1	432000,00	518400,00	432000,00	518400,00	MED-ISA Italia Cantel	DM000197378	DataControl SRL
37	Dulap păstrare endoscoape cu thermostat incorporat	Bucătă	1	515000,00	618000,00	515000,00	618000,00	EDC Italia Cantel	DM000653491	DataControl SRL
40	Impedanmetru	Bucătă	1	120000,00	144000,00	120000,00	144000,00	AT235 H (high frequency incl.	DM000312781	SC Medica

								Diagnostic probe) Danemarca Interacoustics		
46	Autorefracto-keratometru	Bucată	1	352519,65	423023,58	352519,65	423023,58	VISUREF 150/ IT 760.i Germania Carl Zeiss	DM000334329	Denolga Medical
48	Autorefracto pahimetru	Bucată	1	615000,00	738000,00	615000,00	738000,00	Oculus PARK 1 Germania Oculus Optikgeräte GmbH	DM000308385	AG Medical
50	Autorefractometru	Bucată	1	352519,65	423023,58	352519,65	423023,58	VISUREF 150/ IT 760.i Germania Carl Zeiss	DM000334329	Denolga Medical
51	Spirograf cu stația de lucru și imprimantă	Bucată	1	34430,00	41316,00	34430,00	41316,00	33528 MINISPIR with Winspiro PRO cu statia de lucru si accesorii Italia GIMA (producator MIR S.R.L. - Medical International Research)	DM000323219	Tetis International Co. SRL
55	Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator	Bucată	1	230000,00	276000,00	230000,00	276000,00	Starled 3NX+5NX/D C2 (110714) Italia ACEM SpA	DM000500292	ICS Eyecon Medical SRL

56	Lampă chirurgicală mobilă	Bucată	1	73500,00	88200,00	73500,00	88200,00	Starled 3NX/Trolley (110603) Italia ACEM SpA	DM000500278	ICS Eyecon Medical SRL
57	Canapea electrică de examinare	Bucată	3	31000,00	37200,00	93000,00	111600,00	T1050 Italia Titanox S.r.l.	DM000616982	ICS Eyecon Medical SRL
59	Fotoliu diagnostic ORL(Electro mecanic)	Bucată	2	48125,00	57750,00	96250,00	115500,00	STE250 China FOSHAN SUNTEM MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	DM000653556	"GLOBAL PREMIER GROUP" S.R.L.
67	Ultrasonograf General performanta înaltă (EXPERT)	Bucată	1	1320000,00	1584000,00	1320000,00	1584000,00	ARIETTA 750VE Japonia (Hitachi)	DM000344387	DataControl SRL
68	Sistem motorizat cu mișcare alternative pentru operații primare pe cord deschis.	set	2	216000,00	259200,00	432000,00	518400,00	GA334 -1 buc. GB436R -1 buc. GA675 -1 buc. GA678 -1 buc. GA676 - 2 buc. GA320 -1 buc. TE730 -1 buc. GC761R -15 buc. JK340 -1 buc. JK389 -1 buc. JF938 -1 buc. JK090 -1 buc. Germania	DM000411393 /DM000061677 /DM000407244/ DM000407246/ DM000407245/ DM000407236/ DM000061987 /DM000407813/ DM000407862/ DM000407507/ DM000407759	Tehnomedica



**Ofertanții respinși/descalificați:****Lotul 2 Troliu laparoscopic + accesorii**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat monitor dotat cu port de transmitere video(output), oferit doar cu port de intrare. Cerut videoprocesor cu posibilitate de stocare date, video, foto, s-a oferit doar stocare imagini.

Nu se regăsește în documentatia tehnica lungimea suportului pentru monitor, suportul pentru monitorul suplimentar, posibilitatea de receptionare a imaginii de la videoprocesor la monitorul suplimentar, functia "Automatic White Balance" pe cap-camera, valoarea numerica al zoom-ului digital, durata de viață a lampii la sursa de lumina, adaptorii pentru cablul fibro-optic, rezistența la caldura și dacă este autoclavabila la 134 grade cablul fibro-optic, reglarea presiunii cu minim 1 unitate la insuflator, modelul de tub de insuflare CO2, filtre pentru filtrarea gazului insuflat, lungimea furtunului, panoul frontal cu protectie împotriva umidității la diatermocoagulator, electrodul neutru reutilizabil din cauciuc, cablul electrodului neutru.

**Lotul nr. 4 Dermatomele electrice**

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde, s-a solicitat plăci de reducere pentru dermatom 50mm, 75mm, 100mm, s-a oferit 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. Nu dispune de placa purtator 6:1. Lucreaza pe acumulator, nu pe cablu de la piesa de mina. Nu se regăsește în documentația tehnică comutator de siguranță pentru prevenirea activarea accidentală.

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde, piesa de mina fără motor, motorul este conectat la cablul de interconectare. Nu se regăsește în documentatia tehnică lungimea cablului de la piesa de mina, comutatorul de siguranta pentru prevenirea activarii accidentale.

- Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde, s-a solicitat plăci de reducere pentru dermatom 50mm, 75mm, 100mm, s-a oferit 35mm, 50mm, 65mm. Lucreaza pe acumulator, nu pe cablu de la piesa de mina. Nu se regăsește în documentația tehnică numărul de referință oferit pentru casoleta de sterilizare cu capac, viteza variabilă.

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde. Lucrează pe acumulator, nu pe cablu de la piesa de mina. S-a cerut plăci de reducere pentru dermatom cu lățimea de 50mm, 75mm, 100mm, oferit sistem de clapete, 10 clapete a câte cca 8mm, lățimea maximă a grefei 78mm.

**Lotul nr. 5 Freze oscilante**

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde. Nu dispune de indicator stare baterie. S-a cerut lățimea lamei minim 50mm, lungimea minim 50mm, oferit 28mm x 58mm. Nu se regăsește în documentația tehnică greutatea ferăstrăului, capul rotativ 360 grade.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde, s-a cerut lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, lățimea lamei minim 50 mm. Lungimea minim 50mm., s-a oferit 35mm x 75 mm.

- Oferta operatorului economic **Tehnomedica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde. Nu dispune de indicator stare baterie. S-a cerut lățimea lamei minim 50mm, lungimea minim 50mm, s-a oferit 50mm x 40mm. Nu se regăsește în documentația tehnică parametrul - zgomotul produs maxim 75dB.

#### **Lotul 6 Sistem de bronhoscopie pentru chirurgia toracică (TROLIU) + accesorii**

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : Nu corespunde, și anume:
  - Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 6,0 mm, s-a oferit 5.9;
  - Diametru exterior maxim al capului distal: 6,2 Mm, s-a oferit 5.8;
  - Posibilitatea de focalizare pe doua distante: normal 3 – 100 mm; apropiat 1,5 – 5,5 mm-- normal - da, apropiat nu corespunde 1.5-2.5mm;
  - Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,6 mm, s-a oferit 9.8mm;
  - Imaginea de ieșire de calitate minim 4K 2160p, s-a oferit fullHD 1920x1080;
  - Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI--nu, doar DVI-D x2, RGB-TV x1, S VIDEO x1, VIDEO x1
  - Cu suport pentru 2 endoscoape, s-a oferit doar 1 endoscop;
  - Ansa polipectomie 10mm – 20 buc, s-a oferit 15x25 mm;
  - Ansa polipectomie 24mm – 20 buc, s-a oferit 25x 40 mm;
  - Forceps de biopsie, cupe cu dinți; canal 2.8mm, lungimea interval 1100-1300mm – 100 buc, s-a oferit dinți de tip aligator, lungimea 1800mm;
  - Forceps de biopsie, cupe cu dinți; canal 2.8mm, lungimea interval 1600-1800mm – 50 buc, s-a oferit dinți de tip alligator;
  - Extractor de corpi străini, dinte de șoarece, canal de biopsie 2.0mm – 100 buc, s-a oferit cod de referință identic cu poziția de mai sus
  - spray cateter pentru bronhoscoapele cu canalul instrumentar 2.0mm-100 buc, nu s-a oferit;
  - spray cateter cu diuza de metal pentru bronhoscoapele cu canalul instrumentar 2.0mm-100 buc, nu s-a oferit.
- Totodată, nu sau regăsit și un șir mare de parametrii precum: - Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afișează pe ecran - Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etanșare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat în apa, evitându-se astfel defecțiunile datorate pătrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fără capacul de etanșare, etc.

#### **Lotul 7 Cântar de laborator**

- Oferta operatorului economic **Melitax Grup SRL** se descalifică în conformitate cu art. 65 alin (4) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: a încărcat în sistemul electronic Mtender doar documentul DUAE, formularul specificației de preț și documentele tehnice, astfel, lipsesc documentele care formează oferta, precum, formularul specificației tehnice și garanția pentru ofertă, și alte documente solicitate în documentația de atribuire.

#### **Lotul 8 Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)**

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.
- Oferta operatorului economic **Pharmony SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut construcție interioara din otel inoxidabil, s-a oferit oțel galvanizat. Nu se regasese în documentatia tehnica nivelul de zgomot.
- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut număr polițe 2, s-a oferit 1.

#### **Lotul 9 Centrifugă 8-16 eprubete (cu rotor basculant)**

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost demonstrate prin

documente doveditoare în urma clarăficărilor parametrului - rotorul oferit, limita de jos a RPM, protecția la pornire cu capacul deschis, capacul să fie transparent sau dotat cu fereastră.

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost demonstrate prin documente doveditoare în urma clarăficărilor parametrul - tipul motorului, fara perii.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut RPM 1000-6000, s-a oferit max.5000. Nu se regăsește în documentația tehnică limita de jos a RPM, protecția la debalansare, protecție la pornire cu capacul deschis.

#### **Lotul 11 Microtom semiautomat**

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se descalifică în conformitate cu art. 65 alin (4) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: specificațiile tehnice lipsesc, nu a încărcat anexele cu parametrii tehnici oferiți

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut sistem de control variabil al vitezei de avansare – 300, 800, 1800  $\mu\text{m/s}$ ., s-a oferit 1500 $\mu\text{m/s}$  ~ 3500 $\mu\text{m/s}$  . Nu se regăsește în documentația tehnică funcția de memorare, capacitatea tavii și dacă este detașabilă.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost demonstrate prin documente doveditoare în urma clarăficărilor parametrul- capacitatea tăvii.

#### **Lotul 12 Tonometru Goldman**

- Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut diapazon de măsurari 0 - 80 mmHg, s-a oferit 0 - 78.4mN. S-a cerut bara de calibrare în minim 6 puncte, s-a oferit 5 puncte.

#### **Lotul 14 Fotoliu multifuncțional ORL**

- Oferta operatorului economic **Tetis Internațional SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm, s-a oferit 160 cm. S-a cerut unghi de înclinare a suportului de bazin 0 - 10 grade, s-a oferit 5 grade. Nu se regăsește în documentația tehnică manipularea motorizată a suportului cap, suportul de miini, înclinarea suportului de cap.

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm, s-a oferit 178 cm. Nu se regăsește în documentația tehnică următoarele informații solicitate- captuseala scaunului, posibilitatea schimbării înclinarea suportului de bazin, posibilitatea de sincronizare a mișcărilor pentru segmentul spate și picior, suportul spate ajustabil minim 90 - 180 grade, suportul picioare ajustabil minim 90 - 180 grade.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm, s-a oferit 170 cm. Nu se regăsește în documentația tehnică captuseala scaunului, suportul de miini.

### **Lotul 16 Aparat de sigilat pungi**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut distanța de etanșare față de margine de la 0 la 35mm, s-a oferit 0 - 30 mm. S-a cerut viteza de etanșare mai mult de 10m/sec, s-a oferit 6m/min
- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au fost demonstrate prin documente doveditoare în urma clarificărilor parametrii -potrivirea pentru pungi și bobine, tensiunea de alimentare, distanța de etanșare față de margine, rotația inversă, funcția de memorie a parametrilor după întreruperea curentului, oprirea automată a motorului după 30 secunde, setarea intervalului de temperatură cu 1 grad Celsius.
- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se descalifică în conformitate cu art. 65 alin (4) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: în formularul specificației tehnice lotul 16 lipsește.

### **Lotul 17 Generator de ultrasunete cu coagulare + accesorii**

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat display touchscreen, s-a oferit fără. S-a cerut frecvența oscilațiilor 50KHz, s-a oferit 35-37 KHz. Nu se regăsește în documentația tehnică prezența tehnologiei adaptive de țesut, lungimea lamei de lucru activă, apertură de deschidere al branselor, piesa de mină cu virf ajustabil.

### **Lotul 18 Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)**

- Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a cerut putere coagulare maximă 300W, s-a oferit 250W. Cerut flux argon la tăiere 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. Cerut flux argon la coagulare 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. Cerut minim 80 programe setabile, oferit 50. Cerut instrument combinat pentru intervenții chirurgicale lungime 180±10mm, oferit 20cm. La penseta bipolară tip baioneta se ofera Argon coagulation electrode 150mm + Reusable handle with finger switch for Argon. La sistem sigilare vase sangvine lungime 370-390mm, se ofera forceps bipolar 20 cm. La comutator de mină pentru instrumentele bipolare, se ofera comutator monopolar cu cablu bipolar. La sistem bipolar de sigilare a vaselor sangvine lungime 370-390mm, se ofera forceps bipolar 20 cm. Cerut electrod de tip ac lungime 110-115 mm, oferit electrod monopolar tip lama de 16 cm. Cerut cablu interconector de 3 m, oferit 2.5m. Cerut electrod de fascicul pentru operație deschisă, oferit Monopolar flexible Argon probe. Nu se regăsește în documentația tehnică posibilitatea de schimbare program de la pedala, detectare automată tip instrument conectat, posibilitatea conectării simultane a 4 instrumente, comutator de mină multi use, setul de electrozi pentru comutatoarele de mină, lungimea virfului contactor la penseta bipolară tip baioneta, indicator de nivel de gaz, reductor de presiune.
- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut flux argon la tăiere 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. Cerut flux argon la coagulare 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. Cerut posibilitatea conectării simultane a 4 instrumente bipolare, oferit 3. Nu dispune de întrerupător de activare încorporat la instrument combinat pentru intervenții chirurgicale. Nu se ofera nimic la comutator de mină pentru instrumentele bipolare. Lipsesc fișier "Electrosurgery Complete".
- Oferta operatorului economic **Ericson SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut putere coagulare maximă 300W, oferit 170W. Cerut flux argon la tăiere 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. Cerut flux argon la coagulare 0.1-12l/min, oferit 10l/min maxim. La comutator de mină pentru instrumentele bipolare se ofera cablu de interconectare cu buton încorporat. Cerut sistem sigilare a vaselor sangvine lungime 370 - 390mm, oferit 33cm. Cerut sistem bipolar de sigilare a vaselor sangvine lungime 370 - 390mm, oferit 33cm. Cerut instrument combinat pentru intervenții chirurgicale cu întrerupător de activare încorporat, oferit fără întrerupător de activare încorporat. Nu se regăsește în documentația tehnică numărul de terminale de egalare potențial, ajustarea putere automată, programe setabile de utilizare, detectare automată

tip instrument, posibilitatea conectării simultane a 4 instrumente bipolare, lungimea instrumentului combinat pentru intervenții chirurgicale, setul de electrozi pentru comutatoarele de mina, penseta bipolară tip baioneta neadezivă virf drept, penseta bipolară tip baioneta cu orificiu pentru irigare, lungimea și lățimea virfului contactor la sistem de sigilare a vaselor sangvine, lungimea și lățimea virfului contactor la sistemul bipolar de sigilare a vaselor sangvine, electrodul de tip ac pentru intervenții de tip deschis.

-Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Modelul ofertat MAXIUM nu conține modul pentru argon.

### **Lotul 19 Lampă cu fantă, ocular 10x**

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsește în documentația tehnică parametrul binocularelor, unghiul de rotație dreapta/stinga a binocularelor, reglarea înălțimii barbiei, reglarea fluxului de lumină, temperatura culorii, suportul cu înălțimea reglabilă electric, ocular pentru asistent.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsește în documentația tehnică parametrul binocularelor, distanța de lucru între prisma cu fantă și ochiul pacientului, ajustarea unghiului de înclinare, unghiul de rotație dreapta/stinga a prisme cu fantă, unghiul de rotație dreapta/stinga a binocularelor, deplasarea laterală a bazei, deplasarea adâncimii bazei, deplasarea înălțimii bazei, reglarea înălțimii barbiei, reglarea fluxului de lumină, temperatura culorii, suportul cu înălțime reglabilă, alimentarea cu curent, aparatul foto oferit.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu se regăsește în documentația tehnică distanța de lucru între prisma cu fantă și ochiul pacientului, unghiul de rotație dreapta/stinga a prisme cu fantă, deplasarea laterală a bazei, deplasarea adâncimii a bazei, deplasarea înălțimii a bazei, reglarea înălțimii barbiei, suportul cu înălțime reglabilă electric, ocular pentru asistent.

- Oferta operatorului economic **AG Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: S-a solicitat Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului, pentru utilizarea lentilei Goldman sau Volk minim : 60 mm, conform scrisorii din 18.08.2023, "Distanța de lucru (la treapta maximă de mărire), între prisma cu fantă și ochiul pacientului" 49-77 mm, intervalul dat este distanța interpupilară ajustabilă. S-a solicitat Dispozitivul să fie dotat cu aparat foto pentru captarea imaginii vizualizate de utilizator și ocular pentru asistent, Conform scrisorii din 18.08.2023, nu s-a răspuns. S-a solicitat Reglarea înălțimii barbiei minim: 50 mm, Conform scrisorii din 18.08.2023, nu s-a răspuns.

### **Lotul 20 Bronhoscop cu canal 2.0 mm**

-Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat câmpul de vedere minim 120 grade, s-a oferit 110. Cerută capacitate de flexiune minim sus 180 grade, jos 130 grade, oferit sus 180 grade, jos 100 grade. Nu se regăsește în broșura adâncimea câmpului vizual, diametrul capului distal, diametrul exterior al tubului de inserție, lungimea de lucru, canal instrumentar.

### **Lotul 21 Bronhoscop cu canal 3.0 mm**

-Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat câmpul de vedere minim 120 grade, oferit 110. Cerută capacitate de flexiune minim sus 180 grade, jos 130 grade, oferit sus 180 grade, jos 100 grade. Cerută lungime de lucru 600mm, oferit 540mm. Nu se regăsește în documentația tehnică adâncimea câmpului vizual, diametrul exterior al tubului de inserție.

### **Lotul 25 Troliu ORL**

-Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat troliu ORL, s-a oferit alt dispozitiv după sctură și diagrama din manual (consists of treatment table, operating light system, the treatment table including: spray gun, sucking gun, blowing gun, pre-heater, wasting system, the operating system including the film viewer and cool light (excluding the options))

-Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut frecvența 300KHz - 1MHz, oferit 350 KHz - 1 MHz. Cerut electrod neutru de cauciuc autoclavabil, oferit single use. Cerut sistem de irigare integrat, oferit dispozitiv separat.

### **Lotul 26 Defibrilator**

-Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut acumulator intern pentru 2 ore monitorizare sau 100 de socuri, oferit 10 ore monitorizare sau 60 socuri.

-Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat protecție împotriva socurilor de defibrilare minim 400J, oferit 5000V(360J).

### **Lotul 29 Electrocardiograf**

-Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut sensibilitate de afișare și înscriere - 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, oferit 5, 10, 20 mm/mV. Cerut memorie internă minim 200 ECG, oferit 50 ECG.

### **Lotul 30 Cântar**

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au răspuns la clarificări. Lipsesc documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate.

### **Lotul 32 Masa de examinare endoscopică**

-Oferta operatorului economic **AG Medica SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut ajustare electrică pe înaltime, diapazon minim 70 cm - 100 cm, oferit 62 - 92 cm. Cerut ajustare electrică pentru cap, diapazon minim 0 - 50 grade, oferit mecanic +-30 grade.

### **Lotul 33 Panou pentru gaze medicale O2 ,VAC, Air, prize 16A**

-Oferta operatorului economic **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut canale separate pentru prize de gaze și electrice, oferit un singur canal pentru gaze și electricitate. Nu se regăsește în documentația tehnică lungimea consolei.

-Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Cerut lungime consolă 0.8m - 1.0 m, oferit în desen tehnic este indicat 1200 mm, în megasan-catalog-english (2).semnat este indicat 1200 mm - 1800 mm. Nu se regăsește în documentația tehnică ISO 7396-1.

### **Lotul 34 Troliu endoscopic cu 2 videocolonoscopi, 1 videoduodenoscop și 1 videogastroscoop**

-Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde.

Duodenoscop:

-Solicitat direcția de vedere laterală retro 15°, oferit 10°;

-Solicitat capacitate de flexiune (minim): sus 120°, jos 90°, dreapta 110°, stânga 90°, oferit 120°/90°/105°/90°;

-Solicitat endoscopul să permită imersarea în apă fără necesitatea utilizării a capacelor de etanșare a contactelor electrice, oferit necesită capac;

Aspiratorul chirurgical-endoscopic:

-Solicitat clasa IEC/CEI 60601-1: I BF, oferit IIB și III;

-Solicitat vacuum min: 700 mmHg., oferit 600 mmHg;

-Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde.

Videoprocessor:

-Solicitat rezoluția imaginii 4K, oferit 1080p.

Videogastroscoop cu posibilitatea focalizare continuă:

- Solicitat posibilitatea de focalizare pe două distanțe (diapazon minim): regim normal minim 3 – 100 mm; regim apropiat minim 1,5 – 5,5 mm, oferit 3 - 100, 1,5 - 2,5;

-Solicitat diametru exterior al tubului de inserție (maxim): 9,6 mm, oferit 9,9 mm;

videocolonoscop hdtv cu posibilitatea focalizare continuă:

-Solicitat câmp de vedere minim: în regim normal 170°, în regim apropiat 160°, oferit 140°/56°;

- Solicitat posibilitatea de focalizare pe două distanțe (diapazon minim): regim normal minim 3 – 100 mm; regim apropiat minim 1,5 – 5,5 mm, oferit 3 - 100, 1,5 - 2,5;

Duodenoscop:

-Solicitat direcția de vedere laterală retro 15°, oferit 5°;

monitor pentru vizualizarea imaginii endoscopice:

-Solicitat pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 32-inch, oferit 31.5 inch;

aspiratorul chirurgical-endoscopic:

-Solicitat vacuum min: 700 mmHg., oferit 600 mmHg;

-Solicitat fluxul minim: 70 L/min, oferit 18 L/min;

-Solicitat două regimuri de aspirare: continuu și controlat de la pedală, oferit doar continuu;

-Solicitat Pedală de pornire/oprire, oferit fără.

### **Lotul 38 Negatoscop**

- Ofertele operatorilor economici **GBG MLD SRL** și **Tetis International SRL** se resping în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

-Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. S-a solicitat lampa LED, oferit tub neon. Nu se regăsește în documentația tehnică luminanță, dispersia de lumină.

-Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespund parametrii tehnici prezentați cu parametrii tehnici din broșura de pe siteul oficial al producătorului pentru modelul U0051.

### **Lotul 39 Otoscop video**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat răspuns la clarificările solicitate, și anume s-a solicitat „*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare*” sau în caz contrar pentru bunurile **oferate** se va prezenta „*Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*”, însă operatorul economic nu a prezentat nici un document pentru bunul oferat.

### **Loturile 43 și 44 Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul) și Lentilă Goldman (Gonioscop)**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

### **Lotul 46 Autorefracto-keratometru**

-Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat putere de refracție de la 33.00 pînă la 67.00 D, oferit 33.75 pînă la 67.50 D. Solicitat măsurarea distanței interpupulare manual de la 20mm pînă la 80 mm, cu pasul 1mm, oferit 10mm pînă la 85mm, fara indicarea pasului. Nu se regăsește în documentația tehnică parametrul pentru astigmatism, reglarea înălțimii barbiei, suportul cu înălțime reglabila.

-Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat măsurarea distanței interpupulare manual de la 20mm pînă la 80 mm, cu pasul 1mm, oferit 10mm pînă la 85mm, fara indicarea pasului. Nu se regăsește în documentația tehnică parametrul pentru refracție, keratometrie, astigmatism, reglarea înălțimii barbiei, interfete pentru import/export date.

-Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat diametrul minim al pupilei 2mm, oferit 3mm/6mm. Lipsese pasul de 0.25D la refracție. Solicitat măsurarea distanței interpupulare manual de 20mm pînă la 80mm, cu pasul 1mm, oferit 50mm pînă la 86mm. Nu se regăsește în documentația tehnică pasul la raza de curbura și putere de refracție la keratometrie, astigmatism, reglarea înălțimii barbiei, monitor LCD tactil, suport cu înălțime reglabila.

### **Lotul 47 Autorefracto pahimetru**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

### **Lotul 50 Autorefractometru**

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat măsurarea distanței interpupulare manual de la 20mm pînă la 80 mm, cu pasul 1mm, oferit 10mm pînă la 85mm, fara indicarea pasului. Solicitat interfete pentru import/export date: USB, LAN, oferit RS232/Bluetooth. Nu se regăsește în documentația tehnică măsurarea distanței interpupulare automata, reglarea înălțimii barbiei, suportul cu înălțime reglabila.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat măsurarea distanței interpupulare manual de



20mm pînă la 80mm, cu pasul 1mm, oferit 50mm pînă la 86mm. Nu se regăsește în documentația tehnică distanța vortex, parametrii refracției, măsurarea distanței interpupulare automat, reglarea înălțimii barbiei, suportul cu înălțime reglabilă.

Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. **S-e solicită** suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare, s-e oferă fără.

#### **Lotul 54 Lampă de examinare**

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Dimensiunea câmpului luminos la distanța de 50 este 120 mm în loc de  $\geq 140$  solicitate și diapazon 4800-5500 K în loc de 4000-5500 K solicitate.

#### **Lotul 55 Lampa scialitica cu doi sateliți, pentru bloc operator**

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Diamentul 67 în loc de 40-50 solicitat. Nu se regăsește în documentația tehnică distanța de lucru, unghiurile de rotire ale bratelor.

#### **Lotul 57 Canapea electrică de examinare**

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au răspuns la clarificări. Nu se regăsește în broșura anexată: Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au răspuns la clarificări. Nu se regăsește în broșura anexată: Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.

#### **Lotul 58 Aparat videoendoscopic ORL**

- Oferta operatorului economic **Global Premier Grup SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

#### **Lotul 60 Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat)**

- Oferta operatorului economic **Global Premier Grup SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat vas de baza nu mai mic de 2.5l, oferit 2l. Oferit doar 1 singur vas multifunctional de 2l.

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat vas de baza nu mai mic de 2.5l, oferit 2l. Oferit doar 1 singur vas multifuncțional de 2l. Nu se regasește în documentația tehnică vasul de siguranță.

#### **Lotul 61 Lampa de frunte ORL**

- Oferta operatorului economic **Global Premier Grup SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat spot luminos reglabil 12-80mm, oferit 20-80mm. Cerut putere de iluminare la distanța de 200mm minim 100.000 lux, oferit 75.000 lux.

#### **Lotul 62 Fotoliu pentru examinare**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Înălțime reglabilă și Trendelenburg minim nu corespunde specificațiilor tehnice.

#### **Lotu 64 Ultrasonograf Urologic performanță înaltă (EXPERT)**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat porturi USB 3.0 minim 2, oferit 5 de 2.0. Solicitat traductorul endocavitara 2-12MHz, oferit 2-10MHz.

Oferta operatorului economic **Intermed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat traductorul liniar 2.0-12.0 MHz, oferit 2.0-11.0 MHz. Solicitat traductorul endocavitara 2.0-12.0 MHz, oferit 3.0-10.0 MHz.

#### **Lotul 65 Ultrasonograf intraoperator abdominal**

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: Nu corespunde S-a solicitat: Rezoluția minim 1920x1080, se oferă 1600x900

Nu s-a găsit în materialul tehnic atașat:

- permite comunicarea lucrativă cu sistemul de neuronavigare de tip BRAINLAB CURVE;
- mărirea min 16X, PAN/ZOOM imagine în timp real;
- USB3.0, doar 5 de tip USB2.0;
- posibilitatea de stocare pe SD-Card;
- prezența adaptoarelor pentru puncție la traductorii convex oferiți;
- monitor de control LCD minim 200 mm x 300 mm portabil;
- sistem de instalare a monitorului de tavan.

#### **Lotul 66 Videolarinoscop flexibil**

- Oferta operatorului economic **Global Premier Grup SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004708 din 30.10.2023, dosar respins spre înregistrare.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu au răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: Nu au răspuns la clarificări. Nu a demonstrat prin documente doveditoare parametrii tehnici precum: cimpul de vedere, inclinarea cimpului vizual, adincimea cimpului vizual, frecventa cadrelor, acumulator reincarcabil.

#### **Lotul 67 Ultrasonograf General performanta înaltă (EXPERT)**

Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, convexe, sectoriale, abdominale volumetric, endocavitate volumetric, endocavitate radial de 360°, endocavitate biplan, transesofagial, intraoperator; dispozitivul propus nu suportă traductore endocavitate volumetric, endocavitate radial de 360°. Solicitat înălțimea reglabilă de minim 45 cm, oferit 15 cm.

Oferta operatorului economic **Intermed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat TRADUCTOARELE ACCEPTATE DE SISTEM: liniare, convexe, sectoriale, abdominale volumetric, endocavitate volumetric, endocavitate radial de 360°, endocavitate biplan, transesofagial, intraoperator; dispozitivul propus nu suportă traductor endocavitate radial de 360°.

#### **Lotul 71 Lampa scialitica cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină**

Oferta operatorului economic **Imunotehnomed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. Nu corespunde, la bratul 2 solicitat diametru cimp luminos - 30 - 50cm, oferit 15 - 30cm. Nu se regaseste in documentatia tehnica lungimea bratelor, unghiul de rotire al primului brat, unghiul de rotire al 2-lea brat, alimentarea, ambele brate - ajustarea intensitatii, index R9, distanta de lucru focalizabila.

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. La bratul 2 solicitat diametru cimp luminos - 30 - 50cm, oferit 24 - 36cm. Nu se regaseste in documentatia unghiurile de rotire ale bratelor, index R9 la ambele brate.

Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. Solicitat diametru cimp luminos - 30 - 50cm, oferit 19 - 30cm. Nu se regaseste in documentatia tehnica lungimea bratelor, unghiurile de rotire ale bratelor, ajustarea intensitatii, sistem de focusare, distanta de lucru focalizabila.

Oferta operatorului economic **Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. La bratul 2 cerut diametru cimp luminos - 30 - 50cm, oferit 17 - 33cm.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerintelor tehnice: Nu corespunde. Cerut diametru cimp luminos - 30 - 50cm, oferit 24 - 34cm. Nu se regaseste in documentatia tehnica lungimea bratelor, unghiurile de rotire ale bratelor, tehnologia "Depth of field" sau analog, diametru capului luminos

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, printre care și acele oferte care depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

#### **Lotul 4 Dermatome electric**

#### **Lotul 5 Freze oscilante**

#### **Lotul 7 Cântar de laborator**

#### **Lotul 8 Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)**

**Lotul 12 Tonometru Goldman**  
**Lotul 14 Fotoliu multifuncțional ORL**  
**Lotul 17 Generator de ultrasunete cu coagulare + accesorii**  
**Lotul 18 Coagulator multifuncțional pentru sudarea țesuturilor ( cu argon)**  
**Lotul 19 Lampă cu fantă, ocular 10x**  
**Lotul 21 Bronhoscop cu canal 3.0 mm**  
**Lotul 26 Defibrilator**  
**Lotul 30 Cântar**  
**Lotul 32 Masa de examinare endoscopică**  
**Lotul 33 Panou pentru gaze medicale O2 ,VAC, Air, prize 16A**  
**Lotul 36 Diatermocoagulator**  
**Lotul 38 Negatoscop**  
**Lotul 39 Otoscop video**  
**Lotul 42 Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)**  
**Lotul 43 Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)**  
**Lotul 44 Lentilă Goldman (Gonioscop)**  
**Lotul 47 Oftalmoscop indirect**  
**Lotul 53 Masa de operatie**  
**Lotul 54 Lampă de examinare**  
**Lotul 58 Aparat videoendoscopic ORL**  
**Lotul 60 Combina ORL ( cu Negatoscop si aspirator integrat)**  
**Lotul 61 Lampa de frunte ORL**  
**Lotul 62 Fotoliu pentru examinare**  
**Lotul 64 Ultrasonograf Urologic performanță înaltă (EXPERT)**  
**Lotul 65 Ultrasonograf intraoperator abdominal**  
**Lotul 66 Videolaringoscop flexibil**  
**Lotul 71 Lampa scialitică cu doi sateliți cu sistem opțional de telemedicină**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

**Lotul 13 Baghetă Maddox cu LED central**  
**Lotul 15 Blender de gaz, tip mecanic**  
**Lotul 25 Fonendoscop**  
**Lotul 31 Tonometru electronic cu suport pe rotile**  
**Lotul 45 Tonometru transpalpebral**  
**Lotul 49 Tonometru oftalmologic noncontact tip Icare**  
**Lotul 63 Fotoliu proctologie**  
**Lotul 69 Fibrogastroskop**  
**Lotul 70 Lampă de crosslinking**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării

și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

**Lotul 22 Ultrasonograf cardiac performanta inalta**

**Lotul 28 Aspirator low vacuum**

**Lotul 41 Cabină de audiometrie**

**Lotul 52 Ultrasonograf cardiovascular performanță înaltă**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative după caz de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 15.11.2023, după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Perciun Irina*

*Te.: 022 222 364*

*OE*

**Global Premier Grup SRL**  
**AELO Grup SRL**  
**AG Medical SRL**  
**Ancotec Sistem SRL**  
**DataControl SRL**  
**Denolga Medical SRL**  
**DIALAB Solutions**  
**Edelmed SRL**  
**GBG-MLD SRL**  
**Health Medical Solution SRL**  
**HumanLab SRL**  
**Eyecon Medical SRL**  
**Eyecon Medical SRL**  
**Dutchmed SRL**  
**Intermed SRL**  
**Labromed Laborator SRL**  
**LokMera SRL**  
**Medist Grup SRL**  
**Melitax-Grup SRL**  
**Neotec SRL**  
**Pharmony SRL**  
**Tehoptimed SRL**  
**Ericon SRL**  
**Medica SRL**  
**Imunotehnomed SRL**  
**Endo-Chirurgie SRL**  
**Tehnomedica SRL**  
**Tetis International SRL**  
**Triumpf-Motiv SRL**