



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-4662 din 15.11.2023

Operatorii economici participanți

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1695990213000 privind *Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat) (listă suplimentară nr. 33)*, vă comunică decizia grupului de lucru din 15.11.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	U/m	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Înregistrare AMDM	Ofertant
2	2-13000	Microcentrifugă	bucată	4	36500	43800	146000	175200	Microcentrifuga MPW-55/ MPW MED.INSTRUMENTS / Polonia	DM000459715	X-Lab Solutions SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

**Lotul 1 Dozator cu volum reglabil**

- Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Tipul automată, s-a oferit mecanică (**Mechanical pipette conform surselor pipete.semnat.pdf** cod **pipete.semnat.pdf**)

**Lotul 2 Microcentrifugă**

- Ofertele operatorilor economici **Lokmera SRL** și **Profilabdiagnostic SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min), s-a oferit 30sec-99min/Continuous, s-a solicitat greutate 3-4 kg, s-a oferit 6 kg.

**Lotul 5 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L**

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire și în urma clarificărilor nu a complementat răspunsul la clarificări: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Număr de rafturi  $\geq 6$ , s-a oferit 4+1. Totodată, în urma clarificărilor nu a demonstrat următorii parametrii tehnici Omogenitatea/ uniformitatea termică  $\pm 2$  °C și Zgomot  $< 50$  dB.

**Lotul 7 Pat pentru examinare (mechanic) adult**

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Dimensiune, cm  $\geq 180 \times 60 \times 60$ , s-a oferit 80 x 55 x 185 cm.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

**Lotul 1 Dozator cu volum reglabil****Lotul 5 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L****Lotul 7 Pat pentru examinare (mechanic) adult**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

**Lotul 3 Aspirator urgente****Lotul 4 Pulsoximetru, Adult, Pediatric, stationar****Lotul 6 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative după caz de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 22.11.2023, după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Irina Perciun*

*Te.: 022 222 364*