




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-5158 din 14.12.2023

**Operatori economici participanți**

**IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți**

**IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1699627418600 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 35)*, vă comunică decizia nr.1 din 14.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	model/ cod produs	Producător	Tara de origine	Nr. de înregistrare la AMDM	Cîștigătorul
1	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	bucată	1	800,00	960,00	800,00	960,00	GT012-300A	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	China	DM000372593	Natusana SRL
2	Aspirator urgențe Cod 130320	bucată	2	8396,00	10075,2	16792,00	20150,4	ASKIR 36BR 410200/03	CA-MI srl	Italia	DM000048517	Med M SRL

5	Glucometru (caracteristici i de bază) Cod 151200	bucată	2	245	294	490	588	ON CALL® PL US BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214) + ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-211)	ACON Laboratori es, Inc.	SUA	DM000399134 + DM000399183	Sanmedico SRL
---	---	--------	---	-----	-----	-----	-----	--	-----------------------------------	-----	---------------------------------	---------------

#### Ofertanții respinși/descalificați:

##### **Lotul 7 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270**

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat variabilitate ritm cardiac după frecvență, s-a oferit fără.  
2. S-a solicitat reprezentarea tabelară a datelor, s-a oferit fără.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire:

##### **Lotul 7 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270**

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

##### **Lotul 3 Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650**

##### **Lotul 4 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220**

##### **Lotul 6 Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, după solicitarea beneficiarului final, în urma revizuirii specificațiilor tehnice și valorii estimative după caz.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 21.12.2023, după expirarea termenului de așteptare.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**

*Ex: Percium Irina  
Te.: 022 222 364*

***OE***

***Natusana SRL***

***Med M SRL***

***Polisano Prim SRL***

***Sanmedico SRL***