




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-5485 din 26.12.2023

Operatorii economici participanți

Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1692348758524 privind *Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 22)*, vă comunică decizia din 26.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	U/m	Ca nti tate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Înregistrare AMDM	Ofertant	Instituția beneficiară
1	1-58524	Masă portabilă anesteziologică (tip Crash cart)	bucată	1	26 440	31728	26 440	31728	Hospitool AC/ Mespa Turcia	DM000626675	X-Lab Solutions SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
2	2-58524	Masă pentru operație de profil ortopedic cu accesorii	bucată	1	580000	696000	580000	696000	Vivax OT-02/ Infimed/ Polonia	DM000303247	DataControl SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
8	8-58524	Lampă pentru examinare, braț articulată	bucată	2	48 600,00	58 320,00	97200	116640	L511120A/ Provita medical gmbh&co,k/ Germania	DM000499773	X-Lab Solutions SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime

11	11-58524	Sistem de garou pneumatic, cu accesorii	bucată	1	127080	152496	127080	152496	Medione TRQ-2024 (garou pneumatic) +TRQ-75 (troliu)/ Avrasyamed Medikal Tıbbi Cihazlar Ve Ürünler Pazarlama Snayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Turcia	DM000646029 DM000646004	Med M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
16	16-58524	Termometru mecanic Cod 260600	bucată	60	50	60	3000	3600	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD China	DM000372621	Natusana SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei
17	17-58524	Termometru digital Cod 260610	bucată	40	50	60	2000	2400	GT004-233 Termometru electronic digita/ Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD China	DM000239852	Natusana SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei

18	18-58524	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630	bucată	5	215,83	259	1079,15	1295	VIT-1 Steclopribor	Ukraina	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei
19	19-58524	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640	bucată	5	215,83	259	1079,15	1295	VIT-2 Steclopribor	Ukraina	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei
20	20-58524	Tensiometru Adult cu fonoscop Cod 260710	bucată	40	144,83	173,8	5793,2	6952	MC-20(-50) ZY1002/ WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, China	DM000571831 DM000571833	Med M SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei
22	22-58524	Video Colonoscop	bucată	1	160882,50	193059,00	160882,50	193059,00	EC38- V10cL/ PENTAXAoh ua Medical\ Pentax Europe GmbH/ China Germania	DM000652031	GBG MLD SRL	IMSP Spitalul Raional Sîngerei
27	27-58524	Nebulizator	bucată	1	2500	3000	2500	3000	GT149-101/ NINGBO GREETM ED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	DM000041926	Natusana SRL	IMSP Spitalul Raional Cahul
45	45-58524	Pipetă dozator cu un canal 0,5 – 5 uL	bucată	2	420	504	840	1008	6015025 Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 0,5-10 ml/	DM000381236	LifeMed Group SRL	IMSP Institutul Oncologic

									NTL Co., Ltd /China			
46	46-58524	Pipetă dozator cu un canal 5 – 50 uL	bucată	2	420	504	840	1008	"6015027 Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 5-50 mkl"/ NTL Co., Ltd /China	DM000381245	LifeMed Group SRL	IMSP Institutul Oncologic
48	48-58524	Pipetă dozator cu un canal 10 – 100 uL	bucată	2	420	504	840	1008	"6015028 Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 10-100 mkl"/ NTL Co., Ltd /China	DM000381239	LifeMed Group SRL	IMSP Institutul Oncologic
49	49-58524	Pipetă dozator cu un canal 20 – 200 uL	bucată	2	420	504	840	1008	6015029 Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 20-200 mkl/ NTL Co., Ltd /China	DM000381241	LifeMed Group SRL	IMSP Institutul Oncologic
50	50-58524	Pipetă dozator cu un canal 100 – 1000 uL	bucată	2	420	504	840	1008	6015031 Pipetă-doзатор automat, cu volum variabil 100-1000 mkl/ NTL Co., Ltd /China	DM000381238	LifeMed Group SRL	IMSP Institutul Oncologic
55	55-58524	Sistem automat de procesare de tesut	bucată	1	592 000,00	710 400,00	592000	710400	Histo-Pro 300 Vacuum Tissue Processor/ Histoline	DM000641314	X-Lab Solutions SRL	IMSP Institutul Oncologic

									Italia			
59	59-58524	Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530	bucată	1	102 000	122 400	102000	122400	BC-5150/ Mindray/ China	DM000371911	SRL Biosistem mld	IMSP Spitalul Raional Soroca
60	60-58524	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	bucată	3	20 700,00	24 840,00	62100	74520	SE -1200 Expres/ EDAN/ China	DM000499507	Aelo Grup SRL	IMSP Spitalul Raional Soroca
64	64-58524	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510	bucată	1	34 800,00	41 760,00	34800	41760	H30 Pro/ EDAN INSTRUMENTS, INC., China	DM000331382	GBG MLD SRL	IMSP Centrul de Sănătate Horăști

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 2 Masă pentru operație de profil ortopedic cu accesorii

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Poziționarea mesei / Trendelemburg ≥ 35 grade, s-a oferit 30 grade.
2. S-a solicitat Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade, s-a oferit 20 grade.
3. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim), s-a oferit +90 la -40 grade.

Lotul 3 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate)

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Piesa de mână Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie ≥ 100 min., s-a oferit 30 min.

Lotul 6 Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a prezentat documentația confirmativă pentru a fi evaluat bunul oferit.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece operatorul economic a informat că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

-Oferta operatorului **Aelo Grup SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 7 Fustă de radioprotecție plumbată

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a prezentat documentația confirmativă pentru a fi evaluat bunul oferit.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece operatorul economic a informat că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

-Oferta operatorului **Aelo Grup SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Loturile 9 Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric și 10 Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile cu autonomie de la bateriei - ≥ 100 min, s-a oferit 30 min.

Lotul 13 Chipiu de radioprotecție plumbat

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificări, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu a prezentat documentația confirmativă pentru a fi evaluat bunul oferit.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece operatorul economic a informat că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

-Oferta operatorului **Aelo Grup SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 27 Nebulizator

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Tip Inhalator ultrasonic, s-a oferit de tip cu piston. 2. S-a solicitat Volum recipient medicamente 8 ml, s-a oferit 6ml.

Loturile 29 Oglinda frontala Led și 30 Otoscop

-Oferta operatorului **Med M SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 33 Stativ pentru perfuzii/infuzii

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - minim 8 kg, s-a oferit 4.2kg.

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, respective, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu roțile minim 5 roțile, s-a oferit cu 4 roțile.

Totodată, nu au putut fi demonstrate următorii parametri tehnici: 1) Corpul din oțel inoxidabil, 2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm, 3) Înălțimea maximă ≥ 200 cm, 6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) - minim 8 kg.

Lotul 34 Scaun WC de camera, pliabil

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Suport brațe detașabil, s-a oferit brațe fixe. 2. S-a solicitat Greutate maxima sustinuta: 200 kg, s-a oferit 113 kg.

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Suport brațe detașabil, s-a oferit cu brate fixe. 2. S-a solicitat Reglabil pe înălțime: 43-58 cm, s-a oferit 41-51 cm. 3. S-a solicitat Lățimea șezutului minim 54 cm, s-a oferit 46 cm.

-Oferta operatorului **Med M SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 35 Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece nu este dispozitiv medical.

Lotul 36 Hotă cu flux laminar

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB, s-a oferit 67dB. 2. S-a solicitat Factorul de protecție (Apf) $1.5 \cdot 10^5$, s-a oferit $1 \cdot 10^5$.

- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Flux aer mai mult de 0.4 m/s, s-a oferit 0.33 m/s.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, respective, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: 1. S-a solicitat robinet pentru vacuum, s-a oferit fără. 2. S-a solicitat robinet pentru gaze, s-a oferit fără.

Totodată, în urma scrisorii de clarificare nu au putut fi demonstrate parametrii tehnici Flux aer mai mult de 0.4 m/s și Factorul de protecție (Apf) $1.5 \cdot 10^5$.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux, s-a oferit 750 lux.

Lotul 38 Microscop trinocular, cu contrast de fază inversată

- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Condensator de 0,30 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate 4x/10x și 20x/40x. Distanța de lucru 72 mm, s-a oferit Condensator abbe cu apertură de 1.25 cu diafragmă iris, glisor cu inele de fază pre-centrate BF, 10x/20x, 40x, 100x, DF. Distanța parfocla 45 mm.

Lotul 40 Agitator magnetic cu placă fierbinte

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Diametrul plăcii de lucru: 160 mm – 200 mm, s-a oferit 120x12mm.

- Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Interval de temperatură: 30°C – 300 °C, s-a oferit 5-40C.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece nu este dispozitiv medical.

Lotul 42 Congelator pentru laborator, vertical 100L

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Construcție interioară: oțel inoxidabil, s-a oferit din HIPS. 2. S-a solicitat Înregistrarea și memorarea temperaturii și a alarmelor, s-a oferit fără.

Lotul 43 Microcentrifugă

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A indicat modelul bunului –congelator.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece nu este dispozitiv medical.

Lotul 51 Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL

- Oferta operatorului economic **Life Med Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL, s-a oferit 2-10 ml.

Lotul 53 Baie de apă pentru histologie

- Oferta operatorului economic **Impuls Pro Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Volumul maxim a vasului 1,5 - 2,5 litri, s-a oferit 4 litri.

- Oferta operatorului economic **Kirantoni SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Afisare digitala a temperaturii, s-a oferit tip analogic cu un termometru lateral.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Temperatura de setare de la +30°C...la +80°C, s-a oferit de la temperatura ambiantă...la +75°C.

Lotul 58 Dozimetru individual cu indicator radiologic

- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Beta: Hp (0,07): $\pm 30\%$ 250 keV până la 1,5 MeV (ref. 90Sr/90Y), s-a oferit Beta Hp(0.07) (Ref: 90Sr) $\pm 30\%$ 200keV to 1.5MeV.

Lotul 61 Distilator

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Capacitatea de distilare ≥ 25 l/h, s-a oferit 20l/h.

-Ofertele operatorilor **GBG MLD SRL** și **Kirantoni SRL** sunt inacceptabile și nu pot fi evaluate, deoarece ficare ofertă în parte depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 62 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Variabilitate ritm cardiac după frecvență, însă nu a fost oferit. 2. S-a solicitat Reprezentarea tabelară a datelor, s-a oferit fără.

Lotul 63 Monitor Holter a tensiunii arteriale

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, respective, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat Posibilitatea de detectare IHD, PAD, AFIB. Etc., cerința nu a fost demonstrată în urma scrisorii de clarificare.

-Oferta operatorului **Data Control SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 65 Garou pneumatic Digital

-Oferta operatorului **Med M SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 67 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Scaun stomatologic / Urcare/ coborîre ≥ 40 cm, s-a oferit Adjustable height from 30 cm and up. 2. S-a solicitat Scaun stomatologic /Greutate maximă ≥ 180 kg, s-a oferit Allowed maximum load from 150 kg and up. 3. S-a solicitat Sursa de lumină / Poziții 2 de la 30 000 Lux, s-a oferit 20000~23000lx, 4000-5000K.

- Oferta operatorului economic **Visiosystems SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Scaun stomatologic / Urcare/ coborîre ≥ 40 cm, s-a oferit 31 cm. 2. S-a solicitat Scaun stomatologic /Greutate maximă ≥ 180 kg, s-a oferit 150 kg.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 3 Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate)**Lotul 6 Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată****Lotul 7 Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată****Lotul 9 Ferestrău chirurgical mare, oscilant electric****Lotul 10 Ferestrău chirurgical mic, oscilant electric****Lotul 13 Chipiu de radioprotecție plumbat****Lotul 15 Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție****Lotul 29 Oglinda frontala Led****Lotul 30 Otoscop****Lotul 33 Stativ pentru perfuzii/infuzii****Lotul 34 Scaun WC de camera, pliabil****Lotul 35 Dispozitiv pentru denaturare și hibridizare****Lotul 36 Hotă cu flux laminar****Lotul 40 Agitator magnetic cu placă fierbinte****Lotul 42 Congelator pentru laborator, vertical 100L****Lotul 43 Microcentrifugă****Lotul 51 Pipetă dozator cu un canal 1 – 10 mL****Lotul 53 Baie de apă pentru histologie****Lotul 58 Dozimetru individual cu indicator radiologic****Lotul 61 Distilator****Lotul 62 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270****Lotul 63 Monitor Holter a tensiunii arteria**

Lotul 65 Garou pneumatic Digital

Lotul 67 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 12 Sterilizator 80 L

Lotul 23 Aparat de incalzire cu flux de aer

Lotul 24 Compresor medical

Lotul 25 Dispozitiv pentru galvanizare și electroforeză

Lotul 26 Masă autopsie (secționări), spălare și balzamare

Lotul 28 Oftalmoscop indirect

Lotul 31 Gamma cameră portativă

Lotul 41 Frigider pentru reactivi, 200 L

Lotul 54 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

Lotul 57 Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara

Lotul 66 Dezinfectare prin temperatura si abur

Totodată, CAPCS informează că loturile nr. 4 Șorț de radioprotecție plumbat, nr. 5 Ochelari de radioprotecție plumbate, nr. 14 Artromotor pentru picioare, nr. 21 Cistoureteroscop video, rigid , nr. 32 Microscop binocular tip simplu, nr. 37 Centrifugă de laborator cu godeuri, nr. 39 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), nr. 44 Vortex mixer, nr. 47 Pipetă dozator cu un canal 2 – 20 uL, nr. 52 Stativ pentru Pipete dozator cu un canal și nr. 56 Incubator CO2 se află încă la etapa de evaluare, astfel, grupul de lucru va emite decizie separată pentru loturile menționate.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, și dacă este cazul după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 10.01.2024, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă 7 luni din data înregistrării de către CAPCS.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Irina Perciun

Te.: 022 222 364

OE
X-Lab Solutions
GBG-MLD SRL
DataControl SRL
Triumpf-Motiv SRL
ÎM „Dutchmed-M” SRL
SOGNO
MED-M
AELO GRUP
IM Natusana SRL
SA Tehoptimed
Denolga Medical
Lokmera
Polisano Prim
Profilabdiagnostic SRL
LifeMed Group SRL
ImpulsProGroup
Kirantoni
SC ERICON SRL
SRL Biosistem mld
Visiosystems SRL
Neotec SRL