

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 14.12.2023

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Perciu Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați!]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS SCM Sfânta Treime pentru anul 2023 (listă suplimentară 27)
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1 Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1694789659449

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1694789659449?tab=contract-notice
	Data publicării: 15.09.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 75 din 22.09.2023 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_75.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	25 000 000 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

25 sept 2023, 09:49

Subiectul întrebării:

Clarificare 1

Întrebare:

Buna ziua! Rog sa clarificati ce presupune urmatoarea cerinta: Toate lucrările de amenajare a spațiului pentru instalarea dispozitivului, conectarea dispozitivului la toate conductele necesare (electricitate, apa, ventilare, etc.) trebuie să fi efectuate de agentul economic câștigător. Sistemul va fi primit de beneficiar la cheie din partea gentului economic. Cine va efectua reparatia spatiului destinat pentru instalarea echipamentului? Cine va asigura spatiul destinat pentru instalarea echipamentului cu electricitate (traseele necesare si actele permise ce necesita a fi obtinute de la institutiile abilitate), tinind cont sa sunt cerinte speciale pentru a instala echipamentul. Ce presupune sintagma "la cheie"? Beneficiarul va efectua careva lucrari sau nu?

Răspuns (25 sept 2023, 13:05):

Beneficiarul va pune la dispoziție spațiul pentru instalarea „camerei RF” și dispozitivului, toate sursele necesare de electricitate, apă, canalizare. Ca urmare, toate lucrările de amenajare a spațiului pentru instalarea dispozitivului, conectarea dispozitivului la toate conductele necesare (electricitate, apă, ventilație, etc.) trebuie să fie efectuate de agentul economic câștigător. Fără implicarea beneficiarului. Sistemul va fi primit de beneficiar la cheie din partea agentului economic, cu toate lucrările îndeplinite final.

Data:

25 sept 2023, 09:51

Subiectul întrebării:

Clarificare 2

Întrebare:

Antreprenorul va prezenta scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, gaze medicale sau orice cerință suplimentară care vor fi aprobate de beneficiar. Ce presupune orice cerință suplimentară a beneficiarului? În ce mod operatorul economic este protejat de un eventual abuz din partea beneficiarului?

Răspuns (25 sept 2023, 13:06):

Conform anunțului de participare se solicită „Antreprenorul va prezenta scheme de preinstalare care detaliază toate elementele electrice, structurale, de aer condiționat, gaze medicale sau orice cerință suplimentară care vor fi aprobate de beneficiar.”

Data:

25 sept 2023, 09:55

Subiectul întrebării:

Clarificare 3

Întrebare:

Antreprenorul va oferi instruire în două etape, în total de 7-10 zile, membrilor desemnați ai Utilizatorului Final în operarea și întreținerea dispozitivelor la locația Utilizatorului Final> imediat după instalare 3-5 zile; după o perioadă de 30 de zile de utilizare - timp de 2-3 zile. Aceasta cerință influențează semnarea protocolului de acceptare sau nu? Cînd urmează a fi semnat acest protocol?

Răspuns (25 sept 2023, 13:06):

Protocolul de acceptare se semnează după darea în exploatare a dispozitivului și prima instruire a personalului medical.

Data:

25 sept 2023, 09:58

Subiectul întrebării:

Clarificare 4

Întrebare:

Conform pct. 12 - Termenul de valabilitate a contractului: 5 ani de la înregistrarea contractului de către CAPCS. Totodata, pct. 21 - Garanția de bună execuție va fi valabilă un an din data înregistrării de către CAPCS a contractului. Rog sa clarificati daca garantia de buna executie va fi valabila un singur an si daca aceasta va fi restituita ofertantului dupa un an de garantie a echipamentului?

Răspuns (25 sept 2023, 13:08):

Garanția de bună execuție va fi valabilă un an din data înregistrării de către CAPCS a contractului și această va fi restituită în cazul în care nu vor fi depistate necorespunderi.

Data:

25 sept 2023, 10:03

Subiectul întrebării:

Clarificare 5

Întrebare:

Conform contractului model - achitarea se va efectua esalonat timp de 5 ani, a câte 6 000 000 lei/annual. Achitarea se va efectua la finale anilor. Rog sa clarificati daca achitarea se va efectua anual in luna decembrie si ce presupune sintagmele - la finele anilor?

Răspuns (25 sept 2023, 13:06):

Achitarea se va efectua în luna decembrie.

Data:

25 sept 2023, 10:10

Subiectul întrebării:

Clarificare 6

Întrebare:

Conform pct. 15 din documentatia de atribuire - se solicita anul producerii echipamentului nu mai vechi de 2022, iar conform contractului model atasat la procedura, se solicita anul producerii echipamentului nu mai vechi de 2023. Rog sa clarificati care este cerinta finala a autoritatii contractante?

Răspuns (25 sept 2023, 10:59):

Anul producerii echipamentului nu mai vechi de 2022.

Data:

25 sept 2023, 10:14

Subiectul întrebării:

Completare clarificare nr 4

Întrebare:

Totodata, conform contractului model - Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a contractului cu TVA – anexa nr.2, va fi valabilă 7 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS. Rog sa clarificati care este termenul de valabilitate a garanției de buna executie si cerinta finala solicitata de catre autoritatea contractanta? La moment avem trei cerinte, fiecare diferita in felul sau

Răspuns (25 sept 2023, 10:55):

Garanția de bună execuție va fi valabilă un an din data înregistrării de către CAPCS. în anexa nr.2 din contractului model- Garanția de bună execuție va fi valabilă un an.

Data:

25 sept 2023, 10:29

Subiectul întrebării:

Clarificare 7

Întrebare:

Conform caietului de sarcini publicat in transparenta s-a solicitat parametrul - Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 200 T/m/s, iar conform caietului de sarcini publicat in licitatie se solicita parametrul - Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 150 T/m/s. Totodata, nu a fost publicata o sinteza pe marginea eventualelor clarificari solicitate la etapa de transparenta, respectiv rugam sa ne clarificati care a fost motivul si beneficiul modificarii acestui parametru

Răspuns (25 sept 2023, 13:12):

A fost efectuată modificarea parametrului tehnic de la „Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 200 T/m/s” la „Rata maximă de rotire (fiecare axă) ≥ 150 T/m/s” pentru lărgirea posibilității de participarea a mai multor produse. Acesta fiind un parametru minim necesar. Ca urmare, orice produs cu un parametru mai avansat este așteptat și bine venit. Sinteza va fi publicată la transparentă pe parcursul zile. Mulțumim pentru clarificare.

25 sept 2023, 10:31

Subiectul întrebării:

Completare clarificare nr 7

Întrebare:

Aceiasi situatie si la parametrul - Numărul de canale digitale ale căii de recepție ≥ 128 de canale a fost modificat in Numărul de canale digitale ale căii de recepție ≥ 65 de canale. Rugam sa ne clarificati care a fost motivul si beneficiul modificarii acestui parametru?

Răspuns (25 sept 2023, 13:13):

A fost efectuată modificarea parametrului tehnic de la „ Numărul de canale digitale ale căii de recepție ≥ 128 de canale” la „ Numărul de canale digitale ale căii de recepție ≥ 65 de canale” pentru lărgirea posibilității de participarea a mai multor produse. Acesta fiind un parametru minim necesar. Ca urmare, orice produs cu un parametru mai avansat este așteptat și bine venit.

Data:

25 sept 2023, 10:33

Subiectul întrebării:

Completare clarificare nr 7

Întrebare:

Aceiasi situatie si la parametrul - Numărul conectorilor pentru bobine ≥ 3 canale a fost modificat in Numărul conectorilor pentru bobine nu mai puțin de 4. Rugam sa ne clarificati care a fost motivul si beneficiul modificarii acestui parametru?

Răspuns (25 sept 2023, 13:14):

A fost efectuată modificarea parametrului tehnic pentru lărgirea posibilității de participarea a mai multor produse. Acesta fiind un parametru minim necesar. Ca urmare, orice produs cu un parametru mai avansat este așteptat și bine venit.

Data:

25 sept 2023, 10:35

Subiectul întrebării:

Completare clarificare nr 7

Întrebare:

Aceiasi situatie si la parametrul - Grosimea minimă a feliei în modul 2D $\leq 0,1$ mm a fost modificat in Grosimea minimă a feliei în modul 2D $\leq 0,2$ mm, iar parametrul Grosimea minimă a feliei în modul 3D $\leq 0,05$ mm a fost modificata in $\leq 0,1$ mm. Rugam sa ne clarificati care a fost motivul si beneficiul modificarii acestui parametru?

Răspuns (25 sept 2023, 13:14):

A fost efectuată modificarea parametrului tehnic pentru lărgirea posibilității de participarea a mai multor produse. Acesta fiind un parametru minim necesar. Ca urmare, orice produs cu un parametru mai avansat este așteptat și bine venit.

Data:

25 sept 2023, 11:15

Subiectul întrebării:

Răspuns (25 sept 2023, 10:59): si Răspuns (25 sept 2023, 10:55):

Întrebare:

Vor fi operate modificari la caietul de sarcini? Sau raspunsul de pe platforma va prevala documentatiei de atribuire publicate la moment?

Răspuns (25 sept 2023, 13:26):

În partea ce ține de anul producerii dispozitivului medicale - nu mai vechi de anul 2022. În ce ține de termenul de valabilitatea a garanției de bună execuție - Garanția de bună execuție va fi valabilă un an din data înregistrării de către CAPCS. Modificări în documentația de atribuire nu vor fi modificate. Conformările menționate mai sus vor fi luate în considerare la momentul evaluării ofertelor.

Data:

25 sept 2023, 12:08

Subiectul întrebării:

Parametrii tehnici

Întrebare:

În specificație sa solicitat ca sistemul RMN sa aiba capacitatea efectuării investigațiilor întregului corp "Whole body" și scanarea întregii coloane vertebrale, prin următoarele cerințe: la parametrul de achiziție - "Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet"; "Pachet de software pentru întregii coloane vertebrale", și "Software package for whole-body ...". iar la parametrul Disponibilitatea instrumentelor de evaluare a imaginii se solicita softul pentru vizualizarea imaginilor achiziționate de tip "whole body" - Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură Totodată la etapa de publicare a caietului de sarcini se observa modificarea parametrilor esențiali pentru investigațiile întregului corp "whole body" care erau corespunzătoare cerinței pentru achiziționarea imaginilor întregului corp la etapa de transparentă. Astfel cerința "Numărul de canale digitale ale căii de recepție" ≥ 65 de canale, este insuficientă pentru asigurarea parametrilor de achiziție ceruți în specificație așa cum sunt următorii: "Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet"; "Pachet de software transparentă: ≥ 128 de canale. Valoarea parametrului de 128 de canale este una corespunzătoare cu cerința de scanarea a întregului corp solicitată în specificație - unde este necesară conectarea simultană a mai multor bobine cu mai multe canale și capacitatea sistemului de achiziție de procesare a mai multor canale, cu altă mai mult în specificație se solicita numărul minim de conectoare pentru bobine să fie 4 - ceea ce înseamnă 4 bobine conectate simultan. Cerința de 128 canale așa cum a fost inițial publicată nu restricționează concurența fiindcă toți producătorii de sisteme de RMN 3T dispun de sisteme cu 128 de canale de recepție.

Răspuns (25 sept 2023, 13:16):
Evaluarea produsului oferit va fi efectuată conform cerințelor caietului de sarcini. Respectiv, produsul oferit obligatoriu trebuie să dispună de toate funcțiile și performanța tehnică solicitată cât și „RMN sa aibă capacitatea efectuării investigațiilor întregului corp”. În caz contrar oferta celui produs care nu corespunde va fi descalficată. Rugăm respectuos să respectați cerințele caietului de sarcină.

25 sept 2023, 12:20

Subiectul întrebării:

Gama de mișcare longitudinală a mesei

Întrebare:

În specificație sa solicitat ca sistemul RMN sa aiba capacitatea efectuării investigațiilor întregului corp "Whole body" și scanarea întregii coloane vertebrale, prin următoarele cerințe: la parametrul de achiziție - "Software pentru îmbinarea automată a seturilor de date obținute în timpul cercetării cu mai multe poziții într-o singură imagine cu un FOV complet"; "Pachet de software pentru întregii coloane vertebrale", și "Software package for whole-body ...". iar la parametrul Disponibilitatea instrumentelor de evaluare a imaginii se solicita softul pentru vizualizarea imaginilor achiziționate de tip "whole body" - Opțiunea de a combina mai multe imagini RMN într-una singură Astfel cerința "Gama de mișcare longitudinală a mesei" ≥ 160 cm, valoarea minimală este insuficientă pentru efectuarea scanării a întregului corp. Astfel solicităm modificarea acestui parametru în ≥ 200 cm ceea ce va alinia corespunderea acestui parametru cu cerința specificației de

achiziționare a imaginilor întregului corp. Cerinta de "≥ 200 cm" nu restricționează concurența fiindcă toți producătorii de sisteme de RMN 3T dispun de sisteme cu mîscarea mesei mai mare de 200 cm.

Răspuns (25 sept 2023, 13:18):

Evaluarea produsului oferit va fi efectuată conform cerințelor caietului de sarcini. Respectiv, produsul oferit obligatoriu trebuie să dispună de toate funcțiile și performanța tehnică solicitată cât și „ RMN sa aibă capacitatea efectuării investigațiilor întregului corp”. În caz contrar oferta celui produs care nu corespunde va fi descalificată. Rugăm respectuos să respectați cerințele caietului de sarcini.

Data:

25 sept 2023, 12:39

Subiectul întrebării:

Rata maximă de rotire (fiecăre axă)

Întrebare:

Specificatia indica cerinta efectuării investigațiilor cu protocolul de scanare ponderat prin difuzie pentru diagnosticarea a diferitor maladii sistemului nervos, precum și pentru investigații calitative a cancerului. A se vedea: “Pachet de software pentru protocol avansat în patologiile cerebrale (DTI, Spectroscopie, Difuzie, Perfuzie) cu contrast”; “Software package for whole-body DW sequences as: REVEAL, enhanced DWI, DWIBS or equivalent.” deasemenea și “Pachet de software pentru imagistica tensorului de difuzie (DTI) și reconstrucția tractografiei cu fibre în 3D (fiber tracking/tractography)”; “Pachet de software pentru Tractografia (DTI) Spinală și Cerebrală”. Scanarea ponderată prin difuzie necesită un sistem de gradient cu o rată maximă de rotire (fiecăre axă) ridicată. Asadar la etapa de transparenta valoarea minimală a rate de rotire a fost ≥ 200 T/m/s - ceea ce corespunde cu cerinta sistemului de RMN de achiziționarea a imaginilor prin protocolul ponderat prin difuzie. Insa la etapa actuala aceasta valoare minimală a fost scăzută pînă la 150 T/m/s - ceea ce face acest parametru în disonanță cu cerinta de efectuare a investigațiilor ponderate prin difuzie (DWI), un protocol mereu utilizat în emagistica sistemului nervos, și a diagnosticarea cancerului, și pentru investigațiile Whole body pentru evaluarea metastazelor în întregul corp uman. Asdara solicităm reintarcerea valorii minimele a ratei maxime de rotire (fiecăre axă) pe sistemul de gradienti la “ ≥ 200 T/m/s” - așa cum a fost publicat la etapa de transparenta. Cerinta de “ ≥ 200 T/m/s” nu restricționează concurența fiindcă toți producătorii de sisteme de RMN 3T dispun de sisteme cu valoarea de “ ≥ 200 T/m/s”.

Răspuns (25 sept 2023, 13:19):

Evaluarea produsului oferit va fi efectuată conform cerințelor caietului de sarcini. Respectiv produsul oferit obligatoriu trebuie să dispună de toate funcțiile și performanța tehnică solicitată. În caz contrar oferta celui produs care nu corespunde va fi descalificată. Rugăm respectuos să respectați cerințele caietului de sarcini.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)		<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		<i>[Indicați numărul de zile]</i>	
Până la termenul-limită (data 17.10.2023, ora 10:30), au depus oferta 1 operatori economici:			
Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Intermed SRL	1002600034804	Natalia Chicu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	
	(Descrierea criteriului/cerinței)		
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+
2	Specificația tehnică	Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	+

		<p>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”; doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+
4	DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+
		- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.	660000
5	Garanția pentru ofertă	<p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului</p>	Scrisoare bancară semnată electronic

	<p><i>Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</i></p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</i></p>	
<p>6 Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)</p>	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></p>	<p>+</p>
<p>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</p> <p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></p>		

Cerințe de calificare obligatorii

		eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
10	Situația financiară	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.	+

		<p>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	+
12	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>	+
13	Declarație de la Ofertant	<p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, Servicii și piese de schimb post garanție pe o perioadă de minim 10 ani pe bază de contract - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+
14	Declarație de la Ofertant	<p>- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 48 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+
15	Declarație de la ofertant	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+
16	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către</p>	+

		<p>administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> <p>Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	
17	<p>Dovada înregistrării în Lista producătorilor,</p>	<p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i></p>	<p>Produs înregistrat</p>
18	<p>Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p>	<p>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdmn.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier independent de celelalte fișiere atasate (doar pentru codurile oferite în formularul specificatilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Însotită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p>	

		<p>5. Sistem de racire a RMN și a spațiilor de lucru (chiller), Sistem de racire cu circuit primar (pe baza de soluție glicol sau echivalent) de racire prin intermediul unui Chiller amplasat în exteriorul departamentului de RMN cu difuzoare de aer condiționat;</p> <p>6. Confirmarea soluției de răcire oferită „pe baza de monoetilenglicol”.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametri tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 30.10.2023.</p>	
--	--	---	--

Notă: Conform scrisorii Rg02-4264 din 19 octombrie 2023, CAPCS a solicitat de la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” confirmarea disponibilității mijloacelor financiare în valoare de 38 998 680,00 lei, luând în considerare că valoarea estimată a procedurii fiind de 25 000 000 lei fără TVA, în baza demersului inițial al instituției beneficiare. Respectiv, potrivit scrisorii de răspuns nr. 01-13/792 din 22.11.2023 IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” a confirmat disponibilitatea mijloacelor financiare în valoare de 38 998 680,00 lei cu achitarea în termen de 5 ani în tranșe egale.

Oferanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă		Punctajul calculat	
Denumire factorul 1	Denumirea operatorului economic 1				
	Pondere				Total
Denumire factorul n	Pondere				
Reevaluarea ofertelor:					
<i>(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)</i>					

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea măsură	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul/ Producător Tara de origine	Cîștigătorul	Nr de înregistrare AMDM
1	Rezonanța Magnetică 3T	bucată	1	32498900	38998680	32498900	38998680	SIGNA™ Pioneer 3.0T MR System (cod produs: S7530PM) / GE Medical System, LLC/ SUA	Intermed SRL	DM000197604

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Intermed SRL, IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	Rg02-4737 din 22.11.2023	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTLLUII IV Capiolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
INTERMED SRL	1002600034804	Cu capital autohton	21092609/01/01	3310000-0-1	32.498.900,00	38.998.680,00	valabil 5 ani de la înregistrarea contractului	Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vârnui, Incotems 2020, până la 120 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	38.998.680,00 (indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<i>Prețul cel mai scăzut</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Costul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-preț</i> <input type="checkbox"/> <i>Cel mai bun raport calitate-cost</i> <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

