

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 24.01.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări

Obiectul achiziției	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685088778510 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1685088778510?tab=contract-notice Data publicării: 19.05.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 43 din 30.05.2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicati]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	11 725 086 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

26 mai 2023, 12:08

Subiectul întrebării:

Transparența

întrebare:

Buna ziua, s-a publicat la rubrica transparența?

Răspuns (26 mai 2023, 12:16):

Bună ziua, vă informăm că obiectul de achiziție a procedurii de achiziție publică este: „achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice”. În același timp, menționăm că la data de 25.03.2023, pe pagina web a CPACS, rubrica Transparență, au fost publicate specificațiile tehnice cu coduri generice. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 85 Statie de Oxigen 14 mc Cod 300800

Data:

26 mai 2023, 12:48

Subiectul întrebării:

Clarificare

Întrebare:

Cu o astfel de cerință "Utilaj produs de un producator unic "puteti indica din start si producatorul Atlas Copco :) Rugam eliminarea acestei cerinte. O zi buna.

Răspuns (9 iun 2023, 16:00):

Rugam respectuos sa faceti o referința care parametrii de performanta sunt limitativi. Menționăm că specificația tehnică este întocmită conform specificațiilor generice.

Data:

26 mai 2023, 13:02

Subiectul întrebării:

Lot nr. 85 Statie de Oxigen 14 mc

Întrebare:

Buna ziua, Lotul 85- Valoarea estimata ! Rugam sa faceti un studiu minim pe platforma ca sa vedeti ca ultima statie producatoare de oxigen de aceiasi capacitate (Spitalul de Traumatologie si Ortopedie) a avut o valoare estimata de 2 200 000,00 MDL fara TVA. De aici vine intrebarea, ce statie preconizati sa procurati cu 500 000,00 MDL. 1,4 mc? sau ati omis cifre din valoarea estimata? Va multumim!

Răspuns (9 iun 2023, 16:01):

Bugetul estimativ a fost stabilit de beneficiar conform resurselor financiare disponibile.

Lot nr. 2 Sistem radiodiagnostic cu brat C (1SKW) Cod 210270

Data:

29 mai 2023, 11:23

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice lot nr. 2

Întrebare:

Se solicita un utilaj cu receptor de tip Image Intensificator si camera CCD 1K. Va informam ca majoritatea producatorilor nu mai produc astfel de utilaj deoarece este o tehnologie invechita. Va rugam sa specificati un aparat cu tehnologie FPD.

Răspuns (9 iun 2023, 16:05):

Specificația tehnică solicitată este una minimă.

Lot nr. 3 Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(20kW) Cod 210280

Data:

29 mai 2023, 11:25

Subiectul întrebării:

Buget lot. 3

Întrebare:

Nu poate sa existe un buget echivalent pentru un sistem cu II si cu FPD. Va informam ultimile licitatii cu utilaj echivalent au avut un buget minim de 2 000 000 lei per bucata. Luind in considerare inflatia si certintele tehnice avansate solicitate, bugetul minim pentru un asemenea utilaj este 2 500 000 per bucata. Va rugam sa studiatii piata.

Răspuns (9 iun 2023, 09:51):

Lotul nr. 3 a fost anulat la solicitarea beneficiarului. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 4 Sistem de radiograme cu fluoroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteza Cod 210310

Data:

29 mai 2023, 11:30

Subiectul întrebării:

Specificatii tehnice

Întrebare:

Deoarece solicitati un sistem cu tomosinteza, va rugam sa specificati si parametrii tehnici a tomosintezii (ca exemplu: modul de achizitii, grosime slise, etc.). Ati specificat doar soft tomosinteza, ceea ce poate incadra orice programa pe care producatorul doreste sa u numeasca tomosinteza. Aceeasi intrebare este legata si de solicitarea tehnica: soft radiograme scan.

Răspuns (9 iun 2023, 16:07):

Lotul nr. 4 a fost anulat la solicitarea beneficiarului. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

29 mai 2023, 18:03

Subiectul întrebării:

Finantare SC BALTI

Întrebare:

Buna ziua, din practica anilor precedenti, SC BALTI mereu a intimpinat probleme financiare pentru achizitionarea echipamentelor medicale mai sofisticate/costisitoare, fiind desfasurate licitatii, iar contractarea fiind anulata din motivul insuficientei mijloacelor financiare. Rog sa ne comunicati daca SC Balti a confirmat disponibilitatea mijloacelor finaciare in marime de 15038514 lei? Si cum CAPCS se asigura ca istoria ultimilor 3 ani nu se va repetat si in anul curent? Or

operatorii economici depun efort pentru a participa si a castiga licitatia, CAPCS dedica timp si resurse pentru evaluarea ofertelor, iar Beneficiarul final (SC BALTI) printr-o singura scrisoare de refuz arunca la gunoi munca tuturor de citeva luni de zile

Răspuns (9 iun 2023, 09:53):

Conform demersului nr. 01.1/232 din 05.05.2023 al IMSP SC Bălți, au fost anulate/micsorate cantitățile la mai multe loturi. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

29 mai 2023, 18:07

Subiectul întrebării:

Răspuns (26 mai 2023, 12:16):

Întrebare:

"menționă că la data de 25.03.2023, pe pagina web a CPACS, rubrica Transparență, au fost publicate specificațiile tehnice cu coduri generice" - rog sa atasati un link, nu gasesc specificatiile tehnice (codurile generice) ajustate

Răspuns (9 iun 2023, 09:18):

Link-ul <https://capes.md/5243-2/>

Data:

30 mai 2023, 10:57

Subiectul întrebării:

Cintare

Întrebare:

care va fi situatia cu cintarele , daca pina acum nu s-a inregistrat nici un model in RS din cauza absentei certificatelor (majoritatea producatorilor sun chineji, iar acelea importate de la moretti, etc, la fel le importa din China). Cum ati solutionat problema cu acelea livrare pina acum, de ce s-a permis livrarea fara inregistrare? Sau modificati cerinta de inregistrare in RS.

Răspuns (9 iun 2023, 16:08):

Conform documentație de atribuire se solicită Pentru dispozitivele medicale oferate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (<https://amdmd.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce>) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente: a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actual prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor. Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar

notificările ofertelor calificate. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.

Data:

30 mai 2023, 11:00

Subiectul întrebării:

Termometre

Întrebare:

Va rugam sa introducereti cerinta de verificare metrologica a termometrelor fara mercur la depunerea ofertelor, deoarece AE la livrare nu le verifica metrologic si le livreaza fara certificat

Răspuns (9 iun 2023, 16:09):

Toți participanții la procedura cit si câștigătorii sunt obligați prin lege sa respecte „HOTĂRÂRE DE GUVERN Nr. 1042 din 13-09-2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”.

Lot nr. 63 Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510

Data:

30 mai 2023, 14:43

Subiectul întrebării:

Buget prea mic

Întrebare:

Va rugam sa majorati bugetul pentru aceasta pozitie. Numai pozitiile solicitate: 1. PC inclus cu monitor min. 24 inch da 2. Imprimanta A4 da - costa mai mult decit bugetul planificat, nemaivorbind ca sunt incluse si consumabile pentru 200 investigatii si dispozitivul medical in sine. Este imposibil sa oferi ceva la acest pret....

Răspuns (9 iun 2023, 16:11):

Bugetul estimativ a fost stabilit de beneficiar conform resurselor financiare disponibile.

Data:

31 mai 2023, 11:47

Subiectul întrebării:

Buget alocat

Întrebare:

Dorim sa va sezizam referitor la bugetele alocate, care sunt mult prea mici pentru dispozitivele ce se propun a fi achizitionate De exemplu: un echipament radiologic digital nu poate sa coste 1 250 000 lei fara TVA Pretul mediu de achizitie pentru anul 2022 pentru asa tip de echipamente in completata solicitata este de circa 1 600 000 lei fara TVA. P.S. Statistica efectuata in baza achizitiilor desfasurate de catre CAPCS in anul 2022

Răspuns (9 iun 2023, 16:11):

Bugetul estimativ a fost stabilit de beneficiar conform resurselor financiare disponibile.

Data:

5 iun 2023, 08:49

Subiectul întrebării:

Coduri Generice

Întrebare:

Buna ziua, codurile generice publicate pentru SC BALTI poarta doar denumirea de "coduri generice"; in realitate acestea fiind modificate sub anumiti producatori. Acest lucru poate fi verificat foarte usor, comparind codurile generice publicate pe site-ul CAPCS si cele publicate in licitatie Rugam sa verificati acest aspect si sa operati modificarile de rigoare

Răspuns (9 iun 2023, 16:12):

Mai multe loturi au fost anulate la solicitarea beneficiarului, IMPS SC Bălți.

Data:

5 iun 2023, 09:04

Subiectul întrebării:

Lot Nr. 5 Tomograf Computerizat Cod 210450 / DICOM 3-D image export

Întrebare:

Rugam sa ne clarificati ce inseamna "3-D"? Se are in vedere standardul de transmisie al imaginii DICOM 3.0? Sau sa presupus alt ceva?

Răspuns (9 iun 2023, 09:20):

Lot Nr. 5 Tomograf Computerizat Cod 210450 se anulează, la solicitarea beneficiarului.

Data:

5 iun 2023, 09:45

Subiectul întrebării:

Parametri optionali

Întrebare:

Buna ziua, solicitam respectuos sa clarificati careva parametri tehnici pentru Tomograf computerizat, lot 5 Prospective ECG gating optional Retrospective ECG editing optional Reconstrucția iterativă a imaginii optional Sliding collimation (overbeaming reduction) optional Axial cardiac Low-dose cardiac(achizitiie axială) optional Corecția aritmiei opțional Sintagma "optional"; ce presupune? Acești parametri trebuie sa fie prezenti la etapa de livrare? Sau echipamentul livrat poate fi dotat ulterior cu acești parametri, la solicitare si contra cost?

Răspuns (9 iun 2023, 16:13):

Lotul nr. 5 a fost anulat la solicitarea beneficiarului. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

9 iun 2023, 16:39

Subiectul întrebării:

: Răspuns (9 iun 2023, 09:18):

Întrebare:

Unde vedeti voi acolo codurile generice inaintate de catre SC BALTI?

Răspuns (9 iun 2023, 17:58):

Specificatiile tehnice ale dispozitivelor medicale cu coduri generice au fost publicate la rubrica transparenta, totodata la rubrica dispozitive medicale, dispozitive medicale cu coduri generice,

Data:

9 iun 2023, 16:40

Subiectul întrebării:

Mai multe loturi au fost anulate la solicitarea beneficiarului, IMPS SC Bălți.

Întrebare:

Care loturi au fost anulate, faceti va rog o claritate sau atasati scrisoarea Beneficiarului

Răspuns (9 iun 2023, 17:57):

Verificati va rog anulul de participare sunt indicate loturile anulate. Totodata, vor fi efectuate modificări în sistemul electronic.

Lot nr. 50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230

Data:

9 iun 2023, 21:00

Subiectul întrebării:

BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM

Întrebare:

Se solicita ca dispozitivul să întruneasă toate formatele BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM?

Răspuns (11 iun 2023, 16:16):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita ca dispozitivul oferit sa dispuna minim unu din format din cele enumerate (BMP sau JPG sau GIF sau PDF sau XML sau DICOM).

Data:

9 iun 2023, 21:49

Subiectul întrebării:

Lot nr. 80 Audiometru Cod 260900

Întrebare:

Buna ziua. Specificatia tehnica solicitată de către autoritatea contractantă pentru Lot. 80 Audiometru cod 260900. Vă rog să clarificați cerințele: Vorbirea Tip C și Masca bandă îngustă.

Răspuns (11 iun 2023, 16:16):

Masca banda ingusta este necesara pentru a oferi rezultate precise ale audiometriei cu tonuri pure prin separarea acustică.

Data:

9 iun 2023, 22:03

Subiectul întrebării:

Lot 80 Audiometru

Întrebare:

Buna ziua. Solicitam modificarea urmatorilor parametri tehnici: Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 1000 Hz 120 500- 4000 Hz 4000 Hz 100. Vă rugăm să indicați în specificația tehnică cerințe reale, deoarece nu există nici un audiometru în lume care să ofere posibilitatea măsurării conductivității osului cu amplificare în 120 dB și/sau 100dB.

Răspuns (11 iun 2023, 16:18):

Conform cerințelor caietului de sarcina se solicita parametri de performanta minimi necesari. Respectiv, ofertele urmează să corespundă cerințelor tehnice minime indicate în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

11 iun 2023, 13:37

Subiectul întrebării:

Loturile la care se solicita Electrocardiografe

Întrebare:

Referitor la loturile la care se solicită electrocardiografe, vă rugăm să ne oferiți următoarea informație. 1. La ce fel de software ar trebui să fie conectat ECG-ul? 2.

Ce fel de flux de lucru doresc să realizeze utilizatorii? Doar transmiterea fișierele ECG către software, utilizarea listelor de lucru...? Vă mulțumim anticipat!

Răspuns (11 iun 2023, 16:14):

Conform cerințelor caietului de sarcina se solicita „Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator”. Ca urmare, softul trebuie sa asigure utilizatorului posibilitateat de transmitere a datelor de la dispozitiv la calculator, analiza specializata conform normelor si protocolaelor medicale prevazute a rezultatelor obtinute.

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
	Conform demersului nr. 01.11/232 din 05.06.2023 al IMSP SC Băiți în care constată mai multe devieri, în raport cu veniturile și cheltuielile planificate și solicită excluderea necesarului solicitat pentru următoarele loturi- 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 71, 73, 74, 75, 76 și 83, astfel, se anulează loturile din motivul lipsei necesarului – 4, 5, 7, 8, 13, 38, 39, 40, 44, 48, 53, 55, 56, 58, 59 și 74. Totodată, lotul nr. 3 - Sistem radiodiagnostic cu brat C cu flat panel detector

		(20kW) (3 unități) a prezentat necesar de 2 unități - IMSP SC Băiți, care prin demersul sus menționat și a solicitat excluderea lotului și o unitate a prezentat Serviciul Medical al MAI. În același timp, s-a menționat că procedura de achiziție publică este una centralizată, astfel, pentru a nu tergiversa procedura de achiziție publică, luând în considerare că termenul de examinare a contestației depuse de către Medexcom SRL, pe marginea specificațiilor la lot 3 și 5, este de 20 de zile lucrătoare, s-a propus excluderea necesarului Serviciul Medical al MAI pentru lotul nr. 3 <i>System radiodiagnostic cu brat C cu flat panel detector (20kW) și inițierea separată a unei noi proceduri de achiziție publică.</i>
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	<i>Mlender</i>	

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>Mlender</i>
---	----------------

Până la termenul-limită (data 03.07.2023, ora 16:32), au depus oferta 25 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ciacoovski Tudor
2.	Ancotec-Sistem	1003600119209	Matei Andrei
3.	Aelo Grup SRL	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
4	Med M SRL	1005600059558	Cucerenco Olesca
5	Teis International Co. SRL	1003600043595	Dicusar Vladimir
6	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
7	Alex Standard SRL	1013600018392	Bojenco Anna
8	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Lurchevici Valeriu
9	Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
10	Health Medical Solutions	1018600009625	Trocin Caterina
11	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
12	IM „Dutched-M” SRL	10096000033367	Sveatoslav Prodan
13	Dita Est Farm SRL	1002600046359	: Chirtoacă Iurie
14	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
15	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ermicev Alexandr
16	Vivamed International SRL	1007600028965	Beregoi Valeriu
17	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
18	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei,

19	Medexcom SRL	1019600008809	Coretchi Iulian
20	Visiosystem SRL	1014600037327	Vasile MATEI
21	SA Tehoptimed	1003600087162	Mihail Arnaut
22	Vipromed SRL	1013600002366	Stela Poținga
23	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Octavian Savca
24	Medica Sens SRL	1019600050392	Tatiana Trili
25	Intermed SRL	1002600034804	Sergei Casmînin
			Natalia Chicu

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. de selecție (Descrierea criteriului/cerincii)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerincii:	Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:																									
		Medexcom Teh SRL	Dutchmed M SRL	Health Medical Solutions SRL	Neotec SRL	Natusana SRL	Data Control SRL	Tetis International SRL	Vivamed International SRL	Dita Est Farm SRL	Ancotec Sistem SRL	Alex Standard	Aelo Grup SRL	Gbg MLD SRL	Eyecon Medical SRL	Ecochimie SRL	Echipamed Plus SRL	labromed Laborator SRL	Imunotehnomed SRL	Intermed SRL	Visiosystems SRL	Vipromed Service SRL	Tehoptimed SRL	Medica SRL	Medglobalfarm SRL	Med M SRL	
1	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

	<p>i de Stat al persoanel or juridice sau de cătore persoana împuțerni cătore atăt și în cazul delegării sau împuțerni cirtii persoanei, la ofertă se anexează actul/docu mentul de împuțerni cirtore; <i>Conform anexei nr. 7 din Document ația Standard aprobată prin Ordinul Ministerul ui Finanțelor nr. 115 din 15.09.202 1.</i></p>	<p>lid a</p>	
--	---	------------------	--

	<p>22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: În oferta „formularul specificatiilor tehnice” se va indica obligativitatea codului produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform</p>																					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>exact parametru cu trimiteră la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsură bili se va indica parametru cu trimiteră la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit</p>																									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	a tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingere a ofertei																									
3	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Exlul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternici	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

cirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
 Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notă:
 Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în

	care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret.																														
4 DU AE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administrația companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

	<p>8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>																													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	împuternicire;										
Dovada înregistrării persoanelor juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofer	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
8		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da
											Da

<p>tant ul este stabil ilit</p>	<p>nerezident va prezenta document e din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare e/atestare ori apartenență a din punct de vedere profesional l copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice e de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului i de Stat al persoanelor juridice sau de câte</p>	Empty cells for the rest of the table
---	---	---------------------------------------

re a spec ifica țilo r prez enta te, lista acce sorii lor echi pam entu lui ofer it	oferit de la producăto r – copie - confirmat ă prin aplicarea semnăturii electronice e de către administra torul companiei indicat în Extrasul Registrulu i de Stat al persoanel or juridice sau de cătore persoana împuțerni cită atât și în cazul delegării sau împuțerni cirii persoanei, la ofertă se anexează actul/docu mentul de împuțerni cires;	
--	--	--

	<p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipame nt nu mai mic de 24 luni din data instalării/ ivrării, conform specificați e tehnice pentru fiecare lot</p>	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Da	Da	Da	Da
<p>1 3 Dec larat ie de la Ofertant</p>	<p>originală, confirmat ă prin aplicarea semnăturii electronic e de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului i de Stat al persoanel or juridice</p>	Da	e	ul	fix	24	lu	ni																		Da

<p>or tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Dec larat ie de la ofer tant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmat ă prin aplicarea semnăturii electronice de către administra torul companiei indicat în Extrasul Registrului i de Stat al persoanel or juridice sau de cătore persoana împuțerni cită atât și în cazul delegării sau împuțerni cirii	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
---	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

perioadei
de
garanție
efectuat de
către un
inginer
calificat al
Oferentului
-
-
original -
confirmat
ă prin
aplicarea
semnăturii
electronic
e de către
administra
torul
companiei
indicat în
Extrasul
Registrului
i de Stat al
persoanel
or juridice
sau de
către
persoana
împuțerni
cită atât și
în cazul
delegării
sau
împuțerni
cării

a
Echipamentele
Electrice
si
Electronice (EEE) -
Original
confirmat
ă prin
aplicarea
semnăturii
electronice
de către
administratorul
companiei
indicat în
Extrasul
Registrului
i de Stat al
persoanelor
juridice
sau de
către
persoana
împuternicită
atât și
în cazul
delegării
sau
împuternicirii
persoanei,
la ofertă se

	anexează actul/docu mentul de împuțerni cire;																								
Pent ru disp oziti vele med ical e ofer tate, care nu sunt îne gistr ate în Reg istru l de Stat	Notificare a pentru înregistra rea dispozitiv elor medicale în Registrul de stat al Dispozitiv elor Medicale conform modelului aprobai de AMDM Anexa nr. 1																								

1
8

<p>elor Medicale înregistrat e în Registrul de Stat al Dispozitiv elor Medicale. Pentru dispozitiv ele medicale înregistrat e din Registrul de Stat al Dispozitiv elor Medicale se va prezenta numărul de înregistrat e.</p>																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210	1	1348000	1348000	RadSpeed Pro	Japonia	Shimadzu	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Lungitudinală, ±80 cm (mișcarea totala 160 cm) s-a oferit 110 cm
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210	1	1481056,25	1481056,25	WDM New Oriental 1000ND	China	Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd	Health Medical Solutions SRL	Nu corespunde
2	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15KW) Cod 210270	1	761500	761500,00	PLX112B	China	NANJING PERLOVE MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz s-a oferit 40 kHz; 2. S-a solicitat Generator raze X puterea generator ≥ 15 kW s-a oferit 5 kW; 3. S-a solicitat Tub radiogen / sistem de răcire controlat de procesor s-a oferit fara;
2	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15KW) Cod 210270	1	1060000	##### ##	ZEN 7000	Coreea de Sud	Genoray	Medexcom-Teh SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Arcul C / Ungchi de rotație orbitală ≥ ±180° s-a oferit 155°, 13 - catalog_oscscarclassic_7000_5000_20170601.semnat, pag.5
2	Sistem radiodiagnostic cu brat C (15KW) Cod 210270	1	1150247,83	##### ##	Carmex R9	Italia	ALMAX IMAGING SRL (Trade mark Italray)	Health Medical Solutions SRL	P Nu corespunde cerintelor tehnice Parametrul tehnic Arcul C / Ungchi de rotație orbitală ≥ ±180° nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare
6	Negatoscop Cod 210700	10	3475	34750,00	02.080.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Nr. de lampe ≥2 s-a oferit 1; 2. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara;
6	Negatoscop Cod 210700	10	5789	57890	27366	Italia	GIMA (prodicator BIEFFE ITALIA s.r.l.)	Tetis International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara;

6	Negatoscop Cod 210700	10	6150	61500	27366	Italia	Gima	Data Control SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fara;
6	Negatoscop Cod 210700	10	6440	64400	M608043/GM	Italia	Titanox	Eyecorn Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice
9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	570000	570000	X CUBE 70	Korea	Alpinion	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat PREPROCESSARE, canale digitale $\geq 8\ 000\ 000$ s-a oferit 7,645,867, pag.6; 2. S-a solicitat MODURI de Scanare / Computere spațială ≥ 7 trepte s-a oferit Spatial Compound: 0 - 5, pag.7;
9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	601457,2 2	601457,22	Vimno G65	China	VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	641 520,00	641 520,00	Sonoscape P60 23.8 cu trei probe si printer B/W	China	Sonocape	Tetis International SRL	
9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	645451,5 2	645451,52	P60	China	SonoScape Medical Corp	Imunotehno med SRL	
9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	863200,0 0	863200	Acuson Redwood	Germania	Siemens	Vivamed International SRL	

10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	485000	485000	X CUBE 60	Korea	Alpion	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitata PACHETE DE ANALIZA / Elastografie sharewave (compresie acustică) s-a oferit fara acest pachet de analiza.
10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	497683,3	497 683,30	Vinno G65	China	VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	545300	545300	Consona N8	China	Mindray	Dutchmed M SRL	
10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	605110,8	605110,8	P60	China	SonoScape Medical Corp	Imunotehno med SRL	
10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	799000	799000	Acuson Redwood	Germania	Siemens	Vivamed International SRL	
11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	1	7 490,00	7490	34598 (model 8F-5A)	Italia/China	GIMA (producerator JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD)	Tetis International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB s-a oferit whole unit: 52dB(A), pag.6 si Front Side: 48dB(A).

11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	1	7711	7711	Oxybreath mini5	Turcia	Kare Medical	Eycon Medical SRL	Corespunde cerintelor tehnice
11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	1	10710	10710	OX-5+05.1095+05.1012	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	
12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	1	5000	5000	GT630-300A Steel	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Corespunde cerintelor tehnice
12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	1	2911	8733	BO.100.15012	Italia	SAN-O-SUB MBB Srl	Labromed Laborator SRL	
12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	1	4665	13995	34502+34166+34172	Italia	Gima	Vivamed International SRL	
14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	7	86609,6	606267,2	Instalatie "KL T-6220S6"	China	Kang De	Visiosystems SRL	Evaluarea parametrilor de performanță nu a fost posibil din motivul lipsei manualelor, broșurilor confirmative.

14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	7	107000	749000	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co., Ltd.	Vipromed Service SRL	Corespunde cerintelor tehnice
14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	7	108000	756000	Peony 2301B	China	Being Foshan	GBG MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Scaun stomatologic / Greutate maximă ≥ 180 kg s-a oferit 150 kg (Allowed maximum load from 150 kg); 2. S-a solicitat Sursa de lumină / Poziții 2 de la 30 000 Lux s-a oferit 23 000 lux;
15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	4	98599,04	394396,16	Instalatie "KL-T-6220S6"	China	Kang De	Visiosystems SRL	Evaluarea parametrilor de performanță nu a fost posibil din motivul lipsei manualelor, broșurilor confirmative.
15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	4	113000	452000	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co., Ltd.	Vipromed Service SRL	Corespunde cerintelor tehnice
15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	4	133 000,00	532000	Peony 2301B	China	Being Foshan	GBG MLD SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Sursa de lumină / Poziții 2 de la 30 000 Lux s-a oferit 23 000 lux;
16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	3332,00	3332,00	02.738.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde. S-a solicitat cantitatea 2 buc, s-a oferit 1 buc

16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	9400	9400	30755	Italia	Gima	Data Control SRL	Nu corespunde. S-a solicitat cantitatea 2 buc, s-a oferit 1 buc
16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	4 897,00	9 794,00	KS-Q7 (49040)	Italia/China	GIMA (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd)	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	13986	13986	ACEMST1.1/F T	Italia	ACEM SPA	Eyecon Medical SRL	Nu corespunde. S-a solicitat cantitatea 2 buc, s-a oferit 1 buc
17	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110	5	10080	50400	30726	Italia	Gima	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	1	15195,00	15195,00	49125	Italia	Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) s-a oferit 600 - 1600 mm;
18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	1	54870	54870	Onyx TL-01 (60 000 lux)	Polonia	Inflimed	Data Control SRL	Corespunde cerintelor tehnice
18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	1	59100	59100	Lampă pentru examinare, brat articulat Model L 511120A	Germania	Provitita medical GmbH&CO KG	Aelo Grup SRL	

19	Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130	13							Nu a fost depusă nici o ofertă
20	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	119	281	33439	Y2- H115+UVCT8/G 13-15W Non Ozone	China	HXL T Co Ltd	Ecochimie SRL	Nu corespunde, se respinge pe motivul că nu a depus garanția pentru ofertă în cuantumul solicitat
20	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	119	360	42840	Model Corp cu Lampa UV 1x15W Codul produsului în broșură 019	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	Aelo Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
21	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	137	410	56170	Y2- H130+XGYT8- UV C-30W Non Ozon	China	HXL T Co Ltd	Ecochimie SRL	Nu corespunde, se respinge pe motivul că nu a depus garanția pentru ofertă în cuantumul solicitat
21	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	137	980	134260	Model Corp cu Lampa UV 1x30W Codul produsului în broșură 022	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	Aelo Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
22	Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160	25	2900	72500	Model Corp cu Lampa UV 3x30W Codul produsului în broșură 023	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	Aelo Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
23	Cîntar electronic pentru adulți cu talometru Cod 130700	11	3325	36575	RCS 200	China	Jiangsu Suhong Medical Instruments	Tehoptimed SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical

23	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	11	3 880,00	42680	Pegaso 27289	Italia	Gima	Tetis International SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
23	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	11	3885,00	42735,00	S7350HR	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
23	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	11	4 950,00	54450	S7350HR	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	
24	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	12	3325	39900	RCS 200	China	JiangsuSuhongMedicalInstruments	Tehopimed SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
24	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	12	3 880,00	46 560,00	Pegaso 27289	Italia	Gima	Tetis International SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
24	Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710	12	4 950,00	59400	S7350HR	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
25	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	6	3 880,00	23 280	Pegaso 27289	Italia	Gima	Tetis International SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
25	Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720	6	4 950,00	29700	S7350HR	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată

26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	1665	8325	GT131-120/RGZ-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/Jiangsu Suhong Med, Instr.	Natusana SRL	Nu a răspuns la clarificări
26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	2075	10375	RGZ 200	China	JiangsuSuhongMedicalInstruments	Tehoptimed SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	2 880	14 400	ASTRA 27310	Italia	Gima	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	3475,00	17375,00	27310	Italia	Gima	Vivamed International SRL	
26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	4 880,00	24400	S7200HR	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	
27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	17	1665	28305	GT131-120/RGZ-200	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/Jiangsu Suhong Med, Instr	Natusana SRL	Nu a răspuns la clarificări
27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	17	2075	35275	RGZ 200	China	JiangsuSuhongMedicalInstruments	Tehoptimed SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical

27	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	17	2880	48 960	ASTRA 27310	Italia	Gima	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
27	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	17	3475,00	59075,00	27310	Italia	Gima	Vivamed International SRL	
27	Cintar mecanic cu talionmetru, pentru adulti Cod 130740	17	4 680,00	79560	S7200HR	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	
28	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	52	573	29796	BY80	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
28	Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800	52	850,00	44200,00	27267	Italia	Gima	Vivamed International SRL	În urma scrisorii de clarificare nu a fost demonstrate următorii parametri: 1. Ecran LCD ≥ 65x25mm
29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	3	850	2550	GT130-200/RGZ20-A	China	Ningbo Greeemed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Nu este dispozitiv medical.
29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	3	1 250,00	3750	S7250	Italia	Fazzini	GBG MLD SRL	Corespunde cerintelor tehnice

29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	3	2085,00	6255,00	S725	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	
30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	1945,00	33065,00	MS-35	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Vivamed International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	2800	47600	YA-EC-S03	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	
30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	3 770,00	64090	MIA 3086	Turcia	Miamed Medikal	Echipped Plus SRL	
30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	5313,33	90326,67	Examy 3	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	
30	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310	17	6000	102000	Diagno 01	Turcia	Meissa	Data Control SRL	
31	Targa-saltea sanitara Cod 140350	2	1240	2480	BAR018	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Sarcina maximă \geq 150 kg s-a oferit 120 kg

31	Targa-saltea sanitara Cod 140350	2	1800	3600	YA-ES04	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	Nu corespunde, declară că nu este dispozitiv medical
31	Targa-saltea sanitara Cod 140350	2	2100	4200	34107	Italia/ China	GIMA (producer Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co., Ltd)	Tetis International SRL	Nu corespunde, deoarece conform scrisorii AMDM RG02- 004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.
31	Targa-saltea sanitara Cod 140350	2	4020	8040	34077	Italia	Gima	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
32	Targa sanitara Cod 140360	9	1600	14400	34107	Italia	Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetierra reglabila s-a oferit fara tetierra reglabila.
32	Targa sanitara Cod 140360	9	1800	16200	YA-ES04	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetierra reglabila s-a oferit fara tetierra reglabila.
32	Targa sanitara Cod 140360	9	2100	18900	34107		GIMA (producer Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co., Ltd)	Tetis International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Caracteristici / Tetierra reglabila s-a oferit fara tetierra reglabila.

32	Targa sanitara Cod 140360	9	4020	36180	34077	Italia	Gima	Data Control SRL	Corespunde cerintelor tehnice
32	Targa sanitara Cod 140360	9	4 200,00	37800	34077	Italia	Gima	GBG MLID SRL	Corespunde cerintelor tehnice
33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	12800	243200	YA-PS05	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Poziționare / Tredelinburg ≥ 15 grade s-a oferit fara pozitia tredelinburg. 2. S-a solicitat Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm s-a oferit 1930x64 cm. 3. S-a solicitat Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete s-a oferit fara.
33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	13081,67	248551,67	ST72	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	17 390,00	330410	MIA STR-3	Turcia	Miamed Medikal	Echipamed Plus SRL	

33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	17990,00	341810,00	MONO-4100	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Vivamed International SRL	
33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	24 100,00	457900	MYS-950	Turcia	Meyosis	GBG MLD SRL	
33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	26000	494000	Dynamic 2,0	Turcia	Meissa	Data Control SRL	
34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	24150,00	120750,00	AMS-10	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Spătăruu reglabuu cu ajutoruu unuu amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 63 grade. 2. S-a solicitat Reglabuu pe înăăăime 55 - 80 cm s-a oferit 60 - 87.5 cm. 3. S-a solicitat Sarcina maximă ≥ 230 kg s-a oferit 200 kg.
34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	27 535,00	137675	MIA STR-4	Turcia	Miamed Medikal	Echipamed Plus SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Spătăruu reglabuu cu ajutoruu unuu amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 70 grade. 2. S-a solicitat Support pentru balon de oxigen s-a oferit fara.

34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	32290	161450	EMERGEUM	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	32800	164000	YA-PS07	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	
34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	³⁶ 950,00	184750	MYS-650	Turcia	Meyosis	GBC MLD SRL	
34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	42000	210000	Movee 2.0	Turcia	Meissa	Data Control SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	19 671,49	688502,13	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea Ortopedica MF 01	Turcia	ALATURCA MEDİKAL DIŞ TIC.A.Ş	Dita Est Farm SRI	Corespunde cerintelor tehnice
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	21000	735000	Pioneer 4,1 Trend	Turcia	Meissa	Data Control SRL	

35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	21180,00	741300,00	HBV-4	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Vivamed International SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	22285	779975	YA-DS-12	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	25490	892150	IN 41	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	27500	962500	T-8060	Turcia	T Health	Ancotec Sistem SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	31 325,00	1096375	MIA BED-4	Turcia	Miamed Medikal	Echipped Plus SRL	
35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	31 950,00	1118250	MYS-5410NE	Turcia	Meyosis	GBG MLD SRL	
36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	20 174,44	161395,5	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea Ortopedica MF 01	Turcia	ALATURCA MEDIKAL DIŞ TIC.A.Ş	Dita Est Farm SRI	Corespunde cerintelor tehnice

36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	22285	178280	YA-D5-12	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	
36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	28000	224000	Pioneer 4,2 Care	Turcia	Meissa	Data Control SRL	
36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	30600	244800	IN 42	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	
36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	39 770,00	318160	MIA 06-S RED LINE	Turcia	Miamed Medikal	Echipamed Plus SRL	
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	8580	429000	YA-M3-1	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	Corespunde cerintelor tehnice
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	9540	477000	HKM-Y30	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	Vivamed International SRL	
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	11887,5	594375	ME 30	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	14000	700000	Primitive 3	Turcia	Meissa	Data Control SRL	

37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	14000	700000	T-3380	Turcia	T Health	Ancotec Sistem SRL	
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	14 011,87	700593,6	Pat multifunctional pentru copiiaadolescenti (Cod produs : CB 300) + Saltea Ortopedica MF 01 CB	Turcia	ALATURCA MEDİKAL DIŞ TİC.A.Ş	Dita Est Farm SRI	
37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti Cod 140410	50	15 755,00	787750	MIA BED-15	Turcia	Miamed Medikal	Echipamed Plus SRL	
41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	24000	168000	Moherecare2	Turcia	Meissa	Data Control SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm s-a oferit 59 - 91 cm. 2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg s-a oferit 180 kg.
41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	43500	174000	PM120BLU	Italia	Moretti	Tetis International SRL	Nu corespunde, s-a solicitat 7 buc, s-a oferit 4 buc
41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	25693,33	179853,33	02.539.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm s-a oferit 58 - 86 cm. 2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg s-a oferit 150 kg.

41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	27370	191590	METERNUM	Turcia	Optium	Tehoptimed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	28 980,00	202860	MIA GT-01	Turcia	Miamed Medical	Echipamed Plus SRL	
41	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	30140	210980	MC-D04	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Neotec SRL	
42	Gonioscop Cod 170510	2	10200	20400	VG3	SUA	Volk	Data Control SRL	Nu corespunde, deoarece conform scrisorii AMDM RG02- 004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.
43	Lenila Volk Cod 170520	3	8300	24900	V20L CV78CV90 C	SUA	Volk	Data Control SRL	Nu corespunde, deoarece conform scrisorii AMDM RG02- 004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.

45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	4	17780	71120	1103L	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	
45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	4	19380	77520	MAC 600	SUA	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC	Intermed SRL	
46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	10831,67	54158,33	iE300	China	BIOCARE	Tehoptimed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	11000	55000	ECG-1103L	China	CareWell	Vivamed International SRL	
46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	11 124	55620	33333(SE-3)	Italia/ China	Gima (producerator Edan Instruments, China)	Tetis International SRL	
46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	16000	80000	Model SE - 301	China	EDANINSTRUMENTS INC	Aelo Grup SRL	

46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	17780	88900	1103L	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	
47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	13 824	13824	33333(SE-3) + troleu -CO150	Italia/ China	Gima (prodicator Edan Instruments, China)	Tetis International SRL	Parametrul tehnic Troleu pe rotile brai articulat pentru electrozi ECG nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare
47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	15396,67	15396,67	ECCG-1103L+02.570.00	China	CareWell	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Detector de pacemaker - da s-a oferit fara. 2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit 30 - 250 BPM.
47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	18200	18200	1103L	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Detector de pacemaker - da s-a oferit fara. 2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit 30 - 250 BPM.
47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	25 000,00	25000	Model SE - 301	China	EDAN INSTRUMENTS INC	Aelo Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211	1	38500	38500	MAC 600	SUA	GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC	Intermed SRL	

49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260222	5	18000	90000	Model SE – 601B	China	EDANINSTRUME NTS INC	Aelo Grup SRL	Coreस्पunde cerintelor tehnice
49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260222	5	18200	91000	1106L	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	
49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260222	5	18266,67	91333,33	EKG-1106L+02.570.00	China	CareWell	Vivamed International SRL	
49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260222	5	28100	140500	EKG100L+Interpretare Glasgow+trolou	Italia	Cardioline	Data Control SRL	

50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	17 472	52416	33224 (1200G ECG - 12 channel with monitor	Italia/ China	GIMA (producator Contec, China)	Tetis International SRL	În urma scrisorii de clarificare nu a fost demonstrate următorii parametri: 1. Detector de pacemaker - da; 2. Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; 3. Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator - da; 4. Ajustarea automată a izoliniei - da; 5. Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM; 6. Ritmului cardiac / Acuratețea ± 1 BPM; 7. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s.;
50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	19600	58800	1112M	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	Corespunde cerințelor tehnice
50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	22016,67	66050	ECG-1112M	China	CareWell	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit 30BPM~250BPM, pag.71.
50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	31780	95340	ECG200L+Interpretare Glasgow+troliu	Italia	Cardioline	Data Control SRL	
51	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotiile Cod 260231	1	19600	19600	1112M	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Troleu pe rotiile braț articulată pentru electrozi ECG s-a oferit cu braț standard.

51	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260231	1	26016,67	26016,67	ECG-1112M+02.570.00	China	CareWell	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit 30BPM~250BPM, pag.71.
51	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu trolou pe roțile Cod 260231	1	33830	33830	ECG200S+Interpretare Glasgow+trolou	Italia	Cardioline	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
52	Stress sistema diagnostică cu banda de alergare Cod 260240	1	188600	188600	Cubestress system, (KSSM0000, ECG, Software, PC, Printer) + Treadmill XR450M (67019385)	Italia	Cardioline	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
52	Stress sistema diagnostică cu banda de alergare Cod 260240	1	260 400	260400	EC-12RS + EC-12LT Treadmill	Ungaria	Labtech	Tetis International SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată

54	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	4	12489,17	49956,67	TH12	China	CareWell	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Gama de frecvență / De diagnostic 0.05-100 Hz s-a oferit 0.67-40 Hz. 2. S-a solicitat Impedanta de intrare ≥ 100 Mohm s-a oferit 10 MOh. 3. S-a solicitat Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB s-a oferit 80dB. 4. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz s-a oferit 250 Hz. 5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h s-a oferit 24 hours.
54	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270	4	56 120	224480	EC-12H	Ungaria	Labtech	Tetis International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz s-a oferit 1000 Hz. 5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h s-a oferit min. 24 h, up to 48 h using a high-capacity battery.
57	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	39350	157400	K15	China	CareWell	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm. 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	52000	208000	BT-780	Coreea	Bistos	Data Control SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1.S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 1.25-20 mm/mV. 2. S-a solicitat Modul ECG /Monitorizarea respiratiei 0 - 150 rpm s-a oferit 0 - 120 rpm. 3. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm.
57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	62800	251200	K15	China	Lepu Medical Technology	Neotec SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm. 2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg
57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	78000	312000	Venus	China	Northern Medic	Ancotec Sistem SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg. 2. S-a solicitat Modul Temperatura / Diapazonul 0 - 50.0 °C s-a oferit 5 - 50 °C.
57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	120000	480000	Model IX 15	China	Edan	Aelo Grup SRL	Corespunde cerintelor tehnice
60	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	6	6400	38400	BT-710	Coreea	Bistos	Data Control SRL	Corespunde cerintelor tehnice

60	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	6	7 450	44 700	Moretti Pulsoximetru LTD822 (H100B) + SENSOR adult LDR200+sensor pediatric LDR203+ bloc alimentare si baterii LTD822R	Italia / China	Moretti (producator Edan Instruments, China)	Tetis International SRL	
61	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	60	249	14940	Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
61	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	60	288,33	17300		Italia	Gima	Vivamed International SRL	
62	Spirograf Cod 260500	1	24158,33	24158,33	SMP 21/01 RD	Rusia	RESEARCH & PRODUCTI ON COMPANY MONITOR LTD	Tehoptimed SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Display / touchscreen s-a oferit cu butoane.
62	Spirograf Cod 260500	1	46958,6	46958,6	Spirolab	Italia	MIR	Health Medical Solutions SRL	Corespunde cerintelor tehnice
62	Spirograf Cod 260500	1	50 093	50093	33519 SPIROLAB SPIROMETER WITH 7" TOUCHSCREEN + 200 turbine tip 33507	Italia	GIMA (producator MIR S.R.L. - Medical International Research)	Tetis International SRL	
62	Spirograf Cod 260500	1	50530	50530	Spirolab (911080E0)	Italia	MIR	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată

63	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510	1	49500	49500	Minispir (911006E0)	Italia	MIR	Data Control SRL	Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	30,98	82840,52	Gina termometru mecanic 25586 (CR.W00)	Italia / China	GIMA (producator Wuxi Medical Instrument Factory Co, Ltd, China	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	34	90916	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	39,17	104731,67	CR.W00	China	WuxiMedicalInstru ments	Tehoptimed SRL	
64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	45,83	122558,33	T-CLASSIC MERCURYFREE THERMOM ETER TR.100200	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfar m SRL	
65	Termometru digital Cod 260610	501	25	12525	DIGIT-40 DIGITAL THERMOM ETER TR.200030	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfar m SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice I. S-a solicitat Alarme/indicatori / Acustică temperatura finală ferbă s-a oferit fără.
65	Termometru digital Cod 260610	501	28,5	14278,5	GT004-233 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Corespunde cerintelor tehnice
65	Termometru digital Cod 260610	501	32	16032	Beurer Termometru electronic FT09	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice

65	Termometru digital Cod 260610	501	53,33	26720	25557	Italia	Gima	Vivamed International SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Tip pacient nou-născut, pediatric, adult s-a oferit doar pentru adult. 2. S-a solicitat Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) s-a oferit fara acest regim.
66	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	28	291,67	8166,67	T-EASY Infrared thermometer TR.100500/ 01	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobealtar m SRL	
66	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	28	707	19 796	Beurer Termometru FT70	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
67	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	100	199,17	19916,67	VIT-1	Ucraina	Steklopribor	Tehoptimed SRL	Corespunde cerintelor tehnice
67	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	100	209	20900	VIT-1	Ucraina	Steklopribor	Ecochimie SRL	Nu corespunde, se respinge pe motivul că nu a depus garanția pentru ofertă în cuantumul solicitat
67	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	100	210	21000	Higrometru Psihrometru 0- 25C	Ucraina	Steklopribor	Alex Standard SRL	
68	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	235	199,17	46804,17	VIT-1	Ucraina	Steklopribor	Tehoptimed SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a oferit modelul VIT-1. S-a solicitat Diapazonul măsurării Temperatura 0 ...+ 40 C s-a oferit Temperatura + 15...+ 25 C
68	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	235	208,8	49068	VIT-II	Ucraina	Steklopribor	Ecochimie SRL	Nu corespunde, se respinge pe motivul că nu a depus garanția pentru ofertă în cuantumul solicitat

68	Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640	235	210	49350	Higrometru Psihrometru 15-40C	Ucraina	Stecloporbor	Alex Standard SRL	Corespunde cerintelor tehnice
69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	125	19875	MC-20(-50)	China	WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	Med M SRL	Corespunde cerintelor tehnice
69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	131,8	20956,2	Moretti Tensiometru DM330	Italia / China	Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China	Teis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	145	23055	GT001-110 Tensiometru Adult	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	
69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	150	23850	08.331.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	
69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	195,83	31 137,50	A-100 SPHYGMO MANOMETR PR.315100	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfarm SRL	

70	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710	1022	145	148190	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonendoscop separat	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Corespunde cerintelor tehnice
70	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710	1022	146,75	149978,5	Moretti Tensiometru DM333	Italia / China	Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
70	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710	1022	159	162498	Tonometru MC-20(-50)+ Stetoscop ZY1002	China	WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	Med M SRL	
70	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710	1022	191,67	195883,33	A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfarm SRL	
70	Tensiometru Adult cu fonendoscop Cod 260710	1022	196,67	200993,33	08.333.00	Italia	Fazini	Vivamed International SRL	

71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	155	8990	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Corespunde cerintelor tehnice
71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	169	9802	Moretti Tensiometru DM330 + Manseta pediatrica DR1421	Italia / China	Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	190	11020	08.336.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	
71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	195,83	11358,33	A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100 CHILD CUFF, Black colour, diam. 18 – 26 cm 11162	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfarm SRL	
72	Tensiometru Pediatric cu fonosondoscop Cod 260730	84	155	13020	GT001-110 Tensiometru cu fonosondoscop cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Natusana SRL	Corespunde cerintelor tehnice

72	Tensiometru Pediatric cu fonoscop Cod 260730	84	173	14532	Moretti Tensiometru DM333 cu Manseta pediatrica DR1421	Italia / China	Moretti (producerator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)	Tetis International SRL	
72	Tensiometru Pediatric cu fonoscop Cod 260730	84	195,83	16 450	A-100 SPHYGMO MANOMET ER PR.315100 CHILD CUFF, Black colour, diam. 18 – 26 cm 11162	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfarm SRL	
72	Tensiometru Pediatric cu fonoscop Cod 260730	84	248,33	20860	08.336.00+08.5 13.00	Italia	Fazzini	Vivamed International SRL	
73	Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740	40							Nu a fost depusă nici o ofertă

75	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	34	416,67	14 166,67	MY PRESSURE 2. UPPER ARM BLOOD PRESSURE MONITORE 503000	Italia	CA-MI S.R.L	Medglobalfar m SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg s-a oferit 40-260 mmHg. 2. S-a solicitat Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet s-a oferit fara conectare. 3. S-a solicitat Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări s-a oferit fara.
75	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	34	1090	37060	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea cu 2 mansete adulti	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
76	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	11	1 310	14410	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
77	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780	71	1310	93010	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
78	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790	17	1310	22270	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice

79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	1	3820	3820	BT-350L	Coreea	Bistos	Data Control SRL	Corespunde cerintelor tehnice
79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	1	35000	35000	Model Star- 5000C	China	Comen	Aelo Grup SRL	
80	Audiometru Cod 260900	1	59 790	59 790	33624 P15 SIBELSOUND 400- AOM AUDIOMETER with W50 software - air+bone+maskin g	Italia / Spania	GIMA (producer SIBEL S.A.U., Spania)	Tetis International SRL	Corespunde cerintelor tehnice
80	Audiometru Cod 260900	1	70000	70000	AD629 (License B)	Danemar ca	Interacous tics SA	Medica SRL	
80	Audiometru Cod 260900	1	89000	89000	Harp model Plus10163	Italia	Inventis	Med M SRL	
81	Videocolposcop Cod 261010	1	259000	259000	Z4	Italia	Centrel	Data Control SRL	Corespunde cerintelor tehnice
81	Videocolposcop Cod 261010	1	267000	267000	Smart OPTIC (LED)	Polonia	Seliga	Ancotec Sistem SRL	

82	Ecoencefalograf Cod 300400	1									Nu a fost depusă nici o ofertă
83	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	1	388390,8	388390,8	WAKLe 2TC	Franta	Alys Medical	Health Medical Solutions SRL			Corespunde cerințelor tehnice
84	Alcotest Cod 300700	2	53500	107000	6820 med	Germania	Dräger Safety AG	Labromed Laborator SRL			Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată
85	Statie de Oxigen 14 mc Cod 300800	1									Nu a fost depusă nici o ofertă

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și
prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea
prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-2090 din 03.08.2023	Aelo Grup SRL	În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări: Potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferțate se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile	Răspunsul în baza scrisorii nr. 156-23 din 03.08.2023 cu atașarea documentelor solicitate

		<p><i>administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</i></p> <p>Astfel, pentru lotul nr. 57 <i>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult)</i> a fost oferit bunul de modelul IX 15, producătorul Edan Instruments-İN, iar în notificarea depusă pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale se regăsesc mai multe bunuri cu modele care nu au fost oferite.</p> <p>Respectiv, solicităm prezentarea notificării pentru lotul menționat doar pentru bunul oferit privind înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, însoțită de documentele necesare, împreună cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p>	
Rg02-2092 din 03.08.2023	Data Control SRL	<p>în temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferite se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 6 Negatoscop Cod 210700, nr. 18 Lampa pentru examinare, brat articulat, nr. 32 Targa sanitară Cod 140360, nr. 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medi) Cod 140510, nu sa regăsit în oferta depusă numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nici notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânsi, pe poșta electronică office@capes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Pentru loturile nr. 69 <i>Tensiometrul Adult Cod 260700</i> și nr. 70 <i>Tensiometrul Adult cu fonendoscop Cod 260710</i>, în oferta depusă nu sa regăsit atașate documentele confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit (<i>broșura, manual, data sheet, catalog sau alte documente descriptive</i>), solicitate în documentația de atribuire.</p> <p>Totodată, potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferite se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea</p>	Răspunsul în baza scrisorii nr. 0809-1 din 08.09.2023 cu atasarea documentelor
Rg02-2093 din 03.08.2023	Med M SRL	<p>Răspunsul în baza scrisorii nr. 98 din 09.08.2023 cu atasarea documentelor doveditoare</p>	

Rg02-2094 din 03.08.2023	Medglobalfarm SRL	<p>dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 69 Tensiometrul Adult Cod 260700 (codul produsului oferat MC-20C-50), nr. 70 Tensiometrul Adult cu fonendoscop Cod 260710 (codul produsului oferat MC-20C-50) + Stetoscop ZY1002) și nr. 80 Audiometrul Cod 260900 (codul produsului oferat Harp model Plus10163) nu sa regăsit în oferta depusă numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nici notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită „<i>Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare</i>” sau în caz contrar pentru bunurile oferate se va prezenta „<i>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i>”.</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 64 Tensiometrul mecanic Cod 260600, nr. 70 Tensiometrul Adult cu fonendoscop Cod 260710, nr. 71 Tensiometrul Pediatric Cod 260720, nr. 72 Tensiometrul Pediatric cu fonendoscop Cod 260730 și nr. 75 Tensiometrul electronic automat Adult Cod 260760, numerele de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă precum nr. DM000088897 (pentru modelul TR.100200, înregistrat din data 04.04.2018), nr. DM000073743 (pentru modelul PR 315100 înregistrat din data 20.03.2018) și nr. DM000073764 (pentru modelul RE 503000 înregistrat din data 20.03.2018) fiind cu termenul de valabilitate expirat (valabilitatea 5 ani).</p> <p>Totodată, în oferta depusă pentru loturile nr. 65 Tensiometrul digital Cod 260610 și nr. 66 Tensiometrul digital cu infraroșu Cod 260620 a fost indicat numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale DM000088897, însă acesta nu este pentru modelele oferate TR.200030 și TR.100500/01.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea numărului din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferat sau a notificărilor cu tot setul de documente necesare pentru loturile sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p>	Nu a răspuns la clarificări
--------------------------------	----------------------	--	-----------------------------

Rg02-2095 din 03.08.2023	Natusana SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferite se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 26 Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730, nr. 27 Cintar mecanic cu talionetru, pentru adulti Cod 130740 și nr. 29 Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810 nu sa regăsit în oferta depusă numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nici notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferite se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510, nr. 45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 și nr. 46 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 nu sa regăsit în oferta depusă numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nici notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită pentru bunurile oferite care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pînă la termenul limită de deschidere a ofertelor se va prezenta</p>	Nu a răspuns la clarificări
Rg02-2096 din 03.08.2023	Tehoptimed SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită „Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare” sau în caz contrar pentru bunurile oferite se va prezenta „Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510, nr. 45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 și nr. 46 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210 nu sa regăsit în oferta depusă numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nici notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită pentru bunurile oferite care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pînă la termenul limită de deschidere a ofertelor se va prezenta</p>	Răspunsul în baza scrisorii nr. 15 din 03.08.2023 și nr. 16 din 09.08.2023 cu atașarea documentelor
Rg02-2097 din 03.08.2023	Tetis International SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Potrivit anunțului de participare se solicită pentru bunurile oferite care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pînă la termenul limită de deschidere a ofertelor se va prezenta</p>	Răspunsul în baza scrisorii nr. 08/182 din 08.08.2023 cu

		<p>„Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”.</p> <p>Astfel, pentru loturile nr. 6 Negatoscop Cod 210700, nr. 31 Targa-saitea sanitara Cod 140350, nr. 32 Targa sanitara Cod 140360, nr. 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510, nr. 45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 și nr. 50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230, operatorul economic a indicat în formularul specificațiilor tehnice că dosarul pentru înregistrare la AMDM este inclus, însă lipsește notificările pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Totodată, pentru lotul nr. 47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roile Cod 260211 numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicat în oferta depusă este indicat nr. DM000101927 (înregistrat din data 11.04.2018) fiind cu termenul de valabilitate expirat (5 ani valabilitatea).</p> <p>Respectiv, solicităm notificările pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale însoțite de toate documentele necesare pentru loturile sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p>	atașarea documentelor solicitate
Rg02-2099 din 03.08.2023	Vipromed Service SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>În oferta depusă s-a constatat o divergență a termenului de valabilitate a ofertelor indicat în <i>declarația cu privire la valabilitatea ofertelor</i> (anexa nr. 8), s-a indicat 160 de zile, însă s-a declarat până la data de 13.10.2023.</p> <p>Menționăm că termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor, adică din 03.07.2023, iar orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în documentația de atribuire, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Astfel, solicităm reconfirmarea termenului de valabilitate a ofertei, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capes.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p>	Răspuns în baza scrisorii nr. 5 din 04.08.2023 cu atașarea documentelor confirmative
Rg02-2100 din 03.08.2023	Visiosystems SRL	<p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Astfel, în oferta depusă nu sau regăsit mai multe documente solicitate în pct. 16 al anunțului de participare și anume:</p>	Răspuns în baza scrisorii cu nr de intrare nr. Rg01-3218 din 07.08.2023 cu

Rg02-2101 din 03.08.2023	Vivamed International SRL	<p>1. <i>Certificat de atribuire a contului bancar;</i></p> <p>2. <i>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit;</i></p> <p>3. <i>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;</i></p> <p>4. <i>Situația financiară;</i></p> <p>5. <i>Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit;</i></p> <p>6. <i>Declarație de la Oferant cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate;</i></p> <p>7. <i>Declarație de la Oferant în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot;</i></p> <p>8. <i>Declarație de la Oferant cu privire la garanțarea perioadei de reacție, jumatate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice;</i></p> <p>9. <i>Declarație de la ofertant în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022;</i></p> <p>10. <i>Declarație de la Oferant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/înțreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuată de către un inginer calificat al Oferantului;</i></p> <p>11. <i>Dovada înregistrării în Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice;</i></p> <p>12. <i>Pentru dispozitivele medicale oferite care sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, pentru acele neînregistrate se va prezenta notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale;</i></p> <p>13. <i>Declarație de la ofertant cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite).</i></p> <p>Astfel, solicităm prezentarea documentelor sus menționate, în termeni restrânși, pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, următoarele clarificări.</p> <p>Documentele solicitate obligatorii conform documentației de atribuire și încărcate în sistemul electronic, precum „<i>Cererea de participare</i>” și „<i>Declarație privind valabilitatea ofertei</i>” conțin semnătura</p>	atașarea documentelor confirmative
		<p>Răspuns în baza scrisorii nr. 25 din 09.08.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>	

		<p>electronică nevalidă. Respectiv, solicităm respectuos prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide a documentelor sus menționate, cu aceeași dată și oră.</p> <p>Cerințele stipulate supra sunt obligatorii și cumulative, iar acțiunea grupului de lucru, în condițiile în care ofertantul nu se va conforma acestora, va fi respingerea ofertei.</p> <p>Clarificările urmează a fi prezentate cu scrisoare de însoțire cu atașarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide a documentelor sus menționate, cu aceeași dată și oră, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 09.08.2023.</p>	
Rg02-3246 din 26.09.2023	Aelo Grup SRL	<p>Pentru lotul nr.47. Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu pe roțile braț articulată pentru electrozi ECG; 2. Troleu pe roțile suport pentru gel de contact; <p>Pentru lotul nr. 49. Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260222, nu s-au regăsit următorii parametri tehnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu pe roțile braț articulată pentru electrozi ECG; 2. Troleu pe roțile suport pentru gel de contact; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr. 169-23 din 28.09.2023 cu argumentele de rigoare</p>
Rg02-3248 din 26.09.2023	Ancotec Sistem	<p>Pentru lotul nr. 35. Pat multifuncțional pentru adulti (5-6 poziii) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	<p>Răspunsul în baza scrisorii nr. 02-23 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>

Rg02-3245 din 26.09.2023	Data Control SRL	<p>Pentru lotul nr. 6 Negatoscop Cod 210700, nu s-au regăsit următorii parametri tehnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. de lampe ≥ 2; 2. Reglare luminozitate; <p>Pentru Lotul nr. 35. Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri tehnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient ; 2. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Pentru Lotul nr. 36. Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400, nu s-a regăsit următorii parametri tehnici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic; 2. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	Răspunsul în baza scrisorii nr. 2909-1 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative
Rg02-3249 din 26.09.2023	Dita Est Farm	<p>Pentru lotul nr. 35. Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Pentru lotul nr. 36. Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400, nu s-a regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic; 3. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	Răspunsul în baza scrisorii cu nr de intrare Rg01-4299 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative

Rg02-3252 din 26.09.2023	Echipamed Plus SRL	<p>Pentru lotul nr. 35 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient;</p> <p>2. Saltele lavabile / ortopedică;</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@ccaps.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr. 051/23 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>
Rg02-3253 din 26.09.2023	ICS Eyecon Medica SRL	<p>Pentru lotul nr. 6. Negatoscop Cod 210700, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <p>- Reglare luminozitate;</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@ccaps.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr. EMMID20230927 din 27.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>
Rg02-3254 din 26.09.2023	Health Medical Solutions SRL	<p>Pentru lotul nr. 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistemul BUCKY a mesei / Controlul automat al expunerii (AEC) 3 câmpuri; 2. BUCKY vertical / Deplasarea longitudinală, cm max. 180 cm; 3. Generator de raze X / Intensitatea maximă la 100 kV \geq 650 mA; 4. Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog) / Pachet DICOM transmitere min 10 noduri DICOM, baza de date; <p>Pentru lotul nr. 2 Sistem radiodiagnostic cu braț C (15kW) Cod 210270, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arcul C / Unghiul de înclinare $\geq \pm 90^\circ$; 2. Arcul C / Unghi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr. 216 din 28.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>

		Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md , dar nu mai târziu de data 29.09.2023	
Rg02-3255 din 26.09.2023	Medexcom-Teh SRL	<p>Pentru lotul nr.2. Sistem radiodiagnostic cu braț C (15KW) Cod 210270, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arcul C / Unghi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$; 2. Camera digitală / Adâncime imagine, bit Minim 16 biți; 3. Camera digitală / Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 5 sec; 4. Stocare imagini / Minim 50 000 de imagini cu rezoluție maximă; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	Răspuns în baza scrisorii nr. 02-72 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative
Rg02-3256 din 26.09.2023	Medglobalfarm SRL	<p>Pentru lotul nr. 65. Termometru digital Cod 260610, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alarme/indicatori Acustică temperatura finală ferbă; 2. Posibilitatea de dezinfectare; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	Nu a fost primit răspuns
Rg02-3257 din 26.09.2023	Natusana SRL	<p>Pentru lotul nr. 29 Cântar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <p>- Precizie ≤ 10 gr;</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	Nu a fost primit răspuns

Rg02-3258 din 26.09.2023	Tehoptimed SRL	<p>Pentru lotul nr. 35 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Sălele lavabile / ortopedică; <p>Pentru lotul nr. 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carasul / oțel vopsit electrostatic; 2. Suprafața / acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici;; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capos.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p> <p>Pentru lot nr. 6 Negatoscop Cod 210700, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. de lămpi ≥ 2; 2. Reglare luminozitate; <p>Pentru lot nr. 16 Lampa pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatura culorii 4000 - 5500 K; 2. Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h; <p>Pentru lot nr.23 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm; <p>Pentru lot nr.47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu pe roțile braț articulat pentru electrozi ECG; 2. Troleu pe roțile suport pentru gel de contact; <p>Pentru lot nr.50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derivațiile / Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$; 2. Detector de pacemaker ; 	<p>Răspuns în baza scrisorii cu nr de intrare nr. Rg01-4252 din 27.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>
Rg02-3259 din 26.09.2023	Tetis International SRL	<p>Pentru lot nr. 6 Negatoscop Cod 210700, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nr. de lămpi ≥ 2; 2. Reglare luminozitate; <p>Pentru lot nr. 16 Lampa pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatura culorii 4000 - 5500 K; 2. Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h; <p>Pentru lot nr.23 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm; <p>Pentru lot nr.47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu pe roțile braț articulat pentru electrozi ECG; 2. Troleu pe roțile suport pentru gel de contact; <p>Pentru lot nr.50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derivațiile / Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$; 2. Detector de pacemaker ; 	<p>Răspuns în baza scrisorii nr.02/291 din 27.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>

		<p>3. Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s;</p> <p>4. Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator;</p> <p>5. Ajustarea automată a izoliniei;</p> <p>6. Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM;</p> <p>7. Ritmului cardiac / Acuratețea ± 1 BPM;</p> <p>8. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s;</p> <p>9. Timp operare autonomă ≥ 2 h;</p> <p>10. Protecție defibrillator ≥ 400 J;</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	
Rg02-3260 din 26.09.2023	Vipromed Service SRL	<p>Pentru lot nr. 14 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaun medic / Sarcina maximă ≥ 150kg; 2. Masa dentistului / Seringă cu 3 căi / apă, aer, spray; 3. Masa dentistului / Seringă cu 3 căi / vârf angulat 90°, detașabil; 4. Masa dentistului / Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr.7 din 28.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>
Rg02-326 din 26.09.2023	Visiosystems SRL	<p>Pentru lot nr. 14 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110, nu s-a regăsit nici un manual, broșura, datasheet sau alte materiale confirmative pentru produsul oferit (KLT- 6220S6, Kang De, China).</p> <p>Pentru lot nr. 15, Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120, nu s-a regăsit nici un manual, broșura, datasheet sau alte materiale confirmative pentru produsul oferit (KLT- 6220S6, Kang De, China).</p>	<p>Răspuns incomplet în baza scrisorii cu nr de intrare nr. Rg01-4353 din 03.10.2023 unde este indicat că se atașează documente însă acestea lipesc.</p>

		<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	
<p>Rg02-3262 din 26.09.2023</p>	<p>Vivamed International SRL</p>	<p>Pentru lot nr. 28 Cântar electronic, pentru nou-născuți Cod 130800, nu s-a regăsit următorul parametru: 1. Ecran LCD $\geq 65 \times 25$mm;</p> <p>Pentru lot nr.30 Pat pentru examinare (meccanic) adulți Cod 140310, nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Greutate pacient maxim, kg ≥ 180; 2. Suport rolă hârtie – da; 3. Suport rolă hârtie hirtie ≥ 20 buc.;</p> <p>Pentru lot nr. 35, Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390, nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Controlul de către asistență / Blocarea control pacient ; 2. Saltele lavabile / ortopedică ;</p> <p>Pentru lot nr.45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200, nu s-a regăsit: 1. Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; 2. Identificarea aritmiei; 3. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s; 4. Timp operare autonomă ≥ 2 h; 5. Indicatori vizuali / contact slab sau lipsă de contact; 6. Indicatori vizuali / status sistem ;</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023.</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr.32 din 29.09.2023 cu atașarea documentelor confirmative</p>
<p>Rg02-3263 din 26.09.2023</p>	<p>Neotec SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 1. Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210, nu s-au regăsit nici un manual, broșura, datasheet sau alte materiale confirmative pentru produsul oferit (RadSpeed Pro, Shimadzu, Japonia).</p>	<p>Răspuns în baza scrisorii nr.0016 din 27.09.2023 cu</p>

	<p>Pentru lotul nr.9. Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanța înaltă Cod 300120, nu a fost regăsit manualul de utilizare, manualul tehnic, data sheet-ul, alte materiale confirmative. De asemenea, rugăm să indicați unde se regăsesc următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROBE TIP, MHz / Phased/Vector Single Cristal Elemente fizice: ≥ 92; 2. Frecvența maximă a sistemului ≥ 24 MHz; 3. GAMA DINAMICA ≥ 260 dB; 4. MODURI de Scanare / Mod de procesare adaptivă pentru eliminarea artefactelor și zgomotelor de imagine ≥ 10 trepte. Care este acesta? 5. MODURI de Scanare / Mod de procesare avansată a imaginii, care compensează variația de propagare a ultrasunetului în diferite țesuturi da; Care este acesta? 6. DOPPLER / Vizualizare în rezoluție înaltă a fluxului sangvin da; 7. DOPPLER / Metode de măsurare manual, Semi-automat, Automat, Automat în timp real; 8. FUNCȚIONALITĂȚI / Auto optimizare prin apăsarea unui singur buton / Optimizare 2D mod, Modurile Doppler, Doppler Basline; 9. MONITOR / Rezoluție $\geq 1920 \times 1080$; <p>Pentru lotul nr. 10. Ultrasonograf General, OB-GYN, performanța înaltă Cod 300200, nu a fost regăsit manualul de utilizare, manualul tehnic, data sheet-ul, alte materiale confirmative. De asemenea, rugăm să indicați unde se regăsesc următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IMAGINE MODURI / Imagine prin Compunere Spațială; 2. PACHETE DE ANALIZĂ / Elastografie sharewave (compresie acustică); 3. GHID ACE / Transrectal; 4. GHID ACE / Transperineal; 5. MONITOR / Unghi de vizualizări $\geq 175^\circ$; <p>Pentru lotul nr. 35. Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390, nu s-a regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Saltele lavabile / ortopedică; <p>Pentru lotul nr. 36. Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controlul de către asistentă / Blocarea control pacient; 2. Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic; 3. Saltele lavabile / ortopedică; 	<p>atașarea documentelor confirmative</p>
--	---	---

		<p>Pentru lotul nr. 37. Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <p>1. Saltea – Ortopedică;</p> <p>Pentru lotul nr.50, Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230, nu s-au regăsi următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimantă / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s; 2. Memorie ≥ 200 înregistrări ECG; 3. Ajustarea automată a izoliniei – da; 4. Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM; 5. Ritmului cardiac / Acuratețea ± 1 BPM; 6. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s; <p>Pentru lotul nr.51. Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260231, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Troleu pe roțile indicați modelul oferit; 2. Troleu pe roțile braț articulat pentru electrozi ECG; 3. Troleu pe roțile suport pentru gel de contact; <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.09.2023</p>	
Rg02-2536 din 29.08.2023	<p>Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</p>	<p>În baza acordului de colaborare semnat între Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) sa remis spre examinare și înregistrare în registrul dispozitivelor medicale documentele depuse de către operatorii economici participanți, pentru produsele oferite neînregistrate (se anexează)</p>	<p>Răspunsul în baza scrisorii Rg02-004378 din 09.10.2023</p>

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta integrală a operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat garanția pentru ofertă în quantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA (urma a fi garanția în sumă de 3 191,54 lei), s-a depus garanția pentru ofertă mai mica de quantumul solicitat (2 905 lei).

Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, ± 80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 130 cm, pag.30. 2. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al s-a oferit not more than 1.2mmAl, pag.30. 3. S-a solicitat Tubul de raze X / Capacitatea termică, KHU ≥ 400 s-a oferit 300 KHU; 4. S-a solicitat Imprimantă DICOM / Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min 80/oră s-a oferit 75 filme/ora.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, ± 80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 110 cm.

- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu suplimentează informația solicitată și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: operatorul economic în ofertă a indicat pentru tubul de raze X modelul **Canon E7254FX**, însă conform broșurii atașate modelul **E7254FX** se identifică cu alt producător precum **Toshiba**. Totodată, grupul de lucru a solicitat clarificări în acest sens, însă operatorul economic a oferit aceiași broșură cu modelul **Toshiba E7254FX**, altul decât cel oferit.

Lotul nr. 2 Sistem radiodiagnostic cu brat C (15kW) Cod 210270

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Generator raze X de frecvență înaltă 60-100 KHz s-a oferit 40 KHz; 2. S-a solicitat Generator raze X puterea generator ≥ 15 kW s-a oferit 5 kW; 3. S-a solicitat Tub radiogen / sistem de răcire controlat de procesor s-a oferit fara.

- Oferta operatorului economic **Medexcom-Teh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Arcul C / Ungchi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$ s-a oferit 155°, 13 - catalog_oscarclassic_7000_5000_20170601. pag.5.

- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece sunt incomplete clarificările și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: parametrul tehnic Arcul C / Ungchi de rotație orbitală $\geq \pm 180^\circ$ nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.

Lotul 6 Negatoscop Cod 210700

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Nr. de lampe ≥ 2 s-a oferit 1; 2. S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fără;

- Oferta operatorilor economici **Tetis International SRL** și **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice : S-a solicitat Reglare luminozitate s-a oferit fără.

Lotul 9 Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat PREPROCESARE, canale digitale $\geq 8\ 000\ 000$ s-a oferit 7,645,867, pag.6; 2. S-a solicitat MODURI de Scanare / Compunere spațială ≥ 7 trepte s-a oferit Spatial Compound: 0 - 5, pag.7.

Lotul 10 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200

- Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitată PACHETE DE ANALIZĂ / Elastografie sharewave (compresie acustică) s-a oferit fără acest pachet de analiza.

Lotul 11 Concentrator de oxigen 5L Cod 110400

- Oferta operatorilor economici Tetis International SRL și Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Nivelul zgomotului produs ≤ 50 dB s-a oferit whole unit: 52dB(A), pag 6 si Front Side: 48dB(A).

Lot 14 Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110 și 15 Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120

- Oferta operatorului economic Visiosystems SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat clarificări în termen și evaluarea din punct de vedere tehnic nu a putut fi făcută, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu a prezentat în termen documentele confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici, iar scrisoarea parvenită pe 03.10.2023 nu conținea nici un atașament referitor la documentația descriptivă.

Lotul 16 Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100

- Oferta operatorilor economici Vivamed International SRL, Data Control SRL și Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat cantitatea 2 bucăți conform listei de distribuție, s-a oferit 1 bucată.

Lotul 17 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici medii) Cod 130110

- Oferta operatorului economic Data Control SRL este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 18 Lampa pentru examinare, brat articulată (caracteristici avansate) Cod 130120

- Oferta operatorului economic Vivamed International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Cu înălțime reglabila 1500-1800 mm (diapazon) s-a oferit 600 - 1600 mm;

Lotul 23 Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700

- Oferta operatorului economic Tehoptimed SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferit nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic Tetis International SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

Lotul 24 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferat nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferat nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **GBG MD SRL** este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 26 Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730 și 27 Cintar mecanic cu talionetru, pentru adulti Cod 130740

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat răspuns la clarificările solicitate, și anume s-a solicitat „*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare*” sau în caz contrar pentru bunurile oferate se va prezenta „*Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*”, însă operatorul economic nu a prezentat nici un document pentru bunul oferat.
- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic declară că bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Lotul 28 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, însă operatorul economic a indicat în formularul specificației tehnice că bunul oferat nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece sunt incomplete clarificările și nu demonstrează parametrii tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: parametrul tehnic Ecran LCD $\geq 65 \times 25 \text{ mm}$ nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.
- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat răspuns la clarificările solicitate, și anume s-a solicitat „*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare*” sau în caz contrar pentru bunurile oferate se va prezenta „*Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1, la procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE, către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale*”, însă operatorul economic nu a prezentat nici un document pentru bunul oferat.

Lot 31 Targa-saltea sanitara Cod 140350

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Sarcina maximă $\geq 150 \text{ kg}$ s-a oferit 120 kg .

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.” însă operatorul economic atașează declarație de la producător că bunul oferit nu este dispozitiv medical.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.

Lot 32 Targa sanitara Cod 140360

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Caracteristici / Teteră reglabil s-a oferit fără tetera reglabilă.

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.” însă operatorul economic atașează declarație de la producător că bunul oferit nu este dispozitiv medical. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Caracteristici / Teteră reglabil s-a oferit fără tetera reglabilă.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Caracteristici / Teteră reglabil, s-a oferit fără tetera reglabilă.

Lotul 33 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Poziționare / Tredelinburg ≥ 15 grade s-a oferit fără poziția tredelinburg;
2. S-a solicitat Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm s-a oferit 1930x64 cm;
3. S-a solicitat Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete s-a oferit fără.

Lotul 34 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 63 grade;
2. S-a solicitat Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm s-a oferit 60 - 87.5 cm;
3. S-a solicitat Sarcina maximă ≥ 230 kg s-a oferit 200 kg.

- Oferta operatorului economic **Echipamed Plus SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade s-a oferit 70 grade;
2. S-a solicitat Suport pentru pentru balon de oxigen s-a oferit fără.

Lotul 41 Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
 1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm, s-a oferit 59 - 91 cm;
 2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg, s-a oferit 180 kg.
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a solicitat cantitatea 7 bucăți conform listei de distribuție, s-a oferit 4 bucăți.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
 1. S-a solicitat Înălțime reglabilă 55 - 90 cm, s-a oferit 58 - 86 cm;
 2. S-a solicitat Capacitate maximă ≥ 200 kg, s-a oferit 150 kg.

Lotul 42 Gonioscop Cod 170510 și 43 Lentila Volk Cod 170520

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu corespunde cerinței „Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”, deoarece conform scrisorii AMDM RG02-004378 din 09.10.2023, respins spre înregistrare, dosar neconform.

Lot 45 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
 1. S-a solicitat Imprimantă Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s - parametrul nu a fost demonstrat;
 2. S-a solicitat Identificarea aritmiei - parametrul nu a fost demonstrat;
 3. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30 - 215 BPM;
 4. S-a solicitat Timp operare autonomă ≥ 2 h, s-a oferit 1 h.
- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
 1. S-a solicitat Impedanta de intrare ≥ 10 M Ohm, s-a oferit 2.5 Mohm;
 2. S-a solicitat Imprimantă /Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s, s-a oferit 32 dots/mm.

Lotul 47 Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile Cod 260211

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: parametrul tehnic Troleu pe roțile braț articulată pentru electrozi ECG nu a fost demonstrat în urma scrisorii de clarificare.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
 1. S-a solicitat Detector de pacemaker, s-a oferit fără;
 2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM s-a oferit, 30 - 250 BPM.
- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Detector de pacemaker, s-a oferit fără;
2. S-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30 - 250 BPM.

Lotul 50 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230

- Oferta operatorului economic **Teis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a suplimentat clarificările solicitate, astfel nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu a demonstrat următorii parametri tehnici:
 1. Detector de pacemaker;
 2. Imprimanță / Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s;
 3. Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator;
 4. Ajustarea automată a izoliniei;
 5. Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM;
 6. Ritmului cardiac / Acuratețea ± 1 BPM;
 7. Interpretarea / Timpul interpretării minim 10 s.;

Lotul 51 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotițe Cod 260231

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Troleu pe rotițe braț articulată pentru electrozi ECG, s-a oferit cu braț standard.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Ritmului cardiac / Diapazon 30 - 300 BPM, s-a oferit 30BPM~250BPM, pag.71.
- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** este inacceptabilă în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 54 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :
 1. S-a solicitat Gama de frecvență / De diagnostic 0.05-100 Hz, s-a oferit 0.67-40 Hz;
 2. S-a solicitat Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm, s-a oferit 10 Moh;
 3. S-a solicitat Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB, s-a oferit 80dB;
 4. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz, s-a oferit 250 Hz;
 5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h, s-a oferit 24 hours.
- Oferta operatorului economic **Teis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :
 1. S-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) de achiziție ≥ 1200 Hz, s-a oferit 1000 Hz;
 5. S-a solicitat Tip operare autonomă ≥ 72 h, s-a oferit min. 24 h, up to 48 h using a high-capacity battery.

Lotul 57 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 30 - 250 bpm;

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume :

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV, s-a oferit 1.25-20 mm/mV;

2. S-a solicitat Modul ECG /Monitorizarea respirației 0 - 150 rpm, s-a oferit 0 - 120 rpm;

3. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 25 - 250 bpm;

- Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Modul SpO2 /Monitorizarea rata pulsului 20 - 300 bpm, s-a oferit 30 - 250 bpm;

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg, s-a oferit -50 ... +300 mmHg;

2. S-a solicitat Modul Temperatura / Diapazonul 0 - 50,0 °C, s-a oferit 5 - 50 °C.

Lotul 62 Spirograf Cod 260500

- Oferta operatorului economic **Teloptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Display / touchscreen, s-a oferit cu butoane.

Lotul 65 Termometru digital Cod 260610

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat Alarme/indicatori / Acustică temperatura finală febră, s-a oferit fără.

Lotul 66 Termometru digital cu infrarosu Cod 260620

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Tip pacient nou-născut, pediatric, adult, s-a oferit doar pentru adult;

2. S-a solicitat Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic), s-a oferit fără acest regim.

Lotul 68 Higrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640

- Oferta operatorului economic **Teloptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a oferit modelul VIT-1, s-a solicitat Diapazonul măsurării Temperatura 0 ... + 40 C s-a oferit Temperatura + 15...+ 25 C.

Lotul 75 Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760

- Oferta operatorului economic Medglofarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:
1. S-a solicitat Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg, s-a oferit 40-260 mmHg;
 2. S-a solicitat Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet, s-a oferit fără conectare;
 3. S-a solicitat Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări, s-a oferit fără.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
	Denumirea operatorului economic I		Total
Denumire factorul I	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul I	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
	Urmare a demersului din partea operatorului economic Alex Standard SRL din 13.10.2023 parvenit în urma scrisorii nr. Rg02-3736 din 10.10.2023 privind rezultatele procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocdds-b3wdp1-MD-1685088778510 privind Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare, pentru lotul 68 Higrometru Psihrometru I5-40C Cod 260640.

<p>Modificările operate</p>	<p>Astfel, operatorul economic Alex Standard SRL a informat despre imposibilitatea livrării bunurilor pentru care a fost desemnat cîștigător și anume Higrrometru Psihrometru 15-40C. Respectiv, se anulează decizia de atribuire din 10.10.2023 conform art 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice pentru lotul nr. 68 <i>Higrrometru Psihrometru 15-40C Cod 260640</i>, și se decide anularea lotului menționat în temeiul art. 71 alin (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme.</p>
<p>Motivul reevaluării ofertelor</p>	<p>Urmare a recepționării demersului din partea beneficiarului final IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Băiți nr. 01-23/606 din 19.10.2023 și în contextul contestațiilor depuse de către operatorii economici Neotec SRL și Health Medical Solutions SRL înregistrate la ANSC cu nr.02/835/23 din 12.10.2023 și 02/844/23 din 16.10.2023, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MTtender ID ocds-b3wdp1-MD-1685088778510 privind <i>Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare</i>, vă comunică decizia de anulare din 23.10.2023, pentru lotul nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i>, după cum urmează:</p> <p>Pentru lotul nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i> a fost indicată suma estimativă alocată de 1250000 lei fără TVA, conform scrisorii nr. 01-23/268 din 13.05.2023 privind solicitarea necesarului de dispozitive medicale de la IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Băiți.</p> <p>Astfel, luînd în considerare că pentru lotul în cauză au fost depuse trei oferte dintre care două oferte depășesc valoarea alocată, respectiv, la data de 06.10.2023, la etapa de evaluare a ofertelor a fost remisă scrisoare către beneficiarul final privind solicitarea confirmării fondurilor alocate pentru anul 2023. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Băiți, potrivit demersului menționat din 19.10.2023 informează că nu deține surse financiare suplimentare planificate pentru anul 2023.</p> <p>Astfel, se anulează lotul nr. nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i> în temeiul art. 71 alin (1) lit d) <i>liniuța înfi și liniuța a opta</i> din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme (<i>Vivamed International SRL conform scrisorii nr. Rg02-3736 din 10.10.2023</i>) și prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice (Neotec SRL, <i>Health Medical Solutions SRL</i>). Totodată, se anulează decizia grupului de lucru din 10.10.2023 pentru lotul nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i> (conform art. 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice) prin care emite decizia de anulare din 23.10.2023 cu specificarea unor motive noi de anulare a lotului despre care nu se cunoștea la momentul emiterii deciziei din 10.10.2023.</p>
<p>Modificările operate</p>	<p>Astfel, se anulează lotul nr. nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i> în temeiul art. 71 alin (1) lit d) <i>liniuța înfi și liniuța a opta</i> din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme (<i>Vivamed International SRL conform scrisorii nr. Rg02-3736 din 10.10.2023</i>) și prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice (Neotec SRL, <i>Health Medical Solutions SRL</i>). Totodată, se anulează decizia grupului de lucru din 10.10.2023 pentru lotul nr. 1 <i>Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210</i> (conform art. 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice) prin care emite decizia de anulare din 23.10.2023 cu specificarea unor motive noi de anulare a lotului despre care nu se cunoștea la momentul emiterii deciziei din 10.10.2023.</p>

Lotul 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210

- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, ±80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 130 cm, pag.30. 2. S-a solicitat Tip masă / Fața mesei Densitatea mesei < 1.0 mm Al s-a oferit not more than 1.2mmAl,

pag.30. 3. S-a solicitat Tubul de raze X / Capacitatea termică, KHU \geq 400 s-a oferit 300 KHU; 4. S-a solicitat Imprimantă DICOM / Productivitate, filme/ora (35x43 cm) min 80/oră s-a oferit 75 filme/ora.

- Oferta operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: 1. S-a solicitat Tip masă / Mișcarea mesei / Longitudinală, \pm 80 cm (miscarea totala 160 cm) s-a oferit 110 cm.

- Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu suplimentează informația solicitată și nu demonstrează parametri tehnici, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: operatorul economic în ofertă a indicat pentru tubul de raze X modelul Canon E7254FX, însă conform broșurii atașate modelul E7254FX se identifică cu alt producător precum Toshiba. Totodată, grupul de lucru a solicitat clarificări în acest sens, însă operatorul economic a oferit aceiași broșură cu modelul Toshiba E7254FX, altul decât cel oferit.

Notă: Pentru lotul nr. 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210 a fost indicată suma estimativă alocată de 1250000 lei fără TVA, conform scrisorii nr. 01-23/268 din 13.05.2023 privind solicitarea necesarului de dispozitive medicale de la IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți.

Astfel, luând în considerare că pentru lotul în cauză au fost depuse trei oferte dintre care două oferte depășesc valoarea alocată, respectiv, prin scrisoarea nr. Rg02-3691 din 06.10.2023, la etapa de evaluare a ofertelor a fost remisă scrisoare către beneficiarul final privind solicitarea confirmării fondurilor alocate pentru anul 2023, cu solicitarea răspunsului nu mai târziu de 10.10.2023.

Totodată, IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți nu a venit nici cu un răspuns în termen, iar grupul de lucru a emis decizia finală cu indicarea tuturor motivelor de respingere potrivit parametrilor tehnici ce nu corespund cerințelor.

În urma deciziei de atribuire din 10.10.2023 pentru lotul nr. 1 au fost depuse contestații de către operatorii economici Neotec SRL și Health Medical Solutions SRL înregistrate la ANSC cu nr.02/835/23 din 12.10.2023 și 02/844/23 din 16.10.2023.

Totodată, IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți a transmis răspunsul în baza scrisorii nr. 01-23/606 din 19.10.2023, prin care informează că nu deține surse financiare suplimentare planificate pentru anul 2023.

Astfel, se anulează lotul nr. nr. 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210 în temeiul art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi și liniuța a opta din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inclusiv în baza demersului nr. 01-23/606 din 19.10.2023 din partea IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme (Vivamed International SRL conform scrisorii nr. Rg02-3736 din 10.10.2023) și prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice (Neotec SRL, Health Medical Solutions SRL).

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Cod	Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitat ea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	cod produs/m odellul	Tara de origine	Producatorul	Inregistrarea la AMDM	Câștigătorul
6-78510	6	Negatoscop Cod 210700	10	6440	7 728	64400	77280	M608043/ GM	Italia	Titanox	DM000643339	Eyecon Medical SRL

9-78510	9	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanta inalta Cod 300120	1	601457,22	721748,66	601457,22	721748,66	Vinno G65	China	VINNO TECHNOLO GY (SUZHOU) CO., LTD	DM000350530	Health Medical Solutions SRL
10-78510	10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta Cod 300200	1	497683,3	597219,96	497 683,30	597219,96	Vinno G65	China	VINNO TECHNOLO GY (SUZHOU) CO., LTD	DM000350530	Health Medical Solutions SRL
11-78510	11	Concentrator de oxigen 5L Cod 110400	1	7711	9253,2	7711	9253,2	Oxybreath mini5	Turcia	Kare Medical	DM000234258	Eycon Medical SRL
12-78510	12	Butelie oxigen 2 litri Cod 110500	1	5000	6000	5000	6000	GT630-300A Steel	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	DM000239765	Natusana SRL
14-78510	14	Unitate stomatologica (caracteristici de baza) Cod 120110	7	107000	128400	749000	898800	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.	DM000350502	Vipromed Service SRL
15-78510	15	Unitate stomatologica (caracteristici avansate) Cod 120120	4	113000	135600	452000	542400	Care22	China	Runyes Medical Instrument Co.,Ltd.	DM000350502	Vipromed Service SRL

16-78510	16	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100	2	4 897,00	5 876,40	9 794,00	11752	K-S-Q7 (49040)	Italia/Chi na	GIMA (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd)	DM000233600	Tetis International SRL
18-78510	18	Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici avansate) Cod 130120	1	54870	65844	54870	65844	Onyx TL- 01 (60 000 lux)	Polonia	Infimed	DM000303245	Data Control SRL
20-78510	20	Lampa germicida (varianta stationara) Cod 130140	119	360	432	42840	51 408	Model Corp cu Lampa UV 1x15W/Co dul produsului în broșură 019	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM000564955	Aelo Grup SRL
21-78510	21	Lampa germicida (varianta stationara 20m) Cod 130150	137	980	1176	134260	161 112	Model Corp cu Lampa UV 1x30W Codul produsului în broșură 022	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM000564956	Aelo Grup SRL
22-78510	22	Lampa germicida (varianta mobila) Cod 130160	25	2900	3480	72500	87 000	Model Corp cu Lampa UV 3x30W Codul produsului în broșură 023	R. Moldova	"Caravan Express" SRL	DM000564951	Aelo Grup SRL

23-78510	23	Cintar electronic pentru adulti cu taliometru Cod 130700	11	3885,00	4662	42735,00	51282,00	S7350HR	Italia	Fazzini	DM000420841	Vivamed International SRL
26-78510	26	Cintar mecanic pentru adulti Cod 130730	5	2 880	3 456	14 400	17 280	ASTRA 27310	Italia	Gima	DM000147842	Tetis International SRL
27-78510	27	Cintar mecanic cu taliometru, pentru adulti Cod 130740	17	2 880	3 456	48 960	58 752	ASTRA 27310	Italia	Gima	DM000147842	Tetis International SRL
29-78510	29	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti Cod 130810	3	1 250,00	1 500,00	3750	4500	S7250	Italia	Fazzini	DM000579029	GBG MLID SRL
30-78510	30	Pat pentru examinare (meccanic) adulti Cod 140310	17	1945,00	2334	33065,00	39678,00	MS-35	Turcia	Monotime Mobilya San Ve Tic.AS	DM000644417	Vivamed International SRL
32-78510	32	Targa sanitara Cod 140360	9	4020	4824	36180	43416	34077	Italia	Gima	DM000184789	Data Control SRL
33-78510	33	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	19	13081,67	15698	248551,67	298262	ST72	Turcia	Optium	DM000401774	Tehoptimed SRL

34-78510	34	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	5	32290	38748	161450	193740	EMERGE UM	Turcia	Optium	DM000395176	Tehoptimed SRL
35-78510	35	Pat multifunctional pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390	35	19 671,49	23 605,79	688502,13	826202,56	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea Ortopedica MF 01	Turcia	ALATURCA MEDIKAL DIŞ TİC.A.Ş	DM000570199/ DM000570204	Dita Est Farm SRL
36-78510	36	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	8	20 174,44	24 209,33	161395,50	193674,60	Pat multifunctional pentru maturi (Cod produs : HB 454) + Saltea Ortopedica MF 01	Turcia	ALATURCA MEDIKAL DIŞ TİC.A.Ş	DM000570199/D M000570204	Dita Est Farm SRL
37-78510	37	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescentii Cod 140410	50	8580	10296	429000	514800	YA-M3-1	China	ZHANGJIANG MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	DM000644378	Neotec SRL
41-78510	41	FotoIu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	7	27370	32844	191590	229908	METERN UM	Turcia	Optium	DM000644412	Tehoptimed SRL

45-78510	45	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200	4	10831,67	12998	43326,67	51992	IE300	China	BIOCARE	DM000624585	Tehoptimed SRL
46-78510	46	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate Cod 260210	5	10831,67	12998	54158,33	64990	IE300	China	BIOCARE	DM000624585	Tehoptimed SRL
47-78510	47	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu trolu pe rotile Cod 260211	1	25 000,00	30000	25000	30000	Model SE - 301	China	EDANINSTR UMENTS INC	DM000499502	Aelo Grup SRL
49-78510	49	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu trolu pe rotile Cod 260222	5	18000	21600	90000	108000	Model SE - 601B	China	EDANINSTR UMENTS INC	DM000499500	Aelo Grup SRL
50-78510	50	Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	3	19600	23520	58800	70560	1112M	China	Lepu Medical Technology	DM000644388	Neotec SRL
57-78510	57	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) Cod 260360	4	120000	144000	480000	576000	Model IX 15	China	Edan	DM000577954	Aelo Grup SRL

60-78510	60	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430	6	6400	7680	38400	46080	BT-710	Coreea	Bistos	DM000499808	Data Control SRL
61-78510	61	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440	60	249	298,8	14940	17 928	Beurer Pulsoximetru cu husa de protectie PO45	Germania	Beurer	DM000316685	Tetis International SRL
62-78510	62	Spirograf Cod 260500	1	46958,6	56350,32	46958,6	56350,32	Spirolab	Italia	MIR	DM000322215	Health Medical Solutions SRL
64-78510	64	Termometru mecanic Cod 260600	2674	30,98	37,18	82840,52	99 408,62	Gina termometru mecanic 25586 (CR.W00)	Italia / China	GIMA (producerator Wuxi Medical Instrument Factory Co, Ltd, China	DM000213618	Tetis International SRL
65-78510	65	Termometru digital Cod 260610	501	28,5	34,2	14278,5	17134,2	GT004-233 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	DM000239852	Natusana SRL
66-78510	66	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620	28	707	848,4	19 796	23 755,20	Beurer Termometru FT70	Germania	Beurer	DM000424926	Tetis International SRL
67-78510	67	Higrometru Psihrometru 0-25C Cod 260630	100	199,17	239	19916,67	23900	VIT-1	Ucraina	Steclopribor		Tehoptimed SRL

69-78510	69	Tensiometru Adult Cod 260700	159	125	150	19875	23850	MC-20(50)	China	WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD	DM000571831	Med M SRL
70-78510	70	Tensiometru Adult cu fonoscop Cod 260710	1022	145	174	148190	177828	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonoscop separat	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL
71-78510	71	Tensiometru Pediatric Cod 260720	58	155	186	8990	10788	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL
72-78510	72	Tensiometru Pediatric cu fonoscop Cod 260730	84	155	186	13020	15624	GT001-110 Tensiometru cu fonoscop cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)	China	Ningbo Greemed Medical Instruments Co., LTD	DM000239895	Natusana SRL

75-78510	75	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	34	1090	1308	37060	44 472	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea cu 2 mansete adulti	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL
76-78510	76	Tensiometru electronic automat Pediatric Cod 260770	11	1 310	1 572	14410	17 292	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL
77-78510	77	Tensiometru electronic automat de triaj Adult Cod 260780	71	1310	1572	93010	111 612,00	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete adulti	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL
78-78510	78	Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric Cod 260790	17	1310	1572	22270	26 724	Beurer Tensiometru electronic BM55 +adaptor retea+ 2 mansete pediatrice (Moretti DR211)	Germania	Beurer	DM000422302	Tetis International SRL

79-78510	79	Cardiomonitor fetal Cod 260800	1	3820	40584	3820	40584	BT-350L	Coreea	Bistros	DM000499719	Data Control SRL
80-78510	80	Audiometru Cod 260900	1	59 790	71 748	59 790	71 748	33624 P15 SIBELSO UND 400-AOM AUDIOM ETER with W/50 software - air+bone+masking	GIMA (produscat or SIBEL S.A.U., Spania)	Italia / Spania	DM000511945	Tetis International SRL
81-78510	81	Videocolposcop Cod 261010	1	259000	310800	259000	310800	Z4	Italia	Centrel	DM000241720	Data Control SRL
83-78510	83	Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	1	388390,8	466068,96	388390,8	466068,96	WAKIe 2TC	Franta	Alys Medical	DM000266567	Health Medical Solutions SRL

Se anulează lotul nr. **nr. 1 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) Cod 210210** în temeiul art. 71 alin (1) lit d) *liniuța întâi și liniuța a opta* din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, inclusiv în baza demersului nr. 01-23/606 din 19.10.2023 din partea IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Băți, potrivit căruia au fost depuse oferte neconforme (*Yivamed International SRL conform scrisorii nr. Rg02-3736 din 10.10.2023*) și prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice (Neotec SRL, *Health Medical Solutions SRL*).

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, printre care și acele oferte care depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 2 Sistem radiodiagnostic cu brat C (15KW) Cod 210270
 Lotul 17 Lampa pentru examinare, brat articulat (caracteristici medii) Cod 130110
 Lotul 24 Cintar electronic pentru adulti (220V) Cod 130710
 Lotul 25 Cintar electronic pentru adulti (baterie) Cod 130720
 Lotul 28 Cintar electronic, pentru nou-nascuti Cod 130800
 Lotul 31 Targa-saltea sanitara Cod 140350
 Lotul 42 Gonioscop Cod 170510
 Lotul 43 Lentila Volk Cod 170520
 Lotul 51 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260231
 Lotul 52 Stress sistema diagnostica cu banda de alergare Cod 260240
 Lotul 54 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) Cod 260270
 Lotul 63 Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510
 Lotul 68 Higrmetru Psihrometru 15-40C Cod 260640
 Lotul 84 Alcotest Cod 300700

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:
 Lotul 19 Lampa germicida (varianta de masa) Cod 130130
 Lotul 73 Tensiometru semi-automat Adult Cod 260740
 Lotul 82 Ecoencefalograf Cod 300400
 Lotul 85 Stație de Oxigen 14 mc Cod 300800

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimate.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză inclusiv și beneficiarii finali	Rg02-3736 din 10.10.2023 Rg02-4266 din 19.10.2023 Rg02-4294 din 23.10.2023	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
--	--

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea :	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	
					fără TVA	inclusiv TVA			
DATA CONTROL SRL	10036000079 35	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Conform anexei	Conform anexei	33100000-1	116650,00	139980,00	6 luni din data înregistrării contractului și de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/ executare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	10036000435 95	Cu capital autohton	Conform anexei	Conform anexei	33100000-1	96041,70	115 251,30	6 luni din data înregistrării contractului	Termenul de livrare/prestare/ executare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile

									i de către CAPCS	de la înregistrarea contractului de CAPCS.
NEOTECS SRL		Cu capital autohton	5/21-78510	12/1/2023	33100000-1	429000,00	514800,00	6 luni din data înregistrării i contractului i de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/execut are/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	
	10026000481 35									
TEHOPTIMED SA		Cu capital autohton	Conform anexei	Conform anexei	33100000-1	133800,16	160560,00	6 luni din data înregistrării i contractului i de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/execut are/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	
	10036000871 62									
HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL		Cu capital autohton	21081293/03 /01	11/30/2023	33100000-1	1099140,52	1318968,62	6 luni din data înregistrării i contractului i de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/execut are/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	
	10186000096 25									
VIVAMED INTERNATIONAL SRL		Cu capital autohton	1/3-78510	01.12.2024	33100000-1	19425,00	23310,00	6 luni din data înregistrării	Termenul de livrare/prestare/execut are/instalare și dare în	
	1007600028965									

									contractului de către CAPCS	exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
ICS EYECON MEDICAL SRL	1012600036108	Cu capital autohton	10/3-78510	01.01.2024	33100000-1	6 440,00	7 728,00	6 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/executor e/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	
NATUSANA SRL	1006600025657	Cu capital autohton	6/42-78510	01.01.2024	33100000-1	8 410,00	10 092,00	6 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/executor e/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	13/42-78510	01.01.2024	33100000-1	134 000,00	160 800,00	6 luni din data înregistrării contractului de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/executor e/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.	

Notă: IMSP Spitalul Raional Orhei în conformitate cu scrisoarea nr. 02/01-16/1854 din 03.11.2023 a refuzat încheierea contractelor de achiziție publică cu operatorii economici Health Medical Solutions SRL, Tehoptimed SRL, Tetis International SRL și Aelo Grup SRL, deoarece au primit cu titlu gratuit termometre, pulsosimetre de buzunar și higrometre psihometre, inclusiv și electrocardiograf 6 canale. IMSP Serviciul Medical al MAI în baza scrisorii nr. 17/1-1156 din 03.11.2023 a refuzat semnarea contractelor de achiziție publică cu operatorii economici Data Control SRL, Health Medical Solutions SRL, Dita Est Farm SRL și Tehoptimed SRL, din cauză că alocațiile

bugetare alocate nu acoperă toate cheltuielile planificate. MSP Spitalul Raional Drochia potrivit scrisorii semnate din 10.11.2023 a refuzat încheierea contractului cu operatorul economic Vipromed Service SRL, pentru lotul unitate stomatologică (caracteristici avansate) cod 120120, și solicită achiziționarea bunului cu caracteristici individuale, însă la moment specificația tehnică nu a fost prezentată pentru a fi inițiată procedura de achiziție publică.

Totodată, în vederea asigurării contractării bunurilor câștigate la procedurile de achiziții publice centralizate, în cazul refuzurilor întemeiate a beneficiarilor inițiali, informația despre bunurile refuzate se plasează pe pagina oficială a CAPCS (<https://capcs.md>), astfel, instanțele medicale care au nevoie de aceste bunuri pot solicita contractarea bunului respectiv, prin remiterea adresării și confirmarea sumei alocate către CAPCS.

În această ordine de idei, MSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" a solicitat prin scrisoarea nr. 06/2379 din 24.11.2023 o listă de de utilaje care se regăseau în lista bunurilor refuzate, respectiv, au fost încheiate contracte de achiziții cu operatorii economici Health Medical Solutions SRL, Tehoptimed SRL și Data Control SRL, cu aceeași specificație tehnică, termen de livrare și sumă. MSP Spitalul Raional Leova potrivit demersului 01-16/512 din 20.12.2023 a solicitat din lista bunurilor refuzate 3 bunuri, respectiv, au fost încheiate contracte cu Tehoptimed SRL și Teis International SRL.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate)

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ 2 451 489,92 (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG

Beneficiarul	Operatorul economic	Nr. Contract	Data aprobării	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Suma fără TVA	Semnăt
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	DATA CONTROL SRL	12/21-78510	12/1/2023	30 720,0000	25 600,0000	25 600,0000	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	3/21-78510	11/30/2023	5 976,0000	4 980,0000	4 980,0000	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	NEOTEC SRL	5/21-78510	12/1/2023	514 800,0000	429 000,0000	429 000,0000	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	DATA CONTROL SRL	21081293/01/01	11/28/2023	65 844,0000	54 870,0000	54 870,0000	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	TEHOPTIMED SA	21081293/02/01	12/1/2023	149 088,0000	124 240,0000	124 240,0000	Electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	HEALTH MEDICAL SOLUTIONS SRL	21081293/03/01	11/30/2023	1 318 968,6200	1 099 140,5200	1 099 140,5200	Electronic

Beneficiarul	Operatorul	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnăt
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	AELO GRUP SRL	13/42-78510	160 800,0000	134 000,0000	1/1/2024	OLOGRAF
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	DATA CONTROL SRL	12/42-78510	43 416,0000	36 180,0000	1/1/2024	OLOGRAF
SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	ICS EYECON MEDICAL SRL	10/3-78510	7 728,0000	6 440,0000	1/1/2024	OLOGRAF
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	NATUSANA SRL	6/42-78510	10 092,0000	8 410,0000	1/1/2024	OLOGRAF

ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	3/42-78510	29 334,1000	24 444,5000	1/1/2024	OLOGRAF
SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	VIVAMED INTERNATIONAL SRL	1/3-78510	23 310,0000	19 425,0000	1/1/2024	OLOGRAF
IMSP Spitalul Raional Leova	TEHOPTIMED SA	21081293/02/03	2390,00	1991,70	27.12.2023	Electronic
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	TEHOPTIMED SA	4/47-78510/01	7170,00	5975,10	27.12.2023	Electronic
IMSP Spitalul Raional Strășeni	TEHOPTIMED SA	21081293/02/02	1912,00	1593,36	27.12.2023	Electronic
IMSP Spitalul Raional Leova	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	21081293/01/03	1792,80	1494,00	27.12.2023	Electronic
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	21081293/01/02	4833,40	4027,40	27.12.2023	Electronic
IMSP Spitalul Raional Strășeni	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	21081293/01/01	1567,00	1305,80	27.12.2023	Electronic
AMT Rîșcani	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	3/43-78510-2	71 748,00	59 790,00	24.01.2024	Electronic

