

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V
 de încheiere a acordului-cadru
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 01.01.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Percium Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări

Obiectul achiziției	Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților MSP beneficiare
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1684507095715 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684507095715?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 19.05.2023 <input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BUGETUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 43 din 30.05.2023
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicati]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	15 427 406 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

23 mai 2023, 13:38

Subiectul întrebării:

Lot 66

Întrebare:

Buna ziua, Microscop cu fluorescanta (trinocular) - Camera optional si filtre optional V si UV - trebuie sa fie incluse la livrare cu microscopul sau doar ca optiune?

Răspuns (30 mai 2023, 13:36):

Conform cerințelor tehnice dispozitivul trebuie să fie dotat obligatoriu cu filter „B (FITC) (TRITC)” și opțional cu filtrele „ V și UV”. Respectiv, dispozitivul trebuie tehnic să fie prevăzut cu posibilitate de fi dotat la necesitat cu filtru „ V și UV”. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330

Data:

23 mai 2023, 14:45

Subiectul întrebării:

Specificatie ventilator

Întrebare:

Buna ziua, cu privire la lotul nr. 3, Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330. Vă rog să explicați clar ce se are în vedere prin parametrul Rezistivitatea pulmonară.

Răspuns (30 mai 2023, 13:37):

Prin parametrul Rezistivitatea pulmonară „Se solicita monitorizarea rezistenței în căile respiratorii (inspire/expir)”.

Lot nr. 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330

Data:

23 mai 2023, 15:17

Subiectul întrebării:

Specificatie ventilator

Întrebare:

Bună ziua, cu privire la lotul nr. 3, Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330. În scopul combaterii concurenței neioiale vă rog să excludeți parametrul Moduri de ventilare inteligente de ventilare min. 2. Acest parametru facilitează exclusiv ventilatoarele Hamilton.

Răspuns (30 mai 2023, 13:38):

Cerința tehnica nu este specifica unui singur produs. Există foarte mulți producători care dispun de produse cu o asemenea performanță tehnica minima.

Data:

23 mai 2023, 16:39

Subiectul întrebării:

Lot 27 si 29

Întrebare:

Buna ziua, solicitam respectuos sa acceptati la mesele pentru operatii Sistem de franare a bazei si de tip mecanic nu doar electrohidraulic, deoarece majoritatea meselor de top au sistemul de franare al bazei de tip mecanic.

Răspuns (30 mai 2023, 13:40):

Va informăm ca pentru mesele de operație cu cerințe tehnice performantă de baza se solicita ca sistemul de frânare a bazei sa fie de tip mecanic. Ce ține de mesele de operație de performanta medie si avansate se solicita ca sistemele de frânare a bazei sa fie de tip electrohidraulic. Există mulți producători care dispun de o asemenea performanta tehnică. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120

Data:

24 mai 2023, 10:16

Subiectul întrebării:

Specificatie tehnica

Întrebare:

Referitor la parametrul tehnici: 1. "Frână centralizată pentru fixarea aparatului" solicitam respectos sa fie acceptate si dispozitivele care au "frina independenta pentru roti" si pot fi blocate cu usurinta. Ca efect tehnic frinele sunt proiectate pentru fixarea dispozitivului indiferent de modalitatea utilizarii: centralizat sau independent, mai ales ca dispozitivul este localizat in permanenta in sala de operatie. Acest parametrul reduce considerabil numarul de participanti si produse noi din UE care se conformaza cu acest parametru. Solicitarea noastra nu intervine in modificarea parametrilor tehnici ce tin nemijlocit de performanta dispozitivului pentru care a fost conceput: ca parametrul ventilatorii sau anesteziei, ce tin nemijlocit de descrierea aspectului constructiv. PS: Mai ales ca in fiecare an sunt descalificati si se depun o multime de contestatii anume pe acest parametru care nu are nici o relevanta tehnica. 2. A fost solicitat modul IBP pentru monitorul de pacient- in compartimentul accesorii nu se regasesc nici cablu IBP, nici senzori IBP care il face nefunctional. Este nevoie de acest modul? sau de aceste accesorii

Răspuns (30 mai 2023, 13:42):

Ca urmare a clarificării depuse de dvs. vă informăm că sunt un șir de produse care dețin o asemenea performanță tehnică. Conform cerințelor tehnice se solicita ca monitorul de pacient să fie dotat cu modulul IBP obligator, fără accesorii cu posibilitatea de a fi utilizat pe viitor. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 2 Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130

Data :

24 mai 2023, 10:18

Subiectul întrebării:

Specificatie tehnica

Întrebare:

Referitor la parametrii tehnici: 1. "Frână centralizată pentru fixarea aparatului" solicitam respectos să fie acceptate și dispozitivele care au "frina independentă pentru roți" și pot fi blocate cu usurință. Ca efect tehnic frinele sunt proiectate pentru fixarea dispozitivului indiferent de modalitatea utilizării: centralizat sau independent, mai ales ca dispozitivul este localizat în permanență în sala de operație. Acest parametru reduce considerabil numărul de participanți și produse noi din UE care se conformează cu acest parametru. Solicitarea noastră nu intervine în modificarea parametrilor tehnici ce tin nemijlocit de performanța dispozitivului pentru care a fost conceput: ca parametrii ventilatorii sau anestezici, ce tin nemijlocit de descrierea aspectului constructiv. PS: Mai ales că în fiecare an sunt descalificați și se depun o multime de contestații anume pe acest parametru care nu are nici o relevanță tehnică.

Răspuns (30 mai 2023, 13:43):

Ca urmare a clarificării depuse de dvs. menționăm că sunt un șir de produse care dețin o asemenea performanță tehnică. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 75 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260

Data:

26 mai 2023, 15:01

Subiectul întrebării:

Specificatie tehnica

Întrebare:

Referitor la parametru "Limbaajul interfeței și meniului română și rusă" - pentru a lărgi spectrul de producători și a înlătura parametrii restrictivi a specificației tehnice, solicităm respectos să fie inclusă "sau limba engleză", pentru ca este limba de nivel internațional. Iar luând în considerare specificul dispozitivului medical "masina de spalat instrumente" interfața meniului nu prea conține text care ar împiedica înțelegerea utilizării ei. Prin acest parametru se înțelege că DM trebuie să îndeplinească ambele cerințe românești și rusești - aceasta limitează varianta produselor competitive

Răspuns (30 mai 2023, 13:44):

Parametrul tehnic va fi modificat din „Limbajul interfeței și meniului română și rusă” în „Limbajul interfeței și meniului română / rusă”. Mulțumim pentru clarificare.
Lot nr. 76 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 250L Cod 270270
Data:

26 mai 2023, 15:02

Subiectul întrebării:

Specificatie tehnica

Întrebare:

Referitor la parametrul "Limbajul interfeței și meniului română și rusă" - pentru a largi spectrul de producatori si a inlatura parametrri restrictivi a specificatiei tehnice, solicitam respectos sa fie inclusa "sau limba engleza", pentru ca este limba de nivel international. Iar luind in considerare specificul dispozitivului medical "masina de spalat instrumente" interfața meniului nu prea contine text care ar imedica intelegerea utilizarii ei. Prin acest parametru se intelege ca DM trebuie sa intruneasca ambele cerinte romana si rusa- aceasta limiteaza varietatea produselor competitive

Răspuns (30 mai 2023, 13:44):

Parametrul tehnic va fi modificat din „Limbajul interfeței și meniului română și rusă” în „Limbajul interfeței și meniului română / rusă”. Mulțumim pentru clarificare.
Data:

26 mai 2023, 15:40

Subiectul întrebării:

Lotul 1 si 2

Întrebare:

Buna ziua Lotul 1 -mașina de anestezie (caracteristici medii) cu o valoare estimată-600 000 lei Lotul 2 -mașina de anestezie (caracteristici avansate) cu o valoare estimată-600 000 lei Cum e posibil la aceste două loturi valoarea estimată să fie la fel?

Răspuns (30 mai 2023, 13:46):

Bugetul a fost stabilit conform ofertelor și produselor contractate în 2022, inclusiv mijloacele financiare alocate de beneficiari. Mulțumim pentru clarificare.
Data:

29 mai 2023, 11:31

Subiectul întrebării:

Lot 39

Întrebare:

Buna ziua vă rugam adăugați cuvântul ușa (Număr 1) în specificația tehnica dacă asta s-a avut în vedere

Răspuns (31 mai 2023, 17:03):

Cerința tehnica va fi modificata din „Număr 1” in „Ușa Număr 1

Data:

29 mai 2023, 12:30

Subiectul întrebării:

Lot 38 Laparoscop

Întrebare:

1. Se solicita - Pensa tip aligatorrotativa 360 grade.... Concretizati daca se cere pensa aligator sau rotativa? 2. Insert pensă BARCOCK Sistem modular: teacă, insert, mâner Teaca: lungimea minim 325 mm- max 335 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: minim 47 mm- max 50 mm. Cerem sa fie clarificat daca se cere doar insert pensa sau tot setul (teaca+insert). La fel, rugam sa fie modificat diapazonul lungimii falcilor - minim 34 - max 50 mm 3. Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Virf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime virf activ 35-37 mm. Rugam sa fie modificata diapazonul lungimii virf activ - 18 - 37 mm. 4. Pensă bipolară laparoscopică Fălci netede ușor curbate, diametru 10. Rugam sa fie stabilit un diapazon: 5-10 mm. 5. Foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Lame curbe, lungi, serate Lungime activă lame 17-19 mm. Cerem sa fie stabilit diapazonul - Lungime activă lame 15-19 mm. 6. Electrode de coagulare și disecție în formă de bilă Diametrul 5 mm, Lungime 43- 44 cm. Cerem sa fie stabilit un diapazon de 36-44 cm 7. Port- ac laparoscopic Mîner autostatic curb tip pistol. Fălci tratate special pentru stabilirea acului, curbe la stînga Cu inserție de tungsten carbid. Diametrul 5 mm. Cerem sa fie stabilit un diapazon al diametrului de 5-10 mm. 8. Tub cu ac pentru puncții Lungimea minim 33 cm. Diametrul 10 mm. Cerem sa fie stabilit un diapazon al diametrului de 5-10 mm. 9. Se cere: Mîner canulă irigare Pentru canulă diametru diferit si Mîner cu sistem de optine flux de lichide. Pentru canula diametru diferit - care diametru anume???? 10. Se cere: Electrocuagulator Panou frontal cu protecție la umezeală, după care urmeaza cerinte legate de videosistema (Y/C (S-Video) BNC RGB). Sa se confirme ca sunt cerinte ce tin de doua dispozitive diferite.

Răspuns (31 mai 2023, 16:58):

1. Se solicita - Pensa tip aligatorrotativa 360 grade.... Concretizați dacă se cere pensa aligator sau rotativa? Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcina se solicita „ Pensa tip aligator rotativă 360 grade, mixer”. 2. Insert pensă BABCOCK Sistem modular: teacă, insert, mâner Teaca: lungimea minim 325 mm- max 335 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm Insert: fălci denturate și fenestrate Lungime fălci: minim 47 mm- max 50 mm. Cerem sa fie clarificat dacă se cere doar insert pensa sau tot setul (teacă+insert). La fel, rugam sa fie modificat diapazonul lungimii fălcilor - minim 34 - max 50 mm. Răspuns: Conform cerinței caietului de sarcina se solicita „ Sistem modular: teacă, insert, mâner”, tot setul. Ce tine de parametrul „ Lungime fălci” acesta este solicitat in diapazon „ minim 47 mm- max 50 mm”. 3. Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton (nu prin înșurubare) Vârf tip Crocodil 2x3 dinți Lungime vârf activ 35-37 mm. Rugam sa fie modificata diapazonul lungimii vârf activ - 18 - 37 mm. Răspuns: Conform cerințelor caietului de sarcina, parametrul tehnic este solicitat un diapazon minim necesar „ Lungime vârf activ 35-37 mm”. Rugam respectarea cerinței tehnice.

Data:

31 mai 2023, 17:32

Subiectul întrebării:

Lotul 2

Întrebare:

Buna ziua. Bugetul este extem de mic. Pentru a propune un dispozitiv, care să corespundă atât tuturor cerințelor, cât să ofere și calitate funcțională, și durabilitate în exploatare, bugetul ar trebui să fie dublu față de cel declarat. Majorați, vă rugăm, bugetul până la o cifră adecvată, pentru a sporii accesul la concurs a mai multor propuneri.

Răspuns (9 iun 2023, 10:09):

Bugetul a fost estimat conform produselor contractate din urma procedurilor de licitație din anul 2022. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

31 mai 2023, 17:35

Subiectul întrebării:

Dimensiunea campului Lotul 11

Întrebare:

Buna ziua, este posibil ca la diametrul solicitat de 24-34 cm sa fie acceptata o marja de eroare de ± 2 cm?

Răspuns (9 iun 2023, 10:10):

Se acceptă oferte care corespund cerințelor tehnice minime interdicte în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330

Data :

1 iun 2023, 13:45

Subiectul întrebării:

Specificată ventilator

Întrebare:

Bună ziua, facind referire la raspunsul dumneavoastră că foarte mulți producători dețin modele de ventilatoare care au cel puțin 2 moduri de ventilare inteligente. Vă rog să explicați clar ce aveți dumneavoastră în vedere prin sintagma mod de ventilare inteligent.

Răspuns (9 iun 2023, 10:11):

Parametrul tehnic va fi modificat din „Moduri de operare / Moduri inteligente de ventilare min. 2” in „Moduri de operare / Moduri inteligente de ventilare min. 1”. Prin cerința tehnica moduri inteligente de ventilare se solicita ca dispozitivul oferit sa dispună de minim un regim de ventilare inteligent cu posibilitatea de adaptare după respirația pacientului si reducerea maximal posibil a timpului de mentinere a pacientului la dispozitivul de ventilare artificiala.

Data:

1 iun 2023, 17:58

Subiectul întrebării:

Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110

Întrebare:

Buna ziua, rugam sa ajustati parametrele tehnice, si anume: 1) Secția cap de la +35 la - 35 grade (minim) 2) este indicat “Tip masă Electrohidraulică da” + “Sistem de frinare a bazei cu pedal, tip electrohidraulica” dar “Motor electric pentru miscarea sus/jos”? Va rog sa specificati mai exact, care masa aveți nevoie, cu miscare electrica sau electrohidraulică 3) Cu parametru “T rendelemburg ≥ 35 grade” si “Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade” nu încadrati in bugetul, sau corectati Anti/Trendelemburg ≥ 30 grade si “Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade”

Răspuns (9 iun 2023, 10:12):

Conform cerințelor caietului de sarcina se solicită parametri tehnici minimi necesari pentru o masa de operație de performanță medie. Ce tine de cerința tehnica „ Tip masă Electrohidraulică da” si „Sistem de frânare a bazei cu pedala, tip electrohidraulică” se solicita un mecanism care funcționează prin presiunea unui lichid, determinata de curentul electric.

Data:

2 iun 2023, 12:07

Subiectul întrebării:

Lot 31 Autorefractometru Cod 170400

Întrebare:

Va rog ajustati parametru "Putere sferă (SPH)" din "-25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D)" la valoare "-25 ~ +22D (pasul 0,12/0,25D)"; nu incadrati in bugetul cu asa cerinta pentru un dispozitiv presupus simplu.

Răspuns (9 iun 2023, 10:13):

Conform cerințelor caietului de sarcina se solicita parametri de performanță minimi necesari. La procedurile de achiziție desfășurate în 2022 au fost cel puțin trei produse care dispun de asemenea performanța tehnica. Bugetul a fost estimat conform produselor contractate din urma procedurilor de licitație din anul 2022. Mulțumim pentru clarificare.

Data:

2 iun 2023, 14:09

Subiectul întrebării:

Lotul 1 si 2

Întrebare:

Buna ziua, Pentru lotul 1 si 2 -mașina de anestezie. Centrul de achiziții declară oficial că este gata să plătească pentru o mașină de clasă medie la fel de mult ca pentru o mașină de clasă înaltă din bugetul de stat? Rugam insistent sa analizati inainte de a da un raspuns pe platforma!

Răspuns (9 iun 2023, 15:48):

Valoarea estimativă este stabilită de către beneficiarii finali, mai mult ca atât, criteriul de atribuire este cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor. În subsidiar, apreciem că estimarea făcută de către autoritatea contractantă nu reprezintă o valoare maximă pe care o poate avea contractul ce urmează a fi încheiat, ci este o estimare a valorii contractului elaborată pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, estimate ce nu poate reprezenta

intotdeauna raspunsul pieții din momentul în care ofertanții își depun ofertele. În acest sens, principiile transparenței, egalității de tratament și principiul nediscriminării presupun ca ofertanții să dispună în mod obiectiv de aceleași șanse în configurarea ofertelor lor, să aibă acces la aceleași informații relevante în vederea participării cu o ofertă în procedură, iar evaluarea ofertelor să fie supusă acelorași condiții. De aceea, dacă se apreciază că documentația de atribuire nu este suficient de clară sub aspectul valorii contractului de achiziție publică ori dacă cerințele privind încocnirea propunerilor financiare sunt considerate a fi imprecise, operatorii economici pot să formuleze, în termenul pus la dispoziție, una sau mai multe solicitări de clarificări, cu privire la posibilitatea/imposibilitatea alocării fondurilor suplimentare pentru îndeplinirea contractului disputat în cadrul procedurii. Dacă sunt îndeplinite condițiile legale sub aspectul admisibilității acțiunii, operatorul economic interesat poate formula și o contestație în legătură cu documentația de atribuire/răspunsul autorității contractante la solicitarea sa de clarificări, cu respectarea termenului prevăzut de legea nr. 131/2015;

Data:

9 iun 2023, 16:08

Subiectul întrebării:

Lot 66 Microscop trinocular

Întrebare:

Camera optional - trebuie sa fie incluse la livrare cu microscopul sau doar ca optiune? Valoarea estimativa pentru lotul dat este foarte mica-17000 lei

Răspuns (11 iun 2023, 16:04):

Conform cerintelor caietului de sarcina se solicita ca produsul oferit sa dispuna de camera ca optiune. Produsul trebuie sa dispuna obligator de posibilitatea de dotare/intalare camerei ulterioar la necesitatea beneficiarului, contra unui cost suplimentar.

Data:

9 iun 2023, 16:10

Subiectul întrebării:

Lot 59

Întrebare:

Buna ziua! In specificatia pentru lotul 59 Coagulometru automat Cod 1511100, nu este clar parametrul solicitat: {Configurația Capacitatea sistemului ≥ 60}. Va rog sa specificati ce se are in vedere prin capacitatea sistemului. Multumesc anticipat!

Răspuns (11 iun 2023, 16:04):

Este capacitatea minim solicitata de probe si reactivi care se poate afla la bordul dispozitivului.

Data:

9 iun 2023, 16:19

Subiectul întrebării:

Lot 43

Întrebare:

Buna ziua! Pentru lotul 43 Analizator semi-automat, de urină Cod 150100, bugetul de 420 MDL este extrem de mic si este absolut ne-real de a oferi astfel de pret pentru dispozitiv si 1000 benzi de testare. Fiecare banda de testare costa > 1 MDL. deci pentru 1000 benzi, suma va fi > 1000 MDL. Pretul unui dispozitiv variaza in dependenta de producator, dar o simpla cautare pe internet: <https://www.indiamart.com/proddetail/urine-analyzer-13386520248.html?pos=8&pla=n> se poate vedea ca in mediu pretul este 460 USD (dolari Americani, echivalent a 38000 Rupii Indiene). Solicitam insistent sa revizuiti bugetul.

Răspuns (11 iun 2023, 16:05):

Bugetul a fost stabilit conform ofertelor și produselor contractate din anii precedenți.

Data:

10 iun 2023, 10:47

Subiectul întrebării:

Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110

Întrebare:

Buna ziua, va rog sa confirmati, daca parametru "Motor electric pentru miscarea sus/jos" se refera la miscare electrohidraulica.

Răspuns (11 iun 2023, 16:05):

Conform cerintelor tehnice „Motor electric pentru miscarea sus/jos, lateral a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda” va fi acceptat motorul electric citi si cel de tip electrohidraulic.

Data:

10 iun 2023, 11:00

Subiectul întrebării:

Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150
Întrebare:

Buna ziua, este posibil ca la Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm sa fie acceptata o marja de eroare de ± 1 cm, la fel la "Secția din spate de la +80 la -45 grade" sa fie acceptata "Secția din spate de la +80 la -40 grade".

Răspuns (11 iun 2023, 16:06):

Se acceptă oferte care corespund cerințelor tehnice minime indicate în documentația de atribuire. Mulțumim pentru clarificare.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 31.05.2023	<p>Pentru lotul nr. 39 <i>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, indicarea sintagmei „ Usa Numar 1 ”.</i> Pentru loturile nr. 75 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L Cod 270260 și 76 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L Cod 270270 modificarea sintagmei din „Limbaajul interfeței și meniului română și rusă” în „Limbaajul interfeței și meniului română / rusă”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. A publica în SIA RSAP (MTender) documentația de atribuire și documentele modificate aferente procedurii de achiziție publică.2. A răspunde la solicitarea de clarificare depusă în cadrul SIA RSAP (Mter
Rezumatul modificărilor 08.06.2023	<p>După cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none">- excluderea necesarului de dispozitive medicale ale IMSP SC Bălti, din cadrul procedurii de achiziție publică.- Pentru lotul nr. 3 <i>Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330.</i> <p>modificarea specificație tehnice din „Moduri de operare / Moduri inteligente de ventilare min. 2” in „Moduri de operare / Moduri inteligente de ventilare min. 1”.</p>

		3. A publica în SIA RSAP (MTender) documentația de atribuire și documentele modificate aferente procedurii de achiziție publică.
		4. A răspunde la solicitarea de clarificare depusă în cadrul SIA RSAP (Mter
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)		<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)		<i>[Indicați numărul de zile]</i>

Până la termenul-limită (data 03.07.2023, ora 16:29), au depus oferta 7 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Ciaicovschi Tudor
2.	Ancotec-Sistem	1003600119209	Matei Andrei
3.	Aelo Grup SRL	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
4	Denolga Medical	1005600059558	Cucerenco Olesca
5	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Dicusar Vladimir
6	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
7	DIALAB SOLUTIONS	1022600026511	Alexandru Levinta
8	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu
9	Ecochimie	1002600052156	Iurcu Nicolae Iurcu Tatiana
10	Health Medical Solutions	1018600009625	Trocin Caterina
11	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
12	IM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Sveatoslav Prodan
13	IM Becor SRL	1003600060828	Bezer
14	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana
15	INTERMED	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
16	MEDICLIM AM	1003600131744	Nicolaescu Lilian
17	Medpunkt SRL	1011600044267	Nișelea Mihail; Antonova Anna
18	Neotec	1002600048135	Botharu Andrei; Corechi Iulian
19	Polisano Prim	1005600003425	Ruxanda Moldoveanu
20	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Irina Varman

21	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Potinga
22	Sanmedico	1018600009625	Trocin Caterina
23	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Tatiana Trili
24	SOGNO	1004600013854	Petru Iarovoi
25	SRL Biosistem mld	1010600028048	Vitalie Poata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferețe DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP	Ancotec-Sistem	DataControl SRL	Denolga Medical	DIALAB SOLUTIONS	ECHIPAMED-PLUS	Ecochimie	GBG-MLD SRL	Health Medical Solutions	ICS Eyecon	IM „Dutchmed-M” SRL	IM Becor SRL	IM Natusana SRL	INTERMED	MEDICLIM AM	Medpunkt SRL	Neotec	Polisano Prim	Profilabdiagnostic SRL	SA Tehoptimed	Sanmedico	SC"Imunotehnomed"SRL	SOGNO	SRL Biosistem mld	Tetis International Co. SRL
Cerere a de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Specificația tehnică</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - 	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<p>image în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>																				
<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de pret.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> <p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p>																		
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 zile)</p>																		

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul

platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă

cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care oferta este stabilită</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.</p>	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Declarație de la Oferent</p>	<p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Declarație de ofertă la oferta</p>	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Declarație de Ofertă la Ofertă</p>	<p>cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Dovada înregiștrării în Lista</p>	<p>Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor Electronice pentru Echipamente Electronice și Electric, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>prodor catorii or,</p> <p>Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmata prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actal/documentul de împuternicire;</p>																				<p>Fa r i a l i n r e g i s t r a t e</p> <p>p a r t i a l i n r e g i s t r a t e</p>
<p>Pentru dispoz itivele medic ale ofertat e, care nu sunt în regi strate în Regist rul de Stat al Dispo zitivul or Medic ale Notifi carea pentru în regi strarea dispoz</p>	<p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1 La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce) – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actal/documentul de împuternicire, însoțită de</p>	<p>part ial înre gist rat</p>	<p>part ial înre gist rat/ noti fică ri</p>	<p>par țial în r egi str at/ noti fic ări</p>	<p>în re gi st ra t</p>	<p>în re gi st ra t</p>	<p>p ar ția l în re gi st ra te</p>	<p>p a r t i a l î n r e g i s t r a t e</p>	<p>în re gi st ra t</p>	<p>par țial în r egi str ate</p>	<p>par țial în r egi str ate</p>	<p>în r egi str at</p>	<p>+</p>	<p>în re gi st ra t</p>	<p>în re gi st ra t</p>	<p>n u a p r e z e n t a t n o t i f i c ă r i</p>	<p>p a r t i a l î n r e g i s t r a t</p>	<p>în r egi str at</p>		<p>p a r t i a l î n r e g i s t r a t e</p>

ie,
fraudă
și/sau
spălar
e de
bani

În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampei) de către banca comercială emitentă;

2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampei oferentului:

1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

3. Codul fiscal: 1016601000212

4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859A

5. cu nota "Pentru garanția de bună

Garan
ția de
bună
execu
ție

4	Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410	anulat					anulat
5	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	bucată	3	1,860.00	IM Natusana SRL		Corespunde cerințelor tehnice
5	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	bucată	3	2190.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL		depășire 30%
6	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	bucată	10	6,200.00	IM Natusana SRL		Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Balon resuscitare AMBU adulți s-a oferit Balon resuscitare AMBU copii; 2. S-a solicitat Volum, ml ~1600 s-a oferit 550 ml; 3. S-a solicitat Marime mască 4 sau 5 s-a oferit 2 și 3;
6	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	bucată	10	7,600.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL		Corespunde cerințelor tehnice
7	Laringoscop adult standard Cod 110600	bucată	5	19,950.00	Tetis International Co. SRL		Corespunde cerințelor tehnice
8	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	bucată	2	19,180.00	Tetis International Co. SRL		Corespunde cerințelor tehnice
8	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	bucată	2	25,700.00	GBG-MLD SRL		Nu a fost evaluat tehnic
9	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620	bucată	1	22,120.00	GBG-MLD SRL		Corespunde cerințelor tehnice
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	bucată	2	220,400.00	Medpunkt SRL		Corespunde cerințelor tehnice

10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	bucată	2	270,000.00	AELO GRUP	Nu a fost evaluat tehnic
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	bucată	2	297,000.00	ICS Eyecon Medical SRL	Nu a fost evaluat tehnic
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	bucată	2	375,000.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	bucată	2	386,600.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	bucată	1	110,200.00	Medpunkt SRL	Corespunde cerințelor tehnice
11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	bucată	1	159,500.00	ICS Eyecon Medical SRL	Nu a fost evaluat tehnic
11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	bucată	1	163,000.00	AELO GRUP	Nu a fost evaluat tehnic
11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	bucată	1	187,500.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	bucată	1	252,080.00	DataControl SRL	deășire 30%
12	Aspirator toraceal Cod 130310	bucată	5	22,000.00	Tetis International Co. SRL	Corespunde cerințelor tehnice
12	Aspirator toraceal Cod 130310	bucată	5	23,400.00	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat tehnic
12	Aspirator toraceal Cod 130310	bucată	5	24,925.00	ÎM „Dutchemed-M” SRL	Nu a fost evaluat tehnic

12	Aspirator toraceal Cod 130310	bucată	5	26,498.70	SRL Biosistem mld	Nu a fost evaluat tehnic
12	Aspirator toraceal Cod 130310	bucată	5	33,350.00	DataControl SRL	depășire 30%
13	Aspirator urgente Cod 130320	bucată	3	25,800.00	Tetis International Co. SRL	Corespunde cerințelor tehnice
13	Aspirator urgente Cod 130320	bucată	3	26,970.00	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat tehnic
13	Aspirator urgente Cod 130320	bucată	3	27,002.67	SRL Biosistem mld	Nu a fost evaluat tehnic
13	Aspirator urgente Cod 130320	bucată	3	35,340.00	DataControl SRL	depășire 30%
14	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	bucată	3	27,002.67	SRL Biosistem mld	Nu corespunde cerței tehnice 1. S-a solicitat Vas colector / Capacitatea, L ≥ 2 L s-a oferit 1 L
14	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	bucată	3	27,060.00	DataControl SRL	Corespunde cerințelor tehnice
14	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	bucată	3	29,694.00	Tetis International Co. SRL	Corespunde cerințelor tehnice
15	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	bucată	3	34,500.00	Tetis International Co. SRL	Corespunde cerințelor tehnice
15	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	bucată	3	41,310.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu a fost evaluat tehnic

15	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	bucată	3	46,624.50	SRL Biosistem mld	Nu a fost evaluat tehnic
15	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	bucată	3	47,640.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
15	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	bucată	3	49,200.00	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat tehnic
16	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	bucată	5	68,850.00	İM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde cerințelor tehnice
16	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	bucată	5	72,782.15	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
16	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	bucată	5	73,000.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
16	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	bucată	5	79,400.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
16	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	bucată	5	104,150.00	GBG-MLD SRL	depășire 30%
17	Dispozitiv pentru vacuumterapia plagilor Cod 130360	bucată	1			fără oferte
18	Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400	bucată				ANULAT

19	Defibrilator extern, automat Cod 130410	bucată	7	154,140.56	SRL Biosistem mld	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Baterie / Fară posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită a fost oferit 4 ani (4 years if installed in the AED)
19	Defibrilator extern, automat Cod 130410	bucată	7	227,948.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde cerințelor tehnice
19	Defibrilator extern, automat Cod 130410	bucată	7	275,800.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
20	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	bucată	9	496,800.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde cerințelor tehnice
20	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	bucată	9	558,000.00	AELO GRUP	Nu a fost evaluat tehnic
20	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	bucată	9	683,754.12	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu a fost evaluat tehnic
20	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	bucată	9	781,200.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
21	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate) Cod 130440	bucată	2	187,560.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Corespunde cerințelor tehnice

21	Defibrilator extern, automat, manual, cardiosimulare externa (caracteristici avansate) Cod 130440	bucată	2	228,767.44	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu a fost evaluat tehnic
21	Defibrilator extern, automat, manual, cardiosimulare externa (caracteristici avansate) Cod 130440	bucată	2	238,400.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	35,280.00	Neotec	Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 6 producatori, brand of syringe, pag. 18 User manual
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	35,800.00	İM „Dutchmed-M” SRL	Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 3 producatori Manualul de utilizare Benefusion u Series/A.4 Recommended Syringes
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	50,983.32	SA Tehoptimed	Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 3 producatori, Syringe Brand, pag.20

22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	58,480.80	Health Medical Solutions	Corespunde cerințelor tehnice
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	58,800.00	AELO GRUP	Nu a fost evaluat tehnic
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	88,548.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
22	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600	bucată	4	95,040.00	GBG-MLD SRL	depășire 30%
23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	141,120.00	Neotec	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Proprietățile pompei / Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 s-a oferit 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml, fara siringa 2, 3 ml; 2. S-a solicitat Alimentarea / Baterie internă / Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h s-a oferit Li-Polymer 7.4V 1900mAh, more than 5 hours at 5ml/h;

23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	240,000.00	Ancotec-System	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Alimentarea / Baterie internă / Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h s-a oferit 11.1V Li battery with capacity≥2600mAh, 8 hours backup time at the rate of 5ml/h, pag.5
23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	266,020.00	Health Medical Solutions	Corespunde cerințelor tehnice
23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	271,920.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu a fost evaluat tehnic
23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	288,000.00	AELO GRUP	Nu a fost evaluat tehnic
23	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	bucată	16	354,192.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
24	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	bucată	3	22,740.00	Neotec	Corespunde cerințelor tehnice

24	Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650	bucată	3	105,000.00	DIALAB SOLUTIONS	Nu a fost evaluat tehnic
25	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900	bucată				anulat
26	Burghiu traumatologic_ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910	bucată	1	122,850.00	SOGNO	depășire 30%
27	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110	bucată	1	296790.00	Tetis International Co. SRL	depășire 30%
27	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110	bucată	1	308,250.00	DataControl SRL	depășire 30%
28	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza) Cod 140130	bucată	2	343,670.00	Tetis International Co. SRL	Corespunde cerintelor tehnice
28	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza) Cod 140130	bucată	2	614,700.00	ICS Eyecon Medical SRL	depășire 30%

28	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza) Cod 140130	bucată	2	641,360.00	DataControl SRL	depaşire 30%
29	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150	bucată	1	296,790.00	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Poziţionarea mesei / Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm s-a oferit 34 cm, pag.7; 2. S-a solicitat Înclinarea: Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) s-a oferit .+85 .- 40 grade, pag. 7;
29	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150	bucată	1	299,000.00	Ancotec-System	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea ≥ 210 cm s-a oferit 205 cm; 2. S-a solicitat Mărimile mesei / Lăţimea ≥ 55 cm s-a oferit 52 cm; 3. S-a solicitat Poziţionarea mesei / Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm s-a oferit 32 cm; 4. S-a solicitat Poziţionarea mesei / Trendelamburg ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade; 5. S-a solicitat Poziţionarea mesei / Inversarea trendelamburgului ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade; 6. S-a solicitat Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade s-a oferit 20 grade; 7. S-a solicitat Înclinarea: Secţia din spate de la +80 la -45 grade (minim) s-a oferit +75 la -40 grade; 8. S-a solicitat Înclinarea: Secţia de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) s-a oferit +20 la - 90 grade;

29	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150	bucată	1	320,680.00	DataControl SRL	Corespunde cerințelor tehnice
29	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150	bucată	1	335,500.00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Nu a fost evaluat tehnic
30	Tonometru ocular portativ Cod 170300	bucată	25			fără oferte
31	Autorefractometru Cod 170400	bucată	4	208,000.00	Medpunkt SRL	Corespunde cerințelor tehnice
31	Autorefractometru Cod 170400	bucată	4	229,320.00	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat tehnic
31	Autorefractometru Cod 170400	bucată	4	280,000.00	Ancotec-Sistem	Nu a fost evaluat tehnic
31	Autorefractometru Cod 170400	bucată	4	380,000.00	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat tehnic
32	Ofthalmoscop Cod 170500	bucată	9	33,120.00	GBG-MLD SRL	Corespunde cerințelor tehnice
33	Laser diod, chirurgical, 25 W Cod 280120	bucată	1			fără oferte

34	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici de baza) Cod 280200	bucată	1	43,878.26	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere \geq 300 Ohm s-a oferit 250 Ohm; 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare \geq 100 W s-a oferit 80 W; 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare \geq 100 Ohm s-a oferit 50 Ohm;
34	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici de baza) Cod 280200	bucată	1	68,280.00	DataControl SRL	depășire 30%
35	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici medii) Cod 280210	bucată	1	74,430.00	DataControl SRL	Corespunde cerințelor tehnice
36	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici avansate) Cod 280220	bucată	2	156,040.00	DataControl SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere \geq 400 W s-a oferit 350W, pag.12
37	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250	bucată	5	419,300.00	DataControl SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere \geq 400 W s-a oferit 350W, pag.12

37	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250	bucată	5	591,140.80	SC"Imunotehnomed"SRL	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere ≥ 350 Ohm s-a oferit 300 Ohm; 2. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 140 W s-a oferit 120 W; 3. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit 50 Ohm; 4. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare ≥ 100 Ohm s-a oferit 50 Ohm;
38	Laparoscop Cod 280300	bucată	2	2,622,400.00	DataControl SRL	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Pensă bipolară laparoscopică Lungime 43-44 cm s-a oferit 45 cm; 2. S-a solicitat Electrode de coagulare și disecție în formă de bilă Lungime 43- 44 cm s-a oferit 45 cm; 3. S-a oferit Depărtător metalic în evantai Lungime 36 cm s-a oferit 38 cm; 4. S-a solicitat Port- ac laparoscopic / Lungime 43 cm s-a oferit 45 cm; 5. S-a solicitat Tub cu ac pentru puncții Diametrul 10 mm s-a oferit 5 mm; 6. S-a solicitat Canulă metalică irigare/aspirație Lungime 43- 44 cm s-a oferit 45 cm; 7. S-a solicitat Popă de spălare automată Presiune de spălare min. 400 mm Hg s-a oferit 300 mmHg;

						<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade / Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm; 2. S-a solicitat Pensă prehensiune fenestrată / Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm; 3. S-a solicitat Insert pensă prehensiune / Lungime vîrf activ 28-30 m s-a oferit 25 mm; 4. S-a solicitat Insert pensă prehensiune / Lungime minim 320 mm s-a oferit 360 mm; 5. S-a solicitat Insert pensă BABCOCK / Teaca: lungimea minim 325 mm- max 335 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm s-a oferit 34 mm; 6. S-a solicitat Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil / Lungime vîrf activ 35-37 mm s-a oferit 26 mm; 7. S-a solicitat Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm;
38	Laparoscop Cod 280300	bucată	2	3,423,952.00	Denolga Medical	
39	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	bucată	1	15,000.00	DataControl SRL	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <p>S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB</p>
39	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	bucată	1	18,800.00	Neotec	<p>Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical</p>
39	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	bucată	1	23,200.00	Ecochimie	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <p>S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB</p>

39	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700	bucată	1	35,164.50	SC"Imunotehnomed"SRL	nu a răspuns la clarificarea privind inregistrarea
40	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	bucată	6	102,120.00	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB
40	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	bucată	6	135,000.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
40	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	bucată	6	162,600.00	Ecochimie	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB
40	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	bucată	6	234,430.02	SC"Imunotehnomed"SRL	nu a răspuns la clarificarea privind inregistrarea
41	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720	bucată	1	16,400.00	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor 1. S-a solicitat Capacitatea 300-400 l s-a oferit 298 L.
41	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720	bucată	1	23,600.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
41	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720	bucată	1	29,900.00	Ecochimie	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Zgomot < 50 dB s-a oferit 56-60 dB.
42	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	bucată	1	32,900.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical

42	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	bucată	1	37,600.00	DataControl SRL	Conform scrisorii AMDM DOSAR INCOMPLETE
42	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	bucată	1	55,806.00	Health Medical Solutions	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
42	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	bucată	1	56,200.00	Ecochimie	Nu corespunde cerințelor 1. S-a solicitat Capacitatea 400-500 l s-a oferit 656 L.
42	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	bucată	1	56,870.98	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Capacitatea 400-500 l s-a oferit 580 L.
43	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	bucată	1	540.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
43	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	bucată	1	1,200.00	Sanmedico	depășire 30%
43	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	bucată	1	14800.00	Neotec	depășire 30%
44	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	bucată	2	15,500.00	Sanmedico	Corespunde cerințelor tehnice
44	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	bucată	2	16,900.00	SRL Biosistem mld	Nu a fost evaluat tehnic
44	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	bucată	2	49800.00	Neotec	depășire 30%

45	Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200	bucată					anulat
46	Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220	bucată	1	92000.0000	GBG-MLD SRL		Corespunde cerințelor tehnice
46	Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220	bucată	1	208000.00	Neotec		depășire 30%
47	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	bucată	2	48,000.00	SRL Biosistem mld		Corespunde cerințelor tehnice
47	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	bucată	2	63,000.00	Neotec		Nu a fost evaluat tehnic
47	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	bucată	2	124,200.00	GBG-MLD SRL		depășire 30%
48	Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300	bucată	2	395,980.00	ECHIPAMED-PLUS		Corespunde cerințelor tehnice

48	Analizator automat, cu chemoluminescenta Cod 150300	bucată	2	436,000.00	IM Becor SRL	Nu a fost evaluat tehnic
49	Analizator portabil pentru diagnosticul exprses al riscului cardio-vascular Cod 150410	bucată	1			fără oferte
50	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	bucată	2	72,000.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
50	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	bucată	2	77,760.00	Neotec	Nu a fost evaluat tehnic
50	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	bucată	2	128,000.00	Proflabdiagnostic SRL	Nu a fost evaluat tehnic
51	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520	bucată	1	44,550.00	Neotec	Corespunde cerințelor tehnice
51	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520	bucată	1	52,150.00	INTERMED	Corespunde cerințelor tehnice
51	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520	bucată	1	64,000.00	Proflabdiagnostic SRL	Nu a fost evaluat tehnic
51	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520	bucată	1	68,800.00	SRL Biosistem mld	Nu a fost evaluat tehnic

52	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	bucată	2	238,000.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
52	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	bucată	2	250,500.00	INTERMED	Nu a fost evaluat tehnic
53	Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580	bucată	1	13,000.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
54	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	bucată	1	24,000.00	Profilabdiagnostic SRL	Corespunde cerințelor tehnice
54	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	bucată	1	30,000.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
54	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	bucată	1	33,700.00	Neotec	Nu a fost evaluat tehnic
54	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	bucată	1	49340.00	IM Becor SRL	depășire 30%
54	Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610	bucată	1	66,220.00	GBG-MLD SRL	depășire 30%

55	Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800	bucată	2	9,400.00	Profilabdiagnostic SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Volumul minimal al probei ≤ 10 µL s-a oferit 13 - 15 µL; 2. S-a solicitat Gama de măsurare 4.3 - 15.5 mmol/L s-a oferit 4.0 g/dL - 24.0 g/dL, convertit în mmol/L va fi 2.4 - 14.8 mmol/L.
55	Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800	bucată	2	15,800.00	Sanmedico	Correspunde cerințelor tehnice
56	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	bucată	3	52,500.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
56	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	bucată	3	58,050.00	IM Becor SRL	Correspunde cerințelor tehnice
56	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	bucată	3	63,000.00	DataControl SRL	Nu a fost evaluat tehnic
56	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920	bucată	3	71310.00	Profilabdiagnostic SRL	depășire 30%
57	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteză redușă Cod 150940	bucată	1	15,990.00	Ecochimie	Correspunde cerințelor tehnice
57	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteză redușă Cod 150940	bucată	1	17,400.00	Profilabdiagnostic SRL	Nu a fost evaluat tehnic
57	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteză redușă Cod 150940	bucată	1	17,500.00	Neotec	Nu a fost evaluat tehnic
57	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteză redușă Cod 150940	bucată	1	19,000.00	IM Becor SRL	lipsește lotul din specificația tehnică

57	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusa Cod 150940	bucată	1	21,000.00	DataControl SRL	depășire 30%
58	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	bucată	3	52,500.00	Neotec	depășire 30%
58	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	bucată	3	58050.00	IM Becor SRL	depășire 30%
58	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	bucată	3	63,000.00	DataControl SRL	depășire 30%
58	Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950	bucată	3	71100.00	Profilabdiagnostic SRL	depășire 30%
59	Coagulometru automat Cod 151100	bucată	1	180,000.00	SRL Biosistem mld	Corespunde cerințelor tehnice
60	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	bucată	59	13,120.42	Polisano Prim	Corespunde cerințelor tehnice
60	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	bucată	59	40,592.00	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Volumul minimal al probei $\leq 0.7 \mu\text{L}$ s-a oferit $1 \mu\text{L}$; 2. S-a solicitat Gama hematocritului 25-60% s-a oferit 30-60%; 3. S-a solicitat Memoria numărul de teste ≥ 300 s-a oferit 250 teste.
60	Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200	bucată	59	41,241.00	Sanmedico	Nu a fost evaluat tehnic

61	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	bucată	1	1,320.00	Polisano Prim	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Tip probă Venos s-a oferit fara. 2. S-a solicitat Gama hematocritului 20-65 % s-a oferit 20-60 %.
61	Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210	bucată	1	1,400.00	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Gama hematocritului 20-65 % s-a oferit 20-60 %.
62	Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400	bucată	1	470,000.00	IM Becor SRL	IMSP-ul refuza procurarea
62	Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400	bucată	1	495,140.00	MEDICLIM AM	IMSP-ul refuza procurarea
63	Hota cu flux laminar Cod 250100	bucată	1	102,500.00	Ecochimie	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB s-a oferit 65 dB.
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	88,000.00	Neotec	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Tub binocular cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52- 75 mm s-a oferit 55-75 mm.
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	91,500.00	SA Tehoptimed	Corespunde cerințelor tehnice Student Microscopes is good to be used in high school, university for student

64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	103,360.00	Tetis International Co. SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Tub binocular cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52- 75 mm s-a oferit 55-75 mm. 2. S-a solicitat Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) s-a oferit eyepiece 10X (Field 18 mm).
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	112,000.00	Polisano Prim	Nu corespunde cerintelor tehnice 1.. S-a solicitat Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) s-a oferit WF10X/18mm.
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	112,600.00	IM Becor SRL	lit g
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	113,900.00	Ecochimie	lit g
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	135,500.00	GBG-MLD SRL	lit g
64	Microscop binocular, simplu Cod 250200	bucată	10	142,000.00	DataControl SRL	lit g
65	Microscop binocular, cu contrast de faza Cod 250210	bucată				anulat

66	Microscop cu fluorescena (trinocular) Cod 250230	bucată	1	56,450.00	DataControl SRL	depășire 30%
67	Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300	bucată	1	9,500.00	DataControl SRL	NU CORESPUNDE
67	Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300	bucată	1	9,980.00	Ecochimie	NU CORESPUNDE
68	Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310	bucată	6	67,800.00	DataControl SRL	NU CORESPUNDE
68	Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310	bucată	6	77,400.00	Ecochimie	NU CORESPUNDE
69	Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330	bucată	4	51,520.00	Ecochimie	NU CORESPUNDE
69	Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330	bucată	4	86248.00	Neotec	depășire 30%
70	Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	bucată	1	38,000.00	Profilabdiagnostic SRL	Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 s-a oferit 1-9.

71	Termostat laborator Cod 250510	bucată	4	114,800.00	Neotec	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Stabilitatea termică, °C ±0,01 s-a oferit ±0.03 °C; 2. S-a solicitat Capacitatea pompei de debit, /min ≥15 s-a oferit 10L/min.; 3. S-a solicitat Display / Timer, min s-a oferit fara;
72	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	bucată	3	99,240.00	Neotec	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <p>S-a solicitat Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l s-a oferit 3 L.</p>
72	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	bucată	3	135,000.00	DataControl SRL	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Gama de temperatură 105 - 134 grade C s-a oferit 121C / 134C, pag.5. 2. S-a solicitat Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l s-a oferit 3.5 L.
72	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	bucată	3	168,000.00	Ancotec-System	<p>Corespunde cerintelor tehnice</p>
73	Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	bucată	6	266,484.00	Neotec	<p>Nu corespunde cerintelor tehnice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat Pre și post vacuum selectabil s-a oferit fara; 2. S-a solicitat Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor s-a oferit fara; 3. S-a solicitat Facilități de setare racire rapidă s-a oferit fara

73	Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	bucată	6	444,000.00	Ancotec-Sistem	Corespunde cerintelor tehnice
73	Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	bucată	6	468,000.00	DataControl SRL	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Volum interior 26 - 40 L s-a oferit 45 L.
74	Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220	bucată				anulat
75	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260	bucată	1	320,245.85	Health Medical Solutions	Corespunde cerintelor tehnice
75	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 150L Cod 270260		1	349,000.00	ICS Eyecon Medical SRL	Nu a fost evaluat tehnic
76	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 250L Cod 270270		1	597,598.00	Health Medical Solutions	depășire 30%
77	Sterilizator 20 L Cod 270300		1	9,999.00	Ecochimie	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C.
77	Sterilizator 20 L Cod 270300		1	17118.00	Neotec	depășire 30%
78	Sterilizator 40 L Cod 270310		11	122,089.00	Ecochimie	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C.

78	Sterilizator 40 L Cod 270310		11	133,100.00	DataControl SRL	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
78	Sterilizator 40 L Cod 270310		11	167,860.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
79	Sterilizator 80 L Cod 270320		4	58,000.00	Ecochimie	depășire 30%
79	Sterilizator 80 L Cod 270320		4	66580.00	Neotec	depășire 30%
79	Sterilizator 80 L Cod 270320		4	75,200.00	DataControl SRL	depășire 30%
80	Sterilizator 110 L Cod 270330		1	19,780.00	Ecochimie	Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C.
80	Sterilizator 110 L Cod 270330		1	20,900.00	DataControl SRL	Conform scrisorii AMDM nu este dispozitiv medical
80	Sterilizator 110 L Cod 270330		1	21,896.00	Neotec	Conform scrisorii AMDM, nu este dispozitiv medical
81	Sterilizator 200 L Cod 270340		2	50,000.00	DataControl SRL	A fost oferit un model gresit de dispozitiv. In oferta a fost indicat HAS-T180I China Biobase. In scrisoarea de clarificare a fost indicat „La completarea specificației tehnice a fost

						comisă o eroare tehnică, astfel modelul oferit de compania noastră este HAS-T2001 cu capacitatea de 180L”.
81	Sterilizator 200 L Cod 270340		2	53,440.00	Ecochimie	NU APREZENTAT NOTIFICAREA CA URMARE A CLARIFICĂRII
81	Sterilizator 200 L Cod 270340		2	54,400.00	Neotec	NU ESTE DM CONFORM AMDM
82	Distilator Cod 270400		7			fără oferte
83	Distilator cu rezervor Cod 270410		3	77,985.00	IM Becor SRL	Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Recipient 10 l, ± 3 l s-a oferit 30 litri

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-2114 din 04.08.2023	AELO GRUP SRL	Lotul nr.10 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240 a fost oferit produsul "SUPER VEGA" 36, 28190/ Italia /GIMA, nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferate și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat	

Nr. Rg02-2115 din 04.08.2023	Data Control SRL	<p>al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare.</p> <p>Lotul nr. 1 Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120, a fost oferit produsul "AG70 /Germania /Heyer Medical";</p> <p>Lotul nr. 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330, a fost oferit produsul eVolution3e /SUA/ eVent; nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale; sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Totodată, pentru loturile nr. 14 Aspirator chirurgical portabil Cod 130330 a fost oferit produsul Askir 36 Br (RE 410200/09)/Italia/ Ca-Mi, cu nr. de înregistrare DM00089055 (din 04-04-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă;</p> <p>Lotul nr. 15 Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340 a fost oferit produsul New Hospivac 350(RE410356/41)/Italia/ Ca-Mi, cu nr. de înregistrare DM000048548 (din 06-02-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă;</p> <p>Lotul nr. 16 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350 a fost oferit produsul "New Hospivac 350 (RE410356/41)/Italia /Ca-Mi"; cu nr. de înregistrare DM000048548 (din 06-02-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă;</p> <p>Lotul nr. 35 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) Cod 280210, a fost oferit produsul EXCELL 350 /MCDSe Italia/ Alsa; cu nr. de înregistrare DM000051752 (19-02-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă;</p> <p>Lotul nr. 36 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220 a fost oferit produsul EXCELL 350 MCDSe/ Italia /Alsa; cu nr. de înregistrare DM000051752 (19-02-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă;</p> <p>Lotul nr. 37 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu trolu Cod 280250 a fost oferit produsul "EXCELL 350 /MCDSe /Italia/ Alsa", cu nr. de înregistrare DM000051752 (19-02-2018) din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale indicate în oferta depusă, fiind cu termenul de valabilitate expirat (valabilitatea 5 ani).</p>
------------------------------	------------------	---

<p>Nr. Rg02-2113 din 04.08.2023</p>	<p>Ecochimie SRL</p>	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare. <p>Lotul nr. 39 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, a fost oferit produsul BPR-5V118 (220V,50HZ) /China /Biobase;</p> <p>Lotul nr. 63 Hota cu flux laminar Cod 250100, a fost oferit produsul " BSC 3FA2-HA/China/ Biobase";</p> <p>Lotul nr. 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200 a fost oferit produsul BS.1152-EPL /Olanda /Euromex;</p> <p>Lotul nr. 67 Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300, a fost oferit produsul BJPX-H30II/China/ Biobase;</p> <p>Lotul 68 Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310, a fost oferit produsul BJPX-H48II/China/ Biobase;</p> <p>Lotul nr. 69 Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330, a fost oferit produsul BJPX H88BK(D)(220V)/ China/ Biobase;</p> <p>Lotul nr. 77 Sterilizator 20 L Cod 270300, a fost oferit produsul, TT-20 /Ucraina/ Miz-Ma;</p> <p>Lotul nr. 78 Sterilizator 40 L Cod 270310, a fost oferit produsul, TT-40/ Ucraina/ Miz-Ma;</p> <p>Lotul nr. 80 Sterilizator 110 L Cod 270330, a fost oferit produsul TT-100/ Ucraina/ Miz-Ma;</p> <p>Lotul nr. 81 Sterilizator 200 L Cod 270340, a fost oferit produsul HAS-T200I(220V) / China /Biobase; nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p>	
-------------------------------------	-----------------------------	--	--

<p>Nr. Rg02-2116 din 04.08.2023</p>	<p>GBG-MLD SRL</p>	<p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare.</p> <p>Totodată, la oferta electronică nu a fost regăsit atașat Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Conform cerinței pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care sînt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic va depune odată cu oferta electronică, pentru produsul oferit și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Totodată Notificarea atașată au fost menționate mai multe coduri/modele, contrar cerinței conform căreia sînt indicate doar codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea repetată a Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu indicarea codului/modelului oferit pentru următoarele loturi:</p> <p>-lotul nr. 13 Aspirator urgente Cod 130320, oferit produsul "Super Vega 36 battery/ 28190/ Italia/ Gima" -lotul 15 Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340, a fost oferit produsul Clinic Plus /28198/ Gima;</p> <p>- lotul 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200, a fost oferit produsul "PW-2002 China/Ningbo Optics & Electronics", însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</p> <p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale un cu documentele adiacente solicitate se va prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.08.2023.06.2023.</p>
<p>Nr. Rg02-2118</p>	<p>ÎM „Dutchmed-M” SRL</p>	<p>Lotul nr. 6 Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430, a fost oferit produsul "Reusable resuscitator 30 252 + Mask size 130 224, 130 225 + Bag 130 277/Turcia /Plasti-med", iar pentru codul 130 277</p>

din 04.08.2023		<p>nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivului din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, în conformanță cu pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o ofertă electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale în conformanță cu pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM înregistrare. 	
Nr. Rg02-2119 din 04.08.2023	IM Becor SRL	<p>Lotul nr. 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200, a fost oferit produsul B-292/Optika/Italia; Lotul nr. 83 Distilator cu rezervor Cod 270410, a fost oferit produsul DA006+PP354/Ortoalresa/Spainia, nu a fost prezentate nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare. 	

Nr. Rg02-2125 din 04.08.2023	MEDICLIM AM	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea Situația financiară Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, documente solicitate obligatoriu conform anunțului de participare.	
Nr. Rg02-2124 din 04.08.2023	Natusana SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea Certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, documente solicitate obligatoriu conform anunțului de participare.	
Nr. Rg02-2120 din 04.08.2023	Polisano Prim	<p>Lotul nr. 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200, a fost oferit produsul Levenhuk 400B/ SUA/ Levenhuk, și nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare.</p>	

Nr. Rg02-2121 din 04.08.2023	Profilabdiagnostic SRL	<p>Lotul nr. 50 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510, a fost oferit produsul BH - 40P /China /URJT Medical Electronic Ltd;</p> <p>Lotul nr. 70 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420, a fost oferit produsul Spalator pentru microplaci K WP-100 /China /CARETIUM Medical Instruments CO. Ltd., și nu a fost prezentat nr. de înregistrare a dispozitivelor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, sau conform cerinței de la pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic urma să depună o dată cu oferta electronică, pentru produsele oferite și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale modelul aprobat de AMDM, cu menționarea codurilor produselor oferite neînregistrate, însoțită de următoarele documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat; b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz; c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul; d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor, pentru a fi transmise în adresa AMDM pentru înregistrare. <p>Conform cerinței pct. 16 din anunțul de participare, subct. 18 Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, operatorul economic va depune odată cu oferta electronică, pentru produsul oferit și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Totodată Notificarea atașată au fost menționate mai multe coduri/modele, contrar cerinței conform căreia urma a fi indicate doar codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea repetată a Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale cu indicarea codului/modelului oferit pentru următoarele loturi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotul nr. 39 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, a fost oferit produsul EKT 175 /Turcia/ Emsas; - lotul nr.40 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710, a fost oferit produsul EKT 250 /Turcia /Emsas, , însoțită de următoarele documente:
Nr. Rg02-2122 din 04.08.2023	SCImunotehnomedSRL	

		<p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> <p>d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</p> <p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale de comun cu documentele adiacente solicitate se va prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@ccaps.gov.md, dar nu mai târziu de data 10.08.2023.06.2023.</p>	
Nr. Rg02-2388 din 17.08.2023	Data Control SRL	<p>Pentru loturile nr.39 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 și nr. 40 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710, nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgomot < 48 dB; - Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C. 	
Nr. Rg02-2390 din 17.08.2023	Dutchmed M SRL	<p>Pentru lotul nr. 6 Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430 nu sa regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum, ml ~1600. <p>Pentru lotul nr.22 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza) Cod 130600 nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proprietățile pompei / Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Butoane apășate; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Coduri de eroare; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate/ Alarmer; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Medicamente injectate; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Cantitatea infuzată; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Setări; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Bolus solicitat. 	
Nr. Rg02-2385 din 17.08.2023	Ecochimie SRL	<p>Pentru loturile nr.39 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, nr. 40 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 nu să regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgomot < 48 dB. <p>Pentru lotul nr. 41 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 nu să regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zgomot < 50 dB. 	<p>Raspuns prezentat nr. 08/22-1 din 22.08.2023</p>

Nr. Rg02-2395 din 17.08.2023	GBG MLD SRL	<p>Pentru lotul nr. 46 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150220, nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regimuri de măsurare / Cinetic; - Regimuri de măsurare / Mono și bi-cromatic; - Regimuri de măsurare / Imunoturbidimetric. 	Raspuns prezentat nr. G-380 din 28.08.2023
Nr. Rg02-2397 din 17.08.2023	Health Medical Solutions SRL	<p>Pentru lotul nr. 42 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730, nu sa regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C. 	
Nr. Rg02-2387 din 17.08.2023	Neotec SRL	<p>Pentru lotul nr.22 Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600 nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proprietățile pompei / Compatibili cu toate mărimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate/ Medicamente injectate; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate/ Cantitatea infuzată; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate /Setări; - Jurnalul de evidență / Evenimente stocate/ Bolus solicitat. <p>Pentru lotul nr.24 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile Cod 130650 nu să regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP22. <p>Pentru loturile nr.39 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700, nr. 40 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710, nr. 41 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 și nr. 42 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730 nu sa regăsit parametrul tehnic precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C. 	
Nr. Rg02-2396 din 17.08.2023	Tetis International SRL	<p>Pentru lotul nr. 6 Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430 nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mîner laringoscop / diametru mîner standard: 28mm, ± 2mm; - Mîner laringoscop / acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore; - Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile de la priză de perete 220V, 50Hz; - Acumulator reîncărcabil - 1 buc. <p>Pentru lotul nr. 28, Masa pentru operatii cu 6 secții (caracteristici de baza) Cod 140130 nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei / Accesibilitatea brațului C; - Utilizarea radiografiei sau fluoroscopiei / Mărimea casetelor minim 35x43 cm 	

Nr. Rg02-2555 din 30.08.2023	Ancotec Sistem SRL	<p>Pentru lotul nr.73 Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120, nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox; 2. Pre și post vacuum selectabil; 3. Facilități de setare / timp; 4. Facilități de setare / temperatura; 5. Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor; 6. Facilități de setare / răcire rapidă; 7. Rafturi, minim 4 tăvi; 8. Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri; 9. Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C; 10. Gama de temperatură 105 - 134 grade C; 11. Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare; 12. Înregistrator date; 13. Tip date / data; 14. Tip date / timp; 15. Tip date / temperatura; 16. Tip date / presiune; 17. Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l. 	
Nr. Rg02-2553 din 30.08.2023	Data Control SRL	<p>Pentru loturile nr. 72 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110, nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facilități de setare / timp; 2. Facilități de setare / temperatura; 3. Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor; 4. Facilități de setare / racire rapidă; 5. Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri; 6. Gama de temperatură 105 - 134 grade C; 7. Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare; 8. Tip date / data; 9. Tip date / timp; 10. Tip date / temperatura; 11. Tip date / presiune. 	

		Totodată, pentru lotul nr. 81 Sterilizator 200 L Cod 270340, și anume pentru produsul oferit HAS-T1801 China Biobase, nu sau regăsit în oferta deusă documente confirmatoare și tehnice (broșura, manualul tehnic, data sheet, etc.,) pentru a putea evalua oferta din punct de vedere tehnic.	
Nr. Rg02-2556 din 30.08.2023	Intermed SRL	Pentru lotul nr.51 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Indicatori de avertizare; 2. Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings.	
Nr. Rg02-2557 din 30.08.2023	Neotec SRL	Pentru lotul nr.51 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Sistem ID pacient da; 2. Afișarea pe ecran a tuturor datelor / histograme; 3. Afișarea pe ecran a tuturor datelor / rezultate; 4. Afișarea pe ecran a tuturor datelor / grafice; 5. Afișarea pe ecran a tuturor datelor / rezultate din arhivă; 6. Afișarea pe ecran a tuturor datelor / date de service; 7. Afișarea rezultatelor pe imprimantă / Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient; 8. Indicatori de avertizare; 9. Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings. Pentru lotul nr.56 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Indicatori / Debalansare; 2. Indicatori / Capac deschis; 3. Nivelul de zgomot ≤ 65 dB. Pentru lotul nr.72 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Securitate la supraîncălzire; 2. Securitate la suprapresiune; 3. Facilități de setare / timp; 4. Facilități de setare / temperatura; 5. Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor; 6. Facilități de setare / racire rapidă; 7. Rafturi, minim 3 tăvi;	

	<p>8. Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri; 9. Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C; 10. Gama de temperatură 105 - 134 grade C; 11. Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare; 12. Tip date / data; 13. Tip date / timp; 14. Tip date / temperatura; 15. Tip date / presiune; 16. Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l; Pentru lotul nr.73 Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120, nu sau regăsit parametrii tehnici precum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clasa autoclavului Clasa B; 2. Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox; 3. Securitate la supraîncălzire; 4. Securitate la suprapresiune; 5. Alarmerie acustică vizuală; 6. Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă; 7. Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare; 8. Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit; 9. Imprimantă; 10. Pre și post vacuum selectabil; 11. Facilități de setare / timp; 12. Facilități de setare / temperatura; 13. Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor; 14. Facilități de setare / racire rapidă; 15. Rafturi, minim 4 tăvi; 16. Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri; 17. Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C; 18. Gama de temperatură 105 - 134 grade C; 19. Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare; 20. Înregistrator date; 21. Tip date / data; 22. Tip date / timp; 	
--	--	--

		23. Tip date / temperatura; 24. Tip date / presiune; 25. Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l.	
Nr. Rg02-2559 din 30.08.2023	Polisano Prim SRL	Pentru lotul nr.60 Glucometru (caracteristici de baza) Cod 151200, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL; 2. Gama hematocritului 25-60 %; 3. Timpul de măsurare ≤ 10 sec.; 4. Autonomie de la baterie ≥ 700 teste. Pentru lotul nr.61 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920, nu sau regăsit parametrii tehnici precum: 1. Tip probă Venos; 2. Volumul minimal al probei ≤ 1 µL; 3. Gama hematocritului 25-60 %; 4. Timpul de măsurare ≤ 7 sec.; 5. Autonomie de la baterie ≥ 700 teste.	
Nr. Rg02-2560 din 30.08.2023	Profilabdiagnostic SRL	Pentru lotul nr. 54 Analizator ionoselectiv Na, K, Cl Cod 150610, și anume pentru produsul oferit XI-931XT, producătorul CARETUM Medical Instruments CO. Ltd, China, nu sa regăsit în oferta depusă documente confirmatoare și tehnice (broșura, manualul tehnic, data sheet, etc.,) pentru a putea evalua oferta din punct de vedere tehnic.	Raspuns Nr. 142/23 din 30.08.2023
Nr. Rg02-2561 din 30.08.2023	Tetis International SRL	Pentru lotul nr. 61 Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210, nu sa regăsit parametrul tehnic precum: 1. Gama hematocritului 20-65 %.	

Oferanții respinși/descalificați:

Lotul 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Display / Mărimea ≥ 15 inch s-a oferit 12.1 inch."

Lotul 6 Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Balon resuscitare AMBU adulți s-a oferit Balon resuscitare AMBU copii;

2. S-a solicitat Volum, ml ~1600 s-a oferit 550 ml;

3. S-a solicitat Marime mască 4 sau 5 s-a oferit 2 si 3:"
- Lotul 14 Aspirator chirurgical portabil Cod 130330**
- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde ceritei tehnice s-a solicitat Vas colector / Capacitatea, L ≥ 2 L s-a oferit 1 L"
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și art. 17 alin. (5), nu a răspuns la scrisoarea de clarificare conform solicitării Nr. Rg02-2115 din 04.08.2023.
- Lotul 19 Defibrilator extern, automat Cod 130410**
- Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor tehnice S-a solicitat Baterie / Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare ≥ 5 ani, după care bateria poate fi înlocuită a fost oferit 4 ani (4 years if installed in the AED)".
- Lotul 22 Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici de baza) Cod 130600**
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 6 producatori, brand of syringe, pag. 18 User manual".
 - Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 3 producatori Manualul de utilizare Benefusion u Series/A.4 Recommended Syringes".
 - Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor S-a solicitat Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători s-a oferit 3 producatori, Syringe Brand, pag.20 "
- Lotul 23 Pompa de infuzie (perfuzor), cu siringa (caracteristici avansate) Cod 130610**
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor tehnice
1. S-a solicitat Proprietățile pompei / Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 s-a oferit 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml, fara siringa 2, 3 ml;
 2. S-a solicitat Alimentarea / Baterie internă / Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h s-a oferit Li-Polymer 7.4V 1900mAh, more than 5 hours at 5ml/h; "
- Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerintelor tehnice 1. S-a solicitat Alimentarea / Baterie internă / Timp de operare ≥ 10 h la 5 mL/h s-a oferit 11.1V Li battery with capacity ≥ 2600mAh, 8 hours backup time at the rate of 5ml/h, pag.5"
- Lotul 26 Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910**
- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 27 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110**
- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 29 Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate) Cod 140150**

- Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Poziționarea mesei / Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm s-a oferit 34 cm, pag.7; 2. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim) s-a oferit +85 -40 grade, pag. 7;"

- Oferta operatorului economic Ancotec-Sistem se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea ≥ 210 cm s-a oferit 205 cm;
2. S-a solicitat Poziționarea mesei / Deplasarea longitudinală ≥ 35 cm s-a oferit 32 cm;
3. S-a solicitat Poziționarea mesei / Trendelburg ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade;
4. S-a solicitat Poziționarea mesei / Inversarea trendelburgului ≥ 35 grade s-a oferit 30 grade;
5. S-a solicitat Înclinarea: Laterală ≥ 30 grade s-a oferit 20 grade;
6. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -45 grade (minim) s-a oferit +75 la -40 grade;
7. S-a solicitat Înclinarea: Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) s-a oferit +20 la - 90 grade;"
8. S-a solicitat Înclinarea: Secția de la talpa/picior de la +25 la - 90 grade (minim) s-a oferit +20 la - 90 grade;"

Lotul 34 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit 250 Ohm;
1. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare ≥ 100 W s-a oferit 80 W;
1. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare ≥ 100 Ohm s-a oferit 50 Ohm;"

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 36 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere ≥ 400 W s-a oferit 350W, pag.12"

Lotul 37 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250

- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Moduri de lucru / Monopolar / Tăiere ≥ 350 Ohm s-a oferit 300 Ohm;
2. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 140 W s-a oferit 120 W;
3. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Tăiere ≥ 300 Ohm s-a oferit 50 Ohm;
4. S-a solicitat Moduri de lucru / Bipolar / Coagulare ≥ 100 Ohm s-a oferit 50 Ohm;

Lotul 38 Laparoscop Cod 280300

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Pensă bipolară laparoscopică Lungime 43-44 cm s-a oferit 45 cm;
2. S-a solicitat Electrode de coagulare și disecție în formă de bilă Lungime 43- 44 cm s-a oferit 45 cm;
3. S-a oferit Depărtător metalic în evantai Lungime 36 cm s-a oferit 38 cm;
4. S-a solicitat Port- ac laparoscopic / Lungime 43 cm s-a oferit 45 cm;

5. S-a solicitat Tub cu ac pentru puncții Diametrul 10 mm s-a oferit 5 mm;
 6. S-a solicitat Canulă metalică irigare/aspirație Lungime 43- 44 cm s-a oferit 45 cm;
 7. S-a solicitat Popă de spălare automată Presiune de spălare min. 400 mm Hg s-a oferit 300 mmHg;
- Oferta operatorului economic Denolga Medical se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
1. S-a solicitat Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade / Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm;
 2. S-a solicitat Pensă prehensiune feneastră / Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm;
 3. S-a solicitat Insert pensă prehensiune / Lungime vîrf activ 28-30 m s-a oferit 25 mm;
 4. S-a solicitat Insert pensă prehensiune / Lungime minim 320 mm s-a oferit 360 mm;
 5. S-a solicitat Insert pensă BABCOCK / Teaca: lungimea minim 325 mm- max 335 mm, rotativă, izolată, diametru 10 mm s-a oferit 34 mm;
 6. S-a solicitat Pensă extractoare, crocodic, rotativă 360 grade Crocodil / Lungime vîrf activ 35-37 mm s-a oferit 26 mm;
 7. S-a solicitat Lungime 320-330 mm s-a oferit 360 mm;"

Lotul 39 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB".
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB"
- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și art. 17 alin. (5), nu a răspuns la scrisoarea de clarificare conform solicitării Nr. Rg02-2122 din 04.08.2023.

Lotul 40 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB".
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Zgomot < 48 dB s-a oferit 55 dB"
- Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și art. 17 alin. (5), nu a răspuns la scrisoarea de clarificare conform solicitării Nr. Rg02-2122 din 04.08.2023.

Lotul 41 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor 1. S-a solicitat Capacitatea 300-400 l s-a oferit 298 L.."
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Zgomot < 50 dB s-a oferit 56-60 dB. "

Lotul 42 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730

- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, dosarul în vederea înregistrării dispozitivului medical în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, este incomplet.
- Oferta operatorului economic Health Medical Solutions se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor 1. S-a solicitat Capacitatea 400-500 l s-a oferit 656 L."
- Oferta operatorului economic SC"Imnotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:
- Lotul 55 Hemoglobinometru (caracteristici de baza) Cod 150800**
- Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
- 1. S-a solicitat Volumul minimal al probei $\leq 10 \mu\text{L}$ s-a oferit 13 - 15 μL ;
- 2. S-a solicitat Gama de măsurare 4.3 - 15.5 mmol/L s-a oferit 4.0 g/dL - 24.0 g/dL, convertit în mmol/L va fi 2.4 - 14.8 mmol/L.
- Lotul 56 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) Cod 150920**
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct.16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 58 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950**
- Ofertele operatorilor economici Neotec, IM Becor SRL, DataControl SRL, Profilabdiagnostic SRL se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespund cerințelor din documentația de atribuire: ofertele depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 61 Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210**
- Oferta operatorului economic Polisano Prim se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
- 1. S-a solicitat Tip probă Venos s-a oferit fara.
- 2. S-a solicitat Gama hematocritului 20-65 % s-a oferit 20-60 %."
- Oferta operatorului economic Teis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire. Nu corespunde cerințelor tehnice 1. S-a solicitat Gama hematocritului 20-65 % s-a oferit 20-60 %.
- Lotul 62 Analizator imunologic cu fluorescența Cod 151400 - IMSP-ul beneficiar refuză procurarea**
- Lotul 63 Hota cu flux laminar Cod 250100**
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Nivelul de zgomot nu mai mare de 60dB s-a oferit 65 dB."
- Lotul 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200** Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vor fi ajustate specificațiile tehnice, în vederea indicării exacte a destinației bunurilor.
- Lotul 66 Microscop cu fluorescența (trinocular) Cod 250230**

- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 67 Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300**
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
 - Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 68 Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310**
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
 - Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 69 Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330**
 - Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 70 Spalator pentru microplaci (ELLISA) Cod 250420**
 - Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor S-a solicitat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 s-a oferit 1-9"
- Lotul 71 Termostat laborator Cod 250510**
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
 - 1. S-a solicitat Stabilitatea termică, °C ±0,01 s-a oferit ±0.03 °C;
 - 2. S-a solicitat Capacitatea pompei de debit, l/min ≥15 s-a oferit 10L/min.;
 - 3. S-a solicitat Display / Timer, min s-a oferit fara;"
- Lotul 72 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110**
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l s-a oferit 3 L."
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
 - 1. S-a solicitat Gama de temperatură 105 - 134 grade C s-a oferit 121C / 134C, pag.5.
 - 2. S-a solicitat Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l s-a oferit 3.5 L."
- Lotul 73 Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120**
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice
 - 1. S-a solicitat Pre și post vacuum selectabil s-a oferit fara;

2. S-a solicitat Facilități de setare / eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor s-a oferit fara;
3. S-a solicitat Facilități de setare racire rapidă s-a oferit fara"
- Lotul 76 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 250L Cod 2702770**
- Oferta operatorului economic Health Medical Solutions se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 77 Sterilizator 20 L Cod 2703300**
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C. "
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 78 Sterilizator 40 L Cod 2703310**
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C. "
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, dosarul în vederea înregistrării dispozitivului medical în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, este incomplet.
- Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 79 Sterilizator 80 L Cod 2703320**
- Ofertele operatorilor economici Ecochimie, Neotec, DataControl SRL se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespund cerințelor din documentația de atribuire: ofertele operatorilor depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 80 Sterilizator 110 L Cod 2703330**
- Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a oferit +/- 3C. "
 - Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, dosarul în vederea înregistrării dispozitivului medical în Registrul de stat al dispozitivelor medicale, este incomplet.
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 81 Sterilizator 200 L Cod 2703340**
- Oferta operatorului economic DataControl SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "A fost oferit un model gresit de dispozitiv. In oferta a fost indicat HAS-T1801 China Biobase. In scrisoarea de clarificare a fost indicat „La completarea specificației tehnice a fost comisă o eroare tehnică, astfel modelul oferit de compania noastră este HAS-T2001 cu capacitatea de 180L.” "
 - Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și art. 17 alin. (5), nu a răspuns la scrisoarea de clarificare conform solicitării Nr. Rg02-2113 din 04.08.2023.
 - Oferta operatorului economic Neotec se respinge în conformitate 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform pct. 16, subct. 18 din anunțul de participare s-a solicitat dispozitive medicale, conform scrisorii AMDM RG02-004166 din 22.09.2023, respins spre înregistrare, nu este dispozitiv medical.
- Lotul 83 Distilator cu rezervor Cod 2704110**

- Oferta operatorului economic IM Becor SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice S-a solicitat Recipient 10 l, ± 3 l s-a oferit 30 litri"

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
	Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate
Urmare a contestației depuse de către Becor SRL înregistrată la ANSC cu nr. 02/802/2023 din 29.09.2023 pe marginea rezultatelor privind lotul nr. 48 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300 în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1684507095715 privind Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare, grupul de lucru a reevaluat lotul menționat.	În conformitate cu art. 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice se anulează decizia din 26.09.2023 pentru lotul nr. 48 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300, iar grupul de lucru emite decizia de reevaluare din 26.10.2023.

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-4328 din 24.10.2023	Becor SRL Grupul de lucru reevaluează ofertele pentru lotul nr. 48 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300, astfel, comunică următoarele: Pentru loturile nr. 48 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300, nu sa regăsit parametrul tehnic precum: - Limba de comunicare – rom/rus. Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 27.10.2023.	Răspunsul oferit în baza scrisorii Nr. 211/23 din 26.10.2023 cu atașarea documentelor de rigoare	

Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic **Echipamed Plus SRL** pentru lotul nr. 48 Analizator automat, cu chemoluminiscenta Cod 150300, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D), s-a oferit fără acest parametru.

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate
Ca urmare a contestației înregistrată la ANSC cu nr. 02/805/23 din 02.10.2023 depuse de către „Dialab Solutions” SRL, pentru lotul nr. 24 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650	Lotul nr. 24 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650, se anulează conform deciziei Nr. 03D-725-23 din data 27.10.2023 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Ofertanții respinși/descalificați:

- Oferta operatorului economic **Echipamed Plus SRL** pentru lotul nr. 24 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat produse degradabile țesut osos (β cross lass au Pyrilink-D), s-a oferit fără acest parametru.

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	U/m	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	Înregistrare AMDM	Ofertant
---------	-----	--------------	-----	-----------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	--	-------------------	----------

1	1-95715	Masina de anestezie (caracteristici medii) Cod 110120	buc ată	1	476140,00	571368,00	476 140 ,00	571 368 ,00	WATO EX-65 + ePM15 China Mindray	DM0000394739 DM0000225919	İM „Dutchmed- M” SRL
2	2-95715	Masina de anestezie (caracteristici avansate) Cod 110130	buc ată	1	667350,00	800820,00	667 350 ,00	800 820 ,00	WTO X-65PRO + BeneVision N19 China Mindray	DM000153166	İM „Dutchmed- M” SRL
3	3-95715	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate) Cod 110330	buc ată	3	299736,00	359683,20	899 208 ,00	1 079 049 ,60	UVENT-T-S Slovacia UTAS	DM0000373414	Health Medical Solutions
5	5-95715	Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420	buc ată	3	620,00	744,00	1 860 ,00	2 232 ,00	GT01 2-300A China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DM0000372593	İM Natusana SRL
6	6-95715	Balon resuscitare AMBU adulti Cod 110430	buc ată	10	760,00	912,00	7 600 ,00	9 120 ,00	Reusable resuscitator Adult 130 252 + Mask size 130 224, 130 225 + Bag 130 277 Turcia Plasti-med	DM0000430773 + DM0000430786, DM0000430787	İM „Dutchmed- M” SRL
7	7-95715	Laringoscop adult standard Cod 110600	buc ată	5	3990,00	4788,00	19 950 ,00	23 940 ,00	34303 Italia GIMA	DM000184540	Tetis International Co. SRL
8	8-95715	Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610	buc ată	2	9590,00	11508,00	19 180 ,00	23 016 ,00	34327+34474 +34467+31542 Italia GIMA	DM000184568	Tetis International Co. SRL
9	9-95715	Laringoscop adult pentru intubatii dificile Cod 110620	buc ată	1	22120,00	26544,00	22 120 ,00	26 544 ,00	03.41140.521+03.42254 .621+03.42254.631+03. 42254.641, Kirchner& Wilhelm, Germania	DM0000566377 DM0000566428 DM0000566429 DM0000566430	GBG-MLD SRL

10	10-95715	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	buc ată	2	110200,00	132240,00	220 400 ,00	264 480 ,00	PowerLED E700-700, Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd, China	DM000397643	Medpunkt SRL
11	11-95715	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	buc ată	1	110200,00	132240,00	110 200 ,00	132 240 ,00	PowerLED E700 - 700 China Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	DM000377091	Medpunkt SRL
12	12-95715	Aspirator toracal Cod 130310	buc ată	5	4400,00	5280,00	22 000 ,00	26 400 ,00	LTA270(ASPIMED 2.3) +15 filtre LRA204 Italia Moretti SpA (prod.CA-Mi SRL)	DM000638801	Tetis International Co. SRL
13	13-95715	Aspirator urgente Cod 130320	buc ată	3	8600,00	10320,00	25 800 ,00	30 960 ,00	"SUPER VEGA" 36, 28190 Italia GIMA	DM000149362	Tetis International Co. SRL
14	14-95715	Aspirator chirurgical portabil Cod 130330	buc ată	3	9898,00	11877,60	29 694 ,00	35 632 ,80	"SUPER VEGA BATTERY ON TROLLEY" SUCTION ASPIRATOR (28193) Italia GIMA	DM000149381	Tetis International Co. SRL
15	15-95715	Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	buc ată	3	11500,00	13800,00	34 500 ,00	41 400 ,00	CLINIC PLUS SUCTION 2x4 ljar 230V with footswitch, flow regulator (28198) Italia GIMA	DM000149375	Tetis International Co. SRL
16	16-95715	Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	buc ată	5	13770,00	16524,00	68 850 ,00	82 620 ,00	SA01HT Turcia Elmaslar	DM000317011	İM „Dutchmed- M” SRL

19	19-95715	Defibrilator extern, automat Cod 130410	buc ată	7	32564,00	39076,00	227 948 ,00	273 532 ,00	BeneHeart CIA China Mindray	DM000314198	İM „Dutchmed-M” SRL
20	20-95715	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza) Cod 130420	buc ată	9	55200,00	66240,00	496 800 ,00	596 160 ,00	BeneHeart D3 China Mindray	DM000503636	İM „Dutchmed-M” SRL
21	21-95715	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate) Cod 130440	buc ată	2	93780,00	112536,00	187 560 ,00	225 072 ,00	BeneHeart D3 China Mindray	DM000503636	İM „Dutchmed-M” SRL
22	22-95715	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici de baza) Cod 130600	buc ată	4	14620,20	17544,24	58 480 ,80	70 176 ,96	EN-S7 Smart Syringe Pump China ENMIND	DM000558840	Health Medical Solutions
23	23-95715	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringa (caracteristici avansate) Cod 130610	buc ată	16	16626,25	19951,50	266 020 ,00	319 224 ,00	EN-S7 Smart Syringe Pump China ENMIND	DM000558840	Health Medical Solutions
28	28-95715	Masa pentru operatii cu 6 secții (caracteristici de baza) Cod 140130	buc ată	2	171835,00	206202,00	343 670 ,00	412 404 ,00	OM-6N Turcia UZUMCU TIBBI CIHAZ VE MEDIKAL GAZ SISTEMLERI SAN. VE TIC. A.S	DM000257669	Tetis International Co. SRL

29	29-95715	Masa pentru operatii cu 6 secții (caracteristici avansate) Cod 140150	buc ată	1	320680	384816	320 680 ,00	384 816 ,00	Vivax OT-02 (6 secții) Polonia Infimed	DM0000303247	Data Control SRL
31	31-95715	Autorefractometru Cod 170400	buc ată	4	52000,0000	62400,0000	208 000 ,00	249 600 ,00	AR 7610 China Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	DM0000397643	Medpunkt SRL
32	32-95715	Oftalmoscop Cod 170500	buc ată	9	3680,00	4,416,000	33 120 ,00	39 744 ,00	Piccolight E56 LED cod: 01.28561.021/231/261 Germania Kirchner&Wilhelm	DM0000566484 DM0000566485 DM0000566486	GBG-MLD SRL
35	35-95715	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogul ator caracteristici medii) Cod 280210	buc ată	1	74430	89316	74 430 ,00	89 316 ,00	EXCELL 350 MCDSe Italia Alsa	DM0000051752	DataControl SRL
43	43-95715	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100	buc ată	1	540,00	648,00	540 ,00	648 ,00	Urine Analyzer H-100 China DIRUI INDUSTRIAL CO., LTD	DM0000371883	SRL Biosistem MLD
44	44-95715	Analizator semiautomat, de urina cu masurare continue Cod 150120	buc ată	2	7750,00	9300,00	15 500 ,00	18 600 ,00	Mission U500 (U211-111)+Urine Analyzer Barcode Reader (U221-111)+10U (U031-101) SUA ACON LABORATORIES INC.	DM0000400236 DM0000400243 DM0000358200	Sanmedico
46	46-95715	Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem	buc ată	1	92000,0000	110400,0000	92000 ,0000	110400 ,0000	Mach5 Olanda ElitechGroup	DM0000306836	GBG-MLD SRL

		de tip deschis Cod 150220																
47	47-95715	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	buc ată	2	24000,00	28800,00	48 000 ,00	57 600 ,00	Chemistry Analyzer SA-20 China CLINDIAG SYSTEM CO., LTD.	DM000385953	SRL Biosistem MLD							
48	48-95715	Analizator automat, cu chemoluminesce nta Cod 150300	buc ată	2	218000,00	261600,00	436 000,00	523200,00	cobas Pure e402/RocheDiagnostics/ Germania	DM000374442	IM Becor SRL							
50	50-95715	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	buc ată	2	36000,00	43200,00	72 000 ,00	86 400 ,00	Auto Hematology Analyzer BC- 20s/SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC S CO., LTD./China	DM000371916	SRL Biosistem MLD							
51	51-95715	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520	buc ată	1	44550,00	53460,00	44 550 ,00	53 460 ,00	HEMA-D6190 China Bioevopeak	DM000638805	Neotec							
52	52-95715	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530	buc ată	2	119000,00	142800,00	238 000 ,00	285 600 ,00	Auto Hematology Analyzer BC- 5150/HENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC S CO., LTD/China	DM000371911	SRL Biosistem MLD							
53	53-95715	Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580	buc ată	1	13000,00	15600,00	13 000 ,00	15 600 ,00	Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Monitor LBY-	DM000577882	SRL Biosistem MLD							

73	73-95715	Autoclav 26-40 L, cu vacuum, clasa B Cod 270120	buc ată	6	74000,0000	88800,0000	444 000 ,00	532 800 ,00	TM-35DV China Jiangyin Binjiang Medical Equipment	DM000625906	Ancotec-Sistem
75	75-95715	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului i chirurgical, 150L Cod 270260	buc ată	1	320245,85	384295,02	320 245 ,85	384 295 ,02	WD-8L Portugalia PROHS (AT-OS srl)	DM000638822	Health Medical Solutions

Se anulează lotul în termenul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice avînd în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 24 Încalzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile Cod 130650

Lotul 26 Burghiu traumatologic_ortopedic (caracteristici avansate) Cod 130910

Lotul 27 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici medii) Cod 140110

Lotul 34 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) Cod 280200

Lotul 36 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220

Lotul 37 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu Cod 280250

Lotul 38 Laparoscop Cod 280300

Lotul 39 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700

Lotul 40 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710

Lotul 41 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720

Lotul 42 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730

Lotul 58 Centrifuga, de laborator (24 tuburi) viteza redusa Cod 150950

Lotul 61 Glucometru (caracteristici avansate) Cod 151210

Lotul 63 Hota cu flux laminar Cod 250100

Lotul 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200

Lotul 66 Microscop cu fluorescenta (trinocular) Cod 250230

Lotul 67 Incubator (termostat) 20-35 L Cod 250300

Lotul 68 Incubator (termostat) 40-60 L Cod 250310

Lotul 69 Incubator (termostat) 80-100 L variatia de temperatura Cod 250330

Lotul 70 Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420

Lotul 71 Termostat laborator Cod 250510

Lotul 77 Sterilizator 20 L Cod 270300

Lotul 78 Sterilizator 40 L Cod 270310

Lotul 79 Sterilizator 80 L Cod 270320

Lotul 80 Sterilizator 110 L Cod 270330

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul 17 Dispozitiv pentru vacuumterapia plagilor Cod 130360**Lotul 30 Tonometru ocular portativ Cod 170300****Lotul 33 Laser diod, chirurgical, 25 W Cod 280120****Lotul 49 Analizator portabil pentru diagnosticul expres al riscului cardio-vascular Cod 150410****Lotul 76 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 250L Cod 270270****Lotul 82 Disficator Cod 270400**

Anularea lotului în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 64 Microscop binocular, simplu Cod 250200

Loturi anulate până la termenul de depunere a ofertei:

Lotul 4 Balon resuscitare AMBU neonatal Cod 110410**Lotul 18 Defibrilator extern, semiautomat Cod 130400****Lotul 25 Burghiu traumatic/ortopedic (caracteristici de bază) Cod 130900****Lotul 45 Analizator biochimic, automat 100 teste, cu sistem de tip deschis Cod 150200****Lotul 65 Microscop binocular, cu contrast de faza Cod 250210****Lotul 73 Autoclav 200 l cu incarcare orizontala (caracteristici avansate) Cod 270220**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după revizuirea specificațiilor tehnice și valori estimative.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3266 din 27.09.2023 Rg02-4368 din 26.10.2023 Rg02-4409 din 30.10.2023	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTL ULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
POLISANO PRIM SRL	1005600003425	Cu capital autohton	5/26-95715	33100000-1	889.52	1067.4	6 luni din data aprobării contractului de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/executare/ins talare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.
SANMEDICO SRL	1003602008154	Cu capital autohton	21080839/04/01	33100000-1	7900,00	9480,00	6 luni din data aprobării contractului de către CAPCS	Termenul de livrare/prestare/executare/ins talare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	Da
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	10547,4 (indicați suma cu TVA)

