




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-5840 din 27.12.2023

Operatorii economici participanți

Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)*, vă comunică decizia din 26.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod	Denumire Lot	U/m	Ca nti tate a	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant	Instituția beneficiară
3	3-61536	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă	bucata	28	11700,00	14040,00	327600,00	393120,00	BeneFusion uSP/Mindray/ China/ DM000579475	Dutchmed M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
4	4-61536	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare	bucata	12	18600,00	22320,00	223200,00	267840,00	BeneFusion uVP/Mindray/ China DM000579481	Dutchmed M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
11	11-61536	Diatermoelectrocoagulator oftalmic	bucata	1	76850,00	92220,00	76850,00	92220,00	Excell 200 MCDSe/ Alsa/Italia/ DM000051749	Data Control SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime

16	16-61536	Microscop binocular cu conectarea la tableta sau monitor a imaginii	bucata	4	39800,00	47760,00	159200,00	191040,00	bScope (BS.1153-EPLi)+VC.3 039-HDS/ Euromex/ Olanda/ DM000470137	Data Control SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
18	18-61536	Termostat cu CO2 volum 80 L	bucata	1	72400,00	86880,00	72400,00	86880,00	BJPX-C80/ Biobase/ China	Ericon SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
23	23-61536	Satie de lucru CT	bucata	1	576000,00	691200,00	576000,00	691200,00	Vitrea Base (Vers.7.14.6)/ CANON MEDICAL SYSTEMS/VITAL IMAGES/Japonia/Sua/ DM000267317	MEDEXCOM-TEH SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
24	24-61536	Carucior cu rotile	bucata	10	3600,00	4320,00	36000,00	43200,00	CP110-50/MORETTI S.p.A/ Italia/ DM000200839	Tetis International Co. SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
32	32-61536	Ureteroscope flexibil	bucata	1	178000,00	213600,00	178000,00	213600,00	Monitor portabil - UTV100 + Ureteroscop Pusen 3022A (10 bucati) 4800 us/ Pusen/ China DM000236459 +DM000236457	Ericon SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
33	33-61536	Aparat nebulizator p/u aerazolii medicamente	bucata	1	1800,00	2160,00	1800,00	2160,00	Eolo/ Ca-mi/Italia	Data Control SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
36	36-61536	Baston patrupedic	bucata	3	215,00	215,00	645,00	645,00	JL924/Jianlian Homecare Product/ China DM000137889	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime

41	41-61536	Cadru de mers fara roți	bucata	2	536,67	644,00	1073,33	1288,00	JL913L/ Jianlian Homecare Product/ China DM000137841	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
43	43-61536	Benzi elastice (set 3 benzi)	bucata	4	480,00	576,00	1920,00	2304,00	47000/ /Gima S.p.A/ Italia	Med M SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
48	48-61536	Saltea cu compresor	bucata	8	915,83	1099,00	7326,67	8792,00	QDC-303(DM-40)/Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./ China DM000624586	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
55	55-61536	Autoclav 100 litri, vertical	bucata	1	164500,00	197400,00	164500,00	197400,00	STVAPV100/ Bioeuropeak/ China	Ericon SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
57	57-61536	Higrometru Psihrometru 0-25C	bucata	20	214,17	257,00	4283,33	5140,00	VIT-1/ Steclopribor/ Ucraina	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
58	58-61536	Higrometru Psihrometru 15-40C	bucata	15	214,17	257,00	3212,50	3855,00	VIT-2/ Steclopribor/ Ucraina	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
59	59-61536	Lampa recirculara	bucata	2	20 000,00	24 000,00	40000,00	48 000,00	Model RBI 300 Cod produs 011/ "Caravan Express" SRL/ Republica Moldova DM000564969	Aelo Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime
60	60-61536	Audiometru pediatric (timpanometru)	bucata	1	24500,00	29400,00	24500,00	29400,00	PA5/ Interacoustics S/A/ Danemarca DM000626540	SC Medica SRL	IMSP Asociația Medicală Teritorială Centru

67	67-61536	Lampa pentru fototerapie nou-nascuti	bucata	2	25800,00	30960,00	51600,00	61920,00	BT-400 / Bistos/ Coreea DM000499722	Data Control SRL	IMSP Spitalul Raional Orhei
69	69-61536	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	bucata	1	262500,00	315000,00	262500,00	315000,00	XG1.UCD-100S/Shinva/ China DM000397637	Ericon SRL	IMSP Spitalul Raional Criuleni
73	73-61536	Analizator semi-automat, de urină	bucata	1	990,00	1188,00	990,00	1188,00	Mission U120 Smart (U117-101) +10U(U031-101)/ ACON LABORATORIES INC./ SUA Nr. DM000400240+Nr. DM000358200	Sanmedico SRL	IMSP Spitalul Raional Criuleni
75	75-61536	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	bucata	1	20983,33	25180,00	20983,33	25180,00	model Vien Finder QV-500/Ari Medical Technology/ China DM000286829	Tehoptimed SRL	IMSP Spitalul Raional Cimișlia
78	78-61536	Termometru digital	bucata		44,00	52,80	2200,00	2640,00	FT13/Beurer GmbH/ Germania DM000424982	Tetis Intrenational SRL	IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă
79	79-61536	Tensiometru Adult	bucata		145,00	174,00	1450,00	1740,00	DM330/MORETTI S.p.A (producator Wenzhou Kangju Medical Instrument, China)/Italia / China DM000205843	Tetis Intrenational SRL	IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă

Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 1 Suport pentru pompa de infuzie

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Înălțimea, cm 125 - 210, ± 10 cm, reglabilă, s-a oferit 160-250 cm.

Lotul 3 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat diapazon bolus de la 0.01 până la 2000 ml/h, s-a oferit de la 0.1 până la 2000 ml/h.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Nivelul presiunii de ocluzie maxime 50 - 1000 mmHg, s-a oferit 10 - 130 kPa, sau 75-975 mmHg.

Lotul 4 Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Trecere automată în regim de așteptare, s-a oferit fără, s-a solicitat Alarmă de flux, s-a oferit fără, s-a solicitat Sistem de reducere a erorii, s-a oferit fără.

- Oferta operatorului economic **Ancotec Sistem SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat trecere automată în regim de așteptare, s-a oferit modul standby se activează manual prin tasta „ON/OFF”.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat rata fluxului 0.1-2000 ml/h, s-a oferit 0.1-1500 ml/h, s-a solicitat Nivelul presiunii de ocluzie maxime 75 - 900 mmHg, s-a oferit 0- 825 mmHg.

Lotul 5 Butelie pentru oxigen 5L

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Potrivit scrisorii de clarificări s-a solicitat documentația confirmativă pentru bunul ofertat cu modelul GT630-300B, producător NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD., China, însă s-a oferit manualul în care nu s-a regăsit modelul menționat, iar grupul de lucru nu a putut evalua oferta în cauză.

Lotul 6 Butelie pentru oxigen 10L

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Potrivit scrisorii de clarificări s-a solicitat documentația confirmativă pentru bunul ofertat cu modelul GT630-300B, producător NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD., China, însă s-a oferit manualul în care nu s-a regăsit modelul menționat, iar grupul de lucru nu a putut evalua oferta în cauză.

Lotul 10 USG Oftalmic (B-Scan)

-Oferta operatorului **Data Control SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice)

Lotul 12 Perimetru computerizat

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

- Oferta operatorului economic **Denolga Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat Memoria ROM ≥ 500 Gb, tip SSD, însă în urma răspunsului la clarificare nu a putut demonstra parametrul tip SSD.

Lotul 13 Pulsoximetru de buzunar

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat acuratețe pulsul $\pm 2\%$ între 30-240 bpm, s-a oferit 30bpm~250bpm, ± 3 bpm or $\pm 3\%$.

Lotul 14 Nebulizator

- Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Frecvența ultrasunetului minim 2,5 MHZ, s-a oferit 1.7 MHZ $\pm 10\%$.

Lotul 17 Bidistilator cu productivitatea

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a putut demonstra următorii parametri tehnici: pH distilat 5,0-7, bidistilat 5,4-6,6, conductivitate bidistilat $\leq 1,6$ μ S/cm, distilat $\leq 5,0$ μ S/cm, accesorii încălzitor 2.4 kW, 220 V min. 3 buc, încălzitor 3 kW, 220 V min. 3 buc.

Lotul 18 Termostat cu CO2 volum 80 L

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a putut demonstra următorii parametri tehnici: Balon CO2 (încărcat) 20-40 l, UPS inclus autonomie minim 30 min.

Lotul 20 Turbimetru 0,50 Me.Faraland

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat geantă de protecție, s-a oferit fără.

Lotul 22 Steremicroscop

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Tub trinocular, înclinat la min. 35 grade, s-a oferit binocular 45 grade, s-a solicitat posibilitatea de adaugare modului de foto/video, inclusiv cu afisarea pe display, s-a oferit că nu este compatibil cu camera video (CAMERA ACCESSORIES SB.9850 C-mount adapter with 0.5x lens for 1/2" cameras.Only for trinocular models, p4d)

- Oferta operatorului economic **Lokmera SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În urma scrisorii de clarificări nu aputut fi demontat parametrul tehnic componente optice toate tratate anti-fungi.

Lotul 25 Microtom semiautomat rotativ

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat rezoluțiune cu 1 μm în plaja 2 - 20 μm, cu 2 μm în plaja 10 - 50 μm, cu 5 μm în plaja 20 - 100 μm, s-a oferit 5~20μm, in 1μm increments, 20~60μm, in 5μm increments, 60~100μm, in 10μm increments.

- Oferta operatorului economic **Gbg MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat rezoluțiune cu 1 μm în plaja 2 - 20 μm, cu 2 μm în plaja 10 - 50 μm, cu 5 μm în plaja 20 - 100 μm, s-a oferit 5 - 20 in increments of 1, 20 - 60 in increments of 5, 60 - 100 in increments of 10, s-a solicitat Retracție 0 - 200 μm, cu 5 μm incrementare; poate fi oprita, s-a oferit retracție 5-250 μm.

Lotul 31 Peakflowmetru

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În urma scrisorii de clarificări nu a putut demonstra parametrii tehnici solicitați –Materialul ABS Plastic; Incrementare 10L/min.; Precizia ± 10%; Repetabilitatea ± 5%; Rezistența la substanțele alcoolice; Accesorii: Husă de transportare; Piesă bucală în cazul în care se utilizează cu piesa bucală, 1 buc. Reutilizabilă.

Lotul 34 Manseta pentru perfuzii

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat manometru și manșeta separate, s-a oferit manometru și manșeta integrate, s-a solicitat tub aer din cauciuc, s-a oferit din silicon. Totodată, în urma clarificărilor nu a putut fi demonstrat parametrul tehnic Eroarea nu mai mare de 3 mmHg.

Lotul 38 Centuri de asigurare

- Ofertele operatorilor economici **Tetis International SRL** și **Med M SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespund cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice:S-a solicitat material neilon, s-a oferit din polyester.

Lotul 46 Scaune medicale cu manere pentru pacienti

- Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În urma răspunsului la clarificare nu a putut demonstra parametrii tehnici precum: Pin fix pe 4 picioare ≥ 45 cm și mînere ≥ 40 cm.

Lotul 52 Holter ECG

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: În formularul specificației tehnice pentru lotul nr. 52 nu este clar care model se oferă deoarece se regăsesc două modele H100 și H600 în descrierea bunului, astfel, este o ofertă neconformă, iar grupul de lucru este în imposibilitate de a evalua oferta.

Lotul 53 Glucometru

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.

- Oferta operatorului economic **Sanmedico SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a complementat clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: În urma scrisorii de clarificări nu a putut demonstra parametrii tehnici solicitați precum: Oprire automată și Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei.

-Oferta operatorului **Profilabdiagnostic SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 54 Alcotest

-Oferta operatorului **Labromed Laborator SRL** este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 55 Autoclav 100 litri, vertical

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat volum interior 100 l, ± 10 l, s-a oferit 75l.

Lotul 59 Lampa recirculara

- Oferta operatorului economic **Tehoptimed SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat clarificări pentru mai multe loturi inclusiv și lotul nr. 59, însă nu a fost demonstrat nici un parametru solicitat în scrisoare.

Lotul 62 Fotoliu ginecologic și 63 Congelator pentru vaccine

-Ofertele operatorilor **Ericon SRL și Data Control SRL** sunt inacceptabile și nu pot fi evaluate, deoarece ofertele fiecare în parte depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 65 Pompa de perfuzie cu seringă

- Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Nivelul presiunii de ocluzie cel puțin 9 nivele, s-a oferit 4 nivele, s-a solicitat Proprietățile pompei Gama KVO, ml/h între 1 și 10, s-a oferit 0.01 - 5ml/h.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Biblioteca medicamentelor ≥ 3000 , s-a oferit nu mai mult de 2000, s-a solicitat Dozarea bolusului Rata fluxului 1 – 1800 ml/h, s-a oferit 0.1 -1500 ml/h.

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Protecție la curgere liberă din sistem, s-a oferit informația următoare „Asigurați o protecție adecvată împotriva curgerii libere înainte de a schimba articolele de unică folosință. Limitarea presiunii ca măsură de protecție împotriva exploziei liniei de perfuzie”

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Proprietățile pompei Gama KVO, ml/h între 1 și 10, s-a oferit între 0,1 și 2,5 ml/h, s-a solicitat Baterie Timp de operare ≥ 10 h la 5 ml/h, s-a oferit Durata medie de viață a bateriei de 6 ore la 5 ml/h.

Lotul 66 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)

- Oferta operatorului economic **Tetis International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Nivelul maxim de ocluzie ≥ 900 mmHg sau 1200 mbar, s-a oferit 750 mmHg.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Dozarea bolusului Rata bolusului 1-1200 ml/h, s-a oferit 10 și 1.200 ml/h (trepte de 10 ml/h), s-a solicitat Nivelul maxim de ocluzie ≥ 900 mmHg sau 1200 mbar, s-a oferit 800 mmHg, s-a solicitat Baterie Li-Ion Timp de operare ≥ 7 h la 25 ml/h, s-a oferit durata medie de viață a bateriei de 6 ore la 25,0 ml/h.

Lotul 67 Lampa pentru fototerapie nou-nascuti

- Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat 4 roți, s-a oferit 3 roți.

Lotul 68 Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat 0 - 2 diode emitoare de lumina (LED), s-a oferit Xenon flash.

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, astfel, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a solicitat clarificări pentru mai multe loturi inclusiv și lotul nr. 68, însă nu a fost demonstrați parametrii solicitați în scrisoare.

Lotul 69 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat 2 uși, s-a oferit una, s-a solicitat volum interior 100 l, ± 10 l, s-a oferit 80l.

- Oferta operatorului economic **Triumf Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: s-a solicitat rafturi min 2, s-a oferit 1 raft. Totodată, mulți parametri tehnici nu se regăsesc, cum ar fi: uși min 2, posibilitatea blocării unei uși, exterior metalic galvanizat sau oțel inox, durata de sterilizare, etc.,

Lotul 75 Dispozitiv pentru vizualizarea venelor

- Oferta operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Baterie reincarcabilă cu durata de ≥ 3 ore, s-a oferit Durata bateriei de o oră jumate în condiții de utilizare continuă.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 1 Suport pentru pompa de infuzie

Lotul 5 Butelie pentru oxigen 5L

Lotul 6 Butelie pentru oxigen 10L

Lotul 10 USG Oftalmic (B-Scan)

Lotul 12 Perimetru computerizat

Lotul 13 Pulsoximetru de buzunar

Lotul 14 Nebulizator

Lotul 17 Bidistilator cu productivitatea

Lotul 20 Turbimetru 0,50 Me.Faraland

Lotul 22 Steremicroscop

Lotul 25 Microtom semiautomat rotativ

Lotul 31 Peakflowmetru

Lotul 33 Manseta pentru perfuzii

Lotul 38 Centuri de asigurare

Lotul 46 Scaune medicale cu manere pentru pacienti

Lotul 52 Holter ECG

Lotul 53 Glucometru

Lotul 54 Alcotest

Lotul 62 Fotoliu ginecologic

Lotul 63 Congelator pentru vaccine

Lotul 68 Analizor neinvaziv transcutanat de hiperbilirubinemie

Lotul 70 Incubator (termostat) 20 - 35 l

Lotul 71 Coagulometru semi-automat

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 7 Set lentile de probă

Lotul 8 Rama de proba oculara

Lotul 9 Tonometru Goldman

Lotul 15 Rectoscop

Lotul 19 Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro - bacteriologice

Lotul 21 Ph-metru portativ pentru medii de cultură

Lotul 29 Antropometru pliant pentru maturi

Lotul 30 Cronometru

Lotul 35 Saltea de gimnastică

Lotul 37 Cersaf de alunicare

Lotul 39 Placa de transfer pentru pacient

Lotul 40 Bastoane de gimnastica

Lotul 42 Dispozitiv de intoarcere pacient

Lotul 44 Stepper

Lotul 45 Scaune de kinetotaburet
Lotul 49 Doppler USG de buzunar (portabil)
Lotul 50 Compresor de aer pentru masina de anestezie
Lotul 51 Baie de apa histologica
Lotul 56 Sistem videoendoscopie
Lotul 61 Oftolmoscop de mâini
Lotul 64 Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical
Lotul 72 Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis
Lotul 74 Fotocolorimetru

Totodată, CAPCS informează că loturile 2 Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate), nr. 47 Scaune medicale cu manere pentru pacienti, nr. 27 Microtom criostat cu set de cutite cito examinari al biopsiilor (SLEE), nr. 22 Steremicroscop, nr.76 Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înalțimeii cu roțile, nr. 77 Stativ perfuzii de lungă durată cu reglarea înalțimeii, nr. 28 Lupă binoculara frontala, nr.26 Microscop camera-video cu contrast de faza si lumina polarizanta, se află încă la etapa de evaluare, astfel, grupul de lucru va emite decizie separată pentru loturile menționate.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, și dacă este cazul după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 10.01.2024, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă 7 luni din data înregistrării de către CAPCS.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Irina Perciun
Te.: 022 222 364

OE
DataControl SRL
Ancotec Sistem SRL
Aelo Grup SRL
GBG MLD SRL
Dutchmed M SRL
Natusana SRL
Labromed Laborator SRL
Lokmera SRL
Medexcom SRL
Med M SRL
Polisano Prim SRL
Profilabdiagnostic SRL
Tehoptimed SRL
Sanmedico SRL
Ericon SRL
Medica SRL
Biosistem SRL
Endochirurgie SRL
Tetis International SRL
Triumpf Motiv SRL
Denolga Medical SRL