



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-799 din 21.02.2024

Neotec SRL

M-Interfarma SRL

Intermed SRL

Data Control SRL

IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Grupul de lucru privind achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (în continuare CAPCS), ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1700147036996 cu privire *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (APARAT DE CLASA EXPERT)*, comunică decizia grupului de lucru.

Pentru lotul nr. 1 APARAT DE CLASA 'EXPERT' PENTRU INVESTIGAȚII VASCULARE PERIFERICE SI MUSCULO/SKELETALE

Ofertă depusă de către operatorul economic **Neotec SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

- S-a solicitat pentru sonda liniară pentru investigații vasculare generale frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz, s-a oferit 3 MHz.
- S-a solicitat Micro Desktop PC, s-a oferit Mini Desktop PC.

Ofertă depusă de către operatorul economic **M-Interfarma SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

- S-a solicitat sonda liniara pentru investigații vasculare superficiale frecvența maxima nu mai puțin de 18 MHz, s-a oferit 15 MHz.
- S-a solicitat pentru sonda liniară pentru investigații vasculare generale frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz, s-a oferit 3 MHz.
- S-a solicitat pentru sonda liniară pentru investigații vasculare generale frecvența maxima nu mai puțin de 12 MHz, s-a oferit 11 MHz.
- Pentru stația de lucru nu a fost indicat modelul în formularul specificației tehnice, respectiv, nu corespunde cerințelor pct. 16 subpct 2 din Anunțului de participare și anume „În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.”

Ofertă depusă de către operatorul economic **Intermed SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

- S-a solicitat sonda liniara pentru investigații vasculare superficiale frecvența minimă nu mai mult de 5 MHz, s-a oferit 6 MHz.
- S-a solicitat sonda liniara pentru investigații vasculare superficiale câmpul de vedere (field-of-view) minim 35 mm, maxim 50 mm, s-a oferit minim 26 mm.
- S-a solicitat pentru sonda liniară pentru investigații vasculare generale frecvența maxima nu mai puțin de 12 MHz, s-a oferit 11 MHz.

- S-a solicitat Micro Desktop PC, s-a oferit Desktop PC de mărime clasică.

Ofertă depusă de către operatorul economic **Data Control SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

-Pentru stația de lucru nu a fost indicat modelul în formularul specificației tehnice, respectiv, nu corespunde cerințelor pct. 16 subpct 2 din Anunțului de participare și anume „În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.”

Pentru lotul 2 APARAT DE CLASA ‘EXPERT’ PENTRU ECOGRAFIA GENERALA

Ofertă depusă de către operatorul economic **Neotec SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

- S-a solicitat Micro Desktop PC, s-a oferit Mini Desktop PC.

Ofertă depusă de către operatorul economic **M-Interfarma SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

-S-a solicitat sonda liniara pentru investigații organelor superficiale frecvența maxima nu mai puțin de 18 MHz, s-a oferit 15 MHz.

- S-a solicitat pentru Sonda convexa endocavitar frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz, s-a oferit 3 MHz.

-Pentru stația de lucru nu a fost indicat modelul în formularul specificației tehnice, respectiv, nu corespunde cerințelor pct. 16 subpct 2 din Anunțului de participare și anume „În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.”

Ofertă depusă de către operatorul economic **Intermed SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

-S-a solicitat sonda liniara pentru investigații organelor superficiale frecvența maxima nu mai puțin de 18 MHz, s-a oferit 16 MHz.

-S-a solicitat Sonda convexa endocavitar frecvența minimă nu mai mult de 2 MHz, s-a oferit 3 MHz.

- S-a solicitat Micro Desktop PC, s-a oferit Clasic Desktop PC.

Ofertă depusă de către operatorul economic **Data Control SRL** se respinge, în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde documentației de atribuire și anume cerințelor tehnice, anume:

-Pentru stația de lucru nu a fost indicat modelul în formularul specificației tehnice, respectiv, nu corespunde cerințelor pct. 16 subpct 2 din Anunțului de participare și anume „În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.”

Astfel, se anulează loturile nr. 1 și 2 și procedura de achiziție în fond, în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

CAPCS va iniția o nouă procedura de achiziție publică, doar în urma revizuirii specificațiilor tehnice de către beneficiarul final.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG