




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-154 din 15.01.2024

Operatorii economici participanți

Instituțiile medicale beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 privind *Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 30)*, vă comunică decizia din 12.01.2024 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	cod/model	producator	tara de origine	amdm	OE	beneficiar
1	Video bronhoscop	bucată	1	364000	436800	364000	436800	BF-1TH190	Olympus	Japonia	DM000659709	Data Control SRL	IMSP SCM SF. TREIME
17	Alcotest cu imprimantă portabilă	bucată	1	55000	66000	55000	66000	Dräger Alcotest 6820 MED (set)	Dräger Safety AG Co KGaA	Germania	DM000323235	Labromed Laborator SRL	IMSP SCM SF. TREIME

23	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis	bucată	1	24000	28800	24000	28800	Chemistry Analyzer SA-20	CLINDIAG SYSTEM CO., LTD.	China	DM000385953	SRL Biosistem mld	IMSP SR Drochia
24	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	bucată	1	49500	59400	49500	59400	HEMA-D6190	Infitek Co., Ltd.	China	DM000638805	Neotec SRL	IMSP SR Drochia
25	"Analizator imunologic fluorescent portativ	bucată	1	5000	6000	5000	6000	Getein 1100 Immunofluorescence Quantitative Analyze	GETEIN BIOTECH, INC.	China	DM000428989	Sanmedico SRL	IMSP SR Drochia
27	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	bucată	1	52000	62400	52000	62400	M-UNIVERSAL	MPW MED.INSTRUMENTS	Polonia	DM000657558	X-Lab Solutions	IMSP SR Drochia

Ofertanții respinși/descalificați:

Oferta integrală a operatorului economic **Med M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume, garanția pentru ofertă a fost solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA , respectiv, garanția urma a fi în sumă de 14997,70 lei iar a fost depusă garanția pentru ofertă în sumă de 14100 lei.

Lotul 5 USG Oftalmologic (B-scan)

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Calibrator (B-scan), s-a oferit A-scan (Test blocks (A-Scan) p 2 Anexa 1)

Lotul 6 Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice

- Oferta operatorului economic **Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat temperatura mediului ambiant -5 - 50 grade celsius, s-a oferit parametrul 10-35 grade celsius.

Lotul 7 pH-metru

- Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat autonomie 300-700 de ore, s-a oferit bateria autonomie 8 ore (Up to 8 hour battery life).

Lotul 18 Sistem de Videocolonoscopie

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Digital (DVI, SDI, VGA), s-a prezentat fără VGA. S-a solicitat Tip lampă LED ≥ 4 lungimi de undă, s-a oferit cu 2 lungimi de undă (Therefore, narrow band imaging only consists of two wavelengths; blue light (415 nm) and green light (540 nm). P2n).

- Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: s-a constatat divergență între tipul indicat în formularul specificației tehnice și anume Video colonoscop EC-500T și specificația tehnică detaliată oferită care este pentru Video colonoscop EC-550T.

Lotul 27 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă

- Ofertele operatorilor economici **Lokmera SRL și Profilabdiagnostic SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat indicatori debalansare, s-a oferit fără.

- Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat indicatori acustic, s-a oferit fără.

Lotul 30 Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)

- Oferta operatorului economic **Ancotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat presiune maximă +35kPa, s-a oferit +40kPa. S-a solicitat posibilitatea de ajustare a proceselor la distanță, însă echipamentul depus are doar funcție de monitorizare la distanță.

- Oferta operatorului economic **X-Lab Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-au solicitat minim 11 rezervoare pentru reagenții de procesare, s-au oferit 10. S-a solicitat să fie 4 containere pentru parafină, s-au oferit 3 containere.

- Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat să fie 4 containere pentru parafină, s-au oferit 3. S-a solicitat vacuum minim -70kPa, s-a oferit -40kPa. S-a solicitat presiune maximă +35kPa, s-a oferit +40kPa.

- Oferta operatorului economic **Pharmony SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-au solicitat minim 11 rezervoare pentru reagenții de procesare, s-au oferit 10.

Lotul 35 echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite.

- Ofertele operatorilor economici **Dutchmed M SRL și GBG MLD SRL** se resping în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat număr de canale independente solicitate =4, s-a oferit dispozitiv cu doar 3.

Lotul 43 Pat pentru kinetoterapie

- Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat sistem electric pentru reglarea înălțimii de la 47 la 95 cm pentru o încărcare maximă de 150 kg, s-a oferit reglarea înălțimii de la 52 la 93 cm. S-a solicitat ajustarea înălțimii de la 470 la 950 mm, s-a oferit de la 52 la 93 cm.

Lotul 44 Sistem filtrare prin membrana cu vid

- Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat compatibilitate Pentru membrane filtrante cu diametrul de 47/50 mm, s-a oferit membrane cu diametrul 60 mm.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 5 USG Oftalmologic (B-scan)

Lotul 6 Dispozitiv pentru colectarea aerului pentru investigațiile sanitaro-bacteriologice

Lotul 7 pH-metru

Lotul 18 Sistem de Videocolonoscopie

Lotul 28 Baie cu ultrasunet

Lotul 30 Histoprosesor cu accesorii și consumabile (sistem automatizat pentru procesarea țesuturilor biologice de tip închis)

Lotul 31 Oftalmoscop direct

Lotul 33 Sistem de craniotomie neurochirurgicală pentru frezarea și găurirea țesutului osos special destinat efectuării intervențiilor neurochirurgicale

Lotul 34 Micro drill spinal neurochirurgical pentru aplicarea în neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale

Lotul 35 Echipament de terapie combinată (2 canale de electroterapie cu o gamă extinsă de curenți, ultrasunete) cu ecran digital cu posibilitatea tratării a 2 pacienți în același timp cu terapii diferite.

Lotul 37 Nebulizator

Lotul 43 Pat pentru kinetoterapie

Lotul 44 Sistem filtrare prin membrana cu vid

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 2 Set lentile de proba

Lotul 3 Rama de proba oculara

Lotul 4 Tonometrul Goldman

Lotul 8 Antropometru pliant pentru maturi

Lotul 9 Cronometru digital de laborator

Lotul 10 Saltea pentru gimnastica

Lotul 11 Dispozitiv de întoarcere pacientului

Lotul 12 Stepper
Lotul 13 Scaun de kineto-taburet
Lotul 14 Doppler USG de buzunar (portabil)
Lotul 15 Compresor de aer pentru mașina de anestezie
Lotul 16 Baie de apă histologică
Lotul 19 Dermatome electric cu fir
Lotul 20 Canapea medicala pentru examinare
Lotul 21 Masa fixa pentru examinare sugari
Lotul 22 Lampa de examinare LED cu lupa
Lotul 26 Printer compatibil cu analizatorul hematologic Emiral 22
Lotul 29 Aparat de ungere a piselor
Lotul 32 Electromiograf potențiale evocate, măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare
Lotul 36 Sistem avansat pentru intervenții endoscopice
Lotul 38 Ceas pentru proceduri
Lotul 39 Dispozitivul de galvanizare și electroforeză
Lotul 40 pH-metru de laborator
Lotul 41 Aparat de prelevare microorganisme microbiene din aer
Lotul 42 Terapia cu șocuri

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, și dacă este cazul după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 29.01.2024, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă 7 luni din data înregistrării de către CAPCS.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Irina Perciun
Te.: 022 222 364*

OE

Data Control SRL

GBG MLD SRL

Med M SRL

Aelo Grup SRL

Ancotec Sistem SRL

Ecochimie SRL

Health Medical Solutions SRL

ÎM „Dutchmed-M” SRL

Labromed Laborator SRL

Lokmera SRL

Medist Grup SRL

Neotec SRL

Pharmony SRL

Profilabdiagnostic SRL

Sanmedico SRL

Ericon SRL

SRL Biosistem mld

X-Lab Solutions SRL

IMSP

IMSP SCM SF.Treime

IMSP SR Hincești

IMSP SDMC

IMSP SR Drochia

IMSP SCM Gh. Paladi

AMT Rîșcani

Serviciul Medical al MAI