



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>

**Nr. Rg02-5053 din 07.12.2023**

**GBG MLD SRL**

**Ecochimie SRL**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1698675052752 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească*, vă comunică decizia grupului de lucru din 07.12.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Ofertanții respinși/descalificați:

**Lotul Sistem de compresii mecanice automate**

- Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume cerințelor tehnice, precum: 1. S-a solicitat sistem automat pentru efectuarea resuscitării cardio-pulmonare (masaj cardio-respirator extern) în condiții de mișcare și în timpul transportului pacientului, însă dispozitivul oferit nu este automat deoarece adancimea de compresie se setează manual.

2. S-a solicitat ajustare a modului de resuscitare (15:2, 30:2 sau continuă pentru pacienți intubați) în timpul efectuării masajului cardiac, s-a oferit ajustare a modului de resuscitare (30:2 sau continuă pentru pacienți intubați) în timpul efectuării masajului cardiac.

- Oferta operatorului economic **GBG MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice precum: 1. S-a solicitat frecvența de compresie minim 80 compresii/minut, s-a oferit frecvența de compresie minim  $80 \pm 5$  compresii/minut.

Astfel, se anulează lotul *Sistem de compresii mecanice automate*, în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

**Cu respect,**

**Președintele grupului de lucru**

**Ala GOJAN**