

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice V  
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 10.04.2024

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicoiv Alisa

### Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)
Obiectul achiziției	33100000-1
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/kemeului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737102055?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737102055?tab=contract-notice</a> 07.07.2023
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_55_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_55_3.pdf</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	58 804 829,57 lei

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

**Data:** 10 iul 2023, 13:44

**Subiectul întrebării:** garanția pentru oferta

**Întrebare:**

La pct.16 din anunțul de participare documentul nr.5 care se depune până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) este indicat Garanția pentru ofertă - 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA, iar la pct.17 Garanția pentru ofertă: în quantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA. Care este varianta corectă ?

**Răspuns (10 iul 2023, 15:33):**

Garanția pentru ofertă: în quantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

**Lot nr. 85 Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l**

**Data:** 10 iul 2023, 15:09

**Subiectul întrebării:** Cantitatea

**Întrebare:**

Buna ziua, verificati va rog corectitudinea la cantitate, AMT Buiucani 2200 buc, imi pare cam mult.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:10

**Subiectul întrebării:** Descrierea

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 95 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:11

**Subiectul întrebării:** Descriere

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:13

**Subiectul întrebării:** DESCRIERE

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 96 Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:31

**Subiectul întrebării:** DESCRIERE

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 87 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri**

**Data:** 11 iul 2023, 11:59

**Subiectul întrebării:** Dimensiuni

**Întrebare:**

Buna ziua, pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa modificati intervalul de dimensiuni H 13-15 cm in H 12-15 cm

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 89 Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri**

**Data:** 11 iul 2023, 12:04

**Subiectul întrebării:** DIMENSIUNI

**Întrebare:**

Buna ziua, pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa modificati intervalul de dimensiuni H 22-25 cm in H 20-25 cm

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Data:** 13 iul 2023, 11:16

**Subiectul întrebării:** Lot 90,91,95,96

**Întrebare:**

Buna ziua, vă rogăm să verificați corectitudinea datelor din câmpurile &quot;Denumirea poziției&quot; și &quot;Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă&quot;; la loturi menționate. Mulțumim.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Data:** 13 iul 2023, 11:47

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 115 Set cateter venos central cu 4 lumene

**Întrebare:**

Va rugam respectuos sa clarificati ce inseamna "capac heparinat"

**Răspuns (2 aug 2023, 14:47):**

Bună ziua, Capacul/dopul de heparină este unul dintre cele mai importante elemente în procedura de cateterism intravenos. Acest articol mic ajută la menținerea permeabilității cateterului și la prevenirea obstrucției.

**Data:** 13 iul 2023, 11:47

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 116 Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen

**Întrebare:**

Va rugam respectuos sa clarificati ce inseamna "capac heparinat"

**Răspuns (2 aug 2023, 14:47):**

Bună ziua, Capacul/dopul de heparină este unul dintre cele mai importante elemente în procedura de cateterism intravenos. Acest articol mic ajută la menținerea permeabilității cateterului și la prevenirea obstrucției.

**Data:** 13 iul 2023, 11:48

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18

**Întrebare:**

Buna ziua. Pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa largiti dimensiunile seringei LOR de la 5-20ml (conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013. În anestezia epidurală se utilizează o seringă de 5 ml).

**Răspuns (31 iul 2023, 09:44):**

Bună ziua, în urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că nu se acceptă modificarea, seringă mai mică de 10 ml crește riscul de puncție accidentală a spațiului rahidian

**Data:** 13 iul 2023, 15:21

**Subiectul întrebării:** Lotul 107 Servețele cu alcool 110 mm\*200 mm

**Întrebare:**

Servejele cu alcool 110 mm\*200 mm sunt pentru mâini și pile sau pentru suprafețe. Vă rugăm să indicați în specificația tehnică.

**Răspuns** (1 aug 2023, 09:41):

Bună ziua. Servejele cu alcool 110 m\* 200 mm sunt destinate pentru suprafețe și dispozitive medicale.

**Lot nr. 144 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G**

**Data:** 13 iul 2023, 18:15

**Subiectul întrebării:** Specificații tehnice incomplete

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, Lucrărilor și serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Din specificațiile solicitate nu este clar dacă este indicată mărimea cateterului sau a lumenului. Totodată se solicită 3 produse diferite într-o singură poziție sau ofertantul poate să ofere la alegere oricare dintre dimensiuni. Vă rugăm să întocmiți specificațiile tehnice în conformitate cu articolul menționat, astfel vor fi evitate confuziile din timpul evaluării ofertelor.

**Răspuns** (1 aug 2023, 09:28):

Bună ziua. La lotul dat se solicită un singur produs cu o singură dimensiune, cuprinsă în diapazonul indicat în specificația tehnică. Cateter din poliuretanic Rg-contrastabil, 4Fr/18-20G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm.

**Lot nr. 145 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G**

**Data:** 13 iul 2023, 18:29

**Subiectul întrebării:** Specificații incomplete

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Din specificațiile solicitate nu este clar dacă este indicată mărimea cateterului sau a lumenului. Totodată se solicită 3 produse diferite într-o singură poziție sau ofertantul poate să ofere la alegere oricare dintre dimensiuni. Vă rugăm să întocmiți specificațiile tehnice în conformitate cu articolul menționat, astfel vor fi evitate confuziile din timpul evaluării ofertelor.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 6 Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă**

**Data:** 14 iul 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Marcaj mască chirurgicală

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Conform Regulamentului European, nu există marcăj mască chirurgicală, acest marcăj fiind folosit doar de unii producători cu scop de marketing, solicităm excluderea acestei cerințe.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lotul nr. 8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

**Data:** 14 iul 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Marcăj mască chirurgicală

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Conform Regulamentului European, nu există marcăj mască chirurgicală, acest marcăj fiind folosit doar de unii producători cu scop de marketing, solicităm excluderea acestei cerințe.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 256 Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile**

**Data:** 14 iul 2023, 16:07

**Subiectul întrebării:** Cantitate mare

**Întrebare:**

În atenția celor imeresati, Rugăm să concretizați cantitatea cu Beneficiarii.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 1 Lame pentru bisturiu**

**Data:** 14 iul 2023, 16:08

**Subiectul întrebării:** Unitatea

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rog să confirmați unitatea de măsură: bucată sau cutie

**Răspuns (27 iul 2023, 08:39):**

Bună ziua, unitatea de măsură este bucată.

**Lot nr. 256 Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile**

**Data:** 14 iul 2023, 16:08

**Subiectul întrebării:** Unitatea de măsură

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rog să confirmați unitatea de măsură: bucată sau cutie  
**Răspuns (27 iul 2023, 08:42):**

Bună ziua, Unitatea de măsură este bucată. Prețul indicat este pentru un ambalaj

**Lot nr. 5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului**

**Data:** 14 iul 2023, 16:18

**Subiectul întrebării:** Compoziția

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să excludeți lista exactă a ingredientelor, care sunt specifice unui singur producător și au ca scop limitarea participării. "Aqua, disodium cococamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfüm, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliainpropilbiguanid, eüihexiglicerina, extract de flori de mușețel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă."

**Răspuns (1 aug 2023, 10:05):**

Bună ziua. Mănușile solicitate sunt destinate igienei pacienților, în mare parte care sunt în secțiile ATI (renimare), care au nevoie de îngrijire corespunzătoare. Excluderea a 50% din cerințe este exclusă, cu atât mai mult că anii precedenți au fost oferte din Turcia (Ficomed și Medcover) și Franța (Cleanis). Dacă există propuneri de îmbunătățire a specificației tehnice, urmează să fie transmise corespunzător, pentru a lărgi concurența, fără a reduce din calitatea bunurilor solicitate.

**Lot nr. 63 Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm**

**Data:** 14 iul 2023, 16:22

**Subiectul întrebării:** Termen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să excludeți Termenul de valabilitate 5 ani, care nu este direct proporțională cu calitatea produsului și doar limitează participarea mai multor ofertanți.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 64 Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm**

**Data:** 14 iul 2023, 16:22

**Subiectul întrebării:** Termen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să excludeți Termenul de valabilitate 5 ani, care nu este direct proporțională cu calitatea produsului și doar limitează participarea mai multor ofertanți.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 110 Servețele umede pentru igiena personală**

**Data:** 14 iul 2023, 16:24

**Subiectul întrebării:** Unitatea de măsură

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să confirmați unitatea de măsură: bucată sau ambalaj.

**Răspuns (27 iul 2023, 08:43):**

Bună ziua, unitatea de măsură și prețul, sunt indicate pentru un ambalaj.

**Lot nr. 206 Sistem de protejare pacienti**

**Data:** 16 iul 2023, 14:35

**Subiectul întrebării:** Specificații tehnice solicitate incomplete

**Întrebare:**

Solicităm respectuos să indicați următoarele. 1) Se solicită de unică folosință sau de reutilizabilă. 2) Care sunt dimensiunile? 3) Care este dimensiunea rezervei care poate fi ajustată. 5) Solicităm indicarea standardelor la care faceți trimitere. Mulțumim anticipat!

**Răspuns (4 aug 2023, 16:23):**

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Data:** 16 iul 2023, 15:05

**Subiectul întrebării:** Solicitarea mostrelor - cerință abuzivă!!!

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 Articolul 22. Capacitatea tehnică și/sau profesională (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora. în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe litera e "mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru." Sau CAPCS de foarte multe ori solicită în mod nejustificat mostre pentru același produs, doar că mărimile diferite, deși ofertantul POATE DEMONTRA prin catalogul prezentat sau fișa tehnică că produsul întrunește toate cerințele solicitate. Solicităm ca cerința privind prezentarea mostrelor să fie modificată "în cazul în care se solicită același produs, dar diferite mărimi - va fi prezentată mostra pentru 1-2 mărimi". Vă rugăm să țineți cont și de faptul că mostrele costă bani, de foarte multe ori acestea sunt foarte scumpe. REITERĂM, CONFORM ARTICOLULUI MENTIONAT, MOSTRELE SE SOLICITĂ DOAR ÎN CAZURI BINE JUSTIFICATE, ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE POATE DEMONTRA CALITATEA UNUI PRODUS CE URMEAZĂ A FI LIVRAT. În acest context, solicităm introducerea cerinței "În cazul în care ofertantul a mai livrat același produs în anii precedenți și nu au fost înregistrate abateri sau pretenții din partea beneficiarilor - mostre nu vor fi solicitate".

**Răspuns (7 aug 2023, 17:11):**

Bună ziua, fiecare achiziție se evaluează individual și conține dosare independente de alte proceduri

**Data:** 16 iul 2023, 15:58

**Subiectul întrebării:** Cerințe rezonabile privind livrarea produselor

**Întrebare:**

După cum bine vă dați seama, dacă contractele vor fi semnate în luna decembrie - putem considera un succes. Pe de o parte - în luna ianuarie urmează să fie livrate 10% din cantitatea totală, iar pe de altă parte termenul de valabilitate a produselor trebuie să fie "proaspete". Stocuri nu pot fi făcute, aștia timp cît nu este o decizie privind contractele, iar producția și livrarea poate dura și 60-90 zile. Astfel, vă rugăm să indicați termeni rezonabili privind livrarea - prima tranșă în decurs de 60 zile după semnarea contractului. Restul livrarilor, lunar cîte 10%. Odată ce contractul este semnat, ofertanții au o minimă siguranță de a plasa comenzile la producători.

**Răspuns (2 aug 2023, 09:07):**

Bună ziua. Prima tranșă urmează să fie livrată până la 28 februarie 2024. Producătorul ar putea recepționa comanda în decurs de 10 zile de la emiterea deciziei de atribuire, când este clar cine este câștigătorul și nu au fost depuse contestații. Ținând cont că procedurile cu Consumabile Medicale (3 la număr) reprezintă un procent colosal din totalul de consumabile necesar tuturor instituțiilor la nivel național, evaluarea ofertelor va fi la primordială. Totodată la moment etapa de contractare a fost sistematizată și necesită o perioadă de timp mult mai scurtă pentru ca contractele să fie înregistrate. Atragem atenția că tergiversarea procedurilor nu ține doar de autoritatea contractantă, dar și de potențialii sau realii operatori economici participanți, deoarece pentru multe solicitări de modificare a specificațiilor ar fi putut fi transmise recomandări la lista publicată pe site-ul oficial [www.caps.md](http://www.caps.md) la rubrica transparență.

**Data:** 17 iul 2023, 10:42

**Subiectul întrebării:** Solicitarea mostrelor

**Întrebare:**

Care este sensul prezentării a cite 2 mostre, daca ar fi de ajuns si cite 1? Deseori mostrele sunt destul de costisitoare, iar AE isi asuma responsabilitatea de a le percepe de la furnizor contra cost, aplicindu-se si servicii postale destul de costisitoare. Cu atit mai mult CAPCS nu le returneaza, nimeni din sectia DM nu stie unde se afla, care si cui ii apartine, bardac total...

**Răspuns (1 aug 2023, 10:15):**

Bună ziua. O mostră se testează în procedul de evaluare, iar o mostră se păstrează pe perioada valabilității contractelor pentru ofertele desemnate câștigătoare.

**Lot nr. 145 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G**

**Data:** 17 iul 2023, 11:53

**Subiectul întrebării:** Lot 144. Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0,68mm, care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-20G  
**Răspuns (1 aug 2023, 10:31):**

Bună ziua. Diapazonul propus de Dvs. se include în diapazonul indicat în specificația tehnică, astfel modificarea parametrului de dimensiune ar restrânge concurența. Ghidul de 0,68 mm trece prin mărimea acului 18-20 G, care este echivalent la 1,2-0,9 mm.

**Lot nr. 150 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type**

**Data:** 17 iul 2023, 11:55

**Subiectul întrebării:** Lot 150. Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type.

**Întrebare:**

Cateteretele bilumen 14G (6Fr) nu asigură fluxul&gt;100ml/min. Fluxul maximal pe ambele lumene a cateterelor 14G (6Fr) este maximum 60-65 ml/min. Pentru a asigura atribuirea contractelor vă recomandăm să efectuați modificările respective.

**Răspuns** (1 aug 2023, 13:02):

Bună ziua. Cerința ce ține de flux este stabilită în conformitate cu practicile internaționale și se utilizează pentru pacienții extremi de gravi, unde fluxul este primordial. Astfel la solicitarea beneficiarilor finali acest parametru rămâne nemodificat în speranța ofertării produselor corespunzătoare.

**Lot nr. 154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:56

**Subiectul întrebării:** Lot 154. Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm

**Întrebare:**

Lungimea standardă a cateterelor quadrolumenele 16-18G este 20cm. Solicităm extinderea diapazonului lungimii în limitele 20-30 cm.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:57

**Subiectul întrebării:** Lot 155. Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm.

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0,56mm, care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-21G.

**Răspuns** (31 iul 2023, 09:50):

Bună ziua, în urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că, având în vedere că se utilizează pentru copii, riscul procedurii este mare iar orice modificare de dimensiuni ale acului crește riscul leziunilor/complicațiilor

**Lot nr. 156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:58

**Subiectul întrebării:** Lot 156. Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm.

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0,56 mm care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-21G.

**Răspuns** (31 iul 2023, 09:51):

Bună ziua, în urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că, având în vedere că se utilizează pentru copii, riscul procedurii este mare iar orice modificare de dimensiuni ale acului crește riscul leziunilor/complicațiilor

**Lot nr. 181 Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F**

**Data:** 17 iul 2023, 11:59

**Subiectul întrebării:** Lot 181. Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F.

**Întrebare:**

Solicităm să extindeți lungimea cateterului 8-10 cm deoarece lungimea standardă a cateterului pediatric 2F este 8 cm și nu 10 cm.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 40 Pansament p/u cateter subclavia**

**Data:** 17 iul 2023, 14:53

**Subiectul întrebării:** Dimensiune

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să ne informați, dacă produsul dat este un set din 2 pansamente, sau se vor accepta o dimensiune din cele 2 sau vom fi nevoiți să livrăm ambele dimensiuni conform necesităților instituțiilor.

**Răspuns (1 aug 2023, 11:28):**

Bună ziua. Trebuie să fie disponibile ambele mărimi și se vor livra conform necesităților instituției beneficiare. Nu este set din 2 pansamente.

**Lot nr. 63 Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 15:05

**Subiectul întrebării:** Termen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Pentru a nu limita concurența, rugăm să indicați termen de valabilitate 3 ani pentru loturile 63 și 64

**Răspuns (9 aug 2023, 16:58):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 73 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace**

**Data:** 17 iul 2023, 15:12

**Subiectul întrebării:** Presiune

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să indicați presiunea minimă de 4 bari pentru loturile 73 și 74, dar nu un interval.

**Răspuns (1 aug 2023, 11:38):**

Bună ziua. Inițial aceste parametru era indica ca aproximativ 4 bari, ca ulterior să fie dezvoltat până la 7 bari. Cerința de modificare nu este argumentată, astfel solicitarea nu poate fi acceptată.

**Lot nr. 82 Pungi pentru colectarea urinei 2 litri**

**Data:** 17 iul 2023, 15:14

**Subiectul întrebării:** Gradate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să adăugați gradajă în ml

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-înțepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 17 iul 2023, 15:19

**Subiectul întrebării:** Specificație tehnică

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să verificați specificația tehnică.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 91 Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie**

**Data:** 17 iul 2023, 15:21

**Subiectul întrebării:** Specificație tehnică

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să verificați specificația tehnică.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18**

**Data:** 10 aug 2023, 09:27

**Subiectul întrebării:** Lot nr.143. Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18

**Întrebare:**

Ca raspuns la clarificarea din 31 iul 2023, 09:44, dorim să menționăm că, conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013. Seringa are rolul de identificare a spațiului epidural iar rolul de puncție în această tehnică îl are nemijlocit acul care este conectat la seringă, de aici reese că volumul seringii și nemijlocit seringă propriu zisă, este lipsită de riscul de puncție...deoarece rolul său constă într-o altă funcție (identificarea spațiului epidural

folosind testul lipsei de rezistență la injectare descris de Dogliotti, conf. aceluiași protocol). Iar riscul de punționare accidentală a spațiului rahidian o are acul care se conectează la seringă (tipul, grosimea și lungimea acului, se specifică în specificațiilor tehnice). Rugam respectuos sa clarificați cu specialistii din cadrul institutului medicale, daca seringă de 8ml LOR prezinta risc de punționare? Solicitam lărgirea dimensiunilor seringii LOR de la 8-20ml (conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013).

**Răspuns (11 aug 2023, 16:36):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vălănat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

#### **Lot nr. 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

**Data:** 10 aug 2023, 09:29

**Subiectul întrebării:** Lot nr.215. Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix

#### **Întrebare:**

Rugam respectuos sa modificati specificatiile tehnice cu privire la lungimea dupa cum urmeaza nu mai mica de 150cm. Dorim sa mentionam ca la acest tip de sisteme conteaza cel mai mult precizia si viteza constanta de perfuzare. Va multumim anticipat!

**Răspuns (11 aug 2023, 16:37):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vălănat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 10/2021, conform cărora grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 10 aug 2023, 09:59

**Subiectul întrebării:** Articolul 35. Clarificări

**Întrebare:**

Conform articolului 35 alin (2) din Legea 131/15 "Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic". Astfel, vă rugăm să țineți cont de perioada de peste 3 săptămâni cât procedura a fost suspendată și să prelungiți perioada clarificărilor în modul stabilit de lege. Licitația este foarte mare, și doar 9 zile pentru clarificări este foarte puțin, ținând cont de multitudinea de întrebări. Ca să anticipăm răspunsul citit la alte întrebări precum că listele au fost publicate pe site-ul instituției, menționăm că acestea au doar rol consultativ, fără obligații juridice din partea părților, atât contractantă, cât și potențiali ofertanți, din care motiv nimeni (mai ale potențiali ofertanți) nu va pierde timpul său prețios pentru a solicita clarificări sau corectări ale specificațiilor, fără a avea o siguranță că acestea sunt 100% finale și că vor fi chiar luate în calcul sau eventual să poată depune o contestație pe marginea acestora. Mulțumim anticipat! P.S Perioada clarificărilor urmează să fie prelungită cu perioada în care procedura a fost suspendată, iar operatorilor economici le-a fost îngăduit dreptul de a solicita clarificări (adică 3 săptămâni).

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:38):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

**Lot nr. 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

**Data:** 10 aug 2023, 13:48

**Subiectul întrebării:** Additional, la informatia sus mentionata

**Întrebare:**

Lungimea sistemelor de perfuzie (IV) conteaza in cazul in care sistema IV se utilizeaza cu pompa de infuzie (volum mare) infuzomat, cind distanta intre recipient (Flacon perf.) - pompa de infuzie si pacient este mare. Dorim sa atragem atentia dvs. ca, sistema de perfuzie cu dozator de debit integrat nu poate fi folosita cu pompa, deoarece utilizarea lor este contraindicata la presiuni mai mari de 50 kPa. Setarea valorilor dorite (debitului) la sistem de perfuzie cu dozator este doar orientativa (comparativ cu infuzomat unde precizia este mai mare), conform standardului, acestea se raporteaza doar la perfuzia unei solutii perfuzabile la

aproximativ -76cm- diferenta de nivel static, fara PVC (Presiunea Venoasa Centrala) la pacient. Rugam respectuos sa largiti lungimea sistemii de perfuzie si anume: -nu mai mica de 150cm.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:41):

Bună ziua, specificația respectivă a fost oferită de către beneficiari, în dependență de necesitățile lor reale.

**Lot nr. 37 Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi**

**Data:** 10 aug 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi

**Întrebare:**

La licitațiile anterioare, chiar și acele SCR, valoarea estimativă la Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi e în jur de 3 lei, de unde ați luat așa pret, luând în considerare ca un simplu pansament pentru ochi, pe baza de tifon, fara adeziv costa mai mult de 1 leu (SCM Sf. Treime). Va rugam sa modificati valoarea estimativa.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lot nr. 256 Spatulă din lemn (apasatoare de limba),sterile**

**Data:** 10 aug 2023, 16:36

**Subiectul întrebării:** Spatulă din lemn (apasatoare de limba),sterile

**Întrebare:**

Intelegem, ca pretul este dat la ambalaj. Dar cum facem cu lista de distribuite unde sunt 6.. 8 buc, cum sa intelegem, e la bucatia in N1 sau in N 100 ? e real ca la IMSP SPTALUL CLINIC BALTI sa fie solicitate 5000amb? sau IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI 2500 amb?

**Răspuns** (11 aug 2023, 08:29):

Bună ziua, unitatea de măsură este ambalaj. Cantitățile au fost revizuite.

**Data:** 10 aug 2023, 17:03

**Subiectul întrebării:** perioada de clarificari

**Întrebare:**

Cum puteți prelungi perioada de clarificari doar cu 2 zile, luand in considerare ca ati suspendat LP cu 3 saptamini !!!!!????? Va rugam sa va conformati cerintelor legale.

**Răspuns** (11 aug 2023, 15:56):

Timp de 3 săptămâni cât procedura de achiziție a fost suspendată, operatorii au avut posibilitatea de analiza detaliat specificațiile tehnice, iar la deschiderea posibilității de atașare a propunerilor, clarificările să fie pregătite spre transmitere. Termenul de 2 zile este stabilit pentru modificările efectuate în ultimul anunț de participare.

**Lot nr. 5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului**

**Data:** 11 aug 2023, 10:35

**Subiectul întrebării:** Compoziția

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Au participat mai mulți, dar ați verificat dacă toți au aceeași compoziție? Voi ați indicat 15 ingrediente, care este șansa ca toți 3 participanți să aibă exact aceleași ingrediente, luând în considerare că multe din ele nu au efect de acțiune, dar sunt prezente ca substanțe auxiliare? Solicităm să lăsați "Loțiunea hipotalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință", acești parametri sunt esențiali, dar compoziția diferă de la producător la producător cu condiția că corespund acestor cerințe.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în

cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lot nr. 6 Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă**

**Data:** 11 aug 2023, 10:50

**Subiectul întrebării:** Specificație

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Solicitați EN14863, standard European, ASTM cel puțin nivelul 2, standard american. EN14863 tot are nivele pentru măști, rugăm să nu solicitați un standard, dar nivelul după alt standard. Rugăm să indicați cel puțin nivelul 2 conform standardului European EN14863. [https://www.irema.com/wp-content/uploads/2017/12/EN\\_14683-2005.pdf](https://www.irema.com/wp-content/uploads/2017/12/EN_14683-2005.pdf) Vă rugăm să excludeți sintagma: "cu marcaj mască chirurgicală anticeastă." - este una abuzivă, acest tip de marcaj nu este reglementat de nici o organizație internațională, face parte doar din marketing-ul unor companii. Rugăm să explicați și sintagma: "reflecției în ochelari".

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lotul nr. 8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

**Data:** 11 aug 2023, 10:50

**Subiectul întrebării:** EN14863

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Solicitați EN14863, standard European, ASTM cel puțin nivelul 2, standard american. EN14863 tot are nivele pentru măști, rugăm să nu solicitați un standard, dar nivelul după alt standard. Rugăm să indicați cel puțin nivelul 2 conform standardului European EN14863. <https://www.irema.com/wp->

content/uploads/2017/12/EN\_14683-2005.pdf Vă rugăm să excludeți sintagma: "cu marcaj mască chirurgicală anticică." - este una abuzivă, acest tip de marcaj nu este reglementat de nici o organizație internațională, face parte doar din marketing-ul unor companii.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:06

**Subiectul întrebării:** Lot 6

**Întrebare:**

Nici un producător n-o sa scrie pe ambalaj &apos;&apos; anti-acea&amp;apos; , sunt denumiri standard , va rugam sa eliminati cerinta cu marcaj mască chirurgicală anti-acea&apos; pe cutie

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de

achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:07

**Subiectul întrebării:** Lot 6-7

**Întrebare:**

Masca de protecție. Care este diferența dintre ele? Luati in considerare, ca orica masca are adaos de PP si SMS

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vălănat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:08

**Subiectul întrebării:** Lot 58

**Întrebare:**

Pipa Tip Guedel, cu canal 50-100mm, corespunde dimensiunilor 00#-4#. practic, il indicate 6 marimi, Va rugam sa indicati cantitatile pe marimi, ele practic se repeta

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1)

din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corepondere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:09

**Subiectul întrebării:** Lot 59

**Întrebare:**

Pipa tip Robertazzi, Marimile?

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:23):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 72 Prelungitor pentru sisteme infuzie**

**Data:** 11 aug 2023, 14:13

**Subiectul întrebării:** Tip conector

**Întrebare:**

Rugam sa confirmati tipul conectorului.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:13):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 77 Prezerivative, pentru USG**

**Data:** 11 aug 2023, 14:13

**Subiectul întrebării:** Cu lubrifiant sau fara

**Întrebare:**

Rugam sa concretizati cu lubrifiant sau fara.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:13):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 81 Pungi pentru gheata**

**Data:** 11 aug 2023, 14:14

**Subiectul întrebării:** Specificatie Tehnica

**Întrebare:**

Rugam sa concretizati corectitudinea specificatiei tehnice.

**Răspuns (11 aug 2023, 16:17):**

Bună ziua, acest lot, în dependență de posibilitate, o să fie revizuit

**Lot nr. 218 Cateter Foley uretro-vezical CH 12**

**Data:** 11 aug 2023, 14:15

**Subiectul întrebării:** Valva

**Întrebare:**

Cateteretele Foley exista cu doua tipuri de valve: plastic sau cauciuc. Rugam sa indicati care valva va fi acceptata.

**Răspuns (11 aug 2023, 16:13):**

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Data:** 11 aug 2023, 16:16

**Subiectul întrebării:** Saci pentru autoclavare

**Întrebare:**

Pentru a nu restrictiona participarea la mai multi operatori i economii ,va rugam sa eliminati sintagma 3.Culoare galbenă

**Răspuns (11 aug 2023, 16:19):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în

cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)**

<b>Rezumatul modificărilor</b>	Au fost operate modificări pe 09.08.23.
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	09.08.23 - Modificarea specificațiilor tehnice/denumirilor la loturile nr. 6, 8, 63, 64, 82, 87, 89, 90, 95, 91, 96, 181, 145 și 154. Adăugarea cantităților la loturile nr. 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 38, 39, 40, 46, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 91, 93, 95, 97, 98, 101, 105, 106, 121, 122, 132, 140, 144, 145, 147, 149, 159, 160, 165, 167, 168, 175, 180, 182, 183, 189, 193, 199, 210, 211, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 și 260. Modificarea cantităților la loturile nr. 6, 7, 8, 9, 35, 68, 85, 87, 109, 110, 217 și 256. Adăugarea în anușul de participare, a sintagmei: „Fiecare achiziție se evaluează individual și conține dosare independente de alte proceduri”.
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	S-a respectat cadrul legislativ cu privire la termeni.

**Până la termenul-limită (data 17.09.2023, ora 17:19), au depus oferta 25 ofertanți:**

<b>Nr d/o</b>	<b>Operatorul economic</b>	<b>IDNO</b>	<b>Administrator</b>
1.	Dita Estfarm SRL	1002600046359	Chirtoacă Lurie Chirtoaca Eugen
2.	Echipamed - Plus	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
3.	Medglobalfarm SRL	1016600000765	Granaci Boris
4.	Tetis International	1003600043595	Tutunaru Diana
5.	Labromed Laborator SRL	1012600001177	Ernicev Alexandr
6.	Data Control SRL	1003600007935	Alexandru Grabazei
7.	GBG MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
8.	Med-M SRL	1020611000359	Victor GHEREG
9.	Triumf Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana
10.	Life Med Group SRL	1014600035666	Vlas Ion
11.	SC ERICON SRL	1003600000316	Gheorghe Bunic
12.	Natusana	1006600025657	Boris Foca
13.	Lismedfarm	1003600113573	Vlad Chitic





	<p><i>cm sa oferit parametru exact 11 cm, pagina 19 din catalog);</i></p> <p><i>2. pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat fabricate din aliaj de titan - oferit fabricate din aliaj de titan pagina 11 din catalog).</i></p> <p><i>În această ordine de idei, în cazul specificației tehnice oferite incomplete, complete doar cu sintagma „da”, fără indicarea exactă a parametrilor oferați, doar cu trimiterea la pagina din catalog fără indicarea exactă a parametrilor oferați, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, fără indicarea exactă a parametrilor oferați, neindicarea expresă a parametrilor oferați, precum și admiterea divergențelor dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei.</i></p> <p><i>La caz, cert este că necompletearea conformă a coloanei nr. 6 - Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant, din anexa nr. 22, va determina autoritatea contractantă să respingă oferta dată.</i></p>																											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









restanțelor față de bugetul public național	Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertei - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																									
10 Situția financiară	Ultimul raport financiar/situția financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;									înfinit at pe 28.07. 23																
11 Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului i oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul																									





<p>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale:</p>	<p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i>  <a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce</a> – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:  a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;  b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;  c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;  d) declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.  Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar</p>	
--	---	--

		<p>notificările offerelor calificate.</p> <p><i>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</i></p> <p><i>Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.</i></p>																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Pret unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Lame pentru bisturiu	470024	Bucată	0,48	Lismedfarm	+	+
1	Lame pentru bisturiu	470024	Bucată	0,4900	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
1	Lame pentru bisturiu	470024	Bucată	0,50	Lifemed Group SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
1	Lame pentru bisturiu	470024	Bucată	0,5417	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
1	Lame pentru bisturiu	470024	Bucată	0,7000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	224970	Bucată	0,7750	Lismedfarm	-	-
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	224970	Bucată	1,3800	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	224970	Bucată	1,7900	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	224970	Bucată	2,5650	Lifemed Group SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
5	Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	224970	Bucată	2,8800	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
6	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	18950	Bucată	0,7400	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
6	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	18950	Bucată	0,7500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
6	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	18950	Bucată	0,7600	Triumf.Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
7	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	175600	Bucată	0,7400	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
7	Mască chirurgicală avansată - SMS	175600	Bucată	0,7500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
8	Mască medicală ASTM ≥ level 2	227300	Bucată	0,28	IM Vivamed International SRL	-	-
8	Mască medicală ASTM ≥ level 2	227300	Bucată	0,3800	DITA ESTFARM S.R.L	+	+

8	Mască medicală ASTM $\geq$ level 2	227300	Bucată	0,7500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,2100	Teis International Co. SRL	+	+
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,2100	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,3334	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,2600	IM Vivamed International SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,2910	Lismedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
9	Mască de examinare simpla	4715600	Bucată	0,3300	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
11	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU	1139	Bucată	495,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-
11	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU	1139	Bucată	495,00	SOGNO	+	+
12	Mască facială cu protector	9020	Bucată	11,4000	Triumf-Motiv SRL	-	-
13	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	3645	Bucată	17,9000	Triumf-Motiv SRL	-	-
13	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti	3645	Bucată	18,5000	IM Natusana SRL	+	+
14	Mască pentru oxigen, adulti	72071	Bucată	5,2500	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
14	Mască pentru oxigen, adulti	72071	Bucată	7,2000	Lismedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
14	Mască pentru oxigen, adulti	72071	Bucată	7,5000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
14	Mască pentru oxigen, adulti	72071	Bucată	8,5500	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
14	Mască pentru oxigen, adulti	72071	Bucată	10,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
15	Mască laringiana IGEL	399	Bucată	229,9080	TMS-Top Medical Supplier	+	+
15	Mască laringiana IGEL	399	Bucată	263,8000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
15	Mască laringiana IGEL	399	Bucată	265,0000	ECHIPAMED-PLUS	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
15	Mască laringiana IGEL	399	Bucată	300,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
20	Mască respiratorie pentru VAP	252	Bucată	86,9400	TMS-Top Medical Supplier	+	+
20	Mască respiratorie pentru VAP	252	Bucată	102,5300	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
20	Mască respiratorie pentru VAP	252	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
20	Mască respiratorie pentru VAP	252	Bucată	643,0000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

22	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	140	Bucată	495,0000	SOGNO		+	
22	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	140	Bucată	525,0000	TMS-Top Medical Supplier	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
22	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	140	Bucată	1247,0000	MED-M	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
23	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	916	Bucată	50,0000	IM Natusana SRL	+		+
23	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	916	Bucată	90,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
23	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabila, fara latex, diferite marimi	916	Bucată	643,0000	MED-M	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
24	Mască pentru oxigen, pediatrică	812	Bucată	8,0000	IM Natusana SRL	+		+
24	Mască pentru oxigen, pediatrică	812	Bucată	10,3600	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
24	Mască pentru oxigen, pediatrică	812	Bucată	10,7500	SOGNO	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
24	Mască pentru oxigen, pediatrică	812	Bucată	39,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
25	Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm	390	Bucată	160,0000	SOGNO	+		+
25	Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm	390	Bucată	164,9900	Lismedfarm	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
25	Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm	390	Bucată	180,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
26	Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm	365	Bucată	46,0800	Lismedfarm	+		+
26	Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm	365	Bucată	51,5000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
26	Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm	365	Bucată	75,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
35	Muşama medicală în ruluu	9124	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă			
36	Ochelari de protectie	750	Bucată	26,67	Polisano Prim	-		-
37	Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi	22360	Bucată	0,853	MED-M	-		-
37	Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi	22360	Bucată	1,35	Electeh SRL	+		+
37	Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi	22360	Bucată	1,3800	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
37	Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi	22360	Bucată	1,4000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
39	Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm	16750	Bucată	0,6650	MED-M	+		+
39	Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm	16750	Bucată	0,9000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
39	Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm	16750	Bucată	0,9200	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
39	Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm	16750	Bucată	1,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
39	Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm	16750	Bucată	1,0500	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
40	Pansament p/ u cateter subclavia	7862	Bucată	1,0000	Electeh SRL	+		+
40	Pansament p/ u cateter subclavia	7862	Bucată	2,0800	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat

40	Pansament p/ u cateter subclavia	7862	Bucată	2,3000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
44	Pansament absorbant oftalmice	1460	Bucată	1,2900	Medglobalfarm	-	-
44	Pansament absorbant oftalmice	1460	Bucată	1,35	Electeh SRL	+	+
44	Pansament absorbant oftalmice	1460	Bucată	1,7500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
50	Perforator pentru aortă destinată chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	240	Bucată	230,0000	Electeh SRL	-	-
50	Perforator pentru aortă destinată chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	240	Bucată	247,7000	MED-M	+	+
51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	73910	Bucată	6,6400	Lismedfarm	-	-
51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	73910	Bucată	6,8000	Electeh SRL	-	-
51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	73910	Bucată	7,0000	IM Natusana SRL	+	+
51	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	73910	Bucată	9,3800	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	36930	Bucată	6,2700	Lismedfarm	-	-
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	36930	Bucată	6,8000	Electeh SRL	-	-
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	36930	Bucată	7,0000	IM Natusana SRL	+	+
52	Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	36930	Bucată	8,9000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	1,2000	IM Natusana SRL	+	+
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	1,2500	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	1,5200	Lifemed Group SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	1,5540	Lismedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	1,6417	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
53	Periuța citologică Cervex Brush	166170	Bucată	2,1800	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
57	Pipa orofaringiană tip Guedel 100 mm	1946	Bucată	3,7000	IM Natusana SRL	+	+
58	Pipa Tip Guedel, cu canal	134	Bucată	3,7000	IM Natusana SRL	+	+
59	Pipa tip Robertazzi	62	Bucată	60,0000	IM Natusana SRL	-	-
60	Pipa orofaringiană tip Guedel 110 mm	2020	Bucată	3,7000	IM Natusana SRL	+	+
61	Pipa orofaringiană tip Guedel 90 mm	1536	Bucată	3,7000	IM Natusana SRL	+	+
62	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm	813	Bucată	61,0200	Lifemed Group SRL	+	+
62	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm	813	Bucată	68,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
63	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm	1303	Bucată	35,7100	Lifemed Group SRL	+	+
63	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm	1303	Bucată	48,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

63	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm	1303	Bucată	52,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
64	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm	877	Bucată	135,0000	SOGNO	+	+
66	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii	148	Bucată	85,8800	Lifemed Group SRL	+	+
66	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii	148	Bucată	120,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
66	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii	148	Bucată	140,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
68	Plasă urinară pentru femei	2538	Bucată	50,0000	IM Natusana SRL	+	+
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	113	Bucată	100,00	Electeh SRL	+	+
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	113	Bucată	135,00	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	113	Bucată	188,00	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
70	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	113	Bucată	247,65	Tetis International Co. SRL	-	-
71	Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	5	Bucată	247,65	Tetis International Co. SRL	-	-
73	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	21910	Bucată	2,7334	M-INTER-FARMA	+	+
73	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	21910	Bucată	14,04	Tetis International Co. SRL	-	-
74	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	100270	Bucată	2,5000	IM Natusana SRL	-	-
74	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	100270	Bucată	2,5700	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
74	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	100270	Bucată	8,3850	Tetis International Co. SRL	-	-
75	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-120mm	8140	Bucată	11,5000	Electeh SRL	+	+
75	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-120mm	8140	Bucată	12,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
75	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-120mm	8140	Bucată	20,3500	ECHIPAMED-PLUS	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
76	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-180mm	23605	Bucată	12,0000	Electeh SRL	+	+
76	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-180mm	23605	Bucată	12,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
76	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-180mm	23605	Bucată	13,8320	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
76	Prelungitor pentru tubul endotracheal L-180mm	23605	Bucată	20,9000	ECHIPAMED-PLUS	-	-
77	Prezervative, pentru USG	77600	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
79	Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9 cm	71	Bucată	632,0000	MED-M	+	+

80	Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6 cm	21	Bucată	720,0000	MED-M		+	+
81	Pungi pentru gheata	733	Bucată	30,0000	IM Natusana SRL		+	+
82	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	210202	Bucată	3,0400	DITA ESTFARM S.R.L		+	+
82	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	210202	Bucată	3,1150	Lismedfarm		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
82	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	210202	Bucată	3,2917	M-INTER-FARMA		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
82	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	210202	Bucată	3,5500	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
83	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	4505	Bucată	90,0000	SOGNO		-	-
83	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	4505	Bucată	90,0000	Electeh SRL		-	-
83	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	4505	Bucată	129,3050	Tetis International Co. SRL		+	+
84	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	689	Bucată	83,3300	Medglobalfarm		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
84	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	689	Bucată	99,0000	M-INTER-FARMA		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
84	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	689	Bucată	188,6800	Polisano Prim		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
84	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	689	Bucată	230,0000	BELNIS SRL		+	+
85	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	152	Bucată	166,6700	Medglobalfarm		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
85	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	152	Bucată	263,0000	BELNIS SRL		+	+
85	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	152	Bucată	451,9700	Polisano Prim		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
86	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 50l	165	Bucată	250,0000	Medglobalfarm		-	-
86	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 50l	165	Bucată	424,0000	BELNIS SRL		-	-
86	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 50l	165	Bucată	455,5800	Polisano Prim		-	-
87	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri	32568	Bucată	7,3300	Medglobalfarm		-	-
87	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri	32568	Bucată	8,6900	Polisano Prim		-	-
87	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri	32568	Bucată	9,2500	Tribestar Farm		-	-

87	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 0,75 litri	32568	Bucată	9,9833	M-INTER-FARMA	-	-
87	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 0,75 litri	32568	Bucată	13,3000	BELNIS SRL	-	-
88	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 1,5 litri	14983	Bucată	7,50	Medglobalfarm	+	+
88	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 1,5 litri	14983	Bucată	12,5800	Polisano Prim	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
88	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 1,5 litri	14983	Bucată	13,5833	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
88	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 1,5 litri	14983	Bucată	15,0000	Tribestar Farm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
88	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 1,5 litri	14983	Bucată	15,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	14,5800	Medglobalfarm	+	+
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	19,9500	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	20,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	23,0000	Tribestar Farm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	24,00	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
89	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 2,5 litri	4051	Bucată	26,81	Polisano Prim	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	17,50	Medglobalfarm	+	+
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	21,15	Polisano Prim	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	23,9833	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	24,0000	Tribestar Farm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	25,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
90	Recipient plastic pentru deșeurii tăietor- întepătoare, 5,0 litri	19288	Bucată	34,50	BELNIS SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	65635	Bucată	2,4833	M-INTER-FARMA	-	-

91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	65635	Bucată	4,5900	Sammedico		+		+
91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	65635	Bucată	9,6750	MED-M		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
91	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	65635	Bucată	36,6500	Tetis International Co. SRL		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
92	Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	15	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă				
93	Saci colector pentru cateter toracic	2690	Bucată	65,0000	SOGNO		-		-
93	Saci colector pentru cateter toracic	2690	Bucată	68,0000	Electeh SRL		+		+
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	8780	Bucată	5,7000	BELNIS SRL		+		+
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	8780	Bucată	6,2700	DITA ESTFARM S.R.L		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	8780	Bucată	8,1783	M-INTER-FARMA		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	8780	Bucată	9,1700	Medglobofarm		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
94	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	8780	Bucată	12,5000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
97	Sârma "GIGLI" nesterilă	2056	Bucată	39,5000	SOGNO		-		-
105	Seringa Jane 120-150 ml	41208	Bucată	10,5000	Electeh SRL		+		+
105	Seringa Jane 120-150 ml	41208	Bucată	13,5000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	72657	Bucată	2,9000	Electeh SRL		+		+
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	72657	Bucată	3,5600	DITA ESTFARM S.R.L		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	72657	Bucată	3,6700	MED-M		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
106	Seringa Jane 60 ml (steril)	72657	Bucată	5,1500	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
108	Servejele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm	1341110	Bucată	0,2650	Triumf-Motiv SRL		+		+
108	Servejele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm	1341110	Bucată	0,2800	GBG-MLD SRL		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
108	Servejele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm	1341110	Bucată	0,2800	Medglobofarm		Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
111	Set canule pentru irigații	2573	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă				
112	Set cardiovascular adulti steril jetabil	450	Bucată	1 200,0000	IM Natusana SRL		-		-
112	Set cardiovascular adulti steril jetabil	450	Bucată	1995,0000	Tehnomedica		+		+
113	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	250	Bucată	1 500,0000	IM Natusana SRL		-		-
113	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	250	Bucată	2268,0000	Tehnomedica		+		+

114	Set cardiovascular copii sterili jetabil	100	Bucată	1 200,0000	IM Natusana SRL	-	-
114	Set cardiovascular copii sterili jetabil	100	Bucată	1690,0000	Tehnomedica	+	+
116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	393	Bucată	178,4200	MED-M	+	+
116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	393	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
116	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	393	Bucată	322,0500	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
117	Set cateterizarea spatului spinal	27	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
119	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), sterili	2675	Bucată	154,0000	Tetis International Co. SRL	+	+
119	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), sterili	2675	Bucată	165,2500	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
119	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), sterili	2675	Bucată	200,0000	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
120	Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare	692	Bucată	63,7560	TMS-Top Medical Supplier	+	+
120	Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare	692	Bucată	90,2500	ECHIPAMED-PLUS	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
120	Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare	692	Bucată	95,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
121	Set de aspirație cu mâner Yankauer	30280	Bucată	14,0000	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
121	Set de aspirație cu mâner Yankauer	30280	Bucată	15,6310	Lismedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
121	Set de aspirație cu mâner Yankauer	30280	Bucată	17,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
121	Set de aspirație cu mâner Yankauer	30280	Bucată	21,6000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
122	Set de drenare a cavițăților pleurale	835	Bucată	60,0000	Electeh SRL	+	+
122	Set de drenare a cavițăților pleurale	835	Bucată	85,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
123	Set de irigare/aspirație pentru endourologie	1310	Bucată	400,0000	SC ERICON SRL	+	+
125	Set de perfuzie cu filtru	5	Bucată	89,3800	Tetis International Co. SRL	-	-
126	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	91	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-
126	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	91	Bucată	529,0000	MED-M	+	+
127	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	98	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-
127	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	98	Bucată	529,0000	MED-M	+	+
128	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	86	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-
128	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	86	Bucată	529,0000	MED-M	+	+
129	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	125	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-

129	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	125	Bucată	530,0000	MED-M		+	+
130	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	116	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL		-	-
130	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	116	Bucată	531,0000	MED-M		+	+
131	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	94	Bucată	496,0000	Triumf-Motiv SRL		-	-
131	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	94	Bucată	532,0000	MED-M		+	+
132	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil	18290	Bucată	90,2500	ECHIPAMED-PLUS		-	-
134	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatric	860	Bucată	293,6640	TMS-Top Medical Supplier		+	+
134	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatric	860	Bucată	532,3500	ECHIPAMED-PLUS		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
135	Set drenare activa 500 ml	867	Bucată	65,0000	SOGNO		+	+
135	Set drenare activa 500 ml	867	Bucată	68,5000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
136	Set electrocauter	1545	Bucată	299,8000	MED-M		+	+
136	Set electrocauter	1545	Bucată	405,0000	Labromed Laborator SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
138	Set igiena orală, pentru pacienții intubați	4955	Bucată	41,4000	MED-M		+	+
138	Set igiena orală, pentru pacienții intubați	4955	Bucată	61,6308	TMS-Top Medical Supplier		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
139	Set introducer 8Fr	20	Bucată	600,0000	SOGNO		+	+
140	Set ligaturare varice esofagian	111	Bucată	2 800,0000	SC ERICON SRL		+	+
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	520	Bucată	73,2400	DITA ESTFARM S.R.L		+	+
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	520	Bucată	110,0000	M-INTER-FARMA		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	520	Bucată	120,0000	Tetis International Co. SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	520	Bucată	150,0000	Medglobalfarm		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
141	Set ORL pentru 2 operații, jetabil	520	Bucată	180,0000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	20	Bucată	157,8400	DITA ESTFARM S.R.L.		+	+
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	20	Bucată	180,0000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	20	Bucată	253,3300	M-INTER-FARMA		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	20	Bucată	275,0000	Medglobalfarm		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
142	Set ORL pentru 5 operații, jetabil	20	Bucată	300,0000	Tetis International Co. SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
143	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	2887	Bucată	79,5000	SOGNO		-	-
143	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	2887	Bucată	90,0000	IM Natusana SRL		-	-

143	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	2887	Bucată	94,0000	Tribestar Farm Tetis International Co. SRL	+		+
143	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18	2887	Bucată	130,8500	Tetis International Co. SRL			
144	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4F/18-20G	737	Bucată	126,8500	MED-M	-		-
144	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4F/18-20G	737	Bucată	169,5000	SOGNO	-		-
144	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4F/18-20G	737	Bucată	210,2000	Tetis International Co. SRL	+		+
145	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	2709	Bucată	88,7000	DITA ESTFARM S.R.L.	+		+
145	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	2709	Bucată	124,4500	MED-M	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
145	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	2709	Bucată	139,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
145	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	2709	Bucată	210,2000	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	1820	Bucată	172,5900	DITA ESTFARM S.R.L.	-		-
146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	1820	Bucată	192,3750	MED-M	+		+
146	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	1820	Bucată	293,9918	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	350	Bucată	189,35	MED-M	-		-
147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	350	Bucată	293,99	Tetis International Co. SRL	-		-
147	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	350	Bucată	293,99	Tetis International Co. SRL	-		-
148	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	155	Bucată	293,99	Tetis International Co. SRL	-		-
149	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	905	Bucată	179,3500	MED-M	-		-
149	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	905	Bucată	309,4650	Tetis International Co. SRL	-		-
151	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	996	Bucată	164,1600	MED-M			
151	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	996	Bucată	239,2748	Tetis International Co. SRL	+		+
152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	758	Bucată	146,1100	DITA ESTFARM S.R.L.	+		+

152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	758	Bucată	173,9000	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
152	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	758	Bucată	320,4750	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	1915	Bucată	88,9600	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	1915	Bucată	124,8500	MED-M	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	1915	Bucată	139,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
153	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	1915	Bucată	176,5764	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
154	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm	640	Bucată	601,0875	Tetis International Co. SRL	-	-
155	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm	130	Bucată	662,8050	Tetis International Co. SRL	-	-
156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm	132	Bucată	662,8050	Tetis International Co. SRL	-	-
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	2893	Bucată	174,4250	MED-M	+	+
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	2893	Bucată	213,7300	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	2893	Bucată	359,9400	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	517	Bucată	199,9950	MED-M	+	+
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	517	Bucată	215,6000	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G, l=30cm	517	Bucată	385,6000	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
161	Set pentru drenajul caviității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)	796	Bucată	550,0000	SOGNO	-	-
162	Set pentru drenarea vezicii urinare	115	Bucată	495,0000	SOGNO	-	-
162	Set pentru drenarea vezicii urinare	115	Bucată	862,0000	SC ERICON SRL	-	-
163	Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH	115	Bucată	415,0000	SOGNO	-	-

163	Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH	115	Bucată	807,0000	SC ERICON SRL	-	-
164	Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH	172	Bucată	415,0000	SOGNO	-	-
164	Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH	172	Bucată	807,0000	SC ERICON SRL	-	-
165	Set pentru gastrostomie endoscopica percutanata	48	Bucată	1200,0000	SC ERICON SRL	+	+
167	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice	545	Bucată	3,9500	IM Natusana SRL	+	+
169	Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR	444	Bucată	950,0000	SOGNO	+	+
169	Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR	444	Bucată	1 070,0000	SC ERICON SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
170	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	770	Bucată	80,0400	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
170	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	770	Bucată	103,3300	M-INTER-FARMA	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
170	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	770	Bucată	110,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
170	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	770	Bucată	112,5000	Medglobalfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
170	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	770	Bucată	121,0000	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
171	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20	2355	Bucată	202,0000	Tehnomedica	+	+
172	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22	955	Bucată	185,0000	Tehnomedica	+	+
173	Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24	220	Bucată	327,5000	SOGNO	+	+
180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	1505	Bucată	126,3850	MED-M	+	+
180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	1505	Bucată	139,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
180	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	1505	Bucată	246,6750	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
181	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F	57	Bucată	126,3850	MED-M	+	+
181	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F	57	Bucată	215,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
182	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F	202	Bucată	126,3850	MED-M	+	+
182	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F	202	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	302	Bucată	126,3850	MED-M	+	+

183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	302	Bucată	169,5000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
183	Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F	302	Bucată	182,8800	Tetis International Co. SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
184	Set PICCO	90	Bucată		Nu a fost prezentată nici o ofertă		
186	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	200	Bucată	583,3300	Medglobofarm	-	-
186	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	200	Bucată	800,0000	IM Natusana SRL	-	-
186	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	200	Bucată	1645,0000	Tehnomedica	+	+
187	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	1300	Bucată	750,0000	Medglobofarm	-	-
187	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	1300	Bucată	2180,0000	Tehnomedica	+	+
188	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	61,8240	TMS-Top Medical Supplier	+	+
188	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	62,0000	Electeh SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
188	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	70,5100	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
188	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	74,0960	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	90,2500	ECHIPAMED-PLUS	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	27998	Bucată	62,0000	Electeh SRL	+	+
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	27998	Bucată	70,9000	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	27998	Bucată	79,9040	SC"Imunotehnomed"SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
189	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie	27998	Bucată	90,2500	ECHIPAMED-PLUS	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
191	Set drenaj toracic	56	Bucată	850,0000	SOGNO	-	-
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adultți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	960	Bucată	172,0000	Electeh SRL	+	+
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adultți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	960	Bucată	178,1400	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adultți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	960	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adultți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	960	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	960	Bucată	244,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	1175	Bucată	172,0000	Electeh SRL	+	+
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	1175	Bucată	175,2500	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	1175	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	1175	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	1175	Bucată	244,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	400	Bucată	172,0000	Electeh SRL	+	+
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	400	Bucată	179,5900	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	400	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	400	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	400	Bucată	244,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	506	Bucată	172,0000	Electeh SRL	+	+
195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	506	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14Fr/4,6mm	506	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL		
195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14Fr/4,6mm	506	Bucată	244,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	200	Bucată	172,0000	Electeh SRL	+	+
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	200	Bucată	195,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	200	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	200	Bucată	223,0400	DITA ESTFARM S.R.L	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	200	Bucată	244,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
197	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 12Fr/4mm	30	Bucată	205,0000	Triumf-Motiv SRL	-	-
197	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 12Fr/4mm	30	Bucată	215,0000	SOGNO	+	+
198	Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml	50	Bucată	190,0000	SOGNO	-	-
198	Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml	50	Bucată	22,7110	SC"Imunotehnomed"SRL	-	-
199	Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	980	Bucată	12,5000	Electeh SRL	+	+
200	Sistem de drenaj 20CH	1640	Bucată	31,6000	Electeh SRL	-	-
200	Sistem de drenaj 20CH	1640	Bucată	45,0000	SOGNO	+	+
201	Sistem de drenaj 22CH	1830	Bucată	31,6000	Electeh SRL	-	-
201	Sistem de drenaj 22CH	1830	Bucată	45,0000	SOGNO	+	+
202	Sistem de drenaj 24CH	1772	Bucată	31,6000	Electeh SRL	-	-
202	Sistem de drenaj 24CH	1772	Bucată	45,0000	SOGNO	+	+
203	Sistem de drenaj 26CH	2050	Bucată	31,6000	Electeh SRL	-	-
203	Sistem de drenaj 26CH	2050	Bucată	45,0000	SOGNO	+	+
204	Sistem de drenaj 28CH	1805	Bucată	31,6000	Electeh SRL	-	-

204	Sistem de drenaj 28CH	1805	Bucată	45,0000	SOGNO		+	+
205	Sistem de drenaj 30CH	1085	Bucată	31,6000	Electeh SRL		-	-
205	Sistem de drenaj 30CH	1085	Bucată	45,0000	SOGNO		+	+
206	Sistem de protejare pacienti	226	Bucată	28,0000	Electeh SRL		+	+
206	Sistem de protejare pacienti	226	Bucată	40,0000	MED-M		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	1700	Bucată	91,2000	MED-M		+	+
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	1700	Bucată	125,0000	SOGNO		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	1700	Bucată	126,0000	Teis International Co. SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
207	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	1700	Bucată	150,0000	Electeh SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
208	Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	615	Bucată	65,0000	SOGNO		+	+
208	Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	615	Bucată	68,0000	Electeh SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
209	Sistem închis pentru măsurarea diurezei	1015	Bucată	80,0000	SOGNO		-	-
210	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vacuum-aspirația permanent)	415	Bucată	60,0000	SOGNO		+	+
210	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vacuum-aspirația permanent)	415	Bucată	78,0000	Electeh SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
212	SistemRecipient p/ u acumularea eliminariilor biologice, V-1200ml	660	Bucată	146,0000	Electeh SRL		-	-
212	SistemRecipient p/ u acumularea eliminariilor biologice, V-1200ml	660	Bucată	190,0000	SOGNO		+	+
213	SistemRecipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 500ml	250	Bucată	75,0000	IM Natusana SRL		-	-
213	SistemRecipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 500ml	250	Bucată	75,0000	SOGNO		+	+
214	SistemRecipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 800ml	290	Bucată	69,6000	MED-M		+	+
214	SistemRecipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 800ml	290	Bucată	75,0000	IM Natusana SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
214	SistemRecipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 800ml	290	Bucată	75,0000	Electeh SRL		Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat

214	Sistem Recipient pentru acumularea eliminariilor biologice din plaga 800ml	290	Bucată	76,0000	SOGNO	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
215	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistemul Intrafix	10600	Bucată	18,8700	DITA ESTFARM S.R.L	-	-
215	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistemul Intrafix	10600	Bucată	24,5000	SOGNO	-	-
215	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistemul Intrafix	10600	Bucată	43,2900	Tetis International Co. SRL	-	-
216	Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	77	Bucată	173,0000	Electeh SRL	-	-
216	Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	77	Bucată	320,0000	SOGNO	-	-
216	Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	77	Bucată	330,0000	IM Natusana SRL	-	-
217	Sistem stomic	13150	Bucată	12,1000	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
217	Sistem stomic	13150	Bucată	13,5000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
218	Cateter Foley uretro-vezical CH 12	2741	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
218	Cateter Foley uretro-vezical CH 12	2741	Bucată	5,6500	Lisimedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
218	Cateter Foley uretro-vezical CH 12	2741	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
219	Cateter Foley uretro-vezical CH 14	10624	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
219	Cateter Foley uretro-vezical CH 14	10624	Bucată	5,6400	Lisimedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
219	Cateter Foley uretro-vezical CH 14	10624	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
220	Cateter Foley uretro-vezical CH 16	31158	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
220	Cateter Foley uretro-vezical CH 16	31158	Bucată	5,6400	Lisimedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
220	Cateter Foley uretro-vezical CH 16	31158	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
222	Cateter Foley uretro-vezical CH 18	27127	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
222	Cateter Foley uretro-vezical CH 18	27127	Bucată	5,64	Lisimedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
222	Cateter Foley uretro-vezical CH 18	27127	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
224	Cateter Foley uretro-vezical CH 20	10548	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
224	Cateter Foley uretro-vezical CH 20	10548	Bucată	5,6400	Lisimedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
224	Cateter Foley uretro-vezical CH 20	10548	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
226	Cateter Foley uretro-vezical CH 22	2354	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+	+

226	Cateter Foley uretro-vezical CH 22	2354	Bucată	5,6500	Lismedfarm			
226	Cateter Foley uretro-vezical CH 22	2354	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat		
228	Cateter Foley uretro-vezical CH 24	978	Bucată	4,8300	DITA ESTFARM S.R.L	+		
228	Cateter Foley uretro-vezical CH 24	978	Bucată	5,6500	Lismedfarm			
228	Cateter Foley uretro-vezical CH 24	978	Bucată	7,8500	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat		Nu a fost evaluat
229	Cateter Foley uretro-vezical CH 26	262	Bucată	5,6500	Lismedfarm	-		-
230	Cateter Foley uretro-vezical CH 28	58	Bucată	5,6500	Lismedfarm	-		-
231	Cateter Foley uretro-vezical CH 30	108	Bucată	5,6500	Lismedfarm	-		-
232	Cateter Foley uretro-vezical (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	837	Bucată	35,0000	IM Natusana SRL	+		+
234	Sonda gastrica cu palnie CH-16	426	Bucată	50,0000	IM Natusana SRL	+		+
235	Sondă intestinală	157	Bucată	25,0000	IM Natusana SRL	+		+
236	Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G	432	Bucată	50,0000	IM Natusana SRL	-		-
237	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	3169	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
238	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	3796	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
239	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	6370	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
240	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	18782	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
241	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	20538	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
242	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	8719	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
243	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	1588	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
244	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	1614	Bucată	2,4000	IM Natusana SRL	+		+
245	Sonda pentru alimentare 10Fr	2582	Bucată	2,3000	IM Natusana SRL	+		+
246	Sonda pentru alimentare 12Fr	950	Bucată	2,3000	IM Natusana SRL	+		+

247	Sonda pentru alimentare 8Fr	4135	Bucată	2,3000	IM Natusana SRL	-	-
248	Sonda gastro-duodenale 16Fr	443	Bucată	20,0000	IM Natusana SRL	+	+
249	Sonda gastro-duodenale 14Fr	715	Bucată	20,0000	IM Natusana SRL	+	+
250	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 3F	255	Bucată	450,0000	SOGNO	+	+
250	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 3F	255	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
251	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F	313	Bucată	450,0000	SOGNO	+	+
251	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F	313	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
252	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F	200	Bucată	450,0000	SOGNO	+	+
252	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F	200	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
253	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F	76	Bucată	450,0000	SOGNO	+	+
253	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F	76	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
254	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F	70	Bucată	450,0000	SOGNO	+	+
254	Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F	70	Bucată	599,0000	Labromed Laborator SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
256	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	21188	Bucată	17,7500	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
256	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	21188	Bucată	20,0400	Lismedfarm	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
256	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	21188	Bucată	22,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
256	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	21188	Bucată	24,8700	GBG-MLD SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
260	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	626	Bucată	43,3500	M-INTER-FARMA MED-M	+	+
260	Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	626	Bucată	50,0000	IM Natusana SRL	Nu a fost evaluat	Nu a fost evaluat
262	Stent traheal TD-13mm/8cm	5	Bucată	9880,0000	DataControl SRL	-	-

262	Stent traheal TD-13mm/8cm	5	Bucată	11824.1400	MED-M	+	+
-----	---------------------------	---	--------	------------	-------	---	---

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Nr. Rg02-3745 din 10 octombrie 2023	AG Medical SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</li> <li>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor</li> </ul>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3713 din 09 octombrie 2023	Belnis SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotul 84, 85, 86, 89, 94, 95, 96: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> <li>- Lotul 49, 262, 263, 264: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> <li>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor</li> </ul>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate, cu excepția lotului 262
Nr. Rg02-3747 din 10 octombrie 2023	Electeh SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotul 51, 52: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> </ul>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3748 din 10 octombrie 2023	Ericon SRL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cererea de participare: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Specificația tehnică: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Specificația de preț: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- DUAE: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Garanția pentru ofertă: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Declarație privind valabilitatea ofertei: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Certificat de atribuire a contului bancar: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> </ul>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate

		<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>- Situația financiară: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>Declarație de la ofertant: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor</p>	
Nr. Rg02-3749 din 10 octombrie 2023	GBG-MLD SRL	<p>- Lotul 95: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</p> <p>- Lotul 256: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea (numărul de înregistrare prezentat, este expirat)</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3718 din 09 octombrie 2023	LifeMed Group SRL	<p>- Lotul 1, 5, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 67, 261: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</p> <p>- Certificatul de atribuire a contului bancar;</p> <p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit;</p> <p>Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național;</p> <p>- Situația financiară;</p> <p>- Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit;</p> <p>- Declarație de la ofertant;</p> <p>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor;</p> <p>Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3714 din 09 octombrie 2023	Lisimedfarm SRL		S-au prezentat în termen clarificării solicitate, cu excepția lotului 11, 229, 230, 231
Nr. Rg02-3751 din 10 octombrie 2023	Medglobalfarm SRL	<p>Lotul 94, 95, 96, 110, 118: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate

Nr. Rg02-3717 din 09 octombrie 2023	MED-M SRL	- Lotul 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 21, 37, 41, 45, 69, 70, 79, 80, 91, 106, 136, 166, 206, 207, 214, 262, 263, 264: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea - Situația financiară	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3752 din 10 octombrie 2023	M-INTER-FARMA SRL	- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor - Lotul 109: Confirmarea prețului pentru cantitatea solicitată	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3724 din 09 octombrie 2023	Natusana SRL	Lotul 2, 5, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 141, 142, 170, 186, 190, 260: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea - Situația Financiară	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3753 din 10 octombrie 2023	Polisano Prim SRL	- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3754 din 10 octombrie 2023	Sanmedico SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite - Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3711 din 09 octombrie 2023	SOGNO SRL	- Lotul 69, 70, 97, 163, 164, 216, 221, 223, 225, 227, 233: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea:	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3721 din 09 octombrie 2023	Teitis International SRL	- Lotul 9: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3725 din 09 octombrie 2023	TMS – Top Medical Supplier SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru Loturile oferite	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3722 din 09 octombrie 2023	Tribestar Farm SRL	- Documente confirmatoare (prospecțe) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit - Lotul 87, 88, 89, 90, 143, 185: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-3715 din 09 octombrie 2023	Triumf-Motiv SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite	S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția lotului 12, 13
Nr. Rg02-3757 din 10 octombrie 2023	IM Vivamed International SRL	- Declarație de la ofertant semnată	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

Nr. Rg02-4781 din 24 noiembrie 2023	AG Medical SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47 și 48.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4783 din 24 noiembrie 2023	Data Control SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 49.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4784 din 24 noiembrie 2023	Dita EstFarm SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 38, 39, 53, 54, 110, 121, 137, 145, 146, 152, 153, 157, 158, 168, 192, 193, 194, 196 și 211.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4785 din 24 noiembrie 2023	Echipamed-Plus SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 78, 133 și 134.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4786 din 24 noiembrie 2023	Electeh SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 26, 37, 38, 39, 40, 44, 62, 63, 65, 66, 70, 75, 76, 83, 93, 105, 106, 121, 122, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214 și 216.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția lotului 51, 52
Nr. Rg02-4787 din 24 noiembrie 2023	Ericon SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47, 48, 49, 123, 140, 165, 177, 178, 179 și 185.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4788 din 24 noiembrie 2023	GBG-MLD SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea,</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

		rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 108.	
Nr. Rg02-4789 din 24 noiembrie 2023	Imunotehnomed SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 56 și 76.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4790 din 24 noiembrie 2023	Labromed Laborator SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 3, 4, 136, 166, 174, 175, 176, 177, 178, 192, 193, 194, 195, 196 și 233.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4791 din 24 noiembrie 2023	LifeMed Group SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 5, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 67 și 261.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4792 din 24 noiembrie 2023	Medglobalfarm SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 5, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 90, 108, 118, 142, 170, 186, 187 și 190.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4793 din 24 noiembrie 2023	MED-M SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 3, 4, 16, 17, 18, 22, 37, 39, 45, 51, 52, 70, 79, 80, 106, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 157, 158, 166, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 206, 207, 214, 260, 262, 263 și 264.	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4794 din 24 noiembrie 2023	M-INTER-FARMA SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea,	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

		rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 141, 142, 170 și 190.	
Nr. Rg02-4795 din 24 noiembrie 2023	Natusana SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68, 81, 89, 90, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 167, 168, 170, 186, 190, 211, 213, 214, 216, 217, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249 și 260.	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3711 din 09 octombrie 2023	SOGNO SRL	- Lotul 102: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea;	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3721 din 09 octombrie 2023	Tetis International SRL	- Lotul 186, 187, 244, 245: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3725 din 09 octombrie 2023	TMS – Top Medical Supplier SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru Loturile oferitate	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3722 din 09 octombrie 2023	Tribestar Farm SRL	- Lotul 48, 49, 50, 51, 63, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 180, 181, 186, 187, 256: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-3715 din 09 octombrie 2023	Triumf-Motiv SRL	- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferitate	S-au prezentat în termen clarificării solicitate, cu excepția lotului 126, 127, 128, 129, 131, 197
Nr. Rg02-3757 din 10 octombrie 2023	IM Vivamed International SRL	- Cererea de participare: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră) - Declarația privind valabilitatea ofertei: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4781 din 24 noiembrie 2023	AG Medical SRL	- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 72, 73, 75, 83, 208, 209 și 258.	S-au prezentat în termen clarificării solicitate

Nr. Nr. Rg02-4783 din 24 noiembrie 2023	Data Control SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 48, 49, 50 și 51.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47, 48, 49, 50, 51, 70, 78, 85, 91, 92, 99, 102, 103, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 230, 256 și 257.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4784 din 24 noiembrie 2023	Dita EstFarm SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 233 și 234.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4785 din 24 noiembrie 2023	Echipamed-Plus SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 69, 70, 71, 86, 97, 98, 101, 104, 158, 159, 161, 176, 188, 194, 198, 206, 207, 216, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 257 și 259.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4786 din 24 noiembrie 2023	Electeh SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 72, 73, 74, 80, 81, 82, 120, 121, 122, 199, 200, 201, 208, 243 și 258.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4787 din 24 noiembrie 2023	Ericon SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 240, 241 și 257.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4789 din 24 noiembrie 2023	Imunotehnomed SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 240, 241 și 257.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

Nr. Rg02-4790 din 24 noiembrie 2023	Labromed Laborator SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul: 77.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4791 din 24 noiembrie 2023	Lifemed Group SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 99.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4792 din 24 noiembrie 2023	Medglobalfarm SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 180, 181, 184, 189, 205, 210, 211, 212, 244, 255 și 257.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4793 din 24 noiembrie 2023	MED-M SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 46, 49, 61, 62, 63, 64, 90, 102, 105, 107, 157, 175, 197, 200, 201, 204, 206, 207, 220, 222, 223, 227, 230, 232, 233, 234, 240, 241, 242, 259, 262 și 263.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4794 din 24 noiembrie 2023	M-INTER-FARMA SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 141, 142, 170 și 190.</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate
Nr. Rg02-4795 din 24 noiembrie 2023	Natusana SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68, 81, 89, 90, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 167, 168, 170, 186, 190, 211, 213,</p>	S-au prezentat în termen clarificările solicitate

		214, 216, 217, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249 și 260.	
Nr. Rg02-4796 din 24 noiembrie 2023	Polisano Prim SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 36, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 și 110.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 19, 22, 24, 56, 63, 64, 65, 66, 70, 75, 76, 121, 122, 135, 143, 192, 193, 194, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 250, 251, 252, 253, 254 și 261.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4798 din 24 noiembrie 2023	SOGNO SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 112, 113, 114, 118, 171, 172, 186 și 187.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4799 din 24 noiembrie 2023	Tehnomedica SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 83 și 215.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4800 din 24 noiembrie 2023	Tetis International SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 89 și 90.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4802 din 24 noiembrie 2023	Tribestar Farm SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 6, 11, 14, 19, 24, 107, 108, 109 și 130.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4803 din 24 noiembrie 2023	Triumpf-Motiv SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 6, 11, 14, 19, 24, 107, 108, 109 și 130.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate
Nr. Rg02-4804 din 24 noiembrie 2023	Vivamed International SRL	<p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 6, 11, 14, 19, 24, 107, 108, 109 și 130.</p>	S-au prezentat în termen clarificării solicitate

		întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 8.	
Nr. Rg02-5003 din 06 decembrie 2023	Belnis SRL	- Mostre: 84, 85, 89 și 94.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5000 din 06 decembrie 2023	Dita EstFarm SRL	- Mostre: 1, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 45, 54, 94, 107, 118, 121, 137, 141, 142, 146, 152, 157, 158, 170, 190, 192, 193, 211, 215 și 217.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5007 din 06 decembrie 2023	Echipped-Plus SRL	- Mostre: 75 și 134.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5024 din 06 decembrie 2023	Electeh SRL	- Mostre: 26, 37, 44, 50, 75, 76, 83, 105, 106, 121, 122, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 214 și 216.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5025 din 06 decembrie 2023	Ericon SRL	- Mostre: 16, 17, 18, 177 și 178.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5004 din 06 decembrie 2023	GBG-MLD SRL	- Mostre: 108	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5023 din 06 decembrie 2023	Imunotehnomed SRL	- Mostre: 56 și 76.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5026 din 06 decembrie 2023	Labromed Laborator SRL	- Mostre: 3, 4, 136, 174, 175, 176, 177 și 178.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5027 din 06 decembrie 2023	LifeMed Group SRL	- Mostre: 1, 5 și 54.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5010 din 06 decembrie 2023	Lismedfarm SRL	- Mostre: 1, 5, 14, 26, 51 și 52.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 5, 51, 52
Nr. Rg02-5028 din 06 decembrie 2023	Medglobalfarm SRL	- Mostre: 5, 37, 85, 86, 88, 89, 90, 108, 118, 142, 170, 186, 187 și 190.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 86, 186, 187
Nr. Rg02-5029 din 06 decembrie 2023	MED-M SRL	- Mostre: 3, 4, 37, 45, 50, 51, 52, 79, 80, 106, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 146, 151, 152, 157, 158, 174, 175, 176, 177 și 214.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 37
Nr. Rg02-5030 din 06 decembrie 2023	M-Inter-Farma SRL	- Mostre: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 118, 137, 141, 142, 170 și 190.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 84

Nr. Rg02-5001 din 06 decembrie 2023	Natusana SRL	- Mostre: 1, 6, 14, 16, 17, 18, 45, 51, 52, 54, 89, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 170, 186, 211, 213, 214, 216, 217, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 și 244.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 112, 113, 186
Nr. Rg02-5006 din 06 decembrie 2023	Polisano Prim SRL	- Mostre: 36, 84, 85, 87, 88 și 90.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 84, 86, 87
Nr. Rg02-4783 din 06 decembrie 2023	SOGNO SRL	- Mostre: 16, 17, 18, 26, 56, 75, 76, 83, 97, 121, 122, 135, 139, 143, 163, 164, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 213, 214 și 216.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Nr. Rg02-5009 din 06 decembrie 2023	Tetis International SRL	- Mostre: 83, 118, 141, 142, 146, 151, 152, 157, 158, 190 și 215.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5021 din 06 decembrie 2023	TMS-Top Medical Supplier SRL	- Mostre: 134 și 138.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5022 din 06 decembrie 2023	Tribestar Farm SRL	- Mostre: 89, 90 și 143.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate
Nr. Rg02-5010 din 06 decembrie 2023	Triumf-Motiv SRL	- Mostre: 6, 14, 107, 108, 109 și 130.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 108, 130
Nr. Rg02-5008 din 06 decembrie 2023	Vivamed International SRL	- Mostre: 8.	S-au prezentat în termen mostrele solicitate

#### Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

##### 5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

##### 11 Mască pentru respirație artificială non-invasivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

##### 12 Mască facială cu protector

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

### **13 Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti**

- Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

### **36 Ochelari de protecție**

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că ochelarii de protecție sunt industriali (au fost solicitați medicinali) și nu sunt panoramici, ceea ce a fost solicitat în anunțul de participare.

### **37 Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

### **44 Pansament absorbant oftalmic**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu este specificat că are 3 straturi. A fost solicitată dimensiunea de 5,8x8,3 (+-0,3 cm) - oferta de 5,5x7,5cm.

### **50 Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: marginile tăiate sunt rugoase cu suprafața rugoasa ne stanțată, ceea ce face risc de tromboza.

### **51 Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

### **52 Perii pentru prelucrarea mâinilor pre operator**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**59 Pipa tip Robertazzi**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat tip Robertazzi - oferit tip Guedel.

**71 Pompa pentru administrarea medicamentului (Multirates CBI PCA CP Pump)**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**74 Prolungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anunțul de participare.

**84 Recipient plastic pentru deșeurii infectioase, 15 litri**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul între 15-18 litri dar s-a oferit de 20 litri.

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**85 Recipient plastic pentru deșeurii infectioase, 25-30l**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**86 Recipient plastic pentru deșeurii infectioase, 50l**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Belnis** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % )

- oferit de 30l

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**87 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri**

Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 %) - oferit 1 litru. Înălțimea solicitată este de 12-15 cm - oferită 103mm x 83mm x 177mm.

Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 %) - oferit de 1 litru.

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anuțul de participare.

Oferta operatorului economic **BELNIS SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**91 Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie**

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anuțul de participare.

**93 Saci colector pentru cateter toracic**

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost solicitate mărimile 16, 18, 20 - oferite mărimile: 16, 18.

**97 Sârma "GIGLI" nesterilă**

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate. Diferă producătorul, țara de origine, etc.

**108 Servețele cu alcool 42,5 mm\*42.5 mm**

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**112 Set cardiovascular adulti sterili jetabili**

Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**113 Set cardiovascular By-pass steril jetabil**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**114 Set cardiovascular copii steril jetabil**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că mâneca este cusută cu acul. Au fost solicitate ștergare pentru mâini, 20x25 cm ( $\pm 5$  cm) - oferite de 30x40cm. A fost solicitat câmp Mayo cu 2 straturi pe zona absorbantă - oferit cu 1 strat.

**125 Set de perfuzie cu filtru**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 180cm – oferită de 150 cm.

**126 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**127 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**128 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**129 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**130 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**131 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39**

- Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**132 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) – reutilizabil**

- Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**148 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea 9Fr – dimensiunea oferită 7 Fr.

**154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**161 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 1700 ml - oferit 2000 ml.

**162 Set pentru drenarea vezicii urinare**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 65cm - oferită de 45cm.

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**163 Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că lungimea setului oferit este de 42cm – lungimea solicitată în anunțul de participare a fost de 43cm.

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**164 Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că lungimea setului oferit este de 42cm – lungimea solicitată în anunțul de participare a fost de 43cm.

- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**186 Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**187 Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**191 Set drenaj toracic**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea 12Fr – dimensiunea oferită 8Fr.

**197 Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulti 12Fr/4mm**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**198 Sistem de aspirație monocameral 1000 sau 2000 ml**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține stativ de podea, sistemul de 1000ml nu este gradat. Tubul din PVC are lungimea de 105cm – lungimea solicitată în anunțul de participare este de 150cm.

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**200 Sistem de drenaj 20CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**201 Sistem de drenaj 22CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**202 Sistem de drenaj 24CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**203 Sistem de drenaj 26CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**204 Sistem de drenaj 28CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**205 Sistem de drenaj 30CH**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**209 Sistem închis pentru măsurarea diurezei**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

## **212 Sistem Recipient p/u acumularea eliminărilor biologice, V-1200ml**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 1200ml - oferit de 2000 ml. A fost solicitată fixarea metalică - în imaginile prezentate în documentația de atribuire, fixarea este din plastic.

## **213 Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga 500ml**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că volumul recipientului este de 400ml – în anuțul de participare fiind solicitat volumul de 500 ml.

## **216 Sistem pentru respirație artificială manuală sac Ambu**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml – volumul solicitat în anuțul de participare a fost de 2500 ml. A fost solicitat steril - oferit nesteril.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml – volumul solicitat în anuțul de participare a fost de 2500 ml.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml – volumul solicitat în anuțul de participare a fost de 2500 ml.

## **229 Cateter Foley uretro-vezical CH 26**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

## **230 Cateter Foley uretro-vezical CH 28**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

## **231 Cateter Foley uretro-vezical CH 30**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**236 Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată lungimea de 300 cm – ofertă de 120 cm.

**247 Sonda pentru alimentare 8Fr**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**262 Stent traheal TD-13mm/8cm**

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**Decizia nr. 2 din 29.01.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**8 Mască medicală ASTM  $\geq$  level 2**

- Oferta operatorului economic **IM Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate.

**83 Ramă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

**143 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 90-100cm - ofertă de  $\geq$ 850mm.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat set pentru anestezie epidurală - oferit pentru anestezie combinată (spinal-epidurală).

**144 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat Ac de 20G, oferit de 19G.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat conductor metallic de 0,63-0,68mm\*50-70cm - oferit de 0,54mm.

**146 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G.

**147 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - oferită de 14/18G.
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**149 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - oferită de 14G.
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**151 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat ghidul metallic J de (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) - oferit de 0,8128 mm.

**215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.

**146 Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G**

- Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G.

- Oferta operatorului economic MED-M S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G.

**174 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reinserție atraumatic.

**175 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reinserție atraumatic.

**176 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reinserție atraumatic.

**177 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reinserție atraumatic.

- Oferta operatorului economic SC Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**178 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**

- Oferta operatorului economic Labromed Laborator S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reinserție atraumatic.

- Oferta operatorului economic SC Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**179 Set pentru tracheostomie percutană (metoda Seldinger)**

- Oferta operatorului economic **SC Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**Decizia nr. 4 din 22.02.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**118 Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil**

- Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că aceasta nu corespunde cerințelor solicitate în anunțul de participare. Au fost solicitate 4 straturi - oferite 3 straturi, pentru componentul: 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm).

**221 Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**223 Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**225 Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**227 Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**Decizia nr. 5 din 06.03.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**43 Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**45 Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)**

– Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**49 Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol**

– Oferta operatorului economic **DataControl SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**54 Periuța citologică sterile**

– Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**55 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm**

– Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**67 Ploscă urinară, din inox, pentru femei**

– Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**69 Pompa elastometrica 275 ml**

- Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

– Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**98 Scutece-adulți L**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**99 Scutece-adulți M**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**100 Scutece-adulți S**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**101 Scutece-adulți XL**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**102 Scutece-copii 2-5kg**

– Oferta operatorului economic **Medglobalfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**107 Servețele cu alcool 110 mm\*200 mm**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate. Diferă producătorul, țara de origine, etc.

**108 Servețele cu alcool 42,5 mm\*42.5 mm**

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**120 Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare**

Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

**124 Set de nastere steril**

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA SRL**, se respinge, în urma demersului nr. Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie**

Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

**143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm**, se respinge, în urma demersului nr. Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**185 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4,7 Fr, pentru maturi**

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 4-4,7 Fr - oferit de 7Fr. A fost solicitat ghidul metalic de 150cm - oferit de 10cm. A fost solicitat puser de 70cm - oferit de 55cm.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm**, se respinge, în urma demersului nr. Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**188 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare**

Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

### **190 Set chirurgical TUR steril**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **233 Sonda Blackmore maturi**

- Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **255 Șort protector nesteril din polietilenă**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **261 Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire**

- Oferta operatorului economic **Lifemed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

### **263 Stent traheal TD-14mm/8cm**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

## 264 Stent traheal TD-15mm/8cm

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferat pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**Lotul 43 Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)** se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar pentru a lărgi concurența specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**Lotul 65 Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20 cm pentru hernioplastii** se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar pentru a lărgi concurența specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■

### Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

### Reevaluarea ofertelor:

#### Motivul reevaluării ofertelor

Urmarea contestației nr. 02/58/24 din 22.01.24 depusă de către operatorul economic „Triumf - Motiv” SRL și contestației nr. 02/53/24 din 19.01.24 depusă de către operatorul economic „Echipamed – Plus” SRL, către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea loturilor 108, 120, 134 și 188, a fost luată decizia nr. 8 din 18.03.2024, cu privire la reevaluarea ofertelor. Părțile interesate au fost informate prin scrisoarea Nr. Rg02-534 din 02.02.2024. Reiesind din cele expuse, în conformitate cu prevederile, art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, contestațiile nr. 02/53/24 din 19.01.2024 și nr. 02/58/24 din 22.01.24, au rămas fără obiect.

#### Modificările operate

În baza deciziei de reevaluare nr. 8 din 18.03.2024, grupul de lucru a informat părțile vizavi de decizia luată.

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:****108 Servețele cu alcool 42,5 mm \*42.5 mm**

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**120 Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare**

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

**134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice**

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

- Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	Urmarea contestației nr. 02/160/24 din 01.03.2024 depusă de către operatorul economic „Medglobalfarm” SRL, către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea lotului nr. 118 (set chirurgical), grupul de lucru a inițiat procesul de reevaluare a ofertelor și anume au fost transmise mostrele spre testare și analiză tehnică către laborator acreditat. Respectiv, în urma raportului de testare grupul a fost atribuit lotul nr. 118 operatorului economic Medglobalfarm SRL, care a corespuns cerințelor solicitate și s-a clasat primul după preț. Părțile interesate au fost informate. Reieșind din acestea, contestația a rămas fără obiect. Se anulează decizia de atribuire din 22.02.2024 pentru loturile menționate conform art. 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
<b>Modificările operate</b>	În baza deciziei de reevaluare nr. 6 din 25.03.2024, grupul de lucru a informat părțile vizavi de decizia luată.
<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	Urmarea contestației nr. 02/185/24 din 11.03.2024 depusă de către operatorul economic „Medglobalfarm” SRL către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea loturilor nr. 98, 99, 100, 101 și 102 (scutece), a avut loc reevaluarea ofertelor depuse.
<b>Modificările operate</b>	Conform deciziei de reevaluare nr. 5 din 19.03.2024, au fost atribuite loturile 98, 99, 100, 101 și 102 operatorului economic „Medglobalfarm” SRL, care corespunde cerințelor solicitate în anunțul de participare și s-a clasat primul după preț. Părțile interesate au fost informate vizavi de decizia luată.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, dar și a scrisorilor nr. 01-14/1231 din 24.10.23, nr. 02-07/945 din 26.10 și 06/22-38 din 06.11.23, cu evaluarea specialiștilor coopatați de la instituțiile medicale, s-a decis atribuirea loturilor:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art./Tara de Origine/Producător	Standarde de referință	Ofertant
1-02055	Lame pentru bisturiu	Bucată	470024	0,48	0,58	225611,52	270733,82	Lame pentru bisturiu REF: SQ02 China ANJI SPENQ INDUSTRIAL CO., LTD.	DM000200504	Lismedfar m
2-02055	Stilet de intubație	1364	Bucată	14,5027	17,4032	19781,68	23737,96	Stilet de intubație 6Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr (Codul produsului: SL1P06, SL1P10, SL1P12, SL1P14) China Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co.,Ltd.	DM000638842 DM000638844 DM000638843 DM000638845	DITA ESTFAR M.S.R.L
3-02055	Manșeta pentru infuzie rapida, dubla.	39	Bucată	1840,0000	2208,0000	71760,00	86112,00	43.019.00.013 Germania P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000654008	Labromed Laborator SRL
4-02055	Manșeta pentru infuzie rapida, simpla	30	Bucată	1392,00	1670,40	41760,00	50112,00	43.018.00.013 Germania P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	DM000654009	Labromed Laborator SRL
5-02055	Manuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	Bucată	224970	1,3800	1,6560	310458,60	372550,32	Manusi pentru ingrijirea igienica a pacientului (Codul produsului: KAF G16) Turcia KAF GRUPnSAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD.STL.	DM0000422104	DITA ESTFAR M.S.R.L
6-02055	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă	Bucată	18950	0,7400	0,8880	14023,00	16827,60	Masca medicala cu legaturi si banda antiaburire (Codul produsului: 966-TO-AF) China Guilin HBM Sanitary Protections,Inc.	DM0000344407	DITA ESTFAR M.S.R.L

7-02055	Mască chirurgicală avansată - SMS	Bucată	175600	0,7400	0,8880	129944,00	155932,80	Masca medicala cu legaturi si banda antiaburire (Codul produsului: 966-TO-AF) China Guilin HBM Sanitary Protections, Inc.	DM000344407	DITA ESTFAR M.S.R.L
8-02055	Mască medicală ASTM $\geq$ level 2	227300 Bucată	Bucată	0,3800	0,4560	86374,00	103648,80	Masca medicala cu legaturi (Codul produsului: KN001) China Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd.	Documente pentru notificare	DITA ESTFAR M.S.R.L
9-02055	Mască de examinare simpla	Bucată	4715600	0,2100	0,2520	990276,00	1188331,20	Medical-Mask-TYPE II R Moldova NEOMATRIX SRL	DM000274414	Tetis Internation al Co. SRL
10-02055	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	114 Bucată	Bucată	384,4700	461,3640	43829,58	52595,50	Masca de ventilare pentru terapia CPAP (Codul produsului: 1520-180-255 1520-180-256 1520-180-257 1520-180-251) Italia Harol SRL	DM000641575 DM000641573 DM000641576 DM000641574	DITA ESTFAR M.S.R.L
11-02055	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIV A (presiune	Bucată	1139	495,00	594,00	563805,00	676566,00	7600042-S,M,L, XL Turcia KNGMED	DM000436751	SOGNO

	continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU																		
13-02055	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți	Bucată	3645	18,5000	22,2000	67432,50	80919,00	GT010-150 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM0000372602	IM Natusana SRL									
14-02055	Mască pentru oxigen, adulți	Bucată	72071	5,2500	6,3000	378372,75	454047,30	Masca pentru oxigen nesterila, adulți (Codul produsului: T20168) Turcia TMS Medikal Plastik Urun. San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.	DM0000500011	DITA ESTFAR M.S.R.L									
15-02055	Mască laringiana IGEL	Bucată	399	229,9080	275,8890	91733,29	110079,71	8203000/8204000/8205000 Marea Britanie Intersurgical	DM0000649479	TMS-Top Medical Supplier									
16-02055	Mască laringiana N 3	168	Bucată	90,7000	108,8400	15237,60	18285,12	Masca laringiana N 3 (Codul produsului: LM2S30-Y) China Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co.,Ltd.	DM0000641383	DITA ESTFAR M.S.R.L									
17-02055	Mască laringiana N 4	536	Bucată	90,7000	108,8400	48615,20	58338,24	Masca laringiana N 4 (Codul produsului: LM2S40-Y) China Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd	DM0000641384	DITA ESTFAR M.S.R.L									
18-02055	Mască laringiana N 5	443	Bucată	90,7000	108,8400	40180,10	48216,12	Masca laringiana N 5 (Codul produsului: LM2S40-Y) China Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd	DM0000641385	DITA ESTFAR M.S.R.L									

19-02055	Mască Nebulizer	2786	Bucată	7,2100	8,6520	20087,06	24104,47	Mască Nebulizator adult (Codul produsului: T20163) Turcia TMS Medikal Plastik Urum. San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti. 7293000/7294000/72 95000/7296000 Marea Britanie Intersurgical	DM000656130	DITA ESTFAR M.S.R.L
20-02055	Mască respiratorie pentru VAP	Bucată	252	86,9400	104,3280	21908,88	26290,66		DM000649479	TMS-Top Medical Supplier
21-02055	Mască respiratorie pentru VAP	4270	Bucată	16,5000	19,8000	70455,00	84546,00	AMP-B4, AMPB5, AMP-B6 China Luke Medica	DM000657755 DM000657756 DM000657757	SOGNO
22-02055	Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva	Bucată	140	495,0000	594,0000	69300,00	83160,00	7600042-L Turcia KNGMED	DM000436751	SOGNO
23-02055	Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autooclavabila, fara latex, diferite marimi	Bucată	916	50,0000	60,0000	45800,00	54960,00	GT012-400S China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000239887 DM000239888 DM000239889	IM Natusana SRL
24-02055	Mască pentru oxigen, pediatrică	Bucată	812	8,0000	9,6000	6496,00	7795,20	GT010-110 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372602	IM Natusana SRL
25-02055	Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm	Bucată	390	160,0000	172,8000	62400,00	67392,00	PCS21 Turcia Alaylar	DM000380623	SOGNO

26-0205 5	Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm	Bucată	365	46,0800	49,7664	16819,20	18164,74	MEMBRANĂ HEMOSTATICĂ SURGIORC® ORIGINAL / STANDARD, 2INCH X 3INCH (5.1CM X 7.6CM) REF: SOO-0203 India AEGIS LIFESCIENTES PVT. LTD.	DM000616924	Lismedfar m
27-0205 5	Microperfuza re sterile (fluturas) cu ac G 19	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	1766,73	1908,20	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G 19 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.	DM000644676	M-INTER-FARMA
28-0205 5	Microperfuza re sterile (fluturas) cu ac G 20	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	10565,48	11411,50	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G 20 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.	DM000644677	M-INTER-FARMA
29-0205 5	Microperfuza re sterile (fluturas) cu ac G 21	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	31986,41	34547,70	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G 21 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.	DM000644678	M-INTER-FARMA
30-0205 5	Microperfuza re sterile (fluturas) cu ac G 22	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	39337,94	42487,90	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G 22 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.	DM000644679	M-INTER-FARMA
31-0205 5	Microperfuza re sterile (fluturas) cu ac G23	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	58124,88	62779,20	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G23 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.	DM000644680	M-INTER-FARMA
32-0205 5	Microperfuza re sterile	Bucată	Bucată	0,5370	0,5800	13586,10	14674,00	Microperfuza re de tip fluturaș cu ac G24 China	DM000644681	M-INTER-FARMA

	(fluturas) cu ac G24						Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co.,Ltd.			
33-02055	Microperfuzoara sterilizata (fluturas) cu ac G25	26010	Bucată	0,5370	0,5800	13967,37	15085,80	Microperfuzoare de tip fluturas cu ac G 25 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co.,Ltd.	DM0000644682	M- INTER- FARMA
34-02055	Microperfuzoara sterilizata (fluturas) cu ac G27	4820	Bucată	0,5370	0,5800	2588,34	2795,60	Microperfuzoare de tip fluturas cu ac G 27 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co.,Ltd.	DM0000644683	M- INTER- FARMA
37-02055	Pansament adeziv hipopalergen pentru ochi	Bucată		1,35	1,458	30186,00	32600,88	C6950 Turcia Honnes	DM0000436839	Electeh SRL
38-02055	Pansament p/ua cateter periferic si subclaviana 10 x 10 cm	7580	Bucată	1,9700	2,1276	14932,60	16127,21	Pansament adeziv steril 10cmx12cm (Codul produsului: IVNW100120) Egipt Pharmaplast S.A.E.	DM0000651576	DITA ESTFAR M S.R.L
39-02055	Pansament p/ua cateter periferic 5 x 6 cm	Bucată		0,6650	0,7182	11138,75	12029,85	811013 China Forlong Medical Co., Ltd	DM0000467720	MED-M
40-02055	Pansament p/ua cateter subclaviana	Bucată		1,0000	1,08	7862,00	8490,96	C6608P Turcia Honnes	DM0000436857	Electeh SRL
41-02055	Pansament steril	19890	Bucată	2,6500	2,8620	52708,50	56925,18	Pansament adeziv steril 30cmx10cm (Codul produsului: PORE100300) Egipt Pharmaplast S.A.E.	DM0000641114	DITA ESTFAR M S.R.L
42-02055	Pansament steril adeziv Dimensiuni:	42400	Bucată	1,1000	1,1880	46640,00	50371,20	Pansament adeziv steril 10cmx10cm (Codul produsului:	DM0000641115	DITA ESTFAR M S.R.L

	10x10 cm (-/+ 1cm)								PORE100100) Egipt Pharmaplast S.A.E.		
44-02055	Pansament absorbant ofthalmice	Bucată	1460	1,35	1,458	1971,00	2128,68	C6950 Turcia Homnes	DM0000436839	Electeh SRL	
45-02055	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	33840	Bucată	2,0200	2,1816	68356,80	73825,34	Pansament adeziv steril 8,2cmx20cm (Codul produsului: PORE82200) Egipt Pharmaplast S.A.E.	DM0000641117	DITA ESTFAR M.S.R.L	
46-02055	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	53915	Bucată	2,8900	3,1212	155814,35	168279,50	Pansament adeziv steril 10cmx35cm (Codul produsului: PORE100350) Egipt Pharmaplast S.A.E.	DM0000651575	DITA ESTFAR M.S.R.L	
47-02055	Papilotom arcuat	40	Bucată	1350,000 0	1620,000 0	54000,00	64800,00	DSP-30020-111211 China MicroTech	DM0000660633	AG Medical	
48-02055	Papilotom punțional	30	Bucată	1350,00	1620,00	40500,00	48600,00	DSP-30505-121211 China MicroTech	DM0000660652	AG Medical	
49-02055	Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop,	52	Bucată	11580,00 00	13896,00 00	602160,00	722592,00	70-8230 Germania Ackermann	DM0000456149	SC ERICON SRL	

	10CH/FR, 38cm, Niinnoi																	
50-0205 5	Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	Bucată	240	247,7000	297,2400	59448,00	71337,60		APP40 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	DM000467602	MED-M							
51-0205 5	Perie-burete pentru spalarea mainilor cu antiseptic	Bucată	73910	7,0000	8,4000	517370,00	620844,00		GT078-200 China Ningbo Gretnmed Medical	DM0000372579	IM Natusana SRL							
52-0205 5	Peri pentru prelucurarea mîinilor preoperator	Bucată	36930	7,0000	8,4000	258510,00	310212,00		GT078-200 China Ningbo Gretnmed Medical	DM0000372578	IM Natusana SRL							
53-0205 5	Periuța citologică Cervex Brush	Bucată	166170	1,2000	1,4400	199404,00	239284,80		GT159-0803 China Ningbo Gretnmed Medical Instruments Co, Ltd	DM0000310204	IM Natusana SRL							
54-0205 5	Periuța citologică sterile	51400	Bucată	1,1000	1,3200	56540,00	67848,00		Periuța citologică (Codul produsului: KJ- CB03) China Taizhou Kangjian Medical Equipment Co., Ltd.	DM0000641161	DITA ESTFAR M S.R.L							
56-0205 5	Piesa Y- conector rotativ cu capac de aspirație	950	Bucată	13,5000	14,5800	12825,00	13851,00		CM-E China Luke Medica	DM0000657744	SOGNO							

57-02055	Pipa orofaringiană tip Guedel 100 mm	Bucată	1946	3,7000	4,4400	7200,20	8640,24	GT016-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments	DM0000655873	IM Natusana SRL
58-02055	Pipa Tip Guedel, cu canal	Bucată	134	3,7000	4,4400	495,80	594,96	GT016-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments	DM0000655873	IM Natusana SRL
60-02055	Pipa orofaringiană tip Guedel 110 mm	Bucată	2020	3,7000	4,4400	7474,00	8968,80	GT016-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments	DM0000655873	IM Natusana SRL
61-02055	Pipa orofaringiană tip Guedel 90 mm	Bucată	1536	3,7000	4,4400	5683,20	6819,84	GT016-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments	DM0000655873	IM Natusana SRL
62-02055	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm	Bucată	813	61,0200	61,0200	49609,26	49609,26	DM1515 Poypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm Turcia DUZEY MEDIKAL	DM0000381442	Lifemed Group SRL
63-02055	Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm	Bucată	1303	35,7100	35,7100	46530,13	46530,13	DM815 Poypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm Turcia DUZEY MEDIKAL	DM0000381437	Lifemed Group SRL
64-02055	Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm	Bucată	877	135,0000	135,0000	118395,00	118395,00	P3030 Turcia Altaylar	DM0000370919	SOGNO
66-02055	Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii	Bucată	148	85,8800	85,8800	12710,24	12710,24	DM1530 Poypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii Turcia DUZEY MEDIKAL	DM0000381444	Lifemed Group SRL
68-02055	Plască urinară pentru femei	Bucată	2538	50,0000	60,0000	126900,00	152280,00	GT139-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd	DM0000041899	IM Natusana SRL

69-02055	Pompa elastometrica 275 ml	555	Bucată	247,65	297,18	137445,75	164934,90	ASYPUMP II LT 270-135-S Ref:4540032-07 Germania B/Braun	DM0000450442	Tetis International al Co. SRL
70-02055	Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)	Bucată	113	100,00	120,00	11300,00	13560,00	41.03.12100 China SCW Medicath	DM000065205	Electeh SRL
72-02055	Prelungitor pentru sisteme infuzie	86425	Bucată	1,8200	2,1840	1572293,50	188752,20	Prelungitor pentru sisteme (Codul produsului: 214002) China Jiangsu Jichun Medical Devices Co., Ltd.	DM0000641411	DITA ESTFAR M.S.R.L
73-02055	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace	Bucată	21910	2,7334	3,2800	59888,79	71864,80	TUB DE EXTENSIE PENTRU POPMĂ DE INFUZIE 150 CM, ZARYSPB1500-BF Polonia ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k..	DM0000374976	M- INTER- FARMA
74-02055	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	100270	2,5700	3,0840	257693,90	309232,68	Prelungitor pentru sisteme presiune inalta (Codul produsului: IT-35B) India ANGIPLAST PRIVATE LIMITED	DM0000554827	DITA ESTFAR M.S.R.L
75-02055	Prelungitor pentru tubul endotracheal l-120mm	Bucată	8140	11,5000	13,8000	93610,00	112332,00	316300 Turcia Rvent	DM0000558964	Electeh SRL
76-02055	Prelungitor pentru tubul endotracheal l-180mm	Bucată	23605	12,0000	14,4000	283260,00	339912,00	316400 Turcia Rvent	DM0000558974	Electeh SRL
78-02055	Protecție pentru linie de	1264	Bucată	95,0000	114,0000	120080,00	144096,00	2732000 + 2715000	DM0000651984 DM0000651985	ECHIPA MED- PLUS

	monitorizare CO2									Lituania /Marea Britanie Intersurgical		
79-0205 5	Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9 cm	Bucată	71	632,0000	758,4000	44872,00	53846,40	WZIPSA-120/130-120/220 China Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd	DM000624162	MED-M		
80-0205 5	Protector/retractor plagă tip Alexis, 2,5-6 cm	Bucată	21	720,0000	864,0000	15120,00	18144,00	WZIPSA-80/90-80/150 China Microcure (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd.	DM000624162	MED-M		
81-0205 5	Pungi pentru gheata	Bucată	733	30,0000	36,0000	21990,00	26388,00	GT104-100 China Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Lt	DM000041911	IM Natusana SRL		
82-0205 5	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Bucată	210202	3,0400	3,6480	639014,08	766816,90	Punga pentru colectarea urinei 2 litri (Codul produsului: DU83000) China SHANGHAI CHANNELMED IMPORT& EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	DM0000373829	DITA ESTFAR M.S.R.L		
83-0205 5	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple	4505 Bucată	Bucată	129,3050	155,1660	582519,03	699022,83	DISCOFIX C 5SM 180CM- 3SC Ref:16614C Germania B/Braun	DM0000465439	Tetis Internation al Co. SRL		
84-0205 5	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 15 litri	Bucată	689	230,0000	276,0000	158470,00	190164,00	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 15,0L Moldova BELNIS SRL	Nu este dispozitiv medical	BELNIS SRL		
85-0205 5	Recipient plastic pentru deșeuri infecțioase, 25-30l	Bucată	152	263,0000	315,6000	39976,00	47971,20	Recipienti PVC pentru deșeurile infecțioase volumul 25,0 L Moldova BELNIS SRL	Nu este dispozitiv medical	BELNIS SRL		

88-02055	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 1,5 litri	Bucată	14983	7,50	9,00	112372,50	134847,00	BPTA00019 Turcia Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	DM000507765	Medglobal farm
89-02055	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri	Bucată	4051	14,5800	17,5000	59063,58	70892,50	BPTA00023 Turcia Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	DM000507766	Medglobal farm
90-02055	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri	Bucată	19288	17,50	21,00	337540,00	405048,00	BPTA00025 Turcia Medikal Oluşum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	DM000507767	Medglobal farm
91-02055	Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie	Bucată	65635	4,5900	5,5080	301264,65	361517,58	GLOFLEXO (4271003G) India GLOBAL MEDIKIT LIMITED	DM000122689	Sanmedico
93-02055	Saci colector pentru cateter toracic	Bucată	2690	68,0000	81,6000	182920,00	219504,00	4AHDD600-DT16 Turcia Dort-Atip	DM000579832	Electeh SRL
94-02055	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 100 litri	Bucată	8780	5,7000	6,8400	50046,00	60055,20	Pachete pentru colectarea deșeurilor infecțioase volumul 120L Moldova BELNIS SRL	Nu este dispozitiv medical	BELNIS SRL
95-02055	Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri	Bucată	564545	3,3800	4,0560	1908162,10	2289794,52	Sac autoclavabili 50l (Codul produsului: 123206) China Adsure Packaging Limited	DM000641570	DITA ESTFAR M.S.R.L

96-02055	Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare - 120 litri	113950	Bucată	5,3300	6,3960	607353,50	728824,20	Sac autoclavabil 110l (Codul produsului: 123206) China Adsure Packaging Limited	DM000641572	DITA ESTFAR M.S.R.L
98-02055	Scutece-adulți L	287225	Bucată	4,4200	5,3000	1269534,50	1522292,50	Dermaped Large Turcia ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	DM000641511	Medglobal farm
99-02055	Scutece-adulți M	120480	Bucată	3,9200	4,7000	472281,60	566256,00	Dermaped Medium Turcia ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	DM000641510	Medglobal farm
100-02055	Scutece-adulți S	15820	Bucată	3,4200	4,1000	54104,40	64862,00	Dermaped Small Turcia ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	DM000641509	Medglobal farm
101-02055	Scutece-adulți XL	81080	Bucată	5,2100	6,2500	422426,80	506750,00	Dermaped X-Large Turcia ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	DM000641512	Medglobal farm
102-02055	Scutece-copii 2-5kg	22000	Bucată	1,3800	1,6500	30360,00	36300,00	1 Pine Newborn Turcia ARKAN GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Declarație de conformitate CE	Medglobal farm
103-02055	Scutece-copii 4-9kg	16560	Bucată	1,6300	1,9560	26992,80	32391,36	Scutece-copii 4-9kg (Codul produsului: 8699096964437) Turcia Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş	Nu este dispozitiv medical	DITA ESTFAR M.S.R.L
104-02055	Scutece-copii 7-14kg	38640	Bucată	1,8300	2,1960	70711,20	84853,44	Scutece-copii 7-14kg (Codul produsului: 8699096964444)	Nu este dispozitiv medical	DITA ESTFAR M.S.R.L

										Turcia Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş		
105-0205 5	Siringa Jane 120-150 ml	Bucată	41208	10,5000	11,3400	432684,00	467298,72	150ml China Anhui	DM000646032	Electeh SRL		
106-0205 5	Siringa Jane 60 ml (steril)	Bucată	72657	2,9000	3,1320	210705,30	227561,72	60ml China Anhui	DM000646031	Electeh SRL		
107-0205 5	Servefele cu alcohol 110 mm*200 mm	682390 Bucată	Bucată	0,4700	0,5076	320723,30	346381,16	Alcohol Swab Turcia Aqamed	DM000656161	IM Natusana SRL		
108-0205 5	Servefele cu alcohol 42,5 mm*42.5 mm	Bucată	1341110	0,2800	0,3360	375510,80	450612,96	QUICKPAD ® Germania Holtsch	DM000334535	GBG- MLD SRL		
110-0205 5	Servefele umede pentru igienă personală	25263 Bucată	Bucată	10,9200	13,1040	275871,96	331046,35	Servefele umede pentru igiena personala (Codul produsului: PB00283) Turcia Arkan Grup Sağlık Ürünleri A.Ş	Nu este dispozitiv medical	DITA ESTFAR M.S.R.L		
112-0205 5	Set cardiovascular adulti steril jetabil	Bucată	450	1995,000	2394,000	897750,00	1077300,00	97109760 Suedia Molnlycke Health Care	DM000374807	Tehnomed ica		
113-0205 5	Set cardiovascular By-pass steril jetabil	Bucată	250	2268,000	2721,600	567000,00	680400,00	97109781 Suedia Molnlycke Health Care	DM000374808	Tehnomed ica		
114-0205 5	Set cardiovascular copii steril jetabil	Bucată	100	1690,000	2028,000	169000,00	202800,00	97030890 Suedia Molnlycke Health Care	DM000374809	Tehnomed ica		
115-0205 5	Set cateter venos central cu 4 lumene	360 Bucată	Bucată	250,0000	270,0000	90000,00	97200,00	ICVM48520 China TUOREN	DM000663472	SOGNO		

116-0205 5	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	Bucată	393	178,4200	192,6936	70119,06	75728,58	FC-3725 China GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	DM000358631	MED-M
118-0205 5	Set chirurgical mare p/u operații cu risc sporit de lichide, jetabil	3557	Bucată	125,0000	150,0000	444625,00	533550,00	BAYMED SP-02003-01 Turcia Bayteks Teknik Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	DM000507748	Medglobal farm
119-0205 5	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril	Bucată	2675	154,0000	184,8000	411950,00	494340,00	Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril ref.Z10-072-01 Turcia Zemmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San. Ve Tic. LTD. Sti	DM000396733	Tetis Internation al Co. SRL
120-0205 5	Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare	692	Bucată	90,2500	108,3000	62453,00	74943,60	2154000 Lituania /Marea Britanie Intersurgical	Documente pentru notificare	ECHIPA MED- PLUS
121-0205 5	Set de aspirajie cu mâner Yankauer	30280	Bucată	14,0000	16,8000	423920,00	508704,00	Set Yankauer (Codul produsului: 50703302) China Bonree Medical Co., Ltd.	DM000639104	DITA ESTFAR M.S.R.L
122-0205 5	Set de drenare a cavițiilor pleurale	Bucată	835	60,0000	72,0000	50100,00	60120,00	4AHD400-DT16 Turcia Dort-Atip	DM000579826	Electeh SRL
123-0205 5	Set de irigare/aspiratii pentru endourologie	Bucată	1310	400,0000	480,0000	524000,00	628800,00	BIS Elvetia Marflow	DM000372393	SC ERICON SRL
124-0205 5	Set de nastere steril	14429	Bucată	66,1000	79,3200	953756,90	1144508,28	Set de nastere steril (Codul produsului: INT- 8000-XX) Turcia TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	DM000373890	DITA ESTFAR M.S.R.L

126-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	Bucată	91	529,0000	571,3200	48139,00	51990,12	22-3522 Polonia SUMISPOLKA ZOGRAN ICZONA ODPWIEDZIA LNOSCIA SP.K	DM000374324	MED-M
127-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	Bucată	98	529,0000	571,3200	51842,00	55989,36	22-3722 Polonia SUMISPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K	DM000374325	MED-M
128-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	Bucată	86	529,0000	571,3200	45494,00	49133,52	22-3922 Polonia SUMISPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K	DM000374326	MED-M
129-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	Bucată	125	530,0000	572,4000	66250,00	71550,00	21-3522 Polonia SUMISPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K	DM000374290	MED-M
130-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	Bucată	116	531,0000	573,4800	61596,00	66523,68	21-3722 Polonia SUMI SPOLKA ZOGRANICZON A ODPOW	DM000374291	MED-M
131-02055	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	Bucată	94	532,0000	574,5600	50008,00	54008,64	IEDZIALNOSCIA SP.K 21-3922 Polonia SUMISPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIA LNOSCIA SP.K	DM000374292	MED-M
133-02055	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), neonatai	150	Bucată	687,2000	824,6400	103080,00	123696,00	4538850 + 2811000 Lituania /Marca Britanie Intersurgical	DM0000651996 DM0000651999	ECHIPA MED- PLUS

134-0205 5	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie	Bucată	860	293,6640	352,3968	252551,04	303061,25	2164000 Marca Britanie Intersurgical	DM0000649502	TMS-Top Medical Supplier
135-0205 5	Set drenare activa 500 ml	Bucată	867	65,0000	70,2000	56355,00	60863,40	Ultravac 600ml 90512 India Polymed	DM0000424729	SOGNO
136-0205 5	Set electrocauter	Bucată	1545	299,8000	359,7600	463191,00	555829,20	F4141 Italia FIAB, SpA	DM0000466393	MED-M
137-0205 5	Set ginecologic	Bucată	Bucată	8,1800	9,8160	653541,10	784249,32	Set ginecologic (Marime: S, M, L) (Codul produsului: KJ-GK02) China Taizhou Kangjian Medical Equipment Co., Ltd.	DM0000641254 DM0000641255 DM0000641257	DITA ESTFAR M.S.R.L
138-0205 5	Set igiena orala, pentru pacienții intubați	Bucată	4955	41,4000	49,6800	205137,00	246164,40	ST01 NS Italia DEAS S.R.L.	DM0000374441	MED-M
139-0205 5	Set introducer 8Fr	Bucată	20	600,0000	648,0000	12000,00	12960,00	INT8F / INT8F23 Polonia Balton	DM0000399175 DM0000399176	SOGNO
140-0205 5	Set ligaturare varice esofagian	Bucată	111	2 800,0000	3360,000 0	310800,00	372960,00	GF-OVL510 Belgia G-Flex	DM0000428412	SC ERICON SRL
141-0205 5	Set ORL pentru 2 operatii, jetabil	Bucată	520	73,2400	87,8880	38084,80	45701,76	Set ORL pentru 2 operatii (Codul produsului: INT-7050-63) Turcia TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	DM0000430507	DITA ESTFAR M.S.R.L
142-0205 5	Set ORL pentru 5 operatii, jetabil	Bucată	20	157,8400	189,4080	3156,80	3788,16	Set ORL pentru 5 operatii (Codul produsului: INT-7050-64) Turcia TOTAL	DM0000430507	DITA ESTFAR M.S.R.L

									ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ST		
143-02055	Set pentru anesiezie epidurala, cu filtru, ac G18	2887	Bucată	94,0000	101,5200	271378,00	293088,24	Epidural set EDGE FEP1880K Catalog (pagina 3) Egipt Wellex Medica	Documente pentru notificare	Tribestar Farm	
144-02055	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G	737	Bucată	210,2000	227,0160	154917,40	167310,79	CERTOPIX MONO 220 Ref.4160207E Germania B/Braun	DM000395685	Tetis International Co. SRL	
145-02055	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5Fr/16G - 18G	Bucată	2709	88,7000	106,4400	240288,30	288345,96	Set Cateter Venos Central monolumen 16Gx20cm (Codul produsului: MMCVCBJ1-16-20) China Beijing Target Medical Technologies, Lnc	DM000640944	DITA ESTFAR M S.R.L	
146-02055	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	1820	Bucată	293,9918	317,5110	535065,08	577870,02	CERTOPIX DUO S 720 Ref.4167385 Germania B/Braun	DM000395645	Tetis International Co. SRL	
147-02055	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Bucată	350	189,35	204,50	66272,50	71575,00	FC-2726 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM000358589	MED-M	
149-02055	Set pentru cateterizarea vaselor	Bucată	905	179,3500	193,7000	162311,75	175298,50	FC-2826 China GUANG DONG	DM000358598	MED-M	

	centrale biluminal 12G								BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD		
150-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	1570	Bucată	169,5000	183,0600	266115,00	287404,20	CVMY26020 China TUOREN	DM000663469	SOGNO	
151-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G	996	Bucată	239,2748	258,4168	238317,70	257383,13	CERTOFIX MONO S 420 Ref.4160304 Germania B/Braun	DM000395599	Tetis Internation al Co. SRL	
152-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	Bucată	758	146,1100	175,3320	110751,38	132901,66	Set Cateter Venos Central monolumen 16Gx30cm (Codul produsului: FV- 1528) China Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	DM0000358554	DTA ESTFAR M.S.R.L	
153-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Bucată	1915	88,9600	106,7520	170358,40	204430,08	Set Cateter Venos Central monolumen 14Gx20cm (Codul produsului: MMCVCBJ1-14-20) China Beijing Target Medical Technologies, Lnc	DM0000640941	DTA ESTFAR M.S.R.L	
157-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16- 18G	Bucată	2893	174,4250	188,3800	504611,53	544983,34	FC-3726 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM0000358632	MED-M	
158-0205 5	Set pentru cateterizarea vaselor	Bucată	517	199,9950	215,9900	103397,42	111666,83	FC-3728YE CG China GUANG DONG	DM0000358634	MED-M	

	centrale triluminal 16- 18G, l=30cm								BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD		
159- 0205 5	Set pentru caterizarea vaselor centrale triluminal G14	1180	Bucată	185,0000	199,8000	218300,00	235764,00	ICVM38520 China TUOREN	DM000663471	SOGNO	
160- 0205 5	Set pentru cezariana	4880	Bucată	137,4400	164,9280	670707,20	804848,64	Set pentru cezariana (Codul produsului: INT- 8010-53) Turcia TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	DM000373891	DITA ESTFAR M.S.R.L	
165- 0205 5	Set pentru gastrostomie endoscopica percutanata	Bucată	48	1200,000 0	1440,000 0	57600.00	69120,00	PEG-24+SN+SC Elvetia Marflow	DM000372445	SC ERICON SRL	
166- 0205 5	Periuță de dinți pentru pacienți intubați	6170	Bucată	2,2400	2,6880	13820,80	16584,96	76.800.80.000 Germania P.J. Dahlhausen & Co. Gmb	Nu este dispozitiv medical	Labromed Laborator SRL	
167- 0205 5	Set pentru inhalatii cu oxigen (caeter nazal), pediatrice	Bucată	545	3,9500	4,7400	2152,75	2583,30	GT013-100 China NINGBO GRETTMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000239822	IM Natusana SRL	
168- 0205 5	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	17090	Bucată	3,7400	4,4880	63916,60	76699,92	Canula nazala pentru oxigen adulti (Codul produsului: T20169) Turcia TMS Medikal Plastik Urun. San. Ve Dis Tic. Ltd. Sti.	DM000656134	DITA ESTFAR M.S.R.L	
169- 0205 5	Set pentru nefrosona percutanata 10, 12, 14 FR	Bucată	444	950,0000	1026,000 0	421800,00	455544,00	ZNEF 10F ZNEF 12F ZNEF 14F Polonia Balton	DM000394838 DM000394840 DM000394841	SOGNO	

170-0205 5	Set pentru operatii proctologice mici, jetabil	Bucată	770	80,0400	96,0480	61630,80	73956,96	Set pentru operatii proctologice mici (Codul produsului: INT-3010-016) Turcia TOTAL ITH, IHR, VE PAZ, LTD. ŞTI	DM0000430502	DITA ESTFAR M.S.R.L
171-0205 5	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20	Bucată	2355	202,0000	218,1600	475710,00	513766,80	5206332 Germania Bbraun	DM0000401800	Tehnomed ica
172-0205 5	Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22	Bucată	955	185,0000	199,8000	176675,00	190809,00	5206316 Germania Bbraun	DM0000401802	Tehnomed ica
173-0205 5	Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru nou-nascuti G24	Bucată	220	327,5000	353,7000	72050,00	77814,00	302 042 /302 062 Germania Intra Special Catheters	DM0000438250 DM0000438252	SOGNO
174-0205 5	Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	87 Bucată	3875,200 0	4185,220 0	337142,40	364114,14	888-322 Valva pentru posibilitate de a vorbi 650-TO Germania TRACOE MEDICAL GMBH	DM0000429273 DM0000429274	MED-M	
175-0205 5	Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu	3 Bucată	3427,200 0	3701,380 0	10281,60	11104,14	321 Valva pentru posibilitate de a vorbi 650-TO Germania	DM0000429267 DM0000429268	MED-M	

	presiune scazuta si atraumatic la inserare								TRACOE MEDICAL GMBH		
176-02055	Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	229	Bucară	3046,400 0	3290,110 0	697625,60	753435,19		322 Germania TRACOE MEDICAL GMBH	DM0000429270 DM0000429274	MED-M
177-02055	Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	163	Bucară	2977,180 0	3215,360 0	485280,34	524103,68		320 Germania TRACOE MEDICAL GMBH	DM0000429264 DM0000429265	MED-M
178-02055	Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare	150	Bucară	650,0000	780,0000	97500,00	117000,00		41.07.14003 41.07.14004 41.07.14005 China SCW Medcath Ltd	DM0000232559 DM0000232560 DM0000232561	Labromed Laborator SRL

180-0205 5	Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F	Bucată	1505	126,3850	136,4958	190209,43	205426,18	FV-1626 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM000358559	MED-M
181-0205 5	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F	Bucată	57	126,3850	136,4958	7203,95	7780,26	FV-1223 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM000358527	MED-M
182-0205 5	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F	Bucată	202	126,3850	136,4958	25529,77	27572,15	FV-132915 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM000358537	MED-M
183-0205 5	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F	Bucată	302	126,3850	136,4958	38168,27	41221,73	FV-142915 China GUANG DONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	DM000358545	MED-M
185-0205 5	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4,7 Fr, pentru maturi	85 Bucată	Bucată	690,00	690,00	58650,00	58650,00	SOU-4728 +G (SFT 150-32) Elvetia Marflow	DM0000372368 DM0000371986	SC ERICON SRL
186-0205 5	Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	Bucată	200	1645,000 0	1974,000 0	329000,00	394800,00	698260/50 10783 Suedia Molnlycke Health Care/BBraun Melsungen	DM0000374812 /DM0 00401794	Tehnomed ica
187-0205 5	Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore	Bucată	1300	2180,000 0	2616,000 0	2834000,0 0	3400800,00	97038757/5010783 Suedia Molnlycke Health Care/BBraun Melsungen	DM0000376021 /DM0 0040179	Tehnomed ica

188-02055	Set tuburi gofate pentru aparat de ventilare	6122	Bucată	62,0000	74,4000	379564,00	455476,80	31305020-15 Turcia Rvent	DM000558862	Electeh SRL
189-02055	Set tuburi gofate pentru aparat de anestezie	Bucată	27998	62,0000	74,4000	1735876,00	2083051,20	31305020-15 Turcia Rvent	DM000558862	Electeh SRL
190-02055	Set chirurgical TUR steril	1300	Bucată	137,5000	165,0000	178750,00	214500,00	Set chirurgical TUR steril (Codul produsului: INT-9010-20) Turcia TOTAL ITH. IHR. VE PAZ. LTD. ŞTI	DM000641623	DITA ESTFAR M.S.R.L
192-02055	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Bucată	960	172,0000	206,4000	165120,00	198144,00	72140 Turcia Rvent	DM000558886	Electeh SRL
193-02055	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	Bucată	1175	172,0000	206,4000	202100,00	242520,00	72160 Turcia Rvent	DM000558888	Electeh SRL
194-02055	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adult, adaptor „cot cu pivot dublu”	Bucată	400	172,0000	206,4000	68800,00	82560,00	72141 Turcia Rvent	DM000558891	Electeh SRL

	pentru 72 ore, traheostomie																		
195-02055	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal , 14Fr/4,6mm	Bucată	506	172,0000	206,4000	87032,00	104438,40	24140 Turcia Rvent	DM000558876	Electeh SRL									
196-02055	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	Bucată	200	172,0000	206,4000	34400,00	41280,00	72141 Turcia Rvent	DM000558891	Electeh SRL									
197-02055	Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 12Fr/4mm	Bucată	30	215,0000	232,2000	6450,00	6966,00	RS-07215 China AMK Medical	DM000424335	SOGNO									
199-02055	Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	Bucată	980	12,5000	15,0000	12250,00	14700,00	229 02 Turcia Medbar	DM000499471	Electeh SRL									
200-02055	Sistem de drenaj 20CH	Bucată	1640	45,0000	48,6000	73800,00	79704,00	90110 / SMD 1011 India Poly Medicure (Polymed) / STERIMED	DM000424770	SOGNO									
201-02055	Sistem de drenaj 22CH	Bucată	1830	45,0000	48,6000	82350,00	88938,00	90116 / SMD 1011 India Poly Medicure (Polymed) / STERIMED	DM000424771	SOGNO									
202-02055	Sistem de drenaj 24CH	Bucată	1772	45,0000	48,6000	79740,00	86119,20	90111 / SMD 1011 India Poly Medicure (Polymed) / STERIMED	DM000424772	SOGNO									

203-0205 5	Sistem de drenaj 26CH	Bucată	2050	45,0000	48,6000	92250,00	99630,00	90112 / SMD 1011 India Poly Medicine (Polymed) / STERIMED	DM000424773	SOGNO
204-0205 5	Sistem de drenaj 28CH	Bucată	1805	45,0000	48,6000	81225,00	87723,00	90113 / SMD 1011 India Poly Medicine (Polymed) / STERIMED	DM000424774	SOGNO
205-0205 5	Sistem de drenaj 30CH	Bucată	1085	45,0000	48,6000	48825,00	52731,00	90117 / SMD 1011 India Poly Medicine (Polymed) / STERIMED	DM000424775	SOGNO
206-0205 5	Sistem de protejare pacienti	Bucată	226	28,0000	33,6000	6328,00	7593,60	ALH 2001 Turcia Medikokim	DM000569827	Electeh SRL
207-0205 5	Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm	Bucată	1700	91,2000	98,4960	155040,00	167443,20	SDS100 (Without trocar) China Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	DM000657616	MED-M
208-0205 5	Sistem inchis cu pompă cu vid redus (low-vaccum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	Bucată	615	65,0000	70,2000	39975,00	43173,00	Ultravac 600ml 90502 India Poly Medicine (Polymed)	DM000424725	SOGNO
210-0205 5	Sistem pentru drenare perman a plagilor (vaacum-aspiratia permanent)	Bucată	415	60,0000	64,8000	24900,00	26892,00	Ultravac 200ml 90500 India Poly Medicine (Polymed)	DM000424723	SOGNO
211-0205 5	Sistem pentru nutritie enterala, gravitational	Bucată	Bucată	15,7800	18,9360	251643,66	301972,39	Sistem pentru nutritie enterala (Codul produsului:SH0234) China Changshu Kangbao Medical Appliance Factory	DM000375381	DITA ESTFAR M.S.R.L

212-02055	Sistem Recipient p/u acumularea eliminarii biologice, V-1200ml	Bucată	660	190,0000	205,2000	125400,00	135432,00	Polyseal Midi 1200ml 90330 India Poly Medicure (Polymed)	DM000424779	SOGNO
213-02055	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarii biologice din plaga 500ml	Bucată	250	75,0000	81,0000	18750,00	20250,00	Ultravac 600ml 90502 India Poly Medicure (Polymed)	DM000424725	SOGNO
214-02055	Sistem Recipient pentru acumularea eliminarii biologice din plaga 800ml	Bucată	290	69,6000	75,1680	20184,00	21798,72	PDH80010- PDH80018 China Ningbo Luke Medical Device Co, Ltd	DM000657622	MED-M
215-02055	Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix	Bucată	10600	18,8700	22,6440	200022,00	240026,40	Sistem de perfuzie cu dozator de debit (Codul produsului: BQIV23106) China BQ Plus Medical Co., Ltd	DM000639371	DITA ESTFAR M.S.R.L
217-02055	Sistem stomic	Bucată	13150	12,1000	14,5200	159115,00	190938,00	Sistem stomic (Codul produsului: 4012) China SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	DM000304529	DITA ESTFAR M.S.R.L
218-02055	Cateter Foley uretro-vezical CH12	Bucată	2741	4,8300	5,2164	13239,03	14298,15	Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 12Ch (Codul produsului: EC010212R)	DM0000373838	DITA ESTFAR M.S.R.L



225-02055	Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) trei canale	1443	Bucată	18,5800	20,0664	26810,94	28955,82	Cateter Foley 3-canale silicon 20Ch (Codul produsului: EC020320SP) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	DM000641535	DITA ESTFAR M.S.R.L
226-02055	Cateter Foley uretro-vezical CH 22	Bucată	2354	4,8300	5,2164	11369,82	12279,41	Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 22Ch (Codul produsului: EC010222R) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	DM000373843	DITA ESTFAR M.S.R.L
227-02055	Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) trei canale	1508	Bucată	18,5800	20,0664	28018,64	30260,13	Cateter Foley 3-canale silicon 22Ch (Codul produsului: EC020322SP) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd.	DM000641536	DITA ESTFAR M.S.R.L
228-02055	Cateter Foley uretro-vezical CH 24	Bucată	978	4,8300	5,2164	4723,74	5101,64	Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 24Ch (Codul produsului: EC010224R) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd	DM000373844	DITA ESTFAR M.S.R.L
232-02055	Cateter Foley uretro-vezical (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Bucată	837	35,0000	37,8000	29295,00	31638,60	GT022-300 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000426600	IM Natusana SRL
234-02055	Sonda gastrica cu palme CH-16	Bucată	426	50,0000	60,0000	21300,00	25560,00	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD. GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371958	IM Natusana SRL
235-02055	Sondă intestinală	Bucată	157	25,0000	30,0000	3925,00	4710,00	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371954	IM Natusana SRL

237-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 10	Bucată	3169	2,4000	2,8800	7605,60	9126,72	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371955	IM Natusana SRL
238-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12	Bucată	3796	2,4000	2,8800	9110,40	10932,48	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371956	IM Natusana SRL
239-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 14	Bucată	6370	2,4000	2,8800	15288,00	18345,60	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371957	IM Natusana SRL
240-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 16	Bucată	18782	2,4000	2,8800	45076,80	54092,16	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371958	IM Natusana SRL
241-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18	Bucată	20538	2,4000	2,8800	49291,20	59149,44	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371959	IM Natusana SRL
242-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 20	Bucată	8719	2,4000	2,8800	20925,60	25110,72	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371960	IM Natusana SRL
243-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6	Bucată	1588	2,4000	2,8800	3811,20	4573,44	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371953	IM Natusana SRL
244-0205 5	Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 8	Bucată	1614	2,4000	2,8800	3873,60	4648,32	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371954	IM Natusana SRL
245-0205 5	Sonda pentru alimentare 10Fr	Bucată	2582	2,3000	2,7600	5938,60	7126,32	GT018-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371969	IM Natusana SRL

246-0205 5	Sonda pentru alimentare 12Fr	Bucată	950	2.3000	2.7600	2185,00	2622,00	GT018-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371970	IM Natusana SRL
248-0205 5	Sonda gastro-duodenale 16Fr	Bucată	443	20,0000	24,0000	8860,00	10632,00	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371958	IM Natusana SRL
249-0205 5	Sonda gastro-duodenale 14Fr	Bucată	715	20,0000	24,0000	14300,00	17160,00	GT019-100 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	DM000371957	IM Natusana SRL
250-0205 5	Cateter pentru tromboembolie ctomie tip Fogarty 3F	Bucată	255	450,0000	486,0000	114750,00	123930,00	EFB3F80 Polonia Balton	DM000394819	SOGNO
251-0205 5	Cateter pentru tromboembolie ctomie tip Fogarty 4F	Bucată	313	450,0000	486,0000	140850,00	152118,00	EFB4F80 Polonia Balton	DM000394822	SOGNO
252-0205 5	Cateter pentru tromboembolie ctomie tip Fogarty 5F	Bucată	200	450,0000	486,0000	90000,00	97200,00	EFB5F80 Polonia Balton	DM000394825	SOGNO
253-0205 5	Cateter pentru tromboembolie ctomie tip Fogarty 6F	Bucată	76	450,0000	486,0000	34200,00	36936,00	EFB6F80 Polonia Balton	DM000394827	SOGNO
254-0205 5	Cateter pentru tromboembolie ctomie tip Fogarty 7F	Bucată	70	450,0000	486,0000	31500,00	34020,00	EFB7F80 Polonia Balton	DM000394829	SOGNO
256-0205 5	Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile	Bucată	21188	17,7500	21,3000	376087,00	451304,40	Spatule din lemn pentru apasarea limbii sterile adulti (Codul produsului: SCMNWP062) China	DM000304526	DITA ESTFAR M S.R.L

									SHANGHAI CHANNELMED IMPORT & EXPORT CO., LTD. (CHANNELMEDGROUP)		
257-0205 5	Specula ginecologica tip Cusco L	48165	Bucată	3,2833	3,9400	158140,14	189770,10		Specula ginecologica tip Cusco, mărimea L China Yuhuan City Shengbo Mould Manufacturing Co., Ltd	DM0006446 89	M- INTER- FARMA
258-0205 5	Specula ginecologica tip Cusco M	197345	Bucată	3,1833	3,8200	628208,34	753857,90		Specula ginecologica tip Cusco, mărimea M China Yuhuan City Shengbo Mould Manufacturing Co., Ltd	DM0006446 88	M- INTER- FARMA
259-0205 5	Specula ginecologica tip Cusco S	87855	Bucată	3,2083	3,8500	281865,20	338241,75		Specula ginecologica tip Cusco, mărimea S China Yuhuan City Shengbo Mould Manufacturing Co., Ltd	DM0006446 87	M- INTER- FARMA
260-0205 5	Spirometru pentru stimulare pulmonara V- 1500-2500 cm3	Bucată	626	43,3500	520,2000	27137,10	325645,20		LB1810 China NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD	DM0005014 32	MED-M
262-0205 5	Stent traheal TD- 13mm/8cm	Bucată	5	11824,14 00	11824,14 00	59120,70	59120,70		01TTD1380 Franța Novatech SA	DM000659591	MED-M

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:**

- 35 Mușama medicală în rulo
- 77 Prezervative, pentru USG
- 92 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă
- 111 Set canule pentru irigații
- 117 Set cateterizarea spațiului spinal

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**

- 12 Mască facială cu protector
- 36 Ochelari de protecție
- 55 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm
- 59 Pipa tip Robertazzi
- 67 Ploscă urinară, din inox, pentru femei
- 71 Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)
- 86 Recipient plastic pentru deșeurii infecțioase, 50l
- 87 Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 0,75 litri
- 97 Sârma "GIGLI" nesterilă
- 125 Set de perfuzie cu filtru
- 132 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) – reutilizabil
- 134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatric
- 143 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18
- 147 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G
- 148 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G
- 149 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G
- 154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm
- 155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatric), l=13 cm
- 156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatric), l= 8 cm
- 161 Set pentru drenajul caviității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)
- 162 Set pentru drenarea vezicii urinare
- 163 Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH
- 164 Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH
- 178 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare
- 179 Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger)
- 191 Set drenaj toracic
- 198 Sistem de aspirație monocameral 1000 sau 2000 ml
- 209 Sistem închis pentru măsurarea diurezei
- 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix
- 216 Sistem pentru respirație artificiala manuala sac Ambu
- 229 Cateter Foley uretro-vezical CH 26
- 230 Cateter Foley uretro-vezical CH 28
- 231 Cateter Foley uretro-vezical CH 30

- 233 Sonda Blackmore maturi  
 236 Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G  
 247 Sonda pentru alimentare 8Fr  
 255 Șort protector nesteril din polietilenă  
 261 Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire  
 263 Stent traheal TD-14mm/8cm  
 264 Stent traheal TD-15mm/8cm

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză inclusiv și beneficiarii finali	Rg02-173 din 16.01.2024 Rg02-388 din 29.01.2024 Rg02-575 din 08.02.2024 Rg02-817 din 22.02.2024 Rg02-990 din 06.03.2024 Rg02-1089 din 19.03.2024 Rg02-1151 din 25.03.2024	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> V 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	
					fără TVA	inclusiv TVA			
<b>ECHIPAM ED-PLUS SRL</b>	1003600077 677	<b>Cu capital autohton</b>	3/conform anexeii- 910/055/574_2	09.04.2024	33100000-1	285 613,00	342 735,60	31.12.2024	Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024: conform anexeii nr. 5 la prezentul contract.
<b>ERICON SRL</b>	1003600000 316	<b>Cu capital autohton</b>	5/conform anexeii- 910/055/574_2	10.04.2024	33100000-1	660 810,00	781 242,00	31.12.2024	Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vânzătorului, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024: conform anexeii nr. 5 la

										prezentul contract.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)** (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MID):	(îndicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**



**Gheorghe GORCEAG**

Tip contract	Nr document	Data	AC	OE	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Nr procedura
Contract de achizitie	1/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ECHIPAMED-PLUS SRL	95000,00	114000	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	10/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	ECHIPAMED-PLUS SRL	3436,00	4123,2	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	108/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ECHIPAMED-PLUS SRL	9500,00	11400	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	112/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ECHIPAMED-PLUS SRL	2707,50	3249	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	117/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL CRULENI	ECHIPAMED-PLUS SRL	180,50	216,6	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	119/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ECHIPAMED-PLUS SRL	902,50	1083	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	12/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ECHIPAMED-PLUS SRL	950,00	1140	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	121/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ECHIPAMED-PLUS SRL	13537,50	16245	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	122/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ECHIPAMED-PLUS SRL	190,00	228	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	15/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ECHIPAMED-PLUS SRL	45125,00	54150	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	16/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ECHIPAMED-PLUS SRL	92772,00	111326,4	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	2/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ECHIPAMED-PLUS SRL	9500,00	11400	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	23/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ECHIPAMED-PLUS SRL	190,00	228	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055

Contract de achizitie	3/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ECHIPAMED-PLUS SRL	4750,00	5700	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	90/3-910/055/574_2	09.04.2024	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ECHIPAMED-PLUS SRL	6872,00	8246,4	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	1/5-910/055/574_2	10.04.2024	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ERICON SRL	20700	20700	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	12/5-910/055/574_2	10.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ERICON SRL	579000	694800	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	3/5-910/055/574_2	10.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ERICON SRL	3450	3450	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055
Contract de achizitie	15/5-910/055/574_2	10.04.2024	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ERICON SRL	57660	62292	ocds-b3wdp1-MD-1688737102055