


Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	LP nr. NFP 10/DM	Data: „19” decembrie 2024	
Denumirea licitației:	Achiziția seturilor consumabile pentru realizarea plasmaferezei conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024 NFP 10/DM DIN 19.12.2024		

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	bucată	1662	289,3360	347,2032	480.876,4320	577.051,7184	până la 31.12.2024	480876,67

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4



Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2024.12.19 15:47:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

belice

Șarco

12-9

Ustov

Eda

Rebeca


Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	LP nr. NFP 10/DM	Data: „19” decembrie 2024
Denumirea licitației:	Achiziția seturilor consumabile pentru realizarea plasmaferezei conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024 NFP 10/DM DIN 19.12.2024	

Cod Cpv	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată
1	2			3	4,00	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	bucată	1662	300,00	360,00	498.600,00	598.320,00	până la 31.12.2024	480876,67

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4



Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2024.12.19 13:43:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	LP nr. NFP 10/DM	Data: „19” decembrie 2024
Denumirea licitației:	Achiziția seturilor consumabile pentru realizarea plasmaferezei conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024 NFP 10/DM DIN 19.12.2024	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	bucată	1662	288,3330	345,9996	479.209,4460	575.051,3352	până la 31.12.2024	480876,67

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durelești, str. Durelești, 4



Digitally signed by Șarco Alexandru
Date: 2024.12.19 16:48:17 EET
Reason: MolDSign Signature
Location: Moldova

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Carlaș
Șarco
Borice
Măteu
Borice
Dumitru

Specificații de preț (F4.2)

Numărul licitației:	LP nr. NFP 10/DM		Data: „19” decembrie 2024	
Denumirea licitației:	Achiziția seturilor consumabile pentru realizarea plasmaferezei conform necesităților Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024 NFP 10/DM DIN 19.12.2024			

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimată
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
33100 000-1	1	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei	bucată	1662	350,00	420,00	581.700,00	698.040,00	până la 31.12.2024	480876,67

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești, 4



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Hof', 'Solod', 'Westerb', 'Belica', and 'D. Șarco']



Numărul licitației:		LP nr. NFP 10/DM					Data: ..19 ^o decembrie 2024		
Denumirea licitației:		Achiziția seturilor consumabile pentru realizarea plasmazeferzei conform necesităților Central Național de Transfuzie a Sîngelui, pentru anul 2024 NFP 10/DM DIN 19.12.2024							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea pozicii	Modulul articolului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
			Set consumabile pentru realizarea plasmazeferzei	Disposable Plasma Apheresis Set, Model: P-4319	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	Certificări: -prezența instrucțiuni de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentei certificării de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. -Destinație: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Sisteme: - a)materiale de bază ale plasticului – polivinilclorid și dietilftalat; - b)de uz unic; - c)compatibilitate cu echipamentul NIGALE Digipha 80 - d)Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru epurată vacuum; b) dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală; - c)integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clame; - e)amplasat pe tubulatură de recoltare pînă la ramificarea recordului Y. Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară îndestă – obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibile cu echipamentul NIGALE Digipha 80 Soluție anticoagulantă volum de 200 ml: a) conținut de citrat de natru 4%; b) steril, aprogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Conținutul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recoltare în volum de 1 (unu) litru ; b) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) două recorduri, în partea superioară pentru conectarea la sistemul de transfuzie b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichete de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită. Tubulaturile de conexiune la soluția FF și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatură de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clame Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmă: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C și umiditate sporită; b) cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea "STERIL". Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. Prezența mostre: 5 unități	Certificări: -prezența instrucțiuni de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului - A se vedea ghidul de utilizare; -confirmarea prezentei certificării de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. -Destinație: pentru recoltarea componentelor sanguine de la donator. Proprietățile componentelor obligatorii a setului: Sisteme: - a)materiale de bază ale plasticului – polivinilclorid și dietilftalat; - b)de uz unic; - c)compatibilitate cu echipamentul NIGALE Digipha 80 - d)Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru epurată vacuum; b) dotată cu holder și ac tip 16 G, cu fisura laterală; - c)integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clame; - e)amplasat pe tubulatură de recoltare pînă la ramificarea recordului Y. Sistemul de capsonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară îndestă – obligatoriu prezent. Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibile cu echipamentul NIGALE Digipha 80 Soluție anticoagulantă volum de 200 ml: a) conținut de citrat de natru 4%; b) steril, aprogen; c) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. Conținutul pentru colectarea componentelor sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recoltare în volum de 1 (unu) litru ; b) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) două recorduri, în partea superioară pentru conectarea la sistemul de transfuzie b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Etichete de fond și marcajul - inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită. Tubulaturile de conexiune la soluția FF și soluția anticoagulantă fiind asigurate cu clame. Tubulatură de prelevare a componentelor sanguine asigurat: b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurat cu clame Eticheta de fond și marcajul containerului pentru colectarea plasmă: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C și umiditate sporită; b) cu inscripțiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul și notificarea "STERIL". Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. Prezența mostre: 5 unități	DOC. CE, DM000201982

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco în calitate de: Director

Ofertantul: Pharmacy SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești, 4



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Walter Hoff', 'Bales', and 'Xmper'.

DOC. CE.
DM/000201982

