



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr Rg02-2336 din 2 mai 2025

INTERMED
IM Vivamed International SRL
Neotec SRL
IMSP Institutul de Cardiologie

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1742310160931 08.04.2025 din privind *Achiziționarea angiografului conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat 2)* vă comunică decizia nr.1 din 02.05.2025, după cum urmează:

Din punct de vedere al ofertelor de bază

Oferta operatorului economic **INTERMED SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Ochelari - Prevăzuți cu sistem de protective laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). **Greutate < 0,05 kg**, șiret de fixare spate s-a ofertat Ochelari, model MIRAGE / PERSOL 0.75 mmPb; art. 463210. Cu sistem de protecție laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm Pb(frontal)/ 0,50 mm Pb (lateral). **Greutate 0,92g**,

Oferta operatorului economic **IM Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Interval mA: min. 10 – 1000 mA s-a ofertat 15 mA to 1000 mA;
- s-a solicitat Min. 2 monitoare de rezerva de minim 19 inch pentru imagine live si de referința in spatele monitorului mare in camera de examinare sau un monitor de minim 50 inch s-a ofertat **Da**, 2 monitoare, în camera de comandă.

- s-a solicitat Luminozitate: min. 450 cd/m2 s-a oferat Luminozitate: min. 400 cd/m2;
- s-a solicitat Pachet software pentru analiza **stenozelelor** si a ventriculului stâng s-a oferat LVA – Left ventricular analysis;
- s-a solicitat ochelari - Prevăzuți cu sistem de protective laterala. Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral). Greutate < 0,05 kg, șiret de fixare spate. s-a oferat Ochelari: Da dispune de Prevăzuți cu sistem de protective laterala, unde 0.50mm Pb Lateral, 0.75mm Pb Front. Greutatea 73 g

Oferta operatorului economic **Neotec SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:

- s-a solicitat Putere minima in modul fluoro continuu: 2800 W (în regim de lungă durată) s-a oferat Max. continuous X-ray tube input 60-min. average: 2200 W (3100 HU/s);
- s-a solicitat DQE la 0 LP/mm cel puțin 70% s-a oferat Da, 77 %: pag. 5 Product Data Spatial frequency: 2.6 lp/mm DQE: 77 %;
- s-a solicitat Achiziție DSA cu min. 0.5-7 fps si afișare în matrice/bit de cel puțin 1024 x 1024 / 12 biți, capacitate de stocare in min. 12 biți s-a oferat Da, 1024 □ 1024; 16 bit; 15, 7.5, 5, 3.75, 3, 1 fps, pag.5 Product Data;

Totodată, operator economic **Neotec SRL** nu a răspuns la demersul nr. Rg02-2214 din 17.04.2025, respectiv, oferta se respinge în temeiul art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

În temeiul pct. 10 din anunțul de participare, prin care *se acceptă oferte alternative* și pct. 24 criteriul de evaluare *cel mai bun raport calitate - preț*, autoritatea contractantă desemnează câștigătoare următoarea ofertă, cu cel mai mare punctaj acumulat de **94,13**:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/ Producător/ Țara de origine/	AMDM	Operatorul economic
1	Aparat de Angiografie pentru proceduri diagnostice și intervenționale cardiace și angiografice	Bucată	1	9735000	11682000	9735000	11682000	Artis Zee floor/ Germania/ Siemens Healthcare	DM000183 567	IM Vivamed International SRL

Oferta desemnată câștigătoare prin soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.

Denumirea factorului de evaluare	Parametrul tehnic de referință	Punctaj tehnic	Intermed Allia IGS 5/ Franta /GE MEDICAL SYSTEMS SCS	Vivemed Intenational Artis Zee floor/Germania/ Siemens Healthcare	Neotec Trinius F12 unity edition /Japonia / Shimadzu
Operator economic			9 730 000	9 735 000	11 880 000
		60	60	59,96	49,14
DLP (Dose-Length Product), max. 400-1000 mGy/cm	max. 400-1000 mGy/cm	2	0	0	0
Adâncimea brațului C: min. 90 cm	min. 90 cm	1	1	0,86	0,84
Angulație CRA/CAU: min. +/- 45 grade	min. +/- 45 grade	1	0,9	1	0,9
Viteza angulației brațului C: min. 20 grade/sec	min. 20 grade/sec	1	0,8	1	1
Poziționări programabile ale brațului C: min. 45 poziții	min. 45 poziții	1	0,98	1	
Viteza de rotație pentru coronarografie: min 40°/sec	min 40°/sec	1	0,81	0,83	1
Lungimea blatului mesei: min 275 cm	min. 275 cm	0,5	0,5	0,42	0,433
Greutate maxima pacient: min 220 kg (fără accesorii suplimentare)	min. 220 kg	1	1	1	0,9
Lățimea blatului mesei: min 45 cm	min. 45 cm	0,5	0,43	0,5	0,42
Deplasare longitudinală a blatului mesei: min. 120 cm	min. 120 cm	1	1	0,73	0,79
Acoperire fluoroscopie: min.185 cm	min.185 cm	1	0,83	1	0,84
Masa pacient / Atenuarea maxima a blatului: max. 1.4 mm echivalent Al	max. 1.4 mmAl	1	0,94	0,57	1
Număr pete focale: min 2	Min. 2	2	2	2	1,33
Dimensiune minima a zonei active a detectorului: minim 20 x 20 cm	min. 20 x 20 cm	1	0,68	1	0,98
Detector plat / Dimensiune pixel: max. 200 μm	max. 200 μm	1	0,77	1	0,79
Monitor color de înaltă rezoluție suspendat de tavan cu diagonala de min. 50 inch in sala de examinare	min. 50 inch	3	2,84	2,84	1
Stație independentă multimodalitate cu min. două monitoare color LCD de min. 19” pentru post-procesare (ex.: imagistica 3D, imagistica CT)	min. 2 x 19 inch	1	1	1	1
Memorie min. 32 GB RAM	Memorie min. 32 GB RAM	1,5	1,5	1,5	0,75

Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	Procesor Min 8 x 2,8 GHz, 8 nuclee	1,5	0,81	0,54	1,5
Capacitate hard disc: min. 2 TB	Capacitate hard disc: min. 2 TB	0,5	0,16	0,08	0,5
Memorie imagini in matrice 1024 x 1024: min 450 000	min 450 000	0,5	0,2	0,1	0,5
Viteza de achiziție pentru imagini de tip CT: min. 30 cadre pe secunda	min. 30 cadre	2	2	1,2	1,2
Metoda automata de optimizare a afisarii imaginilor cadru cu cadru	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	Roadmapping 3D cu fuziune automata a imaginii pentru proceduri de tip TAVI/TAVR	0,7	0,7	0,7	0,7
Fuziune 3D de imagini provenite de la oricare 2 modalitati: CT, RM, PET, angiografie, angiografie cu substractie	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Analiza afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare a stenozelor din cadrul selectat al imaginii	afisata pe ecranul tactil al mesei de examinare	0,5	0,5	0,5	0,5
Revizuirea imaginilor achizitionate in “slow motion”, cadru cu cadru inainte si inapoi	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Imagistica de flux vascular cu coduri de culoare (perfuzie 2D in angiografie cu substractie digitala)	Cu opțiunea inclusă	0,2	0,2	0,2	0,2
Fluoroscopia pulsata de tip “grid-switch”, (grilă pulsată) sau analogic	Cu Fluoroscopie pulsată de tip “grid-switch”, (grilă pulsată) inclusă	5	5	5	5
Două monitoare în camera de control min 19 inch și afișarea imaginilor în sala de examinare pe monitorul mare.	Min 19 inch	2	2	2	2
Transferul semnalelor și datelor de la sistemul angiografic: min. datele pacienților, datele demografice, doza globală pacient	Opțiunea inclusă	1	1	1	1
Garanția suplimentară oferită față de cea de bază		4	1	4	1

Total		100	92,15	94,13	77,813
-------	--	-----	-------	-------	--------

IM Vivamed International SRL- 94,13 p.p;

INTERMED- 92,15 p.p.;

Neotec- 77,81 p.p.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 14.05.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorul economic desemnat câștigător prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Botica Aurelia
Tel: 022 222 364*