



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), <https://capcs.md>

**Nr. Rg02-2437 din 13.05.2025**

**Sogno SRL**  
**Med-M SRL**  
**IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1732267172515 privind *Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025* din 22.11.2024, vă comunică decizia din 12.05.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Înregistrare AMDM	Ofertant
127	Sistem închis de colectare pentru lichid cefalorahidian (Nch)	70	Bucată	1150,00	1242,00	80500,00	86940,00	6128	Taiwan	Wellong	DM000373220	SOGNO

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

- Oferta operatorului economic **Sogno SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 133 Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) – A fost solicitat Cateter ventricular lungime 210-240mm, A fost oferit cateter ventricular lungimea 200mm

A fost solicitat In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm, A fost oferit L trocar 200mm.

Lotul nr. 134 Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) - A fost solicitat Cateter ventricular lungime 210-240mm, A fost oferit cateter ventricular lungimea 200mm

A fost solicitat In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 550mm, A fost oferit L trocar 200mm.

-Oferta operatorului economic **Med-M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 133 Șunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch) - Se solicita Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm.

Se ofera: Cateter peritoneal lungimea 102cm diametru 1.2mm si 2.6mm, Cateter ventricular 235mm diametru 1.4mm si 2.7mm. si cateter atrial tip A 450mm diametre 2.4 mm si 1.2mm

Lotul nr. 134 Șunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți) - Se solicita Steril, din silicon impregnat cu Barium. Cateter distal (atrial) lungime 420-450mm, diametru intern 1,1-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Cateter ventricular lungime 210-240mm, diametru intern 1,3-1,5mm, diametru extern 2,5-2,8mm. Valva de presiune medie. In set cu trocar maleabil pentru tunelizare subcutana a cateterului, l 360mm.

Se ofera: Cateter peritoneal lungimea 102cm diametru 1.2mm si 2.6mm, Cateter ventricular 235mm diametru 1.4mm si 2.7mm. si cateter atrial tip A 450mm diametre 2.4 mm si 1.2mm

Mostrele prezentate au fost incomplete și de o calitate necorespunzătoare pentru utilizarea în intervenții neurochirurgie (conform notei informative din partea specialiștilor beneficiarului final).

Totodată pentru ambele loturi (nr.133 și nr.134) care au specificații tehnice diferite a fost oferit un singur produs, care nu reprezintă un set steril, dar este format din 2 elemente diferite, care trebuie conectate, ceea ce implică factorul uman în conectarea lor și riscuri directe pentru pacient:

a) Contaminare și infecție

Fiecare manipulare suplimentară crește riscul de infecții nosocomiale (ex: ventriculite, meningite).

Sistemele de șunt sunt implantabile, deci sterilitatea absolută este crucială.

b) Etanșeitate imperfectă

O conexiune slab realizată poate duce la scurgeri de LCR sau la disfuncționalități ale sistemului de drenaj.

Poate cauza creșterea presiunii intracraniene sau drenaj insuficient.

c) Obstrucție sau flux incorect

Fiecare îmbinare adăugată în sistem crește riscul de blocaj mecanic sau flux nestandardizat, ceea ce poate compromite funcționarea sistemului de drenaj.

Totodată un sistem de așa categorie trebuie testat ca un set în ansamblu de către producători sau alte organisme internaționale, dar nu la etapa operațiilor chirurgicale. Astfel acceptarea a două produse care necesită conectare manuală în locul unui set complet pentru sunt VP/VA este riscantă, neconformă și potențial periculoasă.

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că au fost depuse doar **oferte inacceptabile**:

133 Sunt ventriculo-atrial (pentru adulți) (Nch)

134 Sunt ventriculo-peritoneal (pentru adulți)

**Pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2025, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, cu confirmarea cantităților, dacă este cazul după revizuirea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și valorii estimative.**

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de **27.05.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

**Cu respect,  
Președintele grupului de lucru**

/semnat electronic/

**Gheorghe GORCEAG**