



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-2490 din 16 mai 2025

Operatorilor economici participanți

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport sanitar din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027”, Vă comunică decizia nr. 1 din 16.05.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, conform criteriului de atribuire și cerințelor expuse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/producer /Țara de origine	AMDM	Operatorul economic
1	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	12	660000	792000	7920000	9504000	A7 + BeneVision N19/Mindray/China	A7: DM000153168 +BeneVision N19: DM000649454	ÎM „Dutchmed-M” SRL
1	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	12	681870,7	818244,84	8182448,4	9818938,08	PRIMA 465 +UM 300-20-S/PENLON LIMITED +UTAS TECHNOLOGIES S.R.O./Marea Britanie Slovacia	DM000528569 Conf. Rg04-000136 din 12-06-2023 DM000373412 Conf. Rg04-000228 din 21-09-2022	Health Medical Solutions SRL
1	Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130	bucată	12	860880	1033056	10330560	12396672	Carestation 750/DATEXOHMEDA, INC./G E Healthcare/SUA	DM000271225	INTERMED
3	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320	bucată	4	178500	214200	714000	856800	SV300 /Mindray/China	DM000274419	ÎM „Dutchmed-M” SRL
3	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320	bucată	4	271 008,60	325 210,32	1084034,4	1300841,28	UVENT-T-S/UTAS TECHNOLOGIES S.R.O./Sovacia	DM000373414	Health Medical Solutions SRL
3	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320	bucată	4	271605	325926	1086420	1303704	V2/Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL

4	Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate)110330	bucată	8	307500	369000	2460000	2952000	SV600/Mindray/China	DM000153157	ÎM „Dutchmed-M” SRL
4	Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate)110330	bucată	8	381 746,90	458 096,28	3053975,2	3664770,24	UVENT-T-S/UTAS TECHNOLOGIES S.R.O./Sovacia	DM000373414	Health Medical Solutions SRL
7	Concentrator de oxigen 10L 110401	bucată	4	19900	23880	79600	95520	Hikoneb Oxy Breath 10 L (Oxy S100)/Kare Medical/ Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
7	Concentrator de oxigen 10L 110401	bucată	4	23650	28380	94600	113520	8F-10/Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd/China		Tetis International Co. SRL
19	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) 130100	bucată	12	6000	7200	72000	86400	HFFSLED/SHANG HAI HUIFENG MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD/China	DM000565057	MED-M
19	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) 130100	bucată	12	6550	7860	78600	94320	Model Alfa-Flex/Rimsa P.Longoni SRL/Italia	DM000450260	AELO GRUP
19	Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) 130100	bucată	12	6558	7869,6	78696	94435,2	KS-Q7 (49040)/G IMA (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co., Ltd)/Italia / China		Tetis International Co. SRL
20	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) 130110	bucată	12	8200	9840	98400	118080	Model Prima-Fix/Rimsa P.Longoni SRL/Italia	DM000450262	AELO GRUP
20	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) 130110	bucată	12	8210	9852	98520	118224	KS-Q7 E (GIMA 49041)/GIMA s.p.a(prod.Shantou Easywell Electronic Technologies Co.,Ltd)/Italia / China		Tetis International Co. SRL
26	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) 130200	bucată	8	76000	91200	608000	729600	Starled3 NX/ACEM S.p.A./ Italia		ICS Eyecon Medical SRL
26	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) 130200	bucată	8	85800	102960	686400	823680	SK-LLD52C/Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd/ China		Triumpf-Motiv SRL
26	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) 130200	bucată	8	129000	154800	1032000	1238400	UNICA 520/Rimsa P.Longoni SRL/Italia	DM000499850	AELO GRUP
26	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) 130200	bucată	8	129000	154800	1032000	1238400	Nexus OL-02/Infimed/ Polonia		Data Control SRL
27	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) 130230	bucată	4	143450	172140	573800	688560	SK-LLD7252C /Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd/ China		Triumpf-Motiv SRL
27	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) 130230	bucată	4	144800	173760	579200	695040	Starled3 NX + Starled3 NX/ACEM S.p.A./Italia		ICS Eyecon Medical SRL

27	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) 130230	bucată	4	190960	229152	763840	916608	Nexus OL02+Nexus OL-02/Infimed/Polonia		Data Control SRL
27	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici de baza) 130230	bucată	4	193500	232200	774000	928800	UNICA 520+ 520/Rimsa P.Longoni SRL/Italia	DM000499851	AELO GRUP
28	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) 130250	bucată	8	152350	182820	1218800	1462560	SK-LLD7252C/Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Lid/ China		Triumpf-Motiv SRL
28	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) 130250	bucată	8	176240	211488	1409920	1691904	Starled3 NX + Starled3 NX with ETW Version/ACEM S.p.A./Italia		ICS Eyecon Medical SRL
29	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	8	16500	19800	132000	158400	BT-400/Bistos/ Coreea		ICS Eyecon Medical SRL
29	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	8	19000	22800	152000	182400	BT-400/Bistos/ Coreea		Data Control SRL
29	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	8	25467	30560,4	203736	244483,2	BC 050/OKUMAN Medikal Sistemler A.S/Turcia		SC"Imunotehnomed" SRL
29	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	bucată	8	31 642,20	37 970,64	253137,6	303765,12	XHZ-90P/NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD/China	DM000332905	Health Medical Solutions SRL
30	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	bucată	12	25467	30560,4	305604	366724,8	BC 050/OKUMAN Medikal Sistemler A.S/Turcia		SC"Imunotehnomed" SRL
30	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270	bucată	12	31 642,20	37 970,64	379706,4	455647,68	XHZ-90P/NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD/China	DM000332905	Health Medical Solutions SRL
31	Aspirator toracal 130310	bucată	8	6100	7320	48800	58560	NEW ASKIR 30RE.3101 00/02 /CA-MI S.R.L./Italia	DM000089016	MED-M
31	Aspirator toracal 130310	bucată	8	6100	7320	48800	58560	F-40/Fazzini/Italia	DM000579483	GBG-MLD SRL
31	Aspirator toracal 130310	bucată	8	6127	7352,4	49016	58819,2	Moretti LTA 270 +15 filtre antibacteriene LRA204 + vas collector RA372/Moretti s.p.a CA-MI S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
32	Aspirator urgențe 130320	bucată	12	9450	11340	113400	136080	Askir 36BR/CA-MI S.r.l./Italia		ICS Eyecon Medical SRL
32	Aspirator urgențe 130320	bucată	12	9975	11970	119700	143640	Askir 36 BR/Ca-Mi /Italia		Data Control SRL
32	Aspirator urgențe 130320	bucată	12	12445	14934	149340	179208	Supervega Battery/ 28190/Gima/Italia	DM000149362	GBG-MLD SRL
32	Aspirator urgențe 130320	bucată	12	12700	15240	152400	182880	ASKIR 36BR Re: 410200/03/CA-MI S.R.L./Italia	DM000089054	MED-M
32	Aspirator urgențe 130320	bucată	12	12843	15411,6	154116	184939,2	Super Vega Battery, 28190/GIMA S.P.A./Italia		Tetis International Co. SRL
33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	11999	14398,8	239980	287976	Askir 36Li-On + cod 410205/01 /CA-MI S.r.l./Italia		ICS Eyecon Medical SRL

33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	12500	15000	250000	300000	Askir C30 BR /Ca-Mi/ Italia		Data Control SRL
33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	17050	20460	341000	409200	ASKIR 36BR RE.410200/09/CA-MI S.R.L./Italia	DM000089055	MED-M
33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	17050	20460	341000	409200	F-60/B/Fazzini/Italia	DM000044915	GBG-MLD SRL
33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	17190	20628	343800	412560	New Askir 36 BR LI – ON/CA-MI S.R.L./Italia	DM000089027	AELO GRUP
33	Aspirator chirurgical portabil (caracteristici de baza) 130330	bucată	20	17194	20632,8	343880	412656	Super Vega 28191/GIMA S.P.A/Italia		Tetis International Co. SRL
34	Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340	bucată	24	12750	15300	306000	367200	SA01HT/Elmaslar/ Turcia	DM000317011	ÎM „Dutchmed-M” SRL
34	Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340	bucată	24	13850	16620	332400	398880	New Hospivac 350/CA-MI S.r.l./ Italia		ICS Eyecon Medical SRL
34	Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340	bucată	24	17325	20790	415800	498960	New Hospivac 350 /Ca-Mi/Italia		Data Control SRL
34	Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340	bucată	24	18275	21930	438600	526320	CLINIC Full (28198), cu 15 filtre/GIMA S.P.A/ Italia		Tetis International Co. SRL
34	Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340	bucată	24	18300	21960	439200	527040	NEW HOSPIV AC 350 "FULL 5"RE.4103 56/41/CA-MI S.R.L./Italia	DM000048548	MED-M
35	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	bucată	48	12750	15300	612000	734400	SA01HT/Elmaslar/ Turcia	DM000317011	ÎM „Dutchmed-M” SRL
35	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	bucată	48	16677	20012,4	800496	960595,2	New Hospivac 400/CA-MI S.r.l. /Italia		ICS Eyecon Medical SRL
35	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	bucată	48	18770	225247	900960	1081152	28204/GIMA S.P.A./Italia	DM000579024	AELO GRUP
35	Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350	bucată	48	18777	22532,4	901296	1081555,2	Hospi Plus Full (28204), cu 15 filtre/GIMA S.P.A/Italia		Tetis International Co. SRL
38	Defibrilator extern, automat 130410	bucată	28	24800	29760	694400	833280	SVO-BO 848/A.M.I. Italia SRL/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
38	Defibrilator extern, automat 130410	bucată	28	37750	45300	1057000	1268400	BeneHeart C1A/Mindray/ China	DM000314198	ÎM „Dutchmed-M” SRL
38	Defibrilator extern, automat 130410	bucată	28	55 248,25	66 297,90	1546951	1856341,2	SVO-B0848 Conf -NormSAVER ONE Fully-Automatic PAD Public Access Defibrillator/AMI/Italia		SRL Biosistem mld

39	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	bucată	4	57800	69360	231200	277440	BeneHeart D30 /Mindray/China	DM000530521	ÎM „Dutchmed-M” SRL
39	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	bucată	4	98194	117832,8	392776	471331,2	DFM 600/OKUMAN Medikal Sistemler A.S/Turcia	DM000559337	SC“Imunotehnomed” SRL
39	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	bucată	4	102930	123516	411720	494064	Model S5/SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD./China	DM000633391	AELO GRUP
40	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	98500	118200	394000	472800	BeneHeart D30 /Mindray/China	DM000530521	ÎM „Dutchmed-M” SRL
40	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	162000	194400	648000	777600	Model S5/SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD./China	DM000633391	AELO GRUP
40	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	bucată	4	162088	194505,6	648352	778022,4	S5 /Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
41	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	4	10969	13162,8	43876	52651,2	BeneFusion uVP/Mindray/China	DM000579481	ÎM „Dutchmed-M” SRL
41	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	4	13500	16200	54000	64800	HAWK-11 /SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD/China		Neotec
41	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500	bucată	4	23478	28173,6	93912	112694,4	Infusomat compact plus ref.N8717050/B.Braun Melsungen AG/Germania		Tetis International Co. SRL
50	Cîntar mecanic, pentru adulți 130730	bucată	4	4220	5064	16880	20256	S7200HR/Fazzini/Italia	DM000579029	GBG-MLD SRL
50	Cîntar mecanic, pentru adulți 130730	bucată	4	4241	5089,2	16964	20356,8	27310/GIMA S.P.A/Italia		Tetis International Co. SRL
51	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți 130740	bucată	36	4205	5046	151380	181656	27310/GIMA S.P.A/Italia		Tetis International Co. SRL
51	Cîntar mecanic cu taliometru, pentru adulți 130740	bucată	36	4220	5064	151920	182304	S7200HR/Fazzini/Italia	DM000579029	GBG-MLD SRL
54	Burghiu traumatic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	bucată	12	30800	36960	369600	443520	ND-2511/WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD/China		Triumf-Motiv SRL
54	Burghiu traumatic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	bucată	12	39999	47998,8	479988	575985,6	ND-2511/WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD/China	DM000691182	MED-M

54	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici de bază) 130900	bucată	12	40000	48000	480000	576000	ND - 2011/WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD/China	DM000691177	AELO GRUP
55	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	bucată	8	100320	120384	802560	963072	NM-500/WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO.,LTD/China		Triumf-Motiv SRL
55	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	bucată	8	167050	200466	1336400	1603680	Karınca 208/Aygün/Turcia	DM000528582	Ancotec-Sistem
55	Burghiu traumatologic/ortopedic (caracteristici avansate) 130910	bucată	8	167055	200466	1336440	1603728	NM-500/WUHU RUIJIN MEDICAL INSTRUMENT & DEVICE CO., LTD/China	DM000691171	AELO GRUP
56	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici medii)140110	bucată	4	258000	309600	1032000	1238400	SU-03 cu accesorii/Famed/Polonia		Tetis International Co. SRL
56	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici medii)140110	bucată	4	258000	309600	1032000	1238400	Vivax OT-02 /Infimed /Polonia		Data Control SRL
57	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici avansate) 140120	bucată	4	278820	334584	1115280	1338336	Vivax OT-02 / Infimed /Polonia		Data Control SRL
57	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici avansate) 140120	bucată	4	279500	335400	1118000	1341600	SU-03 cu accesorii/Famed/Polonia		Tetis International Co. SRL
58	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	68	3200	3840	217600	261120	TH 6011 /T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS ICARET LIMITED SİRKETİ/ Turcia		Neotec
58	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	68	4837,5	5805	328950	394740	EXAMY1/OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000499542	MED-M
58	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	bucată	68	4839,1284	5806,9541	329060,7312	394872,8788	Pat pentru examinare mecanic (Codul produsului:K013) + Rolă hârtie (Cod produs: MT 55D)/ KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET/HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., TD/Turcia	DM000691969 + DM000641868	DITA ESTFARM S.R.L
59	Targa sanitară 140360	bucată	12	3984	4780,8	47808	57369,6	34077/GIMA SpA/ Italia		ICS Eyecon Medical SRL
59	Targa sanitară 140360	bucată	12	4000	4800	48000	57600	34077/Gima /Italia		Data Control SRL
59	Targa sanitară 140360	bucată	12	5100	6120	61200	73440	34077/Gima/Italia	DM000184789	GBG-MLD SRL
59	Targa sanitară 140360	bucată	12	5160	6192	61920	74304	34077/GIMA S.P.A/Italia		Tetis International Co. SRL
60	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	24	19760	23712	474240	569088	T-Xpress/T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SİRKETİ /Turcia		Neotec
60	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	24	22500	27000	540000	648000	Dynamic 2.0/Meissa/ Turcia		Data Control SRL

60	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	24	22575	27090	541800	650160	WP-02, Spark/Famed Zywiec Sp. Z O O./Polonia		Tetis International Co. SRL
60	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	bucată	24	22700	27240	544800	653760	MYS-950/Meyosis/Turcia	DM000396225	GBG-MLD SRL
61	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) 140380	bucată	12	41925	50310	503100	603720	EMERGEUM/OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000395176	AELO GRUP
61	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) 140380	bucată	12	41925	50310	503100	603720	WP-09, Strider/Famed Zywiec Sp. Z O O./Polonia		Tetis International Co. SRL
61	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) 140380	bucată	12	41925	50310	503100	603720	MOMENTUM/OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000499556	MED-M
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	19500	23400	1092000	1310400	YA-D5-5/ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD/China		Neotec
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	25000	30000	1400000	1680000	Pioneer 4.1 Trend /Meissa/Turcia		Data Control SRL
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	37625	45150	2107000	2528400	WANS4050/Schroder MedicalTicaret Anonim Sirketi/Turcia	DM000670134	AELO GRUP
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	37625	45150	2107000	2528400	NEXO LIGHT (LR-15)/Famed Zywiec Sp. Z O O./Polonia		Tetis International Co. SRL
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	37625	45150	2107000	2528400	IN 41 /OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000499539	MED-M
62	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	bucată	56	37625,823 6	45150,988 3	2107046,122	2528455,345	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) (Codul produsului: GUESS 401 + K091/P)/KENMAK İÇ VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKETI/Turcia	DM000691902	DITA ESTFARM S.R.L
63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	35350	42420	707000	848400	T 8060/T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI/Turcia		Neotec
63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	39700	47640	794000	952800	Pioneer CL /Meissa/Turcia		Data Control SRL
63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	43000	51600	860000	1032000	WANS 4050/Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi/Turcia	DM000670134	AELO GRUP
63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	43000	51600	860000	1032000	NEXO Premium (LR-15)/Famed Zywiec Sp. Z O O./Polonia		Tetis International Co. SRL
63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	43000	51600	860000	1032000	IN 42/OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000395178	MED-M

63	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	bucată	20	43014,0986	51616,9183	860281,972	1032338,366	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) (Codul produsului:GUESS 402-A + K091/P)/KENMAK İÇ VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKET/Turcia	CE	DITA ESTFARM S.R.L
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	24000	28800	1632000	1958400	T 8060/T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI/Turcia		Neotec
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	39700	47640	2699600	3239520	Pioneer CL /Meissa/ Turcia		Data Control SRL
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	39775	47730	2704700	3245640	WANS 4050/Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi/Turcia	DM000670134	AELO GRUP
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	39775	47730	2704700	3245640	NEXO Premium (LR-15)/Famed Zywiec Sp. Z O O./Polonia		Tetis International Co. SRL
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	39775	47730	2704700	3245640	IN 41 /OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000499539	MED-M
64	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	bucată	68	39779,4411	47735,3293	2705001,995	3246002,392	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) (Codul produsului:GUESS 402-B + K091/P)/KENMAK İÇ VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKET/Turcia	CE	DITA ESTFARM S.R.L
65	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	bucată	4	51000	61200	204000	244800	T 8060/T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI/Turcia		Neotec
65	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	bucată	4	86000	103200	344000	412800	WANS 4050/Schroder Medical Ticaret AnonimSirketi/Turcia	DM000670134	AELO GRUP
65	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	bucată	4	86000	103200	344000	412800	IN44/OPTIUM MEDIKAL LTD. STI/Turcia	DM000499537	MED-M
65	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402	bucată	4	86024,3717	103229,246	344097,4868	412916,984	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 pozitii) cu cântar (Codul produsului:GUESS 402-C + K091/P)/KENMAK İÇ VE DIŞ TICARET ANONİM ŞİRKET/Turcia	CE	DITA ESTFARM S.R.L
66	Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare) 140420	bucată	36	15000	18000	540000	648000	Junior 3 /Meissa/ Turcia		Data Control SRL
66	Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare) 140420	bucată	36	15050	18060	541800	650160	TM-D 4056/Tur-med Hastane Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Sti./Turcia	DM000626998	AELO GRUP

66	Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare) 140420	bucată	36	15050	18060	541800	650160	Junior 4/Meissa/ Turcia		MED-M
70	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700	bucată	8	15000	18000	120000	144000	YC-130L/ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITE/ China		Neotec
70	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700	bucată	8	22300	26760	178400	214080	HYC-118A/Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. /China		SRL Endo-Chirurgie
70	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700	bucată	8	29950	35940	239600	287520	EKT 150/Emsas / Turcia		Data Control SRL
71	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	bucată	12	21200	25440	254400	305280	YC-315L/ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITE/China		Neotec
71	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	bucată	12	26950	32340	323400	388080	EKT 175/Emsas / Turcia		Data Control SRL
72	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	bucată	16	26380	31656	422080	506496	YC-395L/ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITE/China		Neotec
72	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	bucată	16	35000	42000	560000	672000	EKT 250 /Emsas / Turcia		Data Control SRL
72	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	bucată	16	36470	43764	583520	700224	HYC-309/Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. /China		SRL Endo-Chirurgie
73	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	bucată	4	27500	33000	110000	132000	HYC-410/Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. /China		SRL Endo-Chirurgie
73	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	bucată	4	42820	51384	171280	205536	YC-525L/ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITE/China		Neotec
73	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L 140730	bucată	4	49951	59941,2	199804	239764,8	EKT 425/EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S./ Turcia		SC"Imunotehnomed"SR L
74	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	bucată	4	42820	51384	171280	205536	YC-525L/ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITE/ China		Neotec
74	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	bucată	4	66481	79777,2	265924	319108,8	EKT 725 /EMSAS ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE TICARET A.S./T urcia		SC"Imunotehnomed"SR L
80	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	bucată	32	18500	22200	592000	710400	CM-6MT + rotor 24 Tub/Elmi-Tech/		ICS Eyecon Medical SRL
80	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	bucată	32	18820	22584	602240	722688	Centrifuga DM0424 + Rotor A24-15P (Cat.nr.19400101) +Adaptor A15P22 (Cat.nr.19500021)/DLAB /China		Profilabdiagnostic SRL
80	Centrifugă de laborator (24 tuburi) 150920	bucată	32	18830	22596	602560	723072	CM-75 plus 6M.02 ()rotor cu 24 locuri)/SIA EIMI / Letonia		IM Becor SRL

83	Coagulometru automat 151100	bucată	4	128000	153600	512000	614400	COATRON A4 (809000)/TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH/Germania	DM000391655	Sanmedico
83	Coagulometru automat 151100	bucată	4	223 023,55	267 628,26	892094,2	1070513,04	Auto Coagulation Analyzer C3100/Mindray/China		SRL Biosistem mld
84	Coagulometru semi-automat 151110	bucată	4	6000	7200	24000	28800	COATRON X PRO (81 101 20)/TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH/Germania	DM000428812	Sanmedico
84	Coagulometru semi-automat 151110	bucată	4	14 061,55	16 873,86	56246,2	67495,44	Semi automatic coag instrument CA-02 (Coagulometru semiautomat)/Clindiag /China		SRL Biosistem mld
86	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	bucată	344	487	584,4	167528	201033,6	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem; HT-100 Blood Glucose Test Strips /Tyson Byo/Taiwan	- DM000377194; DM000377195;	Profilabdiagnostic SRL
86	Glucometru (caracteristici de bază) 151200	bucată	344	580	696	199520	239424	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)+ ON CALL® LANCETS (C121-3041) +ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) /ACON LABORATORIE S INC./SUA	DM000399134 DM000415323 DM000399183	Sanmedico
91	Autorefractometru cu keratomie 170410	bucată	8	107500	129000	860000	1032000	KR-9600/Ningbo Ming Sing Optical/China	DM000332303	Ancotec-Sistem
91	Autorefractometru cu keratomie 170410	bucată	8	108300	129960	866400	1039680	RC-900/Potec/Tomey/Corea Sud/Germania	DM000663239	GBG-MLD SRL
92	Oftalmoscop direct 170500	bucată	32	6200	7440	198400	238080	Piccolight E56 LED, ref.01.28561.231 /KIRCHNER & WILHELM GMBH + CO. KG/Germania	DM000566485	GBG-MLD SRL
92	Oftalmoscop direct 170500	bucată	32	7721	9265,2	247072	296486,4	Gima P16 Sigma LED Ophthalmoscop e 2.5V rechargeable handle/ battery black 31582 +31587+ 31586/Gima /Italia		Tetis International Co. SRL
95	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110	bucată	4	825 147,80	990177,36	3300591,2	3960709,44	CORSIX R DR (Trade mark ItalRay SRL, Italia) /ALMAX IMAGING SRL S.R.L./Italia		Health Medical Solutions SRL
95	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110	bucată	4	1000000	1200000	4000000	4800000	MobileArtEvolution MX8 Version/SHIMADZU CORPORATION/Japonia		Neotec
95	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110	bucată	4	1197000	1436400	4788000	5745600	Matrix DR/Ibis SRL/ Italia	DM000373612	MEDEXCOM-TEH SRL
96	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază 210210	bucată	4	1253897,3	1 504 676,76	5015589,2	6018707,04	X-FRAME DR EZ /ITALRAY S.R.L./Italia	DM000501465	Health Medical Solutions SRL
96	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază 210210	bucată	4	1600000	1920000	6400000	7680000	Kaigen 65R/Listem Corporation/Coreea de Sud	DM000307826	MEDEXCOM-TEH SRL
96	Sistem radiografic digital (cu bucky	bucată	4	1612500	1935000	6450000	7740000	Perform-X F100/ Control-X Medical Zrt./Ungaria	DM000749043	AELO GRUP

	vertical), cerințe de bază 210210									
98	Sistem radiologic cu braț U 210230	bucată	4	1463652	1756382,4	5854608	7025529,6	DIAMOND-5A + accesorii/ DRGEM/Korea	DM000241743	SC"Imunotehnomed" SRL
98	Sistem radiologic cu braț U 210230	bucată	4	1505000	1806000	6020000	7224000	Z-Motion Universal Radiographic System/Control-X Medical Zrt./Ungaria	DM000749051	AELO GRUP
104	Sistem radiografic, digital, mamografie 210600	bucată	4	1642969	1971562,8	6571876	7886251,2	MAMMOGRAPH FFDM C- (Trademark ITALRAY SRL, Italia)/ METALTRONICA SPA/Italia	CE, ISO	Health Medical Solutions SRL
104	Sistem radiografic, digital, mamografie 210600	bucată	4	2040000	2448000	8160000	9792000	Helianthus C /Metaltronica SPA/Italia	DM000266626	MEDEXCOM-TEH SRL
105	Negatoscop un cadru 210700	bucată	4	4500	5400	18000	21600	BFAL 43.43 OR/Bieffe /Italia		ICS Eyecon Medical SRL
105	Negatoscop un cadru 210700	bucată	4	5372,664	6447,1968	21490,656	25788,7872	Negatoscop pentru un cadru (Codul produsului:K061)/KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET/Turcia	DM000692048	DITA ESTFARM S.R.L
105	Negatoscop un cadru 210700	bucată	4	5374	6448,8	21496	25795,2	27364(BFAL 43.43 OR)/GIMA s.p.a (produs Bieffe Italia S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
105	Negatoscop un cadru 210700	bucată	4	5400	6480	21600	25920	BFAL 43.43 OR/ Cod: 27364/BIEFFE ITALIA S.R.L./ Gima/Italia	DM000676127	GBG-MLD SRL
106	Negatoscop doua cadruri 210710	bucată	4	5500	6600	22000	26400	BFAL 43.90 OR/ Bieffe /Italia		ICS Eyecon Medical SRL
106	Negatoscop doua cadruri 210710	bucată	4	8597,7191	10317,2629	34390,8764	41269,0516	Negatoscop pentru două cadruri (Codul produsului:K062)/KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET/Turcia	DM000692050	DITA ESTFARM S.R.L
106	Negatoscop doua cadruri 210710	bucată	4	8599	10318,8	34396	41275,2	27366(BFAL 43.90 OR/VE/OV)/GIMA s.p.a(produs Bieffe Italia S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
106	Negatoscop doua cadruri 210710	bucată	4	8600	10320	34400	41280	BFAL 43.90 OR/ VE/OV / Cod: 27366/BIEFFE ITALIA S.R.L./ Gima/Italia	DM000676132	GBG-MLD SRL
107	Negatoscop un cadru cu LED 210720	bucată	4	6960	8352	27840	33408	BF LED 50.1/Bieffe / Italia		ICS Eyecon Medical SRL
107	Negatoscop un cadru cu LED 210720	bucată	4	7525	9030	30100	36120	44700 (BF LED 50.1)/ GIMA s.p.a (produs Bieffe Italia S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
108	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	bucată	12	10620	12744	127440	152928	BF LED 50.2/Bieffe / Italia		ICS Eyecon Medical SRL
108	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	bucată	12	10749	12898,8	128988	154785,6	44701,(BF LED 50.2)/ GIMA s.p.a(produs Bieffe Italia S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
110	Microscop binocular, simplu 250200	bucată	32	11500	13800	368000	441600	B-292/Optika Srl/Italia		ICS Eyecon Medical SRL

110	Microscop binocular, simplu 250200	bucată	32	13339,8	16007,76	426873,6	512248,32	BS.1152-EPL/Euromex/Olanda	DM000470136	Ecochimie
110	Microscop binocular, simplu 250200	bucată	32	14900	17880	476800	572160	bScope (BS.1152.EPLi) / Euromex /Olanda		Data Control SRL
111	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	bucată	8	54998,25	65997,9	439986	527983,2	BS.3153-PLi/Euromex/Olanda	DM000470143	Ecochimie
111	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	bucată	8	54999	65998,8	439992	527990,4	B-510LD4-M1220 /Optika Srl/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
111	Microscop cu fluorescență (binocular) 250220	bucată	8	55630	66756	445040	534048	bScope (BS.3153-PLi) /Euromex /Olanda		Data Control SRL
112	Microscop cu fluorescență (trinocular) 250230	bucată	4	54998,25	65997,9	219993	263991,6	BS.3153-PLi/Euromex/Olanda	DM000470143	Ecochimie
112	Microscop cu fluorescență (trinocular) 250230	bucată	4	55630	66756	222520	267024	bScope (BS.3153-PLi) /Euromex /Olanda		Data Control SRL
125	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210	bucată	32	16030	17460	512960	615552	SE 3 color/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499510	AELO GRUP
125	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210	bucată	32	16034	19240,8	513088	615705,6	H3 /Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
126	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile 260211	bucată	4	19250	23100	77000	92400	SE 3 color/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499510	AELO GRUP
126	Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe roțile 260211	bucată	4	19259	23110,8	77036	92443,2	H3 /Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
127	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220	bucată	16	14900	17880	238400	286080	SE-601B/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
127	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220	bucată	16	18600	22320	297600	357120	ECG100L /Cardioline / Italia		Data Control SRL
127	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza 260220	bucată	16	18660	23392	298560	358272	SE - 601B/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499500	AELO GRUP
128	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate 260221	bucată	20	14900	17880	298000	357600	SE-601B/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
128	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate 260221	bucată	20	18600	22320	372000	446400	ECG100L/Cardioline / Italia		Data Control SRL
128	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate 260221	bucată	20	19360	23232	387200	464640	SE - 601B/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499500	AELO GRUP
128	Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici avansate 260221	bucată	20	19360	23232	387200	464640	BES-607/BMV /China	DM000303010	Ancotec-Sistem

129	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile 260222	bucată	20	19800	23760	396000	475200	SE-601B/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
129	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile 260222	bucată	20	22590	27108	451800	542160	SE - 601B/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499500	AELO GRUP
129	Electrocardiograf 6 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile 260222	bucată	20	22590	27108	451800	542160	ECG100L + troliu /Cardioline / Italia		Data Control SRL
130	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	bucată	4	25000	30000	100000	120000	ECG1112M /SHENZHEN CAREWELL ELECTRONICS CO., LTD./China		Neotec
130	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	bucată	4	25000	30000	100000	120000	SE 1201/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
130	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	bucată	4	26550	31860	106200	127440	SE 1201/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499496	AELO GRUP
131	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231	bucată	20	29770	35724	595400	714480	SE 1201/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000499496	AELO GRUP
131	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231	bucată	20	30000	36000	600000	720000	ECG1112M /SHENZHEN CAREWELL ELECTRONICS CO., LTD./China		Neotec
137	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	bucată	80	24450	29340	1956000	2347200	X12/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
137	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	bucată	80	26255	31506	2100400	2520480	uMEC 120/Mindray/China	DM000669805	ÎM „Dutchmed-M” SRL
137	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	bucată	80	28370	34044	2269600	2723520	X12/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000577957	AELO GRUP
137	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	bucată	80	28370	34044	2269600	2723520	BMO 210D /BMV/China	DM000373127	Ancotec-Sistem
137	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320	bucată	80	28378	34053,6	2270240	2724288	STAR8000F cu accesorii adult/Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
138	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza	bucată	12	28350	34020	340200	408240	uMEC 120/Mindray/China	DM000669805	ÎM „Dutchmed-M” SRL

	cu accesorii Adult, Pediatric) 260330									
138	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	bucată	12	29750	35700	357000	428400	X12/EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
138	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	bucată	12	31470	37764	377640	453168	X12/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000577957	AELO GRUP
138	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric) 260330	bucată	12	31476	37771,2	377712	453254,4	STAR8000F cu accesorii adult, pediatric/Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	87500	105000	700000	840000	ePM15/Mindray/China	DM000225919	IM „Dutchmed-M” SRL
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	94000	112800	752000	902400	iX15 /EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	119 150,70	142 980,84	953205,6	1143846,72	UM 300-15-S/UTAS TECHNOLOGIES S.R.O/Slovacia	DM000373411	Health Medical Solutions SRL
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	155870	187044	1246960	1496352	Venus / Northern Meditec/China	DM000528554	Ancotec-Sistem
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	155875	187050	1247000	1496400	IX 15/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000577954	AELO GRUP
139	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360	bucată	8	155875	187050	1247000	1496400	N15 cu accesorii adult/Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
140	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) 260370	bucată	4	105000	126000	420000	504000	iX15 /EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL

140	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) 260370	bucată	4	130260	156312	521040	625248	IX 15/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000577954	AELO GRUP
141	Pulsoximetru Nou-nascut, staționar 260400	bucată	12	8400	10080	100800	120960	BT-720 /Bistos /Coreea		Data Control SRL
141	Pulsoximetru Nou-nascut, staționar 260400	bucată	12	10640	12768	127680	153216	BT-720 /Bistos /Coreea		ICS Eyecon Medical SRL
142	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410	bucată	16	6500	7800	104000	124800	BT-720 /Bistos /Coreea		Data Control SRL
142	Pulsoximetru, Adult, Pediatric, staționar 260410	bucată	16	11500	13800	184000	220800	BT-720 /Bistos /Coreea		ICS Eyecon Medical SRL
143	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut 260420	bucată	24	5800	6960	139200	167040	BT-710 /Bistos /Coreea		Data Control SRL
143	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut 260420	bucată	24	6000	7200	144000	172800	H100B /EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
143	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut 260420	bucată	24	9120	10944	218880	262656	H100B/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000149244	AELO GRUP
143	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut 260420	bucată	24	9124	10948,8	218976	262771,2	Moretti Pulsoximetru LTD822+ 2 buc sensor neonatal LDR204+ bloc alimentare si baterii LTD822R/Moretti s.p.a (prod . Edan Instruments, Inc.)/Italia,China		Tetis International Co. SRL
144	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	148	6200	7440	917600	1101120	BT-710 /Bistos /Coreea		Data Control SRL
144	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	148	6250	7500	925000	1110000	H100B /EDAN/China		ICS Eyecon Medical SRL
144	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	148	9220	11064	1364560	1637472	H100B/EDAN INSTRUMENTS, INC./China	DM000149244	AELO GRUP
144	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	148	9220	11064	1364560	1637472	N2 Type30/BMV/China	DM000373603	Ancotec-Sistem
144	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric 260430	bucată	148	9222	11066,4	1364856	1637827,2	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430-Moretti Pulsoximetru LTD822+ SENSOR adult LDR200+senso r pediatric LDR203+ bloc alimentare si baterii LTD822R/Moretti s.p.a (prod . Edan Instruments, Inc.)/Italia,China		Tetis International Co. SRL

146	Spirograf 260500	bucată	28	42000	50400	1176000	1411200	Spirolab 911080 / M.I.R. Srl/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
146	Spirograf 260500	bucată	28	48000	57600	1344000	1612800	Spirolab/Mir S.R.L. -MEDICAL INTERNATI ONAL RESEARCH/Italia	DM000323215	X-Lab Solutions
146	Spirograf 260500	bucată	28	49920	59904	1397760	1677312	Spirolab/MIR S.R.L. -MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH/Italia	DM000323215	AELO GRUP
146	Spirograf 260500	bucată	28	49920	59904	1397760	1677312	Spirolab/MIR /Italia		Data Control SRL
146	Spirograf 260500	bucată	28	49923	59907,6	1397844	1677412,8	SPIROLAB/MIR S.R.L./Italia		Tetis International Co. SRL
148	Termometru mecanic 260600	bucată	12 996	37,5	45	487350	584820	Termometru fara mercurModel: CR.W00 /Wuxi MedicalInstrument Factory Co., Ltd./China	DM000213618	ICS "Farmina" SRL
148	Termometru mecanic 260600	bucată	12 996	40	48	519840	623808	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L /Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000372621	IM Natusana SRL
148	Termometru mecanic 260600	bucată	12 996	42	50,4	545832	654998,4	25586/Gima Spa (prod.Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd/Italia,China		Tetis International Co. SRL
149	Termometru digital 260610	bucată	1 608	33,85	40,62	54430,8	65316,96	TERMOMETRU DIGITAL MEDLINE FLEXIBLE, MC-202 /Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd/China	DM000699602	ICS "Farmina" SRL
149	Termometru digital 260610	bucată	1 608	57	68,4	91656	109987,2	DT-008 /Berrcom/ China		MED-M
149	Termometru digital 260610	bucată	1 608	60	72	96480	115776	GT004-264 Termometru electronic digital/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000239857	IM Natusana SRL
149	Termometru digital 260610	bucată	1 608	68	81,6	109344	131212,8	FT09/1 /Beurer GmbH/Germania		Tetis International Co. SRL
150	Termometru digital cu infrarosu 260620	bucată	32	600	720	19200	23040	JXB-178/Berrcom/ China	DM000269936	MED-M
150	Termometru digital cu infrarosu 260620	bucată	32	800	960	25600	30720	GT004-254/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000239867	IM Natusana SRL
150	Termometru digital cu infrarosu 260620	bucată	32	1030	1236	32960	39552	FT65 /Beurer GmbH/Germania		Tetis International Co. SRL
153	Tensiometru Adult 260700	bucată	320	120	144	38400	46080	MC-20(-50) /WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD./China	DM000571831	MED-M
153	Tensiometru Adult 260700	bucată	320	145	174	46400	55680	TENSIOMETRU MECANIC CU STETOSCOPI, MC- 50C/Wuxi ExanovoMedical InstrumentCo., Ltd/China	DM000504899	ICS "Farmina" SRL
153	Tensiometru Adult 260700	bucată	320	161	193,2	51520	61824	DM330/Moretti s.p.a (prod.Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd./Italia, China		Tetis International Co. SRL
154	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	bucată	3 344	160	192	535040	642048	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonendoscop/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000239895	IM Natusana SRL

154	Tensiometru Adult cu fonosocop 260710	bucată	3 344	160	192	535040	642048	TENSIOMETRUMECANIC Medline Custetoscop, MC-50A/Wuxi Exanovo Medical InstrumentCo., Ltd./China	DM000213605	ICS "Farmina" SRL
154	Tensiometru Adult cu fonosocop 260710	bucată	3 344	160	192	535040	642048	MC-20(-50) ZY1002/WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD./China	DM000571831 DM000571833	MED-M
154	Tensiometru Adult cu fonosocop 260710	bucată	3 344	193	231,6	645392	774470,4	DM333/Moretti s.p.a (prod.Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd./Italia,China		Tetis International Co. SRL
155	Tensiometru Pediatric 260720	bucată	28	200	240	5600	6720	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000239895	IM Natusana SRL
155	Tensiometru Pediatric 260720	bucată	28	232	278,4	6496	7795,2	DM330/Moretti s.p.a (prod.Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd./Italia,China		Tetis International Co. SRL
156	Tensiometru Pediatric cu fonosocop 260730	bucată	88	200	240	17600	21120	GT001-110 Tensiometru cu manjeta Pediatrica (GT001-402 +GT001-403)/Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD/China	DM000239895	IM Natusana SRL
156	Tensiometru Pediatric cu fonosocop 260730	bucată	88	225	270	19800	23760	DM333/Moretti s.p.a (prod.Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd./Italia, China		Tetis International Co. SRL
163	Cardiomonitor fetal 260800	bucată	16	28000	33600	448000	537600	BT-350L/Bistos / Coreea		ICS Eyecon Medical SRL
163	Cardiomonitor fetal 260800	bucată	16	31200	37440	499200	599040	BT-350L/Bistos /Coreea		Data Control SRL
163	Cardiomonitor fetal 260800	bucată	16	44140	52968	706240	847488	C22/SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD/China	DM000560581	AELO GRUP
163	Cardiomonitor fetal 260800	bucată	16	44143	52971,6	706288	847545,6	C22/Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd./China		Tetis International Co. SRL
164	Audiometru 260900	bucată	4	56000	67200	224000	268800	33624/GIMA SpA/ Italia		ICS Eyecon Medical SRL
164	Audiometru 260900	bucată	4	75480	90576	301920	362304	SIBEL SOUND 400 AOM+/SIBEL S.A.U./Spania	DM000511946	EDELMED
164	Audiometru 260900	bucată	4	78000	93600	312000	374400	10163: Harp model Plus/Iventis/Italia		MED-M
167	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	bucată	8	47500	57000	380000	456000	STR-23/TEK-BAL TIBBI CIHAZLAR SAN TIC STI/Turcia		Neotec
167	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	bucată	8	54800	65760	438400	526080	Phoenix Blu LED Printer 24L/Guarisco Medical Sterilizer/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
167	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	bucată	8	71680	86016	573440	688128	Mast MK 24/Shinva/ China		SC ERICON SRL
170	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum 270140	bucată	4	465000	558000	1860000	2232000	ADELA-2 CKK 100 L/Sumer /Turcia		ICS Eyecon Medical SRL

170	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum 270140	bucată	4	476250	571500	1905000	2286000	XG1.UCD100/ Shinva/China		SC ERICON SRL
171	Autoclav 400 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum (caracteristici avansate) 270240	bucată	4	759 599,00	911 518,80	3038396	3646075,2	SMB-DSD-450/Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Insaat Gida Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd Sti/Turcia	DM000358735	Health Medical Solutions SRL
171	Autoclav 400 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum (caracteristici avansate) 270240	bucată	4	830000	996000	3320000	3984000	ADELA 2CCK 425L/Sumer /Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
173	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușa 270260	bucată	8	295000	354000	2360000	2832000	AWD 655-8L with Drying/ AT-OS Srl/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
173	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușa 270260	bucată	8	354 313,20	425 175,84	2834505,6	3401406,72	WD-8LTrade mark PROHS (Portugalia)/ AT-OS S.R.L./Italia	DM000638822	Health Medical Solutions SRL
174	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușa 270270	bucată	4	429 896,40	515 875,68	1719585,6	2063502,72	WD-8 /Sterilmed Medical Elektrik Elektronik Otomasyon Insaat Gida Sanayi Ve Dis Ticaret Ltd Sti/Turcia	DM000358765	Health Medical Solutions SRL
174	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușa 270270	bucată	4	429900	515880	1719600	2063520	AWD 655-10A/ AT-OS Srl/Italia		ICS Eyecon Medical SRL
181	Distilator cu mono distilare 4L 270410	bucată	8	29500	35400	236000	283200	M4/Elkro Mag/ Turcia		IM Becor SRL
181	Distilator cu mono distilare 4L 270410	bucată	8	34000	40800	272000	326400	MDD-8000 /Mikrotest/ Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
182	Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor 270420	bucată	16	29500	35400	472000	566400	M4/Elkro Mag/ Turcia		IM Becor SRL
182	Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor 270420	bucată	16	32049	38458,8	512784	615340,8	MDD-8000 /Mikrotest/ Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
183	Distilator cu mono distilare 8L 270430	bucată	4	29835	35802	119340	143208	ND 12/Nuve / Turcia	ISO, CE	GBG-MLD SRL
183	Distilator cu mono distilare 8L 270430	bucată	4	39600	47520	158400	190080	MDD-8008/Mikrotest/ Turcia		ICS Eyecon Medical SRL
198	Dispozitiv de reprocessarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor 290420	bucată	4	400000	480000	1600000	1920000	MED-ISA /Cantel/Steris/ Italia		Data Control SRL

198	Dispozitiv de reprocessarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor 290420	bucată	4	540000	648000	2160000	2592000	Soluscope Serie 4/ Soluscope/ Ecolab/Ftanta		SC ERICON SRL
200	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă 300100	bucată	4	485000	582000	1940000	2328000	Consona N9 /Mindray/ China	DM000350292	ÎM „Dutchmed-M” SRL
200	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă 300100	bucată	4	498 448,00	598 137,60	1993792	2392550,4	VINNO R700 /VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD./China	DM000683380	Health Medical Solutions SRL
200	Ultrasonograf General, Cardiac, performanță înaltă 300100	bucată	4	570000	684000	2280000	2736000	X Cube 70/ ALPINION MEDICAL SYSTEMS CO., LTD/Coreea de Sud		Neotec
201	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă 300120	bucată	4	429000	514800	1716000	2059200	Consona N9 /Mindray/China	DM000350292	ÎM „Dutchmed-M” SRL
201	Ultrasonograf General, Cardiac, Vascular, performanță înaltă 300120	bucată	4	478 093,20	573 711,84	1912372,8	2294847,36	VINNO R700 /VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD./China	DM000683380	Health Medical Solutions SRL
206	Incubator pentru nou-născuți 300600	bucată	12	251 048,80	301 258,56	3012585,6	3615102,72	YP-2200B/NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD/China		Health Medical Solutions SRL
206	Incubator pentru nou-născuți 300600	bucată	12	271285	325542	3255420	3906504	OKM 801 + accesorii/ OKUMAN Medikal Sistemler/ Turcia		SC"Imunotehnomed" SRL
212	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	bucată	20	72000	86400	1440000	1728000	PhysioGo 300A /Astar/Polonia	DM000663210	GBG-MLD SRL
212	Dispozitiv pentru electroterapie 400140	bucată	20	81 292,90	97 551,48	1625858	1951029,6	MODULO PLUS/ FISIOLINE SRL/Italia		Health Medical Solutions SRL

Pentru lotul nr. 1 Mașină de anestezie (caracteristici avansate) 110130

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 2 Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)110310

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Porturi I/O cu conector aer, obligatoriu s-a oferit fără conector aer.

S-a solicitat: Sursă de aer cu activare automată la absența presiunii de intrare a aerului s-a oferit fără funcționalitatea solicitată"

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Porturi I/O cu conector aer, obligatoriu. S-a oferit fără conector aer.

S-a solicitat: Sursă de aer cu activare automată la absența presiunii de intrare a aerului. S-a oferit fără funcționalitatea solicitată

Pentru lotul nr. 3 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de bază)110320

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Gama de control/setări, Flux inspir diapazon min. 6-180 L/min s-a oferat Se oferă: Adjusting range VTH 7 L/min ~ 60 L/min VTL 2 L/min ~ 30 L/min, p106m;

S-a solicitat Gama de control/setări, PEEP/CPAP, diapazon min. 0-45 cm H₂O s-a oferat PEEP Adjusting range 0 cmH₂O ~ 40 cmH₂O CPAP Adjusting range 0 cmH₂O ~ 20 cmH₂O, p105m"

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Gama de control/setări, Timpul maxim activ al butonului 100 % O₂, 2 min. s-a oferat The O₂ Key on the front panel when pressed, increases oxygen concentration above the set level for 3 minutes and available in all ventilation mode., p11rm (p70)

S-a solicitat Alarmer pacient, Inversare IE, obligatoriu s-a oferat „Inverse I:E Ration page 45”, însă nu s-a prezentat pagina 45 din manual."

Pentru lotul nr.4 Ventilator pulmonar adult, pediatric (caracteristici avansate)110330

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Gama de control/setări, Flux inspir, diapazon min. 6-180 L/min. s-a oferat Adult, Pediatric: 0.5 L/min - 20.0 L/min: ± (1 L/min + 10 % of set value) Neonate: 0.1 L/min - 5.0 L/min: ± (0.2 L/min + 10 % of set value), p163m Rated flow requirement 120 L/min, p157m.

S-a solicitat Gama de control/setări, Presiune inspir, diapazon min. 1-100 cm H₂O. s-a oferat P_{insp} ± (2 cmH₂O + 5 % of set value), p163m P_{insp} Adult, Pediatric: 5 cmH₂O - 80 cmH₂O ; Neonate: 1 cmH₂O - 80 cmH₂O, p160m."

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că operatorul economic a modificat codul produsului ofertat inițial în „ eVolution Ultra” în „ eVolution 3e Ultra.”.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Gama de control/setări, Presiune inspir, diapazon min. 1-100 cm H2O. s-a ofertat Pinsp Dual tube: 1~80cmH2O, p2d

S-a solicitat Gama de control/setări, Suport presiune, diapazon min. 0-100 cm H2O. s-a ofertat Psupp 0~80cmH2O, p2d"

Pentru lotul nr. 5 Ventilator transport Adult, pediatric, neonatal (caracteristici avansate)110350

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Nivelul de presiune diapazon min. 0-80 cm H2O. S-a oferit Nivelul de presiune diapazon min. 0-50 cm H2O.

S-a solicitat: Presiune în rampe obligatoriu. S-a oferit fără funcționalitatea solicitată

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Volum total diapazon min. 15-1,000. S-a oferit Volum total diapazon 20-4000 mL - DataSheet TV50/ Controlled Parameters/ TV pag. 1.

Pentru lotul nr. 12 Butelie oxigen pînă la 5 L 110510

Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Volum \geq 5 litri. S-a oferit Volum 4 litri.

Pentru lotul nr. 13 Laringoscop adult standard 110600

Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **SRL Biosistem mld** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 14 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610

Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 15 Laringoscop adult pentru intubații dificile 110620

Oferta operatorului economic **LISMEDFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 16 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100

Oferta operatorului economic **Vipromed Service** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 17 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110

Oferta operatorului economic **Vipromed Service** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180°. S-a oferit: Backrest movement range 109°- 172°.

S-a solicitat: Scaler cu minim 6 vârfuri cu iluminare LED obligatoriu. S-a oferit: WP scaler, EMS compatible with 5 tips included

S-a solicitat: Compresor Putere $\geq 1,5$ kw S-a oferit: model cu 1.1 kW"

Pentru lotul nr. 18 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) 120120

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Vipromed Service** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180°. S-a oferit: Backrest movement range 109°- 172°.

S-a solicitat: Compresor Putere $\geq 1,5$ kw S-a oferit: model cu 1.1 kW

S-a solicitat: Monitor ≥ 19 S-a oferit: Monitor 24 V, color, 15", with glass protection."

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 19 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) 130100

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Se oferă: Ajustarea înălțimii 72 până la 147 cm.

S-a solicitat: Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. Se oferă: acoperire cu o folie termocontractibilă albă

S-a solicitat: Baza cu acoperire anticorozivă Se oferă: În sursa de informații nu s-a găsit nicio mențiune, iar pe baza clarificărilor nu au fost furnizate informații care să confirme acest aspect."

Pentru lotul nr. 20 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) 130110

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm. S-a oferat Declarativ după clarificări ""Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1130-1800 mm(catalog).

S-a solicitat: Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm: minim 60 000 lux Se oferă: Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm: minim 35 000 lux.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm S-a oferat Ajustarea înălțimii 80 până la 170 cm.

S-a solicitat: Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala. S-a oferat În urma clarificărilor nu s-a primit informație confirmativă.

S-a solicitat: Baza cu acoperire anticorozivă S-a oferat În sursa de informații nu s-a găsit nicio mențiune, iar pe baza clarificărilor nu au fost furnizate informații care să confirme acest aspect.

S-a solicitat: Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad S-a oferat În sursa de informații nu s-a găsit nicio mențiune, iar pe baza clarificărilor nu au fost furnizate informații care să confirme acest aspect.

S-a solicitat: Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii: obligatoriu s-a oferat Declarativ după clarificări Nu dispune de miner.

Pentru lotul nr. 21 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici avansate) 130120

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că lipsește oferta din formularul specificațiilor tehnice și de preț.

Pentru lotul nr. 26 Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) 130200

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm, Diametrul ajustabil, diapazon minim 24 - 33 cm s-a ofertat 250-300 mm, p2c.

Pentru lotul nr. 27 Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici de baza) 130230

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului , cm, Diametrul ajustabil, diapazon minim 24 - 33 cm s-a ofertat 250-300 mm, p2c.

Pentru lotul nr. 27 Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici de baza) 130230

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm, Distanța de lucru, 0.7-1.4 m s-a ofertat Rotația, 360 grade.

S-a solicitat Ajustare pe verticală, cm, ≥ 70 . S-a ofertat Creșterea temperaturii în câmpul operator, $< 1^\circ \text{C}$

S-a solicitat la toate 4 puncte: „Vezi scrisoare de la producător „lot26-28_Inspital Declaration” și ultima versiune de specificații tehnice: - lot26_LD10.01 datasheet 2025”. Nu poate fi confirmat. Nu s-a prezentat documentul: „lot26-28_Inspital Declaration”.”

Pentru lotul nr. 28 Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici avansate) 130250

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm, Diametrul ajustabil, diapazon minim 24 - 33 cm s-a ofertat 250-300 mm, p2c;

Pentru lotul nr. 29 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic. Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi, în formularul specificației tehnice nu a fost indicat modelul dispozitivului oferat.

Pentru lotul nr. 30 Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici medii) 130270

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat 1. Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal, $\geq 30 \mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$.

2. Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv, $\geq 55 \mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$

3. Suprafața de iradiere la 30 cm, $\geq 50 \times 20 \text{ cm}$.

S-a ofertat

1. Low : $25 \sim 35 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, specificații

2. High : $35 \sim 55 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, specificații

3. Effective Surface Area 40 x 20cm, specificații"

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat

1. Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal, $\geq 30 \mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$.

2. Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv, $\geq 55 \mu\text{W} / \text{cm}^2 / \text{nm}$

3. Suprafața de iradiere la 30 cm, $\geq 50 \times 20 \text{ cm}$.

S-a ofertat

1. Low : 25 ~ 35 μ W/cm²/nm, specificații
2. High : 35 ~ 55 μ W/cm²/nm, specificații
3. Effective Surface Area 40 x 20cm, specificații"

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns complet la clarificările solicitate prin demersul CAPCS, nu a prezentat nici un document confirmativ.

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic. Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi, în formularul specificației tehnice nu a fost indicat modelul dispozitivului oferat.

Pentru lotul nr. 31 Aspirator toracal 130310

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Accesorii Filtru antibacterian 15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit s-a ofertat Conform anexei specificații tehnice se declară "Filtru antibacterian ""15 buc., (SP.0121)", conform manualului tehnic prezentat nu se identifică compatibilitatea filtrului ofertat cu modelul de aspirator ofertat New Askir 30".

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Accesorii Filtru antibacterian 15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit s-a ofertat Conform anexei specificații tehnice, filtrul antibacterian (15 buc, cod SP.0047) este declarat „ANTIBACTERIAL & HYDROPHOBIC FILTER”. Totuși, manualul tehnic anexat la ofertă indică faptul că acest cod (SP.0047) corespunde modelului NEW HOSPIVAC 400, nu modelului New Askir 30 declarat."

Pentru lotul nr. 34 Aspirator chirurgical (performanță medie) 130340

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat vas colector cu capacitatea Capacitatea, $L \geq 4 L$ s-a oferat 210351/01 de 2 litri.

Pentru lotul nr. 35 Aspirator chirurgical (performanță avansată) 130350

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat vas colector cu capacitatea Capacitatea, $L \geq 4 L$ s-a oferat 210351/01 de 2 litri.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi,

Pentru lotul nr. 36 Dispozitiv pentru vacuumterapia plagilor 130360

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Vacuum Limita minimă ≤ 10 mm Hg s-a oferat 20mmHg;

s-a solicitat cu Filtru antibacterial, hidrofoab obligatoriu s-a oferta fără.

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Vacuum Limita minimă ≤ 10 mm Hg s-a oferat 25mmHg;

s-a solicitat cu Filtru antibacterial, hidrofoab obligatoriu s-a oferat fără filtru ;

s-a solicitat Timp de operare pe bateria internă ≥ 24 h s-a oferit 6 ore;

Pentru lotul nr. 39 Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 40 Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: "S-a solicitat: Cardiostimulare externă (Pacemaker) Rata de stimulare diapazon min. 30-200 bpm, ± 1 bpm. S-a oferit: Pacing rate: 40bpm~170bpm with accuracy of $\pm 1.5\%$.

S-a solicitat: Cardiostimulare externă (Pacemaker) Rezoluția, curent de ieșire 1 mA. S-a oferit: Our DFM 600 Defibrillator + Monitor (item 40) has the external cardiostimulation (Pacemaker) with the resolution of the output current of 5 mA."

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Cardiostimulare externă (Pacemaker) Rata de stimulare diapazon min. 30-200 bpm, ± 1 bpm. S-a oferit: From 30 PPM to 180 PPM (increments of 5 PPM), accuracy $\pm 2\%$

S-a solicitat: Cardiostimulare externă (Pacemaker) Rezoluția, curent de ieșire 1 mA s-a oferit: - From 5 mA to 200 mA(resolution of 5 mA), accuracy 10%.

S-a solicitat: Cardiostimulare externă (Pacemaker) Curentul de ieșire diapazon min. 1 - 200 mA.

S-a oferit: Amplitude - From 5 mA to 200 mA(resolution of 5 mA), accuracy 10%."

Pentru lotul nr. 41 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Selectarea volumului infuzat obligatoriu . S-a oferit: model fără modul de lucru solicitat.

S-a solicitat: Calcularea dozei/medicament . S-a oferit: model fără modul de lucru solicitat.

Pentru lotul nr. 42 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510

Oferta operatorului economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h. S-a oferit: Autonomia bateriei ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h .

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Nivelul presiunii de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg s-a oferit: Pressure Intensity (mmHg) 150 - 975.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat: Selectarea volumului infuzat obligatoriu . S-a oferit: model fără modul de lucru solicitat. S-a solicitat: Calcularea dozei/medicament . S-a oferit: model fără modul de lucru solicitat.

Pentru lotul nr. 43 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: "S-a solicitat: Jurnal de evidență, cu evenimente stocate: butoane apășate, coduri de eroare, alarme, medicamente injectate, cantitatea infuzată, setări bolus solicitat. S-a oferit: model fără confirmarea evenimentelor. S-a solicitat: Moduri de infuzie – dozare în timp și modul crescător și descrescător. S-a oferit: model fără modurile de lucru solicitate."

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 44 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat: Jurnal de evidență, cu evenimente stocate: butoane apășate, coduri de eroare, alarme, medicamente injectate, cantitatea infuzată, setări bolus solicitat. S-a oferit: model fără confirmarea evenimentelor.

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 47 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm s-a oferit Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documentele tehnice. În urma clarificărilor, nu s-a primit răspuns.

S-a solicitat: Alimentare rețea 220V, 50Hz.

S-a oferat Alimentare pe bază de baterie. S-a solicitat: Autocalibrare obligatoriu. Se oferă: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documentele tehnice. În urma clarificărilor, nu s-a primit răspuns. s-a solicitat achiziționarea dispozitivelor medicale conform documentelor prezentate bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat achiziționarea dispozitivelor medicale conform documentelor prezentate bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Pentru lotul nr. 48 Cântar electronic pentru adulți (220V) 130710

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat achiziționarea dispozitivelor medicale conform documentelor prezentate bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Pentru lotul nr. 49 Cântar electronic pentru adulți (baterie) 130720

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Ecran LCD $\geq 65 \times 25$ mm Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documentele tehnice cerințele tehnice. În urma clarificărilor, nu s-a primit răspuns.

S-a solicitat: Alimentare rețea 220V, 50Hz.

S-a oferat Alimentare pe bază de baterie. S-a solicitat: Autocalibrare obligatoriu. Se oferă: Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documentele tehnice. În urma clarificărilor, nu s-a primit răspuns. s-a solicitat achiziționarea dispozitivelor medicale conform documentelor prezentate bunul oferat nu este dispozitiv medical.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat achiziționarea dispozitivelor medicale conform documentelor prezentate bunul ofertat nu este dispozitiv medical.

Pentru lotul nr. 50 Cântar mecanic, pentru adulți 130730

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat: Precizie ≤ 100 gr. S-a oferit: precizia 1 kg.

Pentru lotul nr. 51 Cântar mecanic cu taliometru, pentru adulți 130740

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Cântar mecanic cu taliometru, pentru adulți s-a ofertat Cântar electronic pentru bebeluși și copii Momert (Momert electronic baby and child scale).

Pentru lotul nr. 60 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS

Pentru lotul nr. 61 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) 140380

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 15 . S-a oferit: Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 13 ;

S-a solicitat Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 15 . S-a oferit: Antitredelinburg cu ajutorul unui amortiztor ≥ 13 ;

S-a solicitat Reglabilă pe înălțime diapazon minim 55 - 80 cm. S-a oferit: 65 - 90 cm;

Pentru lotul nr. 62 Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 63 Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 64 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 65 Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) caracteristici avansate cu cântar 140402

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: S-a solicitat Cântar încorporat obligatoriu s-a oferit model fără Cântar încorporat.

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic.

Pentru lotul nr. 66 Pat pediatric (electric) pentru adolescenți (secția reanimare) 140420

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic. Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi, în formularul specificației tehnice nu a fost indicat modelul dispozitivului oferat.

Pentru lotul nr. 67 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, documentele atașate la ofertă nu sunt semnate electronic. Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi,.

Pentru lotul nr. 68 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L 140600

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 69 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L 140620

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 70 Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L 140700

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 71 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 72 Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 300-400L 140720

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 74 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că Oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi, în formularul specificației tehnice nu a fost indicat modelul dispozitivului oferat.

Pentru lotul nr. 76 Frigider pentru vaccini 40-60L 140860

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că operatorul economic a retras oferta pentru lotul nr. 76.

Pentru lotul nr. 77 Frigider pentru vaccini 95-130L 140880

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că operatorul economic a retras oferta pentru lotul nr. 77.

Pentru lotul nr. 78 Hemoglobinometru (caracteristici de bază) 150800

Oferta operatorului economic **Sanmedico** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 79 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910

Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Viteza de rotație, Maximală, rpm \geq 6000 s-a ofertat 4500, p1d; 300-4500 rpm, p8m.

Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Viteza de rotație, Maximală, rpm \geq 6000 s-a ofertat 4500, p1d; 300-4500 rpm, p8m.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 81 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930

Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 82 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950

Oferta operatorului economic **IM Becor SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 83 Coagulometru automat 151100

Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 85 Coagulometru portabil 151120

Oferta operatorului economic **Medist Grup SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 86 Glucometru (caracteristici de bază) 151200

Oferta operatorului economic **Pharmony SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 88 Lampă cu fantă 170100

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că operatorul economic a retras oferta pentru lotul nr. 88.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă s-a ofertat 1-14 mm continuously variable, p5aio;

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă s-a oferit 12mm (1mm – 12mm continuously variable), p6b.

Pentru lotul nr. 92 Oftalmoscop direct 170500

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 95 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) 210110

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 96 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe de bază 210210

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat

1. S-a solicitat Detector digital plat Mărimea detector cm $\geq 35 \times 43$ s-a oferit Vivix-S 3543VW.

Conform răspunsului la scrisoare de clarificare și confirmării primite de la producător dispozitivul este compatibil cu Vivix-S 3643VW.

2. S-a solicitat Administreează Parametrii generator. Posibilitatea de setare a parametrilor generatorului sunt prezentate din manualul de service pentru ingineri. Conform cerinței se solicită un dispozitiv digital cu posibilitatea de administrare a parametrilor generatorului de la PC Tehnician radiolog de către utilizator.

3. S-a solicitat Administrarea Colimator. Posibilitatea de setare colimatorului este prezentată din manualul de service pentru ingineri. Conform cerinței se solicită un dispozitiv digital cu posibilitatea de administrare a parametrilor colimatorului de la PC Tehnician radiolog de către utilizator.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Mișcarea mesei Longitudinală, cm ± 50 s-a oferit $\pm 500\text{mm} \pm 10\text{mm}$, pag.21.
2. S-a solicitat Mișcarea mesei Laterală, cm minim ± 12 s-a oferit $\pm 12\text{mm} \pm 5\text{mm}$, pag.21
3. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei motorizat s-a oferit Mechanical -350mm $\pm 10\text{mm}$ with standard tray, pag.21.

Pentru lotul nr. 97 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei motorizat în urma scrisorii de clarificare a fost oferit un alt data-sheet pentru un produs cu o altă versiune decât cea în ofertă. În formular F4,1 cu dosarul depus este Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type (analogic) în care dispozitivul nu are performanța solicitată. După clarificări a fost oferit Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type VIVIX-S (digital) în care dispozitivul conține performanța solicitată.

2. S-a solicitat Sincronizare automată cu tubul radiologic

(exemplu autopозиționare, Auto-tracking) Obligatoriu. Performanța tehnică este posibilă doar cu suportul „CH-200M”, aceasta nu este inclusă în ofertă. (Tracking device (BK-120M/BK-120MK) (not shown)

The following functions are available when combined with the X-ray tube support CH-200M.) Conform ofertei se propune „X-Ray Tube Support

FH-20HR”.

3. S-a solicitat Detector digital plat Mărimea detector cm $\geq 43 \times 43$. Detectorul oferit nu se regăsește în product data producătorului. X-ray nu este proiectat și certificat să utilizeze casete digitale.

Se oferă un alt data-sheet al altei versiuni de produs. În formular F4,1 cu dosarul depus este Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type (analogic) în care dispozitivul nu are performanța solicitată.

După clarificări a fost oferit Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type VIVIX-S (digital) în care dispozitivul conține performanța solicitată.

4. S-a solicitat Colimator Ecran. Colimatorul oferit „R300” nu este prevăzut și certificat de producător pentru modelul oferit conform product data pag. 3. Producătorul prevede pentru acest produs doar colimatorul „X-ray Collimator R-20J”. Din descrierea de la pagina 10 colimatorul R-20J nu dispune de ecran.

5. S-a solicitat Suspensia tubului Instalare/fixare podea

tip motorizat în urma scrisorii de clarificare a fost oferit un alt data-sheet pentru un produs cu o altă versiune decât cea în ofertă. În formular F4,1 cu dosarul depus este Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type (analogic) în care dispozitivul nu are performanța solicitată. După clarificări a fost oferit Data-Sheetul pentru RADspeed Pro MF Type VIVIX-S (digital) în care dispozitivul conține performanța solicitată.

6. S-a solicitat Administrează Parametrii generator s-a oferit VXXvue Service Manual Anexa 1

Posibilitatea de setare a parametrilor generatorului sunt prezentate din manualul de service pentru ingineri. Conform cerinței se solicită un dispozitiv digital cu posibilitatea de administrare a parametrilor generatorului de la PC Tehnician radiolog de către utilizator.

7. S-a solicitat Administrează Colimator. Posibilitatea de setare colimatorului este prezentate din manualul de service pentru ingineri. Conform cerinței se solicită un dispozitiv digital cu posibilitatea de administrare a parametrilor colimatorului de la PC Tehnician radiolog de către utilizator."

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Mișcarea mesei Longitudinală, cm ± 55 s-a oferit $\pm 550\text{mm} \pm 10\text{mm}$, pag.21.

2. S-a solicitat Mișcarea mesei Laterală, cm minim $\pm 12,5$ s-a oferit $\pm 125\text{mm} \pm 5\text{mm}$, pag.21
3. S-a solicitat Sistemul BUCKY a mesei motorizat s-a oferit Mechanical -350mm $\pm 10\text{mm}$ with standard tray, pag.21.
4. S-a solicitat Intensitatea maximă la 100 kV ≥ 650 mA s-a oferit 640mA@106kV, pag.18.

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS. Totodată, nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat Controlul automat al expunerii (AEC) minim 4 câmpuri s-a oferit 3 câmpuri cod 210211, (D-4788 pag. 11 - Varex - ICX-1153);
2. S-a solicitat Pachet DICOM transmitere min 10 noduri DICOM, conform scrisorii de clarificare s-a oferit „Vom putea transfera Date de tip DICOM către alte stații de diagnostic “minim 5” atât stații de diagnostic de la producătorul cit si de la alti producători care utilizează DICOM. Pag. 159 technical manual dicompacs dx-r 8.0”.

Oferta operatorului economic MEDEXCOM-TEH SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 99 Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(15kW) 210280

Oferta operatorului economic MEDEXCOM-TEH SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 100 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital 210300

Oferta operatorului economic **Neotec** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Sistem PACS HDD Minim 2 TB de stocare utilizabilă RAID 10 s-a oferit 1 TB (Broșura AcerAspireTC-886) +1TB HDD extern(HDD Transcend StoreJet 25A3 1 TB). Nu este respectat cerința tehnică de conectarea a HDD în RAID 10. Nu este posibil conectarea unui 1TB HDD extern(HDD Transcend StoreJet 25A3 1 TB) în RAID 10

Pentru lotul nr. 101 Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf) 210500

Oferta operatorului economic **INTERMED** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Generator de raze X Tensiune 60-90 kV s-a oferit 60-70 kV, pagina 10 (8), Specificații Tehnice manual tehnic PRO ONE.pdf.
2. S-a solicitat Curent 2-16 mA s-a oferit 2-7 mA (pașaport tehnic, pagina 3).

Pentru lotul nr. 102 Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT) 210500

Oferta operatorului economic **INTERMED** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Dimensiune FOV, cm \geq 10x10 s-a oferit cm 8x11, Pagina 38, diametru 110 mm, înălțime 80 mm manual utilizator ProMax3D.pdf.

Pentru lotul nr. 103 Sistem radiografic intra oral 210510

Oferta operatorului economic **Vipromed Service** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **INTERMED** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 107 Negatoscop un cadru cu LED 210720

Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 108 Negatoscop doua carduri cu LED 210730

Oferta operatorului economic DITA ESTFARM S.R.L se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 109 Hotă cu flux laminar 250100

Oferta operatorului economic Ecochimie se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat factorul de protecție (Apf) , $1.5 \cdot 10^5$ s-a ofertat (According to the D.O.P test)

Decontamination Factor (F) is minimum 100.000. Class H14 Filters are protected by metal difuser., p5d Nu a fost confirmat parametrul.

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 113 Incubator (termostat) 20 - 35L 250300

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 114 Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 115 Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 116 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Capacitate internă a camerei ≥ 80 l și $100 \leq$ s-a oferit 120 litri, pag.3.

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 117 Agitator de laborator (orbital) 250400

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 118 Spălător pentru micro plăci 250420

Oferta operatorului economic **Profilabdiagnostic SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Numărul ciclurilor de spălare diapazon minim 1...15 s-a oferit Wash cycles 1-9;

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 121 Electroencefalograf cu funcții de bază 260100

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 122 Electroencefalograf cu fotostimulator 260110

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 123 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă 260120

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției pentru dispozitivul medical, calculată conform prezentei legi.

Pentru lotul nr. 124 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Identificarea aritmiei Obligatoriu s-a oferit fără.

Pentru lotul nr. 130 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv s-a oferit: Sensivitatea 5, 10, 20 mm/mv;

S-a solicitat: Memorie \geq 200 inregistrari ECG s-a oferit: Storage 50 ECG;

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 131 Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231

Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat: Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv S-a oferit: Sensivitatea 5, 10, 20 mm/mv
2. S-a solicitat: Memorie \geq 200 inregistrari ECG S-a oferit: Storage 50 ECG.

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Pentru lotul nr. 132 Stress sistema diagnostica cu banda de alergare 260240

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat: Alimentarea - 220 V, 50 Hz s-a oferat Power supply Via USB

S-a solicitat: Baterie internă - reîncărcabilă obligatoriu s-a oferat Absența informațiilor care să confirme că bateriile sunt reîncărcabile.

S-a solicitat reglarea unghiului de alergare 0-25% s-a oferat oferta nu se încadrează complet în cerință, deoarece inclinația maximă oferită (22%) este mai mică decât cea cerută (25%).

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns complet la clarificările solicitate prin demersul CAPCS (nu a prezentat documentele confirmative pentru modelul oferat).

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat consola principala cu display: LED sau LCD s-a oferta Lipsa display pentru acest model.

Pentru lotul nr. 133 Stress sistema diagnostica cu cicloergometru 260250

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Alimentarea - 220 V, 50 Hz s-a oferat Power supply Via USB

S-a solicitat Baterie internă - reîncărcabilă obligatoriu s-a oferat Absența informațiilor care să confirme că bateriile sunt reîncărcabile.

Pentru lotul nr. 134 Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) 260260

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz s-a oferat 0.05-60Hz;

S-a solicitat Impedanța de intrare ≥ 50 Mohm s-a oferat 20Mohm.

Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Lumină fundal s-a oferat fără lumina pe fundal;

s-a solicitat Butoane pentru navigare în meniu s-a oferat doar cu buton de activare/ dezactivare a evenimentului.

s-a solicitat protecție în potruva pătrunderii prafului, lichidelor de ofera IPX0 (X-protectie praf nu este testat sau nu este indicat, după clarificări nu s-a prezentat corespunderea cerinței. Totodată, 0- protecție împotriva apei este nulă deci nu poate fi utilizat în medii umede).

Pentru lotul nr. 135 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Gama de frecvență De diagnostic 0.05-100 Hz s-a oferta 0.05-60Hz;

s-a solicitat Impedanța de intrare ≥ 50 Mohm s-a oferta 20Mohm.

Oferta operatorului economic AELO GRUP se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)" de achiziție ≥ 1200 Hz s-a oferat 1000Hz;

s-a solicitat Lumină fundal s-a oferat fără lumina pe fundal;

s-a solicitat Butoane pentru navigare în meniu s-a oferat doar cu buton de activare/ dezactivare a evenimentului.

Pentru lotul nr. 136 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ± 3 mmHg s-a oferat $/(245\pm 3)$ mmHg

Oferta operatorului economic **ÎM „Dutchmed-M” SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric 240 mmHg, ± 3 mmHg s-a oferat Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult/ pediatric" - 297 mmHg.

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric" 240 mmHg, ± 3 mmHg s-a oferat (245 ± 3) mmHg.

Pentru lotul nr. 137 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) 260320

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat să se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat exemplu: masimo, nellcor, et în oferta nu s-a indica modulul oferat, ca

urmare a clarificărilor solicitate nu a fost explicat modulul ofertat conform manualului se regăsesc cel puțin 3 module, ceea ce face imposibilă evaluarea ofertei și determinarea corespunderii acesteia.

s-a solicitat Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg s-a ofertat 20-280mmHg.

Pentru lotul nr. 139 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult) 260360

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Modul SpO₂, Să se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO₂ utilizat, exemplu: masimo, nellcor, et. s-a ofertat în urma clarificărilor: 30. ""Indicate the technology of the SpO₂ module and sensor used"" (example: masimo,nellcor, etc.) yes. Nu e clar spre final care modul se oferă (un singur modul din cele indicate este conform cerințelor noastre).

Pentru lotul nr. 140 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric) 260370

Oferta operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Modul NIBP, Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric, 240 mmHg, ±3mmHg s-a ofertat Software overpressure protection Pediatric: 297±3 mmHg, p41aio.

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat Modul SpO₂, Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO₂ utilizat, exemplu: masimo, nellcor, et. s-a ofertat în urma clarificărilor: 30. ""Indicate the technology of the SpO₂ module and sensor used"" (example: masimo,nellcor, etc.) yes.*Nu e clar spre final care modul se oferă.

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Modul NIBP, Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric, 240 mmHg, ± 3 mmHg s-a oferat Protecție la suprapresiune: 300 mmHg (adulți) / 150 mmHg (nou-născuți).

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează:

s-a solicitat Modul NIBP, Protecție de suprapresiune la regimului de pacient pediatric, 240 mmHg, ± 3 mmHg s-a oferat Interval de măsurare: 0 mmHg - 300 mmHg + Software Interval de protecție la suprapresiune și precizie Mod Ped. 297 mmHg ± 3 mmHg, p331 mm.

Pentru lotul nr. 145 Pulsoximetru de buzunar 260440

Oferta operatorului economic Tetis International Co. SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: s-a solicitat alarma auditiva, s-a oferat fără alarma auditiva.

Lotul 153 Tensiometru Adult 260700

Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg se oferă 0-200mmHg.

Lotul 159 Tensiometru electronic automat Adult 260760

Oferta operatorului economic ICS "Farmina" SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: - Se solicită: Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg se oferă 30-250mmHg

- Se solicită: Alarmă sonoră se oferă fără alarma sonoră

Lotul 165 Video colposcop 261010

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a fost prezentat răspuns la demersul CAPCS, oferta nu poate fi evaluata complet pentru parametrii:

1. Unghiul de iluminare reglabil;
2. Tip cameră CCD/CMOS
3. Diametru roți ≥ 6 cm
4. Filtru verde și colpo bar obligatoriu

Oferta operatorului economic SC"Imunotehnomed"SRL se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Lotul 167 Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Lotul 170 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum 270140

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Apa necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelor obligatoriu "dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit " să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni în urma clarificărilor nu s-a clarificat sistemul de filtrare.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 171 Autoclav 400 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum (caracteristici avansate) 270240

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 172 Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 60L 270250

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: - Se solicită Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu se oferă fără fereastra; - Se solicită Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz se oferă 220V.

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicita Mașina de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 60L se oferă baie ultrasonica dispozitiv total discret.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită Programe de dezinfecție implicate Min. 10 se oferă 6 programe. Se solicită Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz se oferă 220V.

Lotul 176 Sterilizator 20 L 270300

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 177 Sterilizator 40 L 270310

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 178 Sterilizator 80 L 270320

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 179 Sterilizator 110 L 270330

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 180 Sterilizator 200 L 270340

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 181 Distilator cu mono distilare 4L 270410

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită: Alimentare 220 V- 50 Hz se oferă Alimentare 380 V- 50 Hz.

Lotul 182 Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor 270420

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită: Alimentare 220 V- 50 Hz se oferă Alimentare 380 V- 50 Hz.

Lotul 183 Distilator cu mono distilare 8L 270430

Oferta operatorului economic **IM Becor SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: - Se solicită: Alimentare 380 V- 50 Hz se oferă Alimentare 220 V- 50 Hz

- Se solicită 4)Filtru pentru filtrare mecanică, 1µm min. 8 buc.filtru anticalcar cu poli fosfați (cu granule)”min. 2 rezervi de granule, filtru de clor min. 4 buc nu se oferă

Lotul 186 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) 280200

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 187 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) 280210

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 188 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) 280220

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 189 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu 280240

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 190 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu 280250

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 191 Laparoscop 280300

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- Se solicită: Canulă cu vârf oblic standard se oferă vârf drept;
- se solicită: Reductor Tip basculant se oferă canula de reducere, instrument diferit de cel solicitat;
- se solicită Pensă tip aligator rotativă 360 grade, pentru o prindere mai fiabila se oferă 775-4072C care nu este tip aligator dar cu ondulații mai rare;

- se solicită: Pensă pentru disecție/apucare Lungime 360-380 mm se oferă 775-5023 CS cu lungimea de 330 mm;
- se solicită Pensă extractoare Crocodil Diametru 5 mm se oferă 775-5065 CS cu diametru 10mm;
- se solicită Foarfecă rotativă (Metzenbaum) Lungime 43- 44 cm se oferă 775-4027-45C 45 cm lungime;
- se solicită Electrode de coagulare și disecție în formă de spatulă Diametrul 5 mm Lungime 43- 44 cm se oferă 706-152-45 lungimea 45cm;
- se solicită Port- ac laparoscopic Lungime 35 - 45 cm se oferă lungimea 33cm;
- se solicită Aplicator clipuri titan medii-mari lungimea 36cm se oferă 708-702 lungimea 33cm;

Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- Se solicită: Canulă cu vîrf oblic standard se ofera virf drept
- Se solicită: Pensă extractoare Lungime vîrf activ 26-28 mm se ofera lungimea 24 mm
- Se solicită: Pensă prehensiune fenestrată Lungime vîrf activ 24-26 mm se ofera lungime 22mm
- Se solicită: Insert pensă prehensiune cu dublă deschidere se ofera 13-1353XPI single action
- Se solicită: Pensă pentru disecție/apucare, Lungime 360-380 mm se ofera 330mm
- Se solicită: Foarfecă rotativă Lungime 43- 44cm se ofera lungimea 45 cm
- Se solicită: Electrode de coagulare și disecție Lungime 35- 45 cm se ofera lungimea 45 cm
- Se solicită: Aplicator clipuri titan medii-mari Lungime 36 cm se ofera 330mm"

Oferta operatorului economic **SRL Endo-Chirurgie** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 192 Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie (caracteristici de baza) 290100

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 193 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici de baza) 290120

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 194 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) 290130

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 195 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de baza) 290140

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 196 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) 290150

Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită Mod standby Nu deține această funcție, funcția power-down protection nu este un analog la funcția standby.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 198 Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor 290420

Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită Numărul de canale de conectare ≥ 5 se oferă 3 canale.

Lotul 199 Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor 290430

Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită Numărul de canale de conectare ≥ 5 se oferă 3 canale.

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 205 Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) 130500

Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Lotul 206 Incubator pentru nou-născuți 300600

Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- Se solicită: Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc. Se oferă 1 buc;
- se solicită: Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2$ °C se oferă: Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,3$ °C;
- se solicită Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$ se oferă Acuratețea de măsurare $\leq 5\%$;

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează:

- Se solicită Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc se oferă 1 cu 4 secțiuni;
- se solicită Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000$ gr. Se oferă: 200g-8000 g;

Lotul 209 Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio 400110

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în

documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: Se solicită Diapazonul frecvenței semnalului 500-1000 kHz se oferă frecvență fixa 445 kHz".

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Lotul 210 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120

Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Oferta operatorului economic ECHIPAMED-PLUS se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: documentele atașate la oferta electronică nu sunt semnate electronic.

Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: "Se solicită: Puterea maxima $\geq 15W$ se oferă 10.2W Temporal maximum output Power in pulse mode; Se solicită Posibilitatea reglării puterii de pe aplicator obligatoriu nu este așa posibilitate.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 212 Dispozitiv presoterapie 400130

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 212 Dispozitiv pentru electroterapie 400140

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: "nu a răspuns complet la clarificări s-a evitat prezentarea/ clarificare ofertei de accesorii solicitate,

- S-a solicitat Intensitate maxima curent $\geq 120\text{mA}$ s-a oferit maxim 100mA

- S-a solicitat Librărie de protocoale interne de tratament ≥ 200 protocoale s-a oferit 126 protocoale.

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: documentele atașate la oferta electronică nu sunt semnate electronic.

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu a răspuns la clarificările solicitate prin demersul CAPCS.

Lotul 213 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150

Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed"SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: Se solicită timpul de tratament diapazon minim 1-90 min se oferă 1-60 min.

Oferta operatorului economic **Health Medical Solutions SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: documentele atașate la oferta electronică nu sunt semnate electronic, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 214 YAG laser fizioterapeutic 400160

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice după cum urmează: "Se solicită Moduri de operare continuu, pulsatil, burst se oferă doar continuu, pulsatil, Se solicita Puterea maxima $\geq 120\text{kW}$ se oferă 18W, se solicita Frecventa de lucru diapazon minim 1-100kHz se oferă 0-10Hz, se solicita Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min. se oferă 1-30min"

Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, după cum urmează: documentele atașate la oferta electronică nu sunt semnate electronic.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă la următoarele loturi:

Lotul nr. 45 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază 130650"

Lotul nr. 75 Frigider mortuar cu congelare, 4 locuri (caracteristici avansate)140790

Lotul nr. 89 Tonometru ocular portativ 170300

Lotul nr. 93 Gonioscop 170510

Lotul nr. 94 Lentila Volk 170520

Lotul nr. 119 Termostat laborator pereți transparenți 250500

Lotul nr. 120 Termostat laborator 250510

Lotul nr. 157 Tensiometru semi-automat Adult 260740

Lotul nr. 158 Tensiometru semi-automat Pediatric 260750

Lotul nr. 166 Autoclav 15-20L, fără vacuum, clasa A 270100

Lotul nr. 184 Distilator cu mono distilare 25L 270450

Lotul nr. 185 Distilator cu bidistilare 2L 270460

Lotul nr. 204 Ecoencefalograf 300400

Lotul nr. 207 Alcotest cu imprimantă portabilă 300700

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile la următoarele loturi:

Lotul nr. 5 Ventilator transport Adult, pediatric, neonatal (caracteristici avansate) 110350

Lotul nr. 13 Laringoscop adult standard 110600

Lotul nr. 17 Unitate stomatologică (caracteristici de baza) 120110

Lotul nr. 18 Unitate stomatologică (caracteristici avansate) 120120

Lotul nr. 19 Lampă pentru examinare (caracteristici de baza) 130100

Lotul nr. 20 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii) 130110

Lotul nr. 36 Dispozitiv pentru vacuumterapie plagilor 130360

Lotul nr. 42 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510

Lotul nr. 47 Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700

Lotul nr. 68 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L 140600

Lotul nr. 69 Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 300-400L 140620

Lotul nr. 81 Centrifugă de laborator (32 tuburi) 150930

Lotul nr. 88 Lampă cu fantă 170100

Lotul nr. 99 Sistem radiodiagnostic cu braț C cu flat panel detector(15kW) 210280

Lotul nr. 103 Sistem radiografic intraoral 210510

Lotul nr. 113 Incubator (termostat) 20 - 35L 250300

Lotul nr. 114 Incubator (termostat) 40 - 60 l 250310

Lotul nr. 115 Incubator (termostat) 80 - 100 l 250320

Lotul nr. 116 Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură 250330

Lotul nr. 118 Spălător pentru microplăci 250420

Lotul nr. 121 Electroencefalograf cu funcții de bază 260100

Lotul nr. 122 Electroencefalograf cu fotostimulator 260110
Lotul nr. 132 Stress sistema diagnostica cu banda de alergare 260240
Lotul nr. 134 Monitor Holter ECG (caracteristici de baza) 260260
Lotul nr. 135 Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270
Lotul nr. 172 Mașina de spălare si dezinfectare a instrumentarului chirurgical, 60L 270250
Lotul nr. 176 Sterilizator 20 L 270300
Lotul nr. 177 Sterilizator 40 L 270310
Lotul nr. 178 Sterilizator 80 L 270320
Lotul nr. 179 Sterilizator 110 L 270330
Lotul nr. 180 Sterilizator 200 L 270340
Lotul nr. 181 Distilator cu mono distilare 4L 270410
Lotul nr. 191 Laparoscop 280300
Lotul nr. 192 Sistem videoendoscopic pentru videobronhoscopie (caracteristici de baza) 290100
Lotul nr. 193 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici de baza) 290120
Lotul nr. 196 Sistem videoendoscopic pentru videogastrosopie (caracteristici avansate) 290150
Lotul nr. 199 Dispozitiv de reprocessarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor 290430

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile este mai mic de două oferte (în vederea asigurării concurenței) iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire următoarele loturi:

Lotul nr. 2 Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)110310
Lotul nr. 6 Ventilator Portabil pentru ambulanta 110360
Lotul nr. 8 Balon resuscitare AMBU neonatal 110410

Lotul nr. 9 Balon resuscitare AMBU copii 110420

Lotul nr. 10 Balon resuscitare AMBU adulți 110430

Lotul nr. 11 Butelie oxigen până la 2 L 110500

Lotul nr. 12 Butelie oxigen până la 5 L 110510

Lotul nr. 14 Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610

Lotul nr. 15 Laringoscop adult pentru intubatii dificile 110620

Lotul nr. 16 Unitate stomatologică (fără braț asistentă) 120100

Lotul nr. 21 Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici avansate) 130120

Lotul nr. 22 Lampă germicida (varianta de masă) 130130

Lotul nr. 23 Lampă germicidă (varianta staționară) 130140

Lotul nr. 24 Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150

Lotul nr. 25 Lampă germicida (varianta mobilă) 130160

Lotul nr. 37 Defibrilator extern, semiautomat 130400

Lotul nr. 43 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600

Lotul nr. 44 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610

Lotul nr. 46 Încălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici medii 130651

Lotul nr. 48 Cântar electronic pentru adulți (220V) 130710

Lotul nr. 49 Cântar electronic pentru adulți (baterie) 130720

Lotul nr. 52 Cântar electronic, pentru nou-născuți 130800

Lotul nr. 53 Cântar mecanic, pentru nou-născuți 130810

Lotul nr. 67 Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) 140500

Lotul nr. 76 Frigider pentru vaccini 40-60L 140860

Lotul nr. 77 Frigider pentru vaccini 95-130L 140880

Lotul nr. 78 Hemoglobinometru (caracteristici de bază) 150800

Lotul nr. 79 Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) 150910

Lotul nr. 82 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă 150950

Lotul nr. 85 Coagulometru portabil 151120

Lotul nr. 87 Glucometru (caracteristici avansate) 151210

Lotul nr. 90 Autorefractometru 170400

Lotul nr. 97 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical) cerințe medii 210211

Lotul nr. 100 Sistem de radiografie, fluoroscopie, universal, complet digital 210300

Lotul nr. 101 Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf) 210500

Lotul nr. 102 Sistem de raze X 3D, dentar (CBCT) 210500

Lotul nr. 109 Hotă cu flux laminar 250100

Lotul nr. 117 Agitator de laborator (orbital) 250400

Lotul nr. 123 Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă 260120

Lotul nr. 124 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200

Lotul nr. 133 Stress sistema diagnostica cu cicloergometru 260250

Lotul nr. 136 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric) 260310

Lotul nr. 145 Pulsoximetru de buzunar 260440

Lotul nr. 147 Spirograf pentru conexiune la PC 260510

Lotul nr. 151 Higrometru/Psihrometru 0-25C 260630

Lotul nr. 152 Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640

Lotul nr. 159 Tensiometru electronic automat Adult 260760

Lotul nr. 160 Tensiometru electronic automat Pediatric 260770

Lotul nr. 161 Tensiometru electronic automat de triaj Adult 260780

Lotul nr. 162 Tensiometru electronic automat de triaj Pediatric 260790

Lotul nr. 165 Videocolposcop 261010

Lotul nr. 168 Autoclav 26-40L, cu vacuum, clasa B 270120

Lotul nr. 169 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum 270130

Lotul nr. 175 Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu 2 uși 270271
Lotul nr. 186 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) 280200
Lotul nr. 187 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) 280210
Lotul nr. 188 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) 280220
Lotul nr. 189 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu 280240
Lotul nr. 190 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) cu troliu 280250
Lotul nr. 194 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie (caracteristici avansate) 290130
Lotul nr. 195 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici de baza) 290140
Lotul nr. 197 Fibrogastroscoap 290200
Lotul nr. 202 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă 300200
Lotul nr. 203 Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță medie 300210
Lotul nr. 205 Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) 130500
Lotul nr. 208 Diatermie cu microunde 400100
Lotul nr. 209 Dispozitiv fizioterapie cu frecvente radio 400110
Lotul nr. 210 Dispozitiv fizioterapie cu ultrasunet 400120
Lotul nr. 211 Dispozitiv presoterapie 400130
Lotul nr. 213 Dispozitiv pentru magnetoterapie 400150
Lotul nr. 214 YAG laser fizioterapeutic 400160.

Contractul de acord-cadru urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data 02.06.2025. Contactele subsecvente vor fi semnate conform necesităților beneficiarilor finali pentru fiecare an în parte sau la solicitarea acestora. Pentru participare la re-ofertare vor fi expediate invitații de participare.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

*Ex: Botica Aurelia
Tel: 022 222 364*