

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 1 din 19.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743515870290?tab=contract-notice

	Data publicării: 01.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_14.pdf 21 FEBRUARIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 14
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	5 617 500 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

17 febr 2025, 08:20

Subiectul întrebării:

Lot 16

Întrebare:

Concretizati va rog daca pretul este pentru o Bucata sau totusi 2 bucati. In caz ca e 2 bucati atunci mariti pretul cu 100% sau excludeti trendelburgul din Specificatii si atunci nu trebuie majorari.

Răspuns (21 febr 2025, 10:49):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Conform necesității instituției sunt necesare două bucăți. Ce ține de pret, nu va fi modificat iar specificația tehnică: „Trendelburg minim 20€” va fi eliminată.

Data:

17 febr 2025, 13:58

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 19 - Lot nr. 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului

Întrebare:

din descriere nu este clara cerinta fata de tipul placii. Puteti încerca o schema/foto pentru o mai buna intelegere a necesitatilor Dvs?

Răspuns (21 febr 2025, 10:56):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. vă rugăm să verificați sistemul electronic, au fost atasat poze.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 21.02.2025

	A modifica documentația de atribuire a procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 din 14.02.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” după cum urmează: - Lot nr. Lot 16 16 Fotoliu pentru examinare excluderea cerinței tehnice „ Trendelenburg minim 20°” <i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
--	---

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 18.03.2025, ora 11:00), au depus oferta 12 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Lensess Grup SRL	1003600069773	Pereteatci Alina
2	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
3	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	GoliatVita SRL	1002611000904	Anastasov Ludmila
5	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaticovschi
6	MED-M	1020611000359	Rotari Vladimir
7	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Poținga
8	OPTIC-LUX	1002600043635	Бас Дмитрий Васильевич
9	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Jighili Tatiana
10	ImpulsProGroup	1007600001757	Perminov Andrei
11	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	MATEI Vasile
12	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Cerințe		Lensess Grup	AELO	DataControl SRL	GoliatVita SRL	GBG-MLD	MED-M	SA Tehoptimed	OPTIC-LUX	Triumf-Motiv SRL	ImpulsProGroup	MEDEX COM-TEH SRL	ICS Eyecon Medical SRL
1 Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

		<p>cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete: doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>																		
3	Specificația de preț	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încerca în SIA RSAP (Mender) oferta pentru loturile</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+

ofertantul este stabilit	înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																			
9 Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificată (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

10	Situatia financiară	<p>Ultimul raport financiar/situatia financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanei juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+
11	Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	+	+	+
12	Declarație de la Ofertant	<p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către</p>	+	+	+

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;																		
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni; pentru lotul nr. 18 minim 36 luni- originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumatate de ora sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Declarație de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Dispozitivelor Medicale	Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.																	
19	Declarație de la ofertant	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire:	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	denumire lot	U/m	cantitatea sol	preț unitar fără TVA	ofertant	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Optotip digital	bucata	3	59 900,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
2	Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	8 166,67	SA Tehoplimed	corespunde	Nu corespunde
2	Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	19 300,00	AELO GRUP	corespunde	corespunde
2	Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	4	22 500,00	DataControl SRL	Corspunde	Nu a fost evaluat
3	Cântar cu taliometru copii electronic	bucata	1	1 900,00	MED-M	corespunde	Nu corespunde
4	Cușetă medicală	bucata	47	2 740,00	SA Tehoplimed	corespunde	Anulat lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3 830,00	Goliat-Vita SRL	corespunde	Anulat lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3 230,00	MED-M	corespunde	Anulat lit. g
4	Cușetă medicală	bucata	47	3 850,00	DataControl SRL	corespunde	Anulat lit. g

4	Cușetă medicală	bucata	47	4 793,00	GBG-MLD SRL	corespunde	Anulat lit. g
5	Fotoliu recoltare sânge (model avansat)	bucata	1	9 316,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
6	Paravan medical pliant mobil cu 3 sectiuni	bucata	2	1 650,00	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
6	Paravan medical pliant mobil cu 3 sectiuni	bucata	2	3 200,00	GBG-MLD SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
7	Cântar electronic cu taliometru	bucata	6	4 399,00	MED-M		
8	Negatoscop un cadru cu LED	bucata	10	6 241,67	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
9	Otoscop video	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
10	Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
11	Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)	bucata	3		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
12	Lentilă Goldman (Gonioscop)	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
13	Tonometru transpalpebral	bucata	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
14	Oftalmoscop indirect	bucata	1	49 100,00	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	Nu corespunde
14	Oftalmoscop indirect	bucata	1	150 000,00	MED-M	corespunde	Nu corespunde
15	Tonometru oftalmologic portabil de rebound	bucata	3	75 800,00	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	32 700,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	41 660,00	AELO GRUP	corespunde	Nu a fost evaluat

16	Fotoliu pentru examinare	bucata	2	41 666,00	MED-M	corespunde	Nu a fost evaluat
17	Fotoliu proctologie	bucata	1	48 900,00	MED-M	corespunde	Nu corespunde
18	Sistem de tomograme în coerență optică pentru retina	bucata	1	1 399 961,67	OPTIC-LUX	corespunde	corespunde
18	Sistem de tomograme în coerență optică pentru retina	bucata	1	1 898 700,00	Leness Grup SRL	corespunde	Nu corespunde
18	Sistem de tomograme în coerență optică pentru retina	bucata	1	3 833 300,00	MEDEXCOM-TEH SRL	corespunde	Nu corespunde
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	7 800,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu corespunde
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	9 200,00	ImpulsProGroup	corespunde	Nu corespunde
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	36	22 800,00	MED-M	corespunde	corespunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Opera torul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Nr. Rg02-1769 din 20 martie 2025	MED-M SRL	<p>- Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit- Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Situația financiară - Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării dispozitivelor medicale oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (numerele din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pentru codurile oferite SLS-E100; JX-02; În același timp, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP (Mtender), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	<p>Conform demersului Nr.42 din 25.03.2025 a fost prezentat răspunsul la clarificări. Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Rg02-1769 din 20 martie 2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 din 14.02.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, vă prezentăm următoarele acte. - Extras din registrul de stat al persoanelor juridice. Raportul financiar pentru anul 2023, - Cu referire la dovada înregistrării dispozitivelor medicale oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (numerele din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) pentru codurile oferite SLS-E100; JX-02 vă informăm că în momentul de față aceste dispozitive nu sunt înregistrate, dar am inițiat procesul de înregistrare. - Declarația cu privire la oferirea dispozitivelor noi, nefolosite și nu sunt refabricate. - Oferta de preț, după licitația electronică</p>
Nr. Rg02-1792 din 20 martie 2025	ICS Eyecoon SRL	<p>- Declarație de la ofertant - cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	<p>A prezentat răspuns la solicitare conform: Subscrisa I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, Piața D. Cantemir nr. 1, Cod fiscal 1012600036108 reprezentată prin Ioan-Răzvan CĂRSTOCEA, în calitate de Administrator, declară pe propria răspundere că: - Instalarea echipamentelor și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate se va organiza la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al companiei noastre; - - - termenul de garanție pentru echipamentele oferite nu va fi mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificației tehnice pentru fiecare echipament în parte; în cazul apariției defecțiunilor tehnice, perioada de reacție va fi jumătate de oră sau mai</p>

		<p>puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului; toate echipamentele sunt neutralizate, cu anul producerii nu mai vechi de 2024 și corespund cu specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat; pe durata perioadei de garanție se vor organiza inspecții planificate/ întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical, de către un inginer calificat al companiei noastre.</p>
<p>Nr. Rg02-1794 din 20 martie 2025</p>	<p>SA Tehop timed</p> <p>Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP (Mtender), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	<p>A fost prezentat formularul specificației de preț.</p>
<p>Nr. Rg02-1796 din 20 martie 2025</p>	<p>Goliat Vita SRL</p> <p>- Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice -Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. - Declarație de la Ofertant în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la ofertant cu privire la hrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Declarație de la Ofertant cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de</p>	

	<p>Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Medicale. Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor în același timp, ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP (Mender), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>									
<p>Nr. Rg02-1797 din 20 martie 2025</p>	<p>Lense ss Grup SRL</p> <p>Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, solicităm respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP (Mender), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	<p>Informația a fost prezentată.</p>								
<p>Nr. Rg02-2104 din 09.04.2025</p>	<p>Data Control SRL</p> <p>Pentru lotul 4 Cușetă medicală:</p> <table border="1" data-bbox="446 313 1069 1209"> <thead> <tr> <th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th>S-a oferit conform ofertei depuse:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;</td> <td>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> <tr> <td>2. Culoare - gri;</td> <td>Conform anexei specificații tehnice se declară culoare-gri, iar conform documentelor tehnice culoarea materialului este de culoare neagră fără indicarea cărorva opțiuni. Astfel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat parametrul solicitat.</td> </tr> <tr> <td>3. Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm</td> <td>Conform anexei specificații tehnice se declară înălțimea 60 cm, iar conform documentelor tehnice prezentate se regăsește înălțimea de 70cm. Adffel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minimul necesar</td> </tr> </tbody> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferate, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecăru parametru tehnic în parte).</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	1. Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	2. Culoare - gri;	Conform anexei specificații tehnice se declară culoare-gri, iar conform documentelor tehnice culoarea materialului este de culoare neagră fără indicarea cărorva opțiuni. Astfel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat parametrul solicitat.	3. Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm	Conform anexei specificații tehnice se declară înălțimea 60 cm, iar conform documentelor tehnice prezentate se regăsește înălțimea de 70cm. Adffel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minimul necesar	<p>Nr. 1404-1 din 15.04.2025</p> <p>Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea Dvs. nr. Rg02-2104 din 09.04.2025 în care se solicită clarificări pentru licitația publică nr. ocdds-b3wvdp1-MD-1739540682711 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”", FCPC DataControl SRL anexat remite dovada corespunderii specificațiilor tehnice solicitate cu cele oferite pentru lotul nr. 4 "Cușetă medicală", cu confirmarea acestora de către producător.</p> <p>Anexă – 1 fișă.</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:									
1. Tapițerie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.									
2. Culoare - gri;	Conform anexei specificații tehnice se declară culoare-gri, iar conform documentelor tehnice culoarea materialului este de culoare neagră fără indicarea cărorva opțiuni. Astfel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat parametrul solicitat.									
3. Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm	Conform anexei specificații tehnice se declară înălțimea 60 cm, iar conform documentelor tehnice prezentate se regăsește înălțimea de 70cm. Adffel se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minimul necesar									

Pentru lotul 14 Oftalmoscop indirect:

S-a solicitat conform Anuntului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
4. Mărimi spot: mică, medie/intermediar și mare;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
5. Filtre: albastru, verde, lumină difuză;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
6. Reglarea distanței interpușilor, diapazonul minim necesar 48 – 74 mm	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
7. Montat pe cap ce permite: <ul style="list-style-type: none"> - - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap; - - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap; - - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj; 	Conform anecai specificații tehnice se declară "Montat pe cap ce permite: - reglarea mărimii benzii de fixare pe cap -Da, Pag 4 Manual - reglarea înălțimii benzii de fixare pe cap – Da, Pag 4 Manual - reglarea unghi oftalmoscop ar fi un avantaj – Da, Pag 4 Manual" Conform broșurii anexate la ofertă fixare pe cap în formă de ochelari fără indicarea unei opțiuni adiționale. În acest context se solicită clarificarea în ce mod va fi asigurat minim necesar.
8. Accesorii: <ul style="list-style-type: none"> - • Încărcător și sursă de alimentare de la 220V – 1 set. - • Acumulator – 2 bucăți. 	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în

care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Nr. Rg02-2107 din 09.04.2025
GBG-MLD SRL

Pentru **lotul 4 Cușetă medicală:**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
9. Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
10. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru **lotul 5 Fotoliu recolare sânge (model avansat):**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru **lotul 16 Fotoliu pentru examinare:**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. Tava detașabilă și extractibilă	Nu se regăsește confirmarea detașabilă în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
2. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
3. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele

Nr. ieșire G-221 din 14.04.2025
Prim prezenta, compania "GBG" SRL, care a oferit în cadrul proceduri de achiziție publică nr. 21365412 privind "Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timotei Moșneaga”, și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-2107 din 09.04.2025, dorim să precizăm următoarele:
Lot nr.4 Cușetă medicală

Referitor la cerința "Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie" dorim să menționăm că cușeta medicală model MYS 720 respectă specificația solicitată. Drept dovadă se atașează o imagine. Suportul metalic este suportul pentru cearșaf de hârtie.
2. Referitor la cerința "Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți" dorim să menționăm că cerința este îndeplinită. Drept dovadă se atașează Scrisoarea de confirmare din partea producătorului.
Lot nr.5 Fotoliu recolare sânge (model avansat)
Referitor la cerința "Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți" dorim să menționăm că cerința este îndeplinită. Drept dovadă se atașează Scrisoarea de confirmare din partea producătorului.
Lot nr.16 Fotoliu pentru examinare
4. Referitor la cerințele
a. Tava detașabilă și extractibilă
b. Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți

	<p>tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformii) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte)</p>	<p>c. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz. Cerințele sunt îndeplinite. Drept dovadă se atașează Scrisoarea de confirmare din partea producătorului.</p>										
<p>Nr. Rg02-2108 din 09.04.2025 Lenses Grup SRL</p>	<p>Pentru lotul 1 Optotip digital:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1217 315 1289 987">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1217 987 1289 1527">S-a oferit conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="946 315 1217 987">11. Să asigure testele minim necesare: Tumbling "E"</td> <td data-bbox="946 987 1217 1527">Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 315 946 987">12. Iluminare LED reglabilă minim-maxim</td> <td data-bbox="675 987 946 1527">Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> </table> <p>Pentru lotul 18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retina:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="531 315 643 987">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="531 987 643 1527">S-a oferit conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 315 531 987">1. Lungimile de undă a sursei: 1.1 pentru tomografia cu coerență optică (OCT/SLD) minim 840 nm; 1.2 pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) minim 780 nm; 1.3 Țintă luminoasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării; 1.4 Să ofere scanarea pupilei cu diametrul ϕ 3,3 mm</td> <td data-bbox="263 987 531 1527">Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	11. Să asigure testele minim necesare: Tumbling "E"	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	12. Iluminare LED reglabilă minim-maxim	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	1. Lungimile de undă a sursei: 1.1 pentru tomografia cu coerență optică (OCT/SLD) minim 840 nm; 1.2 pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) minim 780 nm; 1.3 Țintă luminoasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării; 1.4 Să ofere scanarea pupilei cu diametrul ϕ 3,3 mm	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	<p>Nr.4 din 29.04.2025 În completarea a treia a răspunsului nostru la scrisoarea dumneavoastră NrRg02-2108 din data de 09 aprilie 2025, adăugăm următoarele: Pentru lotul 1 Optotip digital: 1. De Tumbling E nu pare sa scrie specific in manual, dar arata semnul pe telecomanda si in setari. (anexa) 2. In manual apare reglajul pentru iluminare in meniul de setari.(anexa)</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:											
11. Să asigure testele minim necesare: Tumbling "E"	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.											
12. Iluminare LED reglabilă minim-maxim	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.											
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:											
1. Lungimile de undă a sursei: 1.1 pentru tomografia cu coerență optică (OCT/SLD) minim 840 nm; 1.2 pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) minim 780 nm; 1.3 Țintă luminoasă internă și externă pentru pacient în timpul examinării; 1.4 Să ofere scanarea pupilei cu diametrul ϕ 3,3 mm	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.											

	<p>2. Rezoluție optică maxim necesară:</p> <p>2.1 Afișarea suprafeței fundului de ochi cu unghiul minim 45°;</p> <p>2.2 Îmbunătățirea prin scanarea simultană sau corectarea imaginii în cazul fixării instabile (mișcarea ochiului).</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
	<p>3. Moduri de investigații:</p> <p>3.1 Să permită vizualizarea fundului de ochi color</p> <p>3.2 Să permită vizualizarea stratului fibrelor nervoase, membranei epiretiniene și chisturi (Red-free)</p> <p>3.3 Să afișeze automat straturile segmentate a retinei</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
	<p>4. Tomografia cu coerență optică (OCT):</p> <p>4.1 Suprafața scanării minim necesară cu rezoluție înaltă: 3 mm x 3 mm sau 10° x 10°</p> <p>4.2 Suprafața scanării minim necesară cu viteză înaltă: 9 mm x 4,5 mm sau 30° x 15°</p> <p>4.3 Să asigure vizualizarea non invazivă a vascularizării retinale și coroidale fără utilizarea substanței de contrast</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
	<p>5. Glaucom:</p> <p>5.1 Măsurarea grosimii stratului de fibre nervoase retinale (RNFL)</p> <p>5.2 Măsurarea grosimii stratului celulelor ganglionare (GCL) sau celulelor ganglionare complexe (GCC)</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p>	
	<p>6. Dotarea dispozitivului:</p> <p>6.1 Bărbia reglabilă electric sus-jos;</p> <p>6.2 Joystick ce permite mișcarea orizontală/axială/verticală;</p> <p>6.3 Masă cu dirijare electric.</p>	<p>Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor</p>	

7. Accesorii instalate de către furnizor și asigurarea funcționalității:	prezentate atașate la ofertă.
7.1 Stație de lucru (PC) cu spațiul de stocare minim 1TB, monitor de minim 24 inch, instalate softuri și licențe pentru lucru (manipularea, gestionarea bazei de date a pacienților și investigațiilor) cu dispozitivul propus;	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
7.2 Imprimantă reîncărcabilă coloră;	
7.3 Masă pentru stația de lucru și imprimantă;	

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (Proșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitații (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

<p>Nr. Rg02-2109 din 09.04.2025</p> <p>MED-M</p>		<p>prezentate atașate la ofertă.</p>		
<p>Pentru lotul 3 Cântar cu talionmetru copii electronic:</p>				
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:			
13. Cântar electronic cu talionmetru pentru copii de la 0 până la 12 luni;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.			
14. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.			
15. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare	Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DM sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.			
				<p>Nr:55 din 14.04.2025</p> <p>Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Rg02-2109 din 09.04.2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1739540682711 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneagă”, vă prezentăm urătoarele clarificări. Pentru lotul 3 Cântar cu talionmetru copii electronic: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse: Răspuns 6475 1. Cântar electronic cu talionmetru pentru copii de la 0 până la 12 luni; Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. A fost indicat greșit modelul. Modelul oferit nu include talionmetru. 2. Dimensiuni: lungimea 65 cm ± 5 cm, lățimea 35 cm ± 5 cm, înălțimea 15 cm ± 5 cm. Nu se regăsește confirmarea în</p>

(se va prezenta dovada de înregistrare).			
Pentru lotul 7 Cântar electronic cu taliometru:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:		
1. Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.		prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. 3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare). Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DM sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.
2. Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime, W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm (înălțimea, H);	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.		prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. 3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al
3. Se acceptă dispozitive medicale înregistrate în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare).	Conform anexei cu specificații tehnice și documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DM sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente.		prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. Producătorul a adăugat această informație în fișa tehnică a produsului, cât și prin email (etras din conversație) Treapta de măsurare a înălțimii: 0,5 mm 2. Dimensiunile platformei: 350 mm ± 20 mm (lățime, W) x 400 mm ± 50 mm (adâncimea, D) x 100 mm ± 20 mm Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor Dimensiuni platforma: 273mm x 313mm înălțimea, H). Conform anexei cu specificații tehnice
Pentru lotul 17 Fotoliu proctologie:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:		
1. Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Nu se regăsește confirmarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		
2. Destinat pentru examinări proctologie;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.		
3. Suportul pentru genunchi fixat sau detașabil;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.		

4. Suport pentru mâni lateral detașabil;	Nu se regăsește confirmarea detașabil în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
5. Tapiserie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
6. Alimentare curent alternativ 220-230V, 50-60 Hz.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
7. Opțional: suportul pentru hârtie; suport pentru abdomen.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Pentru lotul 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
1. rezistent la factori chimici, impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisanta-detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformii) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare (se va prezenta dovada de înregistrare). documentelor de confirmare, nu se regăsește numărul de înregistrare DM sau în cazul mijloacelor de măsurare, nu a fost prezentată dovada înscrierii în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare. Prin urmare, vă rugăm să transmiteți aceste documente. Cântarul este un dispozitiv de măsurare și nu este un dispozitiv medical. Dispozitivul oferit nu este înregistrat în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare Pentru lotul 17 Fotoliu proctologie: Vă informăm despre faptul că produsul nu este înregistrat încă. Pentru lotul 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse: 1. rezistent la factori chimici, impermeabil, sigur în utilizarea cu suprafața superioară glisanta, detașabilă ce permite transferul pacientului prin alunecare Răspuns 4401150 Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. Fișa tehnică se anexează. prin care se confirmă că

Nr. Rg02-2110 din 09.04.2025	OPTI C- LUX	Pentru lotul 18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retina:		husa poate fi detașată și dezinfectată. № 10/04 din 10 aprilie 2025 .. Cu privire la scrisoarea NrRg02-21110 din 09.04.2025 pentru Lot.18 Sistem de tomografie în coerență optică pentru retina: 1. OCT FC130 de la compania OPTOPOL asigură o adâncime de scanare Pseudo SLO (PS SLO) comparabilă sau mai mare decât cerințele standard pentru SLO cu lungimea de undă de 780 nm. Să analizăm specificațiile tehnice și să le comparăm cu cerințele menționate. Specificațiile tehnice ale OCT FC130 Conform specificațiilor: • Sursa de lumină: Diodă superluminescentă (SLED) cu lungimea de undă de 850 nm. • Lățimea benzii: 50 nm (jumătate din lățimea la jumătate de vârf). • Viteza de scanare: 130.000 de măsurători pe secundă. • Rezoluția axială: 2,8 μm (digitală), 5 μm în țesuturi. • Rezoluția transversală: 12 μm, de obicei 18 μm. • Adâncimea totală de scanare: 2,8 mm / ~6 mm în modul Full Range. vezi Broshura Revo-FC130 atasat pe p.16 Concluzie tehnică: Privind echivalența oftalmoscopiei în modul pseudo-SLO cu metoda SLO cu lungimea de undă ≥ 780 nm Echipamentul OCT FC130 (OPTOPOL) implementează funcția de vizualizare a fundului ocular în modul pseudo-SLO, bazată pe radiația infraroșie cu lungimea de undă 850 nm, ceea ce depășește cerința minimă de 780 nm pentru metodele SLO. Pseudo-SLO este o metodă de obținere a imaginii fundului ocular pe baza datelor de tomografie coerență optică (OCT), oferind o vizualizare comparabilă cu rezultatele obținute prin utilizarea SLO-ului clasic. În locul scanării punctuale directe cu laser, pseudo-SLO utilizează date volumetrice OCT și reconstruiește imaginea fundului ocular în timp
S-a solicitat conform Anunțului de participare:				S-a oferit conform ofertei depuse:
16. Căntar electronic cu talometru pentru copii de la 0 până la 12 luni;	În conformitate cu cerințele tehnice, pentru oftalmoscopia cu scanare laser (SLO) este necesară utilizarea unei lungimi de undă de minimum 780 nm. Din documentația transmisă și declarația în anexa specificatăii tehnice reiese utilizarea unei previzualizări live IR și a tehnologiei pSLO corelate cu imaginea OCT live, însă nu este specificată clar lungimea de undă efectivă a laserului utilizat în modul SLO. Totodată, menționarea unei echivalente între 780 nm și 1436 nm nu este justificată științific și nu oferă claritate cu privire la conformitatea echipamentului cu cerința solicitată. Prin urmare, vă rugăm să confirmați explicit dacă lungimea de undă utilizată în modul SLO este de cel puțin 780 nm, conform cerinței din documentația de atribuire.			
17. Moduri de investigații: a. Să afișeze automat straturile segmentate a retinei 18. Tomografia cu coerență optică (OCT): - 3.1 Supratata	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă. Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.			

	<p>scenării minim necesară cu viteză înaltă: 9 mm x 4,5 mm sau 30° x 15°</p>			<p>real. Pe baza dependenței dintre lungimea de undă și adâncimea de penetrare a luminii în tesuturile biologice, putem evalua adâncimea estimativă de penetrare a radiației de 850 nm: Adâncimea 850 ≈ Adâncimea 780 × (850 / 780) ≈ 250 μm × 1.0897 ≈ 272 μm — ceea ce confirmă depășirea adâncimii standard de penetrare. Astfel, metoda pseudo-SLO implementată în OCT FC130 asigură o examinare oftalmoscopică echivalentă cu SLO clasic în ceea ce privește adâncimea de penetrare, contrastul și informațiile obținute. (Un articol științific este atașat pentru a confirma acest lucru «Imaging the human retina in vivo with combined spectral-domain polarization-sensitive optical coherence tomography and scanning laser ophthalmoscopy» Center for Biomedical Engineering and Physics, Medical University of Vienna, Austria, Upper Austrian Research GmbH, Linz, Austria, Department of Ophthalmology, General Hospital and Medical University of Vienna, Austria https://www.researchgate.net/publication/252396564_Imaging_the_human_retina_in_vivo_with_combined_spectral-domain_polarization_sensitive_optical_coherence_tomography_and_scanning_laser_ophthalmoscopy)</p>						
<p>Nr. Rg02-2235 din 18.04.2025</p>	<p>SA Tehop timed</p>	<p>Pentru lotul 2 Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart):</p> <table border="1" data-bbox="215 562 592 1223"> <tr> <td data-bbox="440 562 592 685">S-a solicitat Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="440 685 592 1223">S-a oferit conform ofertei depuse:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 562 440 685">1. Roți pivotante minim 2 cu frână</td> <td data-bbox="328 685 440 1223">4, Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 562 328 685">2. Mâner transportare minim 1</td> <td data-bbox="215 685 328 1223">pentru documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> </table>	S-a solicitat Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:	1. Roți pivotante minim 2 cu frână	4, Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	2. Mâner transportare minim 1	pentru documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.		<p>Informația a fost prezentată fără scrișoare de însoțire</p>
S-a solicitat Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:									
1. Roți pivotante minim 2 cu frână	4, Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.									
2. Mâner transportare minim 1	pentru documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.									

3. Dimensiuni: înălțimea 100 cm ± 5 cm, lățimea 67 cm - 82 cm, adâncimea 52 cm - 64 cm.	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
---	---

Pentru lotul 4 Cuseta medicală:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Tapiterie lavabilă rezistentă la detergenți și dezinfectanți;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog/ datasheet oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite

Pentru lotul 6 Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog/ datasheet oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc..). în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Pentru **lotul 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului:**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, accesoriilor echipamentului oferit	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Astfel, se solicita prezentarea unui catalog/ datasheet oficial al producătorului în care se vor regăsi toate specificațiile tehnice oferite

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc..). în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Pentru **lotul 6 Paravan medical pliant mobil cu 3 sectiuni:**

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse:
Perdele lavabile și ignefuge;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la oferta.

Informația a fost prezentată fără scrisoare de însoțire.

Nr. 17 din 23.04.2025 Ca răspuns pentru Rg02-2278 din 23.04.2025
Prin prezenta, SA Tehoptimed vine cu un răspuns la solicitarea Rg02-2278 din 23.04.2025: 1. Perdele sunt lavabile și rezistente la dezinfecție. Ceea ce ține de termenul de "ignefuge" – producătorul nu oferă garanție în caz de incendiu. 2. Paravanele analizate nu dispun de roți blocabile.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1382 315 1522 658">Roti cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile;</td> <td data-bbox="1382 658 1522 1512">Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DU/AE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>	Roti cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.	
Roti cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile;	Nu se regăsește confirmarea în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.			
<p>9.</p> <p>Ofertanții respinși/descalificați:</p> <p>Lotul 2 Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)</p> <p>- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Dimensiuni: înălțimea 100 cm ± 5 cm, lățimea 67 cm - 82 cm, adâncimea 52 cm - 64 cm, se oferă 930 mm înălțimea, 750 mm lățimea, 475 mm adâncimea.</p> <p>Lotul 3 Cântar cu talionetru copii electronic</p> <p>- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: "Se respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare, totodată conform clarificărilor operatorul a declarat ca modelul oferit este unul greșit "</p> <p>Lotul 4 Cușetă medicală</p> <p>Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se vor efectua următoarele modificări din "înălțimea 550 cm ± 5 cm" în "înălțimea 55 cm ± 5 cm"</p> <p>Lotul 7 Cântar electronic cu talionetru</p> <p>- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau bunuri înregistrate în Registrul de Stat al Mijloacelor de Măsurare.</p> <p>Lotul 14 Oftalmoscop indirect</p> <p>- Oferta operatorului economic ICS Eyecon Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Se respinge deoarece metoda de fixare pe cap a dispozitivului nu corespunde cu cea solicitată și împiedică utilizarea acestuia conform necesităților.</p> <p>- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.</p> <p>Lotul 17 Fotoliu proctologie</p> <p>- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: SE respinge din motiv ca nu este înregistrat în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Lotul 19 Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului</p>				

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: nu corespunde cerințelor tehnice: se solicită Latimea 55+/-5 cm se ofera 49 cm.

- Oferta operatorului economic ImpulsProGroup respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: la oferta electronică nu a fost atașat formularul 22.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct.111 din anuțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anuțul de participare. (oferentul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice deținute din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anuțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect.”

Conform demersului nr. 24/80 din 08.09.05 al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneagă” beneficiarul final a acceptat ofertele pentru loturile 5, 6, 18 ca oferte alternative

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. lot	denumire lot	U/m	Cantitatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului	producător	Țară de origine	ofertant	Înregistrare AMDM
1	Optotip digital	bucata	3	59	71	179	215	ULC900	Unicos	coreea de Sud	Lensess Grup SRL	DM000644315

2	Cârucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucata	19 300,00	23 160,00	77 200,00	92 640,00	EMERGENCY CART VOGN CSEC	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Turcia	AELO GRUP	DM000670129
5	Fotoliu recoltare sânge (model avansat)	bucata	9 316,00	11 179,20	9 316,00	11 179,20	MYS-718	MEYOSIS HASTANE EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.S.	Turcia	GBG-MLD SRL	DM000396163
6	Paravan medical pliant mobil cu 3 sectiuni	bucata	1 650,00	1 980,00	3 300,00	3 960,00	JLB075-33	Jian Lian Homecare & Products	China	SA Tehoptimed	DM000684854
8	Negatoscop un cadru cu LED	bucata	6 241,67	7 490,00	62 416,70	74 900,00	U0051	IHC Medical A.S.	Turcia	SA Tehoptimed	DM000553631
15	Tonomertru oftalmologic portabil de rebound	bucata	75 800,00	90 960,00	227 400,00	272 880,00	IC100TA011	iCare	Finlanda	Lensess Grup SRL	DM000362907
16	Fotoliu pentru examinare	bucata	32 700,00	39 240,00	65 400,00	78 480,00	MYS-923	MEYOSIS HASTANE EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.S.	Turcia	GBG-MLD SRL	DM000396160
18	Sistem de tomografie în coerență optică pentru rețină	bucata	1 399 961,67	1 679 954,01	1 399 961,67	1 679 954,01	Tomograf ocular cu Fundus camera REVO FC 130	Optopol Technolo gy	Poland	OPTIC- LUX	DM000331455
19	Placa/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului	bucata	22 800,00	27 360,00	820 800,00	984 960,00	Transaroll – Standard, nepliabilă 4401150	TRANSATL ANTIC HG STOLPE & CO. MBH	Germania	MED-M	DM000810676

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevrate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

Lotul 3 Cântar cu talimetrul copii electronic

Lotul 7 Cântar electronic cu talimetrul

Lotul 14 Oftalmoscop indirect**Lotul 17 Fotoliu proctologie**

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Lotul 4 Cușetă medicală

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

Lotul 9 Otoscop video**Lotul 10 Lentilă tip Volk 78 D (sau echivalentul)****Lotul 11 Lentilă tip Volk 90 D (sau echivalentul)****Lotul 12 Lentilă Goldman (Gonioscop)****Lotul 13 Tonometru transpalpebral**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 27.05.2025.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanti	Rg02-2463 din 13.05.2025	<i>SIA RSAP, e-mail</i>

La Data De 15.05.2025 a fost depusă o " contestație de către "ImpulsProGroup SRL nr. 02/609/25 din 16.05.2025, pe margainea rezultatelor procedurii de achiziție publică LP nr. oeds-b3wdp1-MD-1739540682711 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican .Timofei Moșneaga.

La data de 10.06.2025 a fost emisă decizia ANSC nr. 03D-615-25 cu privire la respingerea contestației de către "ImpulsProGroup SRL.

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul ne transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de achiziție respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
TEHOPTINIED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP SPTALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	21365412-0580-0448	65 716,7000	65 716,7000	30.05.2025	27.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
GBG-MILD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP SPTALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	21365412-0109-0448	74 716,0000	74 716,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	IMSP SPTALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	21365412-0005-0448	77 200,0000	77 200,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
LENSES GRUP SRL	1003600069773	Cu capital autohton	IMSP SPTALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	21365412-0502-0448	407 100,0000	407 100,0000	03.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
OPTIC LUX SRL	1002600043635	Cu capital autohton	IMSP SPTALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	33100000-1	21365412-0533-0448	1 399 961,6700	1 399 961,6700	04.06.2025	27.12.2025	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

