

DARE DE SEAMA

- de atribuire a contractului de achiziții publice
- de încheiere a acordului-cadru
- de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 2 din 29.05.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ mutate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiților medic-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1737126454432 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737126454432?tab=contract-notice
	Data publicării:17.01.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5.pdf 21 IANUARIE 2025, MARTI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 05
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 424 333,33 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

20 ian 2025, 11:16

Subiectul întrebării:

EA P. 18

Întrebare:

REFERITOR LA P. 18 Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Va rugam sa indicati CONCRET la care loturi din tender solicitata înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale?

Răspuns (23 ian 2025, 09:04):

Lotul nr. 1 Distilator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420 nu este dispozitiv medical.

Lot nr. 4 Sistem videoendoscopie pentru videocolonoscopie și videogastroscopie

Data:

20 ian 2025, 15:42

Subiectul întrebării:

Lot:4

Întrebare:

Buna ziua, Includeti specificatia tehnica pentru lot 4 in formularele XLS

Răspuns (21 ian 2025, 08:38):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă. Specificația tehnică a fost indicată.

Data:

20 ian 2025, 19:52

Subiectul întrebării:

Lot nr. 4 Sistem videoendoscopice pentru videoocolonoscopie și videogastroscopie

Întrebare:

A doua oara faceti aceeași licitație cu același buget. Nu sunt dispozitive la acest buget cu aceasta specificatie !!!

Răspuns (21 ian 2025, 08:39):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă. Bugetul a fost estimat de beneficiar, în limita disponibilităților mijloacelor financiare.

Data:

21 ian 2025, 20:30

Subiectul întrebării:

Lot 3.

Întrebare:

Buna ziua. Se solicită: 5) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția paternul vascular și mucosal, ceea ce duce la o mai bună delimitarea leziunilor și prognozarea invaziei. 6) Cu tehnologie ce permite vizualizarea vaselor de sânge profunde din mucoasa digestivă și evidențiază punctele de sângere. Pentru asigurarea vizualizării structurilor vasculare superficiale și profunde este nevoie de minim 2 benzi înguste de culoare (una pentru superficiale și alta pentru profunde). Sursa de lumină LED minim cu 2 lămpi. Astfel solicităm următoarele modificări: 33) Sursa de lumină – Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru (opțional - prezența regimului de spectru îngust) . să fie modificată în : Sursa de lumină – Led minimcu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru . Sursele de lumină LED nu prevăd lampă de rezervă, solicităm excluderea punctului 34) Lampa de rezervă- Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru.

Răspuns (24 ian 2025, 15:49):

Se acceptă modificarea punctului 33, din: „Sursa de lumină – Led/Xenon/Halogen, cu termen de exploatare cel puțin 500 ore de lucru (opțional - prezența regimului de spectru îngust)” în: „Sursa de lumină – Led minim cu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru.” Ce ține de punctul 34 „Lampa de rezervă” va fi eliminat. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

21 ian 2025, 20:36

Subiectul întrebării:

Lot 3.

Întrebare:

Solicitarea 9) Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI și SD-SDI sunt destinate pentru rezoluția 4K. Solicităm modificare în: SDI, / DVI, / VGA, / S-Video.

Răspuns (24 ian 2025, 15:50):

Punctul 9 va fi modificat din: „Ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI și SD-SDI (opțional)” în modul următor: „Ieșire semnal digital: SDI, / DVI, / VGA, / S-Video”. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

22 ian 2025, 10:59

Subiectul întrebării:

Lot 3.

Întrebare:

Buna ziua Solicitant: modificarea cerinței pentru MONITOR : b) Intrare și ieșire semnal variabila: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI) să fie modificată în b) Intrare și ieșire semnal (compatibil) cu videoprocesorul oferit). Mulțumesc.

Răspuns (24 ian 2025, 15:50):

La capitolul MONITOR PENTRU VIZUALIZAREA IMAGINILOR ENDOSCOPICE - 1 UNITATE, punctul b, va fi modificat din: „Intrare și ieșire semnal variabila: Y/C, Composit, HDMI (compatibil cu DVI).” în modul următor: „Intrare și ieșire semnal compatibil cu videoprocesorul oferit?”. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

22 ian 2025, 11:10

Subiectul întrebării:

Lot 4

Întrebare:

Având în vedere că unii producători indică mărirea diametrului maximal cu până la 10% în timpul deflecției, solicităm acceptarea următoarelor modificări:

Videogastroscoop: Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,8 mm \pm 10%. Videocolonoscop: Tubul de inserție Diametrul exterior 13 mm \pm 10%. Mulțumim

Răspuns (24 ian 2025, 15:51):

Acești parametri sunt de bază conform cerințelor beneficiarului. Totodată conform punctului 10 privind admiterea ofertelor alternative, se vor admite devierile procentuale de la cerința de bază conform specificațiilor tehnice propuse. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

22 ian 2025, 12:10

Subiectul întrebării:

Lot 2 - Dispozitiv electro-chirurgical

Întrebare:

Buna ziua, rugam sa reevaluat cerinta referitor la modurile de lucru ale dispozitivului. Valorile Ohm solicitate sunt inutile de mari, ceea ce nu este nici recomandabil, nici necesar. Solicitarea acestor valori exacte limiteaza participarea largă a operatorilor economici deoarece in conformitate cu aceste cerinte exista doar un singur operator economic.

Răspuns (23 ian 2025, 09:08):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, solicităm respectuos să menționați la care din parametri tehnici vă referiți, totodată, vă rugăm să menționați și să argumentați limitele maxime și minime.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 07.02.2025, ora 11:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
2	Kirantoni SRL	1011600001572	Gumionaiia Natalia
3	Data Control SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
4	Ericon SRL	10036000000316	Bunic Gheorghe
5	Med M	1020611000359	Rotari Vladimir

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferețe DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Eyecon Medical SRL	Kiranton i SRL	Data Control SRL	Ericon SRL	Med M
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 5.09.2021.</i>	+	+	+	+	+
2	Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează					

3	Specificația de preț	<p>actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>In cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da” doar trimiterea la pagina din catalog; copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atasat - atrage după sine respingerea ofertei</p>	+	+	+	+	+	+	
4	DUAE	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p> <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricăruia alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie <i>pena de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	+	+	+	+	+	+	
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- în cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se</p>	+	+	+	+	+	+	

	<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampeii ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>					
--	---	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	model/ producator/ tara de origine/	oe	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Distilatator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420	Bucată	1	38500	MSD-8000/Turcia Mikrotest	ICS Eyecon Medical SRL	corespunde	corespunde
1	Distilatator cu mono distilare 4L cu rezervor Cod 270420	Bucată	1	44500	DISTILATOR model M4, cu mono distilare 4 litri /oră, cu rezervor de 8 litri/ ELEKTRO MAG LABORATU VAR ALETLERI SAN. VE TIC. A.Ş./ Turcia	Kirantoni	corespunde	Nu a fost evaluat

2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230	Bucată	2	84900	Excell 200 MCDS e / ALSA / Italia	Data Control SRL	corespunde	corespunde
3	Troliu endoscopic cu gastroscop	Bucată	1	732000	HD-550/ Sonoscape/ China	Ericon SRL	corespunde	Nu corespunde
3	Troliu endoscopic cu gastroscop	Bucată	1	663000	CV-170 + GIF-H170 / Olympus / Japonia	Data Control SRL	corespunde	corespunde
4	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie	Bucată	1	324500	HD-350/ Sonoscape/ China	Ericon SRL	corespunde	corespunde
5	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Bucată	1	185600	MEDİONE TRQ-2024/ AVRASY AMED MEDİKA L TIBBİ CİHAZLA R VE ÜRÜNLE R PAZARL AMA SANAYİ VE DİŞ	MED M SRL	corespunde	corespunde

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată			Rezumatul răspunsului operatorului economic							
Nr. Rg02-821 din 04.03.2025	FCPC DATACO NTROL SRL	<p>Pentru Lotul 2 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu troliu Cod 280230:</p> <table border="1" data-bbox="582 358 997 1276"> <tr> <td data-bbox="837 358 997 582">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="837 582 997 840">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="837 840 997 1276">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="718 358 837 582">Indicatoare acustice</td> <td data-bbox="718 582 837 840">Indicatoare acustic</td> <td data-bbox="718 840 837 1276">În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="582 358 718 582">Control volum sunet obligatoriu</td> <td data-bbox="582 582 718 840">Control volum sunet obligatoriu</td> <td data-bbox="582 840 718 1276">În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă,</p>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Indicatoare acustice	Indicatoare acustic	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.	Control volum sunet obligatoriu	Control volum sunet obligatoriu	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.	<p>Prin prezenta, aducem clarificările solicitate de grupul lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a LP nr. ocdds-b3wdp1-MD 1737126454432 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 1), comunică următoarele: Pentru lotul 4 Sistem videoendoscopic pentru videoendoscopie și videogastroscopie: S-a solicitat conform Anunțului de participare: 1. Memorie externă, conectare USB S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
Indicatoare acustice	Indicatoare acustic	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.										
Control volum sunet obligatoriu	Control volum sunet obligatoriu	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Control volum sunet obligatoriu” nu se regăsește.										
Nr. Rg02-822 din 04.03.2025	ERICON SRL	<p>Pentru lotul 4 Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie:</p> <table border="1" data-bbox="207 358 462 1276"> <tr> <td data-bbox="303 358 462 582">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="303 582 462 840">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td> <td data-bbox="303 840 462 1276">S-a constatat în procesul evaluării:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="180 358 303 582"></td> <td data-bbox="180 582 303 840"></td> <td data-bbox="180 840 303 1276">În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința 'Memorie externă, conectare USB' nu se</td> </tr> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:			În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința 'Memorie externă, conectare USB' nu se		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
		În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința 'Memorie externă, conectare USB' nu se										

Memorie externa, conectare USB. –pag 3 S-a constatat în procesul evaluării: În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința ‘Memorie externă, conectare USB’ nu se regăsește. S-a făcut referire la pagina 3 a manualului de utilizare al videoprocesorului, unde este indicată doar cantitatea porturilor USB, ‘Porturi USB (4)’, fără a confirma disponibilitatea memoriei externe prin conectare de tip USB. 2. Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală. 3. Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * balansul de alb În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “posibilitate de focalizare automată” nu se regăsește. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * balansul de alb” nu se regăsește. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului” nu se regăsește c) Cu suport pentru tastatură. c) Cu suport pentru tastatură. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “c) Cu suport pentru tastatură.” nu se regăsește d) Cu suport pt. 2 endoscoape. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “d) Cu suport pt. 2 endoscoape.” nu se regăsește e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu.” nu se regăsește f) Prevăzut cu roți blocabile f)

regăsește. S-a făcut referire la pagina 3 a manualului de utilizare al videoprocesorului, unde este indicată doar cantitatea porturilor USB, ‘Porturi USB (4)’, fără a confirma disponibilitatea memoriei externe prin conectare de tip USB.

În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “posibilitate de focalizare automată” nu se regăsește.

În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința “Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * balansul de alb” nu se regăsește.

Memorie externa, conectare USB. –pag 3

Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală.

Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * balansul de alb

Memorie externa, conectare USB

Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală

Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate:

* balansul de alb		În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului."	Prevăzut cu roți blocabile. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "f) Prevăzut cu roți blocabile" nu se regăsește. Clarificările Ericon SRL 1. Memorie externa, conectare USB. Este confirmată la pag 11 Basic User Manual (anexat) 2. Adâncimea câmpului vizual (minim): 3-100 mm (normal), și cu regim apropiat de lucru. posibilitate de focalizare automată și opțional manuală.. Vă informăm că pentru toate endoscoapele flexibile "Adâncimea câmpului vizual" este caracteristica care asigură focalizarea clară imaginii în diapazonul menționat, în cazul dat – 3-100 mm. Respectiv regimul cel mai apropiat este 3 mm. 3. În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "Minerul de comanda prevăzut cu minim 2 butoane cu funcții variabile care pot telecomanda opțional funcțiile setate: * balansul de alb" nu se regăsește. Sistemul endoscopic este dotat cu "Balansul de alb" automat și nu necesită ajutorul la fiecare examinare. Astfel funcția telecomandată de la mâner nu este argumentată. Totodată menționăm că aceste solicitări sunt opționale. b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului. c) Cu suport pentru tastatură. d) Cu suport pt. 2 endoscoape. f) Prevăzut cu roți blocabile
b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului.	b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului.	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "b) Cu braț mobil pentru fixarea monitorului" nu se regăsește	
c) Cu suport pentru tastatură.	c) Cu suport pentru tastatură.	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "c) Cu suport pentru tastatură." nu se regăsește	
d) Cu suport pt. 2 endoscoape.	d) Cu suport pt. 2 endoscoape.	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "d) Cu suport pt. 2 endoscoape." nu se regăsește	
e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu	e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu.	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "e) Cu transformator de izolare pentru protecția pacientului și a doctorului în timpul procedurilor, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu." nu se regăsește	
f) Prevăzut cu roți blocabile	f) Prevăzut cu roți blocabile	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința "f) Prevăzut cu roți blocabile" nu se regăsește	

<p>Nr. Rg02-823 din 04.03.2025</p>	<p>Astfel autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>	<p>Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea dumneavoastră cu nr. Rg02-823 din 04.03.2025 pe marginea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1732266804781 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insușiților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1), vă informăm următoarele. - - Parametrul tehnic solicitat „Calibrare automată a senzorului de presiune” este confirmat la pagina 36 din manualul de utilizare pe care îl anexăm. În cazul dispozitivului oferit nu este necesar un „Set de calibrare pentru bioinginer”, deoarece autocalibrarea dispozitivului se efectuează în mod automat și este integrat. Catalogul pentru troleu cu 5 roțile și coș se anexează. Numărul de referință TRQ-75 este confirmat în Declarația de conformitate (se anexează).</p>												
<p>MED-M SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 5 Sistem garou pneumatic, cu accesorii</p> <table border="1" data-bbox="478 985 1244 1881"> <thead> <tr> <th data-bbox="478 1635 606 1881">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="478 1321 606 1635">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="478 985 606 1321">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="606 1635 813 1881">Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu</td> <td data-bbox="606 1321 813 1635">Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu</td> <td data-bbox="606 985 813 1321">În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu” nu se regăsește.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="813 1635 1053 1881">Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set</td> <td data-bbox="813 1321 1053 1635">Autocalibrare - da</td> <td data-bbox="813 985 1053 1321">În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Set de calibrare pentru bioinginer, minim 1 set” nu se regăsește, iar expresia „Autocalibrare – da” nu este clarificată.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1053 1635 1244 1881">Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu</td> <td data-bbox="1053 1321 1244 1635">Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu – da TRQ-75</td> <td data-bbox="1053 985 1244 1321">Documentele tehnice pentru modelul TRQ-75 oferit lipsesc</td> </tr> </tbody> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu	Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu” nu se regăsește.	Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set	Autocalibrare - da	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Set de calibrare pentru bioinginer, minim 1 set” nu se regăsește, iar expresia „Autocalibrare – da” nu este clarificată.	Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu	Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu – da TRQ-75	Documentele tehnice pentru modelul TRQ-75 oferit lipsesc	
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:												
Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu	Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Calibrare automată a senzorului de presiune obligatoriu” nu se regăsește.												
Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set	Autocalibrare - da	În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Set de calibrare pentru bioinginer, minim 1 set” nu se regăsește, iar expresia „Autocalibrare – da” nu este clarificată.												
Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu	Troleu cu 5 roțile și coș obligatoriu – da TRQ-75	Documentele tehnice pentru modelul TRQ-75 oferit lipsesc												

9. Ofertanții respinși/descalificați:
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor

Motivul reevaluării ofertelor	<p>s-a dat citire contestației depuse de către operatorul economic Ericon SRL nr. 02/415/25 din 01.04.2025 depusă pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 2 din 28.03.2025, cu privire la respingerea ofertei sale pentru lotul nr. 3 Troliu endoscopic cu gastroscop, după cum urmează Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:</p> <p>s-a solicitat Câmp de vedere (minim): 140° s-a oferat Câmp de vedere 140° ± 10%.</p> <p>s-a solicitat Lungimea de lucru (minim): 1000 mm s-a oferat lungimea de lucru 1050 mm ± 10%.</p> <p>Control SRL.</p> <p>Totodată, Ericon SRL a argumentat faptul că oferta operatorului economic desemnat câștigător nu corespunde cerințelor tehnice minime obligatorii solicitate în documentației de atribuire.</p> <p>Ca urmare a examinării repetate a ofertelor depuse, s-a stabilit următoarele:</p> <p>Din punct de vedere al ofertelor de bază nici o ofertă nu corespunde cerințelor tehnice minime obligatorii solicitate în documentației de atribuire</p> <p>Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:</p> <p>s-a solicitat Câmp de vedere (minim): 140° s-a oferat Câmp de vedere 140° ± 10%.</p> <p>s-a solicitat Lungimea de lucru (minim): 1000 mm s-a oferat lungimea de lucru 1050 mm ± 10%.</p> <p>Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:</p> <p>s-a solicitat Sursa de lumină – Led minim cu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru s-a oferat Sursa de lumină Da, LED, 1 integrată, 1 de rezerva adițional, >10 000 ore.</p> <p>În temeiul pct. 10 din anunțul de participare, prin care se acceptă oferte alternative și pct. 23 criteriul de evaluare cel mai scăzut preț s-a expediat demersul nr. Nr. Rg02-2260 din 22 aprilie 2025 în adresa beneficiarului final, IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi”, prin care s-a solicitat expunerea pe marginea ofertei depuse de către Ericon SRL și divergențele depistat dintre cerințele solicitate în anunțul de participare și oferta depusă după cum urmează:</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferat conform ofertei depuse:

S-a solicitat	Câmp de vedere (minim): 140°	S-a oferat	Câmp de vedere 140° ± 10%.							
S-a solicitat	Lungimea de lucru (minim): 1000 mm	S-a oferat	Lungimea de lucru 1050 mm ± 10%.							
<p>Prin demersul nr. 05-4/426 din 24.04.2025 IMSP Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi", a conformat că devierile depistate, satisfac cerințele instituției, privind efectuarea investigațiilor endoscopice.</p>										
Modificările operate	<p>Din punct de vedere al ofertelor de bază respingerea ambelor oferte, după cum urmează</p> <p>Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:</p> <p>s-a solicitat Câmp de vedere (minim): 140° s-a oferat Câmp de vedere 140° ± 10%.</p> <p>s-a solicitat Lungimea de lucru (minim): 1000 mm s-a oferat lungimea de lucru 1050 mm ± 10%.</p> <p>Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire:</p> <p>s-a solicitat Sursa de lumină – Led minim cu 2 lămpi cu termen de exploatare cel puțin 10000 ore de lucru s-a oferat Sursa de lumină Da, LED, 1 integrată, 1 de rezerva adițional, >10 000 ore.</p> <p>În temeiul pct. 10 din anunțul de participare, prin care se acceptă oferte alternative și pct. 23 criteriul de evaluare <i>cel mai scăzut preț pentru lotul nr. 3 Trobul endoscopic cu gastroscop</i>, se desemnează câștigătoare oferta alternativă:</p>									
Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model/ Producător/ Țara de origine/	AMDM	Operatorul economic
3	Trobul endoscopic cu gastroscop	Bucată	1	662 000	794 400	662 000	794 400	HD-550/ Sonoscape/ China	DM000684612, DM000684605, DM000684620	Ericon SRL
<p>Oferta desemnată câștigătoare prin soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.</p>										

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar	Preț unitar (fără TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Suma model/ producător/ tara de origine/	amdm	oe
----------------	---------------------	---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------	---	-------------	-----------

2	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza) cu trolu Cod 280230)	Bucată	2	84900	101880	169800	203760	Excell 200 MCDSe / ALISA / Italia	DM000051749	Data Control SRL
3	Trolu endoscopic cu gastroscop	Bucată	1	662 000	794 400	662 000	794 400	HD-550/ Sonoscape/ China	DM0000684612, DM0000684605, DM0000684620	Ericon SRL
4	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie și videogastroscopie	Bucată	1	324500	389400	324500	389400	HD-350/ Sonoscape/China	DM0000266482, DM0000266479, DM0000266485, DM0000266488	Ericon SRL
5	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Bucată	1	185600	222720	185600	222720	MEDİONE TRQ- 2024/ AVRASY AMED MEDİKAL TİBBİ CİHAZLAR VE ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/ Turcia	DM0000646004 DM0000646029	MED M SRL

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-1315 din 13.03.2025 Rg02-2291 din 24 aprilie 2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 181 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

- 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul este încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
Ericon SRL	100360000316	Cu capital autohton	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	33100000-1	21349203-0097-0444	662 000,0000	794 400,000	12.05.2025	02.12.2025	09.08.2025
I.C.S. EYECON MEDICAL SRL	101260003608	Cu capital autohton	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	33100000-1	21349203-0123-0426	38 500	46200	28.05.2025	02.12.2025	25.08.2025

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Da)
Valoarea de achiziție cu TVA din contracte/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	815880 (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-pref <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de lucru declarat este respectat în ceea ce privește contractul/contractele indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

