




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, Gr. Vieru 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md
<https://capcs.md>

Nr. Rg02-2186 din 15.04.2025

Operatorii economici participanți
Beneficiarii finali

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1735637835434](#) privind *Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 1)* din 31.12.2024, vă comunică decizia de reevaluare din 15.04.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
111 - 35434	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)	19225	Bucată	2,5000	2,7000	48062,50	51907,50	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372566	IM Natusana SRL
112 - 35434	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (893)	8440	Bucată	2,5000	2,7000	21100,00	22788,00	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372567	IM Natusana SRL
113 - 35434	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (894)	27430	Bucată	2,5000	2,7000	68575,00	74061,00	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372568	IM Natusana SRL
114 - 35434	Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (895)	31325	Bucată	2,5000	2,7000	78312,50	84577,50	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372569	IM Natusana SRL

115 - 35434	Cateter de aspirație CH 6 (896)	23870	Bucată	1,5760	1,7021	37619,12	40628,65	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372568	IM Natusana SRL
116 - 35434	Cateter de aspirație CH 8 (897)	34015	Bucată	1,9000	2,0520	64628,50	69798,78	GT017-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372565	IM Natusana SRL

Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:

111 Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR10, cu supapă (892)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu vârf deschis, vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă - a fost oferit cateter de aspirație cu varf polisat atraumatic. Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

112 Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR12, cu supapă (893)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu vârf deschis, vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă - a fost oferit cateter de aspirație cu varf polisat atraumatic. Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

113 Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR14, cu supapă (894)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu vârf deschis, vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă - a fost oferit cateter de aspirație cu varf polisat atraumatic. Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

114 Cateter de aspirație a căilor endotraheale superioare FR16, cu supapă (895)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu vârf deschis, vârf fluier cu supapă de control pentru aspirație precisă - a fost oferit cateter de aspirație cu varf polisat atraumatic. Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

115 Cateter de aspirație CH 6 (896)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu lungimea de 40cm (±1cm) - a fost oferit cateter de aspirație cu lungimea de 42cm. A fost solicitată perforația la ~ 7cm - a fost oferit cateter cu 2 perforații. Nu se regăsesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

116 Cateter de aspirație CH 8 (897)

- Oferta operatorului economic **Ecochimie** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: A fost solicitat cateter de aspirație cu lungimea de 40cm (± 1 cm) - a fost oferit cateter de aspirație cu lungimea de 42cm. A fost solicitată perforația la ~ 7 cm - a fost oferit cateter cu 2 perforații. Nu se regăesc toți parametrii solicitați în documentele confirmative prezentate. S-a răspuns incomplet la clarificare.

144 Cateter ombilical cu două intrări 6F (suplimentar)

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat cateter ombilical cu două intrări - a fost oferit Set cateter venos central, cu un lumen.

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi:

144 Cateter ombilical cu două intrări 6F (suplimentar)

Menționăm că pentru lotul anulat, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2025, numai după reconfirmarea cantităților, dacă este cazul, după revizuirea specificațiilor tehnice (luând în calcul și motivul anulării loturilor) și a valorii estimative, de către beneficiarii finali.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și vor fi semnate începând cu data de 28.04.2025, după expirarea termenului de așteptare.

Totodată, după expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

OE

Ecochimie

IM Natusana SRL

MED-M