



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), <https://capcs.md>

**Nr. Rg02-2836 din 10 iunie 2025**

**Operatori economici participanți**

**IMSP Beneficiari**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 din 21.03.2025 privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)*, vă comunică decizia nr.1 din 10.06.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant	Beneficiari
1	1-31039	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	246 500,00	295 800,00	1 479 000,00	1 774 800,00	HyLED C8/C5 China Mindray	DM000555385	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Sf. Treime
2	2-31039	Mașină de anestezie	Bucată	4	557 500,00	669 000,00	2 230 000,00	2 676 000,00	A7 + BeneVision N19 China Mindray	DM000153168 DM000649454	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Sf. Treime
3	3-31039	Fotoliu ORL Hidraulic	Bucată	1	77200,0000	92 640,000	77 200,00	92 640,00	OTOP/i PROFESSIONAL Euroclinic	DM000565284	Medica Sens	Sf. Treime
4	4-31039	Masă pentru operații	Bucată	1	299000,0000	358800,0000	299 000,00	358 800,00	Vivax OT-02 Standard Polonia Infimed	DM000303247	DataControl SRL	Sf. Treime
5	5-31039	Masă chirurgicala oftalmologica	Bucată	2	301405,0000	361686,0000	602 810,00	723 372,00	500XLE UFSK International (Germania)	DM000185160	Medica Sens	Sf. Treime
6	6-31039	Termometru mecanic	Bucată	700	38,1600	45,8000	26 712,00	32 060,00	Mercury free China Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	DM000213618	SA Tehoptimed	Sf. Treime
8	8-31039	Electrocardiograf cu 6 canale	Bucată	2	18000,0000	21600,0000	36 000,00	43 200,00	Electrocardiograf cu 6 canale Model SE - 601B AMDM	DM000499500	AELO GRUP	CS Rudi

									DM000499500 China EDAN INSTRU MENTS, INC.			
9	9-31039	Coagulometru semi-automat	Bucată	1	13950,0000	16740,0000	13 950,00	16 740,00	CA-02 Semi automatic coag instrument CA-02 (Coagulometru semiautomat)China/ Clindiag	DM000385952	SRL Biosistem mld	CS Rudi
10	10-31039	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum	Bucată	1	370 000,00	444000,0000	370 000,00	444000,0000	XG1.UCD 100S (M1) China Shinva Medical Instrument co., LTD	DM000819146	SC ERICON SRL	Policlini ca de Stat
11	11-31039	Concentrator de oxigen 5L	Bucată	1	14290,0000	17 148,000	14 290,00	17 148,00	Oxybreath Mini 5 Kare-Medical	DM000234258	Medica Sens	CS Ungheni
12	12-31039	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	429 900,00	515 880,00	429 900,00	515 880,00	Consona N9 China Mindray	DM000350292	ÎM „Dutchmed- M” SRL	CS Nisporeni
13	13-31039	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	35450,0000	42 540,000	35 450,00	42 540,00	EKT 175 Turcia EMSAS	DM000578862	DataControl SRL	CS Sîngerei
15	15-31039	Cicloergometru	Bucată	1	177000,0000	212400,0000	177 000,00	212 400,00	Cubestress system config./ HD+12/ XR100+ BP Italia Cardioline	DM000499865	DataControl SRL	Cardiolo gie
17	17-31039	Pat pentru examinare (meccanic) adulți,	Bucată	2	3600,0000	4 320,000	7 200,00	8 640,00	Examy 3 Turcia Optium	DM000499544	DataControl SRL	DM SIS
20	20-31039	Mașină de anestezie	Bucată	1	485 650,00	582 780,00	485 650,00	582 780,00	WATO EX 65PRO + Bene Vision N19 China Mindray	DM000153166 DM000649454	ÎM „Dutchmed- M” SRL	Arhangh el Mihail

### Ofertanții respinși/descalificați:

Ofertat operatorului economic KVG LLC S.R.L. se respinge, pentru toate loturile, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat „termenul de valabilitate a ofertei 160 de zile” conform declarației privind valabilitatea ofertei (conform anexei nr. 8) operatorul economic a declarat termenul de valabilitate 90 de zile. Totodată, conform pct. 53 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și

servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 „*ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

### **Pentru lotul nr. 2 Mașină de anestezie**

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH<sub>2</sub>O se ofertat Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH<sub>2</sub>O;

s-a solicitat Concentrația de O<sub>2</sub> Timp de răspuns, sec <30 se ofertat Concentrația de O<sub>2</sub> Timp de răspuns, sec <35;

s-a solicitat Compresor / turbina: Compresor intern / mini compresor/ turbină. Se acceptă orice tehnologie. Aceasta trebuie să fie integrat în dispozitiv și nivel de zgomot minim / silențios obligatoriu integrat se ofertat Compresor extern mărime 445 x 355 x 440 mm, nivel de zgomot ≤ 49 dB, care este voluminos și se conectează lângă dispozitiv ";

### **Pentru lotul nr. 7 Tonometru ocular**

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

### **Pentru lotul nr. 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum**

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C s-a ofertat Gama de temperatură: diagonala minim 121 - 134 grade C.

### **Pentru lotul nr. 13 Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L**

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri ≤ s-a ofertat Capacitatea internă a camerei 315 litri ;

s-a solicitat Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 s-a ofertat 2 piciorușe în loc de frâne;

### **Pentru lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată,**

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

s-a solicitat Lampă de examinare cu braț articulată s-a ofertat cu braț flexibil;

s-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500 K s-a ofertat Temperatura culorii 4500 - 5500 K;

s-a solicitat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux s-a ofertat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 40 000 lux;

### **Pentru lotul nr. 18 Sterilizator 110 L**

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.  
s-a solicitat Divergență față de temperatura setată  $\leq 1^{\circ}\text{C}$  s-a ofertat Divergență față de temperatura setată  $3^{\circ}\text{C}$ ;

#### **Pentru lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie**

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.  
s-a solicitat color, touch-screen s-a ofertat cu butoane;  
s-a solicitat Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a ofertat Timpul de tratament diapazon 30 minute lucrul, 5 minute pauza;

#### **Pentru lotul nr. 20 Mașină de anestezie**

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:  
s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH<sub>2</sub>O s-a ofertat Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH<sub>2</sub>O;  
s-a solicitat Concentrația de O<sub>2</sub> Timp de răspuns, sec <30 s-a ofertat Concentrația de O<sub>2</sub> Timp de răspuns, sec<35.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Tonometru ocular,  
Lotul nr. 14 Monitor Holter ECG;  
Lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulat;  
Lotul nr. 18 Sterilizator 110 L;  
Lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie;

Pentru loturile anulate se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 24.06.2025

**Cu respect,**

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**