

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 1 din 28.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
<b>Denumirea autorității contractante</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>Localitate</b>	1016601000212
<b>IDNO</b>	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
<b>Adresa</b>	022-222-445
<b>Număr de telefon</b>	
<b>Număr de fax</b>	office@capcs.gov.md
<b>E-mail oficial</b>	www.capcs.md
<b>Adresa de internet</b>	Arvinte Irina
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

- Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)\*  
 Altele: [Indicati]

\*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)

Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire  
 (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de achiziție repetată

(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior  
 pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

- Bunuri  
 Servicii  
 Lucrări

Obiectul achiziției  
 Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem de raze X panoramic, dentar  
 (Ortopantomograf)) conform necesităților Centrul Stomatologic Municipal Balti

Cod CPV

33100000-1

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749047443196?tab=contract-notice>  
[www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md)  
 ocds-b3wdp1-MD-1749047443196

	Data publicării: 27.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf</a>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Accord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	267 000 lei

**Clarificări privind documentația de atribuire:**

**Data:**

9 iun 2025, 11:29

**Subiectul întrebării:**

Nivelul de filtrare

**Întrebare:**

In cerintele tehnice cu privire la „Generator de raze X, este solicitat „Filtrare totala(minima) mm Al 2,8,„ dupa care se mai solicita si „Filtrare aditionala (minima) mm Al 2,0,„ iar la „Tubul de raze X, se solicita filtrare totala (minima) mm Al 0,8 mm. Reiesind din formula Filtrarea totala = filtrarea aditionala + filtrarea tubului. Filtrarea aditionala in suma cu filtrarea tubului rezulta 2,8 mm . Rugam excluderea parametrilor Filtrare aditionala (minima) mm Al 2,0 si Filtrare totala( minima) mm Al 0,8 mm si sa fie pastrata doar „Filtrare totala(minima) mm Al 2,8,„ deoarece acest parametru este important si comun pentru toti producatorii de instalatii ortopantomografice.Filtrarea aditionala si filtrarea tubului difera de constructivul diferit al fiecarui producator in parte.

**Răspuns** (16 iun 2025, 09:43):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se acceptă observația. Pentru a evita limitarea nejustificată a competiției și având în vedere că distribuția filtrării între tub și sistem variază în funcție de producător, se menține doar cerința „Filtrare totală (minimă): 2,8 mm Al”. Cerințele privind filtrarea tubului și filtrarea adițională vor fi eliminate.

**Data:**

9 iun 2025, 11:35

**Subiectul întrebării:**

Raza de acoperire 95x380 mm

**Întrebare:**

Rugăm respectuos sa ne explicati la ce se refera acest parametru si in ce conditii trebuie sa fie asigurat de tubul de raze X. Mulțumim anticipat.

**Răspuns** (16 iun 2025, 09:41):

Parametrul tehnic „raza de acoperire 95x380 mm” indică dimensiunea maximă a fascicului de raze X emis de tub, necesară pentru a acoperi întreaga arcadă dentară în modul panoramic. Tubul trebuie să asigure acest câmp la distanța de lucru standard, pentru a permite o imagine completă și corectă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor</b>	Eliminarea cerinței tehnice „Filtrare adițională (minimă) mm Al 2,0 si Filtrare totală( minimă) mm Al 0,8 mm”
<b>16.06.2025</b>	
<b>Publicate în BAP/alte mijloacele de informare</b> <i>(după caz)</i>	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor</b> <b>prelungit</b> <i>(după caz)</i>	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

Până la termenul-limită (data 21.06.2025, ora 09:44), au depus oferta 3 operatori economici:

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>IDNO</b>	<b>Asociații/ administratorii</b>
<b>1</b>	Vipromed Service	1013600002366	Savca Octavian Valeriu
<b>2</b>	SARJOJ INTERNATIONAL SRL	1012600013806	Sachdev Tatiana

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)	bucată	1	265000,0000	Vipromed Service	corespunde	corespunde
Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)		1	266 000,00	SAROJ INTERNATIONAL SRL	corespunde	Nu a fost evaluat

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Vipromed Service	SAROJ INTERNATIONAL SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: -pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	+	+

- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente  $\geq 192$  de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea

**NOTĂ:**

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).  
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.

<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+	+
<p>DUAE</p>	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+	+
<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	+	+
<p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</p>	03.12.2025	04.12.2025
<p>Certificat de atribuire a contului bancar</p>	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+

<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Lipsa restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>		
<p>Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+
<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</p>	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	+	+

Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Ofertant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Declarație de la Ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic		Informația solicitată		Clarificările prezentate
<p>Nr. Rg02-3103 din 07.07.2025 Vipromed Service</p>		<p>Pentru Lot 1 Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf):</p>		<p>Nr. 1 din 09.07.2025 Prin prezenta, VIPROMED SERVICE SRL vă prezintă răspuns la scrisoarea Nr. Rg02 3103 din 07.07.2025 parvenită în urma examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr ocds-b3wdp1-MD-1749047443196 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf) conform necesităților Centrul Stomatologic Municipal Balti și comunicăm următoarele: 1. Generator raze X : Frecvența 40-50 KHz. Răspuns: Generatorul X-Ray (HF-G-D-054B) folosit de producatorul Ray Co.Ltd, este de origine din Japonia de la producatorul Toshiba și funcționează pe frecvența 0-50 KHz ceea ce este conform și superior cerințelor tehnice solicitate în caietul de sarcini.</p>
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Generator de raze X: Frecvența 40-50 kHz</p> <p>Controlat automat/ protecție de supraîncălzire <math>\geq 60^\circ</math> (răcire cu aer)</p> <p>Raza de acoperire 95x380 mm</p> <p>Tub de raze X: Înălțimea Minim 700 mm</p> <p>Detector: Lungimea suprafeței active a senzorului minim, mm 150,4 mm Lățimea suprafeței active a senzorului, minim 6 mm</p>		<p><b>Se declară în anexa specificații tehnice.</b></p> <p>40-50 KHz User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification pag. 174</p> <p>Da, Aer si Ulei</p> <p>100x380 User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Apparatus Specification pag. 128 &amp; 175</p> <p>1626mm- 2296mm User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification Apparatus Specifications pag. 177 User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification Apparatus Specifications pag. 174</p> <p>151,2 User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification pag. 175 User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification pag. 175</p>		
		<p><b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b></p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la oferta conform referinței indicate în anexa specificații tehnice.</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă.</p> <p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă <b>minimul de înălțime.</b></p>		

Export de date Da, DICOM, JPG, PDF	User Manual RUG400 SMARTDENT Alin. 4.5 Export Patient Image pag. 38-39	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă export de date în <b>format PDF</b> .	Răspuns: În tabelul de mai jos, de la pagina 174 din manualul tehnic RCT700, este enunțat că temperatura este monitorizată și în cazul supraincălzirii apare semnal de alarmă cu indicare lumină roșie și operatorul trebuie să facă o pauză între investigații 3-5 minute. Racirea cu ulei este demonstrabilă prin șintagma „insulating oil”, care este găsită în același tabel.
Comenzi vocale (pentru monitorizarea în siguranță a pacientului) da	User Manual RCT700 pag. 16	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă conform referinței indicate în anexa specificații tehnice.	
Sistem de operare Windows 10 sau echivalent	Windows 10 User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification pag. 177	Conform documentelor tehnice se regăsește sistema de operare <b>Windows 7</b> . Astfel, se solicit clarificarea situației create și confirmarea suplimentară a Sistemului de operare oferite.	Adaugător am atașat poze reale și Parts Guide Book ale instalației în care se observă orificiile ventilații cu aer și FAN COOLER-ul.
Monitor: Unghi de vizualizare: min 178° / 178° Dimensiune Min 19-21 inch	User Manual RCT700 tabel 9.1 Technical Specification pag. 36	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă conform referinței indicate în anexa specificații tehnice.	Răspuns: Conform clarificărilor oferite pe platforma achizitii.md de autoritatea contractantă la data de 16 iun 2025, 09:41: Parametrul tehnic „raza de acoperire 95×380 mm” indică dimensiunea maximă a fasciculului de raze X emis de tub, necesară pentru a acoperi întreaga arcadă dentară în modul panoramic. Tubul trebuie să asigure acest câmp la distanța de lucru
Funcție de transmitere a datelor prin intermediul rețelei locale Transmiterea datelor DICOM prin intermediul rețelei WI-FI Posibilitatea creării fișei medicale în format electronic cu descrierea patologiei și planului pentru tratament	User Manual RCT700 pag. 42	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă conform referinței indicate în anexa specificații tehnice.	
Export imagini radiografice dentare în format JPEG, BMP, PDF, etc da	User Manual RCT700 Capitol 6.3.4 Export, pag. 75-83	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă conform referinței indicate în anexa specificații tehnice <b>BMP și PDF</b> .	
Transmiterea imaginilor radiografice dentare din program direct pe mail da	User Manual RCT700 Capitol 6.3.4 Export, pag. 75-83	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă conform referinței indicate în anexa specificații tehnice.	În urma efectuării investigației ortopantomografice cu

dispozitivul RayScan, zona scanată în întregime are dimensiuni mai mari de 100mm x 380 mm și cuprinde nu doar dantura ci și articulațiile temporo-mandibulare ceea ce este conform solicitărilor din caietul de sarcini. ( în imagine este expusa investigația cu scara de 1:1 și dimensiunile indicate corespund realității)

Răspuns: Dispozitivul pentru comenzi folosește semnale luminoase și sonore.

Semnalele sonore standard presupun sunete sub forma de „beep„. Conform solicitărilor autorității contractante aceste semnale sonore pot fi înlocuite cu orice tip de comenzi prin înlocuirea fișierului de tip .wav. La etapa livrării dispozitivului aceste comenzi vor corespunde solicitărilor beneficiarului.

Răspuns: Producătorul Ray Co, Ltd., folosește ca sistem de operare de baza platforma Windows. în manualul tehnic este indicat windows 7 deoarece manualul a fost elaborat la etapa când Win 7 era actual. Toate sistemele livrate la ziua de astăzi sunt

dotate cu sistem de operare  
minim Windows 10. Atașăm  
screenshot de la dispozitiv  
Rayscan Alpha Panoramic  
care poate fi vazut în  
realitate la showroom-ul  
nostru. Vom solicita  
producătorului să actualizeze  
manualul tehnic însă acest  
lucru nu poate fi făcut la  
fiecare update de sistem de  
operare Windows care are  
loc la cel puțin fiecare  
jumăte de an.

Răspuns: Opțiunea de conectare  
Wi-Fi este una simplă care se  
oferă la solicitare. Aceasta  
presupune instalarea modului  
Wi-Fi la baza PC-ului  
instalăției Ortopantomografice  
și toată

comunicarea cu rețeaua  
externă, importul și exportul de  
date poate fi realizat prin  
intermediul  
conectării Wi-Fi. Opțiunea  
respectivă nu este indicată în  
manualul tehnic însă va fi  
livrată

conform solicitărilor autorității  
contractante.

Cu privire la fișa medicală a  
pacientului - la pagina 91 în  
manualul SMARTDENT  
RUG400

capitolul 7 Report în  
evidențierea Preview Report

este demonstrata fișa medicală a pacientului care conține date despre investigația medicală și planul de tratament. Atașăm screenshot din manualul tehnic, pagina 91.

Ofertanții respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

**Motivul reevaluării ofertelor**

**Modificările operate**

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de Origine	Producător	AMDM	Ofertant
Sistem de raze X panoramic, dentar (Ortopantomograf)	bucată	1	265000	318000	265000,0000	318000,00	Rayscan Alpha P RCT 700	Coreea de Sud	RAY CO., LTD.	DM000371193.	Vipromed Service

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 18.07.2025.

### 1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
<b>Operatori economici participanți</b>	<b>Nr. Rg02-3158 din 11.07.2025</b>	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicată în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

### 2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

### 3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
Vipromed Service SRL	1013600002366	Cu capital autohton	IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălți	33100000-1	21391120-0590-0419	265 000	318 000	28.07.2025	18.01.2027	26.10.2025

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 din (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG



