

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr.   1   din   25.07.2025  

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicații]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	<a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744114256699?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744114256699?tab=contract-notice</a>

	ocds-b3wdpl-MD-1747228137959
	Data publicării: 14.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capos.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf">https://capos.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	20 MAI 2025, MARTI BULETINUL ACHIZITIILOR PUBLICE NR. 38 <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_38_0.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_38_0.pdf</a>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicati!]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	990 500 lei

**Clarificări privind documentația de atribuire:**

**Data:**

19 mai 2025, 13:21

**Subiectul întrebării:**

Specificarea tehnică - Video Gastrosocop

**Întrebare:**

Presupune ca este incomplet specificat, nu este indicata andincimea cimpului vizuala, nu este indicat tipul video gastrosocopului (de unica folosinta sau multipla utilizare) etc. Va rugam sa indicati si detalile lipsa.

**Răspuns (26 mai 2025, 17:11):**

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică a fost ajustată.

**Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie**

**Data:**

23 mai 2025, 13:43

**Subiectul întrebării:**

Parametru inutil

**Întrebare:**

Shimbati, va rog, parametrul: Sistem de furnizare a aerului/apoi control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat si Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Schimbati in minim 3 nivele, sa fie exclus nivelul mediu Oricum nimeni, la nici-un centru medical, nu foloseste acest parametru, orice doctor il pune pe maxim si doar de la butonul de apa/aer controleaza real fluxul. E doar un parametru limitativ.

**Răspuns (26 mai 2025, 17:12):**

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică a fost ajustată. În același timp, menționăm că se acceptă oferte alternative.

**Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie****Data:**

23 mai 2025, 14:46

**Subiectul întrebării:**

Parametru inutil

**Întrebare:**

Shimbati, va rog, parametrul: Sistem de furnizare a aerului/apoi control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat si Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Schimbati in minim 3 nivele, sa fie scos nivelul mediu Oricum nimeni nu foloseste acest parametru, orice doctor il pune pe maxim si doar de la butonul de apa/aer controleaza real fluxul. E doar un parametru limitativ.

**Răspuns (26 mai 2025, 17:12):**

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică a fost ajustată. În același timp, menționăm că se acceptă oferte alternative.

**Data:**

23 mai 2025, 14:56

**Subiectul întrebării:**

Parametru inutil

**Întrebare:**

Shimbati, va rog, parametrul: Sistem de furnizare a aerului/apoi control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat si Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Schimbati in minim 3 nivele, sa fie scos nivelul mediu Oricum nimeni nu foloseste acest parametru, orice doctor il pune pe maxim si doar de la butonul de apa/aer controleaza real fluxul. E doar un parametru limitativ.

**Răspuns (26 mai 2025, 17:12):**

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică a fost ajustată. În același timp, menționăm că se acceptă oferte alternative.

**Data:**

23 mai 2025, 14:57

**Subiectul întrebării:**

parametru inutil

**Întrebare:**

Shimbati, va rog, parametrul: Sistem de furnizare a aerului/apoi control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat si Nivel control minim 4 nivele oprit, scăzut, mediu, ridicat Schimbati in minim 3 nivele, sa fie scos nivelul mediu Oricum nimeni nu foloseste acest parametru, orice doctor il pune pe maxim si doar de la butonul de apa/aer controleaza real fluxul. E doar un parametru limitativ.

**Răspuns (26 mai 2025, 17:12):**

Mulțumim pentru clarificarea de pusă, specificația tehnică a fost ajustată. În același timp, menționăm că se acceptă oferte alternative.

### **Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie**

**Data:**

28 mai 2025, 10:15

**Subiectul întrebării:**

Specificatii neclare

**Întrebare:**

1 - Rata de flux, l/min.  $\geq 60$  l/min - 60 L de flux aer liber, sau 60L de aspirat ? exista producatori care pun doar rata de aspirat dar nu rata de aer liber 2 - Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separata ori alt sistem de iluminare care poate fi confirmat prin date tehnice - ce se are în vedere sau alt sistem de iluminare ? daca sistemul de iluminare nu este din set cu videoprocesorul, atunci se pierde controlul Irisului automat, ce duce la un disconfort ridicat pentru doctor 3 - UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu - pentru ce este nevoie de UPS inteligent ? Ei se utilizeaza pentru calculatoare/server, dar la sistemele medicale se folosesc transformatoare de separare care elimina riscul electrocutarii pacientului si personalului medical in timpul procedurii. Cate-o data se folosese UPS, dar doar pentru a putea finisa o procedura de 10-15 min in cazul cand este o pana de curent, dar nu are sens ups inteligent.

**Răspuns** (29 mai 2025, 09:32):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă. 1. Cerința tehnică Rata de flux, l/min.  $\geq 60$  l/min s-a modificat în Rata de flux:  $\geq 60$  l/min pentru flux aer liber sau  $\geq 30$  l/min pentru aspirație lichide. 2. Sunt pentru producători care au integrată sursa de lumină în capul endoscopului fără a fi o sursă de lumină cum este până în prezent și anume, sursa de lumină integrată în video procesor sau sursa de lumină externă. Necesitatea Irisului nu dispare rămâne obligatoriu în toate 3 cazuri. 3. Este o cerința a beneficiarului pentru ca au frecvent cazuri în care chiar și prezența unui stabilizator în afara de ups nu tot timpul a putut proteja echipamentele de defecte la sistemul de alimentare a echipamentului. Mai ales că nu restricționează cu nimic ofertanții.

### **Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie**

**Data:**

28 mai 2025, 10:39

**Subiectul întrebării:**

specificatii neclare

**Întrebare:**

Supportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală obligatoriu - ce se are în vedere prin aceste 3 funcții ? Cromendoscopie este 1, sau se doresc alte tehnologii ? ar fi bine de explicat ce se dorește exact

**Răspuns** (29 mai 2025, 09:33):

Mulțumim pentru clarificarea de pusă. 1. Cerința tehnică Supportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală obligatoriu s-a modificat în Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei.

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor</b>	Modificarea cerinței tehnice din	Iris 3 moduri în Iluminare 3 moduri
<b>26.05.2025</b>	Modificarea cerinței tehnice din	Ajustarea culorilor obligatoriu în Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu

	<p>Modificarea cerinței tehnice din <b>Suportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală pentru în Suportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală obligatoriu</b></p> <p>adaugarea cerinței tehnice <b>Ecran sau butoane tactile obligatoriu</b></p> <p><b>Sursa de lumină</b> Tip Integrată în procesor sau separată în Sursa de lumină Tip Integrată în procesor sau separată ori alt sistem de iluminare care poate fi confirmat prin date tehnice.</p> <p>adaugarea cerinței tehnice <b>Lampă LED de rezervă integrată în video procesor</b> doar în cazul lampii Xenon</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din Rata de flux, l/min. <math>\geq 60</math> l/min în Limita maximă <math>\geq 600</math> mmHg</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din Reglator aspirație obligatoriu în Control prin reglator aspirație și prin pedală</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din Vas colector:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector obligatoriu</li> <li>- Selector mecanic de vas obligatoriu</li> <li>- Numărul 2 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)</li> <li>- Capacitatea, <math>L \geq 4</math> L</li> <li>- Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu</li> <li>- Vas tip reutilizabil obligatoriu</li> </ul> <p>Support mobil (să se indice codul sau modelul oferit)</p> <p>Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare obligatoriu</p> <p>Support cu roțile <math>\geq 4</math> roți</p> <p>Roți cu frina da, <math>\geq 2</math> buc.</p> <p>Miner pentru transportare obligatoriu</p> <p>Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației - da, să se indice codul sau modelul produsului oferit</p> <p>Filtru antibacterian 15 buc. (să se indice codul sau modelul produsului oferit)</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz în</p> <p>Vas colector:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul 2 buc</li> <li>- Capacitatea totală, <math>L \geq 4</math> L</li> <li>- Protecție la umplere pentru fiecare vas obligatoriu</li> <li>- Vas tip reutilizabil obligatoriu</li> </ul> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pedală de pornire/oprire a aspirației <math>\geq 1</math> unit</li> <li>- Filtru antibacterian <math>\geq 15</math> buc</li> </ul> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din <b>Trolu</b></p> <p>Compatibil cu echipamentul oferit obligatoriu</p> <p>Cu brat mobil pentru monitor obligatoriu</p> <p>Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu</p> <p>Cu suport pt. 2 endoscoape obligatoriu</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Accesorii Piesa bucală minim 2 unit</p> <p><b>În Troliu</b></p> <p>Compatibil cu echipamentul oferit obligatoriu</p> <p>Cu suport glisant pentru tasteră obligatoriu</p> <p>Cu suport pt. 2 endoscoape reglabile pe înaltime</p> <p>Polije reglabile la înălțime <math>\geq 4</math> unit</p> <p>Miner pentru transportare obligatoriu</p> <p>Piesa bucală <math>\geq 2</math> unit</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din Canal adaptor pentru jetul de apă Canal adaptor pentru jetul de apă obligatoriu Optica în Canal adaptor pentru jetul de apă obligatoriu.</p> <p>Adăugarea cerințelor tehnice</p> <p>Adâncimea câmpului vizual 3-100 mm</p> <p>Tipul și unghiurile de deflecție:</p> <p>- Sus/jos <math>\geq 210^\circ/90^\circ</math></p> <p>- Stânga/dreapta <math>\geq 100^\circ/100^\circ</math></p> <p>Spălarea obiectivului obligatoriu</p> <p>Metode de sterilizare:</p> <p>Chimic</p> <p>EO optional</p> <p>Posibilitate de a se efectua multiple proceduri de sterilizare (Reutilizabil)</p> <p>Compatibil cu mașini automate de dezinfectare/sterilizare</p> <p>Programarea butoanelor obligatoriu</p> <p>Accesorii:</p> <p>Pensa pentru biopsie de multiplă folosință compatibil cu canalul de lucru a videogastroscoapului <math>\geq 4</math> unități</p> <p>Videogastroscoop pentru investigarea și tratamentul căilor gastrice, conform specificațiilor de mai sus <math>\geq 2</math> unități</p> <p>Manual de utilizare în limba română și engleză/rusă obligatoriu</p> <p>UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu</p>
<p><b>Rezumatul modificărilor</b></p> <p><b>29.05.2025</b></p>	<p>Modificarea cerinței tehnice din Suportă cel puțin 3 funcții sau tehnologii de cromoscopie digitală obligatoriu în Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure:</p> <p>a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei</p> <p>b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângere</p> <p>c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminizării mucoasei</p> <p>Modificarea cerinței tehnice din Rata de flux, l/min. <math>\geq 60</math> l/min în Rata de flux: <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide</p>

Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 21.06.2025, ora 09:44), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
2	SC ERICON SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
3	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	1003600000316

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	SC ERICON SRL	GBG-MLD SRL	SC"Imunotehnomed"SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).	+	+	+

	<p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTĂ:</p> <p>Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertantul le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>			
<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+	+	+

DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.			
Garantia pentru ofertă	2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile; - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor			
Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	28.11.2025	28.11.2025	30.12.2025
<p><b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abaterere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b></p> <p><b><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u></b></p>				
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de	+	+	+

cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+
Situția financiară	Ultimul raport financiar/situția financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul	+	+	+

	Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+	+

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Ultrasonograf General, performanță de bază	bucată	1	980000,0000	SC ERICON SRL	Corespunde	Nu corespunde
1	Ultrasonograf General, performanță de bază	bucată	1	939 000,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
1	Ultrasonograf General, performanță de bază	bucată	1	1240982,0000	SC"Imunotehnomed"SRL	corespunde	Nu a fost evaluat

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

operatorului economic	Informația solicitată			Clarificările prezentate						
<b>Nr. Rg02-3099 din 07.07.2025 ERICON SRL</b>	<p>Pentru lotul 1 Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th>S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei</td> <td>Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare –Da c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Da, SFL, VIST, CHb pseudo color :</td> <td>În anexa 22 nu au fost indicate tehnologiile pentru punctele: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei; b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare. Imaginea nu poate fi considerată o probă fermă fără indicarea tehnologiilor și fără referințe la o descriere detaliată de la producător (manual, datasheet etc.)</td> </tr> </tbody> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei	Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare –Da c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Da, SFL, VIST, CHb pseudo color :	În anexa 22 nu au fost indicate tehnologiile pentru punctele: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei; b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare. Imaginea nu poate fi considerată o probă fermă fără indicarea tehnologiilor și fără referințe la o descriere detaliată de la producător (manual, datasheet etc.)	<p>scrisoare de clarificare nr 1007/25-1 din 10 07 2025</p> <p>Urmare a solicitării de clarificare Nr. Rg02-3099 din 07.07.2025 al Grupului de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunurilor și serviciilor din cadrul Centului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), aferentă procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD 1747228137959 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana, ERICON SRL comunică următoarele: Pentru</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:								
Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei	Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare –Da c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Da, SFL, VIST, CHb pseudo color :	În anexa 22 nu au fost indicate tehnologiile pentru punctele: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei; b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sângerare. Imaginea nu poate fi considerată o probă fermă fără indicarea tehnologiilor și fără referințe la o descriere detaliată de la producător (manual, datasheet etc.)								

<p>Pompă de aer și apă Control direct de pe procesor</p>	<p>Pompă de aer și apă Control direct de pe procesor – Da</p>	<p>Există o neconfirmare privind controlul direct de pe procesor. În documentele tehnice atașate la ofertă, s-a regăsit controlul pentru „Pompa de aer și apă” de pe sursa de lumină.</p>	<p>lotul 1 Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): S-a constatat în procesul evaluării: Sistemul trebuie să suporte cel puțin trei tehnologii de cromoscopie virtuală (optică sau digitală) sau funcții echivalente care să asigure: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sânge c) optimizarea structurii, tonurilor de culoare și luminozității mucoasei Da, SFL, VIST, CHb pseudo color : În anexa 22 nu au fost indicate tehnologiile pentru punctele: a) evidențierea capilarelor și a structurilor mucoasei; b) vizualizarea vaselor de sânge și a punctelor de sânge. Imaginea nu poate fi considerată o probă fermă fără indicarea</p>
<p>Sistem de aspirație endoscopic</p>	<p>Sistem de aspirație endoscopic – 930D</p>	<p>Pentru modelul oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, cerință specificată la pct. 18 din anunțul de participare.</p>	
<p>Rata de flux: <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide</p>	<p>Rata de flux: <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide , Da- 40 l/min</p>	<p>Există o neclaritate privind rata de flux oferită. Nu a fost specificat tipul ratei de flux în broșură și anexa 22, deși s-a solicitat <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide, iar s-a prezentat „Da - 40 l/min” fără clarificări.</p>	
<p>Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu</p>	<p>Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu -Da</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Cu suport glisant pentru tastatură” nu se regăsește.</p>	
<p>UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu</p>	<p>UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu –Da, RPT2000AP</p>	<p>Există o neconfirmare privind UPS. S-a solicitat un tip cu dublă convecție, iar s-a prezentat un tip Line-Interactive.</p>	

		<p>tehnologiilor și fără referințe la o descriere detaliată de la producător (manual, datasheet etc.) Sursa de lumină –LED sunt concepute pentru a forma un sistem de surse de lumină endoscopică cu iluminare multispectrală prin patru lămpi LED cu culori diferite. oferă patru moduri de lumină inclusiv modul de lumină alba (WL), modul de lumină albă îmbunătățită (EWL), imagistica focalizată spectral (SFI) și tehnologia versatilă de colorare inteligentă (VIST) plus CHb pseudo color . Modul WL este utilizat pentru observarea sub lumină albă cu luminozitate ridicată (flux luminos <math>\geq 800</math> lm); Tonul de culoare al modului EWL este similar cu cel al modului WL și acest mod poate evidenția microstructura și microvasele de pe mucoasa superficială; Modul SFI oferă observații cu contrast de culoare ridicat, potrivite pentru identificarea leziunilor în câmpurile mijlociu și depărtat; Modul VIST poate evidenția microvasele și microstructura din mucoasa superficială, ceea ce este potrivit pentru observarea atenă în câmpul mediu și de aproape. CHb pseudo color –evidențiază concentrația de hemoglobină ce permite vizualizarea vaselor și</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>punctelor de hemoragie. (video anexat.) Pagina 33 Procesor  User manual: Pompă de aer și apă  Control direct de pe procesor  Control direct de pe procesor – apă  Control direct de pe procesor – apă  Control direct de pe procesor – apă  Da Există o neconformitate privind controlul direct de pe procesor. În documentele tehnice atașate la ofertă, s-a regăsit controlul pentru „Pompa de aer și apă” de pe sursa de lumină. Pompă de aer și apă  Control direct de pe procesor este relevantă numai pentru sistemele cu sursa de lumină integrată cu procesorul. La toate sistemele cu sursă de lumină separată de procesor, endoscopul se inserază în blocul sursei de lumină și respectiv pompa de aer/apă este inclusă în sursa de lumină cu posibilitatea de control de la sursa de lumină. În momentul în care caietul de sarcini acceptă sursă de lumină Tip Integrată în procesor sau separată, considerăm oferta noastră conformă în cazul sursei separate. Sistem de aspirație endoscopic Sistem de aspirație endoscopic – 930D  Pentru modelul oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, cerință specificată la pct. 18 din anunțul de participare.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Aspiratorul este parte componentă a sistemului HD550 oferit de producătorul Sonoscape. Rata de flux: <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide Rata de flux: <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide , Da- 40 l/min Există o neclaritate privind rata de flux oferită. Nu a fost specificat tipul ratei de flux în broșură și anexa 22, deși s-a solicitat <math>\geq 60</math> l/min pentru flux aer liber sau <math>\geq 30</math> l/min pentru aspirație lichide; iar s-a prezentat „Da - 40 l/min” fără clarificări. Rata de flux este specificată pentru lichide.</p> <p>Anexat găsiți manualul tehnic al aspiratorului unde se face referință excluziv la lichide. Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu Da Specifications of HDT-500 Trolley for Endoscopy System pag.5 În documentele tehnice atașate la ofertă, cerința „Cu suport glisant pentru tastatură” nu se regăsește. Video anexat.(glisant) UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție stabilizator integrat și sau echivalent obligatoriu –Da, RPT2000AP Există o</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>neconformitate privind UPS. S-a solicitat un tip cu dublă conversie, iar s-a prezentat un tip Line-Interactive. În caietul de sarcin s-a solicitat ” dublă convecție”, în solicitarea de clarificări faceți referință la o complet altă noțiune ” dublă conversie” Dacă ne conformăm caietului de sarcini publicat, atunci produsul oferit RPT2000AP este echivalent celui solicitat. Ce înseamnă „UPS inteligent cu dublă convecție și stabilizator integrat”? 1. UPS inteligent (Smart) Un UPS „smart” oferă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicare USB/RS232/Ethernet pentru monitorizare și control</li> <li>• Software de management al energiei (shutdown automat, alerte, loguri etc.)</li> <li>• Funcții avansate de protecție 2. Dublă convecție De obicei face referire la sistemul de răcire pasivă + activă, adică: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convecție naturală (pasivă): disiparea căldurii prin circulație naturală a aerului</li> <li>• Convecție forțată (activă): răcire cu ventilator</li> </ul> </li> </ul> <p>Acest lucru este util pentru o răcire eficientă și un timp de funcționare extins în sarcini ridicate. 3. Stabilizator integrat Un stabilizator de tensiune (AVR) integrat înseamnă că UPS-ul poate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corecta automat variațiile</li> </ul>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Nr. Rg02-3101 din 07.07.2025</p>	<p>Pentru lotul 1 Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie:</p>	<p>moderate de tensiune • Proteja echipamentele fără a apela la baterie Ce oferă RPT2000AP? Presupunând că vorbim despre modelul RPT2000AP, care este un UPS line-interactiv de 2000VA, iată caracteristicile obișnuite pentru acest model (în absența unei fișe tehnice specifice): Caracteristici generale: • Topologie: Line-interactiv (de obicei cu AVR integrat) • Putere: 2000VA / ~1200–1400W • AVR: Da (deci are stabilizator integrat) • Interfață: USB (uneori și RS232) – deci se califică drept „smart” • Software de monitorizare: compatibil (PowerManager sau echivalent) • Ventilare: are ventilator (posibil activ + pasiv) Concluzie Da, RPT2000AP poate fi considerat un UPS echivalent cu un „UPS inteligent cu dublă convecție și stabilizator integrat”, dacă: 1. Are funcție de AVR integrat – majoritatea modelelor RPT2000AP au; 2. Oferă comunicare USB și este compatibil cu software de management; 3. Include sistem de răcire mixt (pasiv + activ) – majoritatea modelelor cu putere &gt;1000VA au ventilator + convecție naturală.</p> <p>Nr. ieșire G-384 din 10.07.2025</p>
-----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Timp de viață lampă $\geq 500$ h	DA Timp de viață lampă $\geq 500$ h	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Timp de viață lampă $\geq 500$ h”.
Sistem de aspirație endoscopic	DA Sistem de aspirație endoscopic F60/F	Pentru modelul oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, cerință specificată la pct. 18 din anunțul de participare.
Troliu Mîner pentru transportare obligatoriu	DA Mîner pentru transportare obligatoriu	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Mîner pentru transportare”.
UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu	DA UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu inclus	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind UPS-ul oferit.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Ca urmare la solicitarea Nr. Rg02-3101 din "07" iulie 2025, prin prezenta compania „GBG MLD” S.R.L. confor procedurii de achiziție publică nr. 21417952/ ocds-b3wdp1-MD-1747228137959 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie) conform necesităților IMSP AMT Ciocana, confirmăm conform solitărilor următoarele: 1. Timp de viață lampă  $\geq 500$  h Confirmarea - DA Timp de viață lampă  $\geq 500$  h; pentru precizare este conform confirmării primite de la producător care este aproximativ 6 ani sau minim 42.000 hours. Vezi documentul original: Confirmare PENTAX endoscoape seria i10c.pdf. Confirmarea este pentru toata seria de video endoscoape i10c care include modelele de video endoscoape: EG29-i10c, EC38-i10c M/F/L, ED34-i10cT, ED-34i10T2. 2. Sistem de aspirație endoscopic Confirmarea – DA Sistem de aspirație endoscopic F-60/F Numărul de înregistrare DM000044912 3. Troliu Mîner pentru transportare obligatoriu Confirmarea – DA Troliu Mîner pentru transportare obligatoriu vezi Fig. 1 si Fig. 2

	<p>Pentru lotul 1 Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1002 383 1070 808">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="1002 808 1070 1227">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="1002 1227 1070 1659">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="884 383 1002 808">Balans de alb obligatoriu</td> <td data-bbox="884 808 1002 1227">Balans de alb obligatoriu DA (Auto)</td> <td data-bbox="884 1227 1002 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Balans de alb”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="766 383 884 808">Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu</td> <td data-bbox="766 808 884 1227">Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu DA</td> <td data-bbox="766 1227 884 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea culorilor și nuanței”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 383 766 808">Ajustarea contrast 3 nivele</td> <td data-bbox="647 808 766 1227">Ajustarea contrast 3 nivele DA</td> <td data-bbox="647 1227 766 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea contrastului, minim 3 nivele”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="529 383 647 808">Zoom Electronic obligatoriu</td> <td data-bbox="529 808 647 1227">Zoom Electronic obligatoriu DA</td> <td data-bbox="529 1227 647 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Zoom Electronic”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 383 529 808">Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu</td> <td data-bbox="411 808 529 1227">Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu DA</td> <td data-bbox="411 1227 529 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitatea înregistrării video direct sau prin dispozitive terțe”.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 383 411 808">Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu</td> <td data-bbox="293 808 411 1227">Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu DA</td> <td data-bbox="293 1227 411 1659">În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Înregistrarea pacienților în baza de date internă”.</td> </tr> </tbody> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Balans de alb obligatoriu	Balans de alb obligatoriu DA (Auto)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Balans de alb”.	Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu	Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea culorilor și nuanței”.	Ajustarea contrast 3 nivele	Ajustarea contrast 3 nivele DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea contrastului, minim 3 nivele”.	Zoom Electronic obligatoriu	Zoom Electronic obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Zoom Electronic”.	Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu	Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitatea înregistrării video direct sau prin dispozitive terțe”.	Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu	Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Înregistrarea pacienților în baza de date internă”.	<p>4. UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu Confirmarea – DA UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu inclus. Model Propus ANARES TOWER – 3K. Vezi broșura Specs Atares.pdf</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																							
Balans de alb obligatoriu	Balans de alb obligatoriu DA (Auto)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Balans de alb”.																							
Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu	Ajustarea culorilor și nuanței obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea culorilor și nuanței”.																							
Ajustarea contrast 3 nivele	Ajustarea contrast 3 nivele DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Ajustarea contrastului, minim 3 nivele”.																							
Zoom Electronic obligatoriu	Zoom Electronic obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Zoom Electronic”.																							
Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu	Posibilitate înregistrare video direct sau prin dispozitive terțe obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitatea înregistrării video direct sau prin dispozitive terțe”.																							
Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu	Înregistrarea pacienților în baza de date internă obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Înregistrarea pacienților în baza de date internă”.																							
<p>Nr. Rg02-3102 din 07.07.2025 SC IMUNOTEHNOMED SRL</p>				<p>Nu a răspuns la clarificări.</p>																					

Programarea protocolului pentru fiecare utilizator obligatoriu	Programarea protocolului pentru fiecare utilizator obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Programarea protocolului pentru fiecare utilizator”.	
Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor obligatoriu	Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor”.	
Tastatură Alfa numerică obligatoriu	Tastatură Alfa numerică obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Tastatură alfanumerică”.	
Ieșiri Video semnal live/ real Rezoluția de ieșire ≥ 1080 p/i	Ieșiri Video semnal live/ real Rezoluția de ieșire ≥ 1080 p/I DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Rezoluția de ieșire ≥ 1080p”.	
Compatibilitate cu video endoscoape Video gastroscop obligatoriu	Compatibilitate cu video endoscoape Video gastroscop Obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Compatibilitatea cu videoendoscoape, inclusiv video gastroscop”.	
Compatibilitate cu video endoscoape Video colonoscop obligatoriu	Compatibilitate cu video endoscoape Video colonoscop Obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Compatibilitate cu video endoscoape Video colonoscop”	
Sistem de furnizare a aerului/apei Vasul pentru apa obligatoriu	Sistem de furnizare a aerului/apei Vasul pentru apa obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Vasul pentru apa”.	
Sursa de lumină Timp de viață lampă ≥ 500 h	Sursa de lumină Timp de viață lampă ≥ 500 h 10000 h	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind „Timp de viață lampă”.	
Sistem de aspirație endoscopic	Dixon Vacus 7032	Pentru modelul oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, cerință specificată la pct. 18 din anunțul de participare	
Rata de flux: ≥ 60 l/min pentru flux aer liber sau ≥ 30 l/min pentru aspirație lichide	32 l/min pentru aspirație lichide	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind	

			“32 l/min pentru aspirație lichide”.	
	Troliu Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu	Cu suport glisant pentru tastatură obligatoriu DA	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind “Cu suport glisant pentru tastatură”.	
	Troliu Miner pentru transportare obligatoriu	DA Miner pentru transportare obligatoriu	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind „Miner pentru transportare”.	
	Cu transformator de izolare, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu	Cu transformator de izolare, unde pot fi conectate toate echipamentele de pe troliu. DA UPS inteligent (Smart) cu dublă convecție și stabilizator integrat sau echivalent obligatoriu inclus	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsește informațiile privind „transformator de izolare”.	

**Ofertanții respinși/descalificați:**

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu corespunde cerințelor tehnice:
  - S-a solicitat dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. S-a prezentat: Pentru aspirator modelul 930D oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
  - S-a solicitat  $\geq 60$  l/min pentru flux aer liber sau  $\geq 30$  l/min pentru aspirație lichide. S-a prezentat „Da - 40 l/min” fără clarificări. În urma clarificărilor suplimentare, nu a fost demonstrat tipul fluxului prezentat.
  - S-a solicitat Lungimea de lucru  $\geq 1000$  mm. S-a prezentat lungimea de lucru 1050 mm  $\pm 10\%$ .
  - S-a solicitat Diametru exterior  $\leq 10$  mm. S-a prezentat diametru exterior 9,3 mm  $\pm 10\%$ .
  - S-a solicitat Unghiul câmpului vizual  $\geq 140$  grade. S-a prezentat unghiul câmpului vizual 140°  $\pm 10\%$ .
  - S-a solicitat Tipul și unghiurile de deflecție, Sus/jos,  $\geq 210^\circ/90^\circ$ . S-a prezentat Tipul și unghiurile de deflecție, Sus/jos,  $\geq 210^\circ/90^\circ - 10\%$ .
  - S-a solicitat Tipul și unghiurile de deflecție, Stânga/dreapta,  $\geq 100^\circ/100^\circ$ . S-a prezentat Tipul și unghiurile de deflecție, Stânga/dreapta,  $\geq 100^\circ/100^\circ - 10\%$ ."
    - Modalitatea de evaluare a ofertelor:
      - Pentru frecare lot
      - Pentru mai multe loturi cumulate
      - Pentru toate loturile
- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
- Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

- Criteriul de atribuire aplicat:  
 Prețul cel mai scăzut   
 Costul cel mai scăzut   
 Cel mai bun raport calitate-preț   
 Cel mai bun raport calitate-cost   
*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
<b>Modificările operate</b>	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de Origine	Producător	AMDM	Ofertant
<b>Sistem videoendoscopic pentru gastroscopie</b>	bucată	1	939 000	1 126 800	939 000	1 126 800	EPK-i5500c/ IMAGINA EG29-i10c	Japonia	HOYA CORPORATION/ PENTAX Medical	DM000459166 DM000459160 DM000044912	GBG-MLD SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei Legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 18.07.2025.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
<b>Operatori economici participanți</b>	<b>Nr. Rg02-3161 din 11.07.2025</b>	<i>SIA RSAP, e-mail</i>

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
GBG-MLD SRL	10036001175	Cu capital autohton	IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana	33100000-1	21417952-0109-0163	939 000,0000	1 126 800,0000	25.07.2025	18.02.2026	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

**3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):**


<b>Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b>	<i>nu</i>
<b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):</b>	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
<b>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:</b>	
<b>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:</b>	<i>Prețul cel mai scăzut</i> <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**



**Gheorghe GORCEAG**

