

Dare de Seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 25.07.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md ; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentar 2
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 Data publicării: 04.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr. 61.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 569 940,95 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Lot nr. 7 Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600

Data: 12 mart 2025, 13:01

Subiectul întrebării: Bugetul estimat!

Întrebare: Bugetul estimat este foarte mic. Vă rog să revizuiți poziția respectivă? De asemenea, vreau să accentuez că de mai bine de 3 sau 4 licitații organizate pentru procurarea acestui produs nu s-a încheiat cu semnarea contractului, din cauza bugetului.

Răspuns (13 mart 2025, 13:31): Bună ziua. În contextul în care nu se depune nici o ofertă, autoritatea contractantă este în imposibilitate de a afla care este prețul real al produselor solicitate. Lotul dat este inclus în lista de bază conform datelor recepționate din partea unui beneficiar, care prima dată l-a inclus într-o listă suplimentară pentru achiziționare. Toate propunerile sau modificările pot fi luate în calcul până la publicarea procedurii de achiziție pe platformă, dat fiind faptul că sistemul nu permite din punct de vedere tehnic modificarea valorilor alocate. Vă mulțumim pentru clarificare.

Lot nr. 24 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml

Data: 14 mart 2025, 06:59

Subiectul întrebării: Nivel Ph

Întrebare: Va rugam sa acceptati un nivel de Ph intre 5.5-8. Multumim.

Răspuns (14 mart 2025, 14:10): Bună ziua. Pentru produse cu alți parametri decât cei solicitați inițial de către beneficiari, sunt ofertele alternative care pot fi depuse de către operatorii economici. Vă mulțumim pentru clarificare.

Modificări operate în documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 4 aprilie 2025, ora 18:00), au depus oferta 19 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Denolga Medical SRL	1005600059558	Gherman Irina

2	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	1.Chirtoacă Iurie 2. Chirtoacă Svetlana
3	ECHIPAMED-PLUS	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
4	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae, Iurcu Tatiana
5	Electeh SRL	1003600113045	Vera Cojocar
6	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
7	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Ioan-Răzvan Cârstocea
8	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnitchi Ion IDNP 2004036004762 3. Cretu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VBVH BEHEER B.V. IDNO 865380156
9	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Diana Tutunaru Nicolae SC ”In Corpore” SRL
10	Labromed Laborator SRL	1002600001177	Elena Onejco
11	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
12	LISMEDFARM S.R.L.	1003600113573	Chitic Ecaterina
13	MED-M	1020611000359	Ana Iliev
14	M-INTER-FARMA	1003600005263	Morozov Maria Vladimir
15	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Sergiu RAȚĂ
16	SRL Biosistem mld	1010600028048	Vitalie Poiata Alexandr Nasedchin Dmitrii Kojevnikov
17	Tehnomedica	1009600045502	Varman Irina
18	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Igor Perepețița
19	TMS-Top Medical Supplier	1023606003997	Margareta Durdun

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Denolga Medical	DITA ESTFARM S.R.L.	ECHIPAMED-PLUS	Ecochimie	Electeh SRL	GBG-MLD SRL	ICS Eyecon Medical SRL	IM „Dutchmed-M” SRL	IM Natusana SRL	Labromed Laborator SRL	LifeMed Group SRL	LISMEDFARM S.R.L.	MED-M	M-INTER-FARMA	SC“Imunotehnomed”SR	SRL Biosistem mld	Tehnomedica	Tetis International Co. SRL	TMS-Top Medical Supplier
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2	Modul de elaborare a	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Specific ației tehnice	<p>indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnici
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai

propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea tehnică specificărilor oferite vor fi determinate

în cumul cu mostra de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, cărora concluziile consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele

3	<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.D6 original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>																

<p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</p>	<p>01.08.25 06.08.25 01.08.25 02.08.25 10.08.25 02.08.25 04.08.25 03.08.25 04.08.25 03.08.25 05.07.25 02.08.25 04.05.25 12.08.25 + 03.08.25 02.08.25 02.08.25 02.08.25 05.08.25</p>
<p>9</p>	<p>Declaratie privind valabilitatea ofertei (120 de zile)</p>

	din țara în care ofertantul este stabilit	dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	17.04.25	05.04.25	0,25 bani 12.04.25	09.04.25	31,69 lei 17.04.25	09.04.25	+	17.04.25	08.04.25	15.04.25	16.04.25	15.04.25	17.04.25	7,4 lei	15.04.25	16.04.25	19.04.25	17.04.25
6	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în	17.04.25	05.04.25	0,25 bani 12.04.25	09.04.25	31,69 lei 17.04.25	09.04.25	+	17.04.25	08.04.25	15.04.25	16.04.25	15.04.25	17.04.25	7,4 lei	15.04.25	16.04.25	19.04.25	17.04.25

<p>servis a autorită ți contra tante în sensul preveder ilor Legii nr. 131/201 5 privind achiziții e publice, examina rea mostrelo r, presupu ne efectuar ea analizei acestora prin prisma preveder ilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea mențion ată</p>	<p>fiecare produs (mostă) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	<p>Dovada înregistrării dispozitivelor oferite în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei</p> <p>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	+	+
15	<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	+	+
		ISO, CE Marca	+	+
		ISO/CE	+	+
		CF pentru teste	+	+
		ISO 11140-1 2014 pentru teste si gel	+	+

<p>corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor -- Trezoreria de Stat Codul</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorului Mindray SV600	Bucată	150	78 750,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	-	Nu a fost examinat
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Bucată	60	19 560,00	MED-M	+	+
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Bucată	60	21 000,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
9	Electrod de tăiere bipolar	Bucată	42	129 620,40	Denolga Medical SRL	+	+
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	200	6 230,00	Labromed Laborator SRL	+	+
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	200	6 800,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	200	7 620,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1500	43 500,00	Electeh SRL	+	+
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1500	44 925,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1500	44 985,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
12	Electrod sterilizabil tip lama	Bucată	300	19 440,00	Labromed Laborator SRL	+	+
12	Electrod sterilizabil tip lama	Bucată	300	19 470,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
13	Electrozi ECG copii	Bucată	5000	4 950,00	SRL Biosistem mld	+	+
13	Electrozi ECG copii	Bucată	5000	9 000,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
14	Electrozi ECG (adulti)	Bucată	70000	60 200,00	Electeh SRL	+	+
14	Electrozi ECG (adulti)	Bucată	70000	67 900,00	SRL Biosistem mld	+	Nu a fost examinat
14	Electrozi ECG (adulti)	Bucată	70000	80 500,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat
14	Electrozi ECG (adulti)	Bucată	70000	87 500,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
14	Electrozi ECG (adulti)	Bucată	70000	93 100,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000,00	4 300,00	Electeh SRL	+	+
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000,00	5 150,00	SRL Biosistem mld	+	Nu a fost examinat

15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000,00	6 400,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000,00	6 550,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	84 787,50	MED-M	+	-
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	88 125,00	Labromed Laborator SRL	+	-
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	97 500,00	TMS-Top Medical Supplier	+	-
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	135 000,00	Electeh SRL	+	-
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	141 562,50	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
16	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	3750,00	159 375,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	20 400,00	MED-M	+	-
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	21 400,00	Electeh SRL	+	+
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	23 255,40	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu a fost examinat
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	28 000,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat

17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	30 843,20	SC "Imunotehnomed" SRL	+	Nu a fost examinat
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	39 900,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	47 000,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000,00	228 000,00	Electeh SRL	+	+
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000,00	276 000,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000,00	303 750,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000,00	1 135 500,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	100,00	1 400,00	MED-M	+	-
19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	100,00	2 000,00	Electeh SRL	+	-
19	Filtru pentru circuite de respirație, neonatal	Bucată	100,00	2 985,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	6 750,00	MED-M	+	+
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	9 850,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat

20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	10 000,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	10 450,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	22 725,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	42 800,00	Electeh SRL	+	+
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	46 000,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	46 510,80	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu a fost examinat
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	52 320,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	54 939,20	SC"Imunotehnomed"SRL	+	Nu a fost examinat
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	79 800,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
22	Gel ECG, 250 ml	Bucată	100,00	770,28	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
22	Gel ECG, 250 ml	Bucată	100,00	845,00	Ecohimie SRL	-	Nu a fost examinat
22	Gel ECG, 250 ml	Bucată	100,00	890,00	LISMEDFARM S.R.L.	+	Nu a fost examinat
23	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Bucată	72,00	1 147,46	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
23	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Bucată	72,00	1 764,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
23	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Bucată	72,00	3 466,67	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat

24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	4 510,00	LISMEDFARM S.R.L.	+	+
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	5 074,16	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	5 166,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	5 804,42	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu a fost examinat
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	6 560,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	11 237,04	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	5 687,60	M-INTER-FARMA	+	+
25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	5 980,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	6 064,50	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	6 175,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat
25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	6 589,05	SRL Biosistem mld	+	Nu a fost examinat
26	Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m.	Bucată	50,00	3 581,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat

27	Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.	Bucată	20,00	264,20	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
28	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m	Bucată	120,00	812,40	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
28	Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m	Bucată	120,00	922,00	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
29	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 110x20 tip: rolă	Bucată	50,00	745,83	M-INTER-FARMA	+	-
29	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 110x20 tip: rolă	Bucată	50,00	747,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
30	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210mm x280mm x180P tip: pliată	Bucată	35,00	2 326,80	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
31	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	Bucată	50,00	3 888,50	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
31	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	Bucată	50,00	4 000,00	GBG-MLD SRL	+	+
32	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 57x18 tip: rolă	Bucată	10,00	67,70	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
32	Hârtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 57x18 tip: rolă	Bucată	10,00	76,83	M-INTER-FARMA	-	Nu a fost examinat
33	Hârtie termică pentru USG, 110mm x 18m	Bucată	50,00	7 500,00	Electeh SRL	+	+
33	Hârtie termică pentru USG, 110mm x 18m	Bucată	50,00	7 550,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat

33	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	50,00	7 704,00	SRL Biosistem mld	+	Nu a fost examinat
33	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	50,00	9 166,67	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
34	Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s	Bucată	10,00	139,80	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
35	Hîrtie termo pentru printer autoclav	Bucată	500,00	4 995,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
36	Hîrtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	Bucată	100,00	4 064,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
36	Hîrtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K	Bucată	100,00	4 250,00	M-INTER-FARMA	-	Nu a fost examinat
37	Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	Bucată	800,00	13 312,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
37	Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	Bucată	800,00	15 266,67	M-INTER-FARMA	+	+
37	Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202	Bucată	800,00	16 800,00	GBG-MLD SRL	+	Nu a fost examinat
38	Hîrtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m	Bucată	700,00	6 867,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
39	Husa sterila p/u microscop chirurgical	Bucată	600,00	270 000,00	GBG-MLD SRL	-	Nu a fost examinat
39	Husa sterila p/u microscop chirurgical	Bucată	600,00	595 200,00	Denolga Medical SRL	-	Nu a fost examinat

40	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	75,00	6 450,00	Labromed Laborator SRL	+	+
40	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	75,00	6 750,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
41	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	137,00	12 467,00	MED-M	+	-
41	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	137,00	15 344,00	Labromed Laborator SRL	+	+
42	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	117,00	10 413,00	MED-M	+	-
42	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	117,00	14 274,00	Labromed Laborator SRL	+	-
43	Muștcu pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	2400,00	5 400,00	SRL Biosistem mld	+	+
43	Muștcu pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	2400,00	6 360,00	LifeMed Group SRL	+	Nu a fost examinat
43	Muștcu pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	2400,00	8 496,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	Nu a fost examinat
44	Prezervative pentru USG	Bucată	2900,00	7 685,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	55 855,02	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	57 000,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat

45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	60 000,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	63 840,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	65 850,13	DITA ESTFARM S.R.L	+	+
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	68 640,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	72 000,00	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	82 200,00	MED-M	+	Nu a fost examinat
47	Rollă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	Bucată	30,00	9 600,00	MED-M	-	Nu a fost examinat
48	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	Bucată	500,00		/lotul nu a fost atribuit		
49	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Bucată	7,00	2 310,00	Labromed Laborator SRL	+	-
49	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	Bucată	7,00	3 745,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	-	Nu a fost examinat
50	Set electrocauter	Bucată	1400,00	451 920,00	MED-M	+	+
50	Set electrocauter	Bucată	1400,00	462 000,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat

50	Set electrocauter	Bucată	1400,00	486 486,00	ICS Eyecon Medical SRL	+	Nu a fost examinat
51	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	5,00	2 283,65	SRL Biosistem mld	+	+
51	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	5,00	2 550,00	Labromed Laborator SRL	+	Nu a fost examinat
52	Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie	Bucată	1 100,00		/lotul nu a fost atribuit		
53	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	Bucată	60,00	28 800,00	Labromed Laborator SRL	+	-
53	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	Bucată	60,00	42 540,00	MED-M	+	+
53	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	Bucată	60,00	52 602,00	Tehnomedica	+	Nu a fost examinat
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	950,00	408 500,00	Labromed Laborator SRL	+	-
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	950,00	664 050,00	MED-M	+	+
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	950,00	832 865,00	Tehnomedica	+	Nu a fost examinat
55	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Test	1000,00	176,00	MED-M	+	+

55	REGISTRU		Bucată	1,00			MED-M	+	+
56	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern		Test	5000,00	840,00		MED-M	+	+
56	REGISTRU		Bucată	5,00			MED-M	+	+
57	Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern		Test	1000,00			/lotul nu a fost atribuit		
57	REGISTRU		Bucată	1,00			/lotul nu a fost atribuit		
58	Test-indicator sterilizare 121/15 min		Test	10000,00	3 986,11		M-INTER-FARMA	-	Nu a fost examinat
58	REGISTRU		Bucată	10,00			M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min		Test	2000,00	232,20		MED-M	+	+
59	REGISTRU		Bucată	2,00			MED-M	+	+
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min		Test	2000,00	797,22		M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
59	REGISTRU		Bucată	2,00			M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
60	Test-indicator sterilizare 132°		Test	6000,00	696,60		MED-M	+	-

60	REGISTRU	Bucată	6,00		MED-M	+	-
61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	32000,00	4 128,00	MED-M	+	+
61	REGISTRU	Bucată	32,00		MED-M	+	+
61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	32000,00	8 311,11	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
61	REGISTRU	Bucată	32,00		M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	226000,00	28 928,00	MED-M	+	+
62	REGISTRU	Bucată	226,00		MED-M	+	+
62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	226000,00	78 367,59	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
62	REGISTRU	Bucată	226,00		M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
63	Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal	Test	2000,00	797,22	M-INTER-FARMA	-	Nu a fost examinat
63	REGISTRU	Bucată	2,00		M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
64	Set consumabile pentru plasmafereza automată	BUCată	1670,00		lotul nu a fost atribuit		

65	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată	BUcată	50,00	1 143,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat
66	Mască Nebulizer	BUcată	50,00	467,50	IM Natusana SRL	-	Nu a fost examinat
67	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	BUcată	50,00		lotul nu a fost atribuit		
68	Spirometru pentru stimulare pulmonară	BUcată	100,00	4 160,00	MED-M	+	Lipsa necesitate
68	Spirometru pentru stimulare pulmonară	BUcată	100,00	5 400,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
69	Conector respirator gofrat	BUcată	4000,00	38 000,00	MED-M	+	Lipsa necesitate
69	Conector respirator gofrat	BUcată	4000,00	42 800,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
69	Conector respirator gofrat	BUcată	4000,00	74 200,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
70	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale	BUcată	1000,00	19 000,00	Electeh SRL	+	Lipsa necesitate
71	Absorber CO2 compatibil; cu aparatură Dragher (cartus)	BUcată	24,00	6 774,00	ECHIPAMED-PLUS	-	Nu a fost examinat
72	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	BUcată	50,00	4 300,00	Labromed Laborator SRL	+	+
72	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	BUcată	50,00	4 600,00	MED-M	+	-

73	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	BUcată	50,00	4 600,00	MED-M	+	-
73	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	BUcată	50,00	5 600,00	Labromed Laborator SRL	+	-
74	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	BUcată	50,00	4 300,00	Labromed Laborator SRL	+	+
75	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun)	BUcată	300,00	45 000,00	Tetis International Co. SRL	+	+
76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	BUcată	20,00	17 960,00	Electeh SRL	+	-
76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	BUcată	20,00	19 980,00	MED-M	+	+
77	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m	Bucată	10,00	9 980,00	Electeh SRL	+	-
77	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m	Bucată	10,00	10 700,00	MED-M	+	+
78	Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN	Test	10000,00	1 680,00	MED-M	+	+
78	REGISTRU	Bucată	10,00		MED-M	+	Nu a fost examinat
78	Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN	Test	10000,00	3 986,11	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat

78	REGISTRU	Bucată	10,00		M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	350,00	948,54	DITA ESTFARM S.R.L	+	Nu a fost examinat
79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	350,00	1 300,83	M-INTER-FARMA	+	Nu a fost examinat
79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	350,00	4 067,00	Tetis International Co. SRL	+	Nu a fost examinat
79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	350,00	28 000,00	Electeh SRL	+	Nu a fost examinat
79	Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente	Bucată	350,00	32 648,00	Ecochimie SRL	-	Nu a fost examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
15.04.2025	Electeh SRL	solicită respectuos prezentarea: - Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită.	Au fost prezentate documente suplimentare.

15.04.2025	Eyecon Medical SRL	<p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 18.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>solicită respectuos prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 18.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitată, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	Au fost prezentate documente suplimentare.
15.04.2025	Lismedfarm SRL	<p>solicită respectuos prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de atribuire a contului bancar : eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit: ertificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Lipsa restanțelor față de bugetul public național: ndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” - Situația financiară: Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice 	Au fost prezentate documente suplimentare.

		<p>sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarație cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul - Declarație cu privire la prezentarea eşantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 18.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitată, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p>	
15.04.2025	Med-M SRL	<p>solicită respectuos prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit (Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire); - Situația financiară (Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire). <p>1. Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capes.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 18.04.2025.</p>	Au fost prezentate documente suplimentare.

15.04.2025	M-Inter-Farma SA	<p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>solicită respectuos prezentarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. <p>Informația solicitată urmează a fi prezentată la adresa electronică office@capcs.gov.md, în termen cât mai restrâns posibil, dar nu mai târziu de data 18.04.2025.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea informației solicitate, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</p> <p>comunică următoarele:</p>	Au fost prezentate documente suplimentare.						
23.05.2025	Biosistem-MLD SRL	<p>Pentru lotul nr. 15 <i>Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore:</i></p> <table border="1" data-bbox="596 349 1402 1771"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 1357 772 1771">1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="596 786 772 1357">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="596 349 772 786">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="772 1357 1402 1771"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala </td> <td data-bbox="772 786 1402 1357"> Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1. 1. diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel lichid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. Termen de utilizare min. 48 ore, - DA Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1 "Product profile: Aggressive medical grade adhesive" 9. Impedanță 10 Hz ≤ - da, 60 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala </td> <td data-bbox="772 349 1402 786"> Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Termen de utilizare min. 48 ore. </td> </tr> </tbody> </table>	1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1. 1. diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel lichid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. Termen de utilizare min. 48 ore, - DA Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1 "Product profile: Aggressive medical grade adhesive" 9. Impedanță 10 Hz ≤ - da, 60 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Termen de utilizare min. 48 ore.	Au fost prezentate documente suplimentare.
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1. 1. diametru 55mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel lichid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. Termen de utilizare min. 48 ore, - DA Catalog "TOP TRACE - NM 55 RLI code 14709" pag 1 "Product profile: Aggressive medical grade adhesive" 9. Impedanță 10 Hz ≤ - da, 60 ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Termen de utilizare min. 48 ore.							

Pentru lotul nr. 43 *Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR:*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare</p>	<p>"Technical data Sheet COD.11730 ENG" pag.1 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm Diametru exterior – 30 mm Lungime – 67mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR-DA, Poate fi utilizat la toate aparatele cu mustuc care are diametru interior ~28mm și diam. exterior 30mm și lungimea ~67mm. 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare. Ambalaj: cutie 500 buc.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Destinat pentru adulți 2. Compatibil cu spirometre MIR 3. De unică folosință</p>

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 28.05.2025**.

Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Contăm pe operativitatea Dvs.

comunică următoarele:

Pentru lotul nr. 39 *Husa sterila p/u microscop chirurgical:*

Au fost prezentate documente suplimentare.

Denolga Medical SRL

23.05.2025

		<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Husa sterilă p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000. Compatibilă cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husă p/u activarea funcției "Smart drape: de la microscopul chirurgical menționat mai sus. De o singură utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 340 cm. Anul de producție 2022.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Husa sterilă p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306029-0000-000. (codul a fost modificat de producător, produsul rămânând identic) Compatibilă cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husă p/u activarea funcției "Smart drape: de la microscopul chirurgical menționat mai sus. De o singură utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 340 cm. Anul de producție 2022. Catalog Carl Zeiss atașat</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>	
23.05.2025	Dita EstFarm SRL	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>			<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>

	<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Filtru de tip HME. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual Facturare N1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l 2. Ambalaj individual</p>
	<p>Pentru lotul nr. 21 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i></p>		
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individualCO2.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Filtru de tip HME. Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT= 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu. Ambalaj individual CO2. Facturare N1.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l 2. Ambalaj individualCO2</p>
	<p>Pentru lotul nr. 45 <i>Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200mm:</i></p>		
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>

23.05.2025	Ecochimie SRL	<p>Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	<p>Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie este termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei este tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă. FacturareN1.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rolă din hîrtie pentru sterilizare cu abur la temperatura/120-180 grade C. 2. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. 3. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. 4. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. 	
23.05.2025	Ecochimie SRL	<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 24 <i>Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat conform Anunțului de participare: 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>

	<p>1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.</p>	<p>Gel de contact pentru ecografie, transparent, produs și ambalat în vid spre a exclude formarea de bule și microbule, hipoalergic, pH 5.8, incolor, transparent, hidrosolubil, inodor, amb. EKOBAG 5000ml+ 1flacon de lucru, gol, ~ 250ml DM000377142</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul. Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>
	<p>Pentru lotul nr. 25 <i>Hârtie pentru USG 110mm*20m:</i></p>		
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Hartie videoprint, compatibilă SONY UPP110S, rola 110mm x 20m. DM000378230</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S).</p>	
	<p>Pentru lotul nr. 35 <i>Hârtie termo pentru printer autoclav:</i></p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Hârtie termosensibilă (fără carioaj), rolă 55x10x12 ext., LaboratoryPrinter</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Hârtie termică pentru videoprint autoclav; dimensiunile 55 mm x 10 m., tip hârtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)</p>		<p>În sursele transmise nu se regădesc informații privind dispozitivul propus. Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>	
	<p>Pentru lotul nr. 79 <i>Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente:</i></p>		

		<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Prelungitor perfuzor, presiune max 54bar (800psi), Lungime 1,5m, Tip "male-female", Diametrul intern 1.5 mm, diametru extern 3,0 mm Polivinilclorid (PVC), Bob-Toxic, Non-Pyrogenic, Steril DM000316655</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>În sursele transmise nu se regăsesc informații privind dispozitivul propus. Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>	
<p>03.06.2025</p>	<p>Electeh SRL</p>	<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 10 <i>Electrod neutral monoutilizabil copii</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a solicitat conform Anunțului de participare: <p>Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața până la 200 cm2, cu cablu 3m.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața până la 200 cm2, cu cablu 3m. *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>

Pentru lotul nr. 11 *Electrod neutral monoutilizabil maturi*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303. *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 14 *Electrozi ECG (adulti)*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
1. Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2. Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3. Fără latex 4. Neiritanți pentru piele 5. De unică folosință 6. Mod de prindere tip clemă.	1. Dimensiune ~ 40x40mm cu gel 2. Potrivii pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG 3. Fără latex 4. Neiritanți pentru piele 5. De unică folosință 6. Mod de prindere tip clemă. *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 15 *Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
1. diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. Adziv neiritanți, hipoalergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm;	1. diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adziv neiritanți, hipoalergenici pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 150ohm; 10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

	<p>10. Impedanță 10 Hz după defibrilare $\geq 70\%$ de la Impedanță inițială</p>	<p>Impedanță inițială *Conform broșura pagina 1</p>	
<p>Pentru lotul nr. 16 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Filtru de tip HME</p>	<p>Filtru de tip HME</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>	
<p>Tip filtru: mecanic / HEPA</p>	<p>Tip filtru: mecanic / HEPA</p>		
<p>Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$</p>	<p>Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$</p>		
<p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH₂O</p>	<p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH₂O</p>		
<p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p>	<p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p>		
<p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p>	<p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p>		
<p>Port CO₂ luer lock obligatoriu</p>	<p>Port CO₂ luer lock obligatoriu</p>		
<p>Ambalaj individual</p>	<p>Ambalaj individual</p>	<p>*Conform broșura pagina 1</p>	
<p>Pentru lotul nr. 17 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Filtru de tip HME</p>	<p>Filtru de tip HME</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>	
<p>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$</p>	<p>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$</p>		
<p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H₂O</p>	<p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H₂O</p>		
<p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p>	<p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p>		
<p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p>	<p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p>		
<p>Port luer lock obligatoriu</p>	<p>Port luer lock obligatoriu</p>		
<p>Ambalaj individual</p>	<p>Ambalaj individual</p>	<p>*Conform broșura pagina 1</p>	
<p>Pentru lotul nr. 18 <i>Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</i></p>			

	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux $30\text{l}/\text{min} \leq 2,55$ cmH₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M -15F Steril sau asamblat în condiții curateconform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: electrostatic Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux $30\text{l}/\text{min} \leq 2,55$ cm H₂O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>
	<p>Pentru lotul nr. 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M -15F Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare $\geq 99,9\%$ Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>
	<p>Pentru lotul nr. 20 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux $30\text{l}/\text{min} \leq 2,04$ cmH₂O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux $30\text{l}/\text{min} \leq 2,04$ cm H₂O</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>

	Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual *Conform brosură pagina 1	
Pentru lotul nr. 21 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH ₂ O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individualCO ₂ .	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H ₂ O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individualCO ₂ . *Conform brosură pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.	
Pentru lotul nr. 24 <i>Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină:formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină:formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. *Conform brosură pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.	

Pentru lotul nr. 25 *Hârtie pentru USG 110mm*20m:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Hârtie pentru USG 110mm* 20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)2 *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 33 *Hârtie termică pentru USG, 110mm x 18m:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy	Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 45 *Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rolă din hârtie măr. 250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în	Rolă din hârtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

	<p>conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1</p>	
<p>Pentru lotul nr. 46 <i>Pungi sterilizare articolelor medicale Mărima 300mm x 200m.</i></p>			
	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Rolă din hârtie măr. 300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Rolă din hârtie măr. 300mm x 200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă *Conform broșura pagina 1</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>

Pentru lotul nr. 68 *Spirometru pentru stimulare pulmonară:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Spirometru pentru stimulare pulmonară	Spirometru pentru stimulare pulmonară *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 70 *Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii.	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale la adulți, adolescenți și copii. *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 76 *Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Rolă din hirtie măr. 450mm x 200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă. *Conform broșura pagina 1	Rolă din hirtie măr. 450mm x 200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă. *Conform broșura pagina 1	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă.		
<p>Pentru lotul nr. 77 <i>Punși sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m:</i></p>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Rolă din hirtie măř.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă *Conform broșura pagina 1</p>	S-a constatat în procesul evaluării:
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	<p>Rolă din hirtie măř.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.
<p>Pentru lotul nr. 79 <i>Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente:</i></p>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	<p>1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual</p>	S-a constatat în procesul evaluării:
S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	<p>1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm (±10cm) 3.Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual</p>	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

	Eyecon Medical SRL	<p>6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm</p>	<p>6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm *Conform broșura pagina 1</p>	
23.05.2025		<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.06.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>comunică următoarele:</p>	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 06.06.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne prezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>comunică următoarele:</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>
		<p>Pentru lotul nr. 43 <i>Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR:</i></p> <p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28 mm ± 0,5 mm Diametru exterior – 30 mm ± 0,5 mm Lungime – 70 mm ± 0,5 mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință Se vor prezenta mostre pentru verificare</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>

Pentru lotul nr. 50 *Set electrocauter*:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3m (+-20 cm), 3 contacte și electrod tip cuțit L = 70 mm (+- 5 mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.	S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 28.05.2025**.

Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

23.05.2025
GBG-MLD
SRL

comunică următoarele:

Pentru lotul nr. 25 *Hârtie pentru USG 110mm*20m*:

1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)	Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S). 1buc/amb.	În sursele transmise nu se regăsește modelul prezentat. Furnizați surse de informații privind modelul respectiv.

Pentru lotul nr. 33 *Hîrtie termică pentru USG, 110mm x 18m*:

Au fost prezentate documente suplimentare.

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Hârtie termică USG fotografică/videoprint, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy. 1buc/amb.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>În sursele transmise nu se regăsește modelul prezentat. Furnizați surse de informații privind modelul respectiv.</p>
<p>Pentru lotul nr. 39 <i>Husa sterila p/u microscop chirurgical</i></p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei" Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>1buc/amb.Husa sterila, p/u microscop chirurgical. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. De o singura utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 342 cm. Anul de productie 2025.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei "Smart drape".</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>		

23.05.2025	Labromed Laborator SRL	<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 11 <i>Electrod neutral monoutilizabil maturi:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm², cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.</p> <p>Electrod neutral monoutilizabil CU GEL SOLID PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU CABLU DE CONECTARE ADULT DIMENSIUNI 202x101 mm SUPRAFAȚA ACTIVE 118 cm² LUNGIME CABLUL 300 cm</p> <p>Pentru lotul nr. 12 <i>Electrod sterilizabil tip lama:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.</p> <p>L= 153mm ±3%</p> <p>Pentru lotul nr. 15 <i>Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoalergenice pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤150ohm; 10. Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială 	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>
S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Electrod neutral monoutilizabil CU GEL SOLID PENTRU ELECTROCHIRURGIE CU CABLU DE CONECTARE ADULT DIMENSIUNI 202x101 mm SUPRAFAȚA ACTIVE 118 cm² LUNGIME CABLUL 300 cm</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>ELECTROD REUTILIZABLE ELECTROCHIRURGIE LAMĂ grosime 0,50±0,05 mm latime 2,3±0,1 mm L= 153mm ±3%</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>ELECTROD DE UNICA ECG TESAT NETESUT DIMENSIUNE Ø50mm Adult AREA ADEZIVĂ 1606 mm² ZONA GEL 255 mm² SENSOR Ag/AgCl - Clorura de argint de argint</p>	<p>Solicitații informații suplimentare privind compatibilitatea cu BOWA Arc 303.</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Compatibil cu BOWA Arc 303.</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Impedanță 10 Hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță inițială.</p>

Pentru lotul nr. 16 *Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Filtru de tip HME</p> <p>Tip filtru: mecanic / HEPA</p> <p>Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$</p> <p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O</p> <p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>Port CO2 luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individual</p>	<p>Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul și de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație.</p> <p>Forma (filtru de ventilație): rotund</p> <p>Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie</p> <p>Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm</p> <p>Diametru interior (capăt mașină): 22/13 mm</p> <p>Steril: Nu</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Tip filtru: mecanic / HEPA</p> <p>2. Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O</p> <p>3. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>4. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>5. Port CO2 luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individual</p>

Pentru lotul nr. 40 *Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15)</p> <p>2. Marimea 25- 35 cm</p> <p>3. Reutilizabile</p> <p>4. Material nylon sau poliuretan sau material echivalent</p>	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15)</p> <p>2. Marimea 25- 35 cm</p> <p>3. Reutilizabile 4. Material nylon</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru:</p> <p>Reutilizabile</p>

Pentru lotul nr. 41 *Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției</p> <p>2. Marimea 33-47 cm</p>	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul</p>

3. Reutilizabile	4. Materil nylon sau poliuretanic sau material echivalent	2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	parametru: Reutilizabile
Pentru lotul nr. 42 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretanic sau material echivalent	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 46 - 66 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Reutilizabile
Pentru lotul nr. 49 <i>Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Mindray (7 pin) (Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Compatibil cu monitor Mindray IPM 15
Pentru lotul nr. 50 <i>Set electrocauter:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Creion reutilizabil pentru control manual, carcasă 2,38 mm (3/32”) cu electrod cu lamă și cablu - NU STERIL Plastic sterilizabil de înaltă rezistență. Fara latex. Electrod cu lamă detașabilă F4060 LUNGIME CABLUL 300 cm Gaz EO și	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare: electrod tip cuțit, lungime 70 mm, declarat ca „Electrod cu lamă detașabilă F4060”. Vă rugăm să furnizați sursa de

	abur: creionul și electrodul pot fi sterilizate de până la 30 de ori	informații pentru acest electrod.
--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Pentru lotul nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii: Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Solicităm informații suplimentare privind compatibilitatea cablului, deoarece în imaginea din broșură am observat un cablu de tip Utah, în loc de cablul cu 4 pini (tip B. Braun, aflat în dotare).

Pentru lotul nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa.	Cu 2 linii: Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa.

	<p>Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).</p>	<p>Solicităm informații suplimentare privind compatibilitatea cablului, deoarece în imaginea din broșură am observat un cablu de tip Utah, în loc de cablul cu 4 pini (tip B. Braun, aflat în dotare).</p>	
<p>Pentru lotul nr. 72 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică 5. Materil nylon si poliuretān</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: 1. Reutilizabil. 2. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică.</p>
<p>Pentru lotul nr. 73 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică 5. Materil nylon si poliuretān</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: 1. Reutilizabil. 2. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică.</p>
<p>Pentru lotul nr. 74 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>

23.05.2025	Lismedfarm SRL	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15)</p> <p>2. Marimea 25- 35 cm</p> <p>3. Reutilizabile</p> <p>4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica</p> <p>5. Materil nylon si poliuretlan</p>	<p>1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15)</p> <p>2. Marimea 25- 35 cm</p> <p>3. Reutilizabile 4. Materil nylon</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru:</p> <p>1. Reutilizabil.</p> <p>2. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica.</p>		
<p>23.05.2025</p>		<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 24 <i>Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml:</i></p> <p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>1.volum: 5000 ml</p> <p>2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7;</p> <p>4.transparent, incolor, inodor (fără miros)</p> <p>5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri</p> <p>6.hidrosolubil.</p>		<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7;</p> <p>4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.nu conține: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase,</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>

23.05.2025	Med-M SRL	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>							
<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 15 <i>Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore:</i></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="598 1355 774 1780">1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="598 940 774 1355">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="598 324 774 940">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="774 1355 1402 1780"> <ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. Adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala </td> <td data-bbox="774 940 1402 1355"> <ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala </td> <td data-bbox="774 324 1402 940"> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. electrode Ag/AgCl 2. fără latex, 3. de unică folosință, 4. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 5. termen de utilizare min. 48 ore, 6. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 7. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala </td> </tr> </tbody> </table>	1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	<ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. Adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. electrode Ag/AgCl 2. fără latex, 3. de unică folosință, 4. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 5. termen de utilizare min. 48 ore, 6. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 7. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>
1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:							
<ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. Electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. Adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. diametru 55 - 60mm, 2. electrode Ag/AgCl, 3. cu gel solid, 4. fără latex, 5. de unică folosință, 6. conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 10. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. electrode Ag/AgCl 2. fără latex, 3. de unică folosință, 4. adeziv neiritant, hipoaergen pentru piele sau utilizatori, 5. termen de utilizare min. 48 ore, 6. Impedanță 10 Hz \leq 150ohm; 7. Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanțăinitiala 							

Pentru lotul nr. 16 *Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Filtru de tip HME 2. Tip filtru: mecanic / HEPA 3. Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O 4. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l 5. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l 6. Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual

Pentru lotul nr. 17 *Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l 2. Ambalaj individual

Pentru lotul nr. 18 *Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:

	<p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F -15M, 22M -15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>În sursa de informații este menționat doar modelul 140 201, nu și modelul 140 201 Elite. Furnizați informații suplimentare privind modelul 140 201 Elite.</p>
<p>Pentru lotul nr. 20 <i>Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cmH2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala $\geq 99,99\%$ Rata de filtrare Virala $\geq 99,9\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,04$ cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 Ambalaj individual</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Volum compresiabil ≤ 30 ml 2. Conexiuni 22F-15M, 22M-15F 3. Steril sau asamblat în condiții curate conform EN14644-1 4. Ambalaj individual</p>
<p>Pentru lotul nr. 21 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</i></p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>

<p>Filtru de tip HME</p> <p>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$</p> <p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH₂O</p> <p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individualCO₂.</p>	<p>Filtru de tip HME</p> <p>Rata de filtrare $\geq 99,99\%$</p> <p>Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H₂O</p> <p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individualCO₂.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>2. Ambalaj individualCO₂</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 50 Set electrocauter:

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Mâner autoclavabil min. 30 cicluri, cu 2 taste, cablu L = 3 m (+-20cm), 3 contacte, și electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>Electrod tip cuțit L = 70 mm (+-5mm), compatibil cu mânerul, accesoriu detașabil.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2 linii p/u monitor Dräger:

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg , Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pini (tip BBraun, aflat în dotare).	pini (tip BBraun, aflat în dotare).	cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2 linii p/u monitor Nihon:

S-a solicitat conform Anunțului de participare: Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 68 Spirometru pentru stimulare pulmonară:

S-a solicitat conform Anunțului de participare: Spirometru pentru stimulare pulmonară	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Spirometru pentru stimulare pulmonară	S-a constatat în procesul evaluării: S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 69 Conector respirator gofrat:

S-a solicitat conform Anunțului de participare: Conector respirator gofrat	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Conector respirator gofrat	S-a constatat în procesul evaluării: Nu s-a regăsit codul produsului în catalog. S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 72 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan 	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru:</p> <p>Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica.</p>
<p>Pentru lotul nr. 73 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm:</i></p>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan 	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru:</p> <p>Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica.</p>
<p>Pentru lotul nr. 74 <i>Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm:</i></p>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenți chimici, permit 	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru:</p> <p>Rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimica.</p>

<p>3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretlan</p>	<p>dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretlan</p>	
<p>Pentru lotul nr. 76 <i>Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m:</i></p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă,</p>
<p>Rolă din hirtie măř.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>Rolă din hirtie măř.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: formată din 2 părți:</p>
<p>Pentru lotul nr. 77 <i>Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m:</i></p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Rolă din hirtie măř.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind</p>	<p>Rolă din hirtie măř.500mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: formată din 2 părți:</p>

	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>
	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>
	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>	<p>o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea de hirtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărită dimensiunea, codul și numărul de lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12luni. Bucată: o rolă</p>
<p>23.05.2025</p>	<p>M-Inter-Farma SA</p>	<p>comunică următoarele: Pentru lotul nr. 25 <i>Hârtie pentru USG 110mm*20m</i>: 1. S-a solicitat conform Anunțului de participare: Hârtie pentru USG 110mm *20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>

		<p>Pentru lotul nr. 79 <i>Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparent:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="71 1254 558 1769"> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm </td> <td data-bbox="71 772 558 1254"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm </td> <td data-bbox="71 257 558 772"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p> </td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>	<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 18 <i>Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult:</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1077 1288 1252 1769"> <p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55</p> </td> <td data-bbox="1077 739 1252 1288"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm</p> </td> <td data-bbox="1077 257 1252 739"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au</p> </td> </tr> </table>	<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind dispozitivul.</p>								
<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au</p>								
<p>23.05.2025</p>	<p>Natusana SRL</p>									

<p>cm H₂O</p> <p>Volum compresiabil ≤ 90 ml</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Conexiuni 22F -15M, 22M -15F</p> <p>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1</p> <p>Ambalaj individual</p>	<p>H₂O</p> <p>Volum compresiabil ≤ 90 ml</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</p> <p>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1</p> <p>Ambalaj individual</p>	<p>regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Tip pacient: Adult</p> <p>2. Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H₂O</p> <p>3. Volum compresiabil ≤ 90 ml</p> <p>4. Ambalaj individual</p>
<p>Pentru lotul nr. 20 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric:</p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Tip pacient: Pediatric</p> <p>Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99%</p> <p>Rata de filtrare Virala ≥ 99,9%</p> <p>Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H₂O</p> <p>Volum compresiabil ≤ 30 ml</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</p> <p>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1</p> <p>Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Tip pacient: Pediatric</p> <p>Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99%</p> <p>Rata de filtrare Virala ≥ 99,9%</p> <p>Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H₂O</p> <p>Volum compresiabil ≤ 30 ml</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Conexiuni 22F-15M, 22M-15F</p> <p>Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1</p> <p>Ambalaj individual</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Tip pacient: Pediatric</p> <p>2. Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cmH₂O</p> <p>3. Volum compresiabil ≤ 30 ml</p> <p>4. Ambalaj individual</p>
<p>Pentru lotul nr. 21 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME:</p>		
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Filtru de tip HME</p> <p>Rata de filtrare ≥ 99,99%</p> <p>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH₂O</p> <p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individualCO₂.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Filtru de tip HME</p> <p>Rata de filtrare ≥ 99,99%</p> <p>Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H₂O</p> <p>Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l</p> <p>Port luer lock obligatoriu</p> <p>Ambalaj individualCO₂.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cmH₂O</p> <p>2. Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l</p> <p>3. Ambalaj individualCO₂</p>
<p>Pentru lotul nr. 45 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m:</p>		

	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Rolă din hîrtie măr. 250mm x 200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparitdimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rolă din hîrtie pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. 2. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă.
	<p>Pentru lotul nr. 46 <i>Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200mm</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Rolă din hîrtie măr. 300mm x 200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>Rolă din hîrtie pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I</p>

		<p>numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni.</p>							
	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025. Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>	<p>comunică următoarele:</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare.</p>							
<p>23.05.2025</p>	<p>Tehnomedica SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dräger:</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="855 1357 1031 1783"> <p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> </td> <td data-bbox="855 943 1031 1357"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> </td> <td data-bbox="855 573 1031 943"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1031 1357 1361 1783"> <p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p> </td> <td data-bbox="1031 943 1361 1357"> <p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p> </td> <td data-bbox="1031 573 1361 943"> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu</p> </td> </tr> </table>	<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu</p>		
<p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>									
<p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg, Sensibilitatea 5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu</p>									

	pini (tip BBraun, aflat în dotare).	pini (tip BBraun, aflat în dotare). Catalog anexat.	cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).
	<p>Pentru lotul nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon</p>		
	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). Catalog anexat.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arteriala și venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare)
	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că ne reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>		
	<p>comunică următoarele:</p>		
	<p>Pentru lotul nr. 75 Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun):</p>		
	1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
23.05.2025	Tetis International SRL		Au fost prezentate documente suplimentare

<p>Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus</p>	<p>Tub calibrat Nu contine latex Rezistent la presiune (2 bari) Lungimea tubului 300 cm Steril Compatibil cu Infusomat Compact Plus</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Steril 2. Rezistent la presiune (2 bari)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru lotul nr. 79 *Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente:*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic 2. Lungimea 150cm (±10cm) 3. Material: PVC, transparent, presiune - 4-7 bari 4. Unică folosință 5. Ambalaj individual 6. Conectare Luer-Lock 7. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 8. Tip "male-female" 8. Diametrul tubului: 1,5 x 2,7 mm 	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steril, apirogen, ne-toxic. 2. Unică folosință. 3. Ambalaj individual . 4. Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. 5. Tip "male-female".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 28.05.2025.**

Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

23.05.2025	TMS-TOP Medical Supplier SRL	<p>comunică următoarele:</p> <p>Pentru lotul nr. 16 <i>Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic:</i></p> <p>1. S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Filtrul antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură este echipat cu port luer și capac de retenție, de tip mecanic HME Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: $>99,99\%$ Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.8 cm H2O La 60 L/min: 2.1 cm H2O Volum compresibil: 59 ml Umiditate și căldură reținute: 30.8 mg H2O/L Greutate: 29 g Volum tidal minim: >200 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F/15M - 22M/15F Port de monitorizare inclus Filtrul este validat pentru utilizare în cazul Coronavirus și are o durată de utilizare de 24 de ore. Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. Fără latex, de unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorul parametru: Tip filtru: mecanic / HEPA</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare</p>
------------	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

	<p>Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485</p>	<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametri tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capes.gov.md, dar nu mai târziu de data 28.05.2025.</p> <p>Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>vă comunicăm.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, DUAE și Documentației Standard, solicităm respectuos să prezentați mostre în număr de 2 bucăți pentru bucurile/ modelele propuse în ofertă la loturile:</p> <p><i>nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2 linii p/u monitor Dragaer nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2 linii p/u monitor Nihon</i></p> <p>2. Obligativiu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului, după caz. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>3. Mostrele vor fi prezentate în ambalaj intact de la producător, cu scrisoare de însoțire și act de primire-predare în termen cât mai restrâns, dar nu mai târziu de data 12.07.2025.</p> <p>4. Vă atenționăm că neprezentarea mostrelor în termenul stabilit, prezentarea mostrelor pentru un alt model, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Notă: Vor fi acceptate doar mostre cu ambalajul original de la producător.</p>	<p>Au fost prezentate documente suplimentare</p>
27.06.2025	Med-M SRL		

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **Echipamed-Plus SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu au fost semnate documentele ofertei de bază, cum

sunt Formularul Specificației Tehnice și de Preț, DUAE, în conformitate cu cerințele - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.

Totodată în conformitate cu pct.78 din Documentația standard - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnata electronic și după caz, semnata și șampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

2. Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu a fost prezentat DUAE, cum sunt Formularul Specificației Tehnice și de Preț, DUAE, în conformitate cu cerințele - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.

Totodată în conformitate cu pct.48 și 49 din Documentația standard, Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor **atrage respingerea ofertei.**

3. Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu a fost prezentat Declarația de valabilitate și garanția pentru ofertă pentru tot termenul de valabilitate solicitat, adică termenul limită era minim 1 august 2025, iar valabilitatea a fost oferită până la 5 iulie 2025.

Totodată în conformitate cu pct.53 din Documentația standard -Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

4. Oferta operatorului economic **Denolga-Medical SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 39 Husa sterila p/u microscop chirurgical - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovadă care nu a putut fi demonstrată de către operatorul economic ofertant.

În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

5. Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$, a fost oferit: BFE - 99,999%, VFE - 99,999%

Lotul nr. 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal - A fost solicitat: Volum tidal minimal ≤ 30 ml, a fost oferit: Tidal Volume 50-150 ml

Lotul nr. 76 "Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m" - A fost solicitat: Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni, a fost oferit: 4A Sterilization Reels provide sterile storage in packages and keep package sterile for 6 months and do not permit microorganisms to enter inside the package after sterilization cycle.

Lotul nr. 77 "Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m" - A fost solicitat: Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni, a fost oferit: 4A Sterilization Reels provide sterile storage in packages and keep package sterile for 6 months and do not permit microorganisms to enter inside the package after sterilization cycle.

6. Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 39 Husa sterila p/u microscop chirurgical - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovadă care nu a putut fi demonstrată de către operatorul economic ofertant.

În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

7. Oferta operatorului economic **Dutchmed-M SRL** se respinge în conformitate cu 71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:

- Lotul nr. 7 Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600
- Lotul nr. 49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
8. Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art.17 alin (5), art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:
- Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Tip filtru: mecanic / HEPA a fost oferit: Electrostatic.
2. A fost solicitat: Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l, a fost oferit: Moisture loss (mg H2O/l): VT 500 ml = 38,2. 3. A fost solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l, a fost oferit: Nu s-a răspuns la clarificare.
- Lotul nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 20 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 42 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm – A fost solicitat: Mărimea 35- 55 cm, a fost oferit: Mărimea 46-66 cm.
- Lotul nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer – A fost solicitat: Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). A fost oferit: cu cablu 4 pini de tip UTAH, dar trebuia Bbraun.
- Lotul nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon – A fost solicitat: Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). A fost oferit: cu cablu 4 pini de tip UTAH, dar trebuia Bbraun.
- Lotul nr. 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm - Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimică, însă produsul oferit nu are aceste proprietăți solicitate.
9. Oferta operatorului economic **Med-M SRL** se respinge în conformitate cu art.17 alin (5), art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:
- Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" 1. S-a solicitat: Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$, S-a oferit: Rate of filtration bacteria/viral: 99.99%. 2. S-a solicitat: Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cmH2O. S-a oferit: low Resistance @ 30L/min in accordance with EN ISO 9360-1: less than 300Pa (Calculation: $300 \text{ Pa} \times 0.0102 \text{ cmH}_2\text{O}/\text{Pa} = 3.06 \text{ cmH}_2\text{O}$.)
3. S-a solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l, S-a oferit: Nu s-a răspuns la clarificare.
- Lotul nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME – S-a solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml) ≥ 29 mg/l, S-a oferit: Nu se regăsește răspunsul în surse atașate la clarificări.
- Lotul nr. 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal - 1. S-a solicitat: Tip pacient: Neonatal. S-a oferit: For infants(se cere neonata, nu sugar). 2. S-a solicitat: Volum tidal minimal ≤ 30 ml. S-a oferit: Recommended tidal volume (ml) - 50 – 500.
- Lotul nr. 41 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm – S-a solicitat: Mărimea 33-47 cm. S-a oferit: Mărime 35.5 - 46 cm

- Lotul nr. 46 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărima 300mm x 200m – Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 47 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă – Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 60 Test-indicator sterilizare 132° - s-a solicitat universal, s-a prezentat extern/intern.
- Lotul nr. 60 REGISTRU
- Lotul nr. 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm – S-a solicitat: Mărima 35- 55 cm, s-a oferit: Mărima 45-56,5 cm.
10. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:
- Lotul nr. 23 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 24 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 28 Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 29 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă – S-a solicitat: Hârtie milimetrică p/u ECG , s-a oferit: Hartie Termica pentru Printer USG.
- Lotul nr. 32 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovedă care nu a putut fi demonstrate de către operatorul economic ofertant.
- În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- Lotul nr. 36 Hârtie termo-chimică, compatibil cuapar ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 58 Test-indicator sterilizare 121/15 min – Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 58 REGISTRU
- Lotul nr. 59 Test-indicator sterilizare 121/20 min – Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 61 Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 62 Test-indicator sterilizare 132° / 20 min intern– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 63 Test-indicator sterilizare 134° / 4 min Universal– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției
- Lotul nr. 63 REGISTRU
- Lotul nr. 78 Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN– Suma ofertei depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

11. Oferta operatorului economic TMS_TOP Medical Supplier SRL se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$, a fost oferit: Filtration efficiency > 99.99 %.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

	Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
	Denumirea operatorului economic 1		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
	Denumirea operatorului economic n		Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant	Oferta acceptată
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	Bucată	310	300,0000	360,0000	93000	111600	2179000	Marea Britanie	Intersurgica	CE ISO 13485:2012 ISO 9001:2008 ISO 15223-1 Farmacopeea Statelor Unite XXXIV Farmacopeea Britanică DM0003710	TMS-Top Medical Supplier	De bază
4	Cablul pacientului pentru ECG	Bucată	3	790,0000	948,0000	2370	2844	U225-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000738238	Labromed Laborator SRL	De bază
5	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat	Set	1	3120,0000	3744,0000	3120	3744	F8911P/LCS sau F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	DM000655299 sau DM000655298	Labromed Laborator SRL	De bază
6	Căpăcele - dopuri pentru obturarea catetereilor central și periferice vasculare	Bucată	20000	0,5600	0,6720	11200	13440	CHCS02	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	DM000504590	Labromed Laborator SRL	De bază
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și	Bucată	60	326,0000	391,2000	19560	23472	F4141	Italia	FIAB SPA	DM000466393	MED-M	De bază

	de utilizare 48 ore																		
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,00	10,70	12,84	21400	25680	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM0005 58935	Electeh SRL	De bază						
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000,00	7,60	9,12	228000	273600	40920	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM0005 58943	Electeh SRL	ALTERNA TIVA						
20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	13,50	16,20	6750	8100	GZ-G-L-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENTS CO., LTD	DM0006 59298	MED-M	De bază						
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	10,70	12,84	42800	51360	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM0005 58935	Electeh SRL	De bază						
22	Gel ECG, 250 ml	Bucată	100,00	7,70	9,24	770,28	924,34	Gel ECG/USG 250ml (Codul produsului: KAF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	DM0003680 50	DITA ESTFAR M S.R.L	De bază						
23	Gel ultrasonografi e (ecografie), 1000 ml	Bucată	72,00	15,9369	19,1243	1147,4568	1376,9496	Gel ultrasonografice (ecografie), 1000 ml (Codul produsului: KAF G31)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	DM0003680 48	DITA ESTFAR M S.R.L	De bază						
24	Gel ultrasonografi e (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	55,00	59,40	4510	4870,8	KAF G31 3 + KAF G31-2 (goală)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. LTD. STI.	CE DM0003680 51 (5000ml) DM0003680 50 (250ml)	LISMEDF ARM S.R.L.	De bază						

25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	87,500 0	105,00	5687,5	6825	Hartie Termica pentru Printer USG UPP- 110S, 110MM*20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	DM0007536 59	M- INTER- FARMA	De bază
31	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295m mx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	Bucată	50,00	80,00	96,00	4000	4800	0011239	Italia	Ceracarta SPA	DM0003680 69	GBG- MLD SRL	De bază
33	Hîrtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	50,00	150,00	18 0,00	7500	9000	1100HG	Coreea a de Sud	Durico	CE/DM0007 61436	Electeh SRL	De bază
37	Hîrtie termo- chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7 202	Bucată	800,00	19,083 3	22,90	15266, 64	18320	110 mm x 140mm , min 140 foi	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	DM0007536 63	M- INTER- FARMA	De bază
40	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	75,00	86,000 0	103,20 00	6450	7740	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0006552 51	Labromed Laborator SRL	De bază
41	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a	Bucată	137,00	112,00 00	134,40 00	15344	18412, 8	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM0006552 49	Labromed Laborator SRL	De bază

	tensiunii arteriale) 33-47 cm								V0016C Tight (45-56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	DM0008 15824			
42	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	67,00	89,00	106,80	5963	7155,6			Italia					ALTERNA TIVA pentru SCR
43	Muștic pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	2400,00	2,2500	2,7000	5400	6480	11730 MOUTH- PIECES FOR SPIROMETE R		Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM0006906 38	SRL Biosistem mld		De bază
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	465,45 85	502,69 52	55855, 02	60323, 424	Role sterilizare 250mm x 200m (Codul produsului: DSR25200)	Turcia		FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TI C.LTD.STI	DM0003629 27	DITA ESTFAR M S.R.L		De bază
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m	Bucată	120,00	548,75 11	592,65 12	65850, 132	71118, 144	Role sterilizare 300mm x 200m (Codul produsului: DSR30200)	Turcia		FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TI C.LTD.STI	DM0003629 28	DITA ESTFAR M S.R.L		De bază
50	Set electrocauter	Bucată	1400,00	322,80	387,36	45192 0	54230 4	F4141	Italia		FIAB SPA	DM0004 66393			De bază
51	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	5,00	456,73 00	548,08 00	2283,6 5	2740,4	10744+10017 SUCTION CHEST ELECTRODE S SILVER/SIL	Italia		Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM0003751 80	SRL Biosistem mld		De bază

53	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	Bucatã	60,00	709,00	850,80	42540	51048	225-FT-A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	DM000753774	MED-M	De bazã
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nilhon	Bucatã	950,00	699,00	838,80	664050	796860	225-FT-A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	DM000753774	MED-M	De bazã
55	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Test	1000,00	0,176	0,21	176	210	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bazã
55	REGISTRU	Bucatã	1,00			0	0	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bazã

56	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Test	5000,00	0,168	0,18144	840	907,2	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
56	REGISTRU	Bucătă	5,00			0	0	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	2000,00	0,1161	0,1254	232,2	250,8	STERILAN UP 121/20/STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
59	REGISTRU	Bucătă	2,00			0	0	STERILAN UP 121/20/STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	32000,00	0,129	0,1393	4128	4457,6	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
61	REGISTRU	Bucătă	32,00			0	0	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	226000,00	0,128	0,1382	28928	31233,2	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
62	REGISTRU	Bucătă	226,00			0	0	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M	De bază
72	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25-35 cm	BUcătă	50,00	86,0000	103,2000	4300	5160	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL	ALTERNA TIVA
74	Manșeta NIBP adulți (pentru	BUcătă	50,00	86,0000	103,2000	4300	5160	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed	DM000655251	Labromed Laborator SRL	ALTERNA TIVA

- 27 Hârtie milimetrică, 56 mm *25 m.
- 28 Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m
- 29 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă
- 30 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm x180P tip: pliată
- 32 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă
- 34 Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s
- 35 Hîrtie termo pentru printer autoclav
- 36 Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparât ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K
- 38 Hîrtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m
- 39 Husa sterila p/u microscop chirurgical
- 44 Prezervative pentru USG
- 47 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă
- 49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
- 58 Test-indicator sterilizare 121/15 min
- 58 REGISTRU
- 60 Test-indicator sterilizare 132°
- 60 REGISTRU
- 63 Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal
- 63 REGISTRU
- 65 Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată
- 66 Mască Nebulizer
- 71 Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
- 73 Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm
- 73 Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că **nu a fost depusă nici o ofertă:**

- 2 Ansa electrochirurgicală ovală 15mm
- 3 Ansa electrochirurgicală ovală 20mm
- 48 Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden
- 52 Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie
- 57 Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern
- 57 REGISTRU
- 64 Set consumabile pentru plasmafereza automată
- 67 Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație

Loturile pentru care a decăzut necesitate de achiziționare:

- 68 Spirometru pentru stimulare pulmonară
- 69 Conector respirator gofrat
- 70 Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale

Loturile care se anulează în conformitate cu art. 71, alin (1), lit. g) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, sunt următoarele:

- 49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
- 79 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente

Menționăm că loturile anulate pot fi incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026.

Totodată în cazul în care pentru loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare se identifică alternative care ating același scop propus, solicităm respectuos informarea imediată a CAPCS, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.07.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3095 din 04.07.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Beneficiar	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
				21374906-0023-0444	7/24/2025		33100000-1	fără TVA		
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGH E PALADI	1010600028048	Cu capital autohton	21374906-0023-0444	7/24/2025	33100000-1	3375	4050	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
BIOSISTEM MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1010600028048	Cu capital autohton	21374906-0023-0448	7/24/2025	33100000-1	8358,65	10016,6	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGH E PALADI	1002600046359	Cu capital autohton	21374906-0087-0444	7/23/2025	33100000-1	31,8738	38,2486	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare

																			indicat în anexa nr. 5.
DITA ESTFARM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAG A	1002600046359	Cu capital autohton	21374906-0087-0448	7/23/2025	33100000-1	123591,015	133704,609	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
ELECTEH SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAG A	1003600113045	Cu capital autohton	21374906-0094-0448	7/22/2025	33100000-1	407700	489240	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAG A	1003600117582	Cu capital autohton	21374906-0109-0448	7/23/2025	33100000-1	4000	4800	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
LABROME D LABORATOR SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	1012600001177	Cu capital autohton	21374906-0501-0444	7/24/2025	33100000-1	18500	22200	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare

																			indicat în anexa nr. 5.
LABROME D LABORAT OR SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLIC AN TIMOFEI MOSNEAG A	101260000117 7	Cu capital autohton	21374906- 0501-0448	7/24/2025	33100000- 1	54254	65104,8	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
LISMEDFA RM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL L GHEORGH E PALADI	100360011357 3	Cu capital autohton	21374906- 0505-0444	7/23/2025	33100000- 1	110	118,8	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
LISMEDFA RM SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLIC AN TIMOFEI MOSNEAG A	100360011357 3	Cu capital autohton	21374906- 0505-0448	7/23/2025	33100000- 1	4400	4752	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
M-INTER- FARMA SA	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLIC AN TIMOFEI MOSNEAG A	100360000526 3	Cu capital autohton	21374906- 0507-0448	7/23/2025	33100000- 1	20954,14	25145	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare

																			indicat în anexa nr. 5.
MED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	1020611000359	Cu capital autohton	21374906-0509-0444	7/22/2025	33100000-1	4450	5340	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
MED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	1020611000359	Cu capital autohton	21374906-0509-0446	7/22/2025	33100000-1	32360	38630	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
MED - M SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1020611000359	Cu capital autohton	21374906-0509-0448	7/22/2025	33100000-1	1225087,2	1465998,4	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
SC DENOLGA MEDICAL SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	1005600059558	Cu capital autohton	21374906-0077-0448	7/24/2025	33100000-1	129620,4	155544,48	31.12.2025										Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare

TETIS INTERNATI ONAL CO SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPALA L GHEORGH E PALADI	100360004359 5	Cu capital autohton	21374906- 0581-0444	7/22/2025	33100000- 1	45000	54000	31.12.2025	indicat în anexa nr. 5. Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPALA L GHEORGH E PALADI	102360600399 7	Cu capital străin	21374906- 0583-0444	7/22/2025	33100000- 1	3000	3600	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.
TMS-TOP MEDICAL SUPPLIER SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	102360600399 7	Cu capital străin	21374906- 0583-0448	7/22/2025	33100000- 1	90000	108000	31.12.2025	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în condițiile și termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare indicat în anexa nr. 5.

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/>

Cel mai bun raport calitate-pref
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG