



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3091 din 04.07.2025

ECHIPAMED-PLUS SRL
Electeh SRL
IM Natusana SRL
MED-M SRL
IMSP Beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1746517865998 privind *Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM – anestezie, ventilare conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025* din 06.06.2025, vă comunică decizia din **03.07.2025** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr . Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
1	Conector respirator gofrat	Bucată	7600	10,60	12,72	80560	96672	316400	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/ DM0005589 74	Electeh SRL
2	Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotrahe	Bucată	3952	21	25,2	82992	99590,4	ETHVM1 01	Turcia	MEDIKOKIM	CE/ DM0006492 12	Electeh SRL

	ale la adulți, adolescenți și copii.											
3	Mască Nebulizer	Bucată	3628	9,37	11,224	33994,36	40720,672	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	DM000372603	IM Natusana SRL
4	Mască Nebulizer pediatrică	Bucată	1218	15	18	18270	21924	GT012-100	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000372603	IM Natusana SRL
5	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație	Bucată	950	11,30	13,56	10735	12882	316400	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558974	Electeh SRL

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **Echipamed-Plus SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m - S-a solicitat: Steril. Ambalat individual, S-a oferit: Ambalat individual. Curat clinic.

Lotul nr. 10 Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile - S-a solicitat: Steril. Ambalat individual, S-a oferit: Ambalat individual. Curat clinic.

2. Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 6 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm - S-a solicitat: Ambalat steril, individual, S-a oferit: versiunea ambalată în condiții curate (ISO 8 Clean Room).

Lotul nr. 7 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m- S-a solicitat: Ambalat steril, individual, S-a oferit: versiunea ambalată în condiții curate (ISO 8 Clean Room).

Lotul nr. 8 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie- S-a solicitat: Ambalat steril, individual, S-a oferit: versiunea ambalată în condiții curate (ISO 8 Clean Room).

Lotul nr. 9 Spirometru pentru stimulare pulmonară - S-a solicitat: cu volumul 1500-2500cm³, S-a oferit: cu volumul 600-1200cm³.

3. Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 6 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm - S-a solicitat: Ambalat steril, individual, S-a oferit: produs nesteril

Lotul nr. 9 Spirometru pentru stimulare pulmonară - S-a solicitat: cu volumul 1500-2500cm³, S-a oferit: cu volumul 600-1200cm³.

Lotul nr. 10 Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile

4. Oferta operatorului economic **Med-M SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 9 Spirometru pentru stimulare pulmonară - S-a solicitat: cu volumul 1500-2500cm³, S-a oferit: cu volumul 600-1200cm³.

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că au fost depuse doar **oferte inacceptabile**:

6 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 150cm

7 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare 50m

8 Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie

9 Spirometru pentru stimulare pulmonară

10 Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi), sterile

Pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică doar în cazul modificării specificației tehnice, valorii estimate sau identificarea alternativei care să atingă același scop propus, despre care rugăm informarea grupului de lucru din cadrul CAPCS.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.07.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG