



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md), <https://capcs.md>

**Nr. Rg02-3095 din 04.07.2025**

**Operatori economici Participanți  
IMSP Beneficiare**

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, altor bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1741100863750 privind *Achiziționarea Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025- Necesari Suplimentar 2* din 04.04.2025, vă comunică decizia din **04.07.2025** cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Țara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
1	Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie	Bucată	310	300,0000	360,0000	93000	111600	2179000	Marea Britanie	Intersurgical	CE ISO 13485:2012 ISO 9001:2008 ISO 15223-1 Farmacopeea Statelor Unite XXXIV Farmacopeea Britanică DM000371087	TMS-Top Medical Supplier
4	Cablul pacientului pentru ECG	Bucată	3	790,0000	948,0000	2370	2844	U225-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000738238	Labromed Laborator SRL

5	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat	Set	1	3120,0000	3744,0000	3120	3744	F8911P/LCS sau F8911/LCS	Italia	FIAB SpA	DM000655299 sau DM000655298	Labromed Laborator SRL
6	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare	Bucată	20000	0,5600	0,6720	11200	13440	CHCS02	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	DM000504590	Labromed Laborator SRL
8	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, reutilizabil	Bucată	60	326,00	391,200	19560	23472	F4141	Italia	FIAB SPA	DM000466393	MED-M
9	Electrod de taiere bipolar	Bucată	42	3086,20	3703,440	129620,4	155544,48	27040GP140	Germania	Karl Storz	EC, ISO DM000463243	Denolga Medical SRL
10	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	200	31,1500	37,3800	6230	7476	F7805P W/V	Italia	FIAB SpA	DM000655324	Labromed Laborator SRL
11	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	1500	29,00	34,80	43500	52200	GC04	China	INTCO MEDICAL	CE/DM000569595	Electeh SRL
12	Electrod sterilizabil tip lama	Bucată	300	64,8000	77,7600	19440	23328	F4065	Italia	FIAB SpA	DM000459475	Labromed Laborator SRL

13	Electrozi ECG copii	Bucată	5000	0,99	1,19	4950	5950	15004 TOP TRACE - DISPOS ABLE ELECTR ODES - SOLID GEL - FOAM - Ø30 FOR PEDIAT RIC USE - TYPE NP 30 RFI	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000371901	SRL Biosistem mld
14	Electrozi ECG (aduți)	Bucată	70000	0,86	1,032	60200	72240	SF12	China	INTCO MEDICAL	CE/DM000569 607	Electeh SRL
15	Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore	Bucată	5000,0 0	0,86	1,032	4300	5160	SF03	China	INTCO MEDICAL	CE/DM000569 600	Electeh SRL
17	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	2000,0 0	10,70	12,84	21400	25680	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558 935	Electeh SRL
18	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	30000, 00	7,60	9,12	228000	273600	40920	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558 943	Electeh SRL

20	Filtru pentru circuite de respirație, pediatric	Bucată	500,00	13,50	16,20	6750	8100	GZ-GL-18	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD	DM0006 59298	MED-M
21	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	4000,00	10,70	12,84	42800	51360	40820	Turcia	R-VENT MEDIKAL	CE/DM000558935	Electeh SRL
22	Gel ECG, 250 ml	Bucată	100,00	7,70	9,24	770,28	924,34	Gel ECG/USG 250ml (Codul produsului: KAF G31-2)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	DM000368050	DITA ESTFARM S.R.L.
23	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Bucată	72,00	15,9369	19,1243	1147,4568	1376,9496	Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml (Codul produsului: KAF G31)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI.	DM000368048	DITA ESTFARM S.R.L.
24	Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Bucată	82,00	55,00	59,40	4510	4870,8	KAF G31 3 + KAF G31-2 (goală)	Turcia	KAF GRUP SAG. HIZM. INS. SAN. VE TIC. LTD. STI	CE DM000368051 (5000ml) DM000368050 (250ml)	LISMED FARM S.R.L.

25	Hârtie pentru USG 110mm*20m	Bucată	65,00	87,5000	105,00	5687,5	6825	Hartie Termica pentru Printer USG UPP- 110S, 110MM* 20M, Standard	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	DM000753659	M- INTER- FARMA
31	Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295m mx150 ~ (A4x150) tip: pliată.	Bucată	50,00	80,00	96,00	4000	4800	0011239	Italia	Ceracarta SPA	DM000368069	GBG- MLD SRL
33	Hârtie termică pentru USG , 110mm x 18m	Bucată	50,00	150,00	180, 00	7500	9000	1100HG	Coreea de Sud	Durico	CE/DM000761 436	Electeh SRL
37	Hârtie termo- chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7 202	Bucată	800,00	19,0833	22,90	15266, 64	18320	110 mm x 140mm , min 140 foi	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	DM000753663	M- INTER- FARMA
40	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	Bucată	75,00	86,0000	103,2000	6450	7740	U500- 1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL

41	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm	Bucată	137,00	112,0000	134,4000	15344	18412,8	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655249	Labromed Laborator SRL
42	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	67,00	89,00	106,80	5963	7155,6	V0016C Tight (45-56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	DM0008 15824	MED-M
43	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR	Bucată	2400,00	2,2500	2,7000	5400	6480	11730 MOUTH-PIECES FOR SPIROMETER	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000690638	SRL Biosistem mld
45	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m	Bucată	120,00	465,4585	502,6952	55855,02	60323,424	Role sterilizare 250mm x 200m (Codul produsului: DSR25200)	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TI C.LTD.STI.	DM000362927	DITA ESTFARM S.R.L
46	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea	Bucată	120,00	548,7511	592,6512	65850,132	71118,144	Role sterilizare 300mm x 200m (Codul produsul	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S AN.TI C.LTD.STI.	DM000362928	DITA ESTFARM S.R.L

	300mm x 200m							ui: DSR302 00)				
50	Set electrocauter	Bucată	1400,0 0	322,80	387,36	451920	542304	F4141	Italia	FIAB SPA	DM0004 66393	MED-M
51	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil	Bucată	5,00	456,7300	548,0800	2283,6 5	2740,4	10744+1 0017 SUCTION CHEST ELECTR ODES SILVER/ SILVER CHLORI DE/CLA MP ELECTR ODES FOR ADULT S SILVER / SILVER CHLORI DE	Italia	Ceracarta	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000375180	SRL Biosistem mld
53	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u	Bucată	60,00	709,00	850,80	42540	51048	225-FT- A001	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD.	DM000753774	MED-M

	monitor Dragaer												
54	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	Bucată	950,00	699,00	838,80			225-FT- A001	China	GUANGDO NG BAIHE MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD.	DM0007 53774	MED-M	
55	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Test	1000,0 0	0,176	0,21		176	210	STERIL AN 120/45	Ucrai na	NORMA LLC	CE	MED-M
55	REGISTRU	Bucată	1,00				0	0	STERIL AN 120/45	Ucrai na	NORMA LLC	CE	MED-M
56	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Test	5000,0 0	0,168	0,18144		840	907,2	STERIL AN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
56	REGISTRU	Bucată	5,00				0	0	STERIL AN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
59	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	2000,0 0	0,1161	0,1254		232,2	250,8	STERIL AN UP 121/20/ STERIL AN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
59	REGISTRU	Bucată	2,00				0	0	STERIL AN UP 121/20/	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M

								STERIL AN 121/20				
61	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	32000, 00	0,129	0,1393	4128	4457,6	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
61	REGISTRU	Bucată	32,00			0	0	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
62	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	22600 0,00	0,128	0,1382	28928	31233,2	STERIL AN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M
62	REGISTRU	Bucată	226,00			0	0	STERIL AN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC		MED-M
72	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	BUcată	50,00	86,0000	103,2000	4300	5160	U500- 1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL
74	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm	BUcată	50,00	86,0000	103,20 00	4300	5160	U500- 1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	DM000655251	Labromed Laborator SRL
75	Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h	BUcată	300,00	150,0000	180,0000	45000	54000	Infusoma t plus line safeset	Germani a	B.Braun	DM000147875	Tetis Internatio

	(compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun)							IV standart, 300cm, Ref.N870 0 210				nal Co. SRL
76	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m	BUcată	20,00	999,00	1198,80	19980	23976	DSR452 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S A N.TIC.LTD. STI.	DM0003 62931	MED-M
77	Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m	Bucată	10,00	1070,00	1284,00	10700	12840	DSR502 00	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.S A N.TIC.LTD. STI.	DM0003 62932	MED-M
78	Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN	Test	10000,00	0,1680	0,1814	1680	1814	STERIL AN UP 121/20	Ucraina	NORMA LLC	CE	MED-M

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **Echipped-Plus SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu au fost semnate documentele ofertei de bază, cum sunt Formularul Specificației Tehnice și de Preț, DUAE, în conformitate cu cerințele - *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.*

Totodată în conformitate cu pct.78 din Documentația standard - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată

electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, **ea se respinge de către autoritatea contractantă**, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

2. Oferta operatorului economic **Ecochimie SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu a fost prezentat DUAЕ, cum sunt Formularul Specificației Tehnice și de Preț, DUAЕ, în conformitate cu cerințele - *confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei.*

Totodată în conformitate cu pct.48 și 49 din Documentația standard, Oferta cuprinde următoarele formulare:

- 1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22);
- 2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);
- 3) *DUAЕ*;
- 4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor **atrage respingerea ofertei**.

3. Oferta operatorului economic **Natusana SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume nu a fost prezentat Declarația de valabilitate și garanția pentru ofertă pentru tot termenul de valabilitate solicitat, adică termenul limită era minim 1 august 2025, iar valabilitatea a fost oferită până la 5 iulie 2025.

Totodată în conformitate cu pct.53 din Documentația standard -Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 **se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare**.

4. Oferta operatorului economic **Denolga-Medical SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 39 Husa sterila p/u microscop chirurgical - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovadă care nu a putut fi demonstrate de către operatorul economic ofertant.

În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

5. Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Rata de filtrare  $\geq 99,9999\%$ , a fost oferit: BFE - 99,999%, VFE - 99,999%

Lotul nr. 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal - A fost solicitat: Volum tidal minimal  $\leq 30$  ml, a fost oferit: Tidal Volume 50-150 ml

Lotul nr. 76 "Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 450mm x 200m" – A fost solicitat: Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni, a fost oferit: 4A Sterilization Reels provide sterile storage in packages and keep package sterile for 6 months and do not permit microorganisms to enter inside the package after sterilization cycle.

Lotul nr. 77 "Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 500mm x 200m" – A fost solicitat: Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni, a fost oferit: 4A Sterilization Reels provide sterile storage in packages and keep package sterile for 6 months and do not permit microorganisms to enter inside the package after sterilization cycle.

6. Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 39 Husa sterila p/u microscop chirurgical - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovadă care nu a putut fi demonstrate de către operatorul economic ofertant.

În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

7. Oferta operatorului economic **Dutchmed-M SRL** se respinge în conformitate cu 71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600

Lotul nr. 49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15

8. Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art.17 alin (5), art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Tip filtru: mecanic / HEPA a fost oferit: Electrostatic. 2. A fost solicitat: Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml)  $\leq$  11 mg/l, a fost oferit: Moisture loss (mg H<sub>2</sub>O/l): VT 500 ml = 38,2. 3. A fost solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml)  $\geq$  29 mg/l, a fost oferit: Nu s-a răspuns la clarificare.

Lotul nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 20 Filtru pentru circuite de respirație, pediatric – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 42 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 35-55 cm – A fost solicitat: Mărimea 35- 55 cm, a fost oferit: Mărimea 46-66 cm.

Lotul nr. 53 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer – A fost solicitat: Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). A fost oferit: cu cablu 4 pini de tip UTAH, dar trebuia Bbraun.

Lotul nr. 54 Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon – A fost solicitat: Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare). A fost oferit: cu cablu 4 pini de tip UTAH, dar trebuia Bbraun.

Lotul nr. 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm - Rezistente la agenți chimici, permit

dezinfecția chimică, însă produsul oferit nu are aceste proprietăți solicitate.

9. Oferta operatorului economic **Med-M SRL** se respinge în conformitate cu art.17 alin (5), art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" 1. S-a solicitat: Rata de filtrare  $\geq$  99,9999%, S-a oferit: Rate of filtration bacteria/viral: 99.99%. 2. S-a solicitat: Rezistența la flux 30l/min  $\leq$  1,63 cmH<sub>2</sub>O. S-a oferit: low Resistance @ 30L/min in accordance with EN ISO 9360-1: less than 300Pa (Calculation: 300 Pa  $\times$  0.0102 cmH<sub>2</sub>O/Pa = 3.06 cmH<sub>2</sub>O.

3. S-a solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml)  $\geq$  29 mg/l, S-a oferit: Nu s-a răspuns la clarificare.

Lotul nr. 17 Filtru pentru circuite de respirație, tip HME – S-a solicitat: Retur de umiditate (mg/l la VT =500 ml)  $\geq$  29 mg/l, S-a oferit: Nu se regăsește răspunsul în surse atașate la clarificări.

Lotul nr. 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal - 1. S-a solicitat: Tip pacient: Neonatal. S-a oferit: For infants(se cere neonata, nu sugar). 2. S-a solicitat: Volum tidal minimal  $\leq$  30 ml. S-a oferit: Recommended tidal volume (ml) - 50 – 500.

Lotul nr. 41 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm – S-a solicitat: Mărimea 33-47 cm. S-a oferit: Mărime 35.5 - 46 cm

Lotul nr. 46 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 47 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 60 Test-indicator sterilizare 132° - s-a solicitat universal, s-a prezentat extern/intern.

Lotul nr. 60 REGISTRU

Lotul nr. 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm – S-a solicitat: Mărimea 35- 55 cm, s-a oferit: Mărimea 45-56,5 cm.

10. Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SA** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) și art. 71 alin. (1) lit. d a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire sau/și valoarea ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției, după cum urmează:

Lotul nr. 23 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 24 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 28 Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 29 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă – S-a solicitat: Hârtie milimetrică p/u ECG , s-a oferit: Hartie Termica pentru Printer USG.

Lotul nr. 32 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă - În contextul în care sunt consumabile pentru dispozitivele medicale din cadrul Instituției medico-sanitare publice, acestea trebuie să fie înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale, dovadă care nu a putut fi demonstrate de către operatorul economic ofertant.

În conformitate cu documentația standard, și anume pct.16.14 din Anunțul de Participare, se vor atribui doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul nr. 36 Hârtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 58 Test-indicator sterilizare 121/15 min – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 58 REGISTRU

Lotul nr. 59 Test-indicator sterilizare 121/20 min – Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 61 Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 62 Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 63 Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

Lotul nr. 63 REGISTRU

Lotul nr. 78 Test-indicator sterilizare 121/20 min INTERN– Suma ofertei depuse depășește cu peste 30% valoarea estimată a achiziției

11. Oferta operatorului economic **TMS\_TOP Medical Supplier SRL** se respinge în conformitate cu art 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lotul nr. 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic" - 1. A fost solicitat: Rata de filtrare  $\geq 99,9999\%$ , a fost oferit: Filtration efficiency  $> 99,99\%$ .

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că au fost depuse doar **oferte inacceptabile**:

- 16 "Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic"
- 19 Filtru pentru circuite de respirație, neonatal
- 26 Hârtie milimetrică, 50 mm\*25 m.
- 27 Hârtie milimetrică, 56 mm\*25 m.
- 28 Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m
- 29 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă
- 30 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm x180P tip: pliată
- 32 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă
- 34 Hârtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s
- 35 Hârtie termo pentru printer autoclav
- 36 Hârtie termo-chimică, compatibil cu aparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K
- 38 Hârtie termo-chimică, compatibil cu EDAN 47mm x 30m
- 39 Husa sterilă p/u microscop chirurgical
- 44 Prezervative pentru USG
- 47 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă
- 49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15
- 58 Test-indicator sterilizare 121/15 min
- 58 REGISTRU
- 60 Test-indicator sterilizare 132°
- 60 REGISTRU
- 63 Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal
- 63 REGISTRU
- 65 Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152mm x 90mm x 150 tip: pliată
- 66 Mască Nebulizer
- 71 Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)
- 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm
- 73 Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33-47 cm

Loturile care au fost anulate în conformitate cu art.71 alin (1), lit a) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, dat fiind faptul că **nu a fost depusă nici o ofertă**:

- 2 Ansa electrochirurgicală ovală 15mm
- 3 Ansa electrochirurgicală ovală 20mm
- 48 Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden

52 Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie

57 Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern

57 REGISTRU

64 Set consumabile pentru plasmafereza automată

67 Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație

Loturile pentru care a decăzut necesitate de achiziționare:

68 Spirometru pentru stimulare pulmonară

69 Conector respirator gofrat

70 Fixatoare adezive multiple pentru tuburile endotraheale

Loturile care se anulează în conformitate cu art.71, alin (1), lit. g) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, sunt următoarele:

49 Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15

79 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente

*Menționăm că loturile anulate pot fi incluse în lista de distribuție pentru procedurile de achiziție specifice necesităților anului 2026.*

*Totodată în cazul în care pentru loturile care nu au fost depuse oferte sau au fost depuse doar oferte necorespunzătoare se identifică alternative care ating același scop propus, solicităm respectuos informarea imediată a CAPCS, în vederea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică.*

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **16.07.2025**, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

**Președintele grupului de lucru**

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**