



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE



MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 22/2,
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: office@capcs.gov.md, <https://capcs.md>

Nr. Rg02-3169 din 14 iulie 2025

Operatori economici participanți

IMSP beneficiare

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1748436485297 din 28.05.2025 privind *Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice* vă comunică decizia nr.1 din 10.07.2025 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Nr. Lot	cod lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	Ofertant
3	3-85297	Stativ pentru perfuzie fără rotile	bucată	18	419,0000	502,80	7 542,00	9 050,40	IV-R, CU REGLARE/Moldova/S.C. OPTIMATCONS S.R.L	SA Tehoptimed
4	4-85297	Troleu medical universal	bucată	3	25300,0000	30360,00	75 900,00	91 080,00	U0108.S/Turcia/IHC Medikal A.S	Triumpf-Motiv SRL
6	6-85297	Cărucior de urgență medicală (tip Crash cart)	bucată	1	8986,6700	10784,00	8 986,67	10 784,00	JLS403/China/JIANLIAN HOMECARE PRODUCTS CO.,LTD	SA Tehoptimed

Ofertanții respinși/descalificați:

Pentru lotul nr. 1 Paravan pliabil, 2 secții

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Paravan cu roțile centrale fiind prevăzute cu frână, montaj ușor, stabil s-a oferit fără frână.

Pentru lotul nr. 2 Paravan pliabil, 3 secții

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Paravan cu roțile centrale fiind prevăzute cu frană, montaj ușor, stabil s-a oferit fără frană.

Pentru lotul nr. 4 Troleu medical universal

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Blat/tavă superioară de inox cu pârți ridicate s-a oferit Blat/tavă superioară ABS cu pârți ridicate.

Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Blat/tavă superioară de inox cu pârți ridicate s-a oferit Blat/tavă superioară ABS cu pârți ridicate.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

S-a solicitat Suport lateral pentru sticlă/butelie O2 s-a oferit fără suport.

Pentru lotul nr. 5 Fotoliu oftalmologic

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire,

1. S-a solicitat Tipuri de mișcări Trendelenburg, antitrendelenburg, sus-jos, ajustare unghi spate s-a oferit fără antitrendelenburg.
2. S-a solicitat Dimensiuni: Lățime: 75-85cm s-a oferit 60 cm.
3. S-a solicitat Înălțime reglabilă diapazon minim: 58-80 cm s-a oferit 52 - 72 cm.
4. S-a solicitat Sarcina maximă: ≥ 180 kg s-a oferit 150 kg.

Pentru lotul nr. 7 Masă oftalmologică cu ajustare electrică

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. a) și b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire:

s-a solicitat termenul de livrare minim 60 de zile s-a oferit termenul de livrare 90 de zile.

Pentru lotul nr. 8 Scăriță medical

Oferta operatorului economic **SA Tehoptimed** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu îndeplinește cerințele de calificare și nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, după cum urmează:

1. S-a solicitat Greutate maximă susținută 150 kg s-a oferit 110Kg.

2. S-a solicitat Înălțime, 50 cm s-a oferit 26 cm.

Pentru lotul nr. 9 Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic

Oferta operatorului economic **AELO GRUP SRL** se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Pentru lotul nr. 11 Masă din inox pentru instrumente

Oferta operatorului economic **Metancor Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă

Lotul nr. 10 Dulap medical cu safeu pentru stocarea medicamentelor si drogurilor;

Lotul nr. 12 Noptieră.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire următoarele loturi, după cum urmează:

Lotul nr. 1 Paravan pliabil, 2 secții;

Lotul nr. 2 Paravan pliabil, 3 secții;

Lotul nr. 5 Fotoliu oftalmologic;

Lotul nr. 7 Masă oftalmologică cu ajustare electrică;

Lotul nr. 9 Accesoriu pentru pat pacient, tip traumatologic;

Lotul nr. 11 Masă din inox pentru instrumente.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 22.07.2025.

Cu respect,

Președintele grupului de lucru

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

Ex: Botica Aurelia

Tel: 022 222 364