

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 15.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.7)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744812909692?tab=contract-notice ocds-b3wdp1-MD-1744812909692

		Data publicării: 16.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată		<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publica
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_28_0.pdf 11 APRILIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 28
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare		<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (<u>lei, fără TVA</u>)		2 543 500 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 1 Microtom semi-automat cu set de cutite

Data:

17 apr 2025, 15:39

Subiectul întrebării:

Microtom semi-automat

Întrebare:

Bună ziua. Ținând cont că se solicită microtom semi-automat, vă rugăm să acceptați un sistem de control de avansare cu minim 2 viteze: lentă și rapidă. Vă mulțumim.

Răspuns (29 apr 2025, 09:55):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. specificația tehnică a fost elaborată conform necesităților beneficiarului final, respectiv, cerința cu privire la 3 viteze, nu se modifică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferentul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Oferenții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Data:

18 apr 2025, 08:40

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 12 - Lot nr. 12 Injecor de contrast CT

Întrebare:

Buna ziua, rog sa revedeti bugetul anuntat pentru pozitia data, este unul extrem de mic Beneficiarul final a anuntat recent o licitatie cu acelasi obiect de achizitie, bugetul fiind de 2 ori mai mare

Răspuns (29 apr 2025, 09:57):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că necesarul și bugetul alocat au fost stabilite de beneficiar în limita disponibilităților financiare.

Data:

22 apr 2025, 08:16

Subiectul întrebării:

Lot 11 Histoprosesor

Întrebare:

Peste 90% dintre brandurile de histoprosesoare existente pe piata au minim 10 recipiente pentru reagenți de lucru, 2 recipiente pentru reagenți de spalare, 1 recipient pentru colectare condens. In acest sens, pentru a nu constrange participarea operatorilor economici, va rugam sa reformulati cerinta astfel: Recipiente pentru reagenți ≥ 10

Răspuns (29 apr 2025, 09:58):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, specificația tehnică a fost elaborată conform necesităților beneficiarului final, respectiv, cerința cu privire la minim 10 recipiente pentru regeni de lucru, 2 recipiente pentru regeni de spălare, 1 recipient pentru colectare condens, nu se modifică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Data:

23 apr 2025, 13:10

Subiectul întrebării:

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Întrebare:

Bună ziua, vă rugăm frumos să acceptați și un echipament dotat cu fotodiodă având în vedere că este superioară din punct de vedere tehnologic fotomultiplicatorului, duce la îndeplinirea scopului final al echipamentului, nu influențează rezultatele obținute din punct de vedere clinic și permite participarea unui număr mare de ofertanți, ceea ce este în beneficiul autorității contractante. Vă mulțumim!

Răspuns (29 apr 2025, 09:58):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Cerința: „Detector: fotomultiplicator” va fi modificată în: „Detector: fotomultiplicator/fotodiodă”.

Lot nr. 2 Colorator de lame histologice

Data:

24 apr 2025, 09:43

Subiectul întrebării:

Lot nr. 2 Colorator

Întrebare:

Va rugam sa acceptati ca numarul de probe in proces/cos sa fie ≥ 30 . Astfel, aceasta cerinta va fi in concordanta cu cea de mai jos, referitoare la accesorii, mai exact cosuri pentru lame (20-30 lame cos) min. 5 buc.

Răspuns (29 apr 2025, 09:59):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. specificația tehnică a fost elaborată conform necesităților beneficiarului final, respectiv, cerința cu privire la numărul de probe în proces ≥ 50 , nu se modifică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv oferte alternative. Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertații pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Lot nr. 2 Colorator de lame histologice

Data:

25 apr 2025, 10:47

Subiectul întrebării:

Colorator

Întrebare:

Bună ziua. Vă rugăm să indicați modelul și producătorul aferent dispozitivului pentru includerea lamelelor și acoperire cu lame cu care se dorește interconectarea. Fără aceste informații, cerința nu-și are utilitatea.

Răspuns (2 mai 2025, 08:46):

Bună ziua. La acest moment nu este stabilit un model de dispozitiv pentru includerea lamelelor și acoperire cu lame, urmează a fi procurat. Se dorește ca echipamentul (coloratorul) să permită interconectarea cu sisteme compatibile disponibile pe piață, prin interfețe standard. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 apr 2025, 22:45

Subiectul întrebării:

Lot 1 Microtom

Întrebare:

Se solicita - Orientare specimen: verticala, orizontala minim $\pm 8^\circ$, se dorește conectarea ulterioară a unor accesorii speciale care ar putea limita accesul la sistemul de reglaj?

Răspuns (2 mai 2025, 08:46):

Nu se planifică conectarea accesoriilor suplimentare, prin urmare nu va fi afectat accesul la sistemul de reglaj al orientării specimenului. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 apr 2025, 22:46

Subiectul întrebării:

Lot 1 Microtom

Întrebare:

se solicita - Potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie, va rugăm să clarificați ce înțelegeți prin această solicitare cerința fiind neclară.

Răspuns (2 mai 2025, 08:47):

Prin „potrivire rapidă a suporturilor de cuțit cu ghidaj de precizie” se înțelege un sistem care permite montarea/demontarea rapidă și corectă a suportului de cuțit, fără unele, cu ajutorul unor elemente de ghidaj care asigură alinierea precisă și repetabilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 apr 2025, 22:46

Subiectul întrebării:

Lot 1 Microtom

Întrebare:

Se solicita - Panou de control multifuncțional ce include tastatură și butoane..., va rugăm să clarificați ce înțelegeți prin Multifuncțional și care este diferența între tastatura și butoane.

Răspuns (2 mai 2025, 08:47):

Prin „panou de control multifuncțional” se înțelege un sistem ce permite acces rapid la mai multe funcții ale microtomului (ex: avans secțiune, setări viteză, poziționare eșantion). Tastatura este folosită pentru introducerea de valori sau comenzi precise, iar butoanele sunt dedicate unor funcții rapide. Se solicită prezența ambelor pentru un control eficient. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 apr 2025, 22:47

Subiectul întrebării:

Lot 2 Colorator

Întrebare:

Capacitatea minim 300 probe pe oră, mentionam ca solicitarea unei capacitati fara a detalia modul in care se determina poate lasa loc de interpretari. Timpul de colorarea depinde de protocolul ales si de capacitatea echipamentului. Va rugam clarificati modul de calcul.

Răspuns (2 mai 2025, 08:48):

Capacitatea de 300 probe pe oră se calculează pe baza unui protocol standard de colorare, având în vedere timpul mediu necesar pentru procesarea unei probe. Dacă echipamentul permite procesarea simultană a mai multor probe, numărul total de probe pe oră se poate ajusta în funcție de acest factor, dar trebuie să respecte valoarea minimă de 300 de probe procesate în condiții standard. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 apr 2025, 22:48

Subiectul întrebării:

Lot 2 Colorator

Întrebare:

Intervalul de temperatură: De la ambient la 65° C, va rugam sa argumentati nevoia si sa acceptati si variante care prezinta autoreglare a temperaturii.

Răspuns (2 mai 2025, 08:48):

Solicitarea unui interval de temperatură de la ambient la 65°C este necesară pentru a acoperi diverse protocoale de colorare care pot necesita temperaturi variate pentru reacții chimice eficiente. Se accepta varianta cu autoreglare a temperaturii. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Data:

29 apr 2025, 09:46

Subiectul întrebării:

Specificatie

Întrebare:

Bună ziua. Va rugăm să acceptați și un sistem cu modul optic bazat pe 6 LED filtrate pentru excitație și 6 fotodiode filtrate pentru detecție, pe domeniul 450 – 730 nm. Sistemul optic este deosebit de performant și permite achiziția semnalului fluorescent cu o godeu, fără interferențe între godeuri. Menționăm că sistemul este precalibrat din fabrică pentru majoritatea fluoroforilor comerciali (minimum 12 fluorofori), permițând și adăugarea de noi fluorofori din software, pe domeniul de lungime de undă menționat. Va rugăm să acceptați un sistem compatibil cu experimente HRM, fără să necesite un canal separat, în schimb dispune de un program dedicat pentru analiza HRM avansată, inclus în configurație.

Răspuns (2 mai 2025, 14:58):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. Se acceptă cu următoarele modificări: Sistem optic: 5 canale + HRM (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM) sau 5 canale (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson) + analiza HRM Surse de excitație: diode emițătoare de lumină de înaltă energie sau LED filtrat Detector:

fotomultiplicator/fotodiodă

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Data:

2 mai 2025, 16:04

Subiectul întrebării:

Specificatie.

Întrebare:

Bună ziua. Solicităm respectuos acceptarea unui sistem cu minimum 5 canale de fluorescență în intervalul domeniul 450 - 730 nm, fără indicarea concretă a culorilor, astfel încât să se încadreze în specificația dată mai mulți producători nu doar Qiagen cu PCR-ul Rotor-Gene Q.

Răspuns (5 mai 2025, 16:07):

Se acceptă următoarele modificări: Sistem optic: 5 canale + HRM (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM) sau minimum 5 canale cu lungimi de undă analogice culorilor indicate în intervalul 450 - 730 nm + analiza HRM. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

3 mai 2025, 23:09

Subiectul întrebării:

Lot 3

Întrebare:

Va rugam clarificati ce se intelege prin - Conversie ușoară la alte dimensiuni ale hârtiei si sa acceptati si varianta unde echipamentul identifica automat noua dimensiune a hartiei.

Răspuns (5 mai 2025, 16:03):

Prin „Conversie ușoară la alte dimensiuni ale hârtiei” se înțelege posibilitatea de a schimba formatul hârtiei utilizate de echipament într-un mod rapid și simplu, fără operațiuni tehnice complexe. Acceptăm și varianta în care echipamentul detectează automat noua dimensiune a hârtiei introdusă, ajustându-și setările corespunzător. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

3 mai 2025, 23:09

Subiectul întrebării:

Lot 3

Întrebare:

la cerinta Lungime 40, 50, or 60 mm / ± 0.3 mm va rugam sa aveti in vedere ca lamelele de 60 nu se mai utilizeaza deoarece acopera zona de scriere de pe lama, va rugam sa acceptati lamele de 40, 50 sau 55 mm.

Răspuns (5 mai 2025, 16:03):

Se accepta modificarea cerinței în „Lungime 40, 50, or 60 mm, ± 0.5 mm”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

3 mai 2025, 23:10

Subiectul întrebării:

Lot 3

Întrebare:

la cerinta - Grosime nr.1 dorim sa mentionam ca aceasta grosime nu este ideala pentru sistemele automate deoarece lamelele se pot sparge mult mai usor, grosimea ideala este cea de 1.5

Răspuns (5 mai 2025, 16:03):

Se accepta modificarea cerinței tehnice în „Grosimea – 1 sau 1.5 mm”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Data:

6 mai 2025, 08:51

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Buna ziua! Ati solicitat echipament pentru aplicatii IVD. Va rugam sa specificati daca echipamentul trebuie sa fie inregistrat ca dispozitiv medical in registrul de stat al dispozitivelor medicale

Răspuns (6 mai 2025, 14:51):

Da, dispozitivul trebuie să fie înregistrat în registrul de stat al dispozitivelor medicale. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Data:

6 mai 2025, 08:56

Subiectul întrebării:

aplicatii clinice

Întrebare:

Buna ziua! ati solicitat ca echipamentul sa fie - lot 10 Sistem RT PCR Aplicare: Pentru analiza PCR în timp real validată IVD în aplicații clinice Software: cu soft pentru analiză și interpretare a testelor IVD și soft pentru analiza HRM- va rugam respectuos sa descrieti mai detaliat ce aveti in vedere prin aceasta solicitare. Ce fel de aplicatii clinice? ce anume trebuie sa faca softul? Doriti ca echipamentul sa fie pentru anumite mutatii, corelate cu un anumit tip de tratament? Dat fiind ca solicitati echipament pentru aplicatii clinice, va rugam sa oferiti detalii despre acestea, pentru a intelege ce fel de echipament se doreste.

Răspuns (6 mai 2025, 14:52):

Dispozitivul (respectiv software-ul) trebuie să fie destinat utilizării de diagnostic in vitro și respectiv certificat IVD. Se solicită ca pe acest dispozitiv să fie validate teste RT-PCR (IVD) aplicabile în oncologie, cum ar fi: test RT-PCR pentru identificarea mutațiilor în gena EGFR, test RT-PCR pentru identificarea mutațiilor în gena BRAF, test RT-PCR pentru identificarea și cuantificarea transcripțiilor BCR-ABL1 precum și alte teste RT-PCR pentru identificarea variantelor genetice în tumorile solide și hemopatii maligne. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 10 Sistem RT-PCR

Data:

6 mai 2025, 09:14

Subiectul întrebării:

Specificatie

Întrebare:

Bună ziua. Stimate autoritate contractanta, solicităm în mod repetat excluderea culorilor cu păstrarea numărului minim de indicat a canalelor pentru a exclude favorizarea unui anumit operator economic sus menționat, și întru respectarea Legii privind achizițiile publice, anume ASIGURAREA CONCURENTEI ȘI TRATAMENTULUI EGAL.

Răspuns (6 mai 2025, 14:52):

Este necesar ca echipamentul să fie capabil să detecteze marea majoritate de fluorofori utilizați pentru detectarea variantelor genetice cu utilizarea testelor RT-PCR certificate IVD. Sistem optic: Sistem cu minim 5 canale în intervalul de detecție 440±20 - 750±20 nm + analiza HRM. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

7 mai 2025, 10:29

Subiectul întrebării:

Lot 6

Întrebare:

Se solicita Dimensiuni masa cu adancime de 1000 +/- 150. Deoarece se poate intampla frecvent ca deschiderea usii sa fie mica va rugam sa verificati daca nu este mai buna o masa cu adancimea de 780-800 mm pentru a nu avea limitari de access.

Răspuns (7 mai 2025, 16:06):

Mulțumim pentru clarificare. În documentația de atribuire sunt indicate cerințele minime corespunzătoare necesităților beneficiarului final. În același timp, menționăm că se admite inclusiv oferte alternative, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Data:

7 mai 2025, 10:31

Subiectul întrebării:

Lot 6

Întrebare:

se solicita - Flux de aer $\geq 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ Vacuum maxim $\geq 2600 \text{ Pa}$ Filtre min 3 filtre: 2 de carbune activ si 1 de prefiltrare a prafului. Va rugam sa eliminati Flux de aer $\geq 1000 \text{ m}^3/\text{h}$ Vacuum maxim $\geq 2600 \text{ Pa}$ deoarece intra in contradictie cu cerinta Volumul de extracție a aerului $\geq 1300 \text{ m}^3 / \text{h}$, ajustabil care este superioara. In ceea ce priveste numarul de filtre de carbune va rugam sa cceptati si varianta cu 1 filtru de capacitate mare in locul a 2 filtre. Importanta este capacitatea filtrelor nu numarul lor.

Răspuns (7 mai 2025, 16:07):

Mulțumim pentru clarificare. În documentația de atribuire sunt indicate cerințele minime corespunzătoare necesităților beneficiarului final. În același timp, menționăm că se admite inclusiv oferte alternative, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Data:

7 mai 2025, 10:33

Subiectul întrebării:

Lot 7

Întrebare:

se solicita ca echipamentul sa utilizeze metoda electrochimica si de aici decurg mai multe cerinta. Echipamentele ce folosesc aceasta metoda nu se mai produc prin urmare va rugam sa cceptati si alte solutii de decalcifiere rapida care permite obtinerea aeluiasi rezultat.

Răspuns (7 mai 2025, 14:55):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, conform documentație de atribuire se acceptă oferte alternative.

Data:

7 mai 2025, 15:10

Subiectul întrebării:

Lot 11

Întrebare:

va rugam sa clarificati cerinta- Sistem de monitorizare a reagenților în funcție de numărul de casete procesate, cicluri de procesare pentru numărul de casete sunt 2 optiuni si anume cea manuala cand utilizatorul este responsabil sa introduca la fiecare procesare cate casete au fost adaugate sau cea automata cand echipamentul

prezintă un sezor care masoara degradarea reactivului in functie de numarul de casete. Solutia automata elimina erorile cauzate de eroarea Umana si nu este sensibila la cantitatea de tesut procesata (100 de biopsii nu produc aceeasi uzura ca 100 de piesa mari).

Răspuns (8 mai 2025, 13:37):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, Cerința tehnică va fi modificată în „ Sistem de monitorizare a reagenților în funcție de numărul de casete procesate, cicluri de procesare - automat”.

Data:

7 mai 2025, 15:10

Subiectul întrebării:

Lot 11

Întrebare:

va rugam sa clarificati ce intelegeti prin Managementul reagenților Completare și drenare automata

Răspuns (8 mai 2025, 13:38):

Echipamentul trebuie sa arunce automat reactivii când sunt uzați si sa se reumple tot automat cu reactive proaspăt direct din recipientele in care aceștia se livrează fără ca utilizatorul sa fie nevoit sa transfere in recipient specifice. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

8 mai 2025, 13:47

Subiectul întrebării:

Documentatie

Întrebare:

Stimate autoritate contractantă actualizați vă rugăm și documentația cu operarea tuturor modificărilor la specificațiile tehnice.

Răspuns (8 mai 2025, 15:16):

Mulțumim pentru clarificarea depusă. documentația de atribuire modificată a fost atașată.
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<p>Rezumatul modificărilor 29.04.2025</p>	<p>A modifica documentația de atribuire a procedurii de nr. ocds-b3wdp1-MD-1744812909692 din 16.04.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.7) după cum urmează:</p> <p>pentru lotul nr. 10 Sistem RT-PCR</p> <p>modificarea cerinței tehnice din cerința tehnică din Sistem optic: 5 canale + HRM (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM)</p> <p>Surse de excitare: diode emițătoare de lumină de înaltă energie</p> <p>Sistem optic: 5 canale + HRM (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM) sau 5 canale (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson) + analiza HRM</p> <p>In Surse de excitare: diode emițătoare de lumină de înaltă energie sau LED filtrat</p> <p>- modificarea cerinței tehnice din „ Detector: fotomultiplicator” în „Detector: fotomultiplicator/fotodiodă.</p>
<p>Rezumatul modificărilor 05.05.2025</p>	<p>A modifica documentația de atribuire a procedurii de nr. ocds-b3wdp1-MD-1744812909692 din 16.04.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.7) după cum urmează:</p> <p>pentru lotul nr. 10 Sistem RT-PCR</p> <p>-modificarea cerinței tehnice din cerința tehnică din Surse de excitare: diode emițătoare de lumină de înaltă energie sau LED filtrat Sistem optic: 5 canale + HRM (Green, Yellow, Orange, Red, Crimson, HRM) sau minim 5 canale cu lungimi de undă analogice culorilor indicate în intervalul 450 - 730 nm + analiza HRM.</p> <p>pentru lotul nr. 3 Dispozitiv pentru includerea și acoperirea lamelor</p> <p>- modificarea cerinței tehnice din „Lungime 40, 50, or 60 mm / ±0.3mm” în „Lungime 40, 50, or 60 mm, ±0.5mm”.</p> <p>- modificarea cerinței tehnice din „Grosime nr.1 (0.1 – 0.20 mm)” în „Grosimea – 1 sau 1.5 mm”.</p>
<p>Rezumatul modificărilor 08.05.2025</p>	<p>A modifica documentația de atribuire a procedurii de nr. ocds-b3wdp1-MD-1744812909692 din 16.04.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.7) după cum urmează:</p> <p>pentru lotul nr. 11 Histoprocesor modificarea cerinței tehnice tehnică din „ Sistem de monitorizare a reagenților în funcție de numărul de casete procesate, cicluri de procesare” în „ Sistem de monitorizare a reagenților în funcție de numărul de casete procesate, cicluri de procesare - automat”.</p> <p>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</p>
<p>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</p>	

Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:

- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).

În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică

propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Conformitatea specificațiilor tehnice

<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>oferțate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferțate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>							
	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard</p>							

	<p>aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>							
DUAE	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>							
Garanția pentru ofertă	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul</p>							

conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	(numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;							
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a							

	obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.							
Situția financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.							
Declarație de la Ofertant	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin	+	+	+	+	+	+	+

Declaratie de la Ofertant	<p>aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la Ofertant	<p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la Ofertant	<p>cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la ofertant	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat</p>	+	+	+	+	+	+	+

<p>ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivele Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>								
<p>Declarație de la ofertant-</p>	<p>cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>								
<p>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</p>									
<p>Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>								

<p>Garanția de bună execuție</p>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:							
Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice

1	Microtom semi-automat cu set de cutite	bucată	2	191875,0000	GBG-MLD SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
1	Microtom semi-automat cu set de cutite	bucată	2	169500,0000	X-Lab Solutions	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
1	Microtom semi-automat cu set de cutite	bucată	2	210600,0000	Triumf-Motiv SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
1	Microtom semi-automat cu set de cutite	bucată	2	217 600,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
2	Colorator de lame histologice	bucată	1	527500,00	GBG-MLD SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
2	Colorator de lame histologice	bucată	1	768 000,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
3	Dispozitiv pentru includerea si acoperirea lamelor	bucată	1	768 000,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
4	Microscop histologic de laborator cu cameră foto-video	bucată	1	99800,00	Triumf-Motiv SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
4	Microscop histologic de laborator cu cameră foto-video	bucată	1	100 000,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
5	Uscător de lame	bucată	1	15 000,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
6	Masă de pus în lucru a	bucată	1	638 000,00	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat

	probelor histologice											
6	Masă de pus în lucru a probelor histologice	bucată	1	611850,0000	GBG-MLD SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat				
7	Dispozitiv de decalcinare	bucată	1		fără ofertă	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat				
8	Baie de apă pentru histologie	bucată	17	13 529,41	Laboratorium Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	corespunde				
8	Baie de apă pentru histologie	bucată	17	14 117,6471	X-Lab Solutions	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025						
8	Baie de apă pentru histologie	bucată	17	14 941,17	Triumf-Motiv SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025						
8	Baie de apă pentru histologie	bucată	17	18 555,00	GBG-MLD SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025						
9	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	489900,0000	Triumf-Motiv SRL		Corespunde	Nu corespunde				
9	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	490 000,00	Ecochimie		corespunde	corespunde				
9	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	565000,0000	GBG-MLD SRL		corespunde	Nu a fost evaluat				

9	Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser	bucată	1	800 000,00	Laboratoriu Grup		corespunde	Nu a fost evaluat
10	Sistem RT-PCR	bucată	1	570849,3000	Medist Grup SRL		corespunde	Nu corespunde
10	Sistem RT-PCR	bucată	1	436700,0000	Triumf-Motiv SRL		corespunde	Nu corespunde
10	Sistem RT-PCR	bucată	1	436800,0000	GBG-MLD SRL		corespunde	corespunde
10	Sistem RT-PCR	bucată	1	795000,0000	DIALAB SOLUTIONS			
11	Histoprosesor	bucată	1	559300,0000	Triumf-Motiv SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
11	Histoprosesor	bucată	1	590000,0000	X-Lab Solutions	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
11	Histoprosesor	bucată	1	714505,0000	GBG-MLD SRL	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
11	Histoprosesor	bucată	1	806 000,00	Laboratoriu Grup	Anulare de către beneficiar nr.01-13/526 din 16.06.2025	corespunde	Nu a fost evaluat
12	Injector de contrast CT	bucată	1		fără ofertă		Fără oferte	Fără oferte

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin: „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Rg02-2943 din	Pentru Lot 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser: S-a solicitat conform Anunțului de participare: S-a depistat conform ofertei depuse:	Nr. 06/26 – 1 din 26.06.2025

<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</p>	<p>Cu referință la Scrisoarea nr Nr. Rg02-2943 din 20 iunie 2025 LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1744812909692 din 30.05.2025 CENTRUL CENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2 Prin prezenta, Ecochimie SRL, în calitate de ofertant, vă prezintă clarificările solicitate, însoțite de documentele justificative, privind conformitatea produsului SurePrint Cassette Printer – model C100, produs de Dakewe (Shenzhen) Medical Equipment Co., Ltd., cu cerințele</p>
<p>Rezolutia de printare sa fie de minim 500 dpi</p>	<p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	<p>tehnice minime prevăzute în documentația de atribuire.</p>
<p>Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm</p>	<p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>	<p>1. Dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Imprimanta pentru casete histologice SurePrint – model C100 nu se clasifică drept dispozitiv medical, conform legislației aplicabile, întrucât nu intră în contact direct cu pacientul sau cu probe biologice provenite de la acesta. Funcționalitatea imprimantei este limitată la inscripționarea casetelor utilizate ulterior în procesul histologic, fără a influența în vreun mod analiza sau diagnosticul medical. În acest context, înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale nu este necesară și nici aplicabilă acestui tip de echipament. 2. Declarație de conformitate CE / SM și certificat de calitate Se anexează la prezenta: • Declarația de conformitate CE, emisă de producător; • Certificatul ISO 13485 pentru sistemul de management al calității aplicabil dispozitivelor de laborator;</p>

<p>Nr. Rg02-2941 din 20.06.2025</p>	<p>Pentru Lot 8 Baie de apă pentru histologie:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1252 1220 1300 1892">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td> <td data-bbox="1300 1220 1364 1892">Precizie $\pm 1,5$ °C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1252 728 1300 1220">S-a depistat conform ofertei depuse:</td> <td data-bbox="1300 728 1364 1220">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a</td> </tr> </table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Precizie $\pm 1,5$ °C	S-a depistat conform ofertei depuse:	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a	<p>• Manualul de utilizare (IFU) ce atestă conformitatea cu standardele internaționale de siguranță (IEC61010, IEC61326).</p> <p>3. Rezoluția de printare – minim 500 dpi</p> <p>Imprimanta ofertată utilizează tehnologie de printare laser fără contact, cu o rezoluție maximă de până la 2500 dpi, ceea ce depășește semnificativ cerința minimă de 500 dpi.</p> <p>Confirmare:</p> <p>Manual IFU, pag. 10, secțiunea „User friendly” – „maximum printing resolution of 2500 dpi” si pag. 69 tabel 1-2 Printing parameters</p> <p>4. Dimensiunile casetelor compatibile</p> <p>Imprimanta este compatibilă cu majoritatea casetelor standard utilizate în laboratoare, cu sau fără capac.</p> <p>Confirmare: Manual IFU, pag. 11, secțiunea „Key Features” – „compatible with the majority of cassettes with or without lid” .</p> <p>Conform „Appendix 1 – Technical Parameters”, pag. 71 dimensiunea maximă suportată este 45 mm x 29 mm x 8 mm, ceea ce se încadrează în limitele specificate (80.0 mm x 28.9 mm cu capac). Toți parametrii solicitați se regăsesc în documentația tehnică prezentată și au fost marcați corespunzător.</p> <p>Vă asigurăm de disponibilitatea pentru furnizarea oricăror informații suplimentare solicitate.</p>	<p>RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI CATRE: CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE ÎN ATENȚIA DEPARTAMENT LICITATII</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Precizie $\pm 1,5$ °C						
S-a depistat conform ofertei depuse:	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a						

	<p>specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>
<p>Deconectare automată la supraîncălzire da</p>	<p>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</p>
<p>Înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Modelul, Producătorul și țara de origine</p>	<p>Se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>Conform anexei privind specificațiile tehnice, producătorul declarat este CELLPA TH LTD. Totuși, în manualul tehnic figurează Histo-Line Laboratories SRL ca producător. În acest context, vă rugăm să clarificați identitatea corectă a producătorului și să transmiteți documente justificative în acest sens.</p>
<p>Pentru Lot 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser:</p>	
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Dimensiune cassetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm.</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Conform anexei tehnice, sunt menționate casetele de tip standard. Totuși, vă rugăm să precizați dimensiunile exacte ale cassetelor standard oferite, atât cu capac, cât și fără capac, și să transmiteți documentele justificative care confirmă aceste informații.</p>

NR. PAGINI
3

DATA
24.06.2025

REFERINȚĂ
SOLICITARE DE CLARIFICĂRI - Nr. Rg02-2941 din 20.06.2025

Stimate Doamne/Stimați Domni,
Vă rugăm să găsiți în cele ce urmează raspunsurile subscrisei S.C. LABORATORIUM GRUP S.R.L. cu sediul social în mun. Chișinău Str. Independenței 1A ap. (of) 93, reprezentată legal prin Cernei Silian, Administrator, în calitate de ofertant în cadrul Licităției Publice ocds-b3wdp1-MD-1744812909692 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.7), la cererea dumneavoastră de clarificări cu numărul Nr. Rg02-2941 din 20.06.2025:

Pentru Lot 8 Baie de apă pentru histologie:
Răspuns 1:
Ca urmare a solicitării dumneavoastră privind precizia de temperatură a băii de apă Histoline WB2800, vă informăm că producătorul nu oferă în documentația tehnică oficială o valoare numerică explicită pentru această caracteristică deoarece aplicația nu impune o precizie ridicată.
Totuși, pentru a dovedi specificitatea solicitată, vă transmitem o imagine care prezintă baia de apă WB2800 în funcțiune, alături de un termometru de control extern. Din această imagine se poate observa că temperatura

afișată de termometrul extern corespunde cu cea indicată de baia de apă, ceea ce confirmă o bună stabilitate și precizie a sistemului de încălzire. Modelul oferit este prevăzut cu protecție la supraîncălzire, conform mențiunii de pe pagina 1 din broșura.

Răspuns 3. Modelul oferit este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sub numărul:

DM000753131/01.11.2024

Link către site-ul oficial:

<https://registru.dispozitive.amdm.gov.md/>

Răspuns 4: Așa cum dumneavoastră ați constatat în oferta noastră tehnică s-a făcut o referire greșită privind

producătorul. Menționăm că Baie de apă pentru histologie, Model: WB2800, are drept producător: Histo-Line

Laboratories S.r.l, Țara de origine: Italia.

Ne cerem scuze pentru confuzia creată și vă asigurăm de corectitudinea acestei informații.

Pentru Lot 9 Imprimanta pentru casete

histologice cu tehnologie de imprimare tip laser:

Răspuns 5: Casetele histologice sunt produse standardizate, iar variațiile dimensionale între modele sunt

minime. Din acest motiv, majoritatea

producătorilor nu includ în mod explicit

dimensiunile detaliate în

documentația tehnică. Dimensiunile pot varia

ușor în funcție de model, însă toate respectă

standardele de

compatibilitate cu echipamentele uzuale din

laboratoarele de histopatologie.

<p>Nr. Rg02-2942 din 20.06.2025 Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Pentru Lot 9 Imprimanta pentru</p>	<p>casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser:</p>	<p>S-a depistat conform ofertei depuse:</p> <p>Se solicită prezentarea dovezii înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</p> <p>Se solicită prezentarea documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.</p>	<p>Totuși, pentru a susține conformitatea cu specificația solicitată, vă transmitem câteva imagini în care sunt prezentate dimensiunile casetelor histologice utilizate. Prin urmare, conform dimensiunilor prezentate mai sus, specificația din caietul de sarcini este îndeplinită.</p> <p>Nr. 177-1/12 din 27.06.2025 a urmare a solicitării de clarificări transmisă de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-2942 din 20.06.2025, vă prezentăm clarificările solicitate suplimentar la scrisoare Nr 172-6/12 din 25.06.2025 clarificările pentru Lotul 9: Brosura și certificatul CE, totodata vă informăm că acest produs conform certificatului nu-i dispozitiv medical.</p>

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice se solicită Pentru imprimarea casetelor nu necesită cartușe de cerneală, banda de imprimare sau lumina UV de fixare se oferă tehnologia UV . se solicită să permită inscripționarea casetelor cu fațetele de scriere înclinate atât la 35° cat si la 45 nu deține acest parametru.

Lotul 10 Sistem RT-PCR

- Oferta operatorului economic Medist Grup SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, se solicită oferirea Seturilor pentru calibrare și verificare, conform ofertei nu se oferă seturile
- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot
- Pentru mai multe loturi cumulate
- Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
- Costul cel mai scăzut
- Cel mai bun raport calitate-preț
- Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor 23.07.2023

Conform contestației depuse de către operatorul economic Laboratoriu Grup SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/808/25 din 14.07.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 08.07.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser operatorului economic Ecochimie SRL, CAPCS comunică anularea deciziei nr. 1 din 08.07.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser operatorului economic Ecochimie SRL,.

Modificările operate

Motivul reevaluării ofertelor 06.08.2025

Se anulează lotul 9 Imprimanta pentru casete histologice cu tehnologie de imprimare tip laser în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar autoritatea contractantă va efectua următoarele modificări:

Se modifică din „Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser ce activeaza un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta si ne mai putand fii stearsa.” În „Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (IR sau UV) ce activeaza un compus chimic incorporat in materialul casetei, imprimarea fiind permanenta si ne mai putand fii stearsa.”

Se modifică din „Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser ce activează un compus chimic încorporat în materialul casetei, imprimarea fiind permanentă și ne mai putând fi stearsă.” În „Casetele sunt imprimate folosind o sursa laser (IR sau UV) ce activează un compus chimic încorporat în materialul casetei, imprimarea fiind permanentă și ne mai putând fi stearsă.”

Se va indica suplimentar: Consumabile tehnice (filtre HEPA, Filtre de cărbune, etc) se va prezenta lista completă necesară pentru funcționarea dispozitivului. Toate consumabilele suplimentare se vor oferi în cantitate suficientă pentru a acoperi un ciclu complet de întreținere pe o perioadă de minim 3 ani.

Totodată se vor accepta și echipamente electrice în cazul în care se prezintă CE/DE prin care producătorul declară bunul ca echipament electric, iar pentru dispozitivele declarate de către producător ca fiind dispozitiv medical necesită a fi înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cel fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3161 din 11.07.2025	SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului

GBG-MLD SRL	10236000	42925	Cu capital autohton	IMSP Institutul Oncologic	33100000-1	21408129-0109-0430	436 800	524 160	13.08.2025	06.03.2026	11.11.2025
LABORATORIUM GRUP S.R.L.	10236000	42925	Cu capital autohton	IMSP Institutul Oncologic	33100000-1	21408129-5000-0430	202 941,15	243 529,35	15.08.2025	06.03.2026	13.11.2025

3. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(îndicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG