

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 06.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cereea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulați anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.15)
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	

	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748267071111?tab=contract-notice Data publicării: 26.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitație.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_41_0.pdf BAP nr. 41 din 30.05.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Donator ()
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 866 666,66lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

26 mai 2025, 17:30

Subiectul întrebării:

Clarificare 1

Întrebare:

Buna ziua, s-a terminat cu consultarile publice?

Răspuns (2 iun 2025, 16:48):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este una generică.

Data:

27 mai 2025, 12:24

Subiectul întrebării:

aparat radiologic, imprimantă DICOM, "Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 80/oră

Întrebare:

Rugam sa eliminati cerinta referitor la productivitatea filme/ora pt marimea ceruta. La echipamentele radiologice se utilizeaza cel mai mult pelicula in format 20*25. In foarte rari cazuri 35*43. Cerem cerinta data sa fie exclusa.

Răspuns (2 iun 2025, 16:46):

Eliminarea cerinței nu se acceptă. Formatul 35x43 este necesar pentru imprimarea rezultatelor pentru investigațiile radiologice toracice, examinări de coloană, abdomen, bazin. Cerința tehnică va fi ajustat în „ Imprimantă DICOM / "Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 70/oră”, pentru lărgirea posibilității de participare. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

27 mai 2025, 13:36

Subiectul întrebării:

Lot 1

Întrebare:

Sincronizare automata de masa cu tubul radiologic (exemplu autopoziționare, Auto-tracking) Întrebare: ce implică această cerință: autopoziționare si Auto-tracking SAU autopoziționare sau Auto-tracking - acestea sunt două funcții diferite, Vă rugăm să clarificați cerința Mulțumim!

Răspuns (2 iun 2025, 16:46):

Conform cerinței caietului de sarcină se solicita „Sincronizare automata cu tubul radiologic (exemplu autopoziționare, Auto-tracking)”. Este necesar ca dispozitivul să dispune de ambele funcții autopoziționare, Auto-tracking (autopoziționare și Auto-tracking). Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 mai 2025, 11:28

Subiectul întrebării:

Suspensia tubului Instalare/fixare podea tip motorizat
Întrebare:

Solicitam posibilitatea instalari suportului si pe pod

Răspuns (2 iun 2025, 16:47):

Nu se acceptă modificarea cerinței. Conform solicitării beneficiarilor este necesar ca dispozitivele X-ray să fie instalate pe podea. În același timp, menționăm că se acceptă ofertă alternativă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

28 mai 2025, 11:28

Subiectul întrebării:

Mărimea pixelului $\leq 140 \mu\text{m}$

Întrebare:

Intrucat acest parametru limiteaza participarea unor producatori, solicitam modificarea in $\leq 150 \mu\text{m}$

Răspuns (2 iun 2025, 16:47):

Modificarea parametrului nu se acceptă. Un detector mai mică de $140 \mu\text{m}$ oferă o imagine cu o rezoluție mai mare datorită cărui se poate distinge mai bine detali fine ale structurii anatomice. Detectorul cu o rezoluție mai mare au un timp mai mic de expunere respectiv este și o doză mai mică de expunere a pacientului la același nivel de detaliu. Detectorul cu o rezoluție înaltă ajută la diagnostice mai precise, în special pentru afecțiuni care necesită o claritate mare a imaginii (de exemplu, tumori mici sau fracturi subtile). Pe piața există o gamă foarte mare de detectoare cu o rezoluție spațială mai mică de $140 \mu\text{m}$. În același timp, menționăm că se acceptă ofertă alternativă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

30 mai 2025, 12:06

Subiectul întrebării:

Colimator

Întrebare:

Stimata autoritate contractanta, avind in vedere ca solicitati colimator cu ecran pe care sa fie afisata informatia despre: SID, tip filtru, inclinare. Propunem sa fie acceptata configuratia cu colimator fara ecran dar exact aceasi informatie: SID, tip filtru, inclinare sa fie afisata pe ecranul montat pe tubul radiogen care este mult mai comod in utilizare si este pozitionat in acelasi loc.

Răspuns (2 iun 2025, 16:47):

Se acceptă modificarea cerinței în „Colimator dotat cu ecran sau afișarea datelor colimatorului pe ecranul montat pe tub X-ray”.

Data:

4 iun 2025, 14:39

Subiectul întrebării:

Lot 1

Întrebare:

Stimați domni, Anterior, în clarificare, ați menționat că specificația tehnică este una generică. Întrucât nu ați indicat un cod unic, am analizat ambele coduri posibile: 210210 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințele de bază: Sistemul BUCKY a mesei (detectorul) să dispună de sincronizare automată a tubului de raze X 210211 Sistem radiografic digital (cu bucky vertical), cerințe medii: Sistemul BUCKY a mesei (detectorul) să dispună de sincronizare automată cu tubul radiologic Cerința prevede literal: detectorul trebuie să aibă sincronizare automată cu tubul de raze X - ceea ce descrie complet funcția de AUTO-TRACKING: • Sincronizează mișcarea tubului de raze X și a detectorului în timp real. • Când un element (de exemplu, tubul) este mișcat, celălalt (de exemplu, detectorul) îl urmează automat, menținând alinierea corectă a centrului. Prin urmare, considerăm că această cerință: nu vizează și nu presupune funcția de Auto-Positioning, adică deplasarea automată a ansamblului tub-detector într-o poziție presetată pentru o anumită proiecție. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să reexaminați formularea cerinței și să clarificați dacă se solicită într-adevăr doar Auto-Tracking sau și Auto-Positioning. Vă mulțumim pentru atenție și așteptăm răspunsul dumneavoastră.

Răspuns (5 iun 2025, 11:22):

Cerința tehnică a fost ajustată după necesitățile beneficiarilor. Cerința tehnică nu este una generică din acest motiv nu este indicat un cod unic. Conform cerinței caietului de sarcină se solicită „Sincronizare automată cu tubul radiologic (exemplu autopozitionare, Auto-tracking)”. Este necesar ca dispozitivul să dispune de ambele funcții autopozitionare, Auto-tracking (autopozitionare și Auto-tracking). Mulțumim pentru clarificarea depusă.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificarea cerinței tehnice din „ Imprimantă DICOM / "Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 80/oră” în „ Imprimantă DICOM / "Productivitate, filme/ora (35x43 cm)" min 70/oră” . Modificarea cerinței tehnice din „Colimator Ecran” în „Colimator dotat cu ecran sau afișarea datelor colimatorului pe ecranul montat pe tub X-ray”.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	02.06.2025
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>Conform SIA SRAP (MTender)</i>

5. Până la termenul-limită (data 20.06.2025, ora 15:40), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	DataControl SRL	1003600007935	Grabzei Alexandru
2.	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	MATEI Vasile
3.	SC"Imunotehnomed"SRL	1002600012565	Sergiu Rata
4.	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Trocin Caterina
5.	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. Lot	Denumire Lot	Canitatea oferită	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Ofertant	Coreșpunderea cu cerințele de calificare	Coreșpunderea cu specificațiile tehnice
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	3	1367979,0000	1641575,80	SC"Imunotehnomed"SRL	corespunde	corespunde
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	3	1405020,4000	1686024,48	Health Medical Solutions SRL	corespunde	nu corespunde
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	3	1590000,0000	1908000,00	MEDEXCOM-TEH SRL	corespunde	Nu s-a verificat
1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	3	1796661,0000	2155993,20	AELO GRUP	corespunde	Nu s-a verificat
2	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)	1	657169,0000	788602,80	SC"Imunotehnomed"SRL	nu corespunde	nu corespunde

2	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)	1	725000,0000	870000,0000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
---	---	---	-------------	-------------	-----------------	------------	------------

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: " + " în cazul corespunderii și prin " - " în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată				Rezumatul răspunsului operatorului economic
		S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procedura de evaluării:	documentele solicitate	
Rg02-3113 din 08.07.2025	SC IMUNOTEHNO MED SRL	Generator de raze X, High speed starter Obligatoriu	Da, # GXR 82 – corespunde dual speed (fișier pagini din manual de operare pag. 126)	În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit „Rotor Supply Dual Speed” fără descrierea și confirmarea cerinței „High speed starter”	documentele solicitate	economic a prezentat
		Tubul de raze X Anod rotativ, Rata de răcire KHU/min. ≥ 120	Da, # RTM101HS – corespunde 1200 KHU (fișier pagini din manual de operare pag. 154)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Rata de răcire KHU/min. ≥ 120”.		
		Tubul de raze X Anod rotativ, Viteza de start a anodei rpm min. 9000 rpm	Da, # RTM101HS – corespunde 1200 KHU (fișier pagini din manual de operare pag. 154)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Viteza de start a anodei rpm min. 9000 rpm”.		
		Colimator, afisare, SID	Afisare SID pe ecranul montat pe tubul X-ray	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „afisare SID”.		
		Colimator, afisare, tip Filtru	Afisare tip filtru pe ecranul montat pe tubul X-ray	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „afisare tip Filtru”.		

Colimator, afisare, inclinare		Afisare inclinare pe ecranul montat pe tubul X-ray	În documentele tehnice ataşate la ofertă lipsesc informațiile privind „afisare inclinare”.
Colimator, Sincronizare cu regimul de expunere Obligatoriu	Da, # R 302MLP/A – corespunde (fiser pagini din manual de operare pag. 156).	În documentele tehnice ataşate la ofertă lipsesc informațiile privind „Sincronizare cu regimul de expunere”.	
Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog), Administrează, Colimator	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 120)	În documentele tehnice ataşate la ofertă lipsesc informațiile privind „ Administrează, Colimator”.	
Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog), Software de achiziție a imaginii, Preseturi personalizate	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 121-125)	În documentele tehnice ataşate la ofertă lipsesc informațiile privind „ Preseturi personalizate”.	
Consola de achiziție integrată (PC Tehnician radiolog), Software de achiziție a imaginii, Interfața software rus/rom/eng	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 121-125)	În documentele tehnice ataşate la ofertă s-a regăsit mențiunea „Multi-language support”. Însă nu este confirmată compatibilitatea interfeței cu cel puțin una dintre limbile enumerate	
Stație de arhivare și procesare a imaginii, Software de achiziție a imaginii, Preseturi personalizate	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 121-125)	În documentele tehnice ataşate la ofertă lipsesc informațiile privind „Preseturi personalizate”.	
Stație de arhivare și procesare a imaginii, Software de achiziție a imaginii, Interfața software rus/rom/eng	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 121-125)	În documentele tehnice ataşate la ofertă s-a regăsit mențiunea „Multi-language support”. Însă nu este confirmată compatibilitatea interfeței cu cel puțin una dintre limbile enumerate	
Stație de arhivare și procesare a imaginii, Pachet DICOM, transmitere min 10 noduri DICOM	Da, corespunde # Workstation (fiser pagini din manual de operare pag. 121-125)	În documentele tehnice ataşate la oferta lipsesc informațiile privind “transmitere min 10 noduri DICOM”	
Certificat CE, ISO 13845	Da, corespunde	În documentele tehnice ataşate la oferta lipsesc informațiile privind “Certificat CE, ISO 13845”.	

Nr. Rg02-3141 din 10.07.2025	SC IMUNOTEHNOMED SRL	Stație de arhivare și procesare a imaginii, Pachet DICOM printare		Da, corespunde	În documentele tehnice atașate la oferta lipsec informațiile privind "DICOM printare".
		Stație de arhivare și procesare a imaginii, Pachet DICOM import		Da, corespunde	În documentele tehnice atașate la oferta lipsec informațiile privind "DICOM import".
Prezentarea documentelor justificative					
Pentru lotul 2 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate):					
S-a solicitat conform anunțului de participare:		S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):		S-a constatat în procesul evaluării:	
Ajustare nuanță obligatoriu		Ajustare nuanță obligatoriu Da		În documentele tehnice atașate oferta lipsec informațiile privind "Ajustare nuanță".	
Iluminare auto		Iluminare auto Da		În documentele tehnice atașate oferta lipsec informațiile privind "Iluminare auto".	
Balans de alb auto		Balans de alb auto Da		În documentele tehnice atașate oferta lipsec informațiile privind "Balans de alb auto".	
Acuitate obligatoriu		Acuitate obligatoriu Da		În documentele tehnice atașate oferta lipsec informațiile privind "Acuitate".	
Videocompensare obligatoriu		Videocompensare obligatoriu Da		În documentele tehnice atașate oferta lipsec informațiile privind "Videocompensare".	
<p>Nr. 267 - ex din 16.07.2025</p> <p>Prin prezenta SC Imunotehnomed SRL, urmare a recepționării scrisorii de clarificare Nr. Rg 02 3141 din 10.07.2025, în calitate de participant în cadrul Licitației electronice organizate cu privire la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1748267071111 / 21424521 - "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.15)", în parte ce ține de parametrii tehnici care nu s-au regăsit vă informăm următoarele:</p> <p>Sistem de aspirație</p> <p>Să se indice modelul oferit modelul DIXION Vacus 7032 Produsul dat se afla în proces de înregistrare</p>					

	Închetarea imaginii obligatoriu	Închetarea imaginii obligatoriu Da	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Închetarea imaginii”.		
	Iris automat obligatoriu	Iris automat obligatoriu Da	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Iris automat”.		
	Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu	Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Da	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Reducerea zgomotului imaginii”.		
	Zoom electronic obligatoriu	Zoom electronic obligatoriu Da	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Zoom electronic”.		
	Timp de viață lampă ≥ 500 h	10000 h	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Timp de viață lampă 10000 h”.		
	Putere lampă ≥ 250 W pentru lampă Xenon, pentru lampă LED echivalentul $la \geq 250$ W	LED, echivalent lămpii cu Xenon de 300W	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Preseturi personalizate”.		
	Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode SD-card / memory stick USB / HDD portabil	USB Flash Drive	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „USB Flash Drive”.		

	<p>Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări</p>	<p>45 înregistrări standard(cu posibilitatea de extindere a lor prin integrarea unui sistem digital endocam® care permite extinderea acestui parametru)</p>	<p>Există neclarități privind numărul de înregistrări. În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind „45 înregistrări standard și posibilitatea de extindere a lor prin integrarea unui sistem digital endocam®”. Totodată, nu este clar dacă va fi oferit sistemul de extindere și câte înregistrări în total vor fi disponibile pentru beneficiar.</p>	
	<p>Suport pe roțile obligatoriu</p>	<p>Da</p>	<p>În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind „Suport pe roțile”.</p>	
	<p>Sistem de furnizare a aerului/apei, volumul vasului pentru apă minim 250 ml</p>	<p>250 ml</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „volumul vasului pentru apă 250 ml”.</p>	
	<p>Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul</p>	<p>DIXION Vacuus 7032</p>	<p>Pentru modelul oferit nu a fost prezentată dovada înregistrării în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, cerință specificată la pct. 18 din anunțul de participare</p>	

Pompă, 0,3-0,6 bar	0,3-0,6 ba	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "Pompă, 0,3-0,6 bar".
Trolu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul)	Model: ITD cart Compact-cart B450 40E	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "transformator de izolare".
Polite reglabile la înălțime 4 unit.	4 rafturi reglabile	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "rafturi reglabile la înălțime".
Videogastroscoop, înghețarea imaginii obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "înghețarea imaginii".
Videogastroscoop, eliberarea imaginii obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "eliberarea imaginii".
Videogastroscoop, capturare imaginii obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "capturare imaginii".
Videogastroscoop, reglarea intensității luminii obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind "reglarea intensității luminii".
Videogastroscoop, reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsește informațiile privind

				“reglarea tonului de culoare (filtre optice)”.	
	Videogastroscoop, modificarea contrastului obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind “modificarea contrastului”.		
	Videogastroscoop, zoom electronic obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind “zoom electronic”.		
	Videogastroscoop, Spălarea obiectivului obligatoriu	Da	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind “Spălarea obiectivului”.		
	Metode de sterilizare, Chimie	Glutaraldehida, Peroxid acetic, Formalina	În documentele tehnice atașate la oferta lipsesc informațiile privind “Metode de sterilizare, Chimie”		

9. Ofertanții respinși/descalificați:

10. **Oferta operatorului economic SC“Imunotehnomed”SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale Sistemul de aspirație.**

Oferta operatorului economic DataControl SRL nu corespunde cerințelor ofertei de bază după cum urmează: Tehnic nu corespunde:

S-a solicitat ≥ 250 W pentru lampa Xenon,

pentru lampa LED echivalent la ≥ 250 W.

S-a oferat LED echivalent la 225 W pentru lampa Halogen

S-a solicitat Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar.

S-a oferat Aspirator endoscopic -0.80 bar

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost
Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corepunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corepunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc.”

12. Se accepta ca alternativă oferta operatorului economic DataControl SRL, conform criteriului de atribuire din documentația de atribuire. Conform demersului nr. 519 din 18.07.2025 beneficiarul final IMSP SR Anenii Noi a acceptat oferta alternativă pentru lotul nr. 2 Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie (caracteristici avansate).

13. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

14. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canțitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Țara de Origine	Producător or	AMDM	Ofertant
2	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscoapie	bucată	1	725000	870000	725000	870 000	OPTERA (CV-170 +GIF-H170)	Japonia	Olympus	DM000659725 DM000659727	DataControl SRL

(caracteristici avansate)									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 30.07.2025, după împlinirea termenelor de așteptare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3268 din „18” iulie 2025	SIA RSSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capiolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Prin demersul nr. 522 din 22.07.2025, IMSP SR Anenii Noi, a informat despre faptul că în conformitate cu Dispoziția Ministerului Sănătății nr. 303-d din 17 iunie 2025, cu privire la distribuirea dispozitivelor medicale pentru intervenții chirurgicale laparoscopice și echipamentelor endoscopice (se anexează), instituției noastre i-a fost aprobată distribuirea unui sistem videoendoscopic pentru video gastroscopie. Acest echipament va fi livrat în cadrul proiectului „Emergency Medical Care Enhancement for the Republic of Moldova”, conform prevederilor Memorandumului de înțelegere semnat între Ministerul Sănătății ai Republicii Moldova și Ambasada Republicii Coreea în Republica Moldova (cu sediul la Kiev), la data de 21 mai 2024. Având în vedere cele menționate, au solicitat anularea procedurii de licitație deschisă aflate în delurare pentru procurarea sistem videoendoscopic, întrucât necesitatea acestuia va fi acoperită prin donația menționată. Astfel, necesarul a fost publicare pe pagina web a CAPCS, la rubrica transparență. Prin demersul nr. 01-253 din 25.07.2025 IMSP Spitalul Raional Rezina a solicitat contractarea dispozitivului medical.

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MID)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
Data Control SRL	1003600007 935	Cu capital autohton	IMSP Spitalul Raional Rezina	33100000-1	21424521-0073-0477	725 000,00	870 000,00	05.08.2025	28.02.2026	Termenul de livrare/prestare/ executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS

17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MID):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 din (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORCEAG