

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. 1 din 11.08.2025

<b>1. Date cu privire la autoritatea contractantă:</b>	
Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

<b>2. Date cu privire la procedura de atribuire:</b>	
Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
Obiectul achiziției	publice (listă suplimentară nr.11)
Cod CPV	33100000-1 ocds-b3wdp1-MD-1747226555310

<b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )		<a href="https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1747226555310?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1747226555310?tab=contract-notice</a>
Platforma de achiziții publice utilizată		Data publicării: 14.05.2025 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante		<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)		<a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap nr. 37.pdf</a> 16 MAI 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 37
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)		<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare		<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)		2 290 244,67 lei

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Lot nr. 12 Incubator (termostat) 220 - 300 l

Data:

15 mai 2025, 12:54

Subiectul întrebării:

Standardizarea

Întrebare:

Buna ziua. Solicităm respectuos de a scoate standardul DIN 12880 pentru că limitați propunerea altor producători, a căror standarde sunt altele decât cele menționate, dar tot din domeniul medicinei. Vă mulțumim!

**Răspuns** (19 mai 2025, 15:30):

Cerința: „Incubatorul să corespundă standardului DIN 12880” v-a fi eliminată. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Lot nr. 12 Incubator (termostat) 220 - 300 l**

**Data:**

15 mai 2025, 13:00

**Subiectul întrebării:**

Mărirea volumului camerei

**Întrebare:**

Buna ziua. Solicităm mărirea volumului camerei la termostat măcar până la 320 L, ca să poate să participe mai mulți producători.

**Răspuns** (19 mai 2025, 15:30):

Cerința: „Capacitate 220 - 300 L” va fi modificată în: „Capacitate 220 - 320 L”. La fel și denumirea lotului/dispozitivului medical va fi modificată în: „Capacitate 220 - 320 L”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Lot nr. 8 Centrifugă de laborator**

**Data:**

19 mai 2025, 16:41

**Subiectul întrebării:**

Lot nr. 8 Centrifugă de laborator.

**Întrebare:**

Stimate autoritate contractata, va solicitam politicos sa explicati la ce se refera centrinta din caietul de sarcini "compatibilitatea electromagnetica (EMC) dispozitiv medical inregistrat in registru de stat"?

**Răspuns** (22 mai 2025, 08:52):

Cerința: „compatibilitatea electromagnetica (EMC) dispozitiv medical inregistrat in registru de stat” v-a fi eliminată. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

21 mai 2025, 10:19

**Subiectul întrebării:**

Lot nr. 13/14

**Întrebare:**

Va rugam respectuos sa modificati specificatia tehnica "Timpul de tratament" din intervalul 1-90 minute in intervalul 1-60 minute. Aceasta ajustare ar permite participarea unui numar mai mare de operatori economici, intrucat majoritatea dispozitivelor fizioterapeutice utilizate pentru magnetoterapie functioneaza intr-un interval de timp de '1-60 minute'. In forma actuala, cerinta limiteaza concurenta si exclude solutii tehnice performante disponibile pe piata.

**Răspuns (23 mai 2025, 16:18):**

Cerința: „Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min” v-a fi modificată în: „Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Lot nr. 6 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)**

**Data:**

21 mai 2025, 15:05

**Subiectul întrebării:**

Puterea de consum

**Întrebare:**

Buna ziua. Solicitam sa se modifice specificatia tehnica „puterea de consum pentru ambele cupole: 50-100W” in „puterea de consum pentru ambele cupole: 50-180W”. In urma analizei echipamentelor existente pe piata, nu a fost identificat niciun model care sa aiba o putere totala de consum pentru ambele cupole cuprinsa intre 50W si 100W.

**Răspuns (23 mai 2025, 16:19):**

Cerința: „Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 100 W” v-a fi modificată în: „Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Lot nr. 6 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)**

**Data:**

21 mai 2025, 15:59

**Subiectul întrebării:**

Flux lăminar

**Întrebare:**

"cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer in sala de operare." Buna ziua! Dorim sa intelegem daca aceasta cerinta se refera strict la designul fizic al cupolelor (forma, pozitionare etc.) sau daca este necesara integrarea lor într-un sistem specializat, care sa asigure fluxul laminar de aer conform standardelor. O zi frumoasa!

**Răspuns (23 mai 2025, 16:19):**

acest context, menținea că „cupolele sunt proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operație” se referă exclusiv la aspectul fizic și constructiv al lămpilor chirurgicale (cupolelor), acestea fiind modelate aerodinamic astfel încât să nu perturbe fluxul laminar existent, fără a avea un rol activ în generarea lui.

**Lot nr. 6 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)**

**Data:**

26 mai 2025, 09:52

**Subiectul întrebării:**

Protecția antibacteriana  
**întrebare:**

Referitor la specificatia privind „protecția antibacteriana”, va rog sa explicati la ce anume se refera aceasta. Este nevoie de un document justificativ (certificat) pentru a demonstra aceasta caracteristica?

**Răspuns (26 mai 2025, 13:26):**

Cerința: „Suprafața de acoperire antibacteriană pentru cupole” se referă la un tratament activ de suprafață (nu doar la alegerea unui material neted și ușor de curățat), cu scopul de a reduce riscul de contaminare microbiană în medii medicale. Este complementară igienei obișnuite și contribuie la controlul infecțiilor. Pentru confirmare este suficient prezența aceste-i mențiuni în fișa tehnică a produsului (Data-sheet, Manual...). Mulțumim pentru clarificarea depusă.  
*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

#### **4. Modificări operate în documentația de atribuire:**

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

<b>Rezumatul modificărilor 19.05.2025</b>	Pentru lotul nr. 12 Incubator (termostat) 220 - 300 l Eliminarea cerinței tehnice „,Incubatorul să corespundă standardului DIN 12880” Modificarea cerinței tehnice din „,Capacitate 220 – 300” în „,Capacitate 220 - 320 L”
<b>Rezumatul modificărilor 22.05.2025</b>	Pentru lotul nr. 8 Centrifugă de laborator Eliminarea cerinței tehnice „,compatibilitatea electromagnetică (EMC) dispozitiv medical înregistrat în registru de stat”
<b>Rezumatul modificărilor 23.05.2025</b>	Lot nr. 6 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Modificarea specificației tehnice din „,Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 100 W” în: „,Puterea de consum pentru ambele cupole 50 - 180 W”.

	Lot nr. 14 Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie Modificarea specificației tehnice din „ Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min” în: „Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min”.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

**5. Până la termenul-limită (data 13.06.2025, ora 14:00), au depus oferta operator economic:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
2	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Svatoslav
3	MED-M	1020611000359	Rotari Vladimir
4	Profilabdiagnostic SRL	1009600045502	Irina Varmann
5	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Poînga
6	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Vladimir Vidiborschii
7	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili
8	Satos Solutions	1023600036184	Sergiu Armașu
9	ICS Eyecon Medical SRL	1012600036108	Carstocea Ioan - Razvan
10	Denolga Medical	1005600059558	Cucerenco Olesca
11	Medpunkt SRL	1011600044267	Anna Antonova

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	SA Tehoptimed	Satos Solutions	GBG-MLD SRL	Triumf-Motiv SRL	Tetis International Co. SRL	Profilabdiagnostic SRL	MED-M	ÎM „Dutchmed-M” SRL	ICS Eyecon Medical SRL	Denolga Medical	Medpunkt SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	<p>specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>													
<p>Specificația de preț</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.** **Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

**Cerinte de calificare obligatorii**

Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

oferantul este stabilit	aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																				
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Dovada înregistrării în Lista producătorilor, producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consenma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)*

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Set oto-ofthalmoscop de perete	Bucată	1	42600,0000	Triumf-Motiv SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde
1	Set oto-ofthalmoscop de perete	Bucată	1	64780,0000	ICS Eyecon Medical SRL	coreșpunde	coreșpunde
1	Set oto-ofthalmoscop de perete	Bucată	1	84500,0000	MED-M	coreșpunde	Nu a fost evaluat
2	Rectoscop rigid	Bucată					
3	Dermatom de piele	Bucată	3	162901,0000	GBG-MLD SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde
3	Dermatom de piele	Bucată	3	197500,0000	ÎM „Dutchmed-M” SRL	coreșpunde	coreșpunde
4	Ferestrău oscilant pentru tăierea gipsului	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
5	Menghină de inox	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	124000,00	MED-M	coreșpunde	Nu coreșpunde
6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	204500,00	Triumf-Motiv SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde
6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	149960,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde
6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	220000,00	Medpunkt SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde
6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	222880,00	ICS Eyecon Medical SRL	coreșpunde	Nu coreșpunde

6	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Bucată	2	497890,00	GBG-MLD SRL	Oferta depășește 30 %	Nu a fost evaluat
7	Perforator grefe piele	Bucată	1	144800,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
8	Centrifugă de laborator	Bucată	2	67800,00	Profilabdiagnostic SRL	corespunde	Nu corespunde
8	Centrifugă de laborator	Bucată	2	84500,00	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu corespunde
8	Centrifugă de laborator	Bucată	2	131395,00	GBG-MLD SRL	Oferta depășește 30 %	Nu a fost evaluat
9	Termofofor	Bucată	2	107,00	MED-M	corespunde	corespunde
10	Butelele CO2	Bucată	2		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
11	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacienților	Bucată	30	2979,0000	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
11	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacienților	Bucată	30	5169,0000	Tetis International Co. SRL	corespunde	corespunde
12	Incubator (termostat) 220 - 320 I	Bucată	2	44900,0000	Triumf-Motiv SRL	corespunde	corespunde
12	Incubator (termostat) 220 - 320 I	Bucată	2	74704,1700	SA Tehoptimed	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Bucată	1	23 260,00	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
13	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Bucată	1	31 333,00	Satos Solutions	corespunde	Nu a fost evaluat
14	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Bucată	1	30 741,67	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
15	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Bucată	1	30 741,67	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
15	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Bucată	1	49333,0000	Satos Solutions	corespunde	Nu corespunde

*În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: "+" în cazul corespunderii și prin "-" în cazul necorespunderii)*

**8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:**

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
<p>Nr. Rg02-2937 din 20 iunie 2025 SATOS Solutions SRL                      ÎM                      „Dutchmed-M” SRL                      Medpunkt SRL</p>	<p>Ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	<p>Informația solicitată a fost prezentată</p>
<p>Nr. Rg02-2938 din 20 iunie 2025 ICS Eyecon Medical SRL</p>	<p>Documente confirmatoare (prospective) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Formularul specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	<p>EMMD20250620 din 20.06.2025                      Prin prezenta, Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, Piața D. Cantemir nr. 1, Cod fiscal 1012600036108 reprezentată prin Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, în calitate de Administrator, participă la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD 1747226555310 din 13.06.2025 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr. 11), ca răspuns la solicitarea de clarificări Nr. Rg02-2938 din 20.06.2025 prezentată Formularul specificației de preț</p>

<p><b>Nr. Rg02-2939 din 20 iunie 2025 Triumf-Motiv SRL</b></p>	<p>- Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Formularul specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mrender, original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. - Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	<p>actualizat la informația din SIA RSAP Mrender și documentele tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate.</p> <p>Nr. 174-1/12 din 25.06.2025 Ca urmare a solicitării de clarificări transmisă de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-2939 din 20.06.2025, vă prezentăm clarificările solicitate: Pentru Lot 1, 6, 8, 12 anexam documentele confirmatoare. Formularul specificației de preț actualizat. Dovada înregistrării pentru Lot. 8 DM000832021, pentru lotul 6 dovada înregistrării este în formularul anexa 22. Lot 1 și 12- nu este dispozitiv medical.</p>
<p><b>Nr. Rg02-2940 din 20 iunie 2025 MED-M SRL</b></p>	<p>ficate următoarele documente (cerințe) solicitate obligatorii, după cum urmează: - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; - Lipsa restanțelor față de bugetul public național- Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră</p>	<p>Nr. 100 din 23.06.2025 Prin prezenta, compania Med-M SRL, ca răspuns la solicitarea dvs aferent proceduri de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11). Vă prezentăm documentele solicitate. Anexă: - Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit este indicată în Extrasul anexat. - Situația financiară: Ultimul raport financiar/situația</p>

	<p>restanță față de bugetul public național. - Situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	<p>financiară; - Lipsa restanțelor față de bugetul public național; - Documentul de împuternicire– Procura.</p>												
<p>Nr. Rg02-3069 din 02 iulie 2025 Denolga Medical</p>	<p>În temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea numărului de înregistrare numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru componenta „ Telescop oblic, cu ocular înclinat la 45°, diametru 4 mm, lungime 28,5 cm”.</p>													
<p>Nr. Rg02-2954 din 23.06.2025 GBC-MLD SRL</p>	<p>Pentru <b>Lot 3</b> Dermatonom de piele:</p> <table border="1" data-bbox="406 347 1204 1680"> <tr> <td data-bbox="1165 347 1204 974"><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></td> <td data-bbox="1165 974 1204 1680"><b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1093 347 1165 974">Putere, W ≥14</td> <td data-bbox="1093 974 1165 1680">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 347 1093 974">Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da</td> <td data-bbox="853 974 1093 1680">Conform specificațiilor tehnice declarate, dermatonomul este echipat cu rulmenți uscați care nu necesită lubrifiere – răspunsul fiind marcat ca „DA”. Totuși, în manualul tehnic al produsului este menționat un produs denumit „Spray Oil”, ceea ce sugerează posibilitatea utilizării acestuia pentru lubrifierea componentelor interne, inclusiv a rulmenților. Pentru a evita orice ambiguitate în interpretare, vă rugăm să clarificați în mod explicit dacă dermatonomul conține într-adevăr rulmenți uscați, complet lipsiți de necesitatea lubrifierii, sau dacă este necesară aplicarea periodică a lubrifiantului menționat în manual.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="614 347 853 974">Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva instrument da</td> <td data-bbox="614 974 853 1680">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 347 614 974">Să permită adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da</td> <td data-bbox="406 974 614 1680">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 347 406 974">Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria I de protecție da</td> <td data-bbox="231 974 406 1680">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> </table>	<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>	Putere, W ≥14	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da	Conform specificațiilor tehnice declarate, dermatonomul este echipat cu rulmenți uscați care nu necesită lubrifiere – răspunsul fiind marcat ca „DA”. Totuși, în manualul tehnic al produsului este menționat un produs denumit „Spray Oil”, ceea ce sugerează posibilitatea utilizării acestuia pentru lubrifierea componentelor interne, inclusiv a rulmenților. Pentru a evita orice ambiguitate în interpretare, vă rugăm să clarificați în mod explicit dacă dermatonomul conține într-adevăr rulmenți uscați, complet lipsiți de necesitatea lubrifierii, sau dacă este necesară aplicarea periodică a lubrifiantului menționat în manual.	Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva instrument da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Să permită adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria I de protecție da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	<p>Nr. ieșire: G-355 din 26.06.2025 Prin prezenta, compania “GBC-MLD” SRL, care a oferat în cadrul procedurii de achiziție publică nr. 21417892/ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 privind “Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11)”, și urmare a scrisorii de clarificare nr. Rg02-2954 din 23.06.2025, dorim să precizăm următoarele: Lot nr. 3 Dermatonom de piele 1.Referitor la cerința “ Putere, W ≥14” dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită prin trimiterea la documentul Dermatonom_Specificatii tehnice, pag.6. Durata efectivă de utilizare a dermatonomului într-o operație este de: 1–5 minute pentru recoltarea unei grefe simple 5–10 minute pentru suprafețe mai mari sau multiple grefe</p>
<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>													
Putere, W ≥14	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Dermatomul să conțină rulmenți uscați ce nu necesită lubrifiere da	Conform specificațiilor tehnice declarate, dermatonomul este echipat cu rulmenți uscați care nu necesită lubrifiere – răspunsul fiind marcat ca „DA”. Totuși, în manualul tehnic al produsului este menționat un produs denumit „Spray Oil”, ceea ce sugerează posibilitatea utilizării acestuia pentru lubrifierea componentelor interne, inclusiv a rulmenților. Pentru a evita orice ambiguitate în interpretare, vă rugăm să clarificați în mod explicit dacă dermatonomul conține într-adevăr rulmenți uscați, complet lipsiți de necesitatea lubrifierii, sau dacă este necesară aplicarea periodică a lubrifiantului menționat în manual.													
Înlocuirea lamei fără necesitatea caruiva instrument da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Să permită adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria I de protecție da	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													

	<p>Se va prezenta calculul pentru 3 intervenții consecutive pentru suprafețe mai mari:  Puterea Motorului=700mAh x 12.6 V 0.5h =17.64W</p> <p>2.Referitor la cerința “  Dermatomul să conțină lubrifiere da”  uscați ce nu necesită lubrifiere da”  dorim să menționăm următoarele:  cerința este îndeplinită. Sprayul este necesar pentru lubrifierea mecanismului de blocare, nu al rulmenților. 3.Referitor la cerința “Inlocuirea lamei fără ecesitatea caruiva instrument” dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită.</p> <p>Pasi pe care utilizatorul trebuie să-i urmeze sunt indicați mai jos. Există un Fixator al mecanismul ce fixează lama, iar acesta se mișcă înainte și înapoi.</p> <p>Când deschideți acest fixator, mecanismul se deschide și schimbați lama. Apoi îl închideți în același mod și îl blocați pentru a asigura siguranța. Astfel nu este nevoie de un aparat suplimentar sau instrumente pentru a schimba lama. De asemenea se va atașa un link catre un video demonstrativ cu denumirea Dermatome 1 ST-5 Video</p> <p>4. Referitor la cerința “ Să permita adunarea grefei recoltate în buzunarul acestuia sau aceasta să poată fi prinsă cu pensa pe măsura înaintării da” dorim să menționăm</p>
--	--

		<p>următoarele: cerința este îndeplinită.</p> <p>Se permite adunarea grefei recoltate, dar si posibilitatea de prindere cu pensa pe măsura înaintării.</p> <p>Se va ataşa un link catre un video demonstrativ cu denumirea Dermatome2 ST-5 Video.</p> <p>5. Referitor la cerința ‘‘ Consola să aibă clasa de protecție împotriva șocurilor electrice tip BF și categoria I de protecție da ‘‘ dorim să menționăm următoarele: cerința este îndeplinită. Conform documentelor Aygun Dermatome ST-5 60601-1, Aygun Dermatome ST-5 EMC, dispozitivul are Raport de testare complet IEC 60601-1.</p>				
<p>Nr: Rg02-2955 din 23.06.2025 ÎM „Dutchmed- M” SRL</p>	<p>Pentru <b>Lot 3</b> Dermatom de piele:</p> <table border="1" data-bbox="657 347 817 1675"> <tr> <td data-bbox="753 347 817 981"><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></td> <td data-bbox="753 981 817 1675"><b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="657 347 753 981">Viteza maximă de rotație, r.p.m <math>\geq 5000</math></td> <td data-bbox="657 981 753 1675">Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> </table> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante precum și prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (Broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformii) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>	<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>	Viteza maximă de rotație, r.p.m $\geq 5000$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	<p>Nr: 2506/25DM Data: 25.06.2025 Prin prezenta compania ÎM „Dutchmed-M” SRL, vă prezintă următoarele clarificări referitor la solicitarea din scrisoarea Rg02-2955 din 23.06.2025. Pentru Lotul 3: Dermatom de piele de model D80 producător Humeca îndeplinește parametru tehnic „Viteza maximă de rotație, r.p.m <math>\geq 5000</math>”, fapt confirmat prin declarație oferită de către producător. Fișierul declarației emis de producătorul Humeca este anexat la această scrisoare.</p>
<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>					
Viteza maximă de rotație, r.p.m $\geq 5000$	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă					

**Nr. Rg02-3035** din **30.06.2025** **MED-M**

Pentru Lot 6 nu au fost depuse documente de confirmare (prospecte, fișe tehnice, cataloage) care să demonstreze în mod riguros îndeplinirea tuturor specificațiilor tehnice prevăzute în anunțul de participare, precum și lista completă a accesoriilor aferente echipamentului oferat.

**Nr. Rg02-2957** din **23.06.2025** Satos Solutions

Pentru <b>Lot 15</b> Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie:	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>
<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Ecran dimensiune $\geq 4$ inch	confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă

Nr. 24/06/25/-01

Ref: Clarificări tehnice – Licitația publică ocds-b3wdp1-MID-1747226555310 – Lot 15

Stimați membri ai Comisiei de evaluare, în urma scrisorii Dvs. nr. Rg02-2957 din 23.06.2025, venim cu următoarele

clarificări referitor la echipamentul propus de compania noastră pentru

Lotul 15 – Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie: MAGNETOMED 7200

produs de EME Srl (Italia).

1. Dimensiunea ecranului:

Confirmăm că dispozitivul dispune de un ecran tactil color cu rezoluție 320x240 px, de tip touch screen, având o dimensiune de  $\geq 4$  inch – conform fișei tehnice (pag. 19 din user manual, secțiunea “Technical Features”).

2. Tipuri de unde:

Dispozitivul MAGNETOMED 7200 utilizează un semnal pulsatoriu modulabil, cu frecvență programabilă între 1–100 Hz și duty cycle ajustabil între 10% și 100%.

Deși nu utilizează explicit forme de undă „sinusoidală” sau „dreptunghiulară”, semnalul pulsatoriu generat este optimizat clinic pentru tratamente de magnetoterapie cu efecte

		<p>echivalente terapeutice. Această abordare tehnologică este adoptată de producător pentru a asigura eficiență maximă în stimularea țesuturilor biologice. Menționăm că dispozitivul este certificat CE și utilizat pe scară largă în centre medicale din Uniunea Europeană. 3. Documente anexate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o User manual pentru MAGNETOMED 7200</li> </ul> <p>06/155 din 25.06.2025</p> <p>Prin prezenta, compania Teitis International Co SRL prezintă răspunsul la solicitare CAPCS Rg02-2956 din 23.06.2025 în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747226555310 privind "Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.11" și anume:</p>												
<p>Nr. Rg02-2956 din 23.06.2025 Teitis International Co. SRL</p>	<p>Pentru <b>Lot II</b> Carucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților:</p> <table border="1" data-bbox="973 347 1085 1668"> <tr> <td><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></td> <td><b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b></td> </tr> <tr> <td>Frâne pentru fiecare roată</td> <td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> </table>	<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>	Frâne pentru fiecare roată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă									
<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>													
Frâne pentru fiecare roată	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
<p>Nr. Rg02-3068 din 02.07.2025 Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Pentru <b>Lot 6</b> Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate):</p> <table border="1" data-bbox="215 347 646 1668"> <tr> <td><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></td> <td><b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b></td> </tr> <tr> <td>Reglarea intensității luminii min. 10 pași</td> <td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td>Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operare</td> <td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td>Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole</td> <td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td>Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz</td> <td>Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă</td> </tr> <tr> <td>Documente tehnice</td> <td>În urma clarificărilor au fost prezentate două documente cu același titlu și conținut aparent identic (Lot 6. PX-B (new-en) (1).signed și Lot 6. PX-B (new-en))</td> </tr> </table>	<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>	Reglarea intensității luminii min. 10 pași	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operare	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	Documente tehnice	În urma clarificărilor au fost prezentate două documente cu același titlu și conținut aparent identic (Lot 6. PX-B (new-en) (1).signed și Lot 6. PX-B (new-en))	<p>Nr. 207-1/12 din 08.07.2025</p> <p>Ca urmare a solicitării de clarificări transmisă de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-3068 din 02.07.2025, vă prezentăm clarificările solicitate:</p> <p>Pentru Lot 6, 8, 12 anexam documentele confirmatoare.</p>
<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>													
Reglarea intensității luminii min. 10 pași	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Cupole proiectate pentru asigurarea unui flux laminar de aer în sala de operare	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Suprafata de acoperire antibacteriana pentru cupole	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Alimentarea electrică: Tensiunea de alimentare 220V, 50Hz	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă													
Documente tehnice	În urma clarificărilor au fost prezentate două documente cu același titlu și conținut aparent identic (Lot 6. PX-B (new-en) (1).signed și Lot 6. PX-B (new-en))													

	(1.1):signed), însă acestea prezintă diferențe semnificative prin includerea unor puncte suplimentare referitoare la solicitările din anunțul de participare. Totodată, documentele nu indică în mod explicit o versiune sau o revizie care să permită identificarea lor ca actualizări succesive. În acest context, vă rugăm să clarificați situația creată și să confirmați în mod ferm că documentele transmise reprezintă surse originale emise de producător.
--	--

Pentru **Lot 8** Centrifugă de laborator:

<b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b>	<b>S-a depistat conform ofertei depuse:</b>
Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Ajustare în pași de cel mult 10 rpm	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Tastă de impuls pentru funcționare scurtă	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Carcasă și capac: material metalic rezistent	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Camera de centrifugare: oțel inoxidabil	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Protecție împotriva deschiderii accidentale	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Deblocare de urgență	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Detecție și afișare erori pe ecran	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Rotor și compatibilitate:	Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă
Furnizată cu rotor unghiular fix (45°)	
Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml	
Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor	
Support pentru eprubete de: 3–5 ml (13 × 75 mm)	
8–10 ml (16 × 100 mm)	

Pentru **Lot 12** Incubator (termostat) 220 - 320 l:

S-a solicitat conform Anunțului de participare:		S-a depistat conform ofertei depuse:	
Mod de încălzire convecție naturală		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Clapetă de evacuare / schimb a aerului ajustabilă mecanic sau electronic		Nu se regăsește în prospecte și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate atașate la ofertă	
Support tip măsură cu patru picioare / roți cu frână da.		În prospectele și documentele tehnice de confirmare a specificațiilor atașate la ofertă nu este menționată existența frânei la roți.	

## 9. Ofertanții respinși/descalificați:

### Lotul 2 Rectoscop rigid

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### Lotul 3 Dermatol de piele

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se solicită Carcasă inox pentru sterilizarea dermatomului se oferă Carcasă aluminiu pentru sterilizarea dermatomului.

**Lotul 6 Lampa chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici avansate)** Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se va efectua următoarele modificări din Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 cm în Diametrul ajustabil diapazon min. 15 - 30 pentru minim un satelit.

### Lotul 8 Centrifugă de laborator

- Oferta operatorului economic Profilabdiagnostic SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

### Lotul 11 Carucior (seamă cu roțile) pentru transportarea pacienților

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se solicită Sarcină maximă:  $\geq 200$  Kg se oferă 136Kg conform documentelor tehnice.

### Lotul 14 Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### Lotul 15 Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile   
 Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]  
 Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**10. Criteriul de atribuire aplicat:**

- Prețul cel mai scăzut   
 Costul cel mai scăzut   
 Cel mai bun raport calitate-preț   
 Cel mai bun raport calitate-cost   
*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

**12. Reevaluarea ofertelor:**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

**13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:**

Nr. Lot	Denumire Lot	unita tea de măș ură	Cant itate a	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Tara de Origine	Produc ător	AMDM	OE
1	Set oto- ofthalmoscop de perete	Buca tă	1	64780	77736	64780	77736	Beta 200 Otoscop + Beta 200 Ofthalmoscop	Germania	Heine	DM00004857 6 DM00004869 1	ICS Eyecon Medical SRL
3	Dermatom de piele	Buca tă	3	197500,0000	23700,00	592500,000 0	71100	D80 (PN: 4.D80STS)	Țările de Jos	Humeca B.V.	DM0000308209	ÎM „Dutchmed- M” SRL
7	Perforator grefe piele	Buca tă	1	144800	173760	144800	173760	Meshier (PN: 6HMO1)	Țările de Jos	Humeca B.V.	DM0000308383	ÎM „Dutchmed- M” SRL

9	Termofor	Buca tă	2	107	128,40	214	256,80	B3	Ucraina	ALBER TKIEV GUMA LTD.	DM0002 15314	MED-M
11	Carucior (seamă cu roțile) pentru transportarea pacienților	Buca tă	30	5169	5 169	155070	155070	Moretti Seamă cu roțile CP300-55	Italia	Moretti	DM000200856	Tetis International Co. SRL
12	Incubator (termostat) 220 - 320 l	Buca tă	2	44900	53880	89800	107760	BJPHHT250 BII(220V)	China	Biobase	CE ISO	Triumf-Motiv SRL
13	Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 2 canale	Buca tă	1	23 260	27 912	23260	27912	PhysioGo.Lit e Electro	Polonia	Astar	DM000663212	GBG-MLD SRL
15	Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie	Buca tă	1	49333	59199,60	49333	59199,6 0	Magnetomed 7200	Italia	EME Srl	DM000661254	Satos Solutions

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

**Lotul 2 Rectoscop rigid**

**Lotul 8 Centrifugă de laborator**

**Lotul 14 Dispozitiv fizioterapeutic pentru magnetoterapie**

Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

**Lotul 6 Lampa chirurgicală cu 2 sateliți (caracteristici avansate)**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

**Lotul 4 Fereastră oscilant pentru tăierea gipsului**

**Lotul 5 Menghină de inox**

**Lotul 10 Butelie CO2**

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 23.07.2025.

**1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3237 din 16.07.2025	e-mail

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

## 2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

## 3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
SATOS SOLUTIONS SRL	ocds-b3wdp1-MD-17472226555310	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA	33100000-1	21417892-0601-0328	49333	59199,6	31.07.2025	23.02.2026	29.10.2025
GBG-MLD SRL	ocds-b3wdp1-MD-17472226555310	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI	33100000-1	21417892-0109-0392	23260	27912	11.08.2025	23.02.2026	09.11.2025
TETIS INTERNATIONAL CO SRL	ocds-b3wdp1-MD-17472226555310	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	33100000-1	21417892-0581-0426	155070	155070	31.07.2025	23.02.2026	29.10.2025
TRIUMF-MOTIV SRL	ocds-b3wdp1-MD-17472226555310	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	33100000-1	21417892-0585-0426	89800	107760	11.08.2025	23.02.2026	09.11.2025



