

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 12.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039

	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742395118195?tab=contract-notice 21.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	https://capcs.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7 102 413,52 lei

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

25 mart 2025, 15:30

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Se solicita respectuos o explicatie pentru solicitarea specificatiei tehnice: Halothan obligatoriu, dat fiind faptul ca Halothanul nu se mai foloseste in anestezie in tarile dezvoltate si tarile in curs de dezvoltare? Exista necesitatea reala a acestei specificatii tehnice sau doar specificatia tehnica utilizata de catre autoritatea responsabila este "demodata". Are institutia medicala la moment echipament la care se foloseste halotanul sau doreste "sa revina la tehnici vechi?"

Răspuns (31 mart 2025, 15:02):

Conform cerinței caletului de sarcini se solicită ca dispozitivul livrat să dispună de posibilitatea de acceptare a vaporizatoarelor tip Izofluran, Sevofluran, Halothan. Aceasta este o cerință de bază. În cazul lipsei unui anesteziec Izofluran sau Sevofluran în instituție se poate utiliza și Halothanul. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 mart 2025, 15:52

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Rog sa se modifice parametrul tehnic: "raportul I:E minim 2:1 la 1:8" in raportul "I:E minim 2:1 la 1:4." fiindca chiar si in cazul in care se utilizeaza un timp de expir de lunga durata, raportul I:E este maxim 1:4, nicidcum mai mare. Specificatia tehnica "raportul I:E minim 2:1 la 1:8" este exact specificatia tehnica din brosurile pentru masina de anestezie Mindray.

Răspuns (31 mart 2025, 15:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Data:

25 mart 2025, 15:53

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

In cadrul documentatiei de licitatie la ssectiunea Lot1 Masina de anestezie(caracteristici avansate) 110130 Se specifica urmatoarele cerinte tehnice pentru Masina de anestezie: Trigger flux diapazon min. 1-15L/min. Se solicita modificarea acestui diapazon in Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Pentru a se intelege care este motivul acestei modificari se va prezenta definitia la Trigger flux: În timpul ventilației asistate, masina de anestezie folosește un senzor specific pentru a detecta modificarea vitezei de curgere a fluxului de aer de bază în căile respiratorii atunci când pacientul inspiră spontan, declanșând astfel inspirația. Când debitul fluxului de aer de bază în căile respiratorii scade cu o anumită valoare, unitatea de anestezie declanșează inhalarea, iar această valoare scăzută este sensibilitatea declanșării fluxului adica TRIGGER FLUX. Deci cu cat valoarea parametrului de TRIGGER FLUX este mai mica, cu atat unitatea de anestezie este mai sensibila la respiratiile spontane ale pacientului. TRIGGER FLUX nu reprezinta fluxul amestecului de gaze dat de masina de anestezie. TRIGGER FLUX este un parametru ce identifica sensibilitatea dispozitivului la respiratiile spontane. In continuare sa se presupuna ca fluxul respiratiei spontane va fi mai mare de 10 L/min, adica 13 L/min. Daca TRIGGER FLOW va fi setat la 10 L/min, masina de anestezie va detecta toate inspiratiile spontane ale pacientului egal sau mai mare decat 10L/min. Scopul la TRIGGER FLOW este sa detecteze chiar si cele mai mici respiratii spotane ale pacientului, iar pentru aceasta TRIGGER FLOW este suficient sa alba diapazon min.1-10L/min. Ca simpla remarca, diapazonul la flow trigger se seteaza: 1-3 L/min. Va multumesc anticipat! TRIGGER FLUX diapazon minim. 1-15 L/min face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in 1-10 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie

Răspuns (31 mart 2025, 15:04):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită „Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

25 mart 2025, 16:01

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. Rog sa se ofere mai multa informatie despre acest parametru.

Răspuns (31 mart 2025, 15:05):

Conform cerinței caietului de sarcini se solicită „Compresor intern / mini compresor / turbina. Se acceptă orice tehnologie. Aceasta trebuie să fie integrat în dispozitiv și nivel de zgomot minim / silențios”. Această unitate este destinată pentru asigurarea mașinii de anestezie cu aer comprimat. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 20 Masină de anestezie

Data:

26 mart 2025, 10:41

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie

Întrebare:

Se solicita modificarea parametrului "PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30" Pentru a permite participarea la procedura a mai multor operatori economici va rugam sa considerati modificarea specificatii tehnice dupa cum urmeaza: PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30 in PEEP cmH2O Off, diapazon min. 4-30. Se considera ca valoarea PEEP-ului de 3 cmH2O nu este necesara sau utilizata de catre medicii anesteziologi indiferent de categoria pacientului neonatal/pediatric/adult. In urma studiilor de caz s-a demonstrat ca pentru a reduce atelectazia indusa de anestezie măsurată prin ultrasunete la sugarii sănătoși supuși operațiilor abdominale joase, genito-urinare sau regionale superficiale, 6 cmH2O de PEEP a fost mai eficient decât 3 cmH2O. La categoriile de pacient pediatric/adult PEEP-ul utilizat este ≥ 5 cm H2O. Nu exista diferente clinice in utilizarea PEEP-ului de 4 cmH2O si PEEP-ului de 3cmH2O, exista doar situatii in care PEEP-ul necesita sa fie setat pe Off. Soliciti modificarea specificatiei în: PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 4-30. PEEP, cmH2O diapazon Off, min. 3-30 face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in Off, min 4-30 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie.

Răspuns (31 mart 2025, 15:05):

Cerința tehnică a fost modificată anterior în „PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 mart 2025, 10:49

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie

Întrebare:

Se solicita modificarea parametrului "Trigger flux diapazon min. 1-15 L/min" Se solicita modificarea acestui diapazon in Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min Pentru a se intelege care este motivul acestei modificari se va prezenta definiția la Trigger flux: In timpul ventilației asistate, masina de anestezie folosește un senzor specific pentru a detecta modificarea vitezei de curgere a fluxului de aer de bază în căile respiratorii atunci când pacientul inspiră spontan, declanșând astfel inspirația. Când debitul fluxului de aer de bază în căile respiratorii scade cu o anumită valoare, unitatea de anestezie declanșează inhalarea, iar această valoare scăzută este sensibilitatea declanșării fluxului adica TRIGGER FLUX. Deci cu cat valoarea parametrului de TRIGGER FLUX este mai mica, cu atat unitatea de anestezie este mai sensibila la respiratiile spontane ale pacientului. TRIGGER FLUX nu reprezinta fluxul amestecului de gaze dat de masina de anestezie. TRIGGER FLUX este un parametru ce identifica sensibilitatea dispozitivului la respiratiile spontane. In continuare sa se presupuna ca fluxul respiratiei spontane va fi mai mare de 10 L/min, adica 13 L/min. Daca TRIGGER FLOW va fi setat la 10 L/min, masina de anestezie va detecta toate inspiratiile spontane ale pacientului egal sau mai mare decat 10L/min. Scopul la TRIGGER FLOW este sa detecteze chiar si cele mai mici respiratii spotane ale pacientului, iar pentru aceasta TRIGGER FLOW este suficient sa aiba diapazon min.1-10L/min. Ca simpla remarca, diapazonul la flow trigger se seteaza: 1-3 L/min. Va multumesc anticipat! TRIGGER FLUX diapazon minm. 1-15 L/min face direct referire la producatorul de dispozitive: MINDRAY, modificarea diapazonului in 1-10 L/min ar permite si la alti producatori sa participe la aceasta licitatie.

Răspuns (31 mart 2025, 15:06):

Se acceptă modificarea cerinței în „Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:23

Subiectul întrebării:

Pendanta pentru monitor

Întrebare:

Buna ziua, Va rugam sa clarificati daca aveti deja pendants pentru monitor sau ofertantul castigator va trebui sa o livreze/instaleze se va accepta un brat separat pentru monitor, care va fi instalat direct pe tavan la o distanta de la lampa chirurgicala?

Răspuns (31 mart 2025, 15:07):

Beneficiarul va dispune de pendants de care va fi atasate monitorul livrat cu lampa chirurgicală. Se acceptă și varianta de brat separat cu monitor. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:31

Subiectul întrebării:

Recorder pentru camera video

Întrebare:

Aveti deja un recorder pentru camera video sau furnizorul va trebui sa livreze sistemul se inregistrare si stocare ? Daca aveti deja un recorder, care este modelul acestuia ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:07):

Beneficiarul nu dispune de Sistemul de stocare / recorder, acesta va fi achiziționat ulterior. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

26 mart 2025, 12:37

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 10 - Lot nr. 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum

Întrebare:

1. Autoclave cu volumul de 100L nu exista in varianta cu 2 usi, pentru ca sunt mici si nu este posibil constructiv. Volumele autoclavelor cu 2 usi pornesc de la volumul de 150L+10L sau mai mari 2. Sistemul de filtrare a apei nu este clar trebuie sa fie inclusa sistem osmoza inversa sau numai dedurizare. Filtrarea prin dedurizare nu face apa compatibila pentru procesul de sterilizare, pentru ca NaCl nu este eliminat din apa astfel instrumentele/textilul va fi in permanenta cu depuneri de sare. Diferenta de pret pentru aceste sisteme de filtrare este considerabila. Va rog precizati. 3. Sistem automat de deschidere a usilor care nu permite deschiderea usilor în caz de presiune în camera de sterilizare pentru siguranta utilizatorului? Este o optiune obligatorie care trebuie sa fie inclusa la un autoclav 4. Trebuie sa fie inclus "Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj"? in caz contrar canalizarea institutiei va fi afectata de aburii eliminati in ea.

Răspuns (31 mart 2025, 15:08):

Cerința tehnică nu se modifică, sunt un șir de producători care dispun de autoclave cu două uși cu volumul solicitat. 2. Sistemul de filtrare a apei inclus, obligatoriu trebuie să corespundă cerințelor tehnice de instalare impuse de producătorul dispozitivului, autoclavului oferit. O autoclavare în urma căreia va rămâne careva impurități pe instrumentele sterilizate este una ne calitativă și nu poate fi acceptată. 3. Conform cerinței se solicită „Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare - obligatoriu”. Ca urmare, sistemul de prevenirea deschiderii uși până la finisarea procesului de sterilizare trebuie să fie inclus obligatoriu. 4. Conform cerinței instalarea dispozitivului trebuie să fie realizată de agentul economic. Ca urmare, produsul oferit trebuie să fie conectat „Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - obligatoriu”. Ofertantul trebuie să includă și răciatorul de aburi pentru sistemul de drenaj. Totodată, menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 12:43

Subiectul întrebării:

Cablu, min. 65 m pana la recorder

Întrebare:

Nu este o gresseala lungimea cablului 65 m pana la recorder? Aveti un recorder in alta incapere (care nu se afla in sala de operatie) ? Sau trebuie sa livram un recorder + 65 m de cablu ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Este necesar să fie livrat cablul și instalat până în camera de stocare / recorder. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

26 mart 2025, 13:09

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 19

Întrebare:

Solicitam respectus majorarea bugetului estimativ pentru dispozitivul p/u magnetoterapie. multumesc anticipat.

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 14:09

Subiectul întrebării:

Referitor la monitor si recorder

Întrebare:

Exista monitoare medicale cu sistem integrat de inregistrare si stocare si monitoare medicale, care se pot conecta la un recorder separat. Ce fel de monitor medical se solicita? Care va fi conectat la un recorder existent in dotarea spitalului sau un monitor cu sistem integrat de inregistrare si stocare?

Răspuns (31 mart 2025, 15:09):

Este necesar ca toate înregistrările de la toate lămpile să fie transferate și stocate în camera de studii, camera de stocare a datelor / recorder. Iar în sala de operație este necesar să fie monitorizată intervenția pe monitor. Mulțumim pentru clarificarea deusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

26 mart 2025, 14:23

Subiectul întrebării:

Referitor la demontarea lampilor chirurgicale vechi existente

Întrebare:

Cine va demonta lămpile chirurgicale vechi existente ? Sau sunt săli de operație noi unde nu sunt încă lămpi chirurgicale ?

Răspuns (31 mart 2025, 15:10):

Sunt săli noi, unde este necesar instalarea lămpilor. Mulțumim pentru clarificarea deusă.

Data:

28 mart 2025, 14:26

Subiectul întrebării:

Lotul 9

Întrebare:

Bună ziua! Coagulometrul cu 2 canale pentru CS Rudi este un aparat prea performant pentru Rudi cu populația de 771 oameni (după datele din anul 2024). Lor va fi necesar și aparatul cu 1 canal pentru așa populația. Sintem siguri ca CS Rudi nu are nevoie de așa un fel de aparat. Solicitam clarificari din partea Dvs și a institutii medicale. Mulțumim.

Răspuns (31 mart 2025, 15:18):

Mulțumim pentru clarificarea deusă. Beneficiarul este responsabil în vederea determinării necesităților sale.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

28 mart 2025, 17:36

Subiectul întrebării:

Pendant pentru display de mărimea ≥ 24 inch

Întrebare:

În cazul în care aveți deja pendantul instalat sau urmează a fi instalat în sala de operație, vă rog să indicați modelul acestuia, pentru a oferi un mecanism/suport compatibil de fixare a display-ului pe acest pendant.

Răspuns (1 apr 2025, 17:09):

Pendantele sunt de asemenea în procedură de achiziționare. Din acest motiv nu cunoaștem modelul pendantului. Rugăm să oferiți un sistem de fixare tip universal. Mulțumim pentru clarificarea deusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

28 mart 2025, 17:48

Subiectul întrebării:

Înălțimea tavanului 2.9 - 3.0 m

Întrebare:

Vă rog să oferiți următoarele dimensiuni: 1) înălțimea de la podea pînă la tavanul de bază? 2) înălțimea de la podea pînă la tavanul fals. În caz că el este prezent/planificat să fie? De asemenea, tavanul de bază este unul format din beton armat sau plăci cu goluri din beton armat (плиты перекрытия)?

Răspuns (1 apr 2025, 17:10):

Înălțimea estimativă după reparație va fi în diapazonul de 2.8 - 3.0 metri în diferite săli de operație. Podul este diferit în toate sălile. Sunt 4 săli cu podul fabricat din structură de metal cu beton și 2 săli cu tavanul din plăci/plite cu goluri din beton armat. Pot fals nu va fi. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Lot nr. 2 Mașină de anestezie

Data:

28 mart 2025, 17:52

Subiectul întrebării:

Bugetul estimativ

Întrebare:

Solicitam respectus majorarea bugetului estimativ pentru dispozitivul masina de anestezie. multumesc anticipat.

Răspuns (31 mart 2025, 15:10):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

2 apr 2025, 08:58

Subiectul întrebării:

Tipul cablului de min. 65 m pana la recorder

Întrebare:

Solicitam sa specificati tipul cablului de min. 65 m pana la recorder - HDMI sau SDI ?

Răspuns (3 apr 2025, 10:01):

Tipul cablului este dependent de tipul și tehnologia camerei care va fi livrat cu lampa de operație. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Lot nr. 7 Tonometru ocular

Data:

2 apr 2025, 13:30

Subiectul întrebării:

Pretul pentru tonometru ocular

Întrebare:

Pretul indicat de dvs este prea mic pentru produsul care il solicitati. Va rugam sa revizuii valoarea estimativă după prețurile de pe piață.

Răspuns (2 apr 2025, 17:35):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea de pusă.

Data:

2 apr 2025, 14:28

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. In urma analizei producatorilor de masini de anestezie care ar avea modele cu compresor/turbina s-a identificat unul singur: Mindray. Exista foarte putina informatie despre capacitatea acestui compresor/turbina. Utilizarea masinii de anestezie cu compresorul intern activ v-a scadea foarte rapid autonomia bateriei interne in cazul deconectarii de curent electric, iar utilizarea s-a obliga ca dispozitivul sa fie conectat la curent electric obligatoriu. Totusi deconectarii de curent electric sunt mult mai frecvente decat defectiunile compresorului centralizat al institutiei. In concluzie, necesitatea echiparii salii de operatie cu un compresor extern de urgenta este obligatorie, indiferent de echiparea sau nu a dispozitivului cu compresor intern. Iar specificatia solicitata doar ridica semne de intrebare cu privire la sansa egala de participare a agentilor economici.

Răspuns (3 apr 2025, 10:02):

Performanța tehnică sau capacitatea compresorului trebuie obligator să corespundă cu parametrii de performanță de livrare a gazelor a mașinii de anestezie oferită. 2. Capacitatea bateriei trebuie să fie prevăzută că să mențină autonomia solicitată conform caletului de sarcină și pentru compresor/turbina internă. 3. Beneficiarul nu dispune de aer comprimat centralizat în sala în care se prevede utilizarea mașinii de anestezie. Este o necesitate obligatorie a beneficiarului. 4. Toți producătorii de mașini de anestezie dispune o soluție de dotarea a mașinii sale de anestezie cu compresor / turbina internă. Aceasta nu este o cerință specifică unui anumit producător. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

2 apr 2025, 14:44

Subiectul întrebării:

Lot 20 Masina de anestezie

Întrebare:

Referitor la cerința "Ventilator automat, raportul I:E minim 4:1 la 1:8" se solicita modificarea acestuia in raport I:E minim 2:1 la 1:8. Raportul solicitat este specific doar masinilor de anestezie mindray. In ventilație mecanică și în anestezie generală raportul este de 1:2 sau 1:3, inspirul durează mai puțin decât expirul pentru a elimina CO2-ul din organism. Conform anumitor studii ca "Effects of inverse ratio ventilation and positive end-expiratory pressure in oleic acid-induced lung injury" (PMID: 10806151; DOI: 10.1164/ajrcm.161.5.9906060): cazuri ca: hipoxemie refractară, sindromul de detresă respiratorie acută unde în faza de cercetare se studiază dacă este nevoie ca inspirul să dureze mai mult decât expirul. Conform abstractului, ventilarea cu un raport inversat nu are nici un avantaj față de un raport clasic cu un PEEP pozitiv. Utilizarea unui raport inversat poate duce la hiperventilație pulmonară barotraumă, scăderea întoarcerii venoase, hipotensiune. În cazul în care inspirul durează mai mult ca expirul, este evident că va rămâne un amestec de gaze suplimentar în plămâni cu efect cumulat. În concluzie, raportul I:E 2:1-1:8 nu poate fi dezavantaj față de raportul 4:1-1:8 solicitat, iar inemodificarea acestui parametru blocheaza participarea si altor producatori.

Răspuns (3 apr 2025, 10:04):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical cu o anumită performanță tehnică. Totodată, o asemenea performanță tehnică se regăsește la mulți producători de mașini de anestezie. În același timp, se acceptă inclusiv și oferte alternative.

Lot nr. 8 Electrocardiograf cu 6 canale**Data:**

2 apr 2025, 15:21

Subiectul întrebării:

Pretul pentru electrocardiograf 6 canale si toate accesoriile este mic

Întrebare:

Revizuiti va rog pretul la electrocardiograf cu toate accesoriile incluse 30 hârtii, cite 2 seturi de electrozi, gel de contact. Analizați va rog piața și dați un buget mai realist!

Răspuns (2 apr 2025, 17:35):

Bugetul este stabilit de posibilitățile financiare ale beneficiarului. Majorarea nu este posibilă. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

3 apr 2025, 10:07

Subiectul întrebării:

Montarea lampilor chirurgicale

Întrebare:

Vă rugăm să ne comunicați la ce etaj se află sălile de operație și dacă mai sunt alte încăperi sau un etaj tehnic deasupra lor (dacă sunt la ultimul etaj). La instalarea lampilor chirurgicale va trebui să găurim plăcile de beton de tavan. Flanșele superioare vor fi montate în podelele încăperilor situate deasupra sălilor de operație. Prin flanșele de la etajul superior și plăcile de beton se vor introduce știfturi lungi. Cine va repara apoi podeaua de la etajul superior? Din ce material este făcută podeaua de la etajul superior?

Răspuns (3 apr 2025, 15:35):

Sălile de operație se află la etajul 3 din 4. Tavanele sunt diferite, o parte sunt construite din plăci de beton armat cu goluri iar o parte sunt construite din carcasă metalică cu beton. Toate lucrările sunt îndeplinite de agentul câștigător. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Data:

3 apr 2025, 10:17

Subiectul întrebării:

Lot2. Masina de anestezie

Întrebare:

Specificare tehnica: Compresor/turbina. 1. Rog sa se identifice producatorul care au compresor intern, in special care se incadreaza in bugetul alocat 2. Niciun producator de masina de anestezie, ventilator cu compresor intern nu recomandam si nu permite functionarea echipamentului de pe turbina continuu. Rog sa se studieze acest caz. Prezenta unui cpmresor extern este obligatoriu in cazul in care nu este aer centralizat. 3. Refuzarea eliminarii specificatiei tehnice : Compresor/turbina internă, pune foarte mult la indoiala respectarea legislatiei.

Răspuns (3 apr 2025, 15:36):

1. Sunt un șir de producători de mașini de anestezie cu o asemenea dotare tehnică. Bugetul este stabilit conform posibilităților financiare ale beneficiarului.
2. Rugăm să studiați tehnologiile noi în care dispozitivele de ventilare și anestezie sunt dotate cu unitatea de producere a aerului comprimat intern pentru lungă durată. Acestea deja funcționează de mulți ani fără impedimente. 3. Nu poate fi acceptat un compresor extern care produce multă gălăgie și ocupă mult spațiu în sala de operație odată ce există pe piață produse cu compresoare / turbine internă. Insistarea de excludere duce doar în imposibilitatea de

utilizare a mașinii de anestezie. Beneficiarul nu dispune de aer comprimat în sălile de operație unde sunt planificate utilizarea mașinilor de anestezie. Menționăm că se acceptă inclusiv și oferte alternative. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

3 apr 2025, 12:31

Subiectul întrebării:

Distanța aproximativă de la lampa chirurgicală până la pendanta

Întrebare:

Care este distanța aproximativă de la lampa chirurgicală (pentru fiecare sala de operație) până la pendanta care veți achiziționa consecutiv? Producatorul trebuie să pregătească cablul care va conecta video camera de pe lampa chirurgicală cu monitorul de pe pendanta.

Răspuns (3 apr 2025, 15:36):

Distanța de la centrul de fixare a lămpii până la centrul de fixare a pendanțului este de aproximativ de 3 metri. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Lot nr. 1 Lampă Chirurgicală

Data:

3 apr 2025, 12:35

Subiectul întrebării:

Instalarea bateriei de backup și lungimea cablului pentru bateria de backup

Întrebare:

Bateria de backup va fi instalată pe perete. Care este distanța de la lampa chirurgicală (pentru fiecare sala de operație) până la peretele unde va fi instalată bateria de backup ?

Răspuns (3 apr 2025, 15:37):

Nu se acceptă instalarea bateriei pe perete în sala de operație. Bateriile va fi posibil de instalat la etajul următor (etajul 4). Mulțumim pentru clarificarea depusă.

3. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

4.

Rezumatul modificărilor	
	<p>5.</p> <ul style="list-style-type: none">- modificarea cerinței tehnice din „PEEP, cmH2O diapazon min. 3-30” în „PEEP, cmH2O diapazon min. 4-30- modificarea cerinței tehnice din cerința tehnică din „Trigger flux diapazon min. 1-15 L/min” în „Trigger flux diapazon min. 1-10 L/min”.

Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)	01.04.2025
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	CONFORM SIA RSAP (MTENDER)

6.

7. Până la termenul-limită (data 19.03.2025, ora 11:00), au depus oferta 17 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
2.	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
3.	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Lungu Ion
4.	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Sveatoslav
5.	IM Natusana SRL	1006600025657	Tutunaru Nicolae
6.	ImpulsProGroup	1007600001757	PERMINOV ANDREI
7.	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia
8.	Jako Life Clinic	1020600034307	COBÎLEȚCHI SERGHEI
9.	KVG LLC S.R.L.	1023600012014	ABBOTT ELISHA JOSEPH
10.	Medica Sens	1018600025629	Ciobanu SERGIU
11.	Medpunkt SRL	1011600044267	ANTONOVA ANNA
12.	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei
13.	SA Tehoptimed	1003600043595	Perpelîța Igor
14.	SC ERICON SRL	1003600000316	Bunic Gheorghe
15.	SC "Imunotehnomed" SRL	1002600012565	Rată Sergiu
16.	SRL Biosistem mld	1010600028048	Poiata Vitalie
17.	Tetis International Co. SRL	1003600043595	Perpelîța Igor

8.

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:		AELO GRUP	DataControl SRL	Health Medical Solutions SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	IM Natusana SRL	ImpulsProGroup	INTERMED	Jako Life Clinic	KVG LLC S.R.L.	Medica Sens	Medpunkt SRL	Neotec	SA Tehoptimed	SC ERICON SRL	SC"Imunotehnomed" SRL	SRL Biosistem mld	Tetis International Co. SRL
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice		original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferiți imagine în timp real pagina 11). In cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da” doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferiți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Notă: Conform pct. 49 din Documentatia Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DU/AE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AE</p> <p>Cerinte de calificare obligatorii</p>																			
<p>Certificat de atribuire a contului bancar</p>	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei; la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Lipsa restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	14.04.2025	+	+	+	+	+	+	+	+

activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani							
<p>Garanția de bună execuție</p> <p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <p>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA</p> <p>cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</p> <p>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>							

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consenma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

9. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	205955	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
1	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	246 500,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	nu s-a verificat
1	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	275000,0000	ImpulsProGroup	corespunde	nu s-a verificat

1	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	280000,0000	Medpunkt SRL	corespunde	nu s-a verificat
1	Lampă Chirurgicală	Bucată	6	352900,0000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
2	Mașină de anestezie	Bucată	4	497724,4700	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
2	Mașină de anestezie	Bucată	4	618000,0000	INTERMED	corespunde	nu corespunde
2	Mașină de anestezie	Bucată	4	557 500,00	İM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
3	Fotoliu ORL Hidraulic	Bucată	1	77200,0000	Medica Sens	corespunde	corespunde
3	Fotoliu ORL Hidraulic	Bucată	1	82382,0000	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
4	Masă pentru operații	Bucată	1	247146,0000	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
4	Masă pentru operații	Bucată	1	299000,0000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
4	Masă pentru operații	Bucată	1	409210,0000	Tetis International Co. SRL	nu corespunde	nu s-a verificat
5	Masă chirurgicala oftalmologica	Bucată	2	62816,3600	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
5	Masă chirurgicala oftalmologica	Bucată	2	301405,0000	Medica Sens	corespunde	corespunde
6	Termometru mecanic	Bucată	700	38,1600	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
6	Termometru mecanic	Bucată	700	60,0000	IM Natusana SRL	corespunde	nu s-a verificat
6	Termometru mecanic	Bucată	700	99,6200	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat

7	Tonometrul ocular	Bucată	5	7963,6500	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
7	Tonometrul ocular	Bucată	5	13750,0000	SA Tehoptimed	nu corespunde	nu s-a verificat
8	Electrocardiograf cu 6 canale	Bucată	2	14966,1200	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
8	Electrocardiograf cu 6 canale	Bucată	2	18000,0000	AELO GRUP	corespunde	corespunde
8	Electrocardiograf cu 6 canale	Bucată	2	19360,0000	DataControl SRL	corespunde	nu s-a verificat
9	Coagulometrul semi-automat	Bucată	1	12935,6400	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
9	Coagulometrul semi-automat	Bucată	1	13950,0000	SRL Biosistem mld	corespunde	corespunde
10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Bucată	1	391314,5000	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Bucată	1	410,000,00	Neotec	corespunde	nu corespunde
10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Bucată	1	370 000,00	SC ERICON SRL	corespunde	corespunde
10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Bucată	1	448000,0000	Medica Sens	corespunde	nu s-a verificat
10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclul de vacuum	Bucată	1	452346,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	nu s-a verificat
11	Concentrator de oxigen 5L	Bucată	1	14290,0000	Medica Sens	corespunde	corespunde
11	Concentrator de oxigen 5L	Bucată	1	28166,6700	SA Tehoptimed	nu corespunde	nu s-a verificat
11	Concentrator de oxigen 5L	Bucată	1	20938,9000	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat

12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	429 900,00	İM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	447940,0000	Health Medical Solutions SRL	corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	528789,4200	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	470200,0000	ImpulsProGroup	corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	480,000.00	Neotec	corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	517060,0000	SC"Imunotehnomed"SRL	corespunde	nu s-a verificat
12	Ultrasonograf General, performanță obișnuită	Bucată	1	539860,0000	INTERMED	corespunde	nu s-a verificat
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	25,000.00	Neotec	corespunde	nu corespunde
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	27289,0800	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	35450,0000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
13	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	47406,2500	SRL Biosistem mld	nu corespunde	nu s-a verificat
14	Monitor Holter ECG	Bucată	3	17163,0300	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
15	Cicloergometru	Bucată	1	179438,4000	KVG LLC S.R.L.	nu corespunde	nu s-a verificat
15	Cicloergometru	Bucată	1	177000,0000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
16	Lampă pentru examinare, braț articulată,	Bucată	1	3833,3300	SA Tehoptimed	nu corespunde	nu corespunde

17	Pat pentru examinare (mecanic) adulți,	Bucată	2	3600,0000	DataControl SRL	corespunde	corespunde
17	Pat pentru examinare (mecanic) adulți,	Bucată	2	3706,6700	SA Tehoptimed	corespunde	nu s-a verificat
18	Sterilizator 110 L	Bucată	1	19646,6700	SA Tehoptimed	nu corespunde	nu corespunde
19	Dispozitiv p/u magnetoterapie	Bucată	1	29833,3300	SA Tehoptimed	nu corespunde	nu corespunde
20	Mașină de anestezie	Bucată	1	618000,0000	INTERMED	corespunde	nu corespunde
20	Mașină de anestezie	Bucată	1	485 650,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
20	Mașină de anestezie	Bucată	1	649500,0000	Medica Sens	corespunde	nu s-a verificat
20	Mașină de anestezie	Bucată	1	719500,0000	ImpulsProGroup	corespunde	nu s-a verificat
20	Mașină de anestezie	Bucată	1	747120,0000	Jako Life Clinic	corespunde	nu s-a verificat

10.

** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

11. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) nu s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Rg02-2400 din 08.05.2025	Data Control SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2401 din 08.05.2025	Health Medical Solutions SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Rg02-2402 din 08.05.2025	IM „Dutchmed-M” SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2403 din 08.05.2025	IM Natusana SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender; <i>Situația financiară</i>	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2404 din 08.05.2025	ImpulsProGroup	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender <i>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit -</i>	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2405 din 08.05.2025	INTERMED SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2406 din 08.05.2025	Medica Sens SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Nr. Rg02-2407 din 08.05.2025	Medpunkt SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2408 din 08.05.2025	Neotec SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2409 din 08.05.2025	SA Tehoptimed SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2410 din 08.05.2025	SC ERICON SRL	prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mtender	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Rg02-2737 din 03.06.2025	AELO GRUP	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Lot 8 Electrocardioeraf cu 6 canale	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2738 din 03.06.2025	SRL Biosistem mlđ	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 9 Coagulometru semi-automat	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2739 din 03.06.2025	DataControl SRL	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 15 Cicloergometru	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2740 din 03.06.2025	İM „Dutchmed-M” SRL	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 12 Ultrasonograf General, performanță obișnuită Cod 300310	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2745 din 03.06.2025	INTERMED	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 2 Mașină de anestezie; Pentru Lot 20 Mașină de anestezie;	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2741 din 03.06.2025	Medica Sens	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 3 Fotoliu ORL Hidraulic Pentru Lot 5 Masă chirurgicală oftalmologica	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2743 din 03.06.2025	Neotec	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 10 Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum Pentru Lot 13 Frigidier pentru reacții cu usa transparenta 200-300L	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate
Rg02-2744 din 03.06.2025	SA Tehoptimed	Prezentarea documentelor confirmative în vederea determinării conformității ofertei depuse din punct de vedere tehnic. Pentru Lot 6 Termometru mecanic	Operatorul economic a prezentat documentele solicitate

Ofertanții respinși/descalificați:

Ofertat operatorului economic KVG LLC S.R.L. se respinge, pentru toate loturile, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: s-a solicitat „termenul de valabilitate a ofertei 160 de zile” conform declarației privind valabilitatea ofertei (conform anexei nr. 8) operatorul economic a declarat termenul de valabilitate 90 de zile. Totodată, conform pct. 53 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 „*ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei, de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertei. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.*

Pentru lotul nr. 2 Mașină de anestezie

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH2O se ofertat Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH2O;

s-a solicitat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30 se ofertat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <35;

s-a solicitat Compresor / turbina: Compresor intern / mini compresor/ turbina. Se acceptă orice tehnologie. Această trebuie să fie integrat în dispozitiv și nivel zgomot minim / silențios obligatoriu integrat se ofertat Compresor extern mărime 445 x 355 x 440 mm, nivel de zgomot ≤ 49 dB, care este voluminos și se conectează lângă dispozitiv " ,

Pentru lotul nr. 7 Tonometrul ocular

Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei Legi.

Pentru lotul nr. 10 Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (otel AISI 316L) cu ciclu de vacuum

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Gama de temperatură: diagonala minim 115 - 134 grade C s-a ofertat Gama de temperatură: diagonala minim 121 - 134 grade C.

Pentru lotul nr. 13 Frigidier pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L

Ofertat operatorului economic Neotec SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Capacitatea internă a camerei ≥ 200 și 300 litri \leq s-a ofertat Capacitatea internă a camerei 315 litri ;

s-a solicitat Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 s-a ofertat 2 picioaruse în loc de frâne;

Pentru lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată,

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

s-a solicitat Lampă de examinare cu braț articulată s-a ofertat cu braț flexibil;

s-a solicitat Temperatura culorii 4000 - 5500 K s-a ofertat Temperatura culorii 4500 - 5500 K;

s-a solicitat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux s-a ofertat Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 40 000 lux;

Pentru lotul nr. 18 Sterilizator 110 L

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

s-a solicitat Divergență față de temperatura setată $\leq 1^{\circ}\text{C}$ s-a ofertat Divergență față de temperatura setată 3°C ;

Pentru lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie

Ofertat operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire: "Dispozitivul medical ofertat nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

s-a solicitat color, touch-screen s-a ofertat cu butoane;

s-a solicitat Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min s-a ofertat Timpul de tratament diapazon 30 minute lucrul, 5 minute pauza;

Pentru lotul nr. 20 Mașină de anestezie

Ofertat operatorului economic INTERMED SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire:

s-a solicitat Trigger presiune diapazon min. 20 - 1 cmH20 s-a ofertat Trigger presiune diapazon 40 - 2 cmH20;

s-a solicitat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <30 s-a ofertat Concentrația de O2 Timp de răspuns, sec <35.

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Tonometru ocular;

Lotul nr. 14 Monitor Holter ECG;

Lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată;

Lotul nr. 18 Sterilizator 110 L;

Lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie;

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	Demersul nr. 01-13/525 din 16.06.2025 al IMSP SCM „SF. Treime” cu privire la refuzul achiziționării loturilor nr. 2, 3, 4 și 5 din lipsa mijloacelor financiare.
Modificările operate	Anularea lotului nr. 2 Mașină de anestezie la solicitarea beneficiarului IMSP SCM „SF. Treime”. Prezentarea punctului de vedere către contestata și ANSC, având în vedere că a fost depusă o contestație pe marginea deciziei pentru lotul nr. 2 Mașină de anestezie. Pentru loturile nr. 3, 4 și 5 s-a propus publicarea pe pagina web a CAPCS la rubrica „refuzuri” pentru a fi contractate de alți beneficiari.
Motivul reevaluării ofertelor	Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL
Modificările operate	Anularea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL și începerea etapei de reevaluare ofertelor. Expedierea clarificărilor în adresa operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL.
Motivul reevaluării ofertelor	Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 <i>Lampă Chirurgicală</i> operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL. Răspunsul operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL prezentat prin demersul nr. 0707/25DM din 07.07.2025. Demersul operatorului economic Medpunkt SRL nr. 339-93 din 01.07.2025
Modificările operate	Respingerea ofertei operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, și anume, ca urmare a clarificărilor nu a prezentat prin documente confirmative corespunderea cerințelor tehnice în partea ce ține de : Diametrul câmpului de iluminare. S-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. S-a oferit un satelit 140-300mm, satelitul nr.2 140-270mm. Atribuirea lotului nr. 1 operatorului economic Medpunkt SRL cu corespunderea tuturor cerințelor.

Motivul reevaluării ofertelor	Contestația depusă de către operatorul economic SRL MedPunkt, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/729/25 din 130.6.2025 pe marginea deciziei grupului de lucru nr. 1 din 10.06.2025 cu privire la atribuirea lotului nr. 1 Lampă Chirurgicală operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL. Răspunsul operatorului economic ÎM „Dutchmed-M” SRL prezentat prin demersul nr. 0707/25DM din 07.07.2025. Demersul operatorului economic Medpunkt SRL nr. 339-93 din 01.07.2025
Modificările operate	Respingerea ofertei operatorului economicei ÎM „Dutchmed-M” SRL în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că nu corespunde cerințelor solicitate în documentația de atribuire, și anume, ca urmare a clarificărilor nu a prezentat prin documente confirmative corespunderea cerințelor tehnice în partea ce ține de : Diametrul câmpului de iluminare. S-a solicitat Diametrul câmpului de iluminare, reglabil în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm. S-a ofertat un satelit 140-300mm, satelitul nr.2 140-270mm. Atribuirea lotului nr. 1 operatorului economic Medpunkt SRL cu corespunderea tuturor cerințelor.
Motivul reevaluării ofertelor	Lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează: „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisuni; autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.
Modificările operate	Astfel, pentru lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică cu specificația tehnică modificată, după cum urmează: diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm pentru minim un satelit.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: atribuire:

Nr. Lot	cod lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Tara de Origine	AMDM	Ofertant	Benefici ari
---------	---------	--------------	--------------------	-------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	--	------	----------	--------------

2	2-31039	Masina de anestezic	Bucata	4	557 500,00	669 000,00	2 230 000,00	2 676 000,00	A7 + BeneVision N19 China Mindray	DM000153168 DM000649454	IM „Dutchmed-M” SRL	Sf. Treime
3	3-31039	Fotoliu ORL Hidraulic	Bucata	1	77200,0000	92 640,000	77 200,00	92 640,00	OTOPi PROFESSIONAL Euroclitic	DM000565284	Medica Sens	Sf. Treime
4	4-31039	Masa pentru operatii	Bucata	1	299000,0000	358800,0000	299 000,00	358 800,00	Vivax OT-02 Standard Polonia Infimed	DM000303247	DataControl SRL	Sf. Treime
5	5-31039	Masa chirurgicala oftalmologica	Bucata	2	301405,0000	361686,0000	602 810,00	723 372,00	500XLE UFSK International (Germania)	DM000185160	Medica Sens	Sf. Treime
6	6-31039	Termometr u mecanic	Bucata	700	38,1600	45,8000	26 712,00	32 060,00	Mercury free China Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.	DM000213618	SA Tehoptimed	Sf. Treime
8	8-31039	Electrocardiograf cu 6 canale	Bucata	2	18000,0000	21600,0000	36 000,00	43 200,00	Electrocardiograf cu 6 canale Model SE - 601B AMDM DM000499500 China EDAN INSTRU MENTS, INC.	DM000499500	AELO GRUP	CS Rudi
9	9-31039	Coagulometru semi-automat	Bucata	1	13950,0000	16740,0000	13 950,00	16 740,00	CA-02 Semi automatic coag instrument CA-02 (Coagulometru semiautomat)China/Cinddiag	DM000385952	SRL Biosistem mld	CS Rudi
10	10-31039	Autoclav 100 l cu incarcare orizontala (otel AISI 316L) cu ciclu de vacuum	Bucata	1	370 000,00	444000,0000	370 000,00	444000,0000	XG1.UCD 100S (MI) China Shinva Medical Instrument co., LTD	DM000819146	SC ERICON SRL	Policiini ca de Stat
11	11-31039	Concentrator de oxigen SL	Bucata	1	14290,0000	17 148,000	14 290,00	17 148,00	Oxybreath Mini 5 Kare-Medical	DM000234258	Medica Sens	CS Ungheri

12	12-31039	Ultrasonogr af General, performanță obișnuită	Bucată	1	429 900,00	515 880,00	429 900,00	515 880,00	Consona N9 China Mindray	DM0000350292	IM „Dutchmed-M” SRL	CS Nisiporen i
13	13-31039	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	Bucată	1	35450,0000	42 540,000	35 450,00	42 540,00	EKT 175 Turcia EMSAS	DM0000578862	DataControl SRL	CS Singerei
15	15-31039	Cicloergom etru	Bucată	1	177000,0000	212400,0000	177 000,00	212 400,00	Cubestress system config./ HD+12/ XRR100+ BP Italia Cardioline	DM0000499865	DataControl SRL	Cardiologie
17	17-31039	Pat pentru examinare (meccanic) adulti.	Bucată	2	3600,0000	4 320,000	7 200,00	8 640,00	Examy 3 Turcia Optium	DM0000499544	DataControl SRL	DM SIS
20	20-31039	Mașină de anestezie	Bucată	1	485 650,00	582 780,00	485 650,00	582 780,00	WATO EX 65PRO + Bene Vision N19 China Mindray	DM0000153166 DM0000649454	IM „Dutchmed-M” SRL	Arhanghel Mihail

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul nr. 7 Tonometru ocular,

Lotul nr. 14 Monitor Holter ECG;

Lotul nr. 16 Lampă pentru examinare, braț articulată;

Lotul nr. 18 Sterilizator 110 L;

Lotul nr. 19 Dispozitiv p/u magnetoterapie;

Pentru loturile anulate se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi înlocuit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 24.06.2025

Lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după cum urmează „Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”.

Astfel, pentru lotul nr. 1 Lampă Chirurgicală se va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică cu specificația tehnică modificată, după cum urmează: diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm în diapazon minim de la 240 mm până la 300 mm pentru un satelit.

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Rg02-2836 din 10 iunie 2025	SIA RSAP, e-mail
INTERMED IM „Dutchmed-M” SRL	Rg02-3034 30 iunie 2025	e-mail
SRL MedPunkt IM „Dutchmed-M” SRL	Rg02-3085 04 iulie 2025	e-mail
SRL MedPunkt IM „Dutchmed-M” SRL ImpulsProGroup IMSP Sf. Treime	Rg02-3128 din 09 iulie 2025	e-mail
SRL MedPunkt IM „Dutchmed-M” SRL ImpulsProGroup IMSP Sf. Treime	Rg02-3246 din 17 iulie 2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Cod CPV	Beneficiar	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
TEHOPTIMED SA	1003600087162	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	21384985-0580-0446	26 712,0000	32 060,0000	16.07.2025	11.02.2026	13.10.2025
MEDICA SENS SRL	1018600025629	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI	21384985-0518-0392	14 290,0000	17 148,0000	16.07.2025	11.02.2026	13.10.2025
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	33100000-1	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	21384985-0088-0447	485 650,0000	582 780,0000	16.07.2025	11.02.2026	13.10.2025
IM DUTCHMED-M SRL	1009600033367	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI	21384985-0088-0316	429 900,0000	515 880,0000	16.07.2025	11.02.2026	13.10.2025
FCPC DATACONTROL SRL	1003600007935	33100000-1	SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA	21384985-0073-0569	7 200,0000	8 640,0000	07.08.2025	11.02.2026	04.11.2025
FCPC DATACONTROL SRL	1003600007935	33100000-1	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	21384985-0073-0425	177 000,0000	212 400,0000	07.08.2025	11.02.2026	04.11.2025
FCPC DATACONTROL SRL	1003600007935	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREI	21384985-0073-0351	35 450,0000	42 540,0000	07.08.2025	11.02.2026	04.11.2025
ERICON SRL	1003600000316	33100000-1	IMSP POLICLINICA DE STAT	21384985-0097-0432	370 000,0000	444 000,0000	15.07.2025	11.02.2026	12.10.2025

BIOSISTEM MLD SRL	1010600028048	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI	21384985- 0023-0345	13 950,0000	16 740,0000	15.07.2025	11.02.2026	12.10.2025
AELO GRUP SRL	AELO GRUP SRL	33100000-1	IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI	21384985- 0005-0345	36 000,0000	43 200,0000	15.07.2025	11.02.2026	12.10.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORCEAG