

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 ___ din 01.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1743604121101

	Data publicării: 02.04.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 582 900 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

3 apr 2025, 09:24

Subiectul întrebării:

Înregistrate AMDM

Întrebare:

Bună ziua. Dvs. solicitați prezentarea nr. de înregistrare a dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. În caz că produsul nu este clasificat ca dispozitiv medical ce acte sunt necesare de prezentat?

Răspuns (7 apr 2025, 11:00):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, pentru loturile care nu sunt dispozitive medicale este menționat în specificația tehnică documentele ce urmează a fi prezentate. Pentru celelalte loturi se va prezentat dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 23 Pat medical mecanic cu 5 functii

Data:

3 apr 2025, 09:39

Subiectul întrebării:

Buget

Întrebare:

Va rog sa verificati buget pentru 48 de bucati. este o eroare

Răspuns (7 apr 2025, 11:01):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, pentru lotul dat s-a produs o eroare, având în vedere că sistemul electronic nu permite modificarea valorii estimative, lotul va fi inclus în altă procedură de achiziție publică.

Data:

3 apr 2025, 16:39

Subiectul întrebării:

Lotul nr. 14 - Lot nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Întrebare:

Buna ziua. Va rugam sa ne comunicati daca se admit centrifugi cu viteza maxima de 4650 rpm si pung de 500 ml

Răspuns (8 apr 2025, 14:52):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarului final, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data:

3 apr 2025, 17:00

Subiectul întrebării:

Lot nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Întrebare:

Dat fiind faptul ca uneori exista o confuzie intre viteza maxima a rotorului si viteza maxima a centrifugii, rugam sa precizati daca 6000 RPM se cer a fi atisi de rotor sau de centrifuga. De regula, viteza maxima pentru pungi de sange este intre 3500 si 4000 RPM. Rugam sa indicati standardul/protocolul care solicita centrifugarea pungilor la 6000 RPM.

Răspuns (8 apr 2025, 14:52):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, 6000 RPM se referă la viteza maxima a centrifugii. menționăm că specificația tehnică este stabilită conform necesităților beneficiarilor finali, totodată, conform documentației de atribuire, se acceptă oferte alternative.

Data:

8 apr 2025, 12:08

Subiectul întrebării:

Lot 26

Întrebare:

Solicitare de clarificare privind cerința: · „Baterii min. 2 buc., autonomie în regim de utilizare pentru o baterie de minim 7 ore” · „Încărcător baterie (cu 2 sloturi) – obligatoriu” Stimată Autoritate Contractantă, Dorim să solicităm revizuirea acestei cerințe, întrucât în prezent, producătorii de top de detectoare digitale utilizează o tehnologie nouă, care înlocuiește sistemul clasic cu baterii detașabile și încărcătoare externe. Mai exact, noile modele de detectoare sunt echipate cu două baterii interne, care funcționează simultan și oferă o autonomie extinsă de până la 16 ore de utilizare intensivă și neîntreruptă. Încărcarea se realizează prin port USB-C cu încărcare rapidă, fără a necesita scoaterea bateriilor sau folosirea unui încărcător cu sloturi. Această soluție tehnologică asigură o autonomie mai mare decât cerința minimă (2 x 7 ore) și aduce un beneficiu esențial în contextul clinic al utilizării detectorului – menținerea protecției IP67. Aceasta este critică în situațiile în care detectorul este utilizat sub pacient, imediat după intervenții chirurgicale, unde există risc real de contact cu fluide biologice. Sistemele cu baterii detașabile implică scoaterea frecventă a capacului, ceea ce în timp poate compromite etanșeitatea și siguranța aparatului. Având în vedere cele de mai sus, propunem reformularea cerinței astfel: „Sistemul de alimentare al detectorului va permite o autonomie totală de minim 14 ore în regim de utilizare intensivă, fie prin utilizarea a două baterii interschimbabile, fie prin utilizarea simultană a două baterii integrate. Sistemul trebuie să permită încărcarea eficientă a bateriilor și poate include soluții moderne de încărcare internă. Gradul de protecție al detectorului va fi de minim IP54, fiind recomandat IP67 pentru utilizare în medii cu risc de contaminare biologică.” Considerăm că această reformulare: · păstrează cerințele funcționale esențiale, · nu limitează concurența, · dar permite participarea unor soluții moderne, conforme cu standardele actuale din domeniul imagisticii medicale.

Răspuns (8 apr 2025, 14:55):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, conform documentației de atribuire sunt indicate cerințele tehnice minime solicitate, conform necesităților beneficiarului final. Propunerile dvs. sunt binevenite dar nu sunt contrare specificațiilor tehnice minime înaintate.

Data:

8 apr 2025, 20:14

Subiectul întrebării:

Lot nr. 14 Centrifugă pentru pungi de sânge

Întrebare:

Reiteram întrebarea de mai sus. Viteza maxima a centrifugii nu este relevantă în acest caz. Relevantă are viteza rotorului. Rugăm sa ne comunicat dacă este admisă centrifuga ce atinge viteza rotorului de 4000 RPM.

Răspuns (14 apr 2025, 09:08):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, viteza se rotește de ≥ 6000 se referă la Centrifugă. Totodată, în documentația de atribuire sunt indicate cerințele minime corespunzătoare necesităților beneficiarului final. În același timp, menționăm că se admite inclusiv oferte alternative, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Data:

11 apr 2025, 13:24

Subiectul întrebării:

Lot nr. 26 Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii)

Întrebare:

Dorim să aflăm dacă Lotul nr. 26, care a fost anulat, urmează să fie republicat într-o procedură viitoare. Suntem interesați de participarea la acest lot și ne-ar fi de ajutor să cunoaștem intențiile autorității contractante în această privință. Vă mulțumim anticipat pentru clarificări.

Răspuns (11 apr 2025, 13:47):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, beneficiarul urmează să revizie necesarul, respectiv, la moment nu se cunoaștem când va fi publicată o nouă procedură de achiziție publică.

Data:

11 apr 2025, 17:26

Subiectul întrebării:

Lot nr. 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie

Întrebare:

Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm. Dimensiunile indicate limitează foarte mult concurența sănătoasă. Vă rugăm să specificați valori minime pentru înălțime, lățime și adâncime. Care este scopul restricționării la doar 4 cm pentru înălțime, 2 cm pentru lățime și 3 cm pentru adâncime?

Răspuns (14 apr 2025, 09:13):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, în documentația de atribuire s-au indicat parametri tehnici minimali și maximali în vederea asigurării concurenței. În același timp, solicităm prezentarea propunerilor dvs. de modificare/ajustare a parametrilor tehnici.

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor 08.04.2025	Excluderea loturilor nr. 23 Pat medical mecanic cu 5 funcții, 24 Scaun cu rotile pentru transportarea pacienților și 25 Pat pentru examinare (mecanic) adulți din cadrul procedurii de achiziție publică, Modificarea valorii estimative a procedurii de achiziție publică din 3 486 230,00 lei în 3 416 230,00 lei.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 05.05.2025, ora 09:30), au depus oferta 11 operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	GBG-MLD SRL	1003600117582	Tudor-Ceaicovschi
2	Medica Sens	1018600025629	Ciobanu Sergiu
3	MED-M	1020611000359	Rotari Vladimир
4	SA Tehoptimed	1003600087162	Stela Poținga
5	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Jighili
6	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	Prodan Svatoslav
7	Ancotec-Sistem	1003600119209	Andrei Matei
8	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
9	Ecochimie	1002600052156	Nicolae Iurcu
10	Lensess Grup SRL	1003600069773	Pereteatci Alina
11	Vipromed Service	1013600002366	Savca Octavian Valeriu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Criteriale de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	SA Tehoptimed	GBG-MLD SRL	Triumf-Motiv SRL	Ancotec-Sistem	AELO GRUP	Medica Sens	MED-M	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Ecochimie	Lensess Grup SRL	Vipromed Service
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	<p>anexează de actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>												
<p>Specifi cația tehnică</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, a pozițiilor, pentru a putea fi</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

<p>identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <p>- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</p> <p>- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice</p>	
--	--

<p>solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertei, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>											
<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează</p> <p>Specific cația de preț</p> <p>actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-

	indicate în formularul specificărilor de preț																			
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie tenei de descalificare a operatorilor economici.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Garanți a pentru oferta	2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Certificat de eliberat de banca deținătoare de cont – at de atribuir confirmat prin aplicarea e a semnăturii electronice de contului către administratorul i bancar companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	<p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit</p>	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

	<p>administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>												
<p>Lipsa restanțelor față de bugetul public național</p>	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici oferanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	<p>competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>												
<p>Situația financiară</p>	<p>Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Ofertant	beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;												
Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

	actul/documentul de înputernicire;												
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2023

	persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;																			
Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistării în	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Lista produselor și echipamentelor,</p>	<p>Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>												
<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p>	<p>Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	+	+	+	+	+	+	+		+		+	

Declara ție de la oferant -	cu privire la livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declara ția privind confirm area benefic iarilor efectivi și neîncad rarea acestor a în situația condam	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: Se va prezenta de către oferantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de												

<p>nării pentru participarea la activitatea unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p>	<p>către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>											
<p>Garanții a de bună execuție</p>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p>											

<p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampeii ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B 01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunde cerințelor de calificare	Corespunde cerințelor tehnice
---------	--------------	--------------------	------------	------------------------	----------	-------------------------------------	-------------------------------

1	Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge	Bucată	6		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
2	Impedansmetru	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
3	Antropometru pentru nou-născuți	Bucată	11	396,6700	SA Tehoptimed	Nu corespunde	nu a fost evaluat
3	Antropometru pentru nou-născuți	Bucată	11	450,0000	GBG-MLD SRL	corespunde	corespunde
4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	25300,00	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	25330,00	ÎM „Dutchmed-M” SRL	corespunde	corespunde
4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	27000,00	Ancotec-Sistem	corespunde	nu a fost evaluat
4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	28000,00	AELO GRUP	corespunde	nu a fost evaluat

4	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	34978,00	Medica Sens	corespunde	nu a fost evaluat
5	Laringoscop cu lamă curbată	Bucată	1	45000,0000	MED-M	Nu corespunde	nu a fost evaluat
6	Laringoscop cu lamă dreaptă	Bucată	1	45000,0000	MED-M	Nu corespunde	nu a fost evaluat
7	Tensiometru portabil automat	Bucată	2		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
8	Masă - trolu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	16 500,00	MED-M	corespunde	corespunde
8	Masă - trolu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	19 800,00	Medica Sens	corespunde	nu a fost evaluat
8	Masă - trolu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	21 400,00	GBG-MLD SRL	corespunde	nu a fost evaluat
9	Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operare	Bucată	5		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	2976,6700	SA Tehoptimed	corespunde	Nu corespunde
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	6980,0000	Medica Sens	corespunde	Nu corespunde
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	7000,0000	AELO GRUP	corespunde	corespunde

11	Distilatator de apa de laborator	Bucată	1	27280,0000	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
12	Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor	Bucată	1	257000,00	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
13	Incubator (termostat) 15 - 251	Bucată	1	14700,00	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
14	Centrifugă pentru pungi de sânge	Bucată	1	438110,0000	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
15	Cântar de laborator 0-1000g	Bucată	1	16 595,00	Ecochimie	corespunde	corespunde
16	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L)	Bucată	1	125600,0000	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
16	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L)	Bucată	1	201215,0000	GBG-MLD SRL	Nu corespunde	nu a fost evaluat
16	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L)	Bucată	1	230000,0000	Medica Sens	corespunde	corespunde
17	Cântar pediatric	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
18	Fotoaliu ginecologic	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
19	Hotă de laborator, cu flux laminar	Bucată	1		fără ofertă	fără ofertă	fără ofertă
20	Sistem radiografic intraoral	Bucată	1		Vipromed Service	Nu corespunde	Nu a fost evaluat

21	Optotip LCD	Bucară	4	15480,0000	MED-M	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
22	Set de lentile diagnostice	Bucară	3	20 480,00	MED-M	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
22	Set de lentile diagnostice	Bucară	3	20650,0000	Lensess Grup SRL	corespunde	corespunde

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Rg02-2827 din 10.06.2025 Aelo Grup SRL	Pentru lotul nr. 4 <i>Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare:	Nr. 86_06/2025 Din: 12 Iunie 2025 Lotul nr. 4 - Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii pentru Adult). Atașat documentul „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Trending ST - obligatoriu Funcția este integrată și descrisă la pagina 95-101 din manualul de utilizare „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Media ST - obligatoriu Analiza mediei ST este explicată la pag. 95-101, inclusiv modul de calcul „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Detectare pacemaker – obligatoriu Funcția este disponibilă și documentată la pagina 71 a manualului, pag 92-93 manualul de utilizare „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”. Modul și sensor SpO ₂ Se utilizează tehnologia
	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	
	S-a constatat în procesul evaluării:	
	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Detectarea pacemaker obligatoriu. Sa se indice tehnologia modului și senzoriului de SpO ₂ utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc). Solicităm clarificare privind troleul pe roți model M01. În Anexa 22 se menționează „5 roți - Da”, în timp ce în broșură este specificat: „Roți: Echipat cu patru	
	Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Detectarea pacemaker obligatoriu. Troleu pe roțile min. 5 roțile obligatoriu.	Analiza automată a undei ST Trendingul ST - Da, Datasheet pag 1-5; Media în analiza segmentului ST -Da, Datasheet pag 1-5; Detectarea pacemaker - Da, Datasheet pag 2; 5 roțile - Da

roți de 7,5 cm, dintre care două cu frână pentru a asigura stabilitatea.”

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Mainstream Edan Module SpO2, Sensorul se numește Edan SpO2 Sensor cu numarul de referință a producătorului - 02.57.225029 La pagina 205-206 „X8 X10 X12 Patient Monitor User Manual-ES”, (la fel atașăm fotografia sensorului). Clarificare trolu M01 Specificația „5 roți - Da”. Modelul M01 are 5 roți pivotante (7,5 cm), dintre care 2 cu frână. Fotografia atașată arată monitorul instalat într-o instituție din țară.

Nr. Rg02-2828
din 10.06.2025

Ancotec-Sistem SRL

Pentru lotul nr. 4 *Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)*:

nr. 02-10 din 24.06.2025
Prin prezenta, compania Ancotec-Sistem SRL, cu referire la scrisoarea Dvs. Rg02-2828 din 10.06.2025 (recepționată la data de 23.06.2025), privind solicitarea clarificărilor pe marginea ofertei depuse la procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wcp1-MD-1743604121101 “achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5)”, Vă prezintă informația solicitată după cum urmează: - Display, tip Fotopletismograma – vezi fisier manual pag. 02/05 - Analiza automată a undei ST, Trendingul ST obligatoriu – vezi fisier manual pag. 03/05 - Media în analiza segmentului ST obligatoriu – vezi fisier manual pag. 04/05 - Rata cardiacă diapazon 15 - 350 bpm - vezi fisier 12 - Broșura lot 04, semnat pag. 02/02 - Detectarea aritmiei – da - vezi

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Display - Fotopletismograma	Display, tip Fotopletismograma	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece
Analiza automată a undei ST	Analiza automată a undei ST	în sursa de informație nu s-au
Trendingul ST obligatoriu	Trendingul ST obligatoriu	regăsit următorii parametri:
Media în analiza segmentului ST obligatoriu	Media în analiza segmentului ST obligatoriu	Display, tip - Parametri afișați - Fotopletismograma.
Modul ECG	Rata cardiacă diapazon 15 - 350 bpm	Analiza automată a undei ST
Detectarea aritmiei obligatoriu	Detectarea aritmiei – da	Trendingul ST obligatoriu.
Modul SpO2	Monitorizarea pletismogramei obligatoriu	Analiza automată a undei ST
Monitorizarea pletismogramei obligatoriu	Tehnologia modulului și	Media în analiza segmentului ST obligatoriu.
"Sa se indice tehnologia modulului și senzoriului de SpO2 utilizat" (exemplu: masimo, nellcor, etc)	utilizat (BMV)	Modul ECG Detectarea aritmiei obligatoriu.
Modul NIBP "Buton de activare/dezactivare manual a NIBP" obligatoriu	Buton de activare/dezactivare manual a NIBP – da	Modul SpO2 Monitorizarea pletismogramei obligatoriu.
	Protocoloale de lucru preprogramate – da	Modul SpO2 Sa se indice tehnologia modulului și

Protocoloale de lucru preprogramate – da

<p>Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu</p> <p>Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu</p> <p>Forme de raportare Personalizate obligatoriu</p> <p>Manjeată deconectată obligatoriu</p> <p>Manjeată defect obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 deconectat obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 defect obligatoriu</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Nivelul baterie scăzut obligatoriu</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor Temperatură adult,</p>	<p>Protocoloale de lucru setate de utilizator – da</p> <p>Forme de raportare Personalizate – da</p> <p>Alarma</p> <p>Manjeată deconectată</p> <p>Manjeată defect</p> <p>Senzor SpO2 deconectat</p> <p>Senzor SpO2 defect</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită</p> <p>Nivelul baterie scăzut – da</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzută/mărită – da</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare – da</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă – da</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. – 210ecg3ch</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., – 210elec3ad</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., – 210spad</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., – 210tchad</p> <p>Manjeate NIBP "adult mediu,</p>	<p>senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc).</p> <p>Modul NIBP Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu.</p> <p>Forme de raportare Personalizate obligatoriu.</p> <p>Alarma Vizuala, sonora obligatoriu</p> <p>Manjeată deconectată obligatoriu</p> <p>Manjeată defect obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 deconectat obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 defect obligatoriu</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Nivelul baterie scăzut obligatoriu</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice</p>	<p>senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc).</p> <p>Modul NIBP Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu.</p> <p>Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu.</p> <p>Forme de raportare Personalizate obligatoriu.</p> <p>Alarma Vizuala, sonora obligatoriu</p> <p>Manjeată deconectată obligatoriu</p> <p>Manjeată defect obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 deconectat obligatoriu</p> <p>Senzor SpO2 defect obligatoriu</p> <p>Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Nivelul baterie scăzut obligatoriu</p> <p>Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu</p> <p>Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu</p> <p>Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu</p> <p>Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu</p> <p>Accesorii</p> <p>Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice</p>	<p>fișier 12 - Broșura lot 04 semnat pag. 01/02 - Monitorizarea pletismogramiei – vezi fișier manual pag. 02/05 - Tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat (BMV) – vezi fișier 12 - Broșura lot 04 semnat pag. 02/02 - Buton de activare/dezactivare manual a NIBP – da – vezi fișier manual pag. 05/05 - Accesorii – vezi fișier lista accesoriilor atașată Accessories BMV210D</p>
---	---	---	---	---

	<p>reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare.</p> <p>reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului</p> <p>Hirtie termică 10 buc., să se indice codul produsului.</p> <p>Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu.</p> <p>min. 2 roțile cu frână obligatoriu.</p> <p>Coș pentru accesorii obligatoriu</p> <p>Mâner pentru transportare obligatoriu.</p> <p>Sistem de fixare adispozitivului de suport" obligatoriu.</p>	<p>adult, adult mare</p> <p>reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., – 210nibadm, 210nibadl</p> <p>Hirtie termică 10 buc., – 210pap</p> <p>Troleu pe roțile modelul oferit (model BMW</p> <p>patient monitor Trolley)</p> <p>min. 5 roțile – da</p> <p>min. 2 roțile cu frână – da</p> <p>coș pentru accesorii – da</p> <p>mâner pentru transportare obligatoriu</p> <p>"sistem de fixare a dispozitivului de suport" – da</p>	<p>codul produsului</p> <p>Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare</p> <p>reutilizabile (1set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului</p> <p>Hirtie termică 10 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu</p> <p>min. 2 roțile cu frână obligatoriu</p> <p>Coș pentru accesorii obligatoriu.</p> <p>Mâner pentru transportare obligatoriu.</p> <p>sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu.</p>	<p>Nr. 06/18 – 1 din 18.06.2025</p>
<p>Nr. Rg02-2829 din 10.06.2025 ECCOCHIMIE SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 15 <i>Cântar de laborator 0-1000g</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>g Verificare metrologică da</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>g Verificare metrologică da - primara de la producator</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Solicitan codul de înregistrare a dispozitivului medical. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Cantritatea minima cântărită ≤0,5</p>	<p>Nr. 06/18 – 1 din 18.06.2025</p> <p>Prin prezenta, anexam manual de utilizare pentru balanta oferita, model AKZ 3200, unde sunt marcate raspunsuri la intrebarile solicitate pe pag 3 si 5: Pe pag 3 este confirmarea ca toate balantele sunt testate metrologic si sunt insotite de marcajul Metrologic in spatele dispozitivului.</p>
<p>Astfel, autoritatea</p>				

		g Verificare metrologică da	Cântarele de laborator utilizate în domeniul medical (de exemplu, în laboratoare clinice, farmacii, spitale) în Republica Moldova sunt considerate mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, conform legislației în vigoare. (Legea nr. 19/2016 privind metrologia, Hotărârea Guvernului nr. 880/2012). Conform Legislației în vigoare , cântarele de laborator nu sunt dispozitive medicale si nu se introduc in registru AMDM.
--	--	--------------------------------	--

Nr. Rg02-2830
din 10.06.2025
GBG-MLD SRL

<i>Pentru lotul nr. 8 Masă - trolu de lucru compartimentată pentru anestezie:</i>			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min 16 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient pentru gunoi	Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu 16 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient pentru gunoi Sertare cu sistem de închidete	Solicitam codul de înregistrare a dispozitivului medical.	

Sertare cu sistem de inchidere centralizată Roti pivotante diametru 125-130 mm cu frâna transversala Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm.	centralizată Roti pivotante diametru 125 mm cu frâna transversala Dimensiuni: Înălțime 96 cm. Lățime 68 cm, Adâncime 52 cm	
---	---	--

Pentru lotul nr. 12 *Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Minim 5 programe automate de spălare</p> <p>Minim 8 cicluri individuale de spălare (custom programs)</p> <p>Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM</p> <p>Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector</p> <p>Alarmă optică și acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare</p>	<p>Minim 5 programe automate de spălare</p> <p>Minim 8 cicluri individuale de spălare (custom programs)</p> <p>Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM.</p> <p>Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector</p> <p>Alarmă optică și acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare</p>	<p>Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>Minim 5 programe automate de spălare.</p> <p>Minim 8 cicluri individuale de spălare (custom programs).</p> <p>Viteza de centrifugare reglabilă în pași de 10 RPM</p> <p>Orificiu de drenare a lichidului plasat la baza centrifugii permite cuplarea la un recipient colector</p> <p>Alarmă optică și acustică pentru detecție cantitatea maximă/minimă de soluție salină din vasul de spălare</p>

Pentru lotul nr. 14 *Centrifugă pentru pungi de sânge:*

S-a solicitat conform Anuntului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Parametri:</p> <p>Viteza de rotație: reglabilă</p> <p>Minimală, rpm ≤ 100</p> <p>Maximală, rpm ≥ 6000</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Rotor:</p> <p>Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750-1000 ml</p> <p>Numărul de locuri 4</p> <p>Timer:</p> <p>Gama de timp 0 - ≥ 60 min</p> <p>Incrementarea ≤ 1 min</p> <p>Interval de temperatura -20 °C .. + 40 °C reglabil</p> <p>Precizia temperaturii ± 1 °C</p> <p>Securitatea:</p> <p>Blocarea capacului în timpul lucrului da</p> <p>Indicatori:</p> <p>Indicatori vizual și acustic da</p> <p>Debalansare da</p> <p>Pornire/oprire da</p> <p>Capac deschis da</p> <p>Display Digital da</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 70 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor și standardelor în vigoare da</p>	<p>Parametri:</p> <p>Viteza de rotație: reglabilă</p> <p>Minimală, rpm 50</p> <p>Maximală, rpm 11500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Rotor, 4294, max. RPM max. RCF 2) 4,500 min-1 5,071:</p> <p>Tipul rotor pentru pungi de sange volum 750 si 1000ml, buckets 4298-A, 4x adaptor 4237-A</p> <p>Numărul de locuri 4</p> <p>Timer:</p> <p>Gama de timp 1 - 999 min</p> <p>Incrementarea 1 min</p> <p>Interval de temperatura -20 °C .. + 40 °C reglabil</p> <p>Precizia temperaturii ± 1 °C</p> <p>Securitatea</p> <p>Blocarea capacului în timpul lucrului da</p> <p>Indicatori:</p> <p>Indicatori vizual și acustic da</p> <p>Debalansare da</p> <p>Pornire/oprire da</p> <p>Capac deschis da</p> <p>Display Digital da</p> <p>Nivelul de zgomot 58 dB</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru</p>	<p>Solicitim codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>

	<p>efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da</p> <p>Cerinte:</p> <p>Anul producerii 2023-24</p> <p>Garantie 24 luni</p> <p>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție</p> <p>Manuale de utilizare limba romana sau rusa</p> <p>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.</p> <p>Training pentru personal tehnic</p> <p>Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p> <p>Ghid rapid de utilizare în limba română</p>		
<p>Pentru lotul nr. 16 <i>Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L)</i>:</p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Descriere: Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încălzură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv</p>	<p>Descriere: Sterilizatoare fără ciclu de vacuum, cu încălzură verticală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale</p>	<p>Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>	

	<p>produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală</p> <p>Construcția interioară din oțel AISI 316L</p> <p>Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.</p> <p>Securitate la supraîncălzire da</p> <p>Alarmerie acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă da</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată până la scderea sfinșitului procesului de sterilizare da</p> <p>Suprafața exterioară să nu se încălzească</p> <p>Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>Imprimantă da</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de strilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare: -timp -temperatura -eliberare automată a vaporilor printare a</p>	<p>nontermic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Încărcare verticală</p> <p>Construcția interioară din oțel AISI 316L</p> <p>Exterior metalic galvanizat.</p> <p>Securitate la supraîncălzire da</p> <p>Alarmerie acustică vizuală</p> <p>Durata sterilizării reglabilă da</p> <p>Control microprocesor</p> <p>Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da</p> <p>Ușa rămâne blocată până la scderea sfinșitului procesului de sterilizare da</p> <p>Suprafața exterioară nu se încălzeaste</p> <p>Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da</p> <p>Imprimantă da, panel type</p> <p>Afișaj alfanumeric</p> <p>Ciclu de strilizare ciclu de presiune pozitivă</p> <p>Sistem de uscare da</p> <p>Facilități de setare: -timp -temperatura</p>		
--	--	--	--	--

	<p>rezultatelor -racire rapidă Volum interior 100L, ±10L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi (opțional) Regimuri de sterilizare minim 5 regimuri Gama de temperatură 105 -134 grade C Înregistrator date da Tip date: - data - timp - temperatura - presiune Alimentare cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz Cerințe: Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română</p>	<p>-eliberare automată a vaporilor printare a rezultatelor -racire rapidă Volum interior 104L Precizie timp de sterilizare 1 min Diferite tipuri de cosuri, inclusive cu rafturi pe iterior (optional) Regimuri de sterilizare 5 regimuri standard, 12 cicluri setabile de operator Gama de temperatură 105 -136 grade C Înregistrator date da Tip date: - data - timp - temperatura - presiune Alimentare cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz Cerințe: Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.</p>		
--	---	--	--	--

	<p>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz. Ghid rapid de utilizare în limba română</p>							
<p>Nr. Rg02-2831 din 10.06.2025 I.M. ” Dutchmed-M” S.R.L</p>	<p>Pentru lotul nr. 4 <i>Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):</i></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1075 322 1163 734"> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> </td> <td data-bbox="1075 741 1163 1151"> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> </td> <td data-bbox="1075 1158 1163 1592"> <p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="293 322 1070 734"> <p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p> </td> <td data-bbox="293 741 1070 1151"> <p>Trendingul ST – DataSheet uMEC 100/120/150/ Data Review/ ST review pag. 3 Media în analiza segmentului ST – Manual de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment - Monitoring/ ST segment monitoring/ pag. 9-17 – 9-22 5 rotile toate 5 rotile cu frână 1 coș pentru accesorii mîner pentru transportare sistem de fixare dispozitivului de suport fără necesitatea cărorva instrumente</p> </td> <td data-bbox="293 1158 1070 1592"> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu. Analiza automată a undei ST Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Troleu pe rotile min. 5 rotile obligatoriu. Troleu pe rotile min. 2 rotile cu frână obligatoriu. Troleu pe rotile coș pentru accesorii obligatoriu. Troleu pe rotile mîner pentru transportare obligatoriu. Troleu pe rotile sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu.</p> </td> </tr> </table>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>Trendingul ST – DataSheet uMEC 100/120/150/ Data Review/ ST review pag. 3 Media în analiza segmentului ST – Manual de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment - Monitoring/ ST segment monitoring/ pag. 9-17 – 9-22 5 rotile toate 5 rotile cu frână 1 coș pentru accesorii mîner pentru transportare sistem de fixare dispozitivului de suport fără necesitatea cărorva instrumente</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu. Analiza automată a undei ST Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Troleu pe rotile min. 5 rotile obligatoriu. Troleu pe rotile min. 2 rotile cu frână obligatoriu. Troleu pe rotile coș pentru accesorii obligatoriu. Troleu pe rotile mîner pentru transportare obligatoriu. Troleu pe rotile sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu.</p>	<p>Nr. 1306/25DM Data: 13.06.2025 SCRISOARE EXPLICATIVĂ Prin prezența, compania Î.M. „Dutchmed-M” S.R.L. vă prezintă următoarele clarificări referitor la solicitarea din scrisoarea Rg02-2831 din 10.062025. Pentru Lotul 4: Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult): modelul uMEC120 producător Mindray, China: 1. Analiza automată a undei ST – conform Manualului de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment Monitoring pag. 9-17 – 9-26 avem capitolul unde este descris funcția ST. După activarea acestei funcții monitorul pornește analiza ST: 2. Trendingul ST – conform Manualului de utilizare uMEC Series/ ST Review Page pag. 18-8 – 18-9 avem subcapitolul unde este indicat monitorul are funcția de a salva segmentul ST și valorile acestuia la un interval de 5 minute. Din memoria monitorului putem să accesăm ultimele 120 de ore de date ST:</p>
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>						
<p>Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu min. 5 rotile obligatoriu min. 2 rotile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>Trendingul ST – DataSheet uMEC 100/120/150/ Data Review/ ST review pag. 3 Media în analiza segmentului ST – Manual de utilizare uMEC Series/ 9.8 ST Segment - Monitoring/ ST segment monitoring/ pag. 9-17 – 9-22 5 rotile toate 5 rotile cu frână 1 coș pentru accesorii mîner pentru transportare sistem de fixare dispozitivului de suport fără necesitatea cărorva instrumente</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu. Analiza automată a undei ST Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Troleu pe rotile min. 5 rotile obligatoriu. Troleu pe rotile min. 2 rotile cu frână obligatoriu. Troleu pe rotile coș pentru accesorii obligatoriu. Troleu pe rotile mîner pentru transportare obligatoriu. Troleu pe rotile sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu.</p>						

Nr. Rg02-2832
din 10.06.2025

**MEDICA
SENS SRL**

Pentru lotul nr. 4 *Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmentului ST obligatoriu Modul ECG Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Modul SpO2 Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea ±0.1 °C Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Sensor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc)" 2 set.,	Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu, DA, pag.40 Manual Media în analiza segmentului ST obligatoriu DA, pag.40 Manual Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mVDA, pag.7 Brosura; Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm DA, Brosura; Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C DA, pag.7 Brosura; Acuratețea ±0.1 °C DA, pag.7 Brosura; Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu DA, Brosura; Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu DA, Manual de utilizare Arhivarea datelor obligatoriu DA, Manual de utilizare; Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului 203-001 Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice	Există neconformități privind produsul oferit: S-a solicitat sensivitatea în diapazonul 2.5 - 40 mm/mV. În manualul produsului, sensivitatea afișajului este declarată ca fiind 2.5 mm/mV (×0.25), 5 mm/mV (×0.5), 10 mm/mV (×1.0), 20 mm/mV (×2.0). S-a solicitat monitorizarea ratei pulsului în diapazonul 30 - 300 bpm, însă, conform manualului, modelul propus are un diapazon de 40 - 240 bpm. S-a solicitat un modul de temperatură cu acuratețea de ±0,1 °C, modelul propus are o acuratețe de ±0,2 °C. S-a solicitat un modul de temperatură cu diapazonul minim de 0 - 50,0 °C, conform manualului, modelul propus are un diapazon de 5 - 50 °C.

MES20250613 din 13.06.2025
Subscrisa, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629
reprezentată prin Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participantă la procedura de achiziție nr. oeds-b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă confirmarea parametrilor solicitați pentru următoarele loturi: Lot 4 – Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de bază cu accesorii Adult):
Lot 8 – Masă – troleu de lucru compartimentată pentru anestezie: Dispozitivul oferit model: , producător un este clasificat ca dispozitiv medical. Atașăm Declarația de conformitate a produsului. Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Lot 16 – Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L):
MES20250620 din 20.06.2025
Subscrisa, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629
reprezentată prin Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participantă la

<p>să se indice codul produsului Hirtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>codul produsului 203-009 Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului 209-006 Manșete NIBP "adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1 set/3buc)" 2 set., să se indice codul produsului 204-003 Hirtie termică 10 buc., să se indice codul produsului 210-001 Troleu pe roțile Indicații modelul oferit model produsului oferit 211-001 min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frână obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu</p>	<p>Trendingul ST obligatoriu. Media în analiza segmentului ST obligatoriu. Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu. Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu. Arhivarea datelor obligatoriu. Cablul ECG cu 3 electrozi, 2 buc., cod produs „203-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Electrozi ECG pentru adulți, de unică folosință, 300 buc., cod produs „203-009” – nu se regăsește în sursele atașate. Senzor de temperatură pentru adulți, reutilizabil, 1 buc., cod produs „209-006” – nu se regăsește în sursele atașate. Manșete NIBP „adult mediu, adult, adult mare”, reutilizabile (1 set/3 buc.), 2 seturi. A fost oferit doar un tip de manșetă, cod produs „204-003” pentru „adult”, fără specificații privind mărimile. Lipsește încă două mărimi: adult mediu și adult mare. Hârtie termică, 10 buc., cod produs „210-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Troleu pe roți, cod produs „203-001” – nu se regăsește în sursele atașate. Aven nevoie de sursa de informație pentru a verifica toți</p>	<p>procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă informație confirmativă adițională pentru Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric. MES20250624 din 24.06.2025 Subscrisa, MEDICA SENS S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Calarași 66, cod fiscal 1018600025629 reprezentată prin Administrator Sergiu Ciobanu, în calitate de participantă la procedura de achiziție nr. ocds-</p>
---	--	---	--

		parametrii, cu următoarele cerințe obligatorii: Minim 5 roți; Minim 2 roți cu frână; Coș pentru accesorii; Mâner pentru transport; Sistem de fixare a dispozitivului de suport.
--	--	--

Pentru lotul nr. 8 *Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min 16 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient pentru gunoi Sertare cu sistem de închidere centralizată Roti pivotante diametru 125-130 mm cu frâna transversala Dimensiuni:	Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor Da, Brosura Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic Da, Brosura Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min 16 diviziuni Da, Brosura Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Da, Brosura Loc pentru tubul de oxygen. Da, Brosura Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Da, Brosura Coș de gunoi și recipient pentru	Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.

b3wdp1-MD-1743604121101 din 05.05.2025 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr. 5), ca răspuns la solicitarea de clarificari Nr. Rg02-2832 din 10.06.2025, prezintă informație confirmativă adițională actualizată pentru Lot 10 – Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric.

<p>Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm.</p>	<p>gunoi Da, Brosura Sertare cu sistem de închidere centralizată Da, Brosura Roti pivotante diametru 125-130 mm cu frâna transversala Da, Brosura Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Da, Brosura Lățime 68-70 cm, Da, Brosura Adâncime 52-55 cm. Da, Brosura</p>	
--	---	--

Pentru lotul nr. 10 *Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric:*

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 % Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2 % Rezoluția SpO2 ± 1 %</p>	<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430 Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Da, Manual Da, DataSheet Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Da, DataSheet p.5 Interval de măsurare Diapazon 0-100% Da, DataSheet p.4 Rata de măsurare 80 - 100, ≤ 3 %</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Afășaj: Puterea semnalului obligatoriu, Alarme: Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Durata de viață a bateriei produsului BT-710, conform cerinței „Alimentare: Durata de viață ≥ 8 ore”. În datasheet (bt-710.semnat.pdf) se specifică 5 ore, iar în catalog (bt-710 catalog.semnat.pdf) se indică 8 ore. Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2</p>

	<p>Pulsul ± 1 bpm Afîşaj SpO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață ≥ 8 ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Pulsul 25 - 250 bpm, $\pm 2\%$ Da, DataSheet p.5 Rezoluția SpO2 $\pm 1\%$ Da, DataSheet p.4 Pulsul ± 1 bpm Da, DataSheet p.5 Afîşaj SpO2 obligatoriu Da, DataSheet Valoare pulsului obligatoriu Da, DataSheet Puterea semnalului obligatoriu Da, DataSheet Indicator baterie descărcată obligatoriu Da, DataSheet p.4/5 ; Manual Display LED sau LCD obligatoriu Da, DataSheet p.2 Alarmer Auditiv obligatoriu Da, p.3 DataSheet SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Da, DataSheet Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Da, Manual de utilizare Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Da, DataSheet ; Manual de utilizare Durata de viață ≥ 8 ore Manual</p>	<p>buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
--	---	---	---	--

<p>Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>de utilizare Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
---	--	--

Pentru lotul nr. 16 Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L):

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	
<p>Securitate la supraîncălzire da Alarmer acustică vizuală Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Sistem de uscarea da</p>	<p>Securitate la supraîncălzire da – pag. 23 User Manual, Declarație producător (atașat); Alarmer acustică vizuală - pag. 2 Data sheet (atașat); Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da - - pag. 2 Data sheet (atașat); Sistem de uscarea da Da, Brosura</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Securitate la supraîncălzire da Alarmer acustică vizuală Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Sistem de uscarea da</p>	

Pentru lotul nr. 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie:			Nr.93 din 13.06.2025
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Prin prezenta, compania Med-M SRL, ca răspuns la solicitarea dvs aferent procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5), vă punem la dispoziție specificațiile tehnice pentru lotul nr. 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie, unde sunt reflectate informațiile solicitate pentru clarificare. Anexă: - Specificații tehnice pentru model ECRW-110.
Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor. Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic. Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min 16 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale. Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient pentru gunoi. Sertare cu sistem de închidere centralizată. Roti pivotante diametru 125-130 mm cu frâna transversala Dimensiuni: Înălțime 96-100 cm. Lățime 68-70 cm, Adâncime 52-55 cm.	Suprafața superioară din ABS cu design consolidat care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic Min 5 sertare de diferite dimensiuni: Sertare mici cu min 16 diviziuni Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale Loc pentru tubul de oxygen. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Coș de gunoi și recipient pentru gunoi Sertare cu sistem de închidere centralizată Roti pivotante diametru 125 mm cu frâna transversala Dimensiuni: 110×87×60 cm	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: ABS care oferă durabilitate împotriva accidentelor și loviturilor. Suprafețele corpului și sertarelor vopsite electrostatic. Sertare mici cu min 16 diviziuni. Sertare mari pentru depozitarea medicamentelor și a materialelor medicinale. Tavă glisantă pentru prepararea medicamentelor. Sertare cu sistem de închidere centralizată. Roti pivotante diametru 125- 130 mm cu frâna transversala.	
Pentru lotul nr. 21 <i>Opiotip LCD</i> :			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	

<p>Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 21 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă ≥ 2 metri Maximă ≤ 8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V</p>	<p>Parametri tehnici Specificația Optotip pentru examen oftalmologic Copii, maturi Dimensiuni LCD Min. 23 inch Fără polarizare da Distanța de citire Minimă ≥ 2 metri Maximă ≤ 8 metri Luminozitate ecran reglabilă Telecomandă da Teste presetate Standard internațional C, standard vizual alfabet, standard vizual pentru copii, standard vizual astigmatic, standard vizual încrucișat, standard vizual echilibrat binocular, standard vizual daltonism, etc Raportul ecranului 16:9 Posibilitate fixare pe perete Da Alimentare 220V</p>	<p>Solicitim codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>
---	---	--

Pentru lotul nr. 22 *Set de lentile diagnostice:*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile sferice +/-20.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD</p>	<p>Parametrii Specificația Lentile de probă Min. 266 buc Lentile sferice +/-25.00D Lentile cilindrice +/-6.00D Lentile cu prismă 0,50-10,00PD</p>	<p>Solicitim codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p>

	<p>Lentile accesorii Min. 14 buc Diametrul jantei din metal 38 mm Diametru lentilă 36 mm Trusa de transport inclusă da</p>	<p>Lentile accesorii Min. 14 buc Diametrul jantei din metal 38 mm Diametru lentilă 36 mm Trusa de transport inclusă da</p>		
<p>Nr. Rg02-2826 din 10.06.2025 SA TEHOPTIMED</p>	<p>Pentru lotul nr. 3 <i>Antropometru pentru nou-născuți:</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Antropometru pliabil Poziționare orizontală Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Diviziune: 2-5 mm Scala: ≤20 ≥ 99 cm</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Antropometru pliabil da Poziționare orizontală da Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. da Diviziune: 2-5 mm da Scala: ≤20 ≥ 99 cm da</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Simplu de utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor. Diviziune: 2-5 mm</p>	<p>Nr. 29 din 11.06.2025 Răspuns către: Nr. Rg02-2826 din 10.06.2025 Prin prezenta SA Tehoptimed, vine cu clarificări la solicitarea dvs privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insuțitor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5), și comunică următoarele: 1. 2. 3. Pentru lotul nr. 3 Antropometru pentru nou-născuți: dispozitivul nu este înregistrat în registrul de stat. Acest dispozitiv este unul mecanic dotat cu o riglă și o diviziune de minim 0,5 cm utilizat pentru măsurarea parametrilor fizici, și anume - lungimea. Este simplu de utilizat și are loc pentru fixarea pozitiei capului bebelușului. Anexat găsiți poza reală a dispozitivului ca argument, pentru că producătorul nu oferă mai multe detalii tehnice decât cele menționate în specificațiile tehnice atașate. Pentru lotul nr. 10 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric modelul propus CMS60D: nu are sursa de alimentare 220W și nici baterii reutilizabile. Din momentul participării la licitație noi am importat un nou model de pulsoximetru CMS60D1 care deține Alimentare Baterie reîncărcabilă de la 220V 50 Hz, ecran LCD color,</p>
	<p>Pentru lotul nr. 10 <i>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric:</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare: Interval de măsurare: Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2% da 30 - 250 bpm Display LED sau LCD obligatoriu da Alarmer Auditiv obligatoriu da Vizual obligatoriu da SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu da Sensor deconectat obligatoriu da Sensor epuizat obligatoriu da Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu da Alimentare Baterie reîncărcabilă de la 220V 50Hz nu Accesorii</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării: Există neconformități privind produsul oferit: S-a solicitat interval de măsurare: Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2%, dar modelul propus are interval de măsurare: Pulsul 30 - 250 bpm. S-a solicitat alimentare: Baterie reîncărcabilă de 220V 50Hz, dar modelul propus susține DC 2.6 V -3.6 V. S-a solicitat: 'Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului' Însă, în Anexa 22, se menționează: 'Bloc de alimentare de la rețeaua electrică, să se indice codul</p>	

<p>buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatrie 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului da, ESA0008 Sensor SpO2 reutilizabil, pediatrie 1 buc., să se indice codul produsului da, ESA0015 Bloc de alimentare de la rețeaua electrică, să se indice codul produsului nu Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului da, 2 AA Husă pentru transportare 1 buc. nu, să se indice codul produsului</p>	<p>produsului nu. Din aceasta deducem că lipsește sursa de alimentare, ceea ce sugerează că bateriile nu sunt reutilizabile. Este necesară informație suplimentară. S-a solicitat: 'Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului? Înșă, în Anexa 22, se menționează: 'Husă pentru transportare 1 buc. nu, să se indice codul produsului? Din aceasta deducem că lipsește husa pentru transportare. Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., codul produsului „ESA0008” – nu se regăsește în sursele atașate. Sensor SpO2 reutilizabil, pediatrie, codul produsului „ESA0015” – nu se regăsește în sursele atașate. Acumulator/Baterii reîncărcabile, 1 buc., nu a fost indicat codul bateriei, broșura nu conține această informație. Solicităm</p>	<p>Bloc de alimentare, accesorii incluse (3 senzori (se poate vedea în poza anexată). Respectiv codul ESA0089 pentru senzor de adult, ESA0091 pentru senzor de copii, ESC0092 pentru senzor de bebeluși), acumulator încorporat. Dacă o să considerați accesibilă putem înlocui cu același preț modelul nou importat. (specificația tehnica se anexează). Pentru lotul nr. 13 Incubator (termostat) 15 - 25l: nu este înregistrat în registrul de stat. Conform reglementărilor din Republica Moldova, dispozitivele medicale sunt definite ca echipamente, instrumente sau aparate destinate în mod specific diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării unei boli, conform Regulamentului (UE) 2017/745, adoptat și în legislația locală. Un incubator (termostat) de laborator, utilizat pentru menținerea unei temperaturi constante în diverse aplicații, nu îndeplinește în mod exclusiv aceste scopuri medicale, fiind folosit și în alte domenii, cum ar fi microbiologia, biologia moleculară, chimia sau cercetarea industrială. Prin urmare, dacă nu este destinat specific utilizării medicale, nu necesită înregistrare în registrul dispozitivelor medicale. Ceea ce ține de informațiile ce nu s-au regăsit în specificațiile tehnice, menționăm: Domeniul de temperatură programabil în diapazon</p>
---	---	---	--

		informații care să confirme că bateria este reîncărcabilă.	37 - 60 grade – pagina 3 La producător, următoarele regimuri de temperatură sunt setate și înregistrate în termostat: 1. 37 ° C; 3. 50 ° C; 2. 43 ° C; 4. 55 ° C, Usa dubla – indicat la pagina 4 - ușă exterioară și ușă interioară Rezoluția de programare – indicat în pagina 1 pct. 7 Timpul de funcționare – producătorul indică neîntrerupt. Alarmă vizuala si sonora – indicat la pag 6, Când este atins modul setat, indicatorul începe să clipească, ceea ce indică prezența unui mod stabil de termostatare. Indicatorul clipește sincronizat cu elementul de încălzire care pornește și se oprește. – acest fapt indică prezența alarmei vizuale și sonore!
Pentru lotul nr. 13 Incubator (termostat) 15 - 25l:			
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	
<p>Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 1 grad</p> <p>Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt</p> <p>Afișaj LCD sau LED</p> <p>Usa dubla da</p> <p>Usa internă din sticla da</p> <p>Construcția interioară din oțel inox</p> <p>Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată</p>	<p>Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade da, 5-70°</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 1 grad da</p> <p>Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt da</p> <p>Afișaj LCD sau LED da</p> <p>Usa dubla da</p> <p>Usa internă din sticla da</p> <p>Construcția interioară din oțel inox da</p> <p>Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată da</p>	<p>Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical.</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>Domeniul de temperatură programabil în diapazon 37 - 60 grade.</p> <p>Rezoluția de programare ≤ 1 grad</p> <p>Timp de funcționare 1 - 999 min, neîntrerupt</p> <p>Afișaj LCD sau LED</p> <p>Usa dubla da</p> <p>Usa internă din sticla da</p> <p>Construcția interioară din oțel inox</p> <p>Alarmă vizuala si sonora, divergență față de temperatura setată</p>	

Nr. Rg02-2834
din 10.06.2025
Triumf-Motiv
SRL

Pentru lotul nr. 4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Conform ofertei depuse nu se regăsesc anexat careva documente confirmative pentru modelul oferit.	S-a constatat că ne lipsește sursele de informații privind dispozitivul.

Pentru lotul nr. 16 Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L):

S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit.	Pentru procedura în cauză, potrivit sbpct 11 pct. 16 anunțului de participare se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit. Conform ofertei depuse nu se regăsesc anexat careva documente confirmative pentru modelul oferit.	Solicităm codul de înregistrare a dispozitivului medical și sursele de informații privind dispozitivul.

Nr. 164-1/12 din 11.06.2025

Ca urmare a solicitării de clarificări transmisă de către dvs. prin scrisoarea nr. Rg02-2834 din 10.06.2025, referitor la oferta depusă de compania Triumf-Motiv SRL, în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1743604121101 din avînd ca obiect Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.5), vă transmitem mai jos clarificările pentru următoarele poziții: Lot nr. 4 - Brosura F6.pdf - Manual of Use, Operation Manual-F6.pdf Lot nr. 16 - IUM-100S Vertical autoclave product brochure - Unicorn Medical.pdf

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lotul 3 Antropometru pentru nou-născuți

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 4 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesori Adult)

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Formularul specificației tehnice nu este complet.

Lotul 5 Laringoscop cu lamă curbată

- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 6 Laringoscop cu lamă dreaptă

- Oferta operatorului economic MED-M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 10 Pulsximetru portabil, Adult, Pediatric

- Oferta operatorului economic SA Tehoptimed se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu corespunde cerințelor tehnice:

1. S-a solicitat: Interval de măsurare: Pulsul 25 - 250 bpm, ± 2%. S-a oferit: Measured range: 30 bpm ~ 250 bpm, pag 4 m;
2. S-a solicitat: Alimentare: Baterie reîncărcabilă, de la 220V 50Hz, S-a oferit: nu are sursa de alimentare 220W și nici baterii reutilizabile.
3. S-a solicitat: Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului. S-a oferit: Declarativ anexa 22" "Bloc de alimentare de la rețeaua electrică , să se indice codul produsului nu";
4. S-a solicitat: Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului s-a oferit: Declarativ anexa 22" "Husă pentru transportare 1 buc. Nu.

- Oferta operatorului economic Medica Sens se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu corespunde cerințelor tehnice: "S-a solicitat: Alimentare: Durata de viață ≥ 8 ore S- a oferit: Oximeter is 5 hours under normal usage conditions. "

Lotul 11 Distilator de apa de laborator

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Lotul 12 Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a fost prezentat răspuns la demersul CAPCS nr. Rg02-2830 din 10.06.2025.

Lotul 14 Centrifugă pentru punși de sânge

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 16 Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L)

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lotul 20 Sistem radiografic intraoral

- Oferta operatorului economic Vipromed Service SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a atașat la oferta electronică formularul specificației tehnice și de preț.

Lotul 21 Optotip LCD

Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Lotul 22 Set de lentile diagnostice

Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Potrivit pct. 11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect.”

Pentru lotul 8 Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie beneficiarul final IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA conform demersului nr. 01-10/258 din 09.07.2025, acceptă oferta alteranativă.

Pentru lotul 16 Autoclav 100 l cu încărcare verticală (oțel AISI 316L) beneficiarul final IMSP Institutul Oncologic conform demersului nr.02-07/820 din 04.07.2025 , , acceptă oferta alteranativă.

Pentru lotul nr. 22 Set de lentile diagnostice) beneficiarul final IMSP ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA, conform demersului nr. 01-11/614 din 04.07.2025

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

11. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Tara de Origine	Producător	Ofertant
3	Antropometru pentru nou-născuți	Bucată	11	450,0000	540,00	4 950,00	5 940,00	981101	China	Boen Healthcare	GBG-MLD SRL
4	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Bucată	5	25330,00	30396,00	126 650,00	151 980,00	uMEC 120	China	Mindray	İM „Dutchmed-M” SRL
8	Masă - troleu de lucru compartimentată pentru anestezie	Bucată	5	16 500,00	19 800,00	82 500,00	99 000,00	ECRW-110	Turcia	AVRASYAM ED MEDIKAL TIBBI CIHAZLAR VE URUNLER PAZARLAM A SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	MED-M
10	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	Bucată	2	7000,0000	8400,00	14 000,00	16 800,00	H100B	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	AELO GRUP
13	Incubator (termostat) 15 - 25l	Bucată	1	14700,00	17640,00	14 700,00	17 640,00	TC-20	Ucraina	MI-3MA	SA Tehoptimed

15	Cântar de laborator 0-1000g	Bucată	1	16 595,00	19 914,00	16 595,00	19 914,00	AKZ 3200	Polonia	Axis	Ecochimie
16	Autoclav 100 l cu încălzire verticală (oțel AISI 316L)	Bucată	1	230000,0000	276 000,000	230 000,00	276 000,00	Adela-3D 90L	Turcia	Sumer	Medica Sens
22	Set de lentile diagnostice	Bucată	3	20650,0000	24 780,000	61 950,00	74 340,00	BR-260	Polinoia	MDT SP zoo	Lensess Grup SRL

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevurate, inacceptabile sau neconforme și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției calculată conform prezentei legi, după cum urmează:

Lotul 5 Laringoscop cu lamă curbată

Lotul 6 Laringoscop cu lamă dreaptă

Lotul 11 Distilatort de apa de laborator

Lotul 12 Centrifugă pentru spălarea eritrocitelor

Lotul 14 Centrifugă pentru punși de sânge

Lotul 20 Sistem radiografic intraoral

Lotul 21 Optotip LCD

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lotul 1 Fotoliu pentru proceduri de prelevare a probelor de sânge

Lotul 2 Impedansmetru

Lotul 7 Tensiometru portabil automat

Lotul 9 Scaun rotativ special conceput pentru utilizarea în sălile de operație

Lotul 17 Cântar pediatric

Lotul 18 Fotoliu ginecologic

Lotul 19 Hotă de laborator, cu flux laminar

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după reconfirmarea specificației tehnice și valorii estimative de către beneficiarul final.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 18.07.2025.

1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Operatori economici participanți	Nr. Rg02-3156 din 11.07.2025	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selecția termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
DUTCHMED - M SRL	1009600033367	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	33100000-1	21392254-0088-0417	126 650,0000	151 980,0000	01.08.2025	10.02.2026	30.10.2025
			IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000-1	21392254-0090-0430	16 595,0000	19 914,0000	31.07.2025	10.02.2026	29.10.2025
ECCOCHIMIE SRL	1002600052156	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	33100000-1	21392254-0109-0160	4 950,0000	5 940,0000	31.07.2025	10.02.2026	29.10.2025
LENSES GRUP SRL	1003600069773	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA	33100000-1	21392254-0502-0160	20 650,0000	24 780,0000	30.07.2025	10.02.2026	28.10.2025

