

## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice Nr. 1 din 20.08.2025

## 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvinte Irina

## 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări Achiziționarea dispozitivelor medicale (Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie) conform necesităților IMSP SPITALUL DE STAT
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1 <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747227021527?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747227021527?tab=contract-notice</a>

<b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	ocds-b3wbp1-MD-1747227021527
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	Data publicării: 14.05.2025 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf">https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/20240628132518.pdf</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
<b>Sursa de finanțare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	4 333 333,34 lei

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

**Data:**

20 mai 2025, 11:39

**Subiectul întrebării:**

Fluoroscopie pulsată

**Întrebare:**

În practica medicală se utilizează valori kV nu mai mici de 50, conform normelor de radioprotecție. Cu atât mai mult cu cât în regim de fluoroscopie continuă se solicită diapașon de 50-125 kV. Pentru a nu crea confuzie, solicităm modificarea în Fluoroscopie continuă interval kV 50-125 în pași de 1 kV.

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:44):

Mulțumim pentru clarificarea depusă, modificarea cerinței tehnice nu poate fi modificată. Intervalul 40 – 125 kV este absolut necesar în fluoroscopia pulsată, deoarece permite adaptarea precisă la anatomia pacientului, menținerea unei bune calități a imaginii în pulsuri scurte și optimizarea dozei. Diapașonul minim se utilizează pentru investigațiile structurilor superficiale. Menționăm că se dorește achiziționarea unui dispozitiv medical de o anumită performanță, totodată, se acceptă ofertele

alternative, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi cupuse lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

**Data:**

20 mai 2025, 11:39

**Subiectul întrebării:**

Capacitate stocare caldura anod 600-700 KHU  
**Întrebare:**

De obicei se solicita valoare minima. Va rugam sa reformulati acest punct in conformitate cu cerintele standard.

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:45):

Cerința tehnică se modifică în „Capacitatea stocare căldură anodă: minim 700 KHU”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

20 mai 2025, 11:42

**Subiectul întrebării:**

Colimator cu ecran tactil care trebuie să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana support tub RX și setarea câmpului optim de expunere, optional

**Întrebare:**

Ecrane tactile nu sunt specifice pentru sisteme telecomandate, solicitam excluderea notiunii de ecran tactil ( colimator cu ecran, care trebuie...etc). Aici nu este clar ce inseamna setare cimpului optim de expunere, optional. Astfel de functii sunt specifice nu colimatorului, ci componentelor digitale ale sistemelor. Rugam sa specificati pentru care componenta a sistemului este specifica aceasta functie.

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:45):

Cerința tehnică a fost modificată în „Colimator: Colimator cu ecran cu afișarea minim: SID, tip filtru, înclinare - opțional”. Și a fost adăugat cerința „ Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

20 mai 2025, 11:43

**Subiectul întrebării:**

Camera video pentru pozitionare – optional  
**Întrebare:**

Solicitam excluderea acestei cerinte deoarece o astfel de componenta nu va fi livrata cu sistemul dar poate duce la excluderea concurentei.

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:45):

Cerința este una opțională, poate fi oferite produse care nu au asemenea dotare tehnică. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

20 mai 2025, 11:45

**Subiectul întrebării:**

Posibilitate de salvare a imaginilor direct pe hard disc

**Întrebare:**

Imaginile la toate sistemele sunt salvate pe hard disc. Va rugam sa explicati notiune de "Direct"

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:46):

Este o cerință de baza în care se solicită salvarea clasică a investigațiilor pe HDD. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

20 mai 2025, 11:45

**Subiectul întrebării:**

Stație medic

**Întrebare:**

Va rugam sa specificati daca statia este integrata sau separata?

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:46):

Stația medic este separată. Conform cerinței tehnice se solicită „Stația operatorului” și „ Stația medic”. Sunt adăugate cerințe noi pentru stația medicului ,, HDD + SSD - min. 256 Gb SSD pentru sistem de operare și min. 2 TB HDD spațiu util în RAID-10, (4 unități de 2 TB HDD precum prevede standardul pentru conectare în RAID-10); CPU (Procesor) - minim 6 nuclee, min. 2.5 GHz, s-au analogic; RAM(memorie operativă) - minim 16 Gb; Sistem de operare - minim Win 10 PRO s-au analogic; Monitor medical - min. 23 inch, min. 1000 CD/m2, min. 2 mgpixel; Cartela video dedicata pentru monitorul medical – da; UPS - min 600 VA;”.

Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

20 mai 2025, 11:45

**Subiectul întrebării:**

Soft de diagnostic

**Întrebare:**

Va rugam sa specificati aceasta notiune si pe care din componentel trebuie instalat?

**Răspuns** (27 mai 2025, 14:46):

Conform cerinței tehnice se solicită ca softul de diagnostic să fie dotat pe „Stația medic”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

28 mai 2025, 21:12

**Subiectul întrebării:**

Fluoroscopie pulsată:Interval kV 40-125 kV în pași 1 kV

**Întrebare:**

Fluoroscopia (continua/pulsative) este o tehnica radiologică cu aplicatie in regiunea abdomen, unde valoarea  $h$  de 40kV nu este relevanta, diapazonul tipic pentru fluoroscopie este de 50/65-110/125kV (indiferent de tipul fluoroscopiei). Cerinta de diapason 40-125kV este una restrictiva menita sa deminueze concurenta locala. In RM se admite utilizare dispositive Rongen cu valoare min de 50 kV : (Extras din HG: HOTĂRÂRE Nr. 451,din 24-07-2015 "Secțiunea a 4-a" P.89. "În radiologia de diagnostic (cu excepția mamografiei) se utilizează un fascicul de raze röntgen cu energie mai mare de 50 kV.") Conform cerintelor pentru acest parametru nu se vor accepta oferte alternative. Solicitam modificare in :Fluoroscopie pulsative :Interval 50-125kV in pasi 1 kV"

**Răspuns** (29 mai 2025, 16:27):

Se acceptă modificarea cerinței în „Interval kV 50-125 kV în pași 1 kV”. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

29 mai 2025, 10:55

**Subiectul întrebării:**

Detector digital fix in masa

**Întrebare:**

DQE min. 65% @ 0 lp / mm Variatiile de Detective quantum efficiency (DQE) pentru detectoarele de pe piata difera in functie de producator. Diferentele de cateva procente in plus sau in minus nu influenteaza calitatea imaginii care cu algoritmele existente pentru prelucrarea contrastului aduc imaginea la calitatea dorita. Pentru a permite acces la procedura a mai multor producatori va solicitam sa acceptati si urmatoarea formulare DQE min. 65% @ 0 lp / mm  $\pm$  5%.

**Răspuns** (29 mai 2025, 16:27):

Nu se acceptă modificarea cerinței tehnice. Valoarea DQE minim 65% @ 0 lp/mm este un indicator minim acceptabil al calității și performanței superioare a unui detector digital care asigură calitatea imaginii obținute, reducerea dozei de iradiere. Modificarea cerinței „DQE 65%  $\pm$ 5%” duce la posibilitatea de a oferi un produs cu DQE de 60%. La 60%, detectorul este mai puțin eficient. Este nevoie de creștere a dozei (~10-15%) pentru a menține calitatea imaginii, mai ales în condiții de contrast scăzut (ex. țesuturi moi, plămâni). Ca rezultat, pacientul primește o doză de iradiere mai mare. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

29 mai 2025, 10:57

**Subiectul întrebării:**

Masa basculanta

**Întrebare:**

Greutate maximă pacient suportată: minim 265 kg In cazurile bariatrice echipamentele se refera la Safe Working Load (SWL) peste valorile solicitate. In toate celelalte cazuri valoarea acceptata si justificata clinic este minim 200 kg. Va rugam sa admiteti formularea Greutate maximă pacient suportată: minim 200 kg

**Răspuns** (29 mai 2025, 16:27):

Modificarea cerinței tehnice nu se acceptă din motiv că este necesar de un dispozitiv dotat cu masa de tip basculant. Aceste specificații sunt esențiale pentru a asigura siguranța pacientului și a personalului medical în timpul procedurilor de imagistică. O capacitate de cel puțin 265 kg permite examinarea sigură și eficientă a pacienților supraponderali sau obezi, fără a compromite structura mesei sau calitatea imaginilor. La o masă subdimensionată poate ceda mecanic în timpul examinării unui pacient mai greu, ceea ce poate duce la răni grave pentru pacient. Risc de accidentare pentru personalul medical aflat în apropiere. O masă robustă

(≥265 kg) reduce considerabil acest risc. Când masa se înclină la 90° (pentru examinări în poziție verticală sau Trendelenburg), centrul de greutate al pacientului se schimbă. O masă cu o capacitate mai mare asigură stabilitate în orice poziție, evitarea balansării sau dezechilibrului mesei. Funcționare sigură a mecanismului de înclinare chiar cu sarcini mari. Mulțumim pentru clarificarea depusă.

**Data:**

29 mai 2025, 10:58

**Subiectul întrebării:**

Masa basculanta

**Întrebare:**

Acoperire totală pacient : minim 200 cm Va rugam sa clarificati (sau eliminati) formularea acoperire totala de pacient minim 200 cm. Existenta cerintelor acoperire longitudinala minima de 100 cm si suprafață radio-transparentă minimă: 210 cm x 50 cm face aceasta cerinta redundanta

**Răspuns (29 mai 2025, 16:28):**

Conform cerinței tehnice se solicită ca sistemul (detector + masă + deplasare) să poată investiga întregul corp al pacientului pe lungimea de 200 cm, fără a-l re poziționa. În cazul „Existenta cerințelor acoperire longitudinala minima de 100 cm”, nu implică acoperire completă și este necesar re poziționarea pacientului. Ce ține de „suprafață radio-transparentă minimă: 210 cm x 50 cm face aceasta cerința redundanta” este dimensiunea fizică a mesei prin care pot trece razele X, dar nu garantează acoperirea integrală cu detectorul și este necesar re poziționarea a pacientului. Mulțumim pentru clarificarea depusă.  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

**4. Modificări operate în documentația de atribuire:**

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

**Rezumatul modificărilor 27.05.2025**

Modificarea cerinței tehnice din „Capacitatea stocare căldură anodă: 600kHU -700 kHU” în „Capacitatea stocare căldură anodă: minim 700 kHU”.

Modificarea cerinței tehnice din „Colimator cu ecran tactil care trebuie să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere, opțional” în „Colimator: Colimator cu ecran cu afișarea minim: SID, tip filtru, înclinare - opțional”.

Adăugarea Cerinței Tehnice „ Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere”.

Adăugarea Cerinței Tehnice HDD + SSD - min. 256 Gb SSD pentru sistem de operare și min. 2 TB HDD spațiu util în RAID-10, (4 unități de 2 TB HDD precum prevede standardul pentru conectare în RAID-10);

CPU (Procesor) - minim 6 nuclee, min. 2.5 GHz, s-au analogic;

RAM(memorie operativă) - minim 16 Gb;

Sistem de operare - minim Win 10 PRO s-au analogic;

Monitor medical - min. 23 inch, min. 1000 CD/m2, min. 2 mgpixel;

	Cartela video dedicata pe monitorul medical – da; UPS - min 600 VA;
<b>Rezumatul modificărilor 29.05.2025</b>	Modificarea cerinței tehnice din „Interval kV 40-125 kV în pași 1 kV” în „Interval kV 50-125 kV în pași 1 kV”. [Indicați sursa utilizată și data publicării]
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	[Indicați numărul de zile]

**5. Până la termenul-limită (data 21.06.2025, ora 16:28), au depus oferta 3 operatori economici:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Neotec SRL	1002600048135	Botnaru Andrei
2	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	MATEI Vasile
3	M-INTER-FARMA	1003600005263	Morozov Maria

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

Criteriile de calificare și de selecție	MEDEXCOM-TEH SRL	M-INTER-FARMA	Neotec
<b>Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:</b> original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+
<b>Modul de elaborare a Specificației tehnice</b> - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. <b>ATENȚIE:</b> In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să	+	+	+

completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;

- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente  $\geq 192$  de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei

#### NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării,

	<p>are loc prin raportul <input type="radio"/> testare, ce va fi considerat <input checked="" type="radio"/> ept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparație cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>			
<p>Modul de elaborare a Specificației de preț</p>	<p>original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	+	+	+
<p>DUAE</p>	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</p>	+	+	+
<p>Garanția pentru ofertă</p>	<p>2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p>	+	+	+
<p>Declarație privind valabilitatea</p>	<p>original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează</p>	05.12.2025	29.12.2025	28.12.2025

ofertei (160 de zile)	actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.				
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+		+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+		+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	+		+
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+		+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	+	+		+

tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.			
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la Ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+
Dovada înregistrării în	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si	+	+	+

Lista producătorilor,	Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;			
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+	+

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

m- inte	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderi cu cerințele de calificare	Corespunderi cu cerințele tehnice
1	Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie	bucată	1	3290000,0000	MEDEXCOM-TEH SRL	corespunde	Corespunde ofertei alternative
1	Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie	bucată	1	3 569 180,00	M-INTER-FARMA	corespunde	Nu corespunde ofertei de bază
1	Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie	bucată	1	4100000,0000	Neotec	corespunde	Nu corespunde ofertei de bază

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: ", + " în cazul corespunderii și prin "- " în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată			Clarificările prezentate																		
<p>Nr. Rg02-3173 din 14.07.2025 MEDEXCOM-TEH SRL</p>	<p>Pentru lotul 1 Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie:</p> <table border="1" data-bbox="464 584 1294 1877"> <thead> <tr> <th data-bbox="464 1447 568 1877">S-a solicitat conform Anunțului de participare:</th> <th data-bbox="464 1032 568 1447">S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</th> <th data-bbox="464 584 568 1032">S-a constatat în procesul evaluării:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="568 1447 775 1877"> <p>Fluoroscopie continuă: Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps</p> </td> <td data-bbox="568 1032 775 1447"> <p>Da, 40-125 kV Pag 10(Product data) HeliosDRF</p> </td> <td data-bbox="568 584 775 1032"> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind pas minimal, kV.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 1447 927 1877"> <p>Minim 80 linii / cm</p> </td> <td data-bbox="775 1032 927 1447"> <p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p> </td> <td data-bbox="775 584 927 1032"> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Minim 80 linii / cm”.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1447 1086 1877"> <p>Raport minim: 10:1</p> </td> <td data-bbox="927 1032 1086 1447"> <p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p> </td> <td data-bbox="927 584 1086 1032"> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Raport minim: 10:1”.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1086 1447 1294 1877"> <p>3. Managementul pacienților</p> </td> <td data-bbox="1086 1032 1294 1447"> <p>Da, Managementul pacienților Pag 8 (Product data) Helios DRF Acquisition monitor (management)</p> </td> <td data-bbox="1086 584 1294 1032"> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Managementul pacienților”.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1294 1447 1407 1877"> <p>Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe</p> </td> <td data-bbox="1294 1032 1407 1447"> <p>Da, Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe hard disk</p> </td> <td data-bbox="1294 584 1407 1032"> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind</p> </td> </tr> </tbody> </table>			S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	<p>Fluoroscopie continuă: Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps</p>	<p>Da, 40-125 kV Pag 10(Product data) HeliosDRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind pas minimal, kV.</p>	<p>Minim 80 linii / cm</p>	<p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Minim 80 linii / cm”.</p>	<p>Raport minim: 10:1</p>	<p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Raport minim: 10:1”.</p>	<p>3. Managementul pacienților</p>	<p>Da, Managementul pacienților Pag 8 (Product data) Helios DRF Acquisition monitor (management)</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Managementul pacienților”.</p>	<p>Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe</p>	<p>Da, Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe hard disk</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind</p>	<p>nr. 02-102 din 17.07.2025 Prin prezenta, compania MEDEXCOM-TEH SRL, cu referire la scrisoarea Dvs. nr 02-3173 din 14.07.2025 privind solicitarea clarificărilor pe marginea ofertei depuse la licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227021527 „Achiziționarea dispozitivelor medicale (Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie) conform necesităților IMSP SPITALUL DE STAT”, Vă prezintă informația solicitată după cum urmează:</p>
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:																				
<p>Fluoroscopie continuă: Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps</p>	<p>Da, 40-125 kV Pag 10(Product data) HeliosDRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind pas minimal, kV.</p>																				
<p>Minim 80 linii / cm</p>	<p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Minim 80 linii / cm”.</p>																				
<p>Raport minim: 10:1</p>	<p>Da, R12:1 80 l/cm Pag 20 (Product data)Helios DRF</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Raport minim: 10:1”.</p>																				
<p>3. Managementul pacienților</p>	<p>Da, Managementul pacienților Pag 8 (Product data) Helios DRF Acquisition monitor (management)</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Managementul pacienților”.</p>																				
<p>Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe</p>	<p>Da, Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe hard disk</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind</p>																				

	<p>hard disk</p> <p>Pag 14 (Product data) Helios DRF Images Storage and Print</p> <p>Da, de la 2X2 pina la 11x11 formate</p> <p>Pag 15 (Product data) Helios DRF</p> <p>Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient</p> <p>Da, Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient Pag 20 (Product data) Helios DRF Interphone device</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>	<p>„Posibilitatea de salvare a imaginilor direct pe hard disk”.</p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate:2x2, 3x3, 4x4”.</p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „ Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient”.</p>			
<p>Nr. Rg02-3174 din 14.07.2025</p> <p>M- INTER- FARMA SA</p>	<p><b>Pentru lotul 1 Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie:</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1150 1435 1230 1854"> <p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Posibilitate de a furniza fluoroscopie continuă</p> </td> <td data-bbox="1150 1021 1230 1435"> <p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>Da, Posibilitate de a furniza fluoroscopie continua:- pag 1-2 din Product Data ”DRF 4343-TS Acquisition and processing</p> </td> <td data-bbox="1150 584 1230 1021"> <p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind “fluoroscopie continuă”.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Posibilitate de a furniza fluoroscopie continuă</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>Da, Posibilitate de a furniza fluoroscopie continua:- pag 1-2 din Product Data ”DRF 4343-TS Acquisition and processing</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind “fluoroscopie continuă”.</p>	<p>Nr. 148 din 16 iulie 2025</p> <p>Ref.: Nr. Rg02-3174 din 14.07.2025</p> <p>Răspuns la solicitarea privind clarificarea ofertei pentru procedura nr. ocds-b3wdp1.-MD-1747227021527</p> <p>Stimați membri ai Grupului de lucru,</p>
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Posibilitate de a furniza fluoroscopie continuă</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>Da, Posibilitate de a furniza fluoroscopie continua:- pag 1-2 din Product Data ”DRF 4343-TS Acquisition and processing</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind “fluoroscopie continuă”.</p>			

	<p>system with dynamic Flat Panel detector for fluoroscopy and radiography and main Monitor 24" included", 1-12pag</p>	<p>Da, optional, Interval minim: 0.5 - 800 mAs</p>	<p>Ca urmare a solicitării cu nr. Rg02-3174 din 14.07.2025, M-INTER-FARMA SA, drept raspuns la solicitări de clarificare a ofertei tehnice depuse pentru Lotul 1 – „Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie”, declară că Aparatul digital de radiografie cu fluoroscopie, model „Apollo DRF 4.0”, împreună cu stația și softul de achiziție și procesare și post-procesare „DRF 4343-TS – Acquisition and Processing system with dynamic Flat Panel detector for fluoroscopy and radiography and main Monitor 24" included”, cu părțile componente oferite de companie, satisfac întocmai cerințele tehnice minime ale autorității contractante și respectă integral toate cerințele Licităției nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227021527. M-INTER-FARMA SA transmite documentația justificativă, inclusiv suplimentară după cum urmează:</p>
<p>Fluoroscopie continuă: Interval minim: 0.5 - 800 mAs</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit intervalul mAs de la 0,4 la 600 mAs. Nu este clar ce înseamnă „opțional” în acest context și cu care diapazon a fost oferit produsul.</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit intervalul mAs de la 0,4 la 600 mAs. Nu este clar ce înseamnă „opțional” în acest context și cu care diapazon a fost oferit produsul.</p>	<p>1. „Posibilitate de a furniza fluoroscopie continuă” - Da, Aparatul Apollo DRF 4.0 furnizează fluoroscopie continuă. Vezi: Product Data „DRF 4343-TS – Acquisition and Processing system with dynamic Flat Panel detector for fluoroscopy and radiography and main Monitor 24" included” pagina 1: „Typical working dose” in Fluoroscopy” și „Image acquisition modality”; pagina 2 „acquisition</p>
<p>Radiografie: Interval minim: 0.5 - 800 mAs</p>	<p>Da, optional, Interval minim: 0.5 - 800 mAs</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit intervalul mAs de la 0,4 la 600 mAs. Nu este clar ce înseamnă „opțional” în acest context și cu care diapazon a fost oferit produsul.</p>	<p>SA transmite documentația justificativă, inclusiv suplimentară după cum urmează:</p>
<p>Fluoroscopie pulsată: Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA</p>	<p>Da, Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA Pulsed fluoroscopy” din Product Data ”Genius HF-c MK2 RF 80Kw” (1-4pag</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind “Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA ”.</p>	<p>SA transmite documentația justificativă, inclusiv suplimentară după cum urmează:</p>
<p>Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient</p>	<p>Da. Optional inclus Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient</p>	<p>Există o neclaritate. Nu este clar ce înseamnă „opțional” în acest context și dacă a fost oferit produsul cu „Stația operatorului Interfon pentru comunicare operator-pacient”.</p>	<p>SA transmite documentația justificativă, inclusiv suplimentară după cum urmează:</p>
<p>Stația medic:</p>	<p>Da, optional inclus</p>	<p>Există o neclaritate. Nu este clar ce înseamnă „opțional” în acest context și dacă a fost oferit produsul cu „Stația medic”.</p>	<p>SA transmite documentația justificativă, inclusiv suplimentară după cum urmează:</p>

<p>UPS - min 600 VA</p> <p>Soft pentru diagnostic</p>	<p>Da, suplimentar. Incus</p> <p>Da, pag. 4-12 din Product Data "DRF 4343-TS-Rev.1</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „UPS - min 600 VA”.</p> <p>Există o neclaritate. Nu este clar care soft-uri au fost oferite, având în vedere că în documentele tehnice atașate la ofertă sunt menționate și soft-uri opționale, precum „Stitching (opțional)”.</p>	<p>modality”. Conform fișei tehnice a echipamentului DRF 4343-TS și a manualului utilizatorului (extrase atașate), este specificată în mod explicit modalitatea de achiziție „Fluoroscopie continuă”, ceea ce confirmă faptul că aparatul furnizează această funcționalitate în mod standard.</p> <p>General features “pagina 1: “Typical working dose.”</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>		<p>Image acquisition modality pe pagina 1 în “Continuous Fluoroscopy”</p> <p>Dynamic flat panel detector (FPD) pagina 2 în “acquisition modality”.</p> <p>2. „Fluoroscopie continuă / Radiografie: Interval minim: 0.5 – 800 mAs”, Constatarea CAPCS: „Informațiile din ofertă indică 0,4–600 mAs, în timp ce cerința era 0.5–800 mAs.” Aducem următoarele clarificări tehnice:</p> <p>a. Specificații standard: În pagina 1 a fișei tehnice a echipamentului oferit este menționat: „mAs range: 0.4 ÷ 600 mAs according to R’10 scale.” Aceasta este configurația standard a sistemului.</p> <p>b. Extinderea opțională a intervalului mAs: Fișa tehnică conține, de asemenea, în secțiunea dedicată opțiunilor suplimentare, mențiunea că intervalul mAs poate fi extins până la 800 mAs printr-un upgrade de generator și configurări software corespunzătoare. Această posibilitate este confirmată</p>	

și de scrisoarea oficială a producătorului din 16.07.2025 (anexată prezentului document).

c. Semnificația mențiunii „opțional”: Mențiunea „opțional” nu implică lipsa funcționalității, ci se referă la faptul că, la cererea utilizatorului, echipamentul poate fi configurat pentru a respecta în totalitate cerința de 0.5–800 mAs, prin upgrade-ul tehnologic disponibil și aprobat de producător.

d. Oferta companiei include opțiuni solicitate și corespunde specificațiilor tehnice solicitate, fapt confirmat prin scrisoarea oficială a producătorului din 16.07.2025 (anexată).

Lipsa mențiunii privind intervalul 5–20 mA în documente”, în legătură cu cerința specificată de CAPCS: „Fluoroscopie pulsată: 5–20 mA în pași de 1 mA.”

Vă aducem următoarele clarificări:

a. Documentația tehnică standard – pagina 2 din Product Data – Genius HF-c MK2 RF 80kW, la secțiunea „Pulsed fluoroscopy”, specifică: „Fluoro current can be selected during system setup among 40/60/80/100 mA”. Această reprezentare a configurației standard de fabrică, însă valorile sunt configurabile în funcție de cerințele utilizatorului.

b. Configurabilitate extinsă pentru sisteme DRF: Sistemele DRF permit configurarea curentului pentru

fluoroscopie pulsată direct din consola de comandă a sistemului digital. În această consolă, parametrii precum frame rate-ul și curentul de tub pot fi setați manual de operator, în pași mici, în funcție de protocolul de examinare.

c. Suport pentru valori mai mici: Posibilitatea de a seta curentul în intervale sub cele standard (ex: 5-20 mA) este susținută de flexibilitatea software-ului sistemului DRF și poate fi activată la cerere, prin ajustări de configurație. Acest lucru este confirmat de producător și este posibil fără modificări hardware, doar prin ajustare de parametri în timpul instalării sau exploatării.

d. Oferta companiei include opțiunea solicitată și corespunde specificațiilor tehnice solicitate, fapt confirmat prin scrisoarea oficială a producătorului din 16.07.2025 (anexată).

4. „Stația interfon operator-pacient”: precizăm că este inclusă în configurația de bază a sistemului oferit. Vezi Product Data „Apollo DRF Remote Controlled RF table for Flat Panel Detector.” Acestea fac parte din configurația standard livrată. Screen-shot pagina 4 din fail sus-menționat:

5. „Stația medic” - precizăm că este inclusă în oferta a sistemului Apollo DRF.

6. UPS – minimum 600 VA: Deși fișa tehnică a echipamentului nu include în mod explicit mențiunea „UPS 600 VA”, confirmăm că sistemul este livrat împreună cu un UPS dedicat de minimum 600 VA, în conformitate cu configurația standard pentru echipamente medicale de imagistică.

7. Echipamentul oferit include în configurația de bază componente software după cum a fost prezentat în document cu titlu „DRF 4343-TS en rev 1.pdf”:

- Modul de achiziție imagistică (radiografie, fluoroscopie pulsată și continuă): Pagina 1.
- Unitate de procesare și control al imaginilor: Pagina 4.
- Managementul fluxului de lucru: Pagina 9.
- Funcții de post-procesare: Pagina 10.

Module suplimentare precum stitching, tomosinteza sau angiografia digitală cu subtracție sunt opționale și pot fi achiziționate separat.

Nr. 0034 din 16.07.2025  
 Prin prezenta, SC Neotec SRL, referitor la scrisoarea Nr. Rg02-3175 din 14.07.2025, privind proceduri de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227021527 privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (Aparat digital de radiografie cu fluoroscoapie)

--	--	--

<p>Pentru lotul 1 Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie:</p>		
<p><b>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</b></p> <p>Generator:          Voltaj tub 40-150 kVp 1kV increments</p> <p>Fluoroscopie continuă:          Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps</p>	<p><b>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</b></p> <p>Voltaj tub 40-150 kVp 1kV increments – DA, Pag. 8 Product Data si Anexa Setare kV</p> <p>Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps DA Pag. 8 Product Data si Anexa set KV fluoro</p>	<p><b>S-a constatat în procesul evaluării:</b></p> <p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit tensiunea tubului de la 40 la 150 kV. Însă nu este specificat incrementul minimal.</p> <p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit tensiunea tubului</p>

Nr. Rg02-3175 din 14.07.2025  
 SC NEOTEC SRL

<p>Fluoroscopie continuă: Interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA</p>	<p>Interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA DA Pag. 8 PD 0.3-20mA. Automat cu pasul 0.1mA + Anexa Fluoroscopia</p>	<p>de la 50 la 125 kV. Însă nu este specificat pasul minimal.</p>	<p>conform necesităților IMSP SPITALUL DE STAT, comunică următoarele:</p>
<p>Fluoroscopie pulsată: Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA</p>	<p>Da, Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA Pulsed fluoroscopy” din Product Data ”Genius HF-c MK2 RF 80Kw” (1-4pag)</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit curentul tubului de la 0,3 la 20 mA. Însă nu este specificat pasul minimal. În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind “Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA ”.</p>	<p>1. Generator: Voltaj tub 40-150 kVp 1kV increments: Slectarea kVp in pași de 1 kVp este o procedura standard: Statement confirmativ Shimadzu. 2. Fluoroscopie continuă:Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps: Statement confirmativ Shimadzu 3. Fluoroscopie continuă:Interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA: Statement confirmativ Shimadzu</p>
<p>Radiografie: Interval minim: 40 - 150 kV în pași de min 1 kV</p>	<p>Interval minim: 40 - 150 kV în pași de min 1 kV DA Pag. 8 Product Data si Anexa Radiografie</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit tensiunea tubului de la 40 la 150 kV. Însă nu este specificat incrementul minimal.</p>	<p>4. Fluoroscopie pulsată: Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA: Deoarece in</p>
<p>Fluoroscopie pulsată: Interval kV 50-125 kV în pași 1 kV</p>	<p>Interval minim: 50 - 125 kV in 1 kV steps DA Pag. 8 Product Data si Anexa set KV fluoro</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit tensiunea tubului de la 50 la 125 kV. Însă nu este specificat pasul minimal.</p>	<p>scrisoare D-stra este indicat Product - Data ”Genius HF-c MK2 RF 80Kw”, va rugam sa atrageti atentia ca acest generator nu este oferita de Shimadzu. Oricum, domeniul este confirmat prin Statementul confirmativ Shimadzu.</p>
<p>Fluoroscopie pulsată: Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA</p>	<p>Interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA DA Pag. 8 PD 0.3-20mA. Automat cu pasul 0.1mA + Anexa Fluoroscopia</p>	<p>Există o neclaritate. În documentele tehnice atașate la ofertă s-a regăsit curentul tubului de la 0,3 la 20 mA. Însă nu este specificat pasul minimal.</p>	<p>5. Radiografie: Interval minim: 40 - 150 kV în pași de min 1 kV: Statement confirmativ Shimadzu.</p>
<p>Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere</p>	<p>Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere – DA, Pag. 2-4 SONIAL VISION G4 INSTRUCTION MANUAL (Anexa Panou de Control)</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „ setarea câmpului optim de expunere”.</p>	<p>6. Fluoroscopie pulsată: Interval kV 50-125 kV în pași 1 kVFluoroscopie pulsată: Interval kV 50-125 kV în pași 1kV: Statement confirmativ Shimadzu</p>

<p>Masa basculantă: Mișcare longitudinală motorizată</p>	<p>Mișcare longitudinală motorizată – DA, Pag. 2-4 SONIAL VISION G4 INSTRUCTION MANUAL si Anexa Panou de Control</p>	<p>În document tehnic atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „ Mișcare longitudinală motorizată”.</p>	<p>7. Fluoroscopie pulsată: Interval minim: 5–20 mA în pași de 1 mA: Statement confirmativ Shimadzu</p>
<p>Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate: 2x2, 3x3, 4x4</p>	<p>Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate: 2x2, 3x3, 4x4 DA, SDA Anexa SDA</p>	<p>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „ Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate: 3x3”.</p>	<p>8. Panou de control care să permită minim: controlul mișcării: masa de examinare și coloana suport tub RX și setarea câmpului optim de expunere: Statement confirmativ Shimadzu si anexa atasata.</p>
<p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conformi) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).</p>			<p>9. Masa basculantă: Mișcare longitudinală motorizată: Statement confirmativ Shimadzu si anexa atasata.</p> <p>10. Posibilitatea de a vizualiza cel puțin imaginile în următoarele formate: 2x2, 3x3, 4x4: : Statement confirmativ Shimadzu si anexa atasata.</p>

**9. Ofertanții respinși/descalificați:**

Oferta operatorului economic **MEDEXCOM-TEH SRL** nu corespunde cerințelor ofertei de bază după cum urmează: Tehnic nu corespunde S-a solicitat Rotația anodă minim 9500 rpm. S-a oferit Rotația anodă 9000 rpm.

S-a solicitat Interval timp min 1 to 6300 ms. S-a oferit Interval timp 0,001s to 6s."

Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** nu corespunde cerințelor ofertei de bază după cum urmează: Tehnic nu corespunde

S-a solicitat interval minim: 0,5 – 8 mA în pași de 0,1 mA.

S-a oferit interval 0,5 – 5mA în pași de 0,1 mA.

S-a solicitat interval timp min 1 to 6300 ms.

S-a oferit interval timp 0,001s to 6s.

S-a solicitat Monitor medical - min. 23 inch, min. 1000 CD/m2.

S-a oferit Monitor medical 24 inch, max. 600 CD/m2.

Oferta operatorului economic **Neotec** nu corespunde cerințelor ofertei de bază după cum urmează: Tehnic nu corespunde

S-a solicitat Monitor medical - min. 23 inch, min. 1000 CD/m2.

S-a oferit Monitor medical 23 inch, 250 CD/m2.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*Potrivit pct.11 din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect.”*

*Se accepta ca alternativă oferta operatorului economic MEDEXCOM-TEH SRL, conform criteriului de atribuire din documentația de atribuire, totodată beneficiarul final conform de mersului nr. 01-09/141 din 18.07.2025 IMSP Spitalul de Stat a acceptat oferta alternativă clasată pe primul loc după preț.*

*În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

#### 10. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

#### 11. Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

#### 12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art.	Țara de Origine	Producător	AMDM	Ofertant
---------	--------------	--------------------	------------	------------------------	----------------------	-----------------	---------------	------------	-----------------	------------	------	----------

1	Aparat digital de radiografie cu fluoroscopie bucată	1	3290000	3948000	3290000	3948000	3948000	HELIOS DRF	Italia	ASSING SPA	DM000373172	MEDEX COM-TEH SRL
---	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	------------	--------	------------	-------------	-------------------

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 30.07.2025.

### 1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
<b>Operatori economici participanți</b>	<b>Nr. Rg02-3322 din 23.07.2025</b>	<i>e-mail</i>

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

### 2. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

### 3. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului

MEDEXCOM - TEH SRL	1019600008809	Cu capital autohton	IMSP Spitalul de Stat	33100000- 1	21417910- 0515-0452	3 290 000,0000	3 948 000,0000	20.08.2025	15.03.2026	18.11.2025
-----------------------	---------------	------------------------	--------------------------	----------------	------------------------	----------------	-------------------	------------	------------	------------

4. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	nu
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG